

采购清单

采购单位		杨凌示范区医院			备案函号	ZCSP-杨凌示范区-2025-00112	
项目名称		杨凌示范区医院内镜主机采购项目					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 2,600,000.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	医用内窥镜	杨凌示范区医院内镜主机采购项目	2,600,000.00	1	台	2,600,000.00	完成内镜室日常的正常临床检查需要； 供应商需符合招投标相关资质要求； 高清内镜摄像系统（进口1套）。摄像主机、光源主机分体式独立设计。支持特殊光成像、自体荧光信号处理，具备特殊光、荧光观察显示功能。可利用光谱分光技术，实现特殊光观察； 氙灯冷光源（进口1台）。检查灯≥300W氙气短弧灯（无臭氧）。灯泡平均寿命≥ 500小时。光路光圈控制亮度调节。采用强制空气冷却。应急灯为12V卤素灯 双焦距高清电子胃镜（进口2条）。具备满足特殊光观察的HDTV专用CCD。具备满足特殊光观察的HDTV专用CCD。具备双焦点功能。具有副送水功能 双焦距高清电子结肠镜（进口1条）。视野角度：≥170°（常规焦距及近焦模式）。具有强力传导、智能弯曲、可变硬度功能 内镜用台车（进口1辆） 医用专业监视器（国产1台）。≥26英寸高清LCD面板，屏幕长宽对比16:9，分辨率≥1280X1080。具有多种显示模式。多种输入/输出端口 内镜用水泵（国产 1台） 二氧化碳气泵（国产 1台）（4）采购主机1套，包含2条胃镜、1条肠镜及注气、注水泵各1台，厂家在省内设有售后服务机构，报修2小时响应；（5）符合招标参数内各项要求，满足科室工作的顺利进行
2							

3							
4							
5							