

3. 货物（设备）说明一览表（格式）

货物（设备）说明一览表

序号	名称	品牌/型号	配置、规格及主要技术参数	制造厂家	备注
1	彩色超声诊断系统(移动彩色多普勒超声诊断仪)	飞利浦 PHILIPS/5500	主要配置包含 5500 超声主机 1 台； 高端三接口台车 1 台； 单晶体相控阵探头 1 把 规格型号 S5-1， 单晶体凸阵探头 1 把 规格型号 C5-1， 单晶体线阵探头 1 把，规格型号 eL18-4； 主要技术参数： 1、 高分辨率液晶显示器 15.6 英寸，分辨率 1920 × 1080 2、 具备液晶触摸屏 10 英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页；最大可俯仰调节角度 60° 3、 TGC8 段，可触摸屏及控制面板调节 4、 LGC8 段，可触摸屏调节 5、 穿刺引导功能：支持穿刺引导功能；凸阵探头穿刺引导角度 5 个；线阵探头穿刺引导角度 5 个	飞利浦医疗(苏州)有限公司	

			6、<u>具备自动、实时 Doppler 频谱波形分析，实时和冻结状态下都可以进行分析。</u> 7、<u>单晶体相控阵探头</u> <u>S5-1：超声频率 1-5MHz</u> 8、<u>单晶体凸阵探头 C5-1：</u> <u>超声频率 1-5MHz</u> 9、<u>单晶体线阵探头</u> <u>eL18-4：超声频率</u> <u>2-22MHz</u> 10、<u>具备专用三探头接口</u> <u>台车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定，台车带机械键盘；所有接口均可连接飞利浦经食管探头 X7-2t 或 X8-2t。</u>		

注：相同规格的货物不重复填写。

投标人单位公章：陕西纵岭医疗科技有限公司

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2025 年 12 月 18 日

