

政府采购项目

蓝田县人民医院 2025 年椎间孔镜等
医疗设备采购项目

(项目编号: STTY-HW-2025-037)

公开招标文件

采 购 人: 蓝田县人民医院

采购代理机构: 陕西盛泰天域项目管理有限公司

日 期: 二零二六年一月

特 别 提 示

1、本项目采用电子化投标的方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时供应商须携带数字认证证书（CA 锁），如因供应商自身原因未携带数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。

2、电子投标文件的制作和签章

1) 电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台〔首页〉服务指南〉下载专区〕中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

链接地址：<https://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20240723/d69bed7b-b983-41c4-b01f-906aa84b1628.html>

2) 编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。

再次提醒：提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，供应商应登录企业端后，从〔项目流程·〉项目管理·〉答疑文件下载〕获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。

3) 电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA 锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA 锁”进行签章。

若导出的 PDF 文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。

3、递交电子投标文件的加密和提交

1) 在生成电子投标文件时，需要使用 CA 锁对投标文件进行加密。

注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一 CA，否则将会导致解密失败。

2) 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 企业端】，登录后切换到【我的项目】模块下，依次点选【项目流程·> 项目管理·> 上传投标文件】，上传加密后的电子投标文件(*. SXSTF)。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。

3) 上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

4、请您按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，并接受财政部门的监督管理。

目 录

第一章 招标公告.....	4
第二章 投标人须知.....	8
一、投标人须知前附表.....	8
1、总则.....	12
1.1 项目概况.....	12
1.2 资金来源和落实情况.....	12
1.3 招标范围、供货期和质量要求.....	12
1.4 供应商资格要求.....	12
1.5 费用承担.....	12
1.6 保密.....	12
1.7 语言文字.....	12
1.8 计量单位.....	13
1.9 踏勘现场.....	13
1.10 招标答疑会.....	13
1.11 偏离.....	13
2、招标文件.....	13
2.1 招标文件获取.....	13
2.2 招标文件的组成.....	13
2.3 招标文件的澄清或修改.....	14
3、投标文件.....	15
3.1 投标文件的组成.....	15
3.2 投标文件编写说明.....	15
3.2 投标报价.....	16
3.3 投标有效期.....	17
3.4 投标保证金.....	17
3.5 资格审查资料.....	17
3.6 对投标人的其他要求.....	17
4、投标.....	18

4.1 投标文件的密封和标记.....	18
4.2 投标文件的递交.....	18
4.3 投标文件的补充、修改与撤回：.....	18
4.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效.....	18
5、开标及资格审查.....	19
5.1 开标.....	19
6、评标.....	20
6.1 评标委员会.....	20
6.2 回避要求.....	21
6.3 评审要求.....	21
6.4 评标工作程序.....	22
6.5 投标文件的澄清.....	22
6.6 中标通知书及未中标通知书.....	23
7、合同授予.....	24
8、合同的履约验收.....	24
9、招标服务费.....	24
10、重新组织采购活动.....	25
11、询问、质疑与投诉.....	25
11.1 询问.....	25
11.2 质疑.....	25
11.3 投诉.....	26
12、拒绝商业贿赂.....	26
第三章 评标办法（综合评分法）.....	27
评标办法前附表.....	27
第四章 合同条款.....	35
第五章 采购内容及要求.....	41
第六章 投标文件格式.....	54
1. 投标函.....	57
2. 开标一览表.....	59
3. 投标分项报价表.....	60

4. 选配件及耗材报价表（若有）	61
5. 货物说明一览表.....	62
6. 技术规格响应偏离表.....	63
7. 商务条款响应偏离表.....	64
8. 资格证明文件.....	65
法定代表人资格证明书.....	66
法定代表人授权委托书.....	67
9. 业绩证明资料.....	68
10. 产品的合法渠道证明文件.....	69
11. 产品技术资料.....	70
12. 实施方案.....	71
13. 投标人认为有必要补充说明的事宜（若有）	72
14. 投标人承诺书.....	73
15. 《中小企业声明函》（如有）	77
16. 《残疾人福利性单位声明函》	78
17. 《监狱相关企业声明函》	79

第一章 招标公告

项目概况

蓝田县人民医院 2025 年椎间孔镜等医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站【首页>电子交易平台>陕西政府采购交易系统>企业端】获取招标文件，并于（2026 年 02 月 05 日 09 时 30 分）（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：STTY-HW-2025-037

项目名称：蓝田县人民医院 2025 年椎间孔镜等医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：2094800.00 元

采购需求：

合同包 1(蓝田县人民医院 2025 年椎间孔镜等医疗设备采购项目)：

合同包预算金额：2094800.00 元

合同包最高限价：2094800.00 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	医用内窥镜	蓝田县人民医院 2025 年椎间孔镜等医疗设备采购项目	1(批)	详见采购文件	2094800.00	2094800.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起 30 日历天内交付完毕。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包 1(蓝田县人民医院 2025 年椎间孔镜等医疗设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

本项目非专门面向中小企业采购；

3、本项目的特定资格要求：

合同包 1(蓝田县人民医院 2025 年椎间孔镜等医疗设备采购项目)特定资格要求如下：

- (1) 所投产品的医疗器械注册（备案）证；
- (2) 供应商为制造商的须提供《医疗器械生产许可（备案）证》；
- (3) 供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可（备案）证》及制造商的《医疗器械生产许可（备案）证》；
- (4) 法定代表人授权委托书及被授权人身份证明（法定代表人直接参与开标只须提供其身份证明）、参会人员投标截止时间前近三个月社保缴纳证明；
- (5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；
- (6) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动
- (7) 本项目不接受联合体投标。

三、 获取招标文件

时间：2026 年 01 月 16 日至 2026 年 01 月 22 日，每天上午 00:00:00 至 12:00:00，下午 12:00:00 至 23:59:59（北京时间,法定节假日除外）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〕电子交易平台〕陕西政府采购交易系统〕企业端〕

方式：在线获取

售价：0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2026 年 02 月 05 日 09 时 30 分 00 秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〕不见面开标大厅〕

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〕不见面开标大厅〕

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1、文件获取方式：

(1) 打开【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】网站（简称西安市公共资源交易平台，官网地址：<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>），从【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】登录后，首先在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目，然后选择有意向的项目点击【我要投标】，成功后切换到【我的项目】模块，依次点选【项目流程·> 项目管理·> 交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件（*.SXSZF）。

2、友情提示：

(1) 本项目为电子化政府采购项目，供应商初次登录西安市公共资源交易平台前应先完成诚信入库登记、CA 认证和企业信息绑定。详见西安市公共资源交易平台【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》，并按要求完成诚信入库登记、CA 认证及企业信息绑定。

(2) 办理 CA 认证：电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京 CA 四家数字证书公司，各供应商在交易过程中登录系统、加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家 CA 公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见：

<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html>

(3) 请供应商务必及时下载项目招标文件并做好备份，否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

(4) 按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，供应商应通过陕西省政府采购网(<http://www.cccp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记，加入陕西省政府采购供应商库。

(5) 制作电子投标文件（*.SXSTF）需要使用专用制作工具。软件下载及操作说明详见西安市公共资源交易平台【首页·> 服务指南·> 下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。

(6) 提交投标文件截止时间前，供应商应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的，供应商应登录企业端后，从【项目流程·> 项目管理·> 答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作

的电子投标文件 (*.SXSTF)，系统将拒绝接收。

(7) 其他事项见本项目招标文件。

3、落实的政府采购政策：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知---财库〔2020〕46号；

(2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知---财库〔2014〕68号；

(3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》---国办发〔2007〕51号；

(4) 《财政部 发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》---财库〔2019〕9号；

(5) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》---（财库〔2017〕141号）；

(6) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

(7) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

(8) 如有颁布最新的政策，以最新已生效的政策为准。

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：蓝田县人民医院

地址：蓝田县蓝水路与滋水路交叉口东南角

联系方式：029-82738815

2. 采购代理机构信息

名称：陕西盛泰天域项目管理有限公司

地址：陕西省西安市经济技术开发区明光路天朗经开中心 21 楼 12104 室

联系方式：029-81312183

3. 项目联系方式

项目联系人：王雪阳、祁亚娟、王杨山

电话：029-81312183

第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

序号	条款名称	说明和要求
1	采购人	蓝田县人民医院
2	采购代理机构	陕西盛泰天域项目管理有限公司
3	监督管理机构	蓝田县财政局
4	投标人	响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。
5	投标人资格要求	<p>(1) 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：</p> <p>1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；</p> <p>2) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>3) 提供近 1 年内已缴纳的任意 1 个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件；</p> <p>4) 提供近 1 年内已缴纳的任意 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>5) 提供会计师事务所出具的有效的 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自公告发布之日起至投标截止日期前银行出具的资信证明，其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；</p> <p>6) ①提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；②供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件”当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（现场查询）；</p> <p>(2) 特定资格条件：</p>

		<p>1) 提供所投产品的医疗器械注册（备案）证；</p> <p>2) 供应商为制造商的须提供《医疗器械生产许可（备案）证》；</p> <p>3) 供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可（备案）证》及制造商的《医疗器械生产许可（备案）证》；</p> <p>4) 法定代表人授权委托书及被授权人身份证明（法定代表人直接参与开标只须提供其身份证明）、参会人员投标截止时间前近三个月社保缴纳证明；</p> <p>(3) 其他</p> <p>1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；</p> <p>2) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>3) 本项目不接受联合体投标</p>
6	交货期、交货地点	<p>交 货 期：自合同签订之日起 30 日历天内交付完毕。</p> <p>交 货 地 点：采购人指定地点。</p>
7	联合体投标	不接受
8	现场勘查、标前答疑会	<p>不统一组织。</p> <p>投标人认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。</p>
9	构成招标文件的其他文件	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。
10	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起 90 日历天
11	投标担保	无
12	汇款账户	<p>名 称：陕西盛泰天域项目管理有限公司</p> <p>开 户 行：中国建设银行股份有限公司西安世融嘉城支行</p> <p>帐 号：61050175540000001105</p> <p>注：招标服务费仅限于通过对公账户以转账形式交纳。</p>
13	备选投标方案和报价	不接受备选投标方案和多个报价。
14	盖章签字	1、电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA 锁”进行签章；需要加盖投标人

		<p>公章的地方，请使用“企业 CA 锁”进行签章。</p> <p>2、投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章并由法定代表人签字（或盖章），否则将作为无效投标处理。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。</p>
15	投标文件数量、装订	<p>本项目为不见面开标，中标单位在领取中标通知书时，提供与上传至西安市公共资源交易平台的电子投标文件一致的纸质投标文件 3 份，电子文件 1 份（扩展名为“*.SXSTF”的非加密电子化投标文件 1 份及 PDF 版本（PDF 文件为完整签字、盖章后的），用 U 盘存储）。</p>
16	投标报价	<p>投标报价=货物价（含税）+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费（一次性耗材除外）+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。</p>
17	投标人信用信息查询及特别说明	<p>1、采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、“中国政府采购网”网站等渠道对供应商进行信用记录查询，查询的信用记录将进行打印存档，凡被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记录，其投标按无效处理。</p>
18	西安市公共资源交易中心电子化政府采购系统技术支持	<p>西安市公共资源交易平台电子化政府采购系统由国泰新点软件股份有限公司提供技术支持，以下为其联系方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 技术支持热线：400-998-0000/400-928-0095 2. 驻场技术人员：029-86510166/86510167 转 80310
19	其它事项	<p>本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标投标人与采购人在中标通知书发出 30 天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。非经采购人同意，本项目不允许中标后另行转包或者分包。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。</p>
20	招标代理服务费	<p>本项目收取代理服务费</p> <p>代理服务费用收取对象：中标人</p> <p>代理服务费收费标准：中标人在领取中标通知书时，向陕西盛泰天域项目管理有限公司缴纳招标服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通知》（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问</p>

		题的通知》(发改价格〔2011〕534号)以及财政部关于印发《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知》(财库〔2018〕2号)规定以中标金额为基数收取。
21	本项目是否专门面向中小企业	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
22	本项目所属行业	工业

1、总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本采购项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本采购项目采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本采购项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本采购项目地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 本采购项目招标文件发售时间：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本采购项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本采购项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、供货期和质量要求

1.3.1 本次采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本采购项目的服务期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本采购项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本采购项目的采购预算及限价：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

见投标人须知前附表。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，采购人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目有关情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 招标答疑会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开招标答疑会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开招标答疑会，对投标人就招标文件提出的疑问或异议进行解答。

1.10.2 投标人对招标文件有疑问或异议的，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人。

1.10.3 采购人在投标人须知前附表规定的时间内，对供应商就招标文件提出的疑问或异议作出答复。

1.11 偏离

不允许负偏离。

2、招标文件

2.1 招标文件获取

投标人须从全国公共资源交易平台（陕西省·西安市）网站〔首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〕自行下载招标文件，投标人自行转让招标文件视为无效招标文件。投标人名称与登记获取招标文件的单位名称不一致的，将作为无效投标处理。

2.2 招标文件的组成

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；

- (3) 评标办法；
- (4) 合同文本；
- (5) 采购内容及要求；
- (6) 投标文件格式；

2.3 招标文件的澄清或修改

2.3.1 采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间 15 日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

2.3.3 投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

2.3.4 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

2.3.5 在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

2.3.6 如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10、现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

3、投标文件

3.1 投标文件的组成

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表
- (3) 投标分项报价表
- (4) 选配件及耗材报价表（如有）
- (5) 货物说明一览表
- (6) 技术规格响应偏离表
- (7) 商务条款响应偏离表
- (8) 资格证明文件
- (9) 2022 年 01 月 01 日至今类似项目业绩（以合同为准，复印件加盖公章）
- (10) 产品的合法渠道证明文件
- (11) 产品技术资料
- (12) 实施方案
- (13) 投标人认为有必要补充说明的事宜
- (14) 投标人承诺书
- (15) 中小企业声明函
- (16) 残疾人福利性单位声明函
- (17) 监狱相关企业声明函

3.2 投标文件编写说明

3.2.1 投标文件格式：投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

3.2.2 投标人必须按照招标文件的规定和要求使用“企业 CA 锁”进行签章。

3.2.3 开标一览表必须由法定代表人或被授权人签字并加盖投标人公章，否则将作为无效投标处理。

3.2.4 投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

3.2 投标报价

3.2.1 投标货币：人民币 单位：元（保留小数点后两位）。

3.2.2 投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及按现行税收政策征收的一切税费等。

3.2.3 投标报价=货物价（含税）+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费（一次性耗材除外）+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

3.2.4 本项目投标报价方式为总价报价，投标人应充分了解项目内容以及本项目服务期内可能发生的一切会影响投标报价的其他要素，自行考虑各种成本并考虑入投标总价中。合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。采购人不再单独支付其他任何费用。

3.2.5 投标人须对《采购内容及技术要求》中任何货物需求和服务要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分货物和服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价及总价。任何有选择的报价将不予接受，每项货物和服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

3.2.6 投标人要按所报产品分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或被授权人签署。投标分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

（1）所投货物的设备价

（2）备品备件价（根据招标文件要求和货物技术状况列出质量保证期内需要的备品备件清单和价格）

（3）专用工具价（如果需要使用）

（4）安装调试费用

（5）货物运至指定地点的运输（含保险）费用

（6）售后服务费

（7）招标文件要求的所有伴随服务的费用

（8）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

3.2.7 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以

变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

3.2.8 选配件是投标产品的附件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金(含银行同期存款利息)。

3.4 投标保证金

本项目无投标保证金

3.5 资格审查资料

见投标人须知前附表

3.6 对投标人的其他要求

3.6.1 投标人不得以他人名义投标和串通投标。

3.6.2 必须根据招标文件要求进行生产、供货等。

3.6.3 非经采购人同意，不得将本项目内容进行分包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；

3.6.4 接受采购人委托的相关单位对货物内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

3.6.5 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由投标人承担所有相关责任。

3.6.6 采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标

报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

3.7.7 投标人不能以“赠送”、“赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，将作为无效投标处理。投标人的行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定。

4、投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 本项目采用电子化投标的方式投标，供应商须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜；

4.1.2 电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台【首页·> 电子交易平台·> 企业端】，登录后切换到【我的项目】模块下，依次点选【项目流程·> 项目管理·> 上传投标文件】，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录；

4.1.3 上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的补充、修改与撤回：

4.3.1 投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

4.3.2 在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

4.4 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

4.4.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.4.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.4.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

4.4.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异。

5、开标及资格审查

5.1 开标

5.1.1 所有投标人应在开标时间前登录交易平台不见面开标大厅进行在线签到并上传投标文件，开标时间到后宣布开启会开始。

5.1.2 介绍参加开标的采购人、招标代理机构、监督管理部门等各方工作人员，并通过开标大厅宣布开标纪律。

5.1.3 发起解密环节，投标人按指示在规定时间内完成投标文件解密。

5.1.4 解密完成后，进行电声唱标，宣布各投标人报价，随后开标会结束，进入评审环节。

各投标人在项目开标、评标期间应保持在线状态，对未在规定时间内和要求范围内完成签到、解密、答复、确认、澄清等指令的，视为其放弃，由投标人自行承担相应后果。

5.2 资格审查

5.2.1 开标结束后，由采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段通过【中国执行信息公开网】、【信用中国】、【中国政府采购网】网站对投标人的信用情况进行查询，若查询结果不符合要求，按无效投标处理。查询结果以网站截图纸质版或网站截图电子版保存。

5.2.2 由采购人/采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入评标阶段，缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效。

1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（格式自拟，加盖投标人公章）；

3) 税收缴纳证明：提供近 1 年内已缴纳的任意 1 个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件；

4) 社会保障资金缴纳证明：提供近 1 年内已缴纳的任意 1 个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

5) 良好的财务状况：提供会计师事务所出具的有效的 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自公告发布之日起至投标截止日期前银行出具的资信证明，其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

6) 信誉要求：①提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；②供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件”当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（现场查询）；

7) 所投产品的医疗器械注册（备案）证；

8) 供应商为制造商的须提供《医疗器械生产许可（备案）证》；

9) 供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可（备案）证》及制造商的《医疗器械生产许可（备案）证》；

10) 法定代表人授权委托书及被授权人身份证明（法定代表人直接参与开标只须提供其身份证明）、参会人员投标截止时间前近三个月社保缴纳证明（格式见附件）；

11) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供书面承诺函，格式自拟加盖供应商公章）；

12) 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

13) 本项目不接受联合体投标（提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章）。

6、评标

6.1 评标委员会

(1) 采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等规定，依法组建评标委员会。

(2) 采购人派代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函。

(3) 评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

(4) 评标委员会成员不得参加开标活动。

(5) 评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

b、符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

c、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

d、对投标文件进行比较和评价；

e、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标候选人；

f、向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

g、对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

h、配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

6.2 回避要求

在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

6.2.1 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；

6.2.2 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

6.2.3 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

6.2.4 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

6.2.5 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.3 评审要求

6.3.1 采购人、采购代理机构应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

6.3.2 有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

6.3.3 评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

6.3.4 评标办法：评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程

序对投标文件进行评审，评标结束后出具书面评标报告。

6.4 评标工作程序

6.4.1 符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人等工作程序进行评标。

6.4.2 投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包括但不限于以下内容，未通过审查的按无效投标处理：

- (1) 投标文件未按照招标文件的要求盖章签字；
- (2) 针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
- (3) 投标报价超过采购预算；
- (4) 投标有效期不符合招标文件的要求；
- (5) 未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应；
- (6) 未对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应；
- (7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

6.5 投标文件的澄清

6.5.1 在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

6.5.2 书写错误的评审标准

报价出现下列情况之一者，按照下列规定修正（同时出现两种以上不一致的，按下列规定的顺序修正）：

- (1) 投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；
- (2) 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表”的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准。

评审过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按照下列规定修正：

- (5) 投标文件图表与文字不符时，以文字为准；
- (6) 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；
- (7) 分项报价表、技术规格响应偏离表中的技术响应参数、规格型号不一致时，以分项报价表为准；
- (8) 多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

6.5.3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

6.5.4 评审

(1) 评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

(2) 评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

6.5.5 其他需说明的情况：

- (1) 最低报价不是中标的唯一条件；
- (2) 如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。
- (3) 无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

6.6 中标通知书及未中标通知书

6.6.1 中标通知书及未中标通知书将在中标公告发布的同时由采购代理机构发出。

6.6.2 中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。

6.6.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

7、合同授予

7.1 中标人在收到中标通知书后三十（30）个日历天内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。

7.2 中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标。给采购人造成损失的，予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

7.3 中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

7.4 中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的投标人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。中小企业根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

7.5 所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

7.6 采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

8、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、组织对投标人的履约情况进行验收，并出具验收书。

9、招标服务费

9.1 中标人在领取中标通知书时，向陕西盛泰天域项目管理有限公司交纳招标服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发〈招标代理服务收费管理暂行办法〉的通

知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)以及财政部关于印发《政府采购代理机构管理暂行办法》的通知》(财库〔2018〕2号)规定以中标金额为基数收取。

9.2 招标服务费应采用转账形式交纳。

10、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一,采购人和采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号)重新组织采购活动:

- (1) 因重大变故,采购任务取消的;
- (2) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的;
- (3) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- (4) 投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的;
- (5) 所有投标人的报价均超出采购预算或最高限价,采购人不能支付的。

11、询问、质疑与投诉

11.1 询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的,可以向采购人、采购代理机构提出询问。

11.2 质疑

11.2.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,逾期质疑无效。投标人应知其权益受到损害之日,是指:

- (1) 对采购文件提出质疑的,为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;
- (2) 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;
- (3) 对中标或者成交结果提出质疑的,为中标或者成交结果公告期限届满之日。

11.2.2 投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

11.2.3 投标人须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑,详见“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”下载专区。

11.2.4 投标人提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

11.2.5 投标人可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

11.2.6 投标人应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：王雪阳，联系方式：029-81312183，地址：陕西盛泰天域项目管理有限公司（陕西省西安市经济技术开发区明光路天朗经开中心 21 楼 12104 室）。

11.3 投诉

11.3.1 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《政府采购法》第 55 条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第 17 条等有关规定执行。

11.3.2 本项目质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在 15 个工作日内向 蓝田县财政局 提起投诉。

12、拒绝商业贿赂

1、遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》并附在投标文件中。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
3.1.1	法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供书面说明及承诺（格式自拟）
	税收缴纳证明	提供近 1 年内已缴纳的任意 1 个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件
	社保缴纳证明	提供近 1 年内已缴纳的任意 1 个月的社会保险资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料；
	良好的财务状况	提供会计师事务所出具的有效的 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自公告发布之日起至投标截止日期前银行出具的资信证明，其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表
	信誉要求	①提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； ②供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入“失信被执行人”和“重大税收违法案件”当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购“严重违法失信行为记录名单”中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（现场查询）； 采购代理机构将在投标文件递交截止日当天资格审查阶段通过【中国执行信息公开网】、【信用中国】、【中国政府采购网】网站对供应商的信用情况进行查询，若查询结果不符合要求，按无效投标处理。查询结果以网站截图纸质版或网站截图电子版保存。

		特定资格要求	所投产品的医疗器械注册（备案）证
			供应商为制造商的须提供《医疗器械生产许可（备案）证》；
			供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可（备案）证》及制造商的《医疗器械生产许可（备案）证》；
			法定代表人授权委托书及被授权人身份证明（法定代表人直接参与开标只须提供其身份证明）、参会人员投标截止时间前近三个月社保缴纳证明
		单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动	投标人按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章
		为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动	投标人按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章
		本项目不接受联合体投标	提供书面承诺函，格式自拟加盖投标人公章
<p>注：（1）财务报告包含但不限于资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（如有）、附注、审计机构营业执照、执业证书、注册会计师资格证书；</p> <p>（2）以上供应商必备资格条件必须齐全、真实、有效，若不符合要求，按无效投标处理。</p>			
3.1.2	符合性评审标准	不正当竞争预防措施（实质性要求）	<p>1. 在开标过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。</p> <p>2. 供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）电子印章，在评审委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其投标文件作为无效处理。</p>
		投标报价	报价唯一，投标报价超过采购预算，按无效标处理

		签字盖章	按要求在相应位置签字盖章	
		投标文件完整性及有效性	符合招标文件要求, 未出现招标文件规定的无效情形	
		投标有效期	自提交投标文件截止之日起 90 日历天	
		采购内容及要求	符合招标文件“第五章 采购内容及要求”中 4、采购内容及技术要求	
		商务要求	符合招标文件“第五章 采购内容及要求”中 5、商务要求	
3.2		分值构成 (总分 100 分)	技术部分: 70 分 投标报价: 30 分	
条款号		评分因素	评分标准	
3.2.1	技术 评分 标准	技术参数	49.75 分	技术要求共计 199 项, 完全响应得 49.75 分, 一项不满足扣 0.25 分, 扣完为止。 评审依据: 按照技术参数要求提供相应的证明文件(包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等), 在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码; 无技术材料支持视为负偏离。
		产品来源 证明资料	4 分	合理的产品来源证明资料, 包括并限于代理协议或授权书等, 8 类产品每提供 1 份证明资料计 0.5 分, 最高计 4 分。 注: 同一类产品提供多份证明资料仅计分一次。
		实施方案	4 分	包含备货、运输、安装调试、验收等关键环节的安排组织及保障措施。 (1) 实施方案完整, 科学性 & 可实施性极强, 完全满足项目实施需求, 保障措施全面, 能应对各类突发情况得 4 分; (2) 实施方案基本完整, 符合项目需求; 供货及服务流程清晰合理, 关键环节无遗漏得 3 分; (3) 实施方案基本完整, 满足项目基本需求; 供货及服务流程存在少量瑕疵, 但不影响整体执行; 应急预案较为简略得 2 分; (4) 实施方案不完整, 关键内容缺失; 供货或服务流程存在明显漏洞, 无法保障项目实施; 无应急预案或预案不具备可行性得 1 分。
		备品备件	2.65 分	(1) 备品备件清单完整且精准匹配采购货物型号规格, 供应周期 ≤ 7 个工作日, 质保期限不低于货物主体质保期, 备库方案可实现紧急需求即时响应得 2.65 分; (2) 备品备件清单完整, 匹配采购货物核心部件, 供应周期 ≤ 15 个工作日, 质保期限满足项目基本要求, 具备稳定供货渠道得 2 分; (3) 备品备件清单缺失关键内容, 型号规格与采

				购货物不匹配，供应周期不明确或远超项目需求，无质保及供货保障措施得 1 分。
		人员培训	2 分	(1) 培训方案完整且针对性极强，覆盖设备操作、维护、故障排查全流程，可操作性极强得 2 分； (2) 培训方案完整，覆盖设备核心操作与维护内容，覆盖主要操作及故障排查得 1.5 分； (3) 训方案基本完整，覆盖设备基础操作及故障排查得 1 分； (4) 培训方案缺失关键内容，未明确培训内容，无法满足设备基本使用培训需求得 0.5 分。
		售后服务方案	3.6 分	(1) 售后服务方案全面且针对性强，完全满足项目项目实施得 3.6 分； (2) 售后服务方案完整，能较大程度得满足项目实施得 3 分； (3) 售后服务方案较完整，基本满足项目实施得 2 分； (4) 售后服务方案缺失关键内容，不满足项目实施得 1 分。
		业绩	4 分	提供 2022 年 01 月 01 日至投标截止时间(以合同签订时间为准)所投产品业绩 (8 类产品)，每提供一个业绩得 0.5 分，满分 4 分。 评审依据:(1)以加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。(产品生产厂家、其他经销商等销售业绩均予以认可)； (2)同一产品提供 2 个及以上业绩时最高只计取 0.5 分。
3.2.2	报价评分标准	报价得分	30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为 30 分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价/投标报价) x30 对于符合要求的小微企业给予 10%的价格优惠政策，按优惠后的价格进行价格分评审。
<p>备注:</p> <p>1、技术标的最终得分为全体评委赋分的算术平均值；</p> <p>2、出现综合得分并列时，比较投标报价部分得分，此分项得分高者排序在先，投标报价部分得分并列时，以技术部分低的优先；</p> <p>3、评标中保留小数点后两位，第三位四舍五入，具体得分采用插入法进行计算，评委评标时，应在评标原始记录上签名；</p> <p>4、本招标文件的解释权归采购人和采购代理机构。</p>				

注：1) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

2) 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3) 特殊情况处理：

a、当投标人某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。

b、相同品牌产品

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，技术响应高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照前款规定处理。

c、若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术响应高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

d、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3.3 政府采购政策评分标准

3.3.1 小微企业的价格评分标准

(1) 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的办法及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19号）的通知，对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

(2) 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

(3) 中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业

制造的货物的，视同为中型企业。

(4) 小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3-9-2、监狱企业的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策

(2) 监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3-9-3、残疾人福利性单位的价格评分标准

(1) 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(2) 残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

(3) 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3-9-4、节能产品、环境标志产品政策

节能产品、环境标志产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

3-10、信用担保及融资

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕

西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

中标人如果需要融资贷款服务需求的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）查询了解。

3.4 定标

3.4.1 定标程序

评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐 3 名以上中标候选人，并编写评标报告。

评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

采购代理机构应当自评审结束之日起 2 个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告 5 个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，投标报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术响应高者成为中标人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在 2 个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布 1 个工作日，其他投标人若有异议，按《政府采购法》第 52 条执行。

3.4.2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释。

3.4.5、投标无效的情形：

- （1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
- （2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额的；
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (5) 提供虚假材料谋取中标的；
- (6) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (7) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

第四章 合同条款

蓝田县人民医院 2025 年椎间孔镜等医疗设备采购项目

供货合同

甲方（采购人）：_____

乙方（中标人）：_____

日 期：_____

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》、蓝田县人民医院 2025 年椎间孔镜等医疗设备采购项目的招标文件、投标文件等有关规定，为确保采购项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同标的及数量

供货一览表

序号	货物名称	规格及型号	计量单位	数量	单价（元）	金额（元）
	合计	大写			¥	

第二条 合同价款

1. 合同总价：人民币（大写）_____元，（¥_____）。

2. 合同总价即成交价，合同总价一次包死，不受市场价变化或实际工作量变化的影响，

合同价格为含税价，供应商（成交人）提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

第三条 货款支付

1. 所有货物到达指定地点，调试、验收合格并提交双方确认的验收报告后支付合同价款。

2. 支付方式：分期付款

3. 支付约定：（1）交货完成且验收合格后 30 日内，支付合同总金额 20%；

（2）验收合格满 6 个月后 30 日内，支付合同总金额 70%；

（3）质保期满后 30 日内，支付合同总金额 10%。

第四条 交货时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货。

1. 交货时间（期限）：合同签订后_____日历天

2. 交货地点：采购人指定位置

第五条 质量保证

(1) 质保期：原厂质保 3 年。

(2) 质保期外维修只收取配件费用，并提供终身维护保养及设备升级等，常用配件、耗材清单及价格以投标填报金额为准。

(3) 在质量保证期内发生故障，维修响应时间<2 小时，维修工程师抵达现场时间<12 小时。48 小时内无法完成维修时须提供备用机。若需要将产品返厂维修，乙方须承担维修产品所需的往返费用。

(4) 如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从合同尾款中扣除索赔金额。

第六条 权利保证

(1) 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

(2) 乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

(3) 乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的专利权、版权、商标权或其他权利。

(4) 如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 双方权利与义务

(1) 甲方的权利与义务

甲方在收到货物通知后，应按招标文件的需求进行核实，如发现不符合合同规定或短缺，

及时提出，甲方在收到货后，组织人员按提供的技术参数指标进行验收。

(2) 乙方的权利与义务

①乙方负责产品安装与调试在合同约定的时间完工。

②乙方所提供的产品必须是采购需求产品。

第八条 包装要求与运输方式

(1) 货物的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担；

(2) 设备至甲方指定地点的包装、保险及发运等环节和费用均由供应商负责。

(3) 涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

第九条 货物验收

(1) 本项目验收费用由乙方承担。

(2) 到货验收: 货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

(3) 货物运行验收: 乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收(必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收)，验收合格后，出具使用验收合格证明。

(4) 质保期满后，由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据。若存在质量问题，由乙方承担相应责任及费用，甲方并有权从尾款中扣除。

(5) 乙方向甲方提交产品供货过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

(6) 验收依据:

①本合同及附加文本;

②采购文件、投标文件及澄清函;

③国家现行相关标准、规范。

(7) 其他内容按采购文件、投标文件及合同约定执行。

第十条 违约责任

(1) 乙方逾期交付货物的，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情

延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五(0.5%)计收违约金,如乙方逾期交货达 30 天,甲方有权终止合同,并向乙方主张因此给甲方造成的损失。

(2) 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的,甲方有权拒收。

(3) 提供产品或产品质量不能满足采购技术要求,乙方必须无条件更换产品,如鉴定机构(第三方)认定货物质量不符合本合同规定标准的,则视为乙方没有按时交货而违约,乙方须在 5 天内无条件更换合格的货物,如逾期不能更换合格的货物,甲方有权终止本合同,乙方应另向甲方支付货款总额的 3%的违约金;

(4) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内(取两者中最长的期限),同一故障如经乙方两次维修或更换,货物仍不能达到合同约定的质量标准,甲方有权退货乙方应退回全部已收货款,同时还须赔偿甲方因此遭受的损失;

(5) 乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的,应按合同总价款的 3 %向甲方承担违约责任;

(6) 乙方在承担上述 1-5 款一项或多项违约责任后,仍应继续履行合同规定的义务(甲方解除合同的除外)。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任;

(7) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的,还应按甲方损失尚未弥补的部分,支付赔偿金给甲方。

第十一条 争议的解决

(1) 因货物的质量问题发生争议,由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合质量标准的,鉴定费由乙方承担。

(2) 任何一方因不可抗力原因不能履行协议时,应尽快通知对方,双方均设法补偿。如仍无法约协议,可协商延缓或撤销协议,双方责任免除。本合同在履行过程中发生的争议,由甲、乙双方当事人协商解决,协商不成的按下列第②种方式解决:

①提交 西安市 仲裁委员会仲裁;

②依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条 合同文件

详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- (1) 本合同书
- (2) 成交通知书
- (3) 补充协议
- (4) 采购文件（含澄清或者修改文件）
- (5) 投标文件

第十三条 合同生效及其他

- 1. 如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。
- 2. 本合同自签订之日起生效。
- 3. 本合同一式____份，具有同等法律效力，甲乙双方各执____份。

甲 方：____（盖章）
法定代表人或其授权
的代理人：____（签字或盖章）
地址：____
电话：____
邮政编码：____
开户银行：____
账 号：____

乙 方：____（盖章）
法定代表人或其授权
的代理人：____（签字或盖章）
地 址：____
电话：____
邮政编码：____
开户银行：____
账 号：____

第五章 采购内容及要求

- 1、响应服务商须提供符合要求的货物及服务，并负责服务中出现的任何问题。
- 2、供应商投标文件的货物内容及要求须符合国家有关标准和规范要求。
- 3、所有服务的知识产权问题，由各响应服务商自行负责。
- 4、采购内容及参数要求

序号	采购标的	技术参数与性能指标														
1	膀胱检查镜系统 (1 套)	<p>一) 总体要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、做诊断用通过检查窥镜可以观察到膀胱内情况; 2、做治疗用如膀胱内小异物和病变组织可用异物钳或活组织钳取出等。 <p>二) 配置需求:</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <tr> <td>1、医用内窥镜摄像系统</td> <td style="text-align: right;">1 套</td> </tr> <tr> <td>2、LED 医用内窥镜冷光源</td> <td style="text-align: right;">1 套</td> </tr> <tr> <td>3、显示器</td> <td style="text-align: right;">1 台</td> </tr> <tr> <td>4、台车</td> <td style="text-align: right;">1 台</td> </tr> <tr> <td>5、灌注泵</td> <td style="text-align: right;">1 台</td> </tr> <tr> <td>6、膀胱镜</td> <td style="text-align: right;">1 套</td> </tr> <tr> <td>7、图文工作站</td> <td style="text-align: right;">1 套</td> </tr> </table> <p>三) 具体要求:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、医用内窥镜摄像系统 <ol style="list-style-type: none"> 1.1 具有 LED 液晶触摸屏 1.2UHD 摄像头，IPX8 防水性能 1.3 水平分辨率：≥1800 线 1.4 有效像素：≥3840×2160 1.5 摄像头支持多种功能：白平衡、冻结、亮度调节、录像、拍照、放大、缩小等。 1.6 数据存储：可通过 USB 储存接口进行数据储存和数据导出 1.7 视频输出：支持 HDMI、RS-232 等输出接口 1.8 具有影像降噪、增益、亮度、锐度等调节功能 1.9 白平衡：支持自动/手动白平衡 1.10 光学适配器：可选择变焦范围 14-32mm，定焦 F18mm, F22mm, F25mm, F28mm, F32mm，可接任何硬管内窥镜，国内外通用 2、LED 医用内窥镜冷光源 <ol style="list-style-type: none"> 2.1 采用 LED 发光组件 2.2 寿命长；LED 寿命≥20000 小时 2.3 色温：3000K~7000K 2.4 显色指数≥90 	1、医用内窥镜摄像系统	1 套	2、LED 医用内窥镜冷光源	1 套	3、显示器	1 台	4、台车	1 台	5、灌注泵	1 台	6、膀胱镜	1 套	7、图文工作站	1 套
1、医用内窥镜摄像系统	1 套															
2、LED 医用内窥镜冷光源	1 套															
3、显示器	1 台															
4、台车	1 台															
5、灌注泵	1 台															
6、膀胱镜	1 套															
7、图文工作站	1 套															

		<p>3、专业液晶显示器</p> <p>3.1 ≥26 寸液晶屏</p> <p>3.2 分辨率：3840×2160 UHD</p> <p>3.3 对比度：1300:1</p> <p>4、医用加压器（灌注泵）</p> <p>4.1 可调节流量设定范围：0.1-1.0L/MIN(误差±20%)</p> <p>4.2 设定压力范围：10-400mm/Hg(2-53.3Pa) (误差 2KPA)</p> <p>5、膀胱镜</p> <p>5.1 工作长度 ≥300mm</p> <p>5.2 插入部分最大宽度 4mm</p> <p>5.3 最大插入部外径 φ4</p> <p>5.4 器械通道最小宽度 5.5Fr ，最小器械孔道内径 4.5 Fr</p> <p>5.5 器械配置：</p> <table border="0"> <tr> <td>内窥镜 0° φ4×302</td> <td>1</td> <td>支</td> </tr> <tr> <td>内窥镜 30° φ4×302</td> <td>1</td> <td>支</td> </tr> <tr> <td>内窥镜 70° φ4×302</td> <td>1</td> <td>支</td> </tr> <tr> <td>鞘套及闭孔器16.5Fr</td> <td>1</td> <td>支</td> </tr> <tr> <td>鞘套及闭孔器18.5Fr</td> <td>1</td> <td>支</td> </tr> <tr> <td>鞘套及闭孔器21Fr</td> <td>1</td> <td>支</td> </tr> <tr> <td>鞘套及闭孔器23Fr</td> <td>1</td> <td>支</td> </tr> <tr> <td>操作器</td> <td>1</td> <td>支</td> </tr> <tr> <td>窥镜桥 单</td> <td>1</td> <td>支</td> </tr> <tr> <td>活检钳 软性 φ2×415</td> <td>1</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>异物钳 软性 φ2×415</td> <td>1</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>锯齿钳 软性 φ2×415</td> <td>1</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>剪刀 软性 φ2×415</td> <td>1</td> <td>把</td> </tr> <tr> <td>清洗棒</td> <td>1</td> <td>支</td> </tr> <tr> <td>导光束 1800mm</td> <td>1</td> <td>支</td> </tr> <tr> <td>连接器</td> <td>2</td> <td>个</td> </tr> </table> <p>6、台车</p> <p>6.1 多层设计，具有静音、带锁轮；</p> <p>6.2 托板间距可自行调整</p> <p>7、图文工作站</p> <p>7.1 品牌商用电脑，i5 同等或以上性能处理器，≥4G 内存，≥1000 硬盘，≥22 寸显示器</p> <p>7.2 墨仓式彩色喷墨打印机。</p> <p>7.3 软件功能：具有图像存储、放大、标注，图文报告编写，病例管理查询、统计等功能。</p>	内窥镜 0° φ4×302	1	支	内窥镜 30° φ4×302	1	支	内窥镜 70° φ4×302	1	支	鞘套及闭孔器16.5Fr	1	支	鞘套及闭孔器18.5Fr	1	支	鞘套及闭孔器21Fr	1	支	鞘套及闭孔器23Fr	1	支	操作器	1	支	窥镜桥 单	1	支	活检钳 软性 φ2×415	1	把	异物钳 软性 φ2×415	1	把	锯齿钳 软性 φ2×415	1	把	剪刀 软性 φ2×415	1	把	清洗棒	1	支	导光束 1800mm	1	支	连接器	2	个
内窥镜 0° φ4×302	1	支																																																
内窥镜 30° φ4×302	1	支																																																
内窥镜 70° φ4×302	1	支																																																
鞘套及闭孔器16.5Fr	1	支																																																
鞘套及闭孔器18.5Fr	1	支																																																
鞘套及闭孔器21Fr	1	支																																																
鞘套及闭孔器23Fr	1	支																																																
操作器	1	支																																																
窥镜桥 单	1	支																																																
活检钳 软性 φ2×415	1	把																																																
异物钳 软性 φ2×415	1	把																																																
锯齿钳 软性 φ2×415	1	把																																																
剪刀 软性 φ2×415	1	把																																																
清洗棒	1	支																																																
导光束 1800mm	1	支																																																
连接器	2	个																																																
2	<p>高清鼻内窥镜系统</p>	<p>一) 医用内窥镜摄像系统 (1 台)</p> <p>1、像素：≥1920 (水平) ×1080 (垂直)</p>																																																

	<p>(1 套)</p>	<p>2、扫描标准：≥ 1125 线（逐行扫描）</p> <p>3、最低照度：5Lux at F5.5</p> <p>4、同步系统：内部，可自动切换</p> <p>5、视频输出清晰度：$\geq 1080P$</p> <p>6、信噪比$\geq 50dB$</p> <p>7、摄像主机具备图像冻结、2.5 倍电子放大功能</p> <p>8、至少具有两种白平衡功能：AWC(自动调节)、MANU（手动调节）</p> <p>9、具有液晶屏幕</p> <p>10、电子快门：AUTO：可调范围 1/50-1/10000S；</p> <p>11、摄像主机具备图像水平和垂直翻转功能</p> <p>12、灵敏度增强：OFF，AUTO（$\times 2/\times 4/\times 8$），MANU（$\times 2/\times 4/\times 8$）</p> <p>13、增益选择：AGC 增益提高可选择</p> <p>14、摄像头防水性能：$\geq IPX8$</p> <p>15、摄像头至少具有四个遥控按键，可实现多种遥控功能</p> <p>二）医用内窥镜冷光源（1 套）</p> <p>1、光源亮度智能调节、均匀无暗区</p> <p>2、采用智能 LCD 触摸操作屏幕</p> <p>3、高照度，相当于 300W 氙灯的光输出</p> <p>4、光源照度：$\geq 1100000Lux$</p> <p>5、光源色温：$\leq 6500K$</p> <p>6、光输出孔规格：$\leq \phi 10mm$</p> <p>7、光源使用寿命：≥ 30000 小时</p> <p>8、与摄像主机为同一制造商</p> <p>三）监视器（1 台）</p> <p>1、尺寸：≥ 24 英寸</p> <p>2、可视角度（H/V）$\geq 170^\circ$</p> <p>3、分辨率：$\geq 1920*1080$（长宽比：16：9）</p> <p>5、亮度：$\geq 700cd/m^2$</p> <p>四）医用台车（1 台）</p> <p>1、全金属氧化构造，铝合金立柱，层板可调，可悬挂多种内镜</p> <p>五）内镜医学影像图文信息管理系统（1 套）</p> <p>1、可连续采集超过 100 万幅高清图片或连续录像 100 小时以上</p> <p>2、可对图像进行图形标注、文字标注,放大镜功能可局部放大图像，便于观察诊断；</p> <p>3、具备四画面图像冻结显示功能，方便医生观察和比较；</p> <p>4、可对采集的图片加时间戳功能，便于记录图片采集时间；</p> <p>5、拥有大容量专家诊断词库和诊断模板，可快速生成诊断报告；</p> <p>6、具备数据备份功能，可将病例打包刻录成光盘；</p> <p>7、支持键盘和脚踏开关采集图像和录像</p> <p>六）鼻窦镜、耳镜、喉镜(各 1 支)</p>
--	--------------	--

		<p>1、内窥镜镜体全部采用优质不锈钢管</p> <p>2、蓝宝石镜头</p> <p>3、耳镜规格：直径$\leq \phi 2.7\text{mm}$，工作长度：$\geq 110\text{mm}$；视向角：0°，数量 1 支。</p> <p>4、鼻窦镜规格：直径$\leq \phi 4\text{mm}$，工作长度：$\geq 175\text{mm}$；视向角：0°，数量 1 支。</p> <p>5、喉镜规格：直径$\leq \phi 6\text{mm}$，工作长度：$\geq 185\text{mm}$；视向角：70°，数量≥ 1 支</p> <p>七) 配置要求 (至少具备)</p> <p>1、高清摄像系统 1 台</p> <p>2、高清光学接口 1 个</p> <p>3、监视器 1 个</p> <p>4、医用内窥镜冷光源 1 台</p> <p>5、医用台车 1 台</p> <p>6、内镜医学影像图文信息管理系统 1 套 (含彩色墨仓式喷墨打印机 1 台)</p> <p>7、鼻窦镜 1 支</p> <p>8、耳镜 1 支</p> <p>9、喉镜 1 支</p>
<p>3</p>	<p>等离子电切镜 (1 套)</p>	<p>一) 总体要求:</p> <p>1、在生理盐水环境下等离子手术设备与等离子手术电极配套使用，在内窥镜下用于前列腺、膀胱软组织的切割和凝血。</p> <p>二) 配置需求:</p> <p>1、等离子手术设备 1 台</p> <p>2、电源线 1 根</p> <p>3、脚踏开关 1 个</p> <p>4、一次性使用等离子手术电极 2 支</p> <p>5、30° 内窥镜</p> <p>6、外鞘</p> <p>7、内鞘</p> <p>8、闭孔器</p> <p>9、冲洗接头</p> <p>10、冲洗瓶</p> <p>三) 技术要求:</p> <p>1、等离子手术设备主机</p> <p>1.1 工作计时：能实时显示治疗时间。</p> <p>1.2 设备应同时具备切割、凝血功能。</p> <p>1.3 工作频率技术参数 $100\text{KHz} \pm 10\text{KHz}$。</p> <p>1.4 具有功率、时间同步显示功能。</p>

		<p>1.5 工作温度：机器工作时，作用在组织上的温度为 40-70° C。</p> <p>1.6 切割输出功率≥350W，≥凝血功率 120W。</p> <p>1.7 输出模式：等离子切割、凝血多档可调，并能实时显示。</p> <p>1.8 治疗主机具有自动识别手柄、脚踏开关的连接状态。</p> <p>1.9 一个治疗刀头能同时实现切割、凝血功能</p> <p>1.10 配置手件两套（内窥镜、内外鞘等）</p> <p>2、刀头技术要求</p> <p>2.1 细环刀头：工作长度 280±5.0mm，电极丝直径为 $\phi 0.35 \pm 0.05\text{mm}$，电极丝高度为 3.6±0.2mm，两极间距 5.0±1.5mm；适用于前列腺剜除、膀胱肿瘤、尿道狭窄、囊肿手术。</p> <p>2.2 粗环刀头：工作长度 280±5.0mm，电极丝宽度为 0.6±0.2mm，电极丝高度为 3.6±0.2mm，两极间距 5.0±1.5mm；适用于前列腺剜除、膀胱肿瘤、囊肿手术。</p> <p>2.3 勾状刀头：工作长度 280±5.0mm，电极丝直径为 $\phi 0.35 \pm 0.05\text{mm}$，电极丝高度为 3.4±0.2mm，两极间距 5.0±1.5mm；适用于膀胱肿瘤剜除、剥离手术。</p> <p>2.4 铲状刀头：工作长度 280±8.0mm，电极丝宽度为 0.9±0.2mm，两极间距 5.0±1.5mm；适用于前列腺剜除、膀胱肿瘤、囊肿手术。</p> <p>2.5 柱状刀头：工作长度 280±8.0mm，电极丝长度为 1.6±0.3mm，电极丝外径为 $\phi 1.2 \pm 0.2\text{mm}$；适用于尿道狭窄、囊肿手术。</p> <p>2.6 滚状刀头：工作长度 280±5.0mm，电极丝高度为 3.0±0.5mm，两极间距 5.0±1.5mm；适用于前列腺切除、膀胱肿瘤、囊肿手术。</p> <p>2.7 针状刀头：工作长度 280±5.0mm，电极丝直径为 $\phi 0.5 \pm 0.2\text{mm}$，电极丝长度 2.7±0.3mm；适用于尿道狭窄、囊肿剥离手术。</p> <p>3、等离子电切镜</p> <p>3.1 插入部分最大宽度：电切手术内窥镜：$\phi 9\text{mm}$</p> <p>3.2 工作长度：电切手术内窥镜：190mm±5.0mm</p> <p>3.3 器械孔道最小宽度：电切手术内窥镜：7.0mm</p> <p>3.4 视向角：30°，视场角：60°</p> <p>3.5 光学镜的有效景深范围：3mm-50mm</p>								
<p>4</p>	<p>电子胆道镜 (1 台)</p>	<p>一) 总体要求： 电子胆道镜主机及医用冷光源为分体式设计，主机图像处理器、医用内窥镜冷光源、电子胆道镜为同一品牌。可用于胆管结石/狭窄/肿瘤的诊断/治疗及活检。</p> <p>二) 配置需求：</p> <table border="0"> <tr> <td>电子胆道镜</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>电子内窥镜图像处理器</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>医用内窥镜冷光源</td> <td>1 台</td> </tr> <tr> <td>医用监视器</td> <td>1 台</td> </tr> </table>	电子胆道镜	1 套	电子内窥镜图像处理器	1 台	医用内窥镜冷光源	1 台	医用监视器	1 台
电子胆道镜	1 套									
电子内窥镜图像处理器	1 台									
医用内窥镜冷光源	1 台									
医用监视器	1 台									

		<p>专用台车 1 台</p> <p>软镜灭菌盒 1 个</p> <p>三) 技术要求:</p> <p>1、电子胆道内窥镜 (一台)</p> <p>1.1 摄像头采用 CMOS 芯片;</p> <p>1.2 视场角: $\geq 120^\circ$;</p> <p>1.3 镜头景深: 3-100mm;</p> <p>1.4 弯曲度: 上、下弯曲角度分别为 $\geq 210^\circ / 130^\circ$, 并带锁定功能;</p> <p>1.5 插入部可左右转向;</p> <p>1.6 插入部头端直径: $\leq 13.5\text{Fr}$ (4.5mm) ;</p> <p>1.7 插入部直径: $\leq 14.7\text{Fr}$ (4.9mm) ;</p> <p>1.8 操作通道: $\geq 6.6\text{Fr}$ (2.2mm) ;</p> <p>1.9 工作长度: $\geq 400\text{mm}$;</p> <p>1.10 色彩还原: 不低于四级;</p> <p>1.11 快捷功能按键 ≥ 4 个;</p> <p>1.12 支持低温等离子灭菌;</p> <p>四) 电子内窥镜图像处理器 (一台)</p> <p>1、分辨率: $\geq 1920 \times 1080$;</p> <p>2、具有一键白平衡功能;</p> <p>3、可根据根据腔体内的亮度自动调节冷光源亮度, 也可手动调节;</p> <p>4、具有细节增强, 色彩增强, 电子放大功能;</p> <p>5、有 USB 接口, 插入 U 盘, 实现拍照、录像的储存;</p> <p>6、可外接图文工作站, 并即时打印;</p> <p>五) 医用内窥镜冷光源 (一台)</p> <p>1、照明方式: LED 光源;</p> <p>2、支持白光模式和特殊光谱成像模式;</p> <p>3、具有两种调光模式: 自动/手动亮度可选;</p> <p>4、具有待机功能, 以便手术过程中短时降低光源亮度, 无需频繁开关机, 提高光源寿命;</p> <p>5、具有 LED 寿命警示功能;</p> <p>6、连接状态指示灯, 指示光源与摄像系统的连接状态。</p> <p>六) 医用监视器 (一台)</p> <p>1、对角线尺寸: $\geq 24''$;</p> <p>2、分辨率: 1920×1080, FHD1080p</p> <p>七) 专用台车 (一台)</p> <p>1、载物托架高度可调节, 台面与层板配有防撞击转角;</p> <p>2、医用静音万向脚轮</p>
5	电子直乙结肠镜 (1 套)	<p>一) 配置要求: 可完成肛门, 直肠, 乙状结肠的检查及镜下活检, 电凝止血等操作及治疗</p> <p>二) 主要要求:</p>

	<p>1、用于观察检查和诊断肛门至乙状结肠下段约 250mm 肠道并提供图文报告。经肛门插入逆行向下，通过监视器可以清楚地发现肛门、肛管、直肠及乙状结肠下段病变并作出诊断。</p> <p>2、须有符合电子直乙结肠镜检查的医疗器械注册证；</p> <p>3、有高清（4K）成像系统</p> <p>3.1. 固态光电传感器（前置镜头），摄像机分辨率：$\geq 8\text{LP/mm}$；</p> <p>3.2. 视频输出：双通道接口，可连接医用监视器和其他微型计算机系统</p> <p>4、光源系统</p> <p>4.1. 检查灯：前置六波段 LED 照明灯；</p> <p>4.2. 视场角：$\geq 45^\circ$（$\pm 15^\circ$）；</p> <p>4.3. 视向角：$\geq 9^\circ$（$\pm 2^\circ$）；</p> <p>4.4. 有效景深：10~55mm；</p> <p>4.5. 使用寿命：≥ 10 万小时；</p> <p>4.6. 使用年限：≥ 6 年；</p> <p>4.7. 色温：$\geq 3000\text{K}$；</p> <p>4.8. 光照强度：$\geq 3500\text{lux}$，可调节；</p> <p>4.9. 灵敏度：最大 5lux（F1.4）自动增益控制（0-12dB）</p> <p>4.10. 工作长度：$\geq 14*250$（L）mm</p> <p>5、显示器</p> <p>5.1 尺寸 ≥ 23 吋</p> <p>5.2. 显示分辨率 $\geq 1280*1024$；</p> <p>6、清洗与消毒：无需清洗消毒，一次性护套将内窥镜与肠腔完全隔离，避免交叉感染。</p> <p>7、一次性护套及扩肛器 受检者无需提前准备，可以随到随查；检查时使用一次性保护套。</p> <p>7.1 护套头端直径：$\leq \Phi 20\text{mm}$</p> <p>7.2 有效工作长度：$\geq 250\text{mm}$；</p> <p>7.3 水通道：用于检查过程中冲水、在检查时冲气。用于膨胀腔道，给手柄进入提供宽阔的空间，提高进镜安全性。 中心通道：孔道内径：$\geq \Phi 3.0\text{mm}$；在影像系统引导下可以进行活检、电烙、电凝、息肉切除等。</p> <p>8、图文工作站</p> <p>8.1 品牌商用机</p> <p>8.2 内存：$\geq 16\text{G}$；</p> <p>8.3 硬盘：512G 固态+1T 机械硬盘；</p> <p>8.4 高分辨率同步显示实时动态影像；</p> <p>8.5 录像可暂停、继续，快进、慢进、后退等功能；</p> <p>8.6 图像病例管理功能：对病例可查询、编辑和修改、删除等；</p> <p>8.7 具有查询统计功能；</p> <p>8.8 具有备份功能，备份所有数据及单独备份患者资料，打印模板，诊</p>
--	---

		<p>断模板；</p> <p>8.9 可实现患者年龄的检索，可以分年龄段来查询，病理诊断、影像所见、影像诊断、患者当日病人、本周病人、本月病人等详细查询；</p> <p>8.10 具备诊断词库，影像所见、影像诊断，在修改后可一键存为诊断词库；</p> <p>8.11 可自定义检查的项目输入；</p> <p>8.12 具有设定报告审核功能；</p> <p>8.13 可与医院 HIS、PACS 系统连接。</p> <p>8.14 彩色墨仓式喷墨打印机</p> <p>9、治疗系统</p> <p>高频电刀：可产生的 416KHz(±10 %)高频电流，可对生物组织进行切割、凝血等外科手术，具有单极切：纯切、混切 1、混切 2、；单极凝：喷凝、柔凝和标准双极凝六种工作模式。</p> <p>配套活检钳及电凝棒</p> <p>10、有专用耗材的需提供耗材报价</p>
<p>6</p>	<p>宫腔镜 (1 套)</p>	<p>一) 功能要求：用于对子宫腔疾病的诊断和治疗,可以帮助医生更清晰的术中观察。</p> <p>二) 配置要求：</p> <p>4K 主机 1 台</p> <p>光源 1 台</p> <p>摄像头 1 个</p> <p>导光束 1 根</p> <p>宫腔镜（一体镜） 1 套</p> <p>膨宫泵 1 台</p> <p>膨宫管 2 根</p> <p>消毒盒 1 个</p> <p>台车 1 台</p> <p>4K 监视器 1 台</p> <p>宫腔镜工作站 1 套（配墨仓式彩色喷墨打印机）</p> <p>三) 性能要求：</p> <p>1、内窥镜主机:具备高清图像处理性能，能够输出 4k 图像，可针对宫腔病变进行辅助诊断。主机自带内置刻录功能，具 u 盘设置功能，支持格式化。</p> <p>2、摄像系统：支持自定义功能，白平衡和手柄拍照录像等多种功能；去雾功能：连续运行恒温不发烫；具有电子放大功能，放大倍数≥2.0 倍；输出图像分辨率 ≥1920×1080；存储图片格式至少具有 JPEG 和 BMP 两种图片格式，支持至少 2 种视频输出口；摄像头防水等级≥IPX8。</p> <p>3、医用冷光源：可自动调节光源亮度，LED 灯泡工作寿命≥30000 小时；色温：3000K~7000K；输入功率 150VA；具有光纤插入自动检测功能，</p>

		<p>无光纤插入时，主机会产生相关提示，光源不发光。</p> <p>4、医用监视器：支持超高清显示，具有 HDMI 超高清接口，可满足 4k 图像显示；背景光亮度≥800cd/m²，能清晰显示暗部细节；具有≥170°可视角度。</p> <p>5、医用台车：具有线缆管理设计，便于收纳。</p> <p>6、膨宫泵：</p> <p>6.1 压力设置范围：0-200mmHg，调节步长：1、2、5、10mmHg 可调节。</p> <p>6.2 冲洗流速范围：0-500mL/min，调节步长：≥10mL/min。</p> <p>6.3 可显示压力、流速等。</p> <p>6.4 具有上压力传感器，可检测剩余液量并报警，避免空气进入腔体。</p> <p>6.5 冲洗管路（2 套）和吸引管路（2 套）重复灭菌≥50 次。</p> <p>7、宫腔镜：</p> <p>7.1 器械紧凑、符合人体工程学，配有防创伤末端；</p> <p>7.2 内窥镜分辨率≥9lp/mm，内窥镜照度≥1500lx。</p> <p>7.3 进出水通道可 360° 旋转，防止水路管缠绕。</p> <p>7.4 诊断—治疗一体，镜体头端无创设计，最大插入部外径≤5.0mm。</p> <p>7.5 消毒灭菌：满足高温高压方式或过氧化氢低温等离子灭菌方式。</p> <p>7.6 器械工作长度：400mm、器械直径：1.6mm，器械可 360 度旋转。</p> <p>7.7 消毒灭菌方式：高温高压消毒或过氧化氢低温等离子灭菌方式。</p> <p>7.8 配置：宫腔镜消毒盒 1 个。</p>												
<p>7</p>	<p>电子阴道镜 (1 台)</p>	<p>一) 整机要求</p> <p>1、产品适用范围：适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。</p> <p>2、使用期限：≥8 年</p> <p>二) 配置要求</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1、电子阴道镜镜头</td> <td style="text-align: right;">1 个</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">2、电脑主机（含阴道镜软件）</td> <td style="text-align: right;">1 台</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">3、液晶显示器</td> <td style="text-align: right;">1 台</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">4、阴道镜支架</td> <td style="text-align: right;">1 套</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">5、台车</td> <td style="text-align: right;">1 台</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">6、彩色喷墨打印机</td> <td style="text-align: right;">1 台</td> </tr> </table> <p>三) 阴道镜头性能</p> <p>1、200 万像素高清摄像模块，1080P 视频输出。</p> <p>2、高清图像的采集质量为 1920*1080。</p> <p>3、按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦。</p> <p>4、按键控制的三级白光观察和电子滤镜功能。</p> <p>5、阴道镜头具有通过按键控制的，拥有醋酸试验自动计时功能。计时的时长 3min-90min 可设置，计时标记可以显示和关闭，计时的时长标记在图像预览区、采集的图像和打印报告的图像上。</p>	1、电子阴道镜镜头	1 个	2、电脑主机（含阴道镜软件）	1 台	3、液晶显示器	1 台	4、阴道镜支架	1 套	5、台车	1 台	6、彩色喷墨打印机	1 台
1、电子阴道镜镜头	1 个													
2、电脑主机（含阴道镜软件）	1 台													
3、液晶显示器	1 台													
4、阴道镜支架	1 套													
5、台车	1 台													
6、彩色喷墨打印机	1 台													

		<p>6、具有通过组合按键初始化镜头调节镜头亮度，自动白平衡和绿平衡，手动白平衡和绿平衡调节。</p> <p>7、放大倍数为 1~50 倍连续放大。</p> <p>8、镜头景深为放大 4 倍时 $\geq 40\text{mm}$，放大 18 倍时 $\geq 5\text{mm}$；视场范围为放大 3 倍时 $\geq \phi 60\text{mm}$；放大最大倍时 $\geq \phi 6\text{mm}$。</p> <p>9、工作距离为放大 3 倍时 $230\text{mm} \pm 5\text{mm} \sim 350\text{mm} \pm 5\text{mm}$。</p> <p>10、光源的色温为 3200K-7000K，显色指数 $R_a \geq 90$；光源的照度可调节，当工作距离为 200mm 时目标中心照度的最大值 $\geq 10000\text{Lx}$，工作距离为 250mm 时光源最大照度 $\geq 7000\text{Lx}$。</p> <p>11、图像几何失真度为 $\leq 3\%$；色彩饱和度平均值为 95%~120%，色彩还原度最大误差不大于 30 NBS，平均误差不大于 20 NBS；</p> <p>12、辐射热，在最近工作距离，视场范围内，最大强度时辐射强度值 $\leq 20\text{W}/\text{m}^2$，光斑直径 $\geq 80\text{mm}$。</p> <p>四) 整机功能配置</p> <p>1、可对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询；可设定预约和随访；可对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP 手术记录等信息进行浏览和编辑功能。</p> <p>2、可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片；定时自动采图；视频录制和录像回放；录制过程中采图，视频回放时采图。</p> <p>3、可提供临床常见病例图谱。</p> <p>4、提供 IFCPC2011/ASCCP 2017 阴道镜专业术语，可进行国际认可的 RCI 评估和 Swede 评估。</p> <p>5、提供多种检查/手术报告单模板。</p> <p>6、病人资料可导出；病例数据信息可自动备份与恢复。</p> <p>7、统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出 excel 表格。</p> <p>8、局域网功能：提供 DICOM 3.0 数据接口、可连接院内 HIS、PACS 系统。</p> <p>9、计算机主机：品牌商用主机，1T 以上高速硬盘；配置 24 寸高清液晶显示器；墨仓式彩色喷墨打印机；一体化医疗仪器推车，可升降直立式移动支架。</p> <p>10、配备专用的镜头硅胶保护套，镜头按键和手柄整体开模注塑成型，用于保护镜头按键和手柄，可高温高压消毒。</p>
8	椎间孔镜 (1 台)	<p>一) 用途：能够完成椎间孔镜经侧路进行椎间孔减压和突出椎间盘髓核摘除的完整手术流程。</p> <p>二) 总体要求：</p> <p>1、配套内镜及手术器械为同一品牌。</p> <p>2、陕西区域内市场占有率较高、在业界反馈较好，售后服务有保障。</p>

	<p>三) 椎间盘内窥镜 (多功能) 1 支</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、视向角 30° 2、视场角 ≥80° 3、工作通道直径 4.2mm~4.5mm 4、外径 ≥7.0mm 5、工作长度 180mm~185mm 6、光学工作距 ≥25mm <p>四) 脊柱内窥镜微创手术器械</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、扩张器 2 支, 每种规格各 2 支, 长度 195mm~280mm, 直径 5.0mm~7.0mm; <ol style="list-style-type: none"> 1.1、扩张器 1: 1 支, 长度 ≥225mm, 直径 ≥7.0mm 1.2、扩张器 2: 1 支, 长度 ≤280mm, 内径 ≥2.0mm, 外径 ≤5.0mm; 2、套筒 2 支, 长度 ≤220mm, 内径 ≥5.0mm, 外径 ≤8.0mm <ol style="list-style-type: none"> 2.1、套筒 1: 1 支, 长度 ≥200mm, 内径 ≥6.0mm, 外径 ≤7.0mm 2.2、套筒 2: 1 支, 长度 <200mm, 内径 ≥7.0mm, 外径 ≤8.0mm 3、工作套管 1 支, 鸭舌口, 顶端双手柄设计, 带有封帽, 长度 173mm~178mm, 直径 7.2mm~8.0mm; 4、内窥镜下用杯状髓核钳 1 支, 长度 325mm~330mm, 直径 2.5mm~2.8mm; 5、内窥镜下使用勺状髓核钳 1 支, 长度 325mm~330mm, 直径 2.5mm~2.7mm, 头端向上弯曲 55°~65°; 6、内窥镜下使用杯状抓钳 1 支, 长度 325mm~330mm, 直径 3.3mm~3.7mm, 钳口带齿, 张开角度 75°; 7、内窥镜下使用篮钳 1 支, 钳口为直形, 长度 325mm~330mm, 直径 2.5mm~2.7mm; 8、内窥镜下使用咬骨钳 1 支, 钳口角度 55°, 长度 360mm~365mm, 直径 3.5mm~3.7mm, 可拆卸使用; 9、咬骨钳手柄 1 支, 与咬骨钳配套使用; 10、内窥镜下使用剥离器 1 套, 头端直形和 L 形各 1 支, 长度 310mm~315mm, 直径 2.5mm~3.0mm; 11、可视空心钻 1 支, 手柄与管轴一体式设计, 长度 175mm~178mm, 内径 7.0mm~7.6mm, 外径 8.0mm~8.5mm; 12、脊柱微创手术通道扩张管 1 支, 长度 155mm~160mm, 内径 8.0mm~8.6mm, 外径 9.0mm~9.5mm; 13、配套骨科用线锯导引器 2 套, 长度 150mm~280mm, 直径 1.2mm~1.5mm; 14、配套骨锤 1 支, 直径 22mm~30mm, 长度 180mm~240mm, 带有缓冲装置; 15、配套内窥镜下使用骨凿 1 支, 长度 ≥310mm, 直径 ≥3.5mm; 16、可放置所有器械的器械盒及内镜消毒盒 1 套。 <p>五) 等离子手术设备</p>
--	--

		<p>1、设备用途：应用于外科手术中对软组织进行切割和凝血；具有单极切割、止血功能和配套电极；</p> <p>2、设备和刀头（电极）为同一生产厂家；</p> <p>3、性能指标和技术要求</p> <p>3.1. 切割消融模式：1~10 档可调；</p> <p>3.2. 凝固血模式：1~10 档可调；</p> <p>3.3. 消融时间：1~8 秒，可预设，自动响应工作；</p> <p>3.4. 等离子激发时间：180ns；</p> <p>3.5. 电磁辐射：设备工作时射频信号对其它设备的干扰<-30dbm；</p> <p>3.6. 工作温度：设备作用在组织上的温度为 40~70℃；</p> <p>3.7. 设备输出功率：≤400W；</p> <p>3.8. 设备工作频率：≥100KHz；</p> <p>3.9. 凝血功率≤65W.</p> <p>4、设备性能</p> <p>4.1. 识别检测功能；具备自动检测功能，刀头自动识别、断开报警功能，</p> <p>4.2. 双区状态显示：设备分双模式双区显示。</p> <p>4.3. 待机保护功能；</p> <p>4.4. 界面显示及指示：触控显示屏；使用寿命≥20000 小时。主机各项功能、标识、状态均显示；</p> <p>4.5. 脚踏：进液防护等级 IPX8, 能提供切割功率调整功能，连接器为金属材质；</p> <p>4.6. 误操作提示，误踩脚踏时、刀头短路、主机有声音和文字提示功能，以保证设备使用安全；</p> <p>4.7. 主机具备内镜保护功能，电极接触内镜发生短路时，瞬间停止输出，远离内镜时再次启动输出；</p> <p>5 临床使用范围及耗材要求：</p> <p>5.1. 适用于脊柱、关节、疼痛等微创手术中切割、消融、止血。</p> <p>5.2. 刀头（电极）一次性使用。</p>
--	--	---

5、商务要求

- (1) 供货期：合同签订后 30 日历天。
- (2) 质量要求：满足相关行业规范及采购人需求。
- (3) 质保期：验收合格通过之日起原厂质保 3 年。
- (4) 交货地点：采购人指定地点。
- (5) 包装、保险及发运、保管要求

①设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

②乙方负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

③设备至甲方指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由乙方负责。

(6) 合同价款

合同总价包括：货物（产品）设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物品等其他有关各项的含税费用。

投标报价不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响。其他项目标明的价格，在合同执行过程中不做调整，若有漏报或缺报，视为该项费用已包括在其它项目中。

付款方式：分阶段付款

①项目验收合格后 30 日内支付合同总价的 20%；

②验收合格后满 6 个月，30 日内支付合同总价的 70%；

③质保期满后 30 日内支付合同总价的 10%；

(7) 项目检验与验收

1. 中标人向采购人提交项目实施过程中的所有资料。

2. 符合项目所在地政府采购监管部门要求，由县卫健局、采购单位会同县财政局组织聘请的第三方机构专家代表共同对采购的货物和服务进行履约验收。

第六章 投标文件格式

投标文件编制说明

- 1、投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。
- 2、电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人 CA 锁”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA 锁”进行签章。
- 3、供应商必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），否则将作为无效响应处理。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

政府采购项目

文件编号：STTY-HW-2025-037

蓝田县人民医院 2025 年 椎间孔镜等医疗设备采购项目

投标文件

投标人：_____

时 间：_____

目 录

- (1) 投标函
- (2) 开标一览表
- (3) 投标分项报价表
- (4) 选配件及耗材报价表（如有）
- (5) 货物说明一览表
- (6) 技术规格响应偏离表
- (7) 商务条款响应偏离表
- (8) 资格证明文件
- (9) 2022 年 01 月 01 日至今类似项目业绩（以合同为准，复印件加盖公章）
- (10) 产品的合法渠道证明文件
- (11) 产品技术资料
- (12) 实施方案
- (13) 投标人认为有必要补充说明的事宜
- (14) 投标人承诺书
- (15) 中小企业声明函
- (16) 残疾人福利性单位声明函
- (17) 监狱相关企业声明函

1. 投标函

致：采购人名称

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以投标报价大写_____，小写_____，供货期_____，按合同约定完成本项目，质量标准_____。

2. 投标有效期：自投标截止之日起_____日历天，我方承诺在招标文件的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

4. 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 我方将按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物（产品）及相应服务。

6. 我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

7. 我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

8. 我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

9. 我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

10. 我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

11、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人：_____

详细地址：_____

邮政编码：_____

电 话： _____

传 真： _____

电 子 邮 件： _____

开 户 银 行： _____

帐 号： _____

投标人： _____（单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）： _____

日 期： _____

2. 开标一览表

项目编号	投标总价 (人民币:元)	交货期 (日历天)	质量标准	质保期
	(大写)			

投标人：_____（单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____

3. 投标分项报价表

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
总计 (人民币元)									¥:

投标人：_____ (单位公章)

法定代表人或被授权人 (签字或盖章)：_____

日期：_____

4. 选配件及耗材报价表（若有）

序号	名称	品牌/型号	制造厂家	规格和说明	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注

投标人：_____（单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____

5. 货物说明一览表

序号	名称	品牌/型号	配置、规格及主要技术参数	制造厂家	数量	交货期

投标人：_____（单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：_____

日期：_____

8. 资格证明文件

1) 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2) 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（格式自拟，加盖投标人公章）；

3) 税收缴纳证明：提供近 1 年内已缴纳的任意 1 个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件；

4) 社会保障资金缴纳证明：提供近 1 年内已缴纳的任意 1 个月的依法缴纳税款的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税款的供应商，应提供相关证明文件；

5) 良好的财务状况：提供会计师事务所出具的有效的 2024 年度财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或提交自公告发布之日起至投标截止日期前银行出具的资信证明，其他组织和自然人提供银行出具的资信证明或财务报表；

6) 提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

7) 所投产品的医疗器械注册（备案）证；

8) 供应商为制造商的须提供《医疗器械生产许可（备案）证》；

9) 供应商为代理商的须提供《医疗器械经营许可（备案）证》及制造商的《医疗器械生产许可（备案）证》；

10) 法定代表人授权委托书及被授权人身份证明（法定代表人直接参与开标只须提供其身份证明）、参会人员投标截止时间前近三个月社保缴纳证明（格式见附件）。

11) 非联合体投标声明（格式自拟）

法定代表人资格证明书

致：陕西盛泰天域项目管理有限公司			
项目名称			
项目编号			
权 限	办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
有效期	自提交投标文件的截止之日起90日历天		
企 业 信 息	企 业 名 称		
	法 定 地 址		
	营 业 执 照 注 册 证 号		
	工 商 登 记 机 关		
	网 址		
法 定 代 表 人	姓 名		性 别
	职 务		联 系 电 话
	传 真		
	通 讯 地 址		
法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反面 （粘贴处）			
法定代表人签字或盖章：_____			
投标人名称：_____（单位公章） 日期：_____			

（法定代表人直接投标，只须提供法定代表人证明书）

法定代表人授权委托书

致：陕西盛泰天域项目管理有限公司				
被授权项目与内容	项目名称			
	项目编号			
	授权范围	全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。		
	法律责任	本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。		
	授权期限	本授权书自提交投标文件的截止之日起90日历天		
企业信息	企业名称			
	法定地址			
	营业执照注册证号			
法定代表人	姓名		性别	
	职务		手机号码	
被授权人	姓名		性别	
	职务		手机号码	
通讯地址				
法定代表人身份证复印件 二代身份证正、反面 （粘贴处）		被授权人身份证复印件 二代身份证正、反面 （粘贴处）		
法定代表人签字或盖章：_____		被授权人签字或盖章：_____		
投标人名称：_____（投标人单位公章）		日期：_____		

（被授权人投标时，须提供法定代表人授权委托书，并附近三个月社保缴纳证明）

9. 业绩证明资料

2022 年 01 月 01 日至今类似项目业绩

10. 产品的合法渠道证明文件

11. 产品技术资料

12. 实施方案

(根据评标办法响应, 格式自拟)

13. 投标人认为有必要补充说明的事宜（若有）

承诺书 II

致：蓝田县人民医院		
<p>作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 III

致：蓝田县人民医院		
<p>作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 IV

致：蓝田县人民医院		
<p>作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p> <p>本公司承诺：本次投标产品为正品行货。</p>		
投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 V

致：蓝田县人民医院		
<p>作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资格条件证明文件、业绩证明文件及其他证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。</p>		
投标人	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书 VI

致：蓝田县人民医院

作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：我单位法人代表及主要负责人所在的公司近三年内没有违法违规行为，如有，我单位自愿放弃本次项目的投标。

投标人	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

15. 《中小企业声明函》（如有）

中小企业声明函(货物)

致：（采购人名称）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

16. 《残疾人福利性单位声明函》

(非残疾人福利企业不填写)

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

17. 《监狱相关企业声明函》

(非监狱、戒毒企业不填写)

监狱相关企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱、戒毒企业，且本单位参加的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱、戒毒企业制造的货物（不包括使用非监狱、戒毒企业注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

备注：投标人提供的《监狱相关企业声明函》必须真实有效，投标人应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。