

延川县疾病预防控制中心关于实验室设备
采购项目(二次)

招 标 文 件

(项目编号: ZCSP-延川县-2025-00021.1B1)

采 购 人: 延川县疾病预防控制中心

采购代理机构: 延川县政府采购中心

日

期: 2025年4月17日



延川县疾病预防控制中心关于实验室设备 采购项目(二次)

招 标 文 件

(项目编号: ZCSP-延川县-2025-00021.1B1)

采 购 人: 延川县疾病预防控制中心

采购代理机构: 延川县政府采购中心

日 期: 2025年4月17日

目 录

第一部分 招标公告.....	2
第二部分 投标人须知前附表.....	6
第三部分 投标人须知.....	12
一、名词解释.....	12
二、招标文件及要求.....	12
三、招标要求.....	13
四、投标文件的式样和签署.....	17
五、投标文件的密封和递交.....	18
六、评标委员会组成及职责.....	19
七、评审程序及评审办法.....	21
八、确定中标人.....	30
九、合同.....	30
第四部分 采购内容及要求.....	32
第五部分 商务及合同主要条款.....	37
第六部分 招标投标文件格式.....	41

第一部分 招标公告

延川县疾病预防控制中心关于实验室设备采购项目(二次)招标公告

项目概况

关于实验室设备采购项目(二次)招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(陕西省·延安市)获取招标文件，并于 2025年05月09日 10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZCSP-延川县-2025-00021.1B1

项目名称：关于实验室设备采购项目(二次)

采购方式：公开招标

预算金额：2,350,000.00元

采购需求：

合同包1(关于实验室设备采购项目):

合同包预算金额：2,350,000.00元

合同包最高限价：2,330,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	最高限价(元)
1-1	其他仪器仪表	实验室设备	1(项)	详见采购文件	2,350,000.00	2,330,000.00

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起2个月

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(关于实验室设备采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

- (1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号
- (2) 财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库[2014]68号
- (3) 《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）
- (4) 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）
- (5) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）
- (6) 《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号
- (7) 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕
- (8) 其他法律法规

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(关于实验室设备采购项目)特定资格要求如下：

- 1、具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；
- 2、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；
- 3、供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
- 4、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 5、财务状况报告：提供2023年度（或2024年度）经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
- 6、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
- 7、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。
- 8、供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺书；
- 9、本项目专门面向中小微企业，提供中小微企业声明函；

三、获取招标文件

时间： 2025年04月18日 至 2025年04月24日， 每天上午 08:00:00 至 12:00:00， 下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：全国公共资源交易平台(陕西省·延安市)

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2025年05月09日 10时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心交易三厅

开标地点：延安市公共资源交易中心交易三厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

6.1凡有意参与的投标人于报名期间使用CA锁在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）网上报名,报名成功后在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》免费下载,

6.2请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：延川县疾病预防控制中心

地址：延川县河东

联系方式：18992119300

2. 采购代理机构信息

名称：延川县人民政府采购中心

地址：陕西省延安市延川县延川县河东财政办公大楼（延川县财政局1楼）

联系方式：8331531

3. 项目联系方式

项目联系人：孙工

电话：8331531

延川县政府采购中心

2025年4月17日

第二部分 投标人须知前附表

序号	条款	编 列 内 容
1	项目 名称	延川县疾病预防控制中心关于实验室设备采购项目(二次)
2	采购人	采购人名称：延川县疾病预防控制中心 地 址：延川县 联系人：刘先生 电 话：18992119300
3	采购代理 机构	采购代理机构：延川县政府采购中心 地 址：延川财政局一楼 联系人：孙工 电 话：0911-8331531
4	联合 体形式	不允许联合体投标
5	备选 方案	不允许提供
6	标包划分	本标段行业划型标准： 按照制造业行业申报 合同包1延川县疾病预防控制中心关于实验室设备采购项目(二次): 合同包预算金额：235万元 合同包最高限价：233万元 本合同包不接受联合体投标 合同履行期限： 自合同签订之日起2个月

7	投标有效期	投标文件从开标之日起，投标有效期为 90 日历天。
8	资格、符合性要求	1. 资格性要求： 1、具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行； 2、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）； 3、供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）； 4、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 5、财务状况报告：提供2023年度（或2024年度）经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）； 6、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件； 7、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。 8、供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺书； 9、本项目专门面向中小微企业，提供中小微企业声明函；

2. 符合性要求:

- 1. 纸质投标文件正、副本数量及装订方式是否符合招标文件要求
- 2. 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段，三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段完全一致。
- 3. 投标文件签署、盖章是否符合招标文件要求
- 4. 服务期是否满足招标文件要求；
- 5. 投标有效期是否满足招标文件最低要求；
- 6. 开标一览表：

		(1) 投标报价符合唯一性要求； (2) 开标一览表填写符合要求； (3) 计量单位、报价货币均符合招标文件要求； 7. 技术/服务要求：是否完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留； 8. 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项； 9. 合同条款：是否完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述 按照符合性中的 9 项要求逐项审查，缺一项或某项达不到要求，按无效投标文件处理。
9	投标文件	纸质版：投标文件正本一份、副本一份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U 盘《电子文档应为PDF与WORD格式各二份》）。纸质版档案资料自行送至延安市公共资源交易中心交易三厅。 加密电子版：加密电子版（SXSTF 格式）上传至全国公共资源交易平台（陕西省.延安市）。 注：1.本项目为网投项目，各供应商请自行在指定地点办理相关数字认证证书（CA锁），并在全国公共资源交易平台（陕西省）陕西省公共资源交易中心（http://www.sxggzyjy.cn/）网站，服务指南模块中下载专区内下载《政府采购投标单位操作手册》等相关操作手册，按照操作手册完成相关投标、开标活动，其他技术问题可咨询相关网站服务热线或技术支持电话。 2.2-1、采购代理机构按招标文件规定的时间在全国公共资源交易

		平台（陕西省·延安市）电子招投标系统线上开启开标会议，所有供应商进入不见面开标系统线上参加。2-2、所有参会人员应线上签到，并按系统提示对投标文件进行解密。投标人法定代表人或授权代表未参加开标的，视同认可开标结果。2-3、合格供应商按规定提交合格的投标文件后到投标截止时间前如中途要求撤回时，则该投标文件不予开封，摄像留存后，将投标文件退还供应商（包含纸质及电子版）。2-4、不合格供应商按规定提交的投标文件，未开封的投标文件摄像留存后，将投标文件退还供应商（包含纸质及电子版）；已开封的投标文件不予退还（包含纸质及电子版）。2-5、开标程序：（1）本项目为不见面线上开标，请各投标人提前进入不见面开标大厅。（2）在线签到并根据系统提示按时解密。（3）系统宣布开标会议结束，所有供应商在线等待。 3.因采购人需要留存档案资料，故供应商需按要求提交纸质版档案资料。纸质版档案资料自行送至延安市公共资源交易中心交易三厅。
10	评审办法	综合评分法（详见第三部分）
11	勘察现场	是 ☐ 否 ☒
12	进口产品	是 ☐ 否 ☒
13	样品	是 ☐ 否 ☒
14	履约保证金	/

15	重新招标 或者变更 采购方式	重新招标或转变采购方式情形须按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）规定的相关原则处理。
16	法律 依据	本招标根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等相关政府采购相关法规制定，若有本招标文件未尽事宜按照政府采购相关法规执行。
17	需要补充 的其他内 容	1. 本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。 2. 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

第三部分 投标人须知

一、名词解释

（一）采购人：延川县疾病预防控制中心

（二）采购代理机构：延川县政府采购中心

（三）投标人：响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标的法人或自然人。

（四）招标文件：含澄清、修改内容的书面资料和招标文件格式的统称。

二、招标文件及要求

招标文件以中文编制。招标文件包括六部分，各投标人应根据招标文件中的所有内容及要求提交全部资料。

（一）招标文件组成：招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1. 招标公告
2. 投标人须知前附表
3. 投标人须知
4. 采购要求
5. 合同主要条款
6. 投标文件格式

（二）招标文件的澄清或修改：

1. 提交首次投标文件截止之日前，采购代理机构或者采购人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购

人或者采购代理机构应当在提交首次投标文件截止时间至少15日前在“全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）”网站统一发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，采购人将酌情延长投标截止时间。投标人应及时登录“全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）”网站获取澄清信息，否则引起的一切后果由投标人自负。

2. 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。投标人如对招标文件或采购活动事项有疑问的在投标截止时间前10日及时登录“全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）”要求采购人对招标文件予以澄清。投标人对招标文件或采购活动事项有质疑，应在采购文件公告期限届满之日以书面形式要求采购人对质疑事项予以澄清。招标文件的澄清答复将在收到投标人询问函后3日内以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。招标文件的质疑澄清答复将在收到投标人质疑函后七个工作日内，以书面形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

3. 投标人在收到澄清后，应在招标文件澄清发出后24小时以内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。若投标人未在规定时间内回复的视为已收到该澄清文件。投标人未按照澄清后的招标文件进行响应的，由此带来的不利后果由投标人自行承担。

（三）投标人使用CA锁在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）平台免费下载招标文件。

（四）招标文件的解释权归采购代理机构。

三、招标要求

（一）招标内容：本次招标内容为延川县疾病预防控制中心关于实验室设备采购项目（二次），**各投标人应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容 & 要求做出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。**

（二）合格投标人要求

1. 投标人资格要求：

本次项目采用公开招标的方式进行，具备本次招标文件要求资质的投标人均可参加本次招标活动，在参加招标时应提供资质证明文件，由采购人进行资格审查，具体内容及审查办法详见投标人须知前附表。

2. 限制投标要求：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加同一项目的其他采购活动。

3. 本次招标项目（不允许）联合体投标。

（三）投标文件的编制：

1. 投标文件必须根据招标文件提供的内容及格式编制，应在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统下载投标文件制作软件进行编制并上传递交，并对招标文件做出实质性响应，具体内容包括：

（1）投标响应函

- (2) 投标报价表
- (3) 法定代表人证明书与授权书
- (4) 投标人资格证明文件
- (5) 投标响应方案说明
- (6) 投标人承诺书
- (7) 投标人认为有必要说明的其他问题
- (8) 附件

2. 投标文件的编写：

(1) 投标文件格式：投标人必须按招标文件的“第六部分 投标文件格式”编写投标文件，投标人不得对格式做任何修改。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

(2) 投标文件编写说明：

a. 投标人应仔细阅读招标文件，充分理解招标文件的要求。凡与招标文件的规定有重大不符合的投标文件，否则投标可能被否决。

b. 凡没有按投标文件格式和内容编写、投标文件组成不全的投标人，否则投标可能被否决。

c. 投标人必须对招标文件的所有规定和要求做出实质性响应，否则投标可能被否决。

d. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则投标可能被否决。

3. 投标报价

(1) 投标人应在投标文件中的投标报价表上（唱价报告），标明投标总报价，任何有选择的报价，采购人和采购代理机构不予接受。

（2）投标报价是完成招标内容所需的全部费用，包括但不限于苗木费、人工费、利润、税金、劳保费、保险费、合同包含的所有风险与责任、政策性文件规定的各项应有的一切费用及其它相关的费用。

（3）投标报价表成交的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

（4）凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

（5）投标人应按各自的能力，结合服务内容、服务期限、人员投入等各种因素，综合测定后报价。

（6）最低报价不是确定成交投标人的唯一依据。

（7）招标过程中所产生的一切费用由投标人自行承担。

4. 报价货币：人民币。单位：元（精确到小数点后两位）。

5. 报价语言：汉语语言文字。

（四）投标保证金：无

（五）投标文件有效期

投标文件有效期为自开标之日起九十（90）个日历日，在有效期内投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人完成评标、定标以及合同签订事项。中标人的投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

四、投标文件的式样和签署

（一）投标文件正本一份、副本一份、电子版两份，开标一览表一份、分别胶装装订成册、且封面须清楚地标明“正本”、“副本”、“电子版”“开标一览表”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U 盘《电子文档应为 PDF 与 WORD 格式各二份》）。

（二）投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标码，在每一页的正下方清楚标明连续页码。因字迹不清、表达不准或不按规定的投标文件格式编制的投标文件，所引起的不利后果由投标人自负。

（三）投标文件的正本和所有的副本必须在需要加盖公章或签字处加盖投标人红色公章或签字。

（四）除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权人代表签字或盖章。

（五）投标文件的打印应清楚工整，统一采用 A4 纸编制（如部分附表需要用其他规格的复印纸编写，则应按 A4 复印纸折叠）。

（六）投标文件应牢固装订成册，不可插页抽页。牢固装订成册是指用胶装的办法，书脊涂有胶粘剂以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

五、投标文件的密封和递交

（一）投标文件密封

1. 投标人应将投标文件的正本、所有副本及投标文件电子版，用单独的信封分别密封，且在信封上标明“正本”、“副本”、“电子版”“开标一览表”字样。在规定的提交投标文件截止时间前，投标文件须当面递交。

2. 封套应加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章），标明项目编号、项目名称，投标人全称（公章）等内容。

3. 如果投标文件未按要求密封和加写标记，采购代理机构有权拒收投标文件。

（二）投标文件的递交

1. 纸质版投标文件递交地点：延安市为民服务中心 7 号楼二楼（延安市 公共资源交易中心交易三厅）；电子投标文件递交地点：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。

（备注：本项目采用电子化和纸质版并行投标的方式，投标人须使用数字认证证书（CA 锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。本项目采用不见面开标模式。） **开标程序：**

（1）本项目为不见面线上开标，请各投标人提前进入不见面开标大厅。（2）在线签到并根据系统提示按时解密。（3）系统宣布开标会议结束，所有供应商在线等待。供应商不能正常进行投标响应的，责任自负。

2. 采购代理机构收到投标文件的时间不得迟于招标文件规定的投标文件递交截止时间；招标文件规定的截止时间以后送达的投标文件，将被拒绝接受，采购代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、登记和组织工作，对其投标文件的有效性不负任何责任。采购代理机构将拒绝并原封退回在截止期后收到的任何投标文件。

3. 投标文件递交后，在投标截止期前，经采购代理机构同意后投标人可以修改或撤回其投标文件。修改或撤回的内容应按招标文件的规定编制、密封、标记和发送。并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

4. 投标截止期后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

六、评标委员会组成及职责

（一）为确保招标工作公平、公正，根据有关规定成立评标委员会。

评标委员会由采购人及有关专家组成，成员人数为 5 人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，采购预算金额在 1000 万元以上、技术复杂的项目或者社会影响较大的项目，评标委员会成员应当为 7 人及以上单数。评标委员会成员在专家库中随机抽取。评标委员会成员应当遵守并履行下列义务：

1. 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；
2. 要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；
3. 按照招标文件的要求和评标办法进行评审，推荐中标候选人名单，对评审意见承担个人责任；
4. 对评审过程和结果以及投标人的商业秘密保密；
5. 编写评审报告；

6. 配合采购代理机构答复投标人提出的质疑；
7. 配合财政部门的投诉处理工作；
8. 依据政府采购法有关精神，有权对招标过程中出现的一切问题做出处理决定。

（二）评标委员会的职能：

1. 审查参加投标人的资质文件是否齐全、合法、有效；
2. 与各投标人就投标文件（含澄清、说明或补正的内容）中的实施方案、投标报价、业绩、商务响应等进行评审；
3. 依据招标文件，并视招标情况，确定进入最终评审的投标人；
4. 排序推荐中标候选人；
5. 协商处理招标过程中出现的其它相关问题。

（三）招标开始后，直到与中标的投标人签订合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较各投标人的有关资料及意见等内容，招标小组均不得向投标人及与招标无关的其他人透露。

七、评审程序及评审办法

（一）评审会议

1. 在招标文件规定的时间和地点，由采购代理机构组织招标工作。
2. 本项目采用线上**不见面**开标模式。
3. 招标过程由采购代理机构指定专人记录。
4. 投标文件出现下列情况，修正原则为：

（1）投标时，投标文件中投标报价表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以投标一览表为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

(4) 文字与图表不符以文字为准；

(5) 正本与副本不符以正本为准。

(二) 评标方式：采用综合评分法。

(三) 投标文件初审：

1、投标人的资格性审查

依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标人的资格证明文件进行审查，以确保投标人是否具备相应资格，资质文件（1）-（9）项为必备资质，缺其一项或某项达不到标书要求，均按无效处理。

2、投标文件符合性审查

依据法律法规和招标文件的规定，由评标委员会对符合资格要求的投标人的投标文件有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性内容作出响应。投标文件的符合性评审（合格性、完整性、有效性），具体审查：

序号	符合性审查内容	结论
1	纸质投标文件正、副本数量及装订方式是否符合招标文件要求	合格/不合格
2	投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段，三处均无遗漏，且与	合格/不合格
3	投标文件签署、盖章是否符合招标文件要求	合格/不合格
4	服务期是否满足招标文件要求；	合格/不合格

5	投标有效期是否满足招标文件最低要求；	合格/不合格
6	开标一览表：（1）投标报价符合唯一性要求； （2）开标一览表填写符合要求； （3）计量单位、报价货币均符合招标文件要求；	合格/不合格
7	技术/服务要求：是否完全理解并接受对合格供应商、合格的工程或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留；	合格/不合格
8	无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项；	合格/不合格
9	合同条款：是否完全理解并接受招标文件合同基本条款要求的描述	合格/不合格

对通过审查的，被认为其投标文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。

3、经过对投标人资格审查及投标文件符合性审查，出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

（1）出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理情形：

- a. 服务期限是否完全响应；
- b. 付款方式是否完全响应；
- c. 实施方案是否满足招标文件要求；
- d. 投标文件有效期是否合格；
- e. 投标文件的签字盖章是否合格；
- f. 投标文件内容是否齐全，字迹是否清晰可辨，格式是否符合招标文

件规定的格式要求；

g. 招标文件规定的其他要求。

i. 招标文件规定的其他情形。

（2）评标委员会对投标人投标文件进行审查，出现下列情况之一者不得进入评审程序：

a. 投标人没有经过正常渠道购买招标文件或投标人的名称与登记领取招标文件单位的名称不符。

b. 投标文件中未提交法定代表人授权书、被授权人身份证（法定代表人直接参与招标未按要求提交其有效身份证）或授权书的合法性或有效性不符合招标文件规定。

c. 必备资质的有效性或符合性不符合要求的。投标人提供的资质原件与招标文件所附的复印件不一致的，要求在招标截止时间前提交原件未提交原件的或提供的原件不全的。

d. 投标文件内容不全或字迹模糊辨认不清，导致投标文件不满足招标文件实质性要求的。

e. 投标文件未按招标文件规定要求密封、签署、盖章。

f. 投标文件的商务响应与招标文件商务要求（服务期限、付款、验收等项）出现重大偏离的或附加了采购人难以接受的条件。

g. 投标文件中出现漏项或服务内容与要求不符的。

h. 投标人针对同一采购内容递交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的。

i. 提供虚假证明，开具虚假资质，出现虚假应答的。

j. 投标报价超出采购预算的。

（四）投标文件的澄清：

为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式（包括电传、传真）提交，但不得寻求对投标价格或实质性内容做任何更改。

评标委员会在对投标文件进行审查时，可以要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会要求投标人澄清、说明或者更正投标文件应当以书面形式做出。投标人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。投标人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(五) 评审办法

1. 由评标委员会采用综合评分法对提交的投标文件和报价进行综合评分。
2. 评审方法：采用综合评分法，即对投标文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。
3. 评审指标分值构成（总计100分）

磋商报价 (30分)	满足磋商文件实质性要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。 1. 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×30的公式计算得分。 2. 磋商报价不完整的，不进入磋商基准价的计算，本项得0分。
-----------------------	---

服务方案（54分）	技术参数 20分	1. 所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应招标文件第四章“技术参数表”中“▲”项(30 项)所有参数要求，满分15 分，负偏离每项扣 0.5分,扣完为止。（赋分以佐证材料提供的技术参数为准。佐证材料中产品参数以制造商出具的相应的功能证明材料为依据，包括但不限于原厂产品检测报告、功能截图等，具体以技术参数为准） 2. 其他未标注项参数满足招标文件要求，根据详细具体情况得0-5分（赋分以佐证材料提供的技术参数为准。佐证材料中产品参数以制造商出具的相应的功能证明材料为依据，包括但不限于原厂产品检测报告、功能截图等, 具体以技术参数为准）
	供货安装方案 15分	根据供应商承诺的质量保证范围，对产品的供货、安装、调试等实施组织措施及方案，并针对该项目做出合理计划及调试，保证顺利进行；方案符合实际情况，完善、可实施性强得（10-15】分；方案基本符合实际情况，较完善、可实施性一般得（5-10】分；方案不符合实际情况，不完善、可实施性差得（0-5】分；未提供方案得0分。
	项目组织及人员安排 7分	供应商应具有完善的项目管理体系，针对本项目的实施组织、人员安排（包括项目经理、项目组成员组成，包括：专业程度及人数）有具体方案，分工合理、责任明确，能确保项目顺利实施。评审小组根据以上几方面在0-7分内综合赋分。
	应急方案 12分	根据供应商针对本项目在实施过程中的应急突发事件处理的具体措施，突发事件（如损坏、意外伤亡、消耗、防盗等应急事件）制定详细、全面的各项处理预案，评审小组在0-12分内综合赋分。

服务保障 (10分)	质量保证及售后服务 10分	产品生产的质量保证体系及产品的全面性，符合行业规范；能提供详细的售后服务承诺方案。 根据产品生产的质量保证体系及产品的全面性评比计0-5分； 根据保修承诺方案的可行性进行评比计0-5分
业绩 (6分)	类似业绩6分	近三年（2022年1月1日至今）与本项目类似业绩，以合同原件为准，每提供一份得2分，最高计6分，未提供或不按要求提供的此项不得分。（并将合同复印装订在响应文件正副本中）。
备注： （1）磋商报价应包含磋商文件所要求的一切费用。 （2） 供应商不得以低于成本的报价参加磋商。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。 （3）评审指标中要求的所有证书、合同等证明材料须提供清晰复印件加盖供应商公章装订在正、副本中。		

（七）评标委员会认为投标人的**报价明显低于**其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（八）需要落实的政府采购政策

8.1 中小企业落实政府采购政策

（1）中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动

执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）供应商须提供中小企业声明函，以此为依据，由评标小组审定，符合条件的企业享受政府采购政策。

8.2监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》一财库〔2014〕68号。根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，

应当提供监狱企业单位声明函，以此为依据。评标小组对监狱企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.3产品制造商属于小型和微型企业的价格给予10%的价格扣除，产品制造商属于监狱和戒毒企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，同时满足前两条的只给予一次价格扣除。供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

8.4投标产品的节能、环保政策

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。节能产品、环境标志产品计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

8.5残疾人就业落实政府采购政策

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，残疾人福利性单位应符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通

知》——财库〔2017〕141号规定，应当提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。评标小组对残疾人福利性单位的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.6《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）

政策提示：政府采购中标(成交)供应商可凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。

8.7《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号

8.8《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）

8.9《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

8.10《延安市优化政府采购营商环境具体措施的通知》（延采办采〔2023〕15号）

（九）推荐中标候选人名单。

评标委员会应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评审报告。评审得分相同的，按照报价由低到高的顺序推荐。评审得分相同且报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

八、确定中标人

（一）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

（二）采购人也可以书面授权评标委员会直接确定成交供应商。

（三）成交供应商确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

（四）供应商对成交公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

九、合同

（一）自中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，采购人与中标人洽谈合同条款，并签订合同。招标文件及中标人的投标文件均作为合同的组成部分。

（二）中标后，中标人无正当理由拖延或拒签合同，采购人有权取消其中标资格，并按评标结果顺序重新确定中标人。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚，并没收其投标保证金。

十、采购代理服务费

无

第四部分 采购内容及要求

一、项目名称：延川县疾病预防控制中心实验室设备采购项目（二次）。

二、功能需求：进一步提升我中心实验室检测服务能力，满足GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》中生活饮用水水质常规指标、消毒剂常规指标及部分扩展指标的检测对仪器设备需求，及病原微生物实验室操作中对环境、人员和样品的安全防护。

三、采购货物名称、数量及技术参数。

序号	货物名称	技术参数	计量单位	采购数量
1	气相色谱-质谱联用仪	气质联用仪，是水中有有机物检测的必备仪器，关键参数： 1、气相色谱仪主机含高精度柱温箱，EPC电子气路控制系统，分流/不分流进样口； 2、四极杆质谱仪主机含高性能涡轮分子泵、机械泵、惰性EI离子源； ▲3、灵敏度优于10fg八氟萘，S/N≥1500:1； ▲4、质量范围1.5-1250 amu； 5、可全扫描和选择离子分别监测、同步监测、交替扫描； 6、自动进样器、全自动吹扫捕集装置各一套； 7、联用传输接口、高性能品牌电脑打印机各一套	台	1
2	电感耦合等离子体发射光谱仪（ICP）	全谱直读型ICP,用于各种样品中多种金属元素和部分非金属元素的常量、微量和痕量无机元素同时分析。参数要求有： 1、台式等离子体水平观测系统，全固态自激式RF发生器。 ▲2、波长范围：165-870nm，全波长覆盖。 ▲3、精密度：2ppm 混合多元素溶液,RSD≤1.0%； ▲4、稳定性：6小时RSD≤2.0%。 ▲5、分辨率：在Mn257.610nm处，峰半高宽为≤0.007nm。6、检出限满足国标A级要求。7、谱	台	1

		线灵活性：可针对使用需求任意添加测试谱线。8、配置特定的检测器，制冷温度可达零下45℃，检测器终身质保。		
3	离子色谱仪	采用当前先进的技术，适用于样品中无机阴离子的全自动化分析，参数要求： 1、仪器组成：一体化主机（具有工作站全屏显示功能）、电子六通道进样阀、电导检测器、流路系统、淋洗液发生器、阴离子分析系统、色谱柱恒温系统、工作站、自动进样器。 2、离子色谱流路均采用原厂PEEK/PTFE材质，须包括分析泵本身及分析泵后至六通阀、色谱柱、抑制器、检测器之间的所有管路，不得改装。	台	1
4	高锰酸盐指数测定仪	适用于饮用水、地表水、水源水 等样品高锰酸盐指数全流程自动分析，也可做总硬度、盐碘、CODCr、氯化物、钙等项目的自动测定分析。 设备要求符合GB/T11892 GB/T5750水质高锰酸盐指数的测定方法，不接受空压机等辅助设备配套，人机对话，配套12通道沸水浴消解位、2个独立的滴定通道、2个试剂混匀通道，2个独立试剂润洗排废通道，实现各类样品无人值守自动测定分析。 1、具备两套内置视频监控，可在工作站中实时查看滴定区和实验区监控画面； 2、两套独立机械臂，每个机械臂均配备4根出液管，能进行酸法、碱法分析； 3、8套独立注射泵，每个泵只进一种试剂，避免交叉污染。	台	1
5	生物安全柜	采用当前先进的空气净化技术和负压箱体设计，实现对环境、人员和样品的保护。技术要求：1、智能控制系统采用彩色高清LCD人机交互界面，实时显示监控流入/下降风速值、过滤器寿命值，风机、光照、紫外、电源接口的工作状态，并支持设备异常中文提示，具备日历和时间显示； 2、具备紫外杀菌公历预约并定时功能，既可节约杀菌等待时间，又可避免遗忘造成臭氧污染；3、具备插座定时功能，确保操作环境内其他用电器（如接种环灭菌器）的使用安全；	台	2
6	双极反渗透超纯水机	用于实验化学与生物化学试剂配制、缓冲液配制等。技术参数：1、进水水源：城市自来水或地下水(TDS<1000ppm)，水压0.1-0.3MPa，水温5-40℃； ▲2、制水量：15L/小时； ▲3、RO出水水质：RO纯水电导率：1-5 μ	台	1

		S/cm(在线监测)； ▲ 4、UP出水水质：电阻率18.2MΩ.cm（在线监测），重金属离子≤0.1ppb，微颗粒物≤1个/ml；微生物≤1cfu/ml； 5、RO纯水出水流速为2.0升/分钟，UP超纯水出水流速为1.0-1.5升/分钟；		
7	生化培养箱	主要用于细菌、霉菌、真菌等微生物的静态培养、保存，具备制冷系统和升温系统，可实现制冷和加热双向调控，控制温度稳定，可为各类实验提供一个稳定的温度环境。 ▲参数要求：控温范围：0-70℃；分辨率：0.1℃；波动度：±0.5℃（加热）±0.7℃（制冷）；均匀度：±2℃（37℃时）；输入功率：1100W；定时范围：0-9999min/h；	台	2
8	超净工作台	1、外壳采用优质冷轧钢板，静电喷塑，操作台采用SUS304拉丝不锈钢，耐腐蚀，清洗方便； 2、采用离心式风机，转速稳定、噪音小； 3、液晶显示控制系统，配合轻触式微动开关，六段风速控制； ▲4、配备杀菌灯、照明灯的独立控制，杀菌装置具有定时功能（0-999min）； 5、垂直准闭合式台面，配重平衡式结构，高效HEPA空气过滤器。	台	2
9	1/万电子分析天平	▲称量范围(g)：0-220 ▲可读性(mg)：0.1 ▲准确级别：I级 ▲稳定时间：≤4S 秤盘尺寸(mm)：Φ90 校准方式：外部校准 电源：220V/50Hz	台	1
10	1/千电子分析天平	▲称量范围(g)：0-200 ▲可读性(mg)：1 ▲准确级别：II级 ▲稳定时间：≤4S 秤盘尺寸(mm)：Φ90 校准方式：外部校准 电源：220V/50Hz	台	1

11	便携式水质分析仪（余氯/二氧化氯）	1、操作环境：0~50℃；0~90%相对湿度（不冷凝） 2、检测项目：游离氯、二氧化氯 3、检测方法：GB/T 5750.11—2023 DPD光度法检测游离氯、二氧化氯 ▲4、测量范围： 游离氯：0.01~5.00mg/L 二氧化氯：0.02~10.00mg/L ▲5、测量精度：±3%±0.01 6、光源：发光二极管（LED） 7、滤光片：带宽20nm 8、显示：LCD背光显示 9、读数模式：浓度直读 10、支持内置曲线修正	台	1
12	便携式精密浊度仪	1、检测方法：90° 散射法 ▲2、检测范围：0~2000NTU ▲3、分辨率：a)0.01NTU（0—9.99NTU） b)0.1NTU（10—99.9NTU） c)1NTU（100—2000NTU） ▲4、光源：LED冷光源（波长400-600nm） ▲5、零点漂移：±0.5% ▲6、重复性：≤1% ▲7、精度：±2% 读数加杂散光 8、符合标准：USEPA 180.1和GB/T 5750.4 9、内置两种浊度曲线，支持用户校准： ① USEPA 180.1浊度曲线（出厂默认） ② GB/T 5750.4浊度曲线 10、读数模式：常规模式、低浊模式、平均模式、快速沉降浊度模式 11、自动适配量程，无需手动切换	台	1

13	便携式水质分析仪（色度仪）	1、检测项目：色度 2、检测方法：铂钴比色法 ▲3、测量范围：0~500 度 ▲4、示值精度：1度 ▲5、测量精度：±3%±1 6、光源：发光二极管（LED） 7、显示：LCD背光显示 8、读数模式：浓度直读 9、支持内置曲线修正 10、自动提示电池电量不足	台	1
----	---------------	--	---	---

四、采购项目商务要求。

商务要求	
一	售后服务要求
1	设备验收合格后免费保修 <u>1</u> 年，保修期满后免费维修，只收取材料成本费并保证零配件供应 <u>3</u> 年
2	免费培训操作和维修人员 <u>2-3</u> 人
3	维修响应时间 <u>8</u> 小时， <u>48</u> 小时到达现场进行免费维修或更换
二	包装及其他要求
1	符合出厂规范、包装完整无破损、满足长途运输要求
2	防雨、防潮、各种符号、标识清楚
3	必须为原装、全新产品，渠道合法
三	安装及验收要求
1	到货期（完成期） ：合同签订即日起 <u>2</u> 个月
2	安装地点：采购人指定地点
3	安装完成时间：接用户通知后 <u>20</u> 个工作日内全部调试完成
4	安装标准：符合国家有关安全技术标准
5	验收标准：（1）符合采购人与成交供应商签订的经济合同（2）符合招标文件的技术要求、商务要求（3）符合产品原样本技术数据（4）符合国家有关技术规范和标准。所有安装、验收的手续及费用由供应商自行办理和承担，采购人提供相关辅助。
四	付款方式及结算要求
1	付款方式：双方协商确定。

2	支付方式：银行转帐
3	结算要求：必须在验收合格后，一次性开具合同全款发票

第五部分 商务及合同主要条款

甲方：_____

乙方：_____

延川县疾病预防控制中心（以下简称甲方）_____（项目名称）项目，按照招标程序，采用公开招标采购的方式，选定_____（以下简称乙方）为中标投标人。依据国家《合同法》及采购文件和乙方的投标文件，经甲、乙双方协商，达成如下合同条款。经协商，于____年____月____日按下述条款和条件签署本合同。

一、项目名称：延川县疾病预防控制中心关于实验室设备采购项目(二次)

二、完成期：自合同签订之日起2个月

四、项目地点：延川县区域，甲方指定地点

五、项目内容及设计修复方式

详见采购内容及要求

六、甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

1、承包期间,甲方本着以“预防为主,安全防范”的原则,在生产作业和经营活动甲方有权利对乙方进指导宣传安全生产、用电及防火等方面的知知识。

2、甲方有权利对乙方在承包范围内施工进行监督,并提出合理化建议,乙方应当积极落实。

3、甲方有义务派施工人员到现场为乙方点清施工界限,不得因界限指点不清而影响乙方的生产施工时间如因此造成损失由甲方负责。

4、甲方对乙方施工过程中要及时检查指导,提出整改措施,竣工后及时组织验收,并出具相关手续。

（二） 乙方的权利和义务

1、在施工前,乙方要对其施工过程中的全体雇工进行上岗安全生产知识教育和培训,并要求其雇工遵守各项生产作业规程,做到万无一失。否则,发生人身伤亡事故,造成一切后果均由乙方自负。

2、在施工中,必须达到本合同双方约定的质量要求,如经验收被确定为不合格给甲方造成一切经济损失,均由乙方负责赔偿。情节严重构成犯罪的移交司法机关处理。

3、承包过程中,在防火期内乙方必须无条件服从甲方护林防火有关规定并做到上山不带火、野外不吸烟,保障临时居住地的防火安全,接受和服从甲方护林防火人员的防火检查。

4、甲方支付给乙方的承包费中已含人身意外伤害保险费,由乙方负责为其雇工在开工前自行到保险公司投保,否则,出现人身意外伤害均由乙方自负。

七、 付款方式

1)项目按照合同约定完成后,检查验收合格后支付___%,第二年春季补植结束后验收合格后支付__%。

2)项目按照相关标准要求,通过验收后,一次性支付合同剩余价款。

八、违约责任与赔偿损失

1)乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的,甲方有权拒收,并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

2)乙方未能按本合同规定的服务期限提供服务,从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金;逾期半个月以上的,甲方有权终止合同,由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3)甲方无正当理由拒收接受服务,到期拒付服务款项的,甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款,则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

4)其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式 4 份。

甲方名称（盖章）：

乙方名称（盖章）：

地址：

地址：

代表人（签字）：

代表人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

帐号：

帐号：

确认方（盖章）：

负责人（签字）：

第六部分 投标文件格式

正本/副本

项目编号：

项目名称

投标文件

投标人：_____（盖单位公章）
法定代表人/授权代表：_____（签字或盖章）
年__月__日

目 录

- 第一部分 投标响应函
- 第二部分 报价一览表
- 第三部分 法定代表人证明书与授权书
- 第四部分 投标人资格证明文件
- 第五部分 投标响应方案说明
- 第六部分 投标人承诺书
- 第七部分 投标人认为有必要说明的其他问题
- 第八部分 附件
- 第九部分 封袋正面标识式样

第一部分 投标响应函

投标函

延川县疾病预防控制中心：

我公司收到贵单位_____（项目名称）_____（项目编号：_____）招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1. 按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的服务和全面技术、售后服务保障；

2. 如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务；

3. 我方提交的投标文件__份，其中正本__份，副本__份，及电子版投标文件（U盘）____份；

4. 我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力；

5. 同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料；

6. 我方的投标文件在开标大会之日计算有效为____天；

7. 所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

投 标 人：_____（公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：_____

____年____月____日

第二部分 报价一览表

2.1.1 投标总报价

项目名称	
项目编号	
投标人名称	
报价(小写)	
报价(大写)	
完成期	
说明	

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

注：

- 1、本表价应保证投标文件的正、副本中仍有此表，且一致。
- 2、此表中任何信息与投标文件其他处不一致时以此表为准。
此表为规范格式，严格按此表格填列，不填列或不按此表格填列，按无效标对待。

2.1.2 投标分项报价

(1-1) 报价清单 (参考)

序号	品名	品牌/ 品种	型号	生产厂家	规格参数	数量	单 价 (元)	总价 (元)	备注
1									
2									
3									
...									
合 计	大写:								
	小写:								

法定代表人（被授权人）签字：_____

投 标 单 位：_____（公章）

日 期：_____

2.2 技术规格响应偏离表

项目名称:

项目编号:

投 标 人:

序号	名称	采购文件 技术需求	响应文件响应技术指标	偏离情况	偏离说明

注：请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购内容及要求 ”，认真填写本表。

偏离 情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明，如不填写，其他所有技术条款视为全部响应。（如若全部响应，可不用填写此表，直接盖章签字即可。）

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____ 日

2.3 商务及合同主要条款响应说明

项目名称：

项目编号：

投标人：

序号	采购文件要求	响应文件实际数据	偏离情况	偏离说明

说明：

投标文件根据商务及合同主要条款须逐条响应并如实填写。偏离情况填写：优于、等于或低于，偏离说明对偏离情况做出详细说明，如不填写，其他所有商务及合同主要条款视为全部响应。（如若全部响应，可不用填写此表，直接盖章签字即可。）

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人或其被授权人：_____（签字或盖章）

日 期：____年____月____日

第三部分 法定代表人证明书与授权书

单位名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：_____年_____月_____

日 经营期限：_____

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件	法定代表人身份证复印件
-------------	-------------

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日 期：_____年_____月_____日

授权委托书

本授权委托书声明：本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____代表我公司全权办理_____（项目名称）标段（项目编号：_____）的投标事宜，以本公司名义处理一切与之有关的事务。代理人无转委托权，特此委托。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，有效期自递交响应文件截止之日起 90 日历天。

特此证明。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件	法定代表人身份证复印件
授权委托人身份证复印件	授权委托人身份证复印件

投 标 人：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

被授权人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

第四部分 投标人资质证明文件

资格要求如下：

- 1、具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，提供有效的营业执照等相应证明文件，非法人单位参照执行；
- 2、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人身份证）；
- 3、供应商不得为“信用中国”网站中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；
- 4、提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 5、财务状况报告：提供2023年度（或2024年度）经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函。（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；
- 6、社保缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；
- 7、税收缴纳证明：提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料。
- 8、供应商具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：提供承诺书；
- 9、本项目专门面向中小微企业，提供中小微企业声明函；

第五部分 投标响应方案说明

一、商务响应方案的主要内容：

5.1 供应商企业简介；

5.2 供应商商务响应与合同条款说明（参照《商务及合同主要条款》）；

5.3 业绩；

5.4 项目组织管理及人员安排；

5.5 有必要说明的商务事宜。

二、技术方案

投标人应按照招标文件要求，根据“第三部分评标办法及第四部分采购内容及要求”内容作出全面响应。**编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。**对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。

投标方案包含但不限于以下内容：

1.实施计划和方案；

2.服务期承诺及保障措施；

3.安全施工保障措施；

4.质量保证措施；

5.突发情况的应急处理方案；

6.服务保障。

第六部分 投标人承诺书

陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标；
- 2.不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会；
- 3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标；
- 4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；
- 5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- 6.不在提供产品时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益；
- 7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序；
- 8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失；
- 9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：_____（盖章）

全权代表：_____（签字）

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

承诺书II

致：延川县疾病预防控制中心		
作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人	日 期
(企业公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书III

致：延川县疾病预防控制中心		
作为参加贵单位组织的招标采购项目的投标人，本公司郑重申告：近三年因供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为___次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次响应产品为正品行货。		
投标人	法定代表人	日 期
(企业公章)	(签字或盖章)	年 月 日

承诺书IV

致：延川县疾病预防控制中心		
作为参加贵公司组织的招标采购项目的投标人，本公司承诺：参加本次投标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
投标人	法定代表人	日 期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

第七部分 投标人认为有必要说明的其他问题

第八部分 附件

附件一：

本标段行业划型标准：按照制造业行业申报

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖
章）： 日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司

（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；

承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖
章）：日期：

附件二：

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级

以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）_____（请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为_____。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日 期：_____

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的供应商须提交。

附件三：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由 本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：_____

法定代表人或授权代表（签字）：_____

日 期：_____

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的
供应商须提交。

第九部分 封袋正面标识式样

致：延川县疾病预防控制中心	(正本或副本)
项目名称：	
项目编号：	
投标文件 开标一览表 电子版 U 盘	
(分别用单独的档案袋密封非招标大会不得启封)	
投标人（公章）：_____	
法定代表人/授权代表（签字）：_____	
日 期：_____	