

竞争性谈判文件修改通知

编号：02

致各供应商：

经研究，对陕西省人民医院门诊区域自动电子血压计采购项目（项目名称）竞争性谈判文件，作如下修改：

一、本项目谈判文件“第四章 采购内容及要求（四）、配置要求：”内容变更为：①配置：台式主机、臂托、电源线、指示牌、专用桌椅及产品说明书等产品资料。②配置专用电脑与软件1套，实现高血压、低血压人群的数据收集，监测及健康管理及设备运行管理。③售后服务必须及时有效，具有本地化售后服务能力，配备专业工程师和备品备件库，并出具相关证明材料。

二、本项目谈判文件“第四章 采购内容及要求 一、技术要求（五）、技术标准”内容变更为：

- 1、适用范围：成人
- 2、工作方式：臂筒式
- 3、血压测量原理：示波法
- 4、压力充气方式：自动充气
- 5、显示屏：液晶显示屏， ≥ 7 英寸
- 6、录入信息：包括但不限于，身份证、社保卡、电子就诊卡信息读取等
- 7、输出信息：包括但不限于，收缩压、舒张压、脉搏、日期、时间
- 8、血压测量范围：0~280mmHg，血压测量精度： ± 3 mmHg
- 9、脉搏测量范围：40~180bpm，脉搏测量精度： $\pm 3\%$ 或 ± 3 bpm（二者取其较大值）
- 10、测量时间： ≤ 40 秒
- 11、适应臂围范围：17~42cm
- 12、数据输出端口：包括但不限于，USB 数据传输
- 13、具有紧急停止装置
- 14、具有断电保护功能
- 15、具有坐姿及肘部位置检测功能
- 16、按设备总数配备相应数量的专用桌椅



17、必须与医院信息系统（HIS）无缝对接，实现测量数据实时传输到医生工作端。供货商负责完成与系统的连接，双方互不收取接口费用

18、设备在接入医院内网后，不得通过任何方式(如 Wi-Fi、蓝牙、移动数据等)连接到外部网络，所有数据不得传输到医院外部的任何服务器或云平台

三、本项目谈判文件涉及本项目质保期的要求内容调整为：质保期 ≥ 3 年（自验收合格之日起）。

四、原第一次变更公告的响应文件提交截止时间和开启时间：2025 年 09 月 12 日 09:30:00，更正为：2025 年 09 月 15 日 14:30:00。

五、竞争性谈判文件其他内容不变。

请收到本通知后以书面形式按“附件格式”在 2025 年 9 月 11 日前回复确认收到，同时采用邮件的方式发至 513167802@qq.com。



采购代理机构：万隆金剑工程管理咨询有限公司（盖单位章）



2025 年 9 月 10 日