

采购清单

采购单位		永寿县人民医院			备案函号		ZCSP-永寿县-2025-00121	
项目名称		永寿县人民医疗健康总院心电中心终端扩展延伸项目						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 424,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	医用电子生理参数检测仪器设备	多导联心电分析系统（便携式心电图机）	15,142.86	28	台	424,000.00	技术规格、服务： 村卫生室心电采集设备及功能技术参数（数量：20套） 基本要求及主要功能 1.支持国产硬件、国产操作系统、国产数据库，满足国家信创要求，全面实现国产化适配 1.为兼顾临床使用的移动性与功能性，要求主机与心电采集器间采用蓝牙无线连接 1.设备小巧轻便,主机重量<1kg，标配可移动台车，适应于床旁及基层医院移动心电采集等多种临床应用场景； 1.支持12导同步采集、同屏显示； 1.具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入； 1.具备大于120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测； 1.支持WIFI、4G联网，心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式； 1.支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机； 卫生院远程心电工作站功能技术参数（数量8套） 1.计算机（windows操作系统）+外置心电放大器模式，适用于固定位置心电图检查 2.输入阻抗：≥122MΩ；提供医疗器械检测报告证明； 3.输入回路电流：≤0.1μA 4.定标电压：≤1mV±1%； 5.频率和脉冲响应范围：0.05-	

							500Hz提供医疗器械检测报告证明； 6. 时间常数： $\geq 3.2s$ 7. 耐极化电压： $\geq \pm 990mV$ ；提供医疗器械检测报告证明； 8. 满足描记和分析ECG（常规心电图）、VLP（心室晚电位）、HRV（心率变异）等，为临床医生诊断心脏疾病提供依据。要求提供医疗器械注册证证明； 9. 满足描记和分析FCG（频谱心电图）、VCG（空间向量心电图）和TVCG（时间向量心电图）。要求提供医疗器械注册证证明； 具体参数详见采购文件 验收要求：验收合格
2							
3							
4							
5							