

采购清单

采购单位		汉中市公安局			备案函号		ZCSP-汉中市-2025-00257	
项目名称		自动体外除颤器（AED）设备采购						
财政拨款		¥ 1,000,000.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	急救和生命支持设备	自动体外除颤器（AED）设备采购	18,181.82	55	台	1,000,000.00	采购AED相关性能要求 1、采用双向波除颤技术，除颤方式为半自动或全自动，输出能量：成人最大除颤能量<200J。 2、有一定的防撞防摔防水性能。 3、有夜间可视的LED状态指示灯和语音提示设备的运行状况，在故障时发出报警声，判断设备是否正常。 4、设备支持多种自检程序，包括:首次电池安装自检，开机自检，日自检，周自检，月自检，设备内部自动记录结果，对于异常情况能及时有警示灯和语音提示。 5、便捷操作:设备操作简单便捷，步骤少。 6、操作提示:电极片粘贴不良或插头脱落时，具有及时给与语音和可视提示的功能，避免无效操作耽误抢救。 7、心肺复苏提示:有辅助节拍音指导施救者进行心肺复苏。 8、操作安全防护:当遇到电极片脱离患者、拔出电极插头、患者心律转为不可电击心律时设备具备自动取消电击功能，防止发生意外伤害。自动监测患者是否属于心脏骤停需要电击提示，防止无效电击、造成二次伤害。 9、电极片粘贴有效指示:左右电极片贴反等不影响正常使用。 10、单幅电极片有效期限≥2年，保修≥2年。 11、电池类型:可更换免维护、免充电型大容量锂电池。在抢救模式下，电池支持除颤放电总次数≥200次，保修≥2年。 12、电池首次低电量预警后，能支持最大能量除颤次数	

							≥10次。 13、单块电池的连续心电监护和心肺复苏指导工作时间≥18小时。 14、从零开始充电至准备好最大除颤能量时间≤7秒。 15、数据记录通过蓝牙方式或USB接口快速导出。 16、产品售后服务全面周到，提供市区24小时上门服务，提供7×24小时在线服务。 17、AED设备主机使用寿命≥10年。 18、AED设备主机质保期≥5年。 19、按照设备数量1:1配备AED储存柜，具体要求满足采购需要，根据不同场地要求提供立柜或壁柜。 20、针对本产品特点提供人员培训。
2							
3							
4							
5							