

政府采购项目

项目编号：SXWZ2025ZB-BJZY-235

宝鸡市中医医院 中医诊疗设备采购项目



竞争性谈判文件

采 购 人：宝鸡市中医医院

代理机构：陕西万泽招标有限公司

二〇二五年九月

目 录

第一部分 竞争性谈判公告	3
第二部分 供应商须知前附表	6
第三部分 供应商须知	11
一、 总则	11
二、 竞争性谈判文件	13
三、 谈判响应文件	16
四、 谈判响应文件的递交	19
五、 谈判、评审、定标	19
六、 签订合同	23
七、 代理服务费	23
八、 质疑和投诉	24
第四部分 评审标准	24
第五部分 采购要求	27
第六部分 合同条款	27
第七部分 谈判响应文件格式	28
第一章 响应函	53
第二章 响应一览表	54
第三章 分项报价表	55
第四章 供应商资质要求	56
第六章 商务和技术响应偏离表	62
第七章 技术支持资料	65
第八章 供应商业绩一览表	66
第九章 供应商认为有必要说明的其他问题	67
第九章 供应商承诺书	68
附件一、封袋正面标识式样	71
附件二、中小企业申明	73
附件三、残疾人福利性单位声明	74
附件四、监狱企业证明文件	74
附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料	74
附件六、质疑函样本	75

第一部分 竞争性谈判公告

陕西万泽招标有限公司受宝鸡市中医医院委托，根据政府采购流程，按照政府采购程序，就宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目进行竞争性谈判，欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需货物、服务的供应商参加谈判。

一、项目名称：宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目

二、项目编号：SXWZ2025ZB-BJZY-235

三、采购人名称：宝鸡市中医医院

联系地址：陕西省宝鸡市金台区行政大道 58 号

联系方式：0917-3886051

四、采购代理机构名称：陕西万泽招标有限公司

地 址：西安市高新区旺座现代城 C 座 2502 室

联 系 人：黄茜 陈先锋

联系方式：029-88319689-8003/8005

五、采购内容和要求：

包号	采购内容	数量 (台)	单价限价 (元)	采购预算 (元)	项目 性质	备注
第 1 包	全身中药熏蒸机 (坐式) (含热水器)	2	30000.00	732000.00	财政 资金	国产
	手足中药熏蒸机	2	20000.00			国产
	肌肉按摩仪	1	40000.00			国产
	超声波体检机	1	12000.00			国产
	细银质针治疗仪	1	150000.00			国产
	熏蒸装置	1	30000.00			国产
	微波治疗仪	1	40000.00			国产

	磁阵热治疗仪	2	30000.00			国产
	多导睡眠监测仪	1	300000.00			国产、核心产品
第2包	红光治疗仪	11	3000.00	742500.00		国产
	移动式床旁骨质疏松治疗仪(多波段光谱治疗仪)	1	80000.00			国产
	中频静电治疗仪	9	23500.00			国产
	中医定向透药治疗仪	12	4000.00			国产
	UBE椎管外射频主机	1	170000.00			国产
	体外冲击波治疗仪	1	200000.00			国产、核心产品

具体内容详见第五章 采购要求

六、供应商资质要求：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料：

1. 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照或事业单位法人证书（自然人参与须提供身份证明材料）。

2. 法定代表人授权委托书：法定代表人直接参加的须出具法人身份证明并于营业执照信息一致，法定代表人授权代表参加的须出具法定代表人授权书及被授权人本单位证明（响应文件递交截止时间前六个月内任意一个月养老保险缴纳证明）。

3. 财务状况报告：提供第三方机构出具的 2024 年度财务审计报告或响应文件递交截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（提供基本户证明材料）。

注：财会[2023]15 号文《财政部 国务院国资委 金融监管总局关于加强审计报告查验工作的通知》会计师事务所应当主动向被审计单位提供附验证码的审计报告。即 2023 年及以后的审计报告需附验证码；

4. 税收缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的投标人应提供相关文件证明。

5. 社保缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交投标文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。

6. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。

7. 信用记录：经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间。

8. 供应商为代理商，所投产品属于医疗器械设备的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证(含附件和附页)；并出具产品制造商的营业执照、税务登记证(国、地税)、组织机构代码（三证合一的单位，只须提供营业执照）和医疗器械生产许可证；复印件加盖公章；投标人为制造商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》及所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证(含附件和附页)；

9. 本项目不接受联合体谈判。

七、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。

1、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

4、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9 号）

5、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）

6、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

7、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）

八、竞争性谈判文件售卖：

1、售卖时间：2025 年 10 月 09 日至 2025 年 10 月 13 日止。（每日 09:00～12:00，14:00～17:00 发售, 法定节假日除外）。

2、领取地点：西安市高新区旺座现代城 C 座 2502 室；

3、文件售价：免费获取，谢绝邮寄。

注：（1）供应商领取标书时，请携带单位介绍信及经办人身份证原件及复印件加盖公章；（2）请供应商按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

九、响应文件递交截止时间及谈判时间和地点：

1、谈判响应文件递交截止时间：2025 年 10 月 23 日 14:00

2、谈判时间：2025 年 10 月 23 日 14:00

3、谈判地点：西安市高新区旺座现代城 C 座 2503 室。

十、其它应说明的事项：

1、采购项目联系人：黄茜 陈先锋

联系方式：029-88319689-8003/8005

陕西万泽招标有限公司

2025 年 10 月 09 日

第二部分 供应商须知前附表

序号	条款	编 列 内 容
1	项目名称	宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目
2	采购人	采购人名称：宝鸡市中医医院 地 址：陕西省宝鸡市金台区行政大道 58 号 联 系 方 式：0917-3886051
3	采购代理机构	采购代理机构：陕西万泽招标有限公司 地 址：西安市高新区旺座现代城 C 座 2502 室 联 系 人：黄茜 陈先锋 电 话：029-88319689-8003/8005 邮 箱：sxwzzb04@163.com
4	联合体形式	不接受联合体谈判。
5	备选方案	不允许提供。
6	打包	本次采购分包，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本项目任一包进行谈判，不得将其自行分解或只对本次项目中的品目进行不完全谈判，任何不完全的谈判将按无效谈判处理。
7	谈判有效期	谈判响应文件及法人授权从谈判之日起，有效期不得少于为 90 日历日。
8	资格要求	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供以下材料： 1. 具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照或事业单位法人证书（自然人参与须提供身份证明材料）。 2. 法定代表人授权委托书：法定代表人直接参加的须出具法人身份证明并于营业执照信息一致，法定代表人授权代表参加的须出具法定代表人授权书及被授权人本单位证明（响应文件递交截止时间前六个月内任意一

	个月养老保险缴纳证明)。 3. 财务状况报告：提供第三方机构出具的 2024 年度财务审计报告或响应文件递交截止时间前六个月内其基本账户银行出具的资信证明（提供基本户证明资料）。 注：财会[2023]15 号文《财政部 国务院国资委 金融监管总局关于加强审计报告查验工作的通知》会计师事务所应当主动向被审计单位提供附验证码的审计报告。即 2023 年及以后的审计报告需附验证码； 4. 税收缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前六个月内任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的投标人应提供相关文件证明。 5. 社保缴纳证明：提供响应文件递交截止时间前六个月内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。成立时间至提交投标文件截止时间不足一个月或依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明。 6. 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）。 7. 信用记录：经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间。 8. 供应商为代理商，所投产品属于医疗器械设备的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证(含附件和附页)；并出具产品制造商的营业执照、税务登记证（国、地税）、组织机构代码（三证合一的单位，只须提供营业执照）和医疗器械生产许可证；复印件加盖公章；投标人为制造商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》及所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证(含附件和附页)； 9. 本项目不接受联合体谈判。
--	--

		注： ①供应商应在响应文件正本中附按照上述要求提供的资格证明文件（身份证原件除外），作为资格审查的依据，资审时凡有一项不合格者，均按无效投标处理。 ②供应商自行承担所提供原件及其复印件的真实性、合法性及有效性，由于供应商未在响应文件中提供或所提供证明材料不合格的，将按无效响应处理。（如供应商的各类证书原件正在变更、年检中的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并提供相应的证书复印件加盖供应商鲜章。） ③财会[2023]15号文《财政部 国务院国资委 金融监管总局关于加强审计报告查验工作的通知》会计师事务所应当主动向被审计单位提供附验证码的审计报告。即 2023 年及以后的审计报告需附验证码。
9	谈判 保证金	采购包 1 保证金金额：¥14000.00 元 采购包 2 保证金金额：¥14000.00 元 缴交渠道：电子保函, 转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西万泽招标有限公司 开户银行：招商银行西安枫林绿洲支行 银行账号：1299 0649 2210 000 事 由：宝中医“235-第 xx 包”保证金
10	谈判 响应 文件	谈判响应文件正本壹份、副本叁份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U 盘、电子文档应为 PDF 与 WORD 格式各一份）、响应一览表壹份（单独提交的“响应一览表”应为原件）。
11	文件 密封	谈判响应文件正本、所有的副本、电子版、响应一览表需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“响应一览表”字样。封袋应加贴封条，封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号、包号等标识、且谈判响应文件袋上应加盖供应商公章（封面标识见竞争性谈判文件附件一）如果未按上述规定进行密封，供应商的谈判响应文件有权被拒

		绝。 如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的谈判响应文件，将自行承担其谈判响应文件被视为无效谈判响应文件的风险。
12	评审标准	(详见第四部分)
13	现场勘查	无
14	履约保证金	不要求提供。
15	履约验收	是否委托采购代理机构组织履约验收：否。
16	是否接受进口产品	否
17	项目性质	☒非专门面向中小企业采购 对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库{2020}46号)规定的小型、微型企业(监狱企业视同小型、微型企业)的报价给予<u>10</u>% (10%-20%)的扣除,用扣除后的价格参加评审。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，投标人提供的《中小企业声明函》(附件二)。其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》(工信部联企业[2011]300号)执行。投标人提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。 ☐专门面向中小企业采购 仅允许中小企业或小型、微型企业参与投标。 本项目所属行业为：工业。
18	代理服务费	1、以本采购项目成交价为基数，按照国家计委颁布的《采购代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件规定的标准下浮 25 %； 2、供应商将招标代理服务费计入投标报价但不单独列明，成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。 代理服务费缴纳账户(此账户只接受公对公转账) 户 名：陕西万泽招标有限公司； 账 户：2110 1158 0000 0154 89； 开户行：西安银行朝阳门支行

第三部分 供应商须知

一、总则

1、适用范围

1.1 本谈判文件适用于本次采购活动的全过程。

1.2 本次采购属政府采购，采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、财政部规章及政府采购项目所在地有关法规、规章的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

2、定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话见供应商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购代理机构名称、地址、电话见供应商须知前附表。

2.3 “供应商”是参与本项目谈判活动的法人、其他组织或自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本谈判文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.5 “服务”指除了货物和工程外的其他政府采购对象。包含除货物以外规定由供应商承担的与货物有关的辅助服务。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

3、合格的供应商

3.1 具有本项目生产、制造、加工、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本谈判文件各项规定的国内供应商。

3.2 供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

3.3 供应商购买谈判文件时应登记备案，并提供有效联系方式。

3.4 如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》（按谈判文件提供的格式填写）。

3.5 供应商应独立于采购人，不得直接或间接地与采购人为本次采购的货物进行设计、编制技术规格和其它文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。

3.6 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系；
- (2) 与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系；
- (3) 受到刑事处罚，或者受到三万元以上罚款，责令停产停业、在一年至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或吊销许可证、暂扣或吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4、费用

供应商应承担所有与准备和参加谈判有关费用，采购代理机构（或采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购进口产品

5.1 除供应商须知前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加采购活动。

5.2 本项目第五部分采购要求中同意购买进口产品的，采购活动不限制满足谈判文件要求的国产产品参与本次采购。

6、政府采购政策支持

6.1 对列入财政部、国家发改委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。

6.2 对列入财政部、国家发展改革委员会发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”以及中小企业（监狱企业视同小型、微型企业），实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或者加分。

6.3 产品同时属于“非强制采购节能产品”、环境标志产品的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（供应商自行选择，并在报价文件中填写相关信息及数据）。

二、竞争性谈判文件

1、竞争性谈判文件的构成

竞争性谈判文件是供应商准备谈判响应文件和参加谈判的依据，同时也是评审的重要依据，具有准法律文件性质。竞争性谈判文件用以阐明采购项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、谈判程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本竞争性谈判文件包括以下内容：

- (1) 竞争性谈判公告；
- (2) 供应商须知前附表；
- (3) 供应商须知；
- (4) 评审标准；
- (5) 采购要求；
- (6) 合同条款；
- (7) 谈判响应文件格式。

供应商应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对竞争性谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照竞争性谈判文件要求作出实质性响应的谈判响应文件将被拒绝。

2、竞争性谈判文件的澄清

供应商应认真阅读和充分理解竞争性谈判文件中所有的事项，如有问题或疑问请及时函告。否则，视为同意竞争性谈判文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对竞争性谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

任何对竞争性谈判文件进行询问或要求进行澄清的供应商，均应在收到竞争性谈判文件后二日内按竞争性谈判文件中的通讯地址以书面形式递交代理机构，采购人或代理机构对收到的任何询问或澄清要求将在三个工作日内作出书面答复。

3、竞争性谈判文件的修改

在谈判截止时间三日前，无论出于何种原因，代理机构可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时，对竞争性谈判文件进行修改。竞争性谈判文件的澄清和修改将以书面形式通知所有供应商，并作为竞争性谈判文件的补充，与其具有同等法律效力。

为方便供应商对竞争性谈判文件修改或澄清内容有充分的时间进行补充修改，代理机构可适当延长谈判截止时间和谈判时间，在竞争性谈判文件要求提交谈判响应文件的截止期三日前，将变更时间书面通知所有购买竞争性谈判文件的

供应商。

4、竞争性谈判文件的获取

供应商必须从代理机构购买竞争性谈判文件，供应商自行转让或复制竞争性谈判文件视为无效。竞争性谈判文件一经售出，一律不退，仅作为本次竞争性谈判使用。

5、竞争性谈判文件的解释权归代理机构。

三、谈判响应文件

1、谈判响应文件的编制

谈判响应文件必须根据代理机构发售的竞争性谈判文件格式和顺序认真编制。具体内容包括：

- （1）响应函；
- （2）响应一览表；
- （3）分项报价表；
- （4）供应商资质要求；
- （5）商务和技术响应偏差表；
- （6）技术支持资料；
- （7）供应商业绩一览表；
- （8）供应商认为有必要说明的其他问题；
- （9）供应商承诺书

2、谈判报价

（1）供应商应在报价表中标明完成本次谈判所要求的货物、服务且验收合格的所有费用，包括包含产品价格、运杂费、人工服务费、产品发放、调换货过程中产生的一切相关费用等。报价表中标明本次货物、服务的总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效谈判处理。

（2）报价表成交的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

（3）供应商应在谈判响应文件中的响应一览表上，标明所投产品总报价、交货期、质保期；任何有选择的报价不予接受。

3、谈判货币

采购人只接受人民币作为唯一的谈判货币。

4、谈判有效期

谈判有效期为递交谈判响应文件截止时间起90个日历日，谈判有效期短于此规定期限的谈判响应文件，视为无效文件，其谈判将被拒绝。成交单位的谈判响应文件有效期延长至合同执行完毕。

5、谈判响应文件的格式、装订、密封和签署

（1）供应商须依据竞争性谈判文件内容和谈判响应文件格式的要求编制谈判响应文件；

谈判响应文件的正本须打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，谈判响应文件的打印（**推荐双面打印**）和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字或加盖个人印章，字迹潦草或表达不清或可能导致非唯一理解的谈判响应文件可能视为无效文件；所有的副本可以为正本的复印件。在每一页的正下方清楚标明页码；

（2）谈判响应文件的装订

谈判响应文件正本壹份、副本叁份，分别胶装装订成册，且封面须清楚地标明“正本”或“副本”；若正本和副本不符，以正本书面文件为准；同时提供与正本内容一致的电子版（U 盘、**电子文档应为 PDF 与 WORD 格式各一份**）、响应一览表壹份（用于谈判单独提交的“响应一览表”应为原件）。

（3）谈判响应文件的签署

供应商在谈判响应文件中指定的页面的落款处，按竞争性谈判文件要求由供应商的法定代表人或其授权代表在规定的签章处签字或盖章。

（4）谈判响应文件的密封

谈判响应文件正本、所有的副本、电子版、响应一览表需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“响应一览表”字样。封袋应加贴封条封袋正面要粘贴供应商全称、项目名称、编号、包号等标识、且谈判响应文件袋上应加盖供应商公章（封面标识见竞争性谈判文件**附件一**）如果未按上述规定进行密封，供应商的谈判响应文件有权被拒绝。

（5）如果供应商未按上述要求密封及加写标记，误投或过早启封的谈判响应文件，将自行承担其谈判响应文件被视为无效谈判响应文件的风险。

（6）本次谈判只接受简体中文文字的谈判响应文件；如谈判响应文件中出现外文资料，必须配以中文译文。否则，由此引发的一切责任由供应商自负。

（7）拒绝接受以电话、传真、电子邮件形式的谈判。

6、知识产权

（1）供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律纠纷和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

（2）采购人享有本项目在实施过程中产生的知识成果及知识产权。

（3）供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在谈判响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

（4）如供应商所不拥有的知识产权，则在谈判报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

四、谈判响应文件的递交

1、谈判响应文件递交

(1) 供应商必须在竞争性谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间之前，将全部谈判响应文件递交至代理机构项目工作人员；代理机构项目承办人在竞争性谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间前，只负责谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请供应商代表签字确认，对其有效性不负任何责任。

(2) 代理机构在宣布递交谈判响应文件时间截止之后，拒绝接收任何人送达、递交的谈判响应文件；

(3) 代理机构不接受邮寄的谈判响应文件；

(4) 无论供应商成交与否，其谈判响应文件恕不退还。

2、谈判响应文件的修改和撤回

在谈判截止时间之后，供应商不得对其递交的谈判响应文件做任何修改或撤回。

五、谈判、评审、定标

1、谈判

1.1 采购代理机构按谈判公告中规定的时间和地点接收供应商递交的响应文件，主持谈判会议，邀请供应商代表参加。

1.2 谈判时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员拆封。代理机构指定专人负责将供应商的名称、谈判项目名称、响应价格等进行记录，并存档备案。

1.3 谈判时，谈判响应文件中出现下列情况，修正原则为：

a. 谈判文件中响应一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应一览表（报价表）为准；

b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；
- d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- e. 响应文件正本与副本不一致的，以正本为准；
- f. 响应文件单独密封递交的响应一览表与正本不一致的，以单独密封递交的响应一览表为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

2、谈判小组

采购人将根据本次采购项目的特点，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关规定组建谈判小组。

谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，谈判小组产生方式符合国家和地方有关评审专家产生方式的规定。谈判小组负责评审活动。

谈判小组对各供应商的谈判响应文件进行审查、评估和比较，并推荐出成交候选人。

3、谈判响应文件初审

(1) 谈判响应文件的资格性审查

依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，由采购人或采购代理机构对谈判响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确保供应商是否具备相应资格。

(2) 谈判响应文件符合性审查

依据竞争性谈判文件的规定，由谈判小组从谈判响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性谈判文件的实质性内容作出响应。

符合性	1	供应商名称是否与营业执照、资质证书一致
-----	---	---------------------

审查	2	响应报价是否超过预算或最高限价
	3	响应文件签字、盖章是否满足招标文件要求
	4	谈判有效期是否满足谈判文件要求
	5	无谈判文件商务要求条款不一致或增加了采购人难以接受的条款
	6	是否符合法律法规和谈判文件规定的其他实质性要求

(3) 经过对供应商及谈判响应文件审查，出现下列情况者（但不限于），按无效谈判处理。

- a. 供应商的谈判报价超过采购预算或最高限价的；
- b. 供应商未经过正常渠道购买竞争性谈判文件，或供应商名称与购买竞争性谈判文件时登记的供应商名称不符的；
- c. 谈判响应文件的签署、密封、盖章不符合竞争性谈判文件要求；无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；
- d. 供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的谈判响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；
- e. 供应商未按竞争性谈判文件要求提供产品的技术参数及产品供货渠道不明确的；
- f. 供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，不能按照谈判小组要求在评审现场合理的时间内提供书面说明及相关证明材料且证明其报价合理性的；
- g. 谈判报价出现漏项或货物数量与要求不符的；
- h. 谈判产品的技术参数、性能指标与竞争性谈判文件要求出现重大负偏差的；或者提供虚假证明（包括第三方的虚假证明），除按无效文件处理外，还将按照政府采购法的有关规定进行处罚；
- i. 谈判响应文件在商务响应方面（付款方式、产品质量、质保期、交货时间、送货地点、验收条件、售后服务）与竞争性谈判文件要求不一致或附加了采购单位难以接受的条件或条款的；
- j. 如澄清、补正、说明的内容与谈判响应文件内容有重大相悖或矛盾，将被认定为无效谈判。

4、谈判响应文件澄清

在评审期间,采购代理机构可根据谈判小组对其谈判响应文件有疑义不清楚的内容,要求供应商对其谈判响应文件进行澄清,有关澄清的要求和答复应以书面形式提交,如谈判小组未变动实质性采购需求,供应商不得对实质性内容进行变动。

供应商应采用书面形式进行澄清或说明,但不得超出谈判响应文件的范围或改变谈判响应文件的实质性内容。

5、评审

5.1、谈判小组有权对在谈判、评审过程中出现的一切问题,根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的条款,本着公开、公平、公正的原则进行处理。

5.2、依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定,落实政府采购“优先购买节能环保产品,扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策,对小型、微型和监狱企业产品的价格给予6%的扣除,用扣除后的价格参与评审。

5.3、谈判流程

谈判小组对供应商作符合性审查,只有通过符合性审查的供应商,才能进入第二阶段的谈判,否则被淘汰。

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款,但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容,须经采购人代表确认。

5.4、如果谈判小组一致认为最低报价或某些分项报价明显不合理,有降低质量、不能诚信履约的可能时,有权通知供应商进行谈判。

5.5、对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分,谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

5.6 谈判结束后,谈判小组要求参加谈判的各报价人在规定的时间内集中提

交最终报价，除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则**采购人不接受高于前面轮次的谈判报价。**

5.7 谈判小组按照采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交候选供应商。

6、定标

代理机构在评审结束后 1 个工作日内将评审报告送达采购单位，采购单位在收到评审报告后 4 个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确认第一成交候选人为成交单位，同时书面复函代理机构；

代理机构收到采购单位“成交复函”后 1 个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布公告，并向成交供应商发出“成交通知书”。

六、签订合同

成交后，成交供应商与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送代理机构归档，竞争性谈判文件及成交供应商的谈判响应文件均作为合同的组成部分。

根据需要，代理机构应协助采购人监督、协调和处理履约过程中出现的问题。

陕西省财政厅政府采购管理处在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

七、代理服务费

1、以本采购项目成交价为基数，按照国家计委颁布的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）文件规定的标准下浮 25 %；

2、供应商将招标代理服务费计入投标报价但不单独列明，成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费；代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。

八、质疑和投诉

质疑或投诉的接收和处理应当按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》等的相关规定办理。

8.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

- 1) 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
- 2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- 3) 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

8.2 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

8.3 质疑函应当包括下列主要内容：

- 1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- 2) 质疑项目的名称、编号；
- 3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- 4) 事实依据；
- 5) 必要的法律依据；
- 6) 提出质疑的日期。

8.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责

人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

8.5 质疑函内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构应当依法驳回。

8.6 质疑函接收方式：由自然人本人或法定代表人或者其授权代表携带书面原件及身份证明原件到现场递交，否则不予受理。

8.7 质疑受理部门：陕西万泽招标有限公司。

质疑受理电话：029-88319689。

8.8 提交质疑函地点：西安市高新区旺座现代城 C 座 2502 室。

8.9 本次采购活动中，采购代理机构对质疑函回复的书面文件的送达方式为现场取件。

如所质疑的问题比较复杂，采购人或者采购代理机构在规定的答复时间内无法回复，应事先告知提出质疑的供应商，同时向同级政府采购监督管理部门报告。

8.10 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门投诉。

8.11 质疑函应当使用中文。质疑函范本详见财政部制定的范本即招标文件附件六。

第四部分 评审标准

一、根据质量和服务均能满足采购文件要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

二、详细评审标准

1. 供应商应满足所有参数条款，一项不满足则按无效谈判文件处理。
2. 供应商应在“第五章 商务和技术响应偏离表”中响应采购要求并注明其未响应的偏离。如响应的技术规格低于谈判文件要求为偏离；技术规格高于谈判文件要求的不考虑降低评标价格。
3. 响应文件未按谈判文件要求响应的，视同不满足采购条款要求。
4. 如发现供应商所响应实际技术参数与响应文件中描述的技术参数不相符合，将视该项技术响应为不接受。

第五部分 采购要求

一、商务要求

1、项目名称：宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目

2、交 货 期：合同签订后 30 天

3、质 保 期：3 年

4、交货地点：采购人指定地点；

5、支付方式：货到验收合格支付合同金额的 90%；自验收合格之日起满 1 年支付合同金额的 10%。

6、其他商务要求：详见第六部分合同条款；

二、采购内容及数量

包号	采购内容	数量 (台)	单价限价 (元)	采购预算 (元)	项目 性质	备注
第 1 包	全身中药熏蒸机 (坐式) (含热水器)	2	30000.00	732000.00	财政 资金	国产
	手足中药熏蒸机	2	20000.00			国产
	肌肉按摩仪	1	40000.00			国产
	超声波体检机	1	12000.00			国产
	细银质针治疗仪	1	150000.00			国产
	熏蒸装置	1	30000.00			国产
	微波治疗仪	1	40000.00			国产
	磁阵热治疗仪	2	30000.00			国产
	多导睡眠监测仪	1	300000.00			国产、核心产品
第 2	红光治疗仪	11	3000.00	742500.00		国产

包	移动式床旁骨质疏松治疗仪（多波段光谱治疗仪）	1	80000.00			国产
	中频静电治疗仪	9	23500.00			国产
	中医定向透药治疗仪	12	4000.00			国产
	UBE 椎管外射频主机	1	170000.00			国产
	体外冲击波治疗仪	1	200000.00			国产、核心产品

三、技术要求

采购包 1:

（一）全身中药熏蒸机（坐式）（含热水器）

1. 熏蒸模式：露头式全身熏蒸和局部式生殖系统熏蒸；
2. 治疗机温度：室温～45℃，步进≤1℃；
3. 治疗时间：1～99min 可调；
4. 上水方式：自动；
5. 加热锅容积：≥5L；
6. 具有雾化功能：单区雾化量≥40mL/h；
7. 具有防干烧功能；
8. 具有双重超温保护功能；
9. 微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护；
10. 舱内具有单独停止加热按钮；
11. 具有臭氧消毒功能；
12. 座椅高度可调节，具备手部活动窗、足底按摩器、氛围灯、清洗装置；
13. 具有工作状态提示、多重故障自检错误代码显示功能。

（二）手足中药熏蒸机

1. 治疗时间：1~99min 内设定，治疗结束有提示音，同时加热装置自动断电；
2. 功率调节：≥12 档；
3. 上水方式：手动或自动，加液总容量：≥15L；
4. 单个熏蒸舱可同时满足手、足中药汽化熏蒸；
5. ≥三组熏蒸舱、蒸汽发生器、电控系统和消毒系统，每组可独立操控也可同时工作进行熏蒸；
6. 微电脑控制操作系统，具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、过载保护、预热功能；
7. 具有防干烧保护装置，并有无液体时提示信息/报警功能；
8. 具有单独停止加热按钮；
9. 具有双重超温保护功能；
10. 具有音乐播放功能（配备 U 盘）；
11. 具有控制台自配补水装置；
12. 具有臭氧杀菌消毒功能。

(三) 肌肉按摩仪

1. 智能控制系统，可以快速的选择参数及操作；
2. 按摩器垂直振动频率：≤60Hz，达到对肌肉刺激不同深度的刺激；
3. 主机数码实时显示档位，并分档可调；
4. ≥3 不同尺寸治疗头可选；
5. 不同尺寸治疗头可刺激不同部位肌肉；
6. 振动仪尺寸：25cm x5 cm x 14.5cm，允差 0.5cm；
7. 振动头振幅：6±0.1mm；
8. 输入功率：≤100VA；
9. 连续工作时间：≥4h；
10. 具有输出控制功能开关。

(四) 超声波体检机

1. 身高测量方式 超声波测量（超声波测量通过超声波号筒缩小波束角，波束角小于 $\pm 10^{\circ}$ 排除环境障碍物干扰，自动温度补偿）；
2. 体重测量方式 精密平衡梁式压力传感器称重（具有偏心负载功能）；
3. 血压测量方式 示波测定法，压力精度： $\pm 3\text{mmHg}$ 脉搏数精度： $\pm 5\%$ 血压： $0-299\text{mmHg}$ ($0-39.9\text{kPa}$)；
4. 脉搏： 40-180 次/min；
5. 测量范围 身高：20—210cm ， 体重：1kg—500kg；
身高精确度： $\pm 0.5\text{cm}$ ，体重精度： $\pm 0.1\text{kg}$ ；
6. 显示方式 高清液晶 ≥ 7.0 英寸液晶显示屏；
7. 体 型 国际通用体型指数（BMI）；
8. 热敏打印 打印结果身高、体重、血压、脉搏、BMI、标准体重范围；
9. 测量速度 5 秒倒计时功能，测量快捷，每小时可测 ≥ 450 人次；
- 10 采用双金属折叠锁扣，可折叠；配有轮子；
11. 数据输出格式 RS-232 有线传输、无线蓝牙、WIFI、网口和 GPRS。数据；
12. 可上传电脑、手机、云服务器、医院系统和远程健康系统；
13. 其他可定制功能 U 盘存储功能、刷卡、刷身份证等功能；
14. 电源电压 AC 110-240V 50/60Hz；
15. 平均功耗 $\leq 20\text{W}$ 。

（五）细银质针治疗仪

一、适用症

肌筋膜软组织疼痛疾病的治疗。

二、主要技术参数

1. 治疗输出功率：每路探头平均功率 $\leq 6\text{W}$ ；
2. 设置时间范围：0-99min（范围内可调），设置步长：1min；
3. 加热温度设置范围：70℃-125℃，设置步长：1℃；
4. 加热温度控制范围：70℃-125℃，范围内连接探头，通电加热 2 分钟后，控温精度为： $\pm 2^\circ\text{C}$ ；
5. 具有超温保护功能和超温显示提示功能；
6. 探头主要参数：加热探头数量： ≥ 16 支；
7. 具备通道自检功能，能自动识别各通道加热套管是否连接正常，并显示通道连接信息；
8. 具有患者信息管理功能：患者信息的录入、删除、编辑，记录患者治疗方案，输出治疗报告；
9. 具有处方查询加载功能，显示人体肌肉解剖部位图，按身体部位分类预置处方参数，可编辑、删除及增加自定义处方参数；
10. 具有通道选择和组选功能，可独立对通道进行关闭开启操作；
11. 医用银质针灸针多种规格供选择，满足不同病症需求， ≥ 5 种长度尺寸可供选择；
12. ≥ 10 英寸彩色触摸屏，高清界面显示；
13. Win10 及以上操作系统，智能化的人机界面；
14. 具有患者信息数据库，治疗方案数据库，手术操作更便捷；
15. 具有智能控温模式实时测量、控制、显示加热探头温度；
16. 具有专用探头连接器。

（六）熏蒸装置

- 1、智能控制加热和送风装置启停；
- 2、具有双重超温保护功能；
- 3、显示方式：数码显示
- 4、配备两段式全身熏蒸罩，可做露头式熏蒸；
- 5、具有 ≥ 9 块熏蒸垫可任意组合使用；
- 6、治疗温度：可在 $1\sim 99^{\circ}\text{C}$ 范围设定，室温： $\sim 45^{\circ}\text{C}$ 为熏蒸温度，步进 1°C ，误差 $\pm 5^{\circ}\text{C}$ ， $46\sim 99^{\circ}\text{C}$ 为煎药温度；
- 7、治疗时间： $1\sim 99\text{min}$ 内设定，误差 $\leq 30\text{s}$ ，治疗时间达到设定时间时，有蜂鸣提示音，加热装置自动断电。具有单独停止加热按钮；
- 8、上水方式：手动/自动，加液量 $\geq 20\text{L}$ ；
- 9、隐藏式排水设计，床面设计蒸馏水回收装置；
- 10、熏蒸加热区为单区，加热方式为厚膜管状加热器；
- 11、全电脑控制，自动漏电保护、自动定时、过载保护、预热功能，治疗结束自动提示；
- 12、防干烧装置，并有提示信息/报警。

（七）微波治疗仪

- 1、工作频率：915MHz $\pm$ 4MHz；
- 2、输出功率：0-200W 连续可调；
- 3、定时范围：1—99min，误差 $\leq \pm 1$ min；
- 4、输入功率： ≤ 1000 VA；
- 5、触摸屏 ≥ 15 英寸，治疗数据全显示，轻触即可响应；
- 6、体表辐射器：圆形、矩形各一个；
- 7、腔内辐射器：阴道、直肠各一个；
- 8、固态微波源，PLL 锁相技术；
- 9、 ≥ 3 轴独立悬停支臂，多轴独立转动，柔和顺滑调节，阻尼力臂调节，轻松随意悬停，圆矩形设计，工业设计新潮流，可内置走线，更整洁；
- 10、圆形辐射器，矩形辐射器，腔内辐射器等多种组合；
- 11、触摸屏带有俯仰角调节及锁定功能；
- 12、自诊断故障报警模式；
- 13、波长是 ≥ 2450 MHz；
- 14、医用 ABS 材料外壳，人机工程学设计；
- 15、推车，配有静音轮；
- 16、使用不拆卸外壳即可更换的熔断器；
- 17、匹配负载阻抗 50 Ω ；
- 18、治疗范围：康复科、疼痛科、妇科、骨科、泌尿科、男科、呼吸科、老年科、儿科、皮肤科、消化科、中医科、普外科等科室疾病组织理疗。

(八) 磁阵热治疗仪

- 1、磁场强度： 磁感应强度在 0mT~50mT 的范围内可调，步长可调；
2. 振动频率：
 - 2.1 单一振动模式： $\geq$ 四种频率可调。振动时间 $\geq$ 2s，振动周期 2s、3s、4s、5s 可调；
 - 2.2 多频振动模式： $\geq$ 四种循环扫引。振动时间 $\geq$ 5s，振动周期可调；
- 3、治疗温度 $\geq$ 4 级可调，精度： $\pm 3^{\circ}\text{C}$ ；
- 4、具有无热模式；
- 5、软件含有内置处方，具有 $\geq$ 3 种治疗模式， $\geq$ 13 种处方；
- 6、治疗时间（1~99min）可调，以 1min 为单位设定；
- 7、具有 $\geq$ 三种安全保护装置；
- 8、显示：液晶/数码显示，可以实施显示设备当前参数及运行状况；
- 9、配备台车，具有静音轮，可锁定。

（九）多导睡眠监测仪

1、硬件要求

1.1. 设备具有：脑电（ ≥ 6 通道）、眼电（ ≥ 2 通道）、下颌肌电（ ≥ 1 通道）、心电（ ≥ 1 通道）、心率、口鼻气流、气流鼾声、血氧饱和度、胸式运动、腹式运动、3D 胸/腹运动、模拟气流波形、脉搏、MIC 鼾声、体位、体动、PTT 脉搏波形、动态血压、呼吸努力度、腿动、语音记录、CPAP 压力滴定、记录时间、剩余存储空间（Free TFrom）；

1.2. 内置存储卡 $\geq 16G$ ，支持高速 USB 读取数据；

1.3、TFT 彩色显示屏 ≥ 3.0 英寸，直观显示鼻气流、鼾声、血氧饱和度、脉搏、体位、体动、胸/腹运动等所有导联通道参数的数据信号接收情况及数据动态；

1.4、具备电感体积描记法等技术采集胸腹运动信号功能；

1.5、体位；能识别人体仰位，俯位，左侧位，右侧位和站立位 5 种体位信号；

1.6、体动；能监测用户身体运动变化的信号波形；

1.7、腿部运动；采用 3D 传感器，误差 $\leq \pm 2$ 次/分；

1.8、具有血氧波形技术；

1.9、具有鼻气流模拟技术，可自动删除无效信息；

1.10、主机一键式操作，设备佩戴简单方便；

1.11、支持任意品牌无创正压呼吸机进行压力滴定实验；

1.12、支持无线实时数据观察和主机屏幕数据观察两种方式；

1.13、采用一次性贴片式电极贴采集生物电，佩戴方便，信号质量好；

1.14、智能电脑自动分析软件，可提供多种总结报告单，包括但不限于睡眠监测报告报告单、呼吸事件汇总表、血氧汇总表、综合趋势图、压力滴定报表，具备数据管理功能；

1.15、信号采集采用三级硬件放大 AD 软件采集，保障信号质量；

1.16、音频、视频同步记录：

1.16.1、高清红外摄像：全程录制患者的睡眠行为，用于评估异常行为；

1.16.2、高质量音频：记录鼾声、梦话、磨牙声、呼吸暂停后的喘息声等；

2、软件功能

2.1、睡眠软件符合最新的 AASM 标准，R&K 和 AASM 互相转换，具有全中文操作界面、全中文报告；

2.2、智能分析软件可对数据进行实时自动或手动分析；软件具备自动数据分析

和人工数据分析两种方式；

2.3、高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、口鼻气流、体位、腿动等）可以分别采用不同扫描速度同屏显示；

2.4、信号波形曲线可进行整体放大、缩小、翻转、隐藏或显示操作，对局部波形可进行单独放大、测量分析；

2.5、专业 PSG 多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、血氧饱和度趋势、体位分析、腿动分析、脉率分析、PTT 分析、呼吸气流分析、鼾声事件分析、氧降事件分析、呼吸事件、睡眠微结构分析、微觉醒事件分析、异态睡眠分析、Lorenz 睡眠质量分析等；

2.6、回放分析软件，以色标标记睡眠过程中的呼吸暂停、鼾声事件等各类异常波形；

2.7、采用 Word 的中文报告格式，医生可进行任意编辑；

2.8、数据采集和回顾时，可实时添加或改变灯光状态等事件，并可对干扰波形进行整页屏蔽；

2.9、睡眠紊乱事件自动分析软件：呼吸事件、血氧饱和度、自发性微觉醒、运动相关性微觉醒、呼吸相关性微觉醒、PLM 腿动、鼾声及其他自定义事件；

2.10、具备 AHI 和 RDI（包括 AHI 气流受限等不确定呼吸事件）指标；

2.11、数据导联具有滤波增益调节功能；

2.12、具备 PTT（脉搏传输时间）功能反映睡眠呼吸事件发生时的血压变化，并能辅助呼吸事件判断；

2.13、软件具备快速傅里叶变换直方图查看功能；

2.14、具有自定义事件标记功能，可快速插入自定义事件，并且能够快速准确查找呼吸暂停、低通气、低血氧饱和度等异常事件；

2.15、具备导联曲线分类展示，可显示所有导联波形或单独显示呼吸相关波形、生物电相关波形、气流变化相关波形，简化分析；

2.16、可配置压力滴定系统；

2.16.1 具有 VAuto 工作模式，对睡眠呼吸障碍的患者进行压力滴定；

2.16.2 具有最大吸气压最小呼气压调节功能；

2.16.3 具有 Easy-Breathe 功能；

2.16.4 具有 Vsync 漏气补偿技术；

2.16.5 具有患者自我管理应用功能；

- 2.16.6 具有探测识别呼吸暂停、气流限制、鼾声事件；
- 2.16.7 具有中枢性呼吸暂停事件探测功能。

采购 2 包：

（一）红光治疗仪

1. 适用范围：主要用于对疼痛和炎症的治疗，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合等。

2. 技术参数：

（1）使用方式分类：非接触式；

（2）光谱范围： $\geq 600\text{ nm}$ ；

（3）光输出功率： $> 3\text{W}$ ；

（4）光斑直径：距窗口 100mm 处，光斑直径 $\geq 120\text{mm}$ ；

（5）输出定时：1~99min 连续可调，定时精度 $\leq \pm 5\%$ ；

（6）光功率密度：特殊照射头在距出光口 100mm 处，光功率密度 $> 30\text{mw/cm}^2$ ；

（7）显示：具备数码/液晶显示功能，可以显示设备运行状态及治疗剩余时间；

（8）机械臂： ≥ 3 轴独立悬停支臂，多轴独立转动，柔和顺滑调节，阻尼力臂调节，轻松随意悬停，圆矩形设计，工业设计新潮流，可内置走线，更整洁；

（9）双通道双支臂，可以同时治疗两个病人/两个部位，独立红光灯泡，螺丝口，更换便捷；

（10）具有一体台车，静音轮，可锁定，移动方便。

(二) 移动式旁骨质疏松治疗仪（多波段光谱治疗仪）

1. 适用范围

用于治疗原发性骨质疏松症及引起的腰背疼痛或周身骨骼疼痛，用于预防和治疗维生素 D 的缺乏和不足。用于维生素 D 缺乏、血糖控制不佳 2 型糖尿病的辅助治疗等。

2. 组成

设备由主机(控制部分、显示屏)和 LED 窄谱光源(紫外光、红光、红外光)照射部分组成。LED 光源照射部分由 LED 光源、石英玻璃、壳体组成。LED 光源由两翼可折叠的 LED 照射板组成。

3. 技术参数

3.1 紫外峰值波长 (nm) $\geq 310 \pm 3$;

3.2 红光峰值波长 (nm) : $\geq 630 \pm 8$;

3.3 红外峰值波长 (nm) : $\geq 940 \pm 5$;

3.4 紫外辐照强度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) : $\geq 80 \pm 20\%$;

3.5 红光辐照度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$) : $\geq 800 \pm 25\%$;

3.6. 照射面积(cm^2): $\geq 200 \pm 50$;

3.7 两翼侧板向内折角度 $0 \sim 90^\circ \pm 3^\circ$;

3.8 定时 : 红光、红外线 20-30-40min 可调 , 默认 20min , 紫外线 5-8-10min 可调, 默认 5min, 误差 $\pm 1\text{min}$;

3.9 具有定时蜂鸣报警提示功能。

（三）中频静电治疗仪

- 1、工作于固定频率 4000Hz，误差 $\pm 10\%$ ；
- 2、工作频率范围 4000~4150Hz，误差 $\pm 10\%$ ；
- 3、干扰电输出电流：在（0~50）mA 范围内分档可调，误差 $\pm 10\%$ ；
- 4、治疗仪在干扰电开路输出时，最大峰值电压 $\leq 500V$ ；
- 5、干扰电治疗差频频率范围在（0~150）Hz 之间，误差 $\pm 10\%$ ；
- 6、干扰电治疗差频变化周期 0~60s，误差 $\pm 10\%$ ；
- 7、输入功率： $\geq 75VA$ ；
- 8、治疗定时范围为 0min~99min，步长为 1min，定时误差 $\leq 5\%$ ；
- 9、治疗程序电子处方 $\geq$ 八种；
- 10、直流电压 $\geq$ 三档；
- 11、具有短路开路保护功能；
- 12、液晶屏可显示输出强度和时间等。

(四) 中医定向透药治疗仪

- 1、磁疗功能：动态磁场，具有磁疗功效；
- 2、输出波形：按摩时为多元调制的对称波，药物导入时为多元调制的非对称波；
- 3、中频频率：2000Hz $\pm$ 15%，低频调制频率：75 Hz $\pm$ 15%；
- 4、脉冲宽度：0.150-0.5ms $\pm$ 20%；
- 5、调制方式：占空比动态可调；
- 6、输出通道： $\geq$ 2 通道；
- 7、中频输出电流：0~70mA；
- 8、输出强度调节：0~99 共 100 级步进调节，最大脉冲电流： $\leq$ 100mA；
- 9、具有输出和保护功能；
- 10、定时时间：1~60 分钟；
- 11、热疗电源：0~5 、 $\geq$ 6 级步进调节；
- 12、热疗温度：可控制在 25℃-50℃之间；
- 13、处方功能：电脑编码自动组合输出。

（五）UBE 椎管外射频主机

1. 工作频率： 110 KHz；
2. 电压范围： 0-330Vrms, 110 kHz；
3. 最大输出功率： $\geq 300W$ ；
4. 工作主频率 110KHz, 最大浮动范围控制在 $\leq 10\%$ ；输出功率：切割模式的额定输出功率 $\geq 300W$ ，凝血模式的额定输出功率 $\geq 60W$ ，最大浮动范围控制 $\leq 20\%$ 内；
5. 等离子汽化、消融、切割档位：0-9 档可调；
6. 汽化、消融、切割模式的额定最大输出功率： $\geq 300W$ ；
7. 凝血模式的额定输出功率： $\geq 90W$ ；
8. 输入功率： $\geq 450VA$ ；
9. 触控按键式操作界面，显示屏显示，面板密封防水设计；
10. 具有工作档位、时间显示，故障报警显示等；
11. 具有治疗时间计时功能；
12. 具有切割消融汽化、止血凝固工作模式及档位显示等；
13. 主机可自动识别刀头、脚踏的连接状态；
14. 能在连接好脚踏和刀头手柄后，自动设置默认功率档位大小；
15. 通过脚踏开关启动、切换切割消融和止血凝固模式，并能通过调节按钮脚踏式循环切换工作档位；
16. 可实现双极切割、低温消融、止血、凝固，微创等功能；
17. 多种刀头可选：根据不同部位和病灶，可选择不同长度、角度、粗细、弧度的治疗刀头；
18. 声音大小可调节，并能区分切割消融和凝固止血的工作声音；
19. 具有组织阻抗自动识别功能；
20. 低温控制：工作温度为 $40\sim 70^{\circ}C$ ，创面无炭化，对周边组织损伤小；
21. 消融作用在靶点表面，等离子作用 $\geq 100\mu m$ ；
22. 创伤轻微：黏膜损伤小、出血少、疼痛轻；
23. 主机含有刀头触碰金属报警及刀头手柄击穿报警功能；
24. 可适配市面主流耗材。

（六）体外冲击波治疗仪参数

- 1、工作原理：气压弹道式（非电磁式），冲击撞块在弹道内回弹采用瞬间负压吸引技术；
- 2、主机、手柄、治疗冲击头为同一品牌；
- 3、配置恒定能量治疗手柄；
- 4、配 ≥ 2 把手柄， ≥ 4 个不同治疗头；
- 5、治疗手柄具备减震缓冲设计；
- 6、系统自带计数器，可记录手柄累计使用次数；
- 7、空压机自带过滤功能，静音设计；
- 8、工作气压：1.0~7 Bar 可调，步进 0.1Bar；
- 9、配套专用静音万向轮推车和理线杆；
- 10、最大穿透深度： $\geq 12\text{mm}$ ；
- 11、工作频率：1~35Hz 可调（步进 0.5~1Hz）；
- 12、子弹体使用寿命： $\geq 2,000,000$ 次；
- 13、治疗头使用寿命： $\geq 2,000,000$ 次；
- 14、具有用户管理功能，能够快速录入患者的基本信息及记录治疗数据；
- 15、内置治疗处方，可满足不同的临床需求；
- 16、设备使用年限 ≥ 8 年。

第六部分 合同条款（参考合同）

合同编号：

供货合同

甲方（采购人）_____

乙方（中标人）_____

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- （一）本合同及其补充合同、变更协议；
- （二）成交通知书；
- （三）谈判文件（含澄清或者说明文件）；
- （四）响应文件（含澄清或者修改文件）；
- （五）其他相关采购文件。

二、合同金额

（一）本合同总价为：¥_____元（大写：_____元人民币）。

分项价格：

序号	名称	数量	单价	总价
...	...	...	...	...
合计		大写：		

（二）合同价格形式：固定总价合同。

（三）付款方式和发票开具方式

1. 付款方式：

货到验收合格支付合同金额的 90%；自验收合格之日起满 1 年支付合同金额的 10%。

2. 结算方式：银行转账

3. 付款前，乙方开具符合甲方要求的合规发票。

三、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

甲方在收到货物通知后，应按招标文件的需求进行核实，如发现不符合合同规定或缺，及时提出，甲方在收到货后，组织人员按提供的技术参数指标进行验收。

（二）乙方的权利与义务

1. 乙方负责产品安装与调试在合同约定的时间完工。

2. 乙方所提供的产品必须是采购需求产品。

四、交货地点及交货期：

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：合同签订后30天。

五、包装及运输

（一）乙方负责所有货物的包装及运输。确保货物安全、完整到达使用地点，包装及运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

（二）所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新，并承担因此给甲方造成的全部损失。

六、安装要求

（一）由乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。

（二）乙方应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。

（三）安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。

（四）安装和调试期间若发生安全问题均由乙方负责。

七、质量保证

（一）乙方选用的产品保证符合国家相关标准，满足招标文件要求。

（二）产品符合国家有关规范要求。

（三）乙方提供货物必须是原品牌制造厂生产的最新产品，生产日期距离交货之日不超过 1 年。

八、技术支持

提供全年_____小时的技术咨询服务。

九、技术培训

(一) 应包括设备(产品)使用操作、保养、维修等培训内容。乙方需为甲方免费培训相关技术人员, 培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。

(二) 乙方应当提供甲方相关主管人员的培训, 应使其可以完成对整体系统的正常运行的宏观管理。此项培训必须包括原厂商相关项目的标准培训。

(三) 培训内容应当包括设备(产品)使用及维修各个方面的培训。

十、技术资料要求

乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套, 其费用包括在合同价格中:

(一) 完整的设备(产品)操作使用手册和维护、修理技术文件, 图纸、保修卡等;

(二) 制造厂的检验、测试报告、设备(产品)检验合格证书、计量合格等级证书、质量保证书等文件验收时须一并提供;

(三) 技术说明书或者使用说明书;

(四) 备品备件、易损件清单;

(五) 验收报告;

(六) 其他文件资料。

十一、售后服务

(一) 乙方应设有可承担维修职能售后服务机构。

(二) 乙方应提供派驻的维护技术人员及能力等说明。

(三) 服务方式:

1. 现场服务, 整体验收合格后质量保证期为____年, 终身维护保养, 保修期外维修只收取配件费, 并提供常用配件、耗材清单及价格。

2. 在保证期内发生故障, 维修响应时间≤____小时, 维修工程师抵达现场时间≤____小时。若需要将产品返厂维修, 乙方须承担维修产品所需的往返费用。

3. 如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但其风险和费用将由乙方承担, 甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从合同尾款中扣回索赔金额。

（四）所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合甲方宣传理念及要求，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

（五）乙方应承诺的质保期、维保期的售后服务条款，乙方可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

十二、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款。

十三、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。延期供货超过30日的，甲方有权终止合同，并向乙方主张因此给甲方造成的损失。

（三）按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购乙方管理办法进行相应的处罚。

（四）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十四、验收

（一）本项目验收费用，由乙方承担。

（二）到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性。

（三）货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

(四) 质保期满后,由乙方出具质保期运行质量报告,作为质保金支付依据。若存在质量问题,由乙方承担相应责任及费用,甲方并有权从尾款中扣除。

(五) 乙方向甲方提交产品供货过程中的所有资料,以便甲方日后管理维护

(六) 验收依据:

1. 本合同及附加文本;
2. 采购文件、响应文件及澄清函;
3. 中国的相应标准、规范。

十五、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议,由甲、乙双方当事人协商解决,协商不成的按下列第(一)种方式解决:

- (一) 提交宝鸡市仲裁委员会仲裁;
- (二) 依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同生效

(一) 本合同经双方签字盖章后生效。

(二) 本合同须经甲、乙双方的法定代表人(授权代理人)在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

(三) 合同生效后,甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定,全面履行合同,违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

(四) 本合同一式 份,甲乙双方各执 份。

(五) 本合同如有未尽事宜,甲、乙双方协商解决。

甲方: (盖章)

乙方: (盖章)

法定代表人(委托代理人):

法定代表人(委托代理人):

地 址:

地 址:

开户银行:

开户银行:

账 号:

账 号:

电 话:

电 话:

签约日期: 年 月 日

合同附件

政府采购项目货物（服务）验收入库报告单

采购单位			
采购项目			
项目编号		合同金额	¥:
		验收时间/地点	
供货单位			
开户行		账号	
联系人		电话	
供货单位：（盖章）		使用单位验收意见：（盖章）	
签字： 年 月 日		签字： 年 月 日	
采购内容			
采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价			

第七部分 谈判响应文件格式

项目编号：SXWZ2025ZB-BJZY-235 （正本或副本）

宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目

第 xx 包

响 应 文 件

供应商：____（单位名称及公章）_____

法定代表人/被授权人（签字）：_____

日 期：_____

目录

第一章	响应函
第二章	响应一览表
第三章	分项报价表
第四章	供应商资格要求
第五章	商务和技术响应偏差表
第六章	技术支持资料
第七章	供应商业绩一览表
第八章	供应商认为有必要说明的其他问题
第九章	供应商承诺书

第一章 响应函

陕西万泽招标有限公司：

我单位收到 宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目 编号：
SXWZ2025ZB-BJZY-235 的 第 xx 包 竞争性谈判文件，经详细研究，我公司决定
参加本次谈判活动。为此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的全部要求，提供合格的产品及完善的技术
服务，履行合同的责任和义务。

2、按照竞争性谈判文件的规定，完成总体供货和服务总报价为：

人民币（大写）：_____；（小写）¥：_____元。

3、我方提交的谈判响应文件正本壹份、副本叁份，电子文档壹份、响应一
览表壹份。

4、我们已详细阅读了竞争性谈判文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清
和误解问题的权力。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的、与本次谈判有关的任何证据资料。

6、我方承诺谈判有效期为谈判之日起 90 日历日内有效。

7、所有关于本次谈判的函电，请按下列地址联系：

供应商（单位名称及公章）：_____

法定代表人/被授权人（签字）：_____

地 址：_____

开户银行：_____

帐 号：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮 编：_____

日 期：_____年_____月_____日

第二章 响应一览表

项目名称：宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目

项目编号：

包 号：第 xx 包

单 位：元

报价内容 响应内容	投标总报价（元）	交货期	质保期
宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目			
总报价：人民币（大写）（小写）¥ 元			
备注：1. 表内报价内容以元为单位，精确到小数点后两位； 2. 交货期、质保期见第五部分采购要求。			

注：此表还需再单独密封一份递交。

供应商（单位名称及公章）：_____

法定代表人/被授权人（签字）：_____

日 期：_____年_____月_____日

第三章 分项报价表

项目名称：宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目

项目编号：SXWZ2025ZB-BJZY-235

包号：第 xx 包

共 页，第 页

货物费用	序号	名称	品牌	型号和规格	原产地及制造 厂名	数量	单价（元）	总价（元）
	1							
	2							
	3							
	...							
	...							
其他费用								
.....								
备注		保留小数点后两位。						

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

第四章 供应商资质要求

供应商需在此页附谈判公告或谈判文件中要求的资质证明文件，响应文件附资质复印件或扫描件加盖供应商公章。格式参考见下页。

附：资质证明文件格式：

1、供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
致陕西万泽招标有限公司：

本公司（公司名称）参加的投标活动，现承诺：

我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加投标的供应商。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

供应商名称：（名称及盖章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：

2、供应商基本情况一览表

2-1 供应商基本情况一览表

供应商名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电话		
组织结构						
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
营业执照号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技工		
经营范围						
备注						

2-2 供应商营业执照等资质证明材料。

3-2 法定代表人授权书

法定代表人授权书

陕西万泽招标有限公司：

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于（供应商地址）的（供应商名称）的法定代表人，现代表公司授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我公司合法代理人，代表本公司参加（项目名称）采购项目编号为_____的采购活动。以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

本授权书有效期自投标文件递交截止之日起 90 日历天，特此声明。

供应商（单位名称及公章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

被授权人（签字或盖章）：_____性别：_____职务：_____

被授权人身份证号码：_____

联系地址：_____

联系电话：_____

法定代表人及被授权人身份证复印件

法定代表人身份证复印件（正/反面）	被授权人身份证复印件（正/反面）
-------------------	------------------

说明：

- 1. 本授权书有效期自开标会议之日计算不得少于 90 日历日。
- 2. 授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

4、无重大违法记录声明

我单位参与陕西万泽招标有限公司组织的_____（项目名称）
竞争性谈判，我单位郑重声明：我方参加本项目竞争性谈判工作前三年内在经营活动中无重大违法活动记录，未被信用中国网（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日 期：_____

5、社保资金缴纳证明材料

6、税收缴纳证明材料：

7、财务状况证明材料：

8、信用记录：经查，供应商未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间。

9、供应商为代理商，所投产品属于医疗器械设备的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》及所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证(含附件和附页)；并出具产品制造商的营业执照、税务登记证（国、地税）、组织机构代码（三证合一的单位，只须提供营业执照）（境外单位除外）和医疗器械生产许可证；复印件加盖公章；投标人为制造商的须提供《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》、《医疗器械生产许可证》及所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证(含附件和附页)；

10、非联合体投标声明函（格式自拟）；

第六章 商务和技术响应偏离表

表 1、商务响应偏差表

序号	商务条款	响应情况	正/负/无 偏离	偏离简述
	(交货地点)			
	(交货期)			
	(付款方式)			
	(质保期)			
	...			

填写说明：供应商对本项目付款、交货期、质保期、履约验收等商务方面进行响应说明，并保证响应的真实性。

偏差说明填写：正偏离（标明正偏离内容）、符合。

商务条款不允许负偏离；

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日 期：年 月 日

表 2、技术响应偏差表

序号	谈判文件要求 要求	响应文件 内容	偏差说明	备注

填写说明：请按谈判文件要求的实际要求，逐条对应响应文件的“采购要求”中的要求认真填写本表。偏差说明填写：正偏离（标明正偏离内容及正偏离的证明材料的页码）、符合（标明主要技术参数证明材料页码）或负偏离。

供应商（单位名称及公章）：

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：

日 期：年 月 日

第七章 技术支持资料

供应商可根据评审办法自行编写，格式不限：

第八章 供应商业绩一览表

年份	用户名称	项目名称	完成时间	合同金额	完成项目质量	备注

注：以上业绩合同是指所投产品的业绩合同，需提供采购合同复印件加盖公章。

供应商名称：_____（全称及公章）

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

第九章 供应商认为有必要说明的其他问题

供应商可在此处附附件二至附件五的证明材料，如没有提供，视为无。

第九章 供应商承诺书

陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商（单位名称及公章）：_____

法定代表人/被授权人（签字）：_____

时间：____年____月____日

承诺书II

致：陕西万泽招标有限公司		
作为参加贵公司组织的 <u>宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目</u> 的供应商，本公司承诺：在参加本项目谈判之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人/被授权人	日期
(公章)	(签字或盖章)	____年__月__日

承诺书III

致：陕西万泽招标有限公司		
作为参加贵公司组织的 <u>宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目</u> 的供应商，本公司郑重申告并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为_____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人/被授权人	日期
(公章)	(签字或盖章)	____年__月__日

承诺书IV

致：陕西万泽招标有限公司		
作为参加贵公司组织的 <u>宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目</u> 的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为_____次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次谈判产品为正品行货。		
供应商	法定代表人/被授权人	日期
（公章）	（签字或盖章）	_____年____月____日

承诺书 V

致：陕西万泽招标有限公司		
作为参加贵公司组织的 <u>宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目</u> 的供应商，本公司承诺：参加本次谈判提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人/被授权人	日期
（公章）	（签字或盖章）	_____年____月____日

附件一、封袋正面标识式样

谈判响应文件正本封袋正面标识式样

致：陕西万泽招标有限公司

项目编号：SXWZ2025ZB-BJZY-235

项目名称：宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目

第 xx 包
谈判响应文件（正本）

（非谈判会议不得启封）

供应商（公章）：_____

时间：____年____月____日

谈判响应文件副本封袋正面标识式样

致：陕西万泽招标有限公司

项目编号：SXWZ2025ZB-BJZY-235

项目名称：宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目

第 xx 包
谈判响应文件（副本）

（非谈判会议不得启封）

供应商（公章）：_____

时间：____年____月____日

响应一览表封袋正面标识式样

致：陕西万泽招标有限公司

项目编号：SXWZ2025ZB-BJZY-235

项目名称：宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目

第 xx 包
响应一览表

（非谈判会议不得启封）

供应商（公章）：_____

时间：____年____月____日

电子文档封袋正面标识式样

致：陕西万泽招标有限公司

项目编号：SXWZ2025ZB-BJZY-235

项目名称：宝鸡市中医医院中医诊疗设备采购项目

第 xx 包
电子文档

（非谈判会议不得启封）

供应商（公章）：_____

时间：____年____月____日

附件二、中小企业申明

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，由供应商自行声明并对真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件三、残疾人福利性单位声明

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号的规定由供应商自行申明，并对声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

附件四、监狱企业证明文件

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件五、“节能产品”，“环境标志产品”证明材料

说明：

1、以政府采购节能产品、环境标志产品品目清单及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书 复印件加盖公章为准。投标人提供所投产品在政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的清单截图及相关证书。

2、未按照上述要求提供的，评审时不予以考虑。

附件六、质疑函样本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

包号：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

公平

公正

公开

企业名称：陕西万泽招标有限公司

地 址：西安市高新区旺座现代城 C 座 2502 室

邮政编码：710065

电 话：029-88319689

传 真：029-88319689