

采购清单

采购单位		陕西省人民医院			备案函号	ZCSP-省本级-2025-00957	
项目名称		医疗设备 (YYZB2025-13) 采购项目					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 2,950,000.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	体外循环设备	血液透析机等	2,950,000.00	1	批	2,950,000.00	一、单泵血液透析机参数 一、技术参数1. 机身尺寸：机身宽度≤510 mm 深度≤640mm 2. 设备使用年限：≥7年 3. 供水：压力范围：1-6bar；温度范围：10 ℃~30℃。 4. 透析液流速：测量范围：300-700mL/min 等 二、双泵血液透析机参数 一、技术参数1. 机身尺寸：机身宽度≤510 mm 深度≤640mm 2. 设备使用年限：≥7年 3. 供水：压力范围：1-6bar；温度范围：10 ℃~30℃。 4. 透析液流速：测量范围：300-700 mL/min。 5. 透析液温度：测量范围：33.0~39.0 ° C，具备超温保护等 三、体外心肺支持辅助设备一、体外心肺支持辅助设备主机 1.1主机：可选择中文操作系统 1.2主机重量：≤7Kg1.3底座和显示屏整体化设计 △1.4转速范围：0-5000转/分钟△1.5流量范围：0-9.99升/分钟等 四、感觉神经定量检测仪 1、技术参数 1.1振动电路电压性能，范围：0V~50V；步进：0.1V；误差：±5%； △1.2振动头频率性能，频率：50Hz、64Hz、100Hz、128Hz等；频率误差：±3%； △1.3振动头加速度性能，振动加速度峰峰值范围：0~28m/s2；振动加速度峰峰值误差：±10%等
2							

3							
4							
5							