

采购清单

采购单位		安康市人民医院			备案函号	ZCSP-安康市-2025-01518	
项目名称		安康市人民医院内分泌、肾病科设备采购项目					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 6,300,000.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他医疗设备	内分泌、肾病科设备（血液透析设备）	6,300,000.00	1	批	6,300,000.00	血液透析机（32台）血液透析滤过机（6台）1. ≥10英寸彩色液晶显示屏，具有灯光报警功能；1.1 数字显示主要参数，包括但不限于：动脉压、静脉压、总电导度、电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量；1.2支持碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，血路管、原液配方开放；★1.3 机器使用期限≥10年；供应设备生产日期为半年内生产；2透析液 ★2.1 透析液流量范围：≥300-800ml/min，连续可调 2.2透析液温度控制范围：37℃±3℃ 2.3透析液导电率监测范围：≥ 12.7~15.3ms/cm 3压力 3.1动脉压范围：-400~+400 mmHg，调节步长±10 mmHg 3.2静脉压范围：-50~+390 mmHg，调节步长±10 mmHg ★3.3 跨膜压范围：-100~+700mmHg，调节步长±20 mmHg 4血泵流量：50~600ml/min可调，血泵流量步长≤10ml/min 5肝素注射：调节范围≥0.1~10ml/h，可编写停止时间，读数累积肝素容量，肝素泵有自动注入和追加功能 6漏血检测与报警：光学原理检测 7超滤：容量式平衡腔控制，超滤率调节范围：100~4000ml/h，最大不超过4000ml/h ★8超滤曲线：可存储设定曲线，≥10种固定曲线，≥20种自定义曲线，满足个性化透析。9包括但不限于六大曲线功能，钠离子曲线功能、碳酸盐曲线功能、肝素曲线功能、透

							析液流量曲线功能、透析液温度曲线功能，超滤曲线功能，满足提供个性化透析方案 10配有透析液过滤器支架和透析液过滤器，每支透析液过滤器使用次数≥150人次 11支持透析充分性评估：显示Kt/v值 12具有定时器提醒功能，可以输入提醒信息 13具有图标释义功能；★14可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录 15具有透析过程补液功能，可自动累计计算总补液量 16具有自检功能，具有维修菜单，故障自我诊断 17支持化学消毒，热消毒，中央化学消毒或热消毒模式 18后备电池：配备内置电池，保证机器停电后正常工作时间≥20分钟，并且不丢失数据；★19具有在线无创血压监测模块，可在主屏幕上显示血压值 20配备干粉支架，可进行干粉透析 21 具有网络通讯接口，可与血液透析中心智能管理系统连接。
2							
3							
4							
5							