

采购清单

采购单位		西安市第八医院			备案函号		ZCSP-西安市-2025-00857	
项目名称		冷冻治疗仪采购						
财政拨款		¥ 480,000.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 120,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	医用低温、冷疗设备	冷冻治疗仪	600,000.00	1	台	600,000.00	1. 具有时间定时功能，液晶屏显示。 2. 具有自动压力控制功能，可实时监测冷冻温度，液晶屏显示温度曲线。 3. 探针降温时间≤4s。 4. 冷冻回温时间≤5s。 5. 多种直径软管冷冻探针可选择，探针直径范围1.0mm~2.4mm。 6. 所有规格型号探针均可重复使用，反复消毒灭菌使用≥200次。冷冻探针≥3种消毒灭菌方式。 7. 配套二氧化碳钢瓶两个。 8. 制冷剂二氧化碳(CO2) 9. 探头温度范围-40℃至~85℃。 10. 具有自动压力控制，仪表显示压力。 11. 工作压力5MPa±0.2MPa，冷冻系统过载压力≥14MPa。 12. 牵引力，冷冻探针应能够粘连提升≥60g的负载并保持≥45s。 13. 主机预期使用寿命≥10年。 整机保修时间：叁年。	
2								
3								
4								
5								