

采购清单

采购单位		杨凌示范区医院			备案函号		ZCSP-杨凌示范区-2025-00141	
项目名称		精神心理科医疗设备采购						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 1,300,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他医疗设备	精神心理科医疗设备采购	350,000.00	1	台	350,000.00	一、失眠治疗仪 1.失眠治疗仪是专业治疗失眠症的医用治疗设备；区别与药物和催眠诱导，是通对神经元膜静息电位的调节作用于上行网状激活系统参与睡眠觉醒节律的主动调节，让其恢复正常功能。特定频谱合成的仿生电波，其能量跳变周期贴合神经元兴奋静息节律，无极性不重复输出，有效避免机体适应性，在临床和科研方面都将为科室带来良好的社会及经济效益，因此该技术的引进切实可行。 2.质量标准：符合GB9706.1-2007 的要求和YY0607-2007 安全规范要求 3.设备适应症范围：适用于非器质性失眠症的辅助治疗	
2	其他医疗设备	精神心理科医疗设备采购	400,000.00	1	台	400,000.00	二、经颅磁刺激仪 1、满足临床治疗功能：针对神经系统疾病进行有效治疗，如抑郁症、精神分裂症、失眠、焦虑等。仪器需具备精准的刺激参数调节功能，能够根据不同病症和患者个体差异，设置合适的刺激频率、强度、时长等，以达到理想的治疗效果。 2、安全与便捷性目标：保障患者和操作人员的安全，仪器需具备多重安全保护机制，如过流保护、过温保护报警等，避免因设备故障导致意外发生。操作简便易行，界面设计人性化，便于医护人员快速掌握操作方法，提高工作效率。	
							三、脑涨落图仪（神经递质检测仪） 设备用途：脑涨落图仪无创定量检测分析GABA、Glu、5-HT、ACh、NE、DA等神经递质的功能情	

3	其他医疗设备	精神心理科医疗设备采购	550,000.00	1	台	550,000.00	况，从而为失眠、焦虑、抑郁等各种精神心理疾病的诊断、治疗方案的选择、疗效评估及用药提供定量客观的手段。技术要求 3.1. 硬件要求，封闭式轮式台车设计，机箱内配备隔离变压器。 3.2. 功能要求 3.2.1需具备以下分析指标（提供产品注册检验报告证明）： 3.2.1.1神经递质功率 3.2.1.2神经递质相对功率 3.2.1.3运动指数 3.2.1.4兴奋抑制指数 3.2.1.5血管舒缩指数 3.2.2提供各脑区的递质相对功率检测结果及相对值的分布（提供打印的病例分析报告证明）。
4							
5							