

采购清单

采购单位	杨凌示范区医院			备案函号	ZCSP-杨凌示范区-2025-00143		
项目名称	64排CT维保服务采购						
财政拨款	¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00		
其他财政资金	¥ 2,250,000.00			保障性资金	¥ 0.00		
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	医疗设备维修和保养服务	64排CT维保服务采购	2,250,000.00	1	项	2,250,000.00	<p>1. 主要功能或目标 飞利浦64排CT维保的主要功能是确保设备稳定运行、保证成像质量，并提供相关技术支持，目标是提高设备开机率、提升医疗服务水平和降低运营成本等。 配件更换：更换的备件为原厂配件，保证与原机规格型号一致，且更换的备件质保期一般为6个月，确保设备性能稳定。 性能校准：定期对设备进行整体检测，包括主机、探测器、高压发生器等核心部件，按照厂家标准调校/校正，保证运行质量及图像质量达到厂家标准，使设备通过国家质检部门的状态检测验收。</p> <p>2. 每年提供至少4次优质的定期保养服务，并在保养前与院方协商确定时间，保养后出具报告。 响应时间接到维修申请电话后1小时内响应，工程师一般需24小时内到达现场，维修热线需24小时畅通。 开机率保证：开机率通常要求达到95%以上。 备件要求：更换的备件应为原厂全新配件，质保期一般为6个月，合同到期后仍需履行质保义务。 工程师资质： 供应商需配备一定数量有资质认证的CT专职维护工程师，如在陕西省内服务机构需配备至少5名，并提供资质证明或职称证书及社保证明。 软件升级：需提供生产厂家不定期发布的系统应用和安全必需的非功能性免费软件和硬件升级服务。</p>
2							
3							

4							
5							