

关于商洛市中医医院医疗设备更新项目(第二批)

招标文件采购包号6的修改通知

(编号: 02)

各投标人:

因项目需要, 现对商洛市中医医院医疗设备更新项目(第二批)招标文件采购包号6的“设备名称: 体外冲击波治疗机”技术参数★1修改如下:

设备名称: 体外冲击波治疗机 (原招标文件★参数):

序号	参数类别	技术参数要求
1	产品参数	★1.4 冲击波焦点治疗深度 $\geq 130\text{mm}$, 可变焦。

设备名称: 体外冲击波治疗机(修改后★参数):

序号	参数类别	技术参数要求
1	产品参数	★1.4 冲击波焦点治疗深度 $\geq 130\text{mm}$ 。

其他内容不变, 请各投标人务必以本次修改参数内容为准进行投标文件编制, 否则因此引起的一切不利因素由各投标人自负。



商洛市中医医院

陕西省九标项目管理有限责任公司

2026年02月18日

