

采购清单

采购单位		西安市中心血站			备案函号		ZCSP-西安市-2025-00279	
项目名称		Amicus血细胞分离机配套管路						
财政拨款		¥ 3,000,000.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金		¥ 9,600,000.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他医药品	Amicus血细胞分离机配套管路	12,600,000.00	1	批	12,600,000.00	适用于 Amicus血细胞分离机。 1. 耗材外包装为密封防压包装。 2. 血小板采集时间：单份≤45分钟, 双份≤70分钟。 3. 每个循环外周血量≤190ml。 4. 采集仪器具备可以自动充气和放气的袖带。 5. 采集单份或双份血小板时，具备采集过程中可进行盐水预充及盐水补偿的功能。 6. 管路灭菌方式:辐照灭菌。 7. 耗材具备条形码识别功能，可阅读适配国际通用的条形码。 8. 耗材可实现采集单份和双份血小板。 9. 血小板收集保存袋在20-24摄氏度、不间断震荡条件下，可保存血小板≥5天。 10. 具有单、双针两种任选的采集形式，且单针采集时，分离是连续的。 11. 16G穿刺针，针头部件可更换（非无菌接管机接驳）。 12. 耗材具有独立的全血留样袋和血小板留样袋，并且全血留样袋上有取样器。 13. 管路上有细菌过滤器。 14. 具备单独采集血小板和单独采集血浆的功能，还具备可同时采集血小板和血浆的功能。 15. 可进行血小板、外周血造血干细胞采集，采集的血小板中白细胞的残留量 ≤5.0106个/每个治疗量。 16. 有医疗器械生产的相关资质证明，且在有效期内。 17. 提供与其耗材相配套的血细胞分离机与采血椅供甲方使用。 18. 仪器的保养、维护由厂家提供。 19. 仪器提供使用以后，与	

							设备科另签租赁合同。 20. 允许进口产品参与投标。
2							
3							
4							
5							