

采购清单

采购单位		陕西省疾病预防控制中心			备案函号	ZCBN-省本级-2025-05650	
项目名称		2025年度免疫规划注射器采购					
财政拨款		¥ 1, 104, 000. 00			财政专户管理资金	¥ 0. 00	
其他财政资金		¥ 0. 00			保障性资金	¥ 0. 00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他人用疫苗	2025年度免疫规划注射器采购	1, 104, 000 . 00	1	批	1, 104, 000 . 00	一次性使用注射器：0. 1毫升/支，36万支； 一次性使用注射器：1 毫升/支，700万支。 一、容量：0. 1毫升、1 毫升规格注射器在原刻度上增加20%空间，能完成同规格疫苗稀释和注射用。 二、刻度及准确性：0. 1毫升注射器有两个刻度线，即0和0. 1毫升。1毫升注射器有三个刻度线，即0、0. 5和1毫升。入针管底端时零位线与活塞上的基准线重合，计量数字应从针管底端零位线开始，“零”字可以省略。容量线及计量数字印刷应完整，字迹清楚，线条清晰，粗细均匀。 三、渗漏：在3个大气压下，6分钟蒸馏水渗漏小于25ul。 四、溶药功能：仅用一支注射器即可完成干粉疫苗的溶药与注射。 五、外观 1. 透明度：3级，能清晰地看到基准线。 2. 注射器不得有毛边、毛刺、塑流、缺损等缺陷。 3. 注射器内表面不得有明显可见的润滑剂会聚。 4. 注射器应清洁，无颗粒和异物。 六、最大残留容量：最大残留容量小于0. 07毫升。 七、环氧乙烷残留物≤10ug /g； 八、针头：固定针头，带针头帽，五号针头, 针头长度符合各种疫苗注射要求；如果在设计注射器时包括有防意外刺伤的保护设计，这将会给注射器的使用或性能带来不便或不利。 九、排气：在吸入疫苗时带入的气泡应易于排出。 十、活塞：符合国家标准，便于按国家有关的

							规定销毁或回收，在销毁或回收时不会明显产生对环境有害的物质。 十一、防震荡能力：当注射器从1米高处落到水泥地面后不影响注射器的使用；在模拟运输的情况下的震荡试验，注射器的性能不受影响。 十二、回血功能：用于肌肉注射时必须有足够的空间完成查看回血功能。 十三、温度影响：在-25~40℃环境下储存，注射器的性能不受影响。 十四、无菌实验：注射器应无菌，无致热原，应无溶血反应（溶血率≤5%），应无急性全身毒性。 十五、包装：单支注射器采用符合医用要求单独包装。 十六、注射器的生产采用全自动生产线，确保产品质量稳定（提供自动化生产照片）。 十七、送至交货地点需要有24个月以上的有效期 若为自毁型注射器在满足以上条款的基础上，仍需满足以下要求 溶药功能不得由于操作的失误而提前自毁。
2							
3							
4							
5							