

采购清单

| 采购单位 | 西安市中心血站 | | 备案函号 | ZCSP-西安市-2025-00275 | | | |
|--------|------------------|--------|--------------|---------------------|----|------------|--|
| 项目名称 | 血型1室试剂耗材 | | | | | | |
| 财政拨款 | ¥ 0.00 | | 财政专户管理 资金 | ¥ 0.00 | | | |
| 其他财政资金 | ¥ 0.00 | | 保障性资金 | ¥ 1,520,270.00 | | | |
| 序号 | 品名 | 采购标的 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 技术参数 |
| 1 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 国产血型抗体 | 893,410.00 | 1 | 批 | 893,410.00 | <p>标段1： 国产血型抗体检测试剂和部分生化试剂耗材 1. 生产厂商为知名公司，质量可靠。 2. 试剂种类（特异性、抗体种类、生产厂商、生产日期、过期日期）标识清楚。 3. 到货后有效期>18个月； IgG抗-D抗体效价>32，其它抗体效价应>16。 4. Diego血型基因分型试剂盒采用PCR-ssp方法，能够准确鉴定Diego血型基因。</p> <p>2.2.1 全自动生化分析仪用ALT测定试剂盒 1. 适用于迈瑞BS-360S全自动生化分析仪，并提供上机参数。速率法实验原理，双试剂。 2. 包装规格：试剂总量R1+R2≥176ml，试剂包装可直接放入生化分析仪试剂仓中使用。 5. ALT检测线性范围应在3-500U，可大于500U。 2.2.2 ALT质控品 2. 包装规格：10×5ml。 适用于迈瑞BS系列全自动生化分析仪和BA-88A半自动生化分析仪。 2.2.3 全自动生化分析仪用清洗液 1. 适用于迈瑞BS-360S系列全自动生化分析仪系统清洗维护工作。 2. 产品规格：1L/桶。 2.2.4 全自动生化分析仪校准品适用于迈瑞 BS-360S 系列生化分析仪。 2. 包装规格：3 ml/支。 2.2.5 半自动生化分析仪用ALT测定试剂盒 适用于迈瑞 BA-88A半自动生化分析仪。 3. 包装规格：剂型为液体型，R1≤40ml，R2≤10ml。 4. 每份标本的检测时间≤4分钟。</p> |

| | | | | | | | |
|---|------------------|--------|------------|---|---|------------|--|
| 2 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | 进口血型抗体 | 626,860.00 | 1 | 批 | 626,860.00 | <p>2标段 进口血型抗体检测试剂及配套试剂 1、试剂种类 外包装上应显示抗体名称、种类、生产厂商、生产日期、失效日期； 2、同一特异性抗体，优先选择IgM型； 3、IgM+IgG抗-D抗体效价>32，其它抗体效价应>8；抗体到货后有效期>18个月。 4、谱红细胞要求在有效期内红细胞血型抗原稳定，格局分布合理，谱细胞覆盖的血型抗原尽可能广，必须要求包括Rh、Kell、Kidd、Lewis、Duffy、P、MNS等主要血型系统；血型抗原尽可能为纯合子，如Jk(a+b-)、Jk(a-b+)；最常涉及到的Rh血型系统中必须包括以下几种血型抗原组合：DCCee、DCCEe、DccEE、Dccee、dCCee、dccEE、dccee，且CCee、ccEE、ccee的细胞数量各>3个，单套谱红细胞所含人份尽可能多，以保证足够的分辨率。每套细胞组合≥12种，细胞在保存期内无溶血。每种细胞包装容量≥2ml。到货后有效期>1个月。 5、抗筛细胞中的单套细胞≥3种细胞，需有Dia抗原，到货后有效期>1个月。</p> |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |