

采购清单

采购单位		西安市中心血站			备案函号	ZCSP-西安市-2025-00436	
项目名称		成分科国产耗材（三次）					
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 51,840.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他医药品	机制洗涤红细胞耗材 一次性使用血液采输器转移袋 (800ml) (600ml)	51,840.00	1	批	51,840.00	采购包5：（一）机制洗涤红细胞耗材（国产） 1.需与采购人现使用设备南格尔BBS926匹配，实现红细胞洗涤工作。 2.结构组成：产品由分离杯、管路、废液袋、混合袋、收集袋、药液过滤器、穿刺器及其护套、压力监测器接头等组成。 3.分离杯材料为PC，杯体外径：Φ83.5mm±2mm，高度：165mm±2mm。 4.袋体材料为PVC，压延膜。其中收集袋：600ml,单层厚0.43mm±0.03mm，长×宽=210mm±5mm×125mm±5mm；混合袋：容积≥400ml，单层厚0.43mm±0.03mm，长×宽=370mm±5mm×250mm±5mm；废液袋：容积≥5000ml，单层厚0.43mm±0.03mm，长×宽=360mm±5mm×340mm±5mm。 5.管路材料为PVC，透明无杂质。内径为3.0mm-3.3mm，壁厚为 ≥ 0.6mm。 6.标签：PP防水标签。 7.包装方式：产品包装为定位盒加透析纸包装。 8.环氧乙烷灭菌，无菌无热原。 9.灭菌有效期≥4年。 10.其他理化性能及生物性能符合国械注准20183451761技术要求。（二）一次性使用血液采输器转移袋 (800ml) 1.规格800ml，适合-80℃温度下冰冻保存血小板/红细胞。 2.采用医用PVC（压延膜膜材，在缓慢冷冻至-80℃的低温环境后，水浴37±2℃条件下复温后，袋体性能仍满足相关要求），袋体平整，无划伤，袋体

							之间不粘连。 3. 270（±3）mm×150（±3）mm袋体、双输血插口、转移管、直通及护帽组成，用于人体血液及血液成分的转移、储存和输注。 4. 软管大小为内径×外径=Φ3.2mm×4.6mm，外观透明，柔软不打折，满足无菌连接的要求。 5. 标签为防水标签，字迹清晰，内容完整、准确,对血液及血液成分贮存无毒；具备UDI（医疗器械唯一标识）追溯、扫描入库功能。 6. 旋断式输血插口，操作简单、安全；有密闭的保护套，插口内有隔膜、密封，能与符合GB8369/ISO1135-4的输血器配套。 7. EO灭菌，无菌、无热源。（三） 一次性使用血液采输器转移袋（600ml） 1. 规格600ml，适合-80℃温度下冰冻保存血小板/红细胞。 2. 采用医用PVC（压延膜膜材，在缓慢冷冻至-80℃的低温环境后，水浴37±2℃条件下复温后，袋体性能仍满足相关要求），
2							
3							
4							
5							