

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号: ZXGC-AKCG202521.

原公告的采购项目名称: 镇坪县. 中医医院“两专科一中心”建设设备采购项目

首次公告日期: 2025年11月18日

二、更正信息:

更正事项: 采购文件和采购公告

更正原因:

核心产品: 肺功能检测仪及体外碎石仪技术参数调整

更正内容:

原公告的投标文件提交截止时间: 2025-12-09 09:00:00, 更正为: 2025-12-26 09:00:00。

原公告的开标时间: 2025-12-09 09:00:00, 更正为: 2025-12-26 09:00:00。

招标文件(第四部分招标内容及要求)采购清单第21项肺功能检测仪(核心产品)技术参数“13.★测试容量范围: (0.1~20)L。”更正为: “13.★测试容量范围: (0~9)L及以上”

“15.★测试流速范围: (0~±20)L/s。”更正为: “15.★测试流速范围: (0~±14)L/s及以上。”

“18.★提供配套铝合金手提箱, 方便流动检过程中保护设备安全。”更正为: “18.★提供配套保护箱, 方便流动检过程中保护设备安全。”

招标文件(第四部分招标内容及要求)采购清单第24项体外碎石仪(核心产品)技术参数: “(1)★有透镜折射式电磁式冲击波源(非分体式电磁盘, 无需抽真空), 可与液电式冲击波源兼容互换, 提供注册证证明”更正为: “(1)★有透镜折射式电磁式冲击波源(非分体式电磁盘)提供产品注册证或检测报告证明。”

“(4)★焦点治疗深度≥145mm, 可变焦, 提供产品注册证或检测报告证明。”更正为: “(4)★焦点治疗深度≥140mm, 提供产品注册证或检测报告证明。”

“(1)★整机配置独立的数控MCU系统、彩屏触摸屏控制台、摇杆运动控制系统, 冲击波参数及运行状态实时显示, 带给用户舒适高效的操作体验。”更正为: “(1)整机配置独立的数控MCU或PLC系统、彩屏触摸屏控制台、摇杆运动控制系统, 冲击波参数及运行状态实时显示。”

其他内容不变

更正日期: 2025年12月05日

三、其他补充事项

1. 获取采购文件须知：投标供应商使用捆绑 CA 证书登录安康市公共资源交易中心（<http://ak.sxggzyjy.cn/>），选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统（<http://www.sxggzyjy.cn:9002/TPBidder>）进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面获取采购文件。

2. 供应商未完成网上投标成功的或未按规定时间在网站上下载竞争性磋商文件的，无法完成后续流程，后果自负。

3. 本项目采用电子化投标的方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南—下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》，电子投标文件技术支持：4009280095. 4009980000；

4. 本项目采用远程不见面开标，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站〔首页〕服务指南〕下载专区〕中的《安康市公共资源交易不见面开标大厅政府采购供应商操作手册（202206）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

5. 请供应商获取磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：镇坪县中医医院

地址：安康镇坪县文彩路与国心北路交叉口北 340 米

联系方式：15353278681

2. 采购代理机构信息

名称：陕西众欣共创工程项目管理有限公司

地址：陕西省安康市万达广场 C 座 1711 室

联系方式：15191517116

3. 项目联系方式

项目联系人：王工

电话：15191517116

陕西众欣共创工程项目管理有限公司

2025 年 12 月 05 日