

采购清单

采购单位		西安市第八医院			备案函号		ZCSP-西安市-2025-00731	
项目名称		64 排 CT 维修更换球管和高压阳极油箱						
财政拨款		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
其他财政资金		¥ 1,800,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	医疗设备 零部件	球管	1,730,000.00	1	个	1,730,000.00	1. 提供所投型号球管的原版技术白皮书。 2. 适配主机的进口全新产品。 3. 阳极热容量：≥5.0MJ 4. 管套热容量：≥7.7MJ，焦点功率要求最大≥72KW 5. 焦点数量≥两个 6. 小焦点大小≤0.9mm×0.7mm；大焦点大小≤1.2mm×1.1mm 7. 120KV时最大毫安输出≥600mA 8. 管套出线窗口FOV尺寸：40mm，支持0.35秒每圈的高速旋转。 9. 球管拥有ASiR芯片，并提供接口，以支持CT的ASiR技术。 10. 球管最大额定电压≥140KV。 11. 阳极靶面角度：7° 12. 提供球管与GE Optima CT670整机匹配的技术证明材料。 13. 提供原厂的InSiteTM数字化远程故障筛排系统，提前预知球管的问题。	
2	医疗设备 零部件	高压油箱	70,000.00	1	个	70,000.00	1. 匹配GE Optima CT670设备 2. 匹配GE Perfomix球管的全新产品 3. 内部初级、次级线圈隔离电压≥75KV	
3								
4								
5								