采购包 2：

合同编号：2026-ZCYSGC-YB-ZBCG-SYSPTCG-005

航空航天柔性材料研发设备购置与配套设施建设特殊材料测试系统高分子材料实验室建设模块采购项目供货合同

需方（以下简称“甲方”）：西安工程大学

供方（以下简称“乙方”）：西安瑞信科学仪器有限公司

依据《中华人民共和国民法典》等规定，经双方协商同意，签订本合同并信守下列条款，共同严格履行。

一、产品名称、数量、价格：

序号	产品名称	规格型号	品牌商标	生产厂商	单位	数量	单价（万元）	总金额（万元）	备注
1	实验室专用纯水机	MT-R-VF-20	砾鼎	上海砾鼎水处理设备有限公司	套	2	2.7	5.4	无
2	电子万能试验机	WDW-2T	济南兰博	兰博（济南）实验仪器有限公司	套	1	3.2	3.2	无
3	数显维氏硬度计	HV-100 OTPTA	蔚仪	莱州市蔚仪试验器械制造有限公司	套	1	2.0	2.0	无
4	箱式电阻炉	SX_2-6-13Z	上海博迅	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司	套	1	1.1	1.1	无
5	加热磁力搅拌器	RTC-G	巩义予华	巩义市予华仪器有限责	套	15	0.2	3.0	无

				任公司					
6	顶置搅拌器	RWD50	上海沪析	上海沪析实业有限公司	套	15	0.25	3.75	无
7	超声波清洗器	KQ-500DE	昆山舒美	昆山市超声仪器有限公司	套	4	0.5	2.0	无
8	旋转蒸发仪	RE-2000A	上海亚荣	上海亚荣生化仪器厂	套	2	0.8	1.6	无
9	真空干燥箱	BZF-50	上海博迅	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司	套	3	0.65	1.95	无
10	鼓风干燥箱	GZX-9140MBE	上海博迅	上海博迅医疗生物仪器股份有限公司	套	4	0.5	2	无
11	电导率测量仪	DDS-11A	雷磁	上海仪电科学仪器股份有限公司	套	5	0.1	0.5	无
合计金额（含税，大写）：贰拾陆万伍仟元整 合计金额（含税，小写）：265000.0									

二、质量标准：

1. 乙方提供的物资（设备）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。没有国家标准的，采用该产品有关行业标准（取较高标准）。

2. 甲方对乙方所供物资（设备）有具体技术指标及系统功能要求的，该技术指标及系统功能经甲乙双方书面确认，作为质量验收标准。

3. 以招投标方式采购的物资（设备），招标文件对质量有特殊要求的以双方签字确认的技术协议为准。

三、交货日期、方式及地点：

合同签订之日起__45__日历天内到货、安装调试、运行并交付使用，交货地点为西安工程大学材料学院（部门）指定地点。

四、质保及售后承诺

1.物资（设备）自甲方出具书面验收合格文件之日起质保期__2__年，（国家或行业规定有强制质保期的电子产品可按照国家或行业标准执行）。

2.质保期内乙方免费上门维修，费用全免；质保期后，乙方仍上门维修，人工费免，可收取相关零配件和材料费。如质保期内发生质量瑕疵，乙方未能按照甲方要求及时提供维修、更换服务，甲方有权要求乙方支付合同金额10%的违约金。

3.质保期内乙方对甲方提出的服务响应不得超出__2__小时，制定解决方案，1个工作日内派人到现场维修。

4.乙方对物资（设备）出现的有关技术性问题或安全问题负责处理、解决，承担因质量引起的事故损失。

5.乙方免费培训甲方用户__2__人熟练掌握所供物资（设备）为止，具体培训方案详见应标文件中的培训方案。

6.乙方提供配套软件终身免费升级服务。

五、包装及运输：

乙方负责运输、搬运上下楼等一切费用并承担运保费，保证所供产品为原厂包装，开箱合格率达到100%，使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单与物资（设备）一起发送。

六、安装、调试及验收：

1.乙方负责安装调试，甲方提供必要的工作条件。

2.甲方对乙方所供设备依照合同进行初步验收。验收时甲乙双方均派人到场，由甲方先对设备外观质量进行验收（包括对产品名称、规格型号、品牌商标、设备原产地、生产厂商、单位、数量等的验收）。乙方安装、调试、运行完成之后，通知甲方对设备相关技术指标、系统功能进行验收。

甲方应在乙方通知后__30__日内进行核查验收，验收工作完成后签字确认。验收不合格的，限期整改；整改仍达不到要求的，作退货处理。乙方应在接到甲方通知退货后的__30__日内将货物全部运离甲方场地，并退还甲方已支付的全

部款项，同时乙方需按照合同总金额的 20% 向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方所遭受的损失的，乙方还应赔偿甲方全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、律师费、鉴定费、保全费、保全担保费等。

3. 甲方在质保期内使用过程中如因物资（设备）内在质量出现问题，甲方将乙方所交物资（设备）交至甲方属地技术质量监督部门按双方确认的技术标准进行检测；如果检测与双方确认的质量标准不符，由乙方承担检测费用及负违约责任，违约责任按本合同第九条第 4 款处理。

4. 如果所供物资（设备）以投标时双方封存样品为准的，可做破坏性检验，以确定乙方货物是否合格。

七、付款方式及履约保证金：

1. 付款方式：

合同签订后，成交供应商向采购人提供预付款等额的银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，采购人向成交供应商支付合同总价的40%作为预付款；待所有物资（设备）到达采购人指定地点，安装、调试、运行并经验收合格后，30 天内支付合同总价的60%。采购人向成交供应商付款前，成交供应商应向采购人开具符合采购人要求的增值税专用发票，若因成交供应商未开具或逾期开具合法有效的增值税专用发票，采购人有权顺延付款期限且不承担逾期付款责任。

2. 履约保证金：

（1）乙方成交后凭中标通知书向甲方缴纳合同金额的 5%作为履约保证金；

（2）履约保证金应使用人民币，可选择使用银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳或提交；

（3）甲方验收合格后，乙方提出书面申请，甲方将履约保证金（无息）退还乙方。

八、知识产权

1. 合同中软件产品的所有版权都归乙方所有，受《中华人民共和国计算机软件保护条例》等知识产权法律及国际条约与惯例的保护。甲方通过本合同获得本软件的使用权。

2. 除本合同的约定以外，乙方未向甲方授予许可软件著作权、专利权、商标专用权、商业秘密及其他权利有关的任何权利。

3. 如果乙方提供给甲方的产品侵犯第三方知识产权，责任完全由乙方承担并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

九、违约责任：

1. 合同生效后，甲乙双方应按合同规定认真履约。合同履约责任只涉及合同甲乙双方，不考虑第三方因素。

2. 乙方逾期交货，每天应按合同总价的 0.5‰向甲方支付违约金。如乙方逾期含三十天仍未履行或未完全履行交货义务的，甲方有权终止合同，乙方须按合同总价的 20%计算向甲方支付违约金。违约金不足以弥补乙方给甲方造成损失的，乙方应当承担全部赔偿责任，全部赔偿责任的范围包括但不限于预期可得利益、直接损失、赔偿金、违约金、诉讼费用、仲裁费、鉴定费、保全费、保全担保费用、律师费等。

3. 甲方无正当理由拒收物资（设备），应向乙方支付合同总价款 20%的违约金。

4. 乙方所交的物资（设备）品种、规格型号、品牌、生产厂商、数量和质量不符合合同约定，所供物资（设备）达不到双方确认的技术标准的，乙方必须无条件退回全部货款，并向甲方支付合同总价款 20%的违约金。

5. 因乙方提供的产品存在缺陷或由于乙方的过错使产品存在缺陷造成人身、缺陷产品以外的其他财产损害，乙应当承担全部赔偿责任。若由此造成甲方先行承担责任的，甲方在承担责任后有权全额向乙方追偿。

6. 在合同款项付清后、质保期内，乙方未履行质量保证条款约定的义务，乙方对甲方承担本合同总价 10%的违约金。

十、争议解决方式：

本合同在履行过程中，如发生争议，双方友好协商解决，如协商不成，双方同意在甲方注册地所在地法院起诉解决。

十一、其他：

1. 本合同一式六份，甲方执四份，乙方执两份，双方签字并盖章后生效，具有同等法律效力。合同未尽事宜双方可协商解决或另立补充协议。

2. 在合同实施过程如双方出现争议，物资（设备）清单、技术参数、系统功能要求、甲方招标文件、乙方投标文件等均作为解决争议的参考文件，与本合同具有同等法律效力。

3. 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。

甲方联系人：王亮

联系电话：15829363069

联系地址：陕西省西安市碑林区金花南路 19 号　　邮编：710048

电子邮箱：wanglcody@163.com

乙方联系人：刘建玲

联系电话：18729097939

联系地址：西安市高新区科技二路 78 号城市风景夏日景色 3 号楼 11801 号

邮编：710000

电子邮箱：18729097939@163.com

送达时间以下列规定为准：

(1)专人递送之日视为送达之日；

(2)以邮寄方式进行的通知均应采用邮政挂号快件或特快专递的方式进行，自信件交邮后的第 2 日视为送达；

(3)短信、传真、微信、电子邮件以顺利发出当天后的第一个工作日视为送达之日；

(4)一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后 3 日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

4. 合同签订地点：西安·西安工程大学

5. 合同签订时间：2026 年 9 月 2 日

需方（甲方）：西安工程大学	供方（乙方）：西安瑞信科学仪器有限公司
法定代表人：	法定代表人：刘建玲
授权代表：	授权代表：刘建玲
电话：	电话：18729097939
传真：	传真：
开户银行：中国建设银行股份有限公司友谊东路支行	开户银行：西安银行股份有限西安公司高新四路支行
帐号：61050190540000001286	帐号：611011580000051611

税务登记号：12610000435204205L　　税务登记证号：91610131357092868A

地址：陕西省西安市碑林区金花南路 19 号　地址：西安市高新区科技二路 78 号城市风景夏日景色 3 号楼 11801 号

附件一：技术参数

序号	设备名称	技术参数	数量	备注
1	实验室专用纯水机	1. 进水水源：城市自来水，进水水压：0.1-0.4MPa，水温 5-45℃ 2. 造水速度： 20 L/h，取水速度： 1.5-2L/min 3. 纯水指标：脱盐率高达 99%， 电导率 1-5μS/cm，超纯水指标： 电阻率 18.25MΩ.cm TOC： ≤3ppb， 颗粒（≥0.22um）≤1 个/ml， 微生物≤0.01cfu/ml， 热原≤0.001EU/ml 4. ABS 机壳 5. 完善的 RO 纯水和超纯水造水、系统取水、系统循环和消毒等管理功能。 6. 完善的无水保护、高压水满等保护功能和故障告警功能。 7. 完善的历史告警、历史取水记录以及耗材寿命管理功能。 8. 配备 USB Host 接口， 支持历史告警记录和历史取水记录的数据导出功能。 9. 配备 RS232 通信接口， 可接微型打印机或监控软件。 10. 双路水质监测， 可同时显示 RO 电导率值、UP 电阻率值。 11. 创新内置透明压力桶水质可见， 可更换内胆储水袋。 12. ▲配置前端 316L 不锈钢精密网过滤， 可手动排污。 13. ▲长效 KDF 装置。 14. 定时定量取水功能。 15. 超纯水总交换量≥10 吨. 16. 配置 10 升压力水箱 17. 机器品牌必须具有国家商标局注册证 18. 所有滤芯主机内置： PP 滤芯;活性炭滤芯、超滤滤芯。	2	
2	电子万能试验机	1. 最大试验力： 20kN; 2. 试验力测量范围： 0.4%--100%;	1	

		3. 试验力示值精度：±0.5% 4. 试验力分辨力：1/300000(可分档或等效6档)； 5. 横梁位移测量精度：分辨率≤0.0025mm； 6. 变形测量精度：±0.5%（在0.2—10mm范围内）； 7. 试验速度范围：0.001—1000mm/min,无级调速； 8. 速度控制精度：±0.5%； 9. 常温试验空间： A：拉伸空间:600mm B：压缩空间:700mm C:有效宽度：400mm； 10. 采用交流伺服电机及驱动系统，具有过流、过压、过载等保护装置，调速比1:100000； 11. 测控系统、操作软件及数据处理系统 支持执行GB，ISO，JIS、DIN，ASTM等多种试验标准，全开放式,免费提供升级软件,并可根据用户需求自行编辑试验软件。24位A/D数据采集，内置于计算机内，先进的芯片集成技术，精度±300000码采集卡,控制软件能实现自动求取弹性模量、屈服强度、抗拉强度、断裂强度等常规数据，能自动计算试验过程中任一指定点的力、应力、位移、变形等数据结果。 11.1 自动清零：试验开始后，测量系统自动调零； 11.2 自动停机：试样断裂后，移动横梁自动停止； 11.3 自动标定：系统可自动实现示值准确度的标定； 11.4 自动存盘：试验数据和试验条件自动存盘； 11.5 自动变速：试验过程中横梁移动速度可按预先设定的程序自动变化，也可手动变化； 11.6 自动控制：根据试验要求可选择试验速度、位移、应变等闭环控制方式； 11.7 程序控制:用户可根据需要,依据一定的编程规范,定制多步的控制程序. 11.8 自动保存：试验结束，试验数据和曲线自动保存； 11.9 批量试验：对相同参数的试样，一次设定后可顺次完成		

		一批试验； 11.10 自动分析:根据相关标准要求,自动分析试验数据. 11.11 曲线遍历：试验完成后，可对曲线进行分析，确定试验曲线上各点对应的数据； 11.12 曲线选择：可根据需要选择应力-应变、力-位移、力-时间、位移-时间等曲线进行显示和打印；并能反映出试样在拉力作用下的破坏过程及试样每一点的数　据分析。 11.13 自动分析：试验曲线上的任意一段可进行局部放大分析。 11.14 批量处理:将多个试验数据和曲线汇总比较并显示打印. 11.15 试验报告:多种报告编辑方法(Exsel\World\高级自定义),用户可根据需要自行编辑报告格式,基于 Crystal Report 开发的专业分析报告，可导出为 Excel、PDF、HTML。 11.16 限位保护：具有程控和机械两种限位保护； 11.17 过载保护：当负荷超过额定值 2%～10%时超载量可调，自动停机； 11.18 局域网连接:数据接口,可直接连接试验室的综合信息管理网络。 11.19 符合 GB228-87,GB228-2002 等 30 个国家标准有关规定； 11.20 同时可根据 GB、ISO、JIS、ASTM、DIN 及用户提供多种标准进行试验和数据处理，并且具有扩展性。 11.21 可定力值、定时间、定次数、定变形、定位置循环控制测试； 11.22 模块式设计,拉伸、剪切、剥离、弯曲、撕裂、压缩、多种、顶破、戳穿、疲劳测试方式； 11.23 负责升级,分辨率：1/500000，精度：±0.25%F.S；		
3	数显维氏硬度计	1.维氏标尺：HV0.01，HV0.025，HV0.05，HV0.1，HV0.2，HV0.3，HV0.5，HV1 等；	1	

		2. 试验力：0～10N 或 0～1000gf； 3. 加载控制：自动（加载/保荷/卸载）； 4. 转塔：自动； 5. 保荷时间：1～99 秒可调； 6. 读数方式：数显； 7. 硬度值范围：5-3000HV； 8. 升降机构； 9. 试件最大高度：110mm 10. 压痕中心至机壁距离： 110mm； 11. 光学测量系统： 物镜：10×（观察），40×（测量），分度值：0.03μm； 12. 总放大倍数：100×（观察），400×（测量） 测量范围：0～200μm； 13. XY 坐标试台尺寸：100×100（mm），行程：25×25（mm），分度值：0.01mm； 14. 光源：12V/20W ，光源亮度：PWM 调光； 15. 节能模式：0-1000S 不用后自动进入待机模式； 16. 可设置 6 种曲面硬度修正； 17. 数据端口：USB, RS232, 网口，蓝牙； 18. 图像传感器分辨率： 300 万像素 ； 19. 测量模式：对角测量、四点测量、两点测量，自动测量； 20. 标定方式：标准硬度块 ； 21. 支持语言：12 国语言 ； 22. 测量精度：压痕清晰时，符合国际标准 ISO6507 要求 ； 23. 测试模式：HV/HK ； 24. 测量方式：静态、动态状态下均可测量 ； 25. 有效硬化层测量：X、Y 方向任意设置间隔值或者等差数列间隔值； 26. 报告处理：本系统可以得出 WORLD 及 EXCEL 两种格式报		

		告； 27. 整机功耗：100W； 28. 总尺寸：525×330×620（mm），重量：36KG； 29. 配置：区间报警，彩色触摸屏； 30. 细轴试台 1 个，薄片试台 1 个，小平口钳试台 1 个，大 V 型块 1 个，小 V 型块 1 个，金刚石维氏压头 1 个，标准显微硬度块 2 块，内置打印机 1 个		
4	箱式电阻炉	产品特点： 1. 采用微电脑 PID 数显控制器，具备定值运行功能； 2. 不锈钢内门衬板设计； 3. 炉膛和炉门采用一次成型耐火砖材料，表面处理平整，无脱落； 4. 炉膛与外壳之间的保温层采用陶瓷纤维板； 5. 炉门及炉膛外壁采用全腔外壁通风设计； 6. 设有过流、过压、过热、漏电、短路、开门断电等多种安全保护措施； 产品参数： 1. 加热元件：硅碳棒 2. 输入功率 kW：6 3. 工作室尺寸 mm（宽×深×高）：150×300×150 4. 容积 L：6.8 5. 工作电压 V：380 6. 控温范围℃：RT+30~1300 7. 波动度均：±3℃。	1	
5	加热磁力搅拌器	1、温度： 1.1 设定范围：室温+5℃-350℃ 1.2 设定方式/精度：编码旋钮操作，快速精准完成设定，精度 0.1℃ 1.3 显示：4.5 英寸 LCD 数字显示（0℃-400℃）	15	

		1.4 温度控制精度：内部温度传感器±1℃，外部温度传感器±0.2℃ 1.5 控温模式：快速升温/精确恒温； 2、搅拌： 2.1 搅拌容量：20L/H_2O（水） 2.2 设定范围：0-2500rpm 转速可调 2.3 设定方式/分辨率：编码旋钮操作，精度 1rpm 2.4 显示：4.5 英寸 LCD 数字显示 2.5 搅拌模式：正；反；正/反交替 3、时间： 3.1 设定范围：1S-99h:59min:59s 3.2 设定方式/最小时间：触摸设定+编码旋钮，快速精准完成设定，最小 1s 3.3 显示：4.5 英寸 LCD 数字显示（99h:59min:59s） 3.4 时间模式：定时/计时模式； 4、安全： 4.1 开机自检 5、机能： 5.1 加热功率：550W 5.2 电机功率：DC 无刷电机，输出 30W 5.3 加热槽尺寸：内径 136mm 5.4 加热槽材质：铝合金+特氟龙喷涂		
6	顶置搅拌器	1.1 LCD 屏显示，转速和时间可调； 1.2 转速 30-2200rpm，可恒定转速，高低速可控； 1.3 过载和电机保护，出现过载，短路或异常等情况，自动切断电路并报警； 1.4 配置搅拌桨穿透孔； 1.5 扭矩可根据样品的粘度变化自动调整； 1.6 多种搅拌桨，支架可选。	15	

		2.1 适配器输出电压 V：24 2.2 频率 Hz：50~60 2.3 最大搅拌量 ：20L 2.4 转速范围：30~2200rpm 2.5 显示：LCD 2.6 转速精度：±1rpm 2.7 调速方式：粗调+精调 2.8 定时范围：1~9999min 2.9 最大扭矩：40N.cm 2.10 最大粘度：10000mpa.s 2.11 输入功率：60W 2.12 输出功率：50W 2.13 保护等级 IP42 2.14 电机保护显示故障自动停止 2.15 过载保护显示故障自动停止 2.16 安全保护夹头保护套+防滑垫 2.17 允许环境温度 5~40℃ 2.18 允许环境湿度 80% 2.19 主机固定用自锁式方型夹头 2.20 顶置搅拌机搅拌桨同心度:夹头下 100mm 处，≤0.3mm		
7	超声波清洗器	1.1 容量：22.5L 1.2 超声频率：40kHz 1.3 超声功率：500W 1.4 超声功率可调范围：40-100% 1.5 加热功率：800W 1.6 温度设定范围：室温-80℃ 1.7 工作时间可调：1-480min 1.8 具有液位显示、保护功能 1.9 其他配置：降音盖、不锈钢网架、不锈钢托架、手控进排	4	

		水、电源 AC220V/50Hz 2.1 清洗器采用单片机软件操作。 2.2 清洗器主体材质均为 304 不锈钢。 2.3 数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。 2.4 数显显示工作液位。 2.5 数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、加热温度（及实际温度）。		
8	旋转蒸发仪	1、触摸式液晶彩屏，温度数显，转速数显，时间设定 2、主屏和水浴锅双屏显示 ，球磨口冷凝管 3、采用 24 口标准加长型玻璃轴管，M42 卡扣螺母 4、主要技术参数 4.1 温度范围：室温～99℃，控温精度±1℃ 4.2 真空度范围：无内置真空控制 4.3 变频调速：0～200 转/分 4.4 升降范围：船形按键快速自动升降 0～150mm 4.5 双回流冷凝器：冷凝面积 0.15m^2 蒸发量：H_2O≥1.2L/h 特氟隆水浴锅;容量 4 升，可用 50~2000ml 范围内蒸发瓶，全透明防护罩 4.6 加热功率：1200W 4.7 电机功率：40W 电压：220V/50HZ	2	
9	真空干燥箱	1.1 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆不锈钢材料制成； 1.2 温控系统采用微电脑单片机技术，液晶屏显示各种参数，温控仪具有控温、定时、超温报警等功能； 1.3 工作室为长方形结构，箱门采用钢化、防弹双层玻璃门； 1.4 具有因停电、死机造成状态数据和保存的参数记忆丢失，来电恢复功能；符合国家标准 GB/T 29251-2012 1.5 升级功能： 1.5.1 隔板加热：	3	

		加热单元均匀分布在载物隔板下面，升温效率≥50%； 1.5.2 独立控温： 多层加热隔板独立控温。 2.1 产品类型：液晶显示 2.2 输入功率：1200W 2.3 控温范围：室温+10～250℃ 2.4 温度波动度：±1℃ 2.5 达到真空度：135Pa 2.6 定时范围：0～9999 分钟 2.7 加热方式：隔板加热 2.8 容积：53L 2.9 内胆尺寸：415×370×345mm 2.10 加热方式：隔板加热 2.11 载物托架：2 块 2.12 托架间距：125mm		
10	鼓风干燥箱	1.1 外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节； 1.2 温控系统具有控温、定时和超温报警等功能； 1.3 预热腔设计，空气加热混合后直接进入工作室； 1.4 采用双屏高亮度数码管显示，触摸式按键设定调节； 1.5 采用罩级电机及风叶； 1.6 旋转式两级锁紧结构； 1.7 具有来电恢复功能。 2.1 电源电压：220V±10%/50Hz±2% 2.2 控温范围：室温+5～200℃ 2.3 分辨率：1℃ 2.4 波动度：±1℃(105℃) 2.5 均匀度：±2.5% 2.6 升温速率：≥4℃/min（180℃）	4	

		2.7 输入功率：1750W 2.8 定时范围：0～999min/h 2.9 容积：142L 2.10 内胆尺寸：550×470×550mm 2.11 载物搁架：3/7 块（标配/最多） 2.12 搁架承重：15Kg		
11	电导率测量仪	1.1 高清液晶显示，按键操作 1.2 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 1.3 支持 IP54 防护等级 1.4 标配电导电极、电极支架、防尘罩 1.5 智能检测、自动识别 1.6 具有读数稳定标志，智能提醒 1.7 支持手动温度补偿 1.8 支持自动频率切换，配套 1.0 常数电极可覆盖全量程测量 1.9 支持直接输入电极常数 2、技术参数 2.1 电导率级别：1.5 级 2.2 范围：0.00μS/cm 到 100.0 mS/cm 2.3 最小分辨率：0.01 μS/cm，根据量程自动切换 2.4 电子单元引用误差：± 1.5%F.S. 2.5 电子单元稳定性：±1.0% FS/3h 2.6 仪器配套误差：±2.0% FS 2.7 电源适配器（输入：AC100~240V，输出：DC9V）	5	

甲方技术负责人签字：

乙方名称（盖章）：西安瑞信科学仪器有限公司

乙方授权代表签字：刘建玲