

# 西安市第一医院服务合同

合同编号：2026SB0607

签订地点：西安市第一医院（粉巷院区）

采购人（甲方）：西安市第一医院

供应商（乙方）：陕西弘康医疗科技有限责任公司

供应商规模：小型企业

招标公司：陕西省中诚信招标有限公司

招标时间：2026年6月3日； 中标时间：2026年6月4日

履约结束日期：2029年7月4日（可视验收具体情况向后顺延）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及西安市第一医院医疗设备采购项目（项目编号及名称：SXZCX2026-008 影像科设备维保一批）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

## 一、服务内容及期限：

| 服务内容                    | 数量<br>(台) | 服务<br>期限 | 总价 1<br>(万元)   | 总价 2<br>(万元)   |
|-------------------------|-----------|----------|----------------|----------------|
| 1. 联影 uMR880 维保 3 年     | 1         | 3 年      | 143            | 143            |
| 2. 联影 uCT960+ 全保 1 年    | 1         | 1 年      | 133<br>(换球管价格) | 65<br>(不换球管价格) |
| 3. 联影 uDR370i 移动 DR 1 年 | 1         | 1 年      | 2              | 2              |
| 合计                      | 3         | /        | 278            | 210            |

## 二、付款方式

### 1. 联影 uMR880 维保 3 年：

乙方在每满一年服务期结束前向采购人出具正式增值税普通发票。经甲方验收合格之日起 30 日内支付相关款项。

| 付款  | 付款金额    | 付款时间<br>(可视验收具体情况向后顺延) |
|-----|---------|------------------------|
| 第一年 | 476666元 | 2027. 7. 4             |
| 第二年 | 476666元 | 2028. 7. 4             |



|     |         |            |
|-----|---------|------------|
| 第三年 | 476668元 | 2029. 7. 4 |
|-----|---------|------------|

## 2. 联影 uCT960+ 全保 1 年:

### (1) 服务期内更换球管

乙方在服务期限半年届满结束前向采购人出具正式增值税普通发票。经甲方验收合格之日起 30 日内支付相关款项。

| 付款 | 付款金额     | 付款时间（可视验收具体情况向后顺延） |
|----|----------|--------------------|
| 半年 | 665000 元 | 2027. 1. 4         |
| 一年 | 665000 元 | 2027. 7. 4         |

### (2) 服务期内未更换球管:

乙方在服务期限半年届满结束前向采购人出具正式增值税普通发票。经甲方验收合格之日起 30 日内支付相关款项。

| 付款 | 付款金额     | 付款时间（可视验收具体情况向后顺延） |
|----|----------|--------------------|
| 半年 | 325000 元 | 2027. 1. 4         |
| 一年 | 325000 元 | 2027. 7. 4         |

## 3. 联影 uDR370i 移动 DR 1 年

乙方在服务期限半年届满结束前向采购人出具正式增值税普通发票。经甲方验收合格之日起 30 日内支付相关款项。

| 付款 | 付款金额    | 付款时间（可视验收具体情况向后顺延） |
|----|---------|--------------------|
| 半年 | 10000 元 | 2027. 1. 4         |
| 一年 | 10000 元 | 2027. 7. 4         |

## 三、合同总价

1、合同总价为人民币大写：贰佰柒拾捌万元整，即 RMB ¥ 2780000.00 元；该合同总价涉及的保修范围：设备整体保修，包含设备内故障备件的更换等。如在服务期内未更换球管的，合同总价为人民币大写：贰佰壹拾万元整，即 RMB ¥ 2100000.00 元。

2、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

3、乙方在每个合同周期结束前向甲方出具正式增值税普通发票。乙方未按照约定提供发票的，甲方有权拒付相关款项，由此造成的损失由乙方负责。



4、如甲方设备达到使用年限或设备所有权发生变更，甲方需提前三个月通知乙方，合同终止，并按照乙方当年度已服务的天数折价支付乙方服务费。

#### 四、乙方责任

##### (一) 联影uMR880维保3年

1、包括设备系统/服务：磁共振设备全套及相关辅助设备。

(1) 包括核磁共振设备电子部分（含磁体、线圈、梯度柜、射频柜、系统柜、计算机、扫描床及所属辅件等）及主机、后处理工作站。

(2) 制冷系统(含冷头、氦压缩机、吸附器、高低压氦气管、液氦填充)。

(3) 水冷机组及精密空调等。

不包括设备系统/服务：第三方外围设备。

2、维保责任及要求：

(1) 服务时间：全年365\*24小时无节假日服务；

(2) 具有专用维修电话，电话响应时间：≤1小时；工程师到场时间：≤12小时；

(3) 备件到达现场时间：从报修时计算普通零配件≤36小时，重大型配件≤72小时；

(4) 开机率保证：每年≥95%，即每年停机不超过18天；单次故障维修时间≤3天。如超过1天，顺延5天维保日期并扣除维保费3000元/天。

(5) 定期维护、保养、调校服务：每个季度不少于1次保养。提供详细的保养计划,包括但不限于：设备清洁、系统性能测试及校准、电气环境检测等。一次/二次水冷过滤滤芯及精密空调过滤棉每半年不少于1次保养。

(6) 设备安全检查及质量保证服务。

(7) 设备故障报修：不限次数人工上门服务。

(8) 整机人工技术服务及免费更换备件服务。

(9) 设备质检协助服务。

(10) 提供《维修报告》、《保养报告》、《设备年度维修保养总结报告》（装订成册）；

(11) 所更换的备件为原厂全新备件，安装完成后达到设备安全运行标准及临床要求。



## **(二) 联影uCT960+ 全保 1年**

1、服务内容：uCT960+整机、工作站（包含联影“探索者科研平台”）、扫描间精密空调及高压注射器。

### **2、服务要求**

(1) 备件：设备更换备件均为原厂全新备件。

(2) 供应商须提供不限次数的现场检修及零件备件更换服务，包含节假日在线支持：24小时\*365天的热线服务。

(3) 维修响应：具有专用维修电话，电话响应时间：≤1小时；工程师到场时间：≤12小时。

(4) 工程师资格证明：场地服务工程师需经过专业培训,并提供培训证明。

(5) 定期维护：对CT设备每年提供4次定期预防性维护、保养、计划性定期的维修服务检测。包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查，以及非紧急性质的补救性维修，并定期对设备的数据进行备份，具体内容包括：（1）系统基本情况检查；（2）图像质量检查；（3）球管使用情况检查；（4）重建系统检查；（5）滑环通讯检查；（6）软件等等。服务期内，服务商在维修更换配件时引发医院CT机其他新故障时，由服务商自行解决故障及配件，全部费用由服务商支付。

(6) 根据需求，工程师须到达现场配合相关质检部门和医院的检测达标工作。

(7) 备件到达现场时间：普通零配件≤24小时，重大型配件≤60小时。

(8) 开机率保证：每年≥95%，即每年停机不超过18天；单次故障维修时间≤3天。如超过1天，顺延5天维保日期并扣除维保费3000元/天。

(9) 及时获取并实施系统安全性软硬件改版通知，保修期内免费提供设备（含联影“探索者科研平台”）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。

(10) 提供《维修报告》、《保养报告》、《设备年度维修保养总结报告》（装订成册）。

## **(三) 联影移动DR uDR370i维保1年**

1、服务内容：移动DR设备整机（球管除外）、软硬件系统的检测、保养、维修服务。



## 2、服务要求

- (1) 服务时间：全年365\*24小时无节假日服务；
- (2) 具有专用维修电话，电话响应时间：≤1小时；工程师到场时间：≤12小时；
- (3) 备件到达现场时间：从报修时计算零配件≤48小时。
- (4) 开机率保证：每年≥95%，即每年停机不超过18天；单次故障维修时间≤3天。如超过1天，顺延5天维保日期并扣除维保费3000元/天。
- (5) 定期维护、保养、调校服务：每年提供不少于4次常规保养服务；此项定期维护服务应间隔进行。定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。
- (6) 提供《维修报告》、《保养报告》、《设备年度维修保养总结报告》（装订成册）。
- (7) 提供设备安全检查及质量保证服务（含每年配合院方完成设备质检要求）。
- (8) 设备故障报修：提供不限次数人工上门服务及远程电话技术指导服务。
- (9) 提供设备质检协助服务。
- (10) 提供设备的日常操作、维护等现场相关操作培训服务。
- (11) 备件要求：所更换的备件为原厂全新备件，安装完成后达到设备安全运行标准及临床要求。

## 五、甲方责任

- 1、自觉维护本合同所规定设备，避免人为因素损坏设备。
- 2、设备故障时，及时通知乙方并积极配合乙方的工作。

## 六、免责条款

- 1、乙方不保修因外来异常因素所造成的设备损坏，如地震、火灾、水灾或其它自然灾害。
- 2、因病毒致设备不能操作，或机器内发现非乙方安装的软件（如游戏软件）等造成的损害，不在保修范围之内。

乙方法人及负责人联系电话：

法人：郝卫国 13609119952      负责人：马丹 13572801989

## 七、违约责任



乙方对其维修质量及维修备件质量负责，乙方未按照双方合同约定履行维修义务的，乙方应当全额返还甲方维保费用，因乙方原因导致甲方产生的损失由乙方承担。

#### 八、争议解决办法

合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。

#### 九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，效力相同，自双方签章盖章之日起生效。

3、本合同项下地址为有效的通讯地址，一方变更应当书面通知相对方，未通知视为未变更，一方所发的文件通知等寄出或在《华商报》、《西安晚报》上公示即视为送达，产生相应的法律后果。

西安市第一医院（盖章）

行：中国工商银行西安南大街支

账号：3700020409089344018

地址：西安市南大街粉巷 30 号

邮政编码：710002

电话：87630929

法定代表人（授权代表）：

签订日期：2026 年 7 月 17 日

乙方：陕西弘康医疗科技有限责任公司（盖章）

开户行：长安银行股份有限公司西安国际港务区支行

银行账号：806011501421005280

地址：陕西省西安市浐灞生态区金桥三路 418 号前海人寿金融中心 1 幢 11002 室

邮政编码：710024

电话：400-8765792

法定代表人（授权代表）：

签订日期：2026 年 7 月 13 日

