咸阳市中心医院设备采购合同

合同号：[2026]215号

项目名称：血液成分分离机采购项目（注册证名称：血液分离系统）

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：西安孚盈生物科技有限公司

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

甲　　方：咸阳市中心医院

乙　　方：西安孚盈生物科技有限公司

甲方根据需求委托西北（陕西）国际招标有限公司对**咸阳市中心医院血液成分分离机设备采购项目**进行国际招标，项目编号为**0617-2624HZ0915**，确定乙方**西安孚盈生物科技有限公司**为中标单位。现依照中华人民共和国《民法典》、《招投标法》、招投标文件相关内容，签订本合同，双方共同信守。

一、经甲方同意按照以下条款购进乙方以下产品：（价格条件 DDP，单位：人民币元）

序号	使用科室 招采名称	投标名称	注册证名称	规格型号	品牌	数量	质保时间	单价（元）	总价（元）
1	血液内科 血液成分分离机	血液成分分离机	血液分离系统	Spectra Optia	泰尔茂	1台	全套质保5年	424500.00	424500.00
合同总价		**大写：人民币肆拾贰万肆仟伍佰元整，小写：¥424500.00元**							

合同总价包括：完成本项目全部内容所需的全部费用，包括产品的供应费、运杂费（含保险）、转运费、吊安装调试费、培训费及国家按现行税收政策征收的一切税费及其他相关费用。

交货期（包含安装、调试）：合同签订后90个日历天内，逾期将按照本合同第六条约定执行。

二、设备运输、安装和验收

2.1 乙方应采取足以保护设备质量的包装方式，并采取适当防潮、防震、防锈等措施，并承担设备的运费、保险费、装卸费等费用。确保设备安全运抵合同约定地点，由于包装不善、运输差错等所致设备损坏或零部件缺失，由乙方负责。

2.2 甲乙双方对设备进行开箱清点检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在7个日历天内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

2.3 设备到货后，乙方应在接到甲方通知后，在甲方安装场地符合设备安装要求的条件下10个日历天内安装调试完成。

2.4 甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准(见招标文件)及医院设备验收制度下进行技术验收，验收合格后，参加验收人员在甲方《安装验收单》上签字确认。

2.5 若乙方提供设备在验收前存在功能性故障等问题，甲方有权延长验收期限，待确保设备

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

功能完好、满足验收技术标准后，完成验收。

三、付款方式

3.1 合同总价款：**人民币肆拾贰万肆仟伍佰元整（大写），¥424500.00 元（小写）。**

3.2 支付方式：银行转账。

设备运抵甲方指定地点，完成安装、调试，并最终经甲方出具《安装验收单》确认验收合格后，乙方开具合同全额的发票，甲方在收到乙方发票及本合同第 3.3 条所列的全部结算资料后 22 个工作日内，一次性支付合同总价款。

3.3 结算方式：乙方持《安装验收单》，全额发票、合同复印件、中标通知书，与甲方结算。

四、设备维修

4.1 设备售后应由生产厂家指定的专业工程师进行维修。

4.2 维修与更换故障部件的期限为：设备出现故障时，接到电话后 0.5 小时内故障响应，2 小时内到达现场，12 小时内修复故障，若不能在规定时间内修复故障，须免费提供备用机供临床使用。

五、质量保证及售后服务

5.1 乙方应保证所供设备是全新的、未使用过的，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，设备生产日期与到货日期间隔时间不得超过 12 个月，如超过该期限，甲方有权认定该设备存在质量风险或缺陷，并可拒收或要求更换。乙方应在接到甲方通知后 7 个日历天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同约定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

5.2 乙方承诺该设备质保期为 5 年，全套原厂质保，涉及全部软件终生免费升级，质保期的期限应以甲乙双方的验收合格（由甲方使用部门及医学装备科共同签署意见）之日起计算，质保期内免费更换设备或免费维修、更换零配件，乙方应提供质保期内≥4 次/年巡检，≥2 次/年维保，并提供报告。每次维护保养记录都应在甲方医学装备科进行备案登记。超出质保期后，乙方承诺继续提供设备售后技术服务支持，软件升级服务，如设备出现故障，乙方承诺只收取成本费用，并不得低于国家标准。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

5.3 乙方承诺提供维修指南、维修专用工具、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

5.4 乙方承诺提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换口。

5.5 乙方承诺质保期内，提供响应承诺及维修期间应急预案。

5.6 质保期内，如设备故障 20 个日历天内仍无法修复的，需免费更换同规格、同型号原厂全新产品，更换产品所产生的费用由乙方承担。

5.7 质保期内，每次故障维修及保养后，乙方必须提供维修保养记录，经与使用科室双方签字确认无异议后，提交至甲方医学装备科备案登记。乙方维修人员在故障维修期间必须遵守医院院内安全、防盗、停车、周围环境卫生及排放污物等相关规定，否则一切后果自负。

5.8 设备使用全生命周期内，设备所涉及耗材停产，保证免费提供该设备升级。并在设备升级更新前，原有设备耗材不断供。每年向每台设备提供不少于一次的随访检查，将设备故障可能性降到最低。

5.9 乙方应承诺所提供的设备、备件、零配件的来源为原厂全新（即未使用过的、与原厂一致，保障整机运行达到原厂标准），并根据甲方要求提供相关证明材料，否则甲方有权拒绝接收。

5.10 应用培训：设备安装后，设备厂家安排专业临床应用工程师到现场进行设备调试及临床应用培训等服务，直到临床科室能够熟练操作设备为止；此外，提供定期常态化培训服务。

六、索赔条款

6.1 如经国家食品药品监督管理局检验确认货物不符合本合同约定，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行处理：

6.1.1 同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

6.1.2 按照货物的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物贬值。

6.1.3 调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同约定的规格，质量和性能，乙方承担因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

6.2 在履行合同过程中，若乙方遇到可能妨碍按时交货或提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到通知后，可酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金（每延误一周，赔偿费按延迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的0.5%计收，依次递增，直至交货或提供服务为止，误期时间最高限额为 10 周，误期赔偿费的最高限额为合同价的 5%，超过此最高限额，甲方有权终止合同并要求乙方支付违约金）；若乙方

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

未事先征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，甲方有权按违约终止合同。

6.3 乙方人员应严格遵守附件中廉洁承诺内容，若出现违反该承诺书内所述行为，甲方有权终止服务协议，乙方应同时承担由此给甲方带来的实际损失。

6.4 乙方应保证甲方和使用单位在使用该设备或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权等的起诉，若第三方提出侵权指控，乙方应承担由此引起的一切法律责任和费用。

七、到货地点：咸阳市人民东路 78 号，甲方指定地点。

八、争议解决：

本合同在执行中，双方本着友好协商的原则解决争议，若不能协商解决，可提交至咸阳市渭城区人民法院进行处理。

九、本合同壹式肆份，以中文书就，甲方叁份，乙方壹份。具同等法律效力，经双方签字盖章，加盖骑缝章后生效。

十、合同附件是合同的不可分割的组成部分，与合同具有同等法律效力。

10.1 报价明细表

10.2 设备技术参数文件、配置清单

10.3 设备耗材报价表

10.4 售后承诺书

10.5 原厂授权书

10.6 中标通知书

10.7 廉洁承诺书

以下为空白页面

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

商务签署部分

甲方	（合同专用章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2026年8月28日	单位名称	咸阳市中心医院
		开票地址及电话	咸阳市人民东路78号029-33288883
		纳税人识别号	126104004356319288
		开户行	工行咸阳市人民东路支行
		账号	2604020409026406316
		地址	
		电话	
		传真	
		邮编	
		联系人姓名	
		联系人手机	
		联系人Email	
乙方	（公章） 法定代表人/委托代理人 （签名）： 2026年8月28日	单位名称	西安孚盈生物科技有限公司
		地址	陕西省西安市曲江新区翠华南路275号13幢大唐商务大厦A座411室
		纳税人识别号	91610133MABOWXQE1A
		电话	029-85360312
		传真	/
		户名	西安孚盈生物科技有限公司
		开户银行1	招商银行股份有限公司西安小寨支行
		帐　号1	129912824310202
		联系人姓名	惠玲
		联系人电话	13991253202
		联系人Email	jennylsm@qq.com

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件一、报价明细表

项目名称：咸阳市中心医院血液成分分离机采购项目

报价人名称：西安孚盈生物科技有限公司　　项目编号：0617-2624IIZ0915

（二）投标分项报价表

投标人名称：西安孚盈生物科技有限公司　项目编号：0617-2624IIZ0915

1	2	3	4	5	8	7
序号	名称	型号和规格	原产地及制造厂名	数量	单价（元）	总价（元）
1	血液成分分离机	Spectra Optia	泰尔茂比司特（北爱尔兰）有限公司	1	424500	424500
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
总计（元）						424500

注：投标报价中应包括：设备费、运输费、保险费、安装、验收费等完成本次招标内容所产生的一切费用（含税费）。如有需要，投标人可根据自行增加“行”。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

公章：

设备相关信息

注册证名称	生产厂家国别	是否节能	是否节水	是否环保	供应商法人性别
血液分离系统	美国	否	否	否	男

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件二、设备技术参数文件、配置清单

产品技术参数表

采购项目名称：(血液成分分离机采购)

采购项目编号：(0617-2624HZ0915)

采购包号：(1)

序号	标的名称	招标文件要求	投标产品技术参数	偏离情况
1	血液成分分离机	1、采购内容：血液成分分离机1台	响应内容:血液成分分离机(注册证名称：血液分离系统）1台，投标产品制造商家：泰尔茂比司特（北爱尔兰）有限公司；投标产品规格型号：Spectra Optia；投标产品的数量：1台	无偏离
		2、技术要求	技术要求.	
		2.1设备用途：治疗性血浆置换（TPE)、单个核细胞采集（MNC)、红细胞置换/移除（RBCX)、白细胞去除（WBCD)、血小板去除（PLTD)和连续单个核细胞采集（CMNC）等	设备用途：治疗性血浆置换（TPE)、单个核细胞采集（MNC)、红细胞置换/移除（RBCX)、白细胞去除（WBCD)、血小板去除（PLTD）和连续单个核细胞采集（CMNC）等	无偏离
		2.2主要技术参数	主要技术参数	
		2.2.1 单针、双针式，治疗人群：成人、儿童；	采用单针，双针模式。治疗人群：成人，儿童。	无偏离
		2.2.2具备全自动模式；具备全自动血液分离界面管理系统，至少包含一个高清摄像头；自动调整采集参数；	具备全自动血液分离界面管理系统AIM，包含一个高 清摄像头（25次/秒拍摄分离界面，分辨率10微米)以及图片解析芯片。通过高清摄像头拍摄界面，经过芯片处理拍摄图像后，系统将自动调整采集参数，起到稳定界面最大优化采集效率的目的。	无偏离
		2.2.3操作界面：彩色显示屏，实时显示数据，可编辑程序参数，中文界面；	智能图形用户界面(GUI)系统：10.5英寸多彩液晶中文显示触摸屏，实时显示数据，实现程序及参数的自由更改。	无偏离

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

		2.2.4 离心机最大转速≥2200rpm；	离心机转速：≤3000rpm，最大离心力 1200G。	正偏离
		2.2.5 全血流速：10ml/min~125ml/min 可调；	采血泵流速可调，范围 5-142 ml/min。	正偏离
		2.2.6 采血泵系统至少应包含采血泵、回输泵、抗凝剂泵、血浆泵、置换/采集泵等；	先进五泵三阀门系统：包含采血泵，回输泵（双向转动，必须有），抗凝剂泵，血浆泵，置换/采集泵。	无偏离
		2.2.7 抗凝剂：抗凝剂泵独立可调，可自动控制和计算抗凝剂。抗凝剂剂量与全血比例调节范围：1:2~1:50；	独立可调抗凝剂泵：系统具备自动抗凝剂控制和计算功能。抗凝剂：采血与抗凝剂的比率可调，范围 1:2~1:50	无偏离
		2.2.8 具备热合功能或配置；	集成热合钳，指示灯熄灭后 1 秒钟快速封闭管路	无偏离
		2.2.9 数据管理：可连接打印机与电脑，负责与我院现有信息系统对接，具备数据采集记录功能。采集记录可在设备自身屏幕调取显示；	大数据管理：机器拥有连接打印机与电脑的功能，可以将详细采集数据通过打印机打印或者将数 据传输至电脑。治疗过程可追溯：文件记录程序过程中每个细节，为后期追溯、分析以及优化程序提供了极大的方便，设备可显示 100 条记录	无偏离
		2.2.10 管路：不同颜色标识， 设备自动装载并预充管路；	带有颜色标识的卡匣式管路及夹子，避免抗凝剂盐水连接错误的可能性。设备自动装载并预冲管路，时间低至 11min。	无偏离
		2.2.11 屏幕实时显示采集过程中的图像；	在采集过程中屏幕可实时显示高清摄像头拍摄到的图像，以便用户更好的做故障排除或者优化采集过程。	无偏离
		2.2.12 采集前系统自检(包括管路与程序)；	采集前系统自动进行全面检测（包括管路与程序），以最大限度的确保采集者的安全	无偏离
		▲2.2.13 最小体外循环量：≤150ml	最小体外循环量：141ml	正偏离
		2.2.14 具有气泡报警功能；	具备回输管道空气探测器（超声波探测器），监测回输管道内的空气。如果循环中空气超过 1ml，则会向系统发送信号，以防形成空气栓塞。	无偏离

		2.2.15 具有离心仓漏液探测报警功能；	具备离心仓漏液探测器，离心仓内壁或底部出现水分时检测是否漏液，精准探测到离心机内 0.5ml 的液滴	无偏离
		2.2.16 具备单个核细胞采集功能；	具备单个核细胞采集（MNC）程序	无偏离
		2.2.17 具备全自动和半自动 2 种细胞采集模式；	全自动细胞采集模式，同时也可根据需求切换为半自动模式	无偏离
		2.2.18 红细胞混入率≤3.5%；	红细胞混入率 1.8%-3.1%	**正偏离**
		2.2.19 具备治疗性血浆置换；	具备治疗性血浆置换（TPE）程序	无偏离
		2.2.20 血浆移除效率≥85%；	★血浆移除效率（PRE）高达 87%	**正偏离**
		2.2.21 自动监测液体平衡，液体平衡设置范围：75%-200%；	液体平衡限值范围 70%-200%，液体平衡少于 70%时进行强制补液，保证患者体液平	无偏离
		2.2.22 具备血浆置换及吸附功能；	具备血浆置换及吸附功能；	无偏离
		2.2.23 血小板损失率≤2%；	智能血小板回输，血小板损失率可低至 1%	**正偏离**
		2.2.24 红细胞置换：自动计算红细胞去除量、可设定去除后目标红细胞压积；	可手动设定去除后目标红细胞压积，目标 Hct 与实际最终 Hct 无差异	无偏离
		▲2.2.25 终生提供该设备所涉及到耗材供应；（提供全部耗材报价，评审以主要耗材为主）（提供耗材保供承诺函）	终生提供该设备所涉及到耗材供应，提供耗材报价表及保供承诺函（详见耗材报价表）	无偏离
		2.3、配置清单：	配置清单：	
		2.3.1 分离盘≥2 个；	标准分离盘 1 个，IDL 分离盘 1 个	无偏离
		2.3.2 配套相关管路≥6 套（所有规格型号耗材各一套）；	配套相关管路≥6 套（所有规格型号耗材各 2 套）；	无偏离

注：1.以上表格格式行、列可增减。

2.投标人根据采购项目的全部技术参数逐条填写此表，并按招标文件要求提供相应的证明材料。

3.投标人响应产品的制造商家、规格型号、数量进行在此表中明确响应，否则视为未实质性响应本项目。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Spectra Optia血液分离系统配置清单

Spectra Optia Apheresis System
Spectra Optia 血液分离系统

产地：美国科罗拉多

设备型号： Spectra Optia

设备组成结构：

产品由控制面板、回输泵、抗凝剂泵、采血泵、置换/采集泵、血浆泵、离心仓（离心机和分离盘）、分离盘（标准分离盘和IDL分离盘）、感应器/探测器、报警装置为主要部件，泵的型号均为PITTMAN LO-COG，离心机型号MOOG BN34-45AG-04CH，

原理：

Spectra Optia 是一台连续分离的全自动血细胞分离机，通过重力离心的原理分离血液成份。可用系统执行治疗性血浆置换（TPE）、单个核细胞采集（MNC）、红细胞置换移除（RBCX）、白细胞去除（WBCD）、血小板去除（PLTD）和连续单个核细胞采集（CMNC）程序。

产品包装内主要包括：

序号	设备名称	单位	数量
1	Spectra Optia 血液分离系统	台	1
2	电源线	个	1
3	标准分离盘	个	1
4	IDL分离盘	个	1
5	热合钳	个	1
6	配套耗材	套	6

泰尔茂（上海）医疗产品贸易有限公司

附件三、设备耗材报价表

耗材报价表

投标人名称：西安孚奇生物科技有限公司　　项目编号：0617-2624HZ0915

序号	耗材名称	数量	单价（元）	产品注册证	组建编码	医保统一编码	备注
1	一次性使用血细胞分离器（规格型号：10116）	1	1590	国械注进20173101665	S10661159	C09030101000000019800000001	
2	一次性使用血细胞分离器（规格型号：10226）	1	1590	国械注进20173101837	S10661160	C09030101000000019800000004	
3	一次性使用血细胞分离器（规格型号：10316）	1	2000	国械注进20223100279	S10808366	C09030101000000019800000018	
……							
合计（人民元）			5180				

说明：1、须提供原厂配套耗材，投标人根据所报产品配套耗材的分类，分别报价；

2、耗材进入陕西省阳光采购平台的报价不得超过陕西省阳光采购平台挂网价；

3、配套耗材如有“产品注册证、组建编码、医保统一编码”，请如实填写；

4、提供全部耗材报价，评审时以主要耗材为主；

5、耗材单独报价，不计入投标总价中。

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

公章：

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件四、原厂授权书

TERUMO BLOOD AND CELL TECHNOLOGIES

2026 年度中国地区经销商授权证书

（有效期限自 2026 年 7 月 30 日至 2027 年 3 月 31 日）

兹证明泰尔茂比司特医疗产品贸易（上海）有限公司（“授权方”）授权西安孚盈生物科技有限公司（“经销商”）作为泰尔茂比司特（TERUMO BCT）产品在中国以下地区以及医疗机构的经销商。经销商可在以下授权范围内从事经销事宜。

授权产品	经销地区及医疗机构
********** Spectra Optia 血液分离系统及配套管路（一次性使用血细胞分离器）**********	********** 咸阳市中心医院 采购项目编号：0617-2624HZ0915 采购项目名称：血液成分分离机采购 **********

授权方有权随时以书面形式终止本授权。经销商可将利用授权方电子签章版本打印形成的本证书复印件交予上文所载医疗机构备案。除此之外，本证书的任何其他复印件必须加盖授权方公章后方为有效。

泰尔茂比司特医疗产品贸易（上海）有限公司

注：授权方对本授权书的内容及有关条款保留更改权利，并具有最终解释权。

TERUMO BLOOD AND CELL TECHNOLOGIES

TO WHOM IT MAY CONCERN

敬启者

LETTER OF AUTHORIZATION

授权书

We, Terumo BCT Ltd., having our registered office located at Old Belfast Road, Millbrook Larne, BT40 2SH, United Kingdom (the "Company"), being the manufacturer of the below listed products hereby certify that the following entity:

我们，Terumo BCT Ltd.,注册办公室位置为 Old Belfast Road, Millbrook Larne, BT40 2SH, United Kingdom(以下"公司")，是下述产品的制造商，今授权

Terumo BCT Medical Product Trading (Shanghai) Ltd
泰尔茂比司特医疗产品贸易（上海）有限公司

Is the Company's exclusive distributor for China and is therefore authorized to sell, to provide after sales services and to submit on our behalf the Company registration application of the below listed Terumo BCT products (the "Product") in China.
作为本公司在中国地区的独家代理商，全权负责以下泰尔茂比司特产品（以下称"产品"）在中国地区的销售、售后服务及注册相关事宜：

- **Spectra Optia® Apheresis System (catalog reference 61001);**
  Spectra Optia 血液分离系统（型号 61001）
- **Spectra Optia® Collection Set (catalog reference 10116);**
  一次性使用血细胞分离器（型号 10116）
- **Spectra Optia® Exchange Set (catalog reference 10226);**
  一次性使用血细胞分离器（型号 10226）
- **Spectra Optia® IDL Set (catalog reference 10316);**
  一次性使用血细胞分离器（型号 10316）

The letter of Authorization is made in United Kingdom on January 08, 2026 and shall be remain valid until its revocation.

此授权书于 2026 年 1 月 08 日在英国出具，未书面撤销之前一直有效。

M. Mc Mullan 08 Jan 2026

Martin McMullan

Managing Director/ 董事总经理
Terumo BCT Ltd.

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件五、售后承诺书

售后服务方案

用户名称：咸阳市中心医院

设备名称：血液分离系统 （型号、规格：Spectra Optia）

为确保销售产品质量，泰尔茂比司特医疗产品贸易(上海)有限公司"（我司）"对 Terumo BCT 品牌的产品提供以下优质服务承诺:

一、服务方案

✓ 提供本次投标设备装箱单及配置清单。

✓ 提供耗材及易损件报价。

✓ 提供操作手册及设备操作规程。

✓ 所售机器自安装之日起提供伍年免费保修。机器终身维修，超出保修期的服务收取相应零配件费用。涉及软件终生免费升级。

✓ 耗材保存期：自出厂日期起贰年内。

✓ 设备出现故障时，售后服务响应时间在 0.5 小时内，在接到故障维修请求后，对电话里不能解决的故障，工程人员 2 小时内到达现场，排除故障的期限不超过 12 小时（遭遇极端情况除外），否则提供备用机供临床使用。

✓ 我司负责对操作人员进行机器操作的免费培训。

✓ 所提供产品的生产日期与设备到货日期的期间间隔≤1 年。

✓ 提供该设备非标的电源连接线及其他外接转换口。

✓ 我司提保证维修期维修响应承诺及维修期间应急预案。

✓ 提供维修指南、维修专用工具、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

✓ 质保期内≥4 次/年巡检，≥2 次/年维保，并提供报告。

✓ 设备所涉及耗材停产，保证免费提供该设备升级。并在设备升级更新前，原有设备耗材不断供。每年向每台机器提供不少于一次的随访检查，降机器故障可能降到最低。

✓ 协助用户做好设备开发应用工作。并有长期提供技术资料和技术支持。

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

二、实力和资源的保证

1、我司是泰尔茂比司特集团（Terumo BCT）在中国设立的一家专业销售和服务公司。采用国际先进的 SAP 物流管理系统实现全球物流联网运作管理，保证充足的零配件供应。我司租用位于上海外高桥保税区的产品和零配件仓库，并提供物流配送中心服务，为国内用户提供快捷的服务。

2、全国有多名专业工程师，对用户的维修请求反应迅速。

三、多种联系方式，时刻保持服务畅通

1、公司地址和联系电话:

上海市浦东新区世博大道 1515 号世博天地写字楼 T1 栋 1001，1008-1009 单元

021-51628710

2、全国工程师联系人:

上海总部罗列伟：13764407502；北区康伟：13910011137

南区张为名：18571471096；　　中区刘和乐：18006400660

3、用户可通过微信公众号一键报修和培训预约。

4、陕西地区工程师联系人：曹旭：15902960862

泰尔茂比司特医疗产品贸易(上海)有限公司

2026 年 7 月 30 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件六、中标通知书

中标通知书

西安孚盈生物科技有限公司:

经评标委员会依法评审，确定贵单位为中标人。

开标时间：2026 年 08 月 12 日 09 点 30 分

开标地点：陕西省政府采购综合管理平台

项目名称：咸阳市中心医院血液成分分离机采购

项目编号：0617-2624HZ0915

招标内容：血液成分分离机

中标金额：424500.00 元

特此通知。

西北（陕西）国际招标有限公司

二〇二六年八月十七日

西北（陕西）国际招标有限公司

办公地址：西安市南二环西段 58 号成长大厦

电话：029-85592879

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

附件七、廉洁承诺书

廉洁承诺书

咸阳市中心医院：

我公司向贵院郑重承诺依法经营，诚信经营，保证所供产品质量，保障流通秩序，杜绝医药购销中的商业贿赂。具体承诺内容如下：

1、保证做到经销的合法性。凡在贵院经销的医用产品保证做到符合国家相关法律法规的规定，保证质量，保证供应，保证优质服务，及时积极协助医院退货，防积压。

2、保证产品的资质证件、信息良好一致，符合医院要求。

3、所供耗材由意愿耗材采购员、库管员同时验收，再送到使用科室使用。

4、保证自觉遵守医院相关规定。

5、保证不私自邀请医务人员参加以产品宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等名义的各种商业活动；如有宣传活动、学术讲座、会议、外出学习和参观等活动均报医院医务处备案审批。

6、公司保证在医院规定的时间、地点报送产品资料。不在非接待时间、地点递交产品资料、介绍产品情况。

7、公司保证拒绝医院工作人员索要回扣、劳务费、差旅费、赞助费、新药推荐费等不正当要求，并立即向医院进行举报。

8、保证经销人员不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品等或给予其他不正当利益。不向医院有关科室和个人提供任何形式的回扣或“统方费”、宣传费、开单提成等。

9、保证不干预、影响医院的购销工作及诊疗秩序。

10、保证积极配合医院对购销中有无商业贿赂的审查。

11、若医院发现我公司有以上行为，可终止购销协议并拒绝支付货款。

承诺单位（盖章）：西安孚盈生物科技有限公司

法人/代表签字：

日　　期：2026.8.28

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App