采购合同

合同编号：_____

项目编号：SXHXXZ-2026-076

项目名称：彬州市人民医疗健康总院紧密型医共体能力提升项目采购医疗设备项目二标段

采购人：彬州市人民医院（彬州市人民医疗健康总院）

供应商：上海诚泰泽霖医疗科技发展有限公司

日 期：2026年 8月 3日

扫描全能王 创建

医疗设备销售合同书

委托方(甲方)：彬州市人民医院(彬州市人民医疗健康总院)

承接方（乙方）:上海诚泰泽霖医疗科技发展有限公司

甲方委托乙方承担 彬州市人民医疗健康总院紧密型医共体能力提升项目采购医疗设备项目二标段 （项目编号：SXHXXZ-2026-076），经双方协商一致，签订本合同。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

一、合同明细及价款

序号	名称	品牌	制造厂家	规格型号	单位	数量	单价 (人民币元)	总价 (人民币元)	备注
1	超高清电子内窥镜	奥林巴斯	奥林巴斯(苏州)医疗器械有限公司	CV-1500-C	套	1	1500000.00	1500000.00	
	内镜专用台车	奥林巴斯	奥林巴斯(苏州)医疗器械有限公司	WM—NP3	台	1	/	/	
	医用专业监视器	索尼	索尼（中国）有限公司	LMD-32M1MD	台	1	/	/	
	内镜用水泵	安杰思	杭州安杰思医学科技股份有限公司	UW 600-II	台	1	/	/	
	二氧化碳气泵	安杰思	杭州安杰思医学科技股份有限公司	CR4500	台	1	/	/	
	高频电刀	北京麦迪康维	北京麦迪康维医疗设备有限公司	CM-350A	台	1	/	/	
2	高清电子胃镜	奥林巴斯	奥林巴斯(苏州)医疗器械有限公司	GIF-EZ1500-C	台	2	445000.00	890000.00	

扫描全能王 创建

3	高清电子肠镜	奥林巴斯	奥林巴斯(苏州)医疗器械有限公司	CF-EZ1500DI-C	台	1	460000.00	460000.00	
4	全自动胃肠镜清洗消毒机	迈尔	杭州迈尔科技有限公司	EWS-100E	套	3	120000.00	360000.00	
5	多功能麻醉机	迈瑞	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	WATO EX-55	套	1	110000.00	110000.00	
总计(人民币元)	大写：叁佰叁拾贰万元整							¥:3320000.00元	

(一)合同价款为人民币(大写) **叁佰叁拾贰万元整** (¥ 3320000.00元)。

(二)合同总价是指本次服务内容所需的全部费用，包括但不限于人工费、工 本费、管理费、利润、风险、各种税金等。

二、**委托工作内容：**提供约定货物供应、配送、验收、售后及相关配套服务

三、款项结算

（一）付款方式：

1. 到货即安装，签订合同后付货物总价款的30%，货物安装到位并调试好之后付款到总价款的70%，一年后招标人不计息一次性支付剩余合同金额。

2. 中标人承诺在招标人办理以上各期付款的支付手续前，应出具等额的符合国家规定的发票。

3. 结算方式：银行转账。

4. 在招标人支付款项前，中标人应提供符合招标人要求的合法税务发票。否则，招标人有权暂停支付相应款项。

四、服务地点及完成期

（一）服务地点：甲方指定地点。

（二）服务期限：自合同签订之日起 30 日内完成供货、安装、调试。

五、质保期

（一）质保期：原厂质保 3 年，终身负责软件升级。 （质保期为项目验收合格，由采购人与中标人双方签署验收合格文件并办理项目移交之日算起。）

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

扫描全能王 创建

1、甲方负责配合本次项目服务工作；

2、甲方应按本合同的约定向乙方支付合同价款。

3、甲方根据需要对乙方提供的实施方案进行审核，提供建议及意见，确定最终实施的服务方案，以便乙方遵照执行；

4、甲方有权对乙方的工作进行监督和考核。

（二）乙方的权利与义务

1、乙方的工作人员必须严格遵守甲方的规章制度，以良好的形象和积极的工作态度，按甲方要求开展工作；

2、乙方应服从甲方统筹管理并按流程开展工作；

3、乙方在完成期间的任何涉及有关甲方的相关信息，需经甲方确认无误。

七、服务质量保证

（一）乙方需派一名项目负责人，直接与甲方沟通，项目负责人接收甲方提出的问题与要求，并及时反馈给工作组，解决在项目实施过程中遇到的问题。

（二）项目在实施过程中会出现不可预料的需求变更，乙方需积极配合甲方的需求变更，并按照变更后的需求继续进行方案实施。

（三）乙方需建立高效的管理团队，项目团队组成合理。

（四）乙方需设有详细的技术资料档案和服务档案，将保存项目的详细资料以便于更好地提供服务。

八、知识产权

（一）本项目知识产权归甲方所有。

（二）乙方无论出于任何目的如在其他地方使用该成果，必须经甲方同意方可使用。否则，贵甲方有权要求终止涉及到该中标知识产权的任何使用活动并保留追究卖方相应的法律责任的权利。

（三）乙方为执行本合同而提供的技术资料使用权归甲方所有。

九、保密规定

甲、乙双方应永久恪守因签署或履行本合同而获知的对方秘密信息及其它秘密资料。任何一方如将获知的对方秘密信息泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对

扫描全能王 创建

方造成的一切损失并承担相应的法律责任（包括刑事责任）。

十、其他事项

（一）乙方不得转让、分包给其它单位或个人。

（二）乙方的响应文件和承诺等内容将列入合同。

十一、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供服务或服务质量不能满足本次采购要求，采购人会同监督机构、采购代理机构有权终止合同和对成交供应商违约行为进行追究，同时按政府采购法的、有关规定进行相应的处罚。

十二、合同生效

（一）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代表）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（二）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（三）本合同一式 肆 份，甲乙双方各执 贰 份。

（四）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲 方：（盖章）彬州市人民医院（彬州市人民医疗健康总院）

地 址：彬州市西大街36号

邮 编：713500

法定代表人：张鹏烈

被授权代表：

电 话：029-34922022

传 真：/

开 户 银 行：中国工商银行彬州市支行

银行账号：2604030809200060536

日 期：2026.8.3

乙 方：（盖章）上海诚泰泽霖医疗科技发展有限公司

地 址：上海市宝山区淞发路58弄86号四层5-07室

邮 编：200441

法定代表人：嵇淼

被授权代表：

电 话：18516757775

传 真：/

开 户 银 行：交通银行股份有限公司上海陆家嘴支行

银行账号：310066771015003687207

日 期：2026.8.3

扫描全能王 创建

五、技术条款偏离表

项目名称：柳州市人民医疗健康总院紧密型医共体能力提升项目采购医疗设备项目

项目编号：SXXXZ-2025-078

序号	招标文件技术要求	投标文件技术响应	偏离情况	说明	页码
1	超高清电子内窥镜（2用1备）1套				
1-1	图像处理器与光源集成一体化	图像处理器与光源集成一体化	无偏离	CV-1500-C产品彩页	彩页2页第2行P211
1-2	触摸式控制面板	触控面板为硬质玻璃件	无偏离	CV-1500-C产品彩页	彩页2页直观易用功能第2行P211
1-3	光源：≥4色LED，寿命≥10000小时	光源：5色LED，寿命10000小时	无偏离	高清内窥镜主机系统产品参数	见高清内窥镜主机系统产品参数P154
1-4	▲可兼容CCD与CMOS显像元器件	可兼容CCD与CMOS显像元器件	无偏离	CV-1500-C产品彩页	彩页2页第4、5行及高清内窥镜主机系统产品参数P154、P211
1-5	可输出12G-SDI信号超高清成像	可输出12G SDI信号超高清成像	无偏离	CV-1500-C产品彩页	彩页2页 规格-观察模式第2行P211
1-6	≥4种特殊光成像模式	6种特殊光成像模式	无偏离	CV-1500-C产品彩页	彩页2页特殊光观察第1、2、3、4、5行P211
1-7	光学聚色观察模式的LED光源，可实时查看出血点及深层血管分布	光学聚色观察模式的LED光源，可实时查看出血点及深层血管分布	无偏离	高清内窥镜主机系统产品参数	见高清内窥镜主机系统产品参数P154
1-8	具有自动调光功能，具有全自动测光、平均测光和峰值测光模式	具有自动调光功能，具有全自动测光、平均测光和峰值测光模式	无偏离	CV-1500-C产品彩页	彩页2页规格-观察模式第8行P211
1-9	具有结构强化功能，≥9档调节	具有结构强化功能，9档调节	无偏离	高清内窥镜主机系统产品参数	见高清内窥镜主机系统产品参数P154
1-10	具有轮廓强化功能，≥9档调节	具有轮廓强化功能，9档调节	无偏离	高清内窥镜主机系统产品参数	见高清内窥镜主机系统产品参数P154
1-11	≥2种冻结模式	冻结、预冻结	无偏离	CV-1500-C产品彩页	彩页2页规格-观察模式第15、16行P211
1-12	色调调节：≥±8档	色调调节，红色调节±8档、蓝色调节±	无偏离	CV-1500-C产品彩页	彩页2页规格-观察模式第4行P211

扫描全能王 创建

		8档、色调调节±8档			
1-13	具备自动白平衡功能	具备自动白平衡功能	无偏离	高清内窥镜主机系统产品参数	见高清内窥镜主机系统产品参数P154
1-14	图像放大功能：可兼容2倍电子放大功能	图像放大功能兼容2倍电子图像放大功能	无偏离	高清内窥镜主机系统产品参数	见高清内窥镜主机系统产品参数P154
1-15	更换镜体无需开关机，内镜更换支持热插拔	更换镜体无需开关机，内镜更换支持热插拔	无偏离	高清内窥镜主机系统产品参数	见高清内窥镜主机系统产品参数P154
1-16	可将≥4种的功能进行一键联动	可将4种的功能进行一键联动	无偏离	高清内窥镜主机系统产品参数	见高清内窥镜主机系统产品参数P154
1-17	具备兼容电子胃镜、电子结肠镜、光学放大内镜、十二指肠镜、电子支气管镜的功能；	具备兼容电子胃镜、电子结肠镜、光学放大内镜、十二指肠镜、电子支气管镜的功能	无偏离	高清内窥镜主机系统产品参数	见高清内窥镜主机系统产品参数P154
1-18	具有内窥镜自动识别功能	内镜连接到CV-1500-C时，监视器上会显示内镜信息。	无偏离	高清内窥镜主机系统产品参数	见高清内窥镜主机系统产品参数P154
2	高清电子胃镜				
2-1	视野角度：≥140°	视野角-正常对焦模式140°、近焦模式140°	无偏离	GIF-EZ1500-C产品彩页	彩页2页规格-光学系统第1行P213
2-2	景深：3-100mm（常规焦距3—10mm，近焦模式1.5—5.5mm）	景深：3-100mm（常规焦距3—100mm，近焦模式1.5—5.5mm）	无偏离	高清电子胃镜产品参数	见高清电子胃镜参数P155
2-3	▲具备双焦点放大功能	具备双焦点放大功能	无偏离	GIF-EZ1500-C产品彩页	彩页2页高放大倍率+焦点切换第1行及高清电子胃镜参数 P155、P213.
2-4	具备≥3条导光束	具有3条导光束	无偏离	GIF-EZ1500-C产品彩页	彩页2页规格-插入部第2行及高清电子胃镜参数P213
2-5	视野方向:0° 直视	视野方向：0° 直视	无偏离	高清电子胃镜参数	见高清电子胃镜参数P155
2-6	弯曲角度：向上≥210°，下≥90°，向右≥1	弯曲度，角度范围上210°/下90°/右1	无偏离	GIF-EZ1500-C产品彩页	彩页2页规格-弯曲度，角度范围P213

扫描全能王 创建

	90°：左≥180°	90°/左 180°			
2-7	先端部外径：≤9.9mm	插入部/先端部外径：9.9mm	无偏离	GIF-EZ1500-C产品彩页	彩页2页规格-插入部第1行 P213
2-8	插入部外径：≤9.6mm	插入管外径：9.6mm	无偏离	GIF-EZ1500-C产品彩页	彩页2页规格-插入部第3行 P213
2-9	器械钳道内径：≥2.8mm	钳子管道内径：2.8mm	无偏离	GIF-EZ1500-C产品彩页	彩页2页规格-钳子管道第1行 P213
2-10	工作长度：≥1000mm，总长度：≥1350mm	总长1350mm	无偏离	GIF-EZ1500-C产品彩页	彩页2页规格-总长 P213
2-11	▲具有副送水功能	具有副送水功能	无偏离	GIF-EZ1500-C产品彩页	彩页2页规格-插入部第2行及高清电子胃镜参数 P155、P213
2-12	具备全防水设计	具备全防水设计	无偏离	高清电子胃镜参数	见高清电子胃镜参数P155
3	高清电子肠镜				
3-1	视野角度：≥170°	视野角度：170°	无偏离	CF-EZ1500DL/I-C产品彩页	彩页2页规格-光学系统第1行 P215
3-2	景深：3-100mm	景深：3-100mm	无偏离	CF-EZ1500DL/I-C产品彩页	彩页2页规格-光学系统第3行 P215
3-3	▲具备双焦点放大功能	具备双焦点放大功能	无偏离	CF-EZ1500DL/I-C产品彩页	彩页1页高倍率与焦点切换第1行及高清电子肠镜参数 P155、P215
3-4	▲具备≥3条导光束	具备3条导光束	无偏离	CF-EZ1500DL/I-C产品彩页	彩页2页其他功能第1行及高清电子肠镜参数 P155、P215
3-5	视野方向:0°直视	视野方向:0°直视	无偏离	高清电子肠镜技术参数	见高清电子肠镜参数P155
3-6	弯曲角度：向上≥180°，下≥180°，向右≥160°，左≥160°	弯曲度，角度范围上180°/下180°/右160°/左160°	无偏离	CF-EZ1500DL/I-C产品彩页	彩页2页规格-弯曲度，角度范围 P215
3-7	先端部外径：≤13.2mm	先端部外径：13.2mm	无偏离	CF-EZ1500DL/I-C产品彩页	彩页2页规格-插入部第1行 P215
3-8	插入部外径：≤12.8mm	插入管外径：12.8mm	无偏离	CF-EZ1500DL/I-C产品彩页	彩页2页规格-插入部第3行 P215
3-9	器械钳道内径：≥3.7mm	管道内径:3.7mm	无偏离	CF-EZ1500DL/I-C产品彩页	彩页2页规格-钳子管道第1行 P215
3-10	工作长度：≥1000mm，总长度：≥1350mm	工作长度：1680mm 总长度：2005mm	无偏离	CF-EZ1500DL/I-C产品彩页	彩页2页规格-插入部第4行 P215

扫描全能王 创建

					彩页 2 页规格 最长度 P215
3-11	具有刷送水功能	具有刷送水功能	无偏离	CF-Q215ODL/I C产品彩页	彩页 2 页规格-插入部第 3 行 P215
3-12	具备全防水设计	具备全防水设计	无偏离	高清电子肠镜参数	见高清电子肠镜参数P155
3-13	▲具有强力传导、智能弯曲、可变硬度功能	有强力传导、智能弯曲、可变硬度功能	无偏离	见产品彩页	详见产品彩页 RIT 下方功能介绍及高清电子肠镜参数 P155、P216
4	内镜专用台车				
4-1	适合内镜室使用	适合内镜室使用	无偏离	内镜用台车参数	见内镜用台车参数 P156
4-2	显视器位置可调节并停留在任意位置	监视器位置可调节并停留在任意位置	无偏离	内镜用台车参数	见内镜用台车参数 P156
4-3	配有推拉式键盘托板、内镜支架、可调高度的隔板	配有推拉式键盘托板、内镜支架、可调高度的隔板	无偏离	内镜用台车参数	见内镜用台车参数 P156
4-4	并可承载超声内镜主机，具有转为安装超声小探头驱动器设计的弹簧臂	可承载超声内镜主机，具有为安装超声小探头驱动器设计的弹簧臂	无偏离	内镜用台车参数	见内镜用台车参数 P156
4-5	预埋设备匹配线缆	预埋设备匹配线缆	无偏离	内镜用台车参数	见内镜用台车参数 P156
4-6	具有双滚轮、带刹车	具有双滚轮、带刹车	无偏离	WM-NP3 产品彩页	彩页 4 页规格—脚轮 P156
5	医用专业监视器				
5-1	≥26 英寸，分辨率≥1920X1080；	尺寸：31.5 英寸屏幕分辨率：3840×2160 像素	正偏离	LMD-32M1MD 产品彩页	彩页 2 页第 5 行 P222
5-2	具有 FLIP 功能	具有 FLIP 功能	无偏离	医用专业监视器参数	见医用专业监视器参数P160
5-3	具有多种显示模式，包括画中画、画外画和克隆输出，能够同时查看不同的实时图像等；	具有多种显示模式，包括画中画、画外画和克隆输出，能够同时查看不同的实时图像等；	无偏离	医用专业监视器参数	见医用专业监视器参数P160
5-4	多种输入/输出端口，包括 3G/HD/SD SDI（×2）、DVI-I（×2）、HD15、Y/C、	多种输入/输出端口，包括 3G/HD/SD SDI（×2）、DVI-I（×2）、	无偏离	医用专业监视器参数	见医用专业监视器参数P160

扫描全能王 创建

	和 VIDEO；	HD15、Y/C、和 VIDEO；			
6	**内镜用水泵**				
1	通过脚踏或内镜按钮可实现自动冲水	通过脚踏或内镜按钮可实现自动冲水	无偏离	内镜用水泵参数	见内镜用水泵参数 P161
2	最大输出流量 270ml/min(3.2mm 内径泵管)，600ml/min(4.8mm 内径泵管)	最大输出流量 270ml/min(3.2mm 内径泵管)，600ml/min(4.8mm 内径泵管)	无偏离	内镜用水泵参数	见内镜用水泵参数 P161
3	最大输出压强≤350kPa	最大输出压强≤350kPa	无偏离	内镜用水泵参数	见内镜用水泵参数 P161
4	连续注水 20s 后可自动停止	连续注水 20s 后可自动停止	无偏离	内镜用水泵参数	见内镜用水泵参数 P161
5	可配合常规胃肠镜钳子管道送水	可配合常规胃肠镜钳子管道送水	无偏离	内镜用水泵参数	见内镜用水泵参数 P161
7	**二氧化碳气泵**				
1	1、通过更换送气管，实现流量的自动调节。	通过更换送气管，实现流量的自动调节。	无偏离	二氧化碳气泵参数	见二氧化碳气泵参数P161
2	2、具有送气过量和压力异常安全报警及保护功能。	具有送气过量和压力异常安全报警及保护功能.	无偏离	二氧化碳气泵参数	见二氧化碳气泵参数P161
3	3、具有压力指示灯，流量指示灯，可实现一键送气，无需调节压力等。	具有压力指示灯，流量指示灯，可实现一键送气，无需调节压力等。	无偏离	二氧化碳气泵参数	见二氧化碳气泵参数P161
4	4、输入 CO_2 气体额定压强范围 0.35MPa-1.4MPa	输入 CO_2 气体额定压强范围 0.35MPa-1.4MPa	无偏离	二氧化碳气泵参数	见二氧化碳气泵参数P161
5	5、具有输入 CO_2 气体压强超限报警功能	具有输入 CO_2 气体压强超限报警功能	无偏离	二氧化碳气泵参数	见二氧化碳气泵参数P161
7	7、输出 CO_2 气体额定压强 45KPa±4KPa	输出 CO_2 气体额定压强 45KPa±4KPa	无偏离	二氧化碳气泵参数	见二氧化碳气泵参数P161
8	8、具有输出 CO_2 气体异常报警功能	具有输入 CO_2 气体压强超限报警功能	无偏离	二氧化碳气泵参数	见二氧化碳气泵参数P161
9	输出 CO_2 气体额定流量精度≤±0.3 L/min10、	输出 CO_2 气体额定流量精度±0.3 L/min10、	无偏离	二氧化碳气泵参数	见二氧化碳气泵参数P161
10	定时精度≤±10S	定时精度≤±10S	无偏离	二氧化碳气泵参数	见二氧化碳气泵参数P161
8	**高频电刀**				

扫描全能王 创建

1、	可对术中组织进行切割、凝血等外科手术和内镜手术。	可对术中组织进行切割、凝血等外科手术和内镜手术。	无偏离		见高频电刀参数 P169
▲2、	具备≥3 种切割模式（包括至少 2 种混切模式），具备≥2 种凝血模式（至少包括 1 种喷射凝血），具备≥1 种双极模式。纯切模式最大输出功率≥350W（负载 500Ω），混切模式最大功率≥250W（负载 500Ω），双极模式最大功率≥70W（负载 100Ω）。	具备 3 种切割模式：包括 2 种混切模式（纯切、混切 1、混切 2） 具备 2 种凝血模式：包括 1 种喷射凝血（喷凝、电凝） 具备 1 种双极模式：标准双极电凝 纯切模式最大输出功率 350W（负载 500Ω），混切模式最大功率 250W（负载 500Ω），双极模式最大功率 70W（负载 100Ω）。	无偏离		详见使用手册 P2/b)c）及高频电刀参数 P169、P379
3、	具备专用病人回路电极板接触质量检测系统，并具备开路、短路等质量接触问题时可语音提示播报、同时具有指示灯和错误代码提示功能。	具备专用病人回路电极板接触质量检测系统，并具备开路、短路等质量接触问题时可语音提示播报、同时具有指示灯和错误代码提示功能。	无偏离		见高频电刀参数 P169
4、	面板具备≥2 个单极输出端口（不含负极板）和至少一个双极输出端口。	面板具备 2 个单极输出端口（不含负极板）和 1 个双极输出端口。	无偏离		详见使用手册 P2/m)P379
5、	并且每把器械使用互不影响，可同插入 2 把单极器械（不含负极板）。	并且每把器械使用互不影响，可同时插入 2 把单极器械（不含负极板）。	无偏离		详见使用手册 P2/m)P379
6、	具有断电保护电路功能，能实时记忆使用各功能的输出设定值。	本机具有断电保护电路功能，能实时记忆使用各功能的输出设定值。	无偏离		详见使用手册 P2/d)；彩页背面第 7 条 P379
7、	切割、凝血、双极均具有独立 LED 显示屏（非整体液晶触摸屏），面板采用图标和数字显示	本机切割、凝血、双极均具有独立 LED 显示屏（非整体液晶触摸屏），面板采用图标和数字显示，清晰不易死机。	无偏离		见高频电刀参数 P169
8、	具有全功能功率自动补偿	具有全功能功率自动补偿	无偏离		见高频电刀参数 P169
9、	采用电子散热方式	采用电子散热方式	无偏离		见高频电刀参数 P169
10、	单、双极脚控独立控制，直踩即时输出，术中无需转换，每台电刀配单双极脚控各 1 个，单极	单、双极脚控独立控制，直踩即时输出，术中无需转换，每台电刀配单双极脚控各	无偏离		详见使用手册 P2/j)P379

扫描全能王 创建

	既可以手控输出也可以脚控输出，双极脚控输出。	1个，单极既可以手控输出也可以脚控输出，双极脚控输出。			
11、	具有语音提示播报、同时具有指示灯和错误代码提示功能，故障诊断提示系统。	具有语音提示播报、同时具有指示灯和错误代码提示功能，故障诊断提示系统。	无偏离		见高频电刀参数 P169
12、	采用模块化设计，并具备软硬件可持续升级功能。可升级为内镜双极超刀系统、消化内镜工作站系统以及氩气高频能量系统。	本机采用模块化设计，并具备软硬件可持续升级功能。可升级为内镜双极超刀系统、消化内镜工作站系统以及氩气高频能量系统。	无偏离		详见使用手册 P2/h)P379
	二、全自动胃肠镜清洗消毒机 3 套其参数如下：				
1	（一）、医用内窥镜清洗工作站				
2	1、基本功能：将软式内镜按照初洗→酶洗→次洗→ 消毒→末洗→干燥六个基本步骤实现全浸泡、全自动的清洗消毒，并喷射酒精至内镜管腔，吹干内部残留液体，达到内镜高水平消毒的要求，符合《软式内镜清洗消毒技术操作规范》的要求。	清洗流程符合《软式内镜清洗消毒技术操作规范》的中性能指标的要求，流程包含初洗、酶洗、次洗、消毒、末洗、干燥六个基本步骤实现全浸泡、全自动的清洗消毒，并喷射酒精至内镜管腔，吹干内部残留液体，达到内镜高水平消毒的要求，符合《软式内镜清洗消毒技术操作规范》的要求。	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 16 页第 8 条 P188
3	2、性能特点	性能特点	无偏离	/	
4	2.1. 外观及结构	外观及结构	无偏离	/	
5	2.1.1 内镜自动清洗消毒机透明钢化玻璃上盖	门观察窗：采用钢化玻璃门上盖。	无偏离		
6	2.1.2 脚控激光感应开关配合电动支撑杆	脚控激光感应开关配合电动支撑杆	无偏离		
7	2.1.3 具有液体视窗，辅以背景灯，使酒精、生	具有液体视窗，辅以背景灯，使酒精、生	无偏离		

扫描全能王 创建

	物酶的存量时刻可见，配合电子液位报警系统	物酶的存量时刻可见，配合电子液位报警系统			
8	2.1.4 消毒液储存桶可存储消毒液容量≥15L；	消毒液储存桶可存储消毒液容量 15L	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 16 条 P189
9	2.1.5 酶液储存桶储存容量≥1L；	酶液储存桶储存容量 1L	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 17 条 P189
10	2.1.6 酒精储存桶储存容量≥1L；	酒精储存桶储存容量 1L	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 18 条 P189
11	2.1.7 清洗槽尺寸 390*410*160mm（±10mm）	清洗槽尺寸：390*410*160mm（±10mm）	无偏离		
12	2.1.8 开放式消毒液：可使用市面常见的过氧乙酸、邻苯二甲醛、戊二醛消毒液	开放式消毒液：可使用市面常见的过氧乙酸、邻苯二甲醛、戊二醛消毒液	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 19 条 P189
13	2.1.9 内设无动力旋转喷淋装置	内设无动力旋转喷淋装置	无偏离		
14	2.1.10 内置 0.2μm 孔径 PET 材质空气过滤系统	空气过滤系统：内置 0.2μm 孔径 PET 材质；	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 20 条 P189
15	2.1.11 配件全部选用塑料及 SUS 304 不锈钢材质	配件全部采用塑料及 SUS 304 不锈钢材质	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 21 条 P189
16	2.1.12 内置水处理过流式紫外线杀菌装置	内置水处理过流式紫外线杀菌装置	无偏离		
17	2.2.功能				
18	2.2.1 采用彩色液晶触摸屏与触摸式快捷按键相结合	采用彩色液晶触摸屏与触摸式快捷按键相结合	无偏离		
19	2.2.2 一键启动洗消程序	一键启动洗消程序	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 23 条 P189
20	2.2.3 具有自动锁屏、锁键功能；	具有自动锁屏、锁键功能；	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 23 条 P189
21	2.2.4 具有追溯功能，机器自带 IC 读卡器	信息系统：设备预留追溯接口，可与内镜质量管理追溯系统对接，具有追溯记录；机器自带 IC 读卡器	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 18 页第 41 条 P190

扫描全能王 创建

22	2.2.5 可紧急排液	排液方式：具有紧急排液功能	无偏离		
23	2.2.6 具有防溯堵、测漏功能	具有防溯堵、测漏功能	无偏离		
24	2.2.7 具有超声清洗功能并配篮筐，可对内镜小附件进行超声波清洗；	具有超声清洗功能并配篮筐，可对内镜小附件进行超声波清洗	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 27 条 P189
25	2.2.8 酶液配比管理：设置酶液配置比例，自动计算酶液添加量	可根据需求设置酶液配置比例，自动计算酶液添加量。	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 28 条 P189
26	2.2.9 具有消毒液管理功能	消毒剂管理：设备具有消毒剂管理功能	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 29 条 P189
27	2.2.10 可对机器中使用的气体、水质及消毒液进行取样，一键操作，自动取样	可对机器中使用的气体、水质及消毒液进行取样，一键操作，自动取样	无偏离		
28	2.2.11 具有废液回收功能	具有废液回收功能，实现废液集中收纳，环保又便捷。	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 30 条 P189
29	2.2.12 具有酒精吹干功能	具有酒精吹干功能	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 32 条 P189
30	2.2.13 初洗、次洗和末洗清洁用水均为一次流动用水；	初洗、次洗和末洗清洁用水均为一次流动用水；	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 17 页第 31 条 P189
31	2.2.14 具有自身管路消毒	具有自身管路消毒：支持管路自主消毒。	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 18 页第 33 条 P190
32	2.2.15 提供≥3 套基本套餐+4 套自选套餐	标配 3 套基础套餐，另设 4 套自选套餐	无偏离		
33	2.2.16 具有加强清洗功能	加强清洗功能，深度去污，清洁更彻底。	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 18 页第 35 条 P190
34	2.2.17 具有自动打印功能	采用非热敏打印机，可自动打印各个过程的运行数据，并可打印内镜信息和消毒剂的信息。	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 18 页第 39 条 P190
35	2.2.18 查询数据下载	配备 USB 接口，支持数据查询与下载	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第 18 页第 40 条 P190

扫描全能王 创建

36	2.2.19 具有USB接口功能	配备USB接口，支持数据查询与下载	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第18页第40条P190
37	2.2.20 内置WIFI无线发送功能	内置WiFi模块，可无线传输数据。	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第18页第40条P190
38	2.2.21 具有全过程故障报警提示功能	报警功能：具有全过程故障报警提示功能	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第18页第36条P190
39	2.2.22 双液位控制	采用双液位控制	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第18页第37条P190
40	2.2.23 具有内置消毒液挥发气体解析装置	具有内置消毒液挥发气体解析装置	无偏离		
41	2.2.24 清洗消毒全过程≤20min。	清洗消毒全过程≤20 min。	无偏离		
42	2.3.搭配清洗槽和干燥台各一组	搭配清洗槽和干燥台各一组	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第18页P190
43	2.3.1 清洗槽和干燥台各一组，带功能背板，采用高分子复合材料（PMMA）一次吸塑而成	清洗槽和干燥台各一组，带功能背板，采用高分子复合材料（PMMA）一次吸塑而成	无偏离		
44	2.3.2 专用水龙头，304不锈钢材质	专用水龙头，304不锈钢材质	无偏离		
45	2.3.3 不锈钢高压水/气枪，SUS304不锈钢材质	不锈钢高压水/气枪，SUS304不锈钢材质	无偏离		
46	2.3.4 无油活塞式医用空气压缩机，主机排气量≥150L/min，噪音≤55分贝	无油活塞式医用空气压缩机，主机排气量≥150L/min，噪音≤55分贝	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第21页第17.1条P193
47	2.3.5 专用PVC给排水管路	专用PVC给排水管路	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第21页第22条、第22页第23条P193，P194
48	（二）、存储及转运设备3套				
49	1.外壳采用冷轧钢，内胆采用PMMA高分复合材料一体成型	外壳采用冷轧钢，内胆采用PMMA高分复合材料一体成型	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第23页第4条、第5条P195
50	2.单开门设计≥6条内	单开门带有防盗锁。	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白

扫描全能王 创建

	锁	每台内镜储存数量：6条			应书第23页第6条、第7条P195
51	3.直流循环风机进行柜体的干燥	直流循环风机进行柜体的干燥	无偏离		
52	4.隐藏式UV杀菌循环系统	隐藏式UV杀菌循环系统	无偏离		
53	5.微电脑控制系统	控制面板：微电脑控制	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第23页第9条P195
54	6.手动运行模式，时间0-99min可调，倒计时显示剩余时间；	手动运行模式：时间0-99min可调，倒计时显示剩余时间；	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第24页第14条P196
55	7.自动运行模式，可设置4组时间段	自动运行模式，可设置4组时间段	无偏离		
56	8.触摸屏可显示室内温、湿度；	触摸屏可显示室内温、湿度；	无偏离		
57	9.柜内配置LED高档投射照明装置，开/关门自动开启/关闭照明灯，也可根据需要自行开关；	内配置LED高档投射照明装置，开/关门自动开启/关闭照明灯，也可根据需要自行开关；	无偏离		
58	10.配置臭氧辅助消毒模式。	配置臭氧辅助消毒模式。	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第23页第13条P196
59	11.双层独立式设计	双层独立式设计	无偏离		内镜清洗消毒系统技术白皮书第24页第1条P196
60	（三）、纯水处理系统1套				
61	▲1.产水量：≥500L/h（25℃）	产水量：500L/h/套（25℃）	无偏离		500L纯水机技术白皮书第3页第3条 P200
62	2.纯水水质：符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤10us/cm(25℃)的规定	纯水水质：符合WS310-2016清洗用纯化水电导率≤10us/cm(25℃)的规定	无偏离		500L纯水机技术白皮书第3页第6.2条 P200
63	3.符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL 的规定；	符合WS507-2016清洗用水的标准菌落总数≤10CFU/100mL的规定；	无偏离		500L纯水机技术白皮书第3页第6.3条 P200
64	4.符合2020版《中国	符合2020版《中国	无偏离		500L纯水机技术白皮书第

扫描全能王 创建

	药典》中内毒素小于0.25EU/ml的规定；	药典》中内毒素小于0.25EU/ml的规定；			3页第6.4条 P200
65	5. 离子去除率 ≥99%	离子去除率：99%	无偏离		500L纯水机技术白皮书第3页第5条 P200
66	6. 水利用率 ≥70%	水利用率：70%	无偏离		500L纯水机技术白皮书第3页第4条 P200
67	7. 纯水箱储水量≥400L	水箱：容积为500L	无偏离		500L纯水机技术白皮书第4页第12.3条 P201
68	8.标准性能：	标准性能：	无偏离		
69	8.1反渗主机的自动清洗保养功能，具有自动脉冲冲洗功能；	反渗主机具有自动脉冲冲洗功能和自动清洗保养功能	无偏离		500L纯水机技术白皮书第3页第7.3条 P200
70	8.2全自动运行控制	全自动运行控制，自动开停机，实现无人看管；在线显示电导率	无偏离		500L纯水机技术白皮书第3页第7.1条 P200
71	8.3预处理系统具备自动及手动冲洗、再生功能	预处理系统自动冲洗及手动冲洗、再生运行	无偏离		500L纯水机技术白皮书第3页第7.2条 P200
72	8.4具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置	具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置	无偏离		500L纯水机技术白皮书第3页第7.4条 P200
73	8.5智能平衡系统	智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全	无偏离		500L纯水机技术白皮书第3页第7.6条 P200
74	8.6系统采用多种杀菌消毒组合模式，自动定时冲洗消毒	系统采用多种杀菌消毒组合模式，自动定时冲洗消毒	无偏离		500L纯水机技术白皮书第4页第13条P201
75	8.7触摸屏实时在线显示设备工艺流程、各部件运行状态以及在线显示电导率	触摸屏实时在线显示设备工艺流程、各部件运行状态以及在线显示电导率	无偏离		500L纯水机技术白皮书第4页第14条P201
76	8.8反渗透部分高压泵要求：流量≥2m³/h，扬程≥80m，膜片数量：2根，单支RO膜产水量≥300L/H/支；	反渗透部分高压泵要求：流量≥2m³/h，扬程≥80m，膜片数量：2根，单支RO膜产水量≥300L/H/支；	无偏离		
77	8.9纯化水供水系统：流量≥1.5m³/h，扬程≥30	纯化水供水系统：流量≥1.5m³/h，扬程≥	无偏离		

扫描全能王 创建

	m，水箱：容积≥400L，材质为不锈钢，配置液位装置和呼吸器；	30m，水箱：容积≥400L，材质为不锈钢，配置液位装置和呼吸器；			
78	8.10 恒压系统可同时受水箱液位和压力控制器的双重控制	恒压系统可同时受水箱液位和压力控制器的双重控制	无偏离		
	三、多功能麻醉机				
2	（一）、技术规格 1.电池与接口要求	（一）、技术规格 1.电池与接口要求	无偏离		
3	1.1 后备电池最短供电时间：单节电池≥120 分钟，双节电池≥240 分钟	后备电池，1 块电池使用时间 120 分钟，2 块电池使用时间 240 分钟	无偏离		详见技术参数 2.1.3 条 P202
4	1.2 具有≥1 个网络接口、2 个 USB 接口、3 个辅助电源接口。	接口：1 个网络接口、2 个 USB 接口，标配 4 个附属输出电源接口。	正偏离		多功能复用接口可作为网络接口使用详见技术参数 2.1.4、2.1.7 条 P202
5	2.气源	2.气源	无偏离		
6	2.1 标配氧气、空气双气源，可选氧气、笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源；	标配氧气、空气双气源，可选氧气、笑气双气源，可选氧气、笑气、空气三气源	无偏离		详见技术参数 2.2.1P202
7	2.2 充氧范围 25-75L/min。	快速充氧范围 25 - 75 l/min。	无偏离		详见技术参数 2.2.3P202
8	3.流量计	3.流量计	无偏离		
9	3.1 双管机械流量计；	双管机械流量计	无偏离		详见技术参数 2.3.6P202
10	3.2 具备机械的氧笑联动装置，氧气浓度≥25%。	具备氧笑联动系统，氧气浓度 25%。	无偏离		详见技术参数 2.2.2P202
11	4.挥发罐	4.挥发罐	无偏离		
12	4.1 标配单麻醉罐位，支持双麻醉罐位；	标配单麻醉罐位，支持双麻醉罐位	无偏离		详见技术参数 2.4.1P202
13	4.2 标配一个麻醉罐，麻醉罐和主机同品牌，具备温度、空气压力和流量补偿功能，首次加药	标配一个麻醉罐，麻醉罐和主机同品牌，具备温度、空气压力和流量补偿功能，首	无偏离		详见技术参数 2.4.2 及 2.4.3P202

扫描全能王 创建

	量（干药芯）≥350ml，再次加药量≥300ml；	次加药量（干药芯）360ml，再次加药量300ml；			
14	4.3 配备同品牌的地氟醚挥发罐，具有单独注册证。	配备同品牌的地氟醚挥发罐，具有单独注册证。	无偏离		详见技术参数 2.4.4P203
15	5.呼吸回路	5.呼吸回路	无偏离		
16	5.1 一体化回路、可拆卸；	一体化回路、可拆卸；	无偏离		详见技术参数 2.5.1P203
17	5.2 可高温高压消毒 134℃；	回路部件耐受 134℃高温高压消毒	无偏离		详见技术参数 2.5.3P203
18	5.3 二氧化碳吸收罐，容积≥1450ml；	二氧化碳吸收罐，容积 1500ml	无偏离		详见技术参数 2.5.4P203
19	5.4 内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端；	内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端	无偏离		详见技术参数 2.5.5P203
20	5.5 流量传感器监测频率为 1000 次/秒；	流量传感器监测频率:1000 次/秒	无偏离		详见技术参数 2.5.6P203
21	5.6 具有回路整体加温功能	具有回路整体加温功能	无偏离		详见技术参数 2.5.9P203
22	5.7 支持 CO_2 旁路功能	标配 CO2 旁路功能	无偏离		详见技术参数 2.5.10P203
23	5.8 具备智能回路识别报警系统	具备智能回路识别报警系统	无偏离		详见技术参数 2.5.11P203
24	6.呼吸机	6.呼吸机	无偏离		
25	6.1 气动电控呼吸机，全中文操作和显示；	气动电控呼吸机，全中文操作和显示	无偏离		详见技术参数 2.6.1P203
26	6.2 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，压力控制模式、手动通气、电子 PEEP。支持 SIMV-VC、SIMV-PC，带窒息后备保护通气的 PS；	提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制，压力控制模式、手动通气、电子 PEEP。支持 SIMV-VC、SIMV-PC，带窒息后备保护通气的 PS；	无偏离		详见技术参数 2.6.2P203
27	6.3 最小潮气量容量控制范围：≤20ml；	容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml	无偏离		详见技术参数 2.6.3P203
28	6.4 吸气压力设置范围：5-60cmH_2O；	吸气压力设置范围：5-70 cmH20	无偏离		详见技术参数 2.6.4P203

扫描全能王 创建

29	6.5 呼吸频率：4-100 次/min；	呼吸频率：4-100 次/分钟	无偏离		详见技术参数 2.6.6P203
30	6.6 吸呼比：4:1-1:8；	吸呼比：4:1-1:8	无偏离		详见技术参数 2.6.7P203
31	6.7 压力限制范围：10-100cmH_2O；	压力限制范围：10-100 cmH2O	无偏离		详见技术参数 2.6.8P203
32	6.8 电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4-30 cmH_2O；	电子 PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4-30 cmH2O	无偏离		详见技术参数 2.6.9P203
33	6.9 吸气暂停：OFF，5%-60%吸气时间；	吸气暂停：OFF，5%-60%	无偏离		详见技术参数 2.6.10P203
34	6.10 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态；	上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全	无偏离		详见技术参数 2.6.11P203
35	6.11 具备吸入端，呼出端双流量传感器	具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能	无偏离		详见技术参数 2.6.12P203
36	7. 数字和波形监测	数字和波形监测	无偏离		
37	7.1 具备三级声光报警功能；	具备三级声光报警功能	无偏离		详见技术参数 2.7.1P205
38	7.2≥10 英寸彩色触摸控制屏，可同屏显示≥3 通道波形和≥1 个环图；	彩色触摸屏 15 英寸，可同屏显示 3 通道波形和 1 个环图；	正偏离		详见技术参数 2.7.2P205
39	7.3 支持内置≥3 个插件槽，可直接热插拔插件插件可在监护仪和麻醉机之间通用；	内置 3 槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在监护仪和麻醉机之间通用	无偏离		详见技术参数 2.7.5P205
40	7.4 潮气量监测范围：0-1500ml；	潮气量监测范围：0-3000ml	正偏离		详见技术参数 2.7.10P205
41	7.5 分钟通气量监测范围：0-100L/min。	分钟通气量监测范围：0-100L/min	无偏离		详见技术参数 2.7.11P205
42	（二）配置要求	（二）配置要求	无偏离		
43	麻醉主机 1 台、呼吸机 1 台、挥发罐 1 套、麻醉罐 1 套。	麻醉主机 1 台、呼吸机 1 台、挥发罐 1 套、麻醉罐 1 套。	无偏离		详见配置清单 P408

注：1、请按所投产品的实际技术参数，逐条对照招标文件“第四章 采购内容及技术要求”中的“技

扫描全能王 创建

术参数要求”认真填写本表。偏差说明填写：无偏离、正偏离、负偏离。

2、▲参数必须提供相关证明材料，并标注页码，未提供或未标注页码视为负偏离。

投标人：上海诚泰泽森医疗科技发展有限公司（全称并加盖公章）

法定代表人（单位负责人）

或委托代理人：刘圳泽（盖章或签字）

日 期：2026 年 07 月 15 日

扫描全能王 创建

彬州市人民医疗健康总院紧密型医共体能力提升项目采购医疗设备项目二标段

中标通知书

彬州市人民医疗健康总院紧密型医共体能力提升项目采购医疗设备项目二标段，项目编号：SXHXXZ-2026-076，于 2026 年 07 月 15 日 09:30 在陕西省西咸新区沣西新城沣西国际大厦 1 号楼 9 层 901 室进行开标、评标会议，经评审小组评审，采购人认可，确定贵公司为本项目的中标单位。

中标单位：上海诚泰泽霖医疗科技发展有限公司

中标内容：彬州市人民医疗健康总院紧密型医共体能力提升项目采购医疗设备项目二标段

中标金额：3320000.00 元

大　　写：叁佰叁拾贰万元整

接此通知后，按招标文件中的相关约定与采购人签定合同并办理相关手续。

采 购 人：彬州市人民医院

代理机构：陕西恒鑫轩泽项目管理有限公司

日　　期：2026 年 07 月 16 日

扫描全能王 创建