

编号：GZC2026-CS-030.1B1

甘泉县 2026 年度采购电子支气管镜等(二次)项目

政
府
采
购
合
同



合同签订地点：甘泉县人民医院
合同签订日期：2026 年 6 月 8 日



政府采购合同书

采购人:甘泉县人民医院

(以下简称甲方)

成交人:陕西智禄源商贸有限公司

(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定,通过甘泉县政府采购中心组织竞争性磋商采购方式,确定陕西智禄源商贸有限公司为甘泉县 2026 年度采购电子支气管镜等(二次)项目成交供应商(即乙方)。为了保护甲乙双方合法权益,双方在平等自愿、协商一致的基础上,就该项目订立本合同,供双方共同遵守。

一、合同标的

1. 乙方应当根据公告、响应文件及中标(成交)通知书等有关文本要求,并按照甲方需求提供下列货物。

2. 高流量呼吸湿化治疗仪、阴道分泌物检测仪、心电图机、上下肢主被动运动康复机、视频喉镜、电子支气管内窥镜、喷砂超声牙周治疗仪、牙科 X 射线机等(具体参数详见合同附表)。

二、合同总价

人民币:肆拾陆万捌仟柒佰元(¥ 468,700.00 元)

1. 合同总价包括:货物、运输、装卸、安装、调试、交付使用及质保期内等其他有关各项费用(含税),合同总价为固定不变价格,不受市场价格变化等因素影响。

三、供货期限和地点

1. 供货期限:合同签订后 30 日内。

2. 供货地点:甲方指定地点(甘泉县境内)。

四、结算方式及付款方式



1. 结算方式：结算工作量以实际发生工作量为准，单价按成交单价执行，最终以验收结果为准。

2. 付款方式：合同签订支付合同总金额的 40%，全部设备到货，安装、调试完毕初验合格后支付合同总金额的 30%，全部设备运行正常终验合格后支付合同总金额的 30%。

五、质保期及货物要求

1. 全部设备质保期为验收合格之日起一年。

2. 若因甲方使用不当需要进行维修的，乙方应进行维修，甲方支付相应维修费，若因乙方提供的货物存在质量问题，乙方无条件更换，给甲方造成损失的，乙方承担相应责任及费用。

3. 乙方提供的货物标准或者质量不得低于国家有关法律法规规章、“三包”规定、磋商文件要求以及乙方在响应文件的相关承诺。

4. 质保期内，乙方负责上门对其提供的货物进行维护、维修并不得收取任何费用。

六、对货物提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现乙方所供的货物名称、品牌、型号、技术参数、数量和质量要求不符合本合同规定，可立即拒收，也可验收后三日内向乙方书面提出异议。若甲方未在规定期限提出书面异议，视为乙方所供货物符合合同规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内负责处理，否则，视为默认甲方提出的异议和处理意见。

七、甲乙双方的责任

1、合同一经签订，采购人及成交方不得擅自变更或终止合同。甲乙双方必须遵守并执行合同中的各项规定，保证合同的正常履行。任



何一方未履行的义务均被视为违约。除因不可抗力因素造成协议无法履行外，任何一方违约应当向守约方支付因争议、索赔、诉讼而遭受的全部损失及相关费用，该费用包括但不限于诉讼费、公证费、鉴定费、保全费、律师费、差旅费等。

2. 甲方提供必要的场地条件，并协助乙方完成货物的装卸及安装调试工作。

3. 甲方应按照本合同约定，按时足额向乙方支付货物价款。

4. 甲方无正当理由中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 5% 违约金。

5. 乙方应按照合同约定供货，提供的货物是通过正常渠道获得的，且为全新的、未使用过的原厂出产合格产品，其有关技术、检验、商务等均要符合有关法律、法规；随货物提供所有相关的使用说明书、质量检验检测报告、保修卡等资料和附随配件、工具等。

6. 乙方应当保证其提供的全部货物都按照标准进行包装，以适应于远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，确保货物安全无损运抵交货地点。

7. 乙方负责货物的运输、安装、调试、验收、交付使用及质保。乙方要提高安全生产意识，加强对员工（含雇用人员）的安全生产管理，上述诸环节发生的安全生产事故和人员伤亡事件，均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

8. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在该货物的使用中不侵犯第三人的知识产权和商业秘密等权利，否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

9. 乙方不能按时供货的，应向甲方偿付不能供货部分货款的 5% 的



违约金；如果乙方没有按照规定的时间完成送货、安装、调试，应向甲方支付违约金，违约金从成交总价中扣除，按每周迟交货或未按时交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货或未按时交货合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算，如果达到最高限额，甲方考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

10. 除不可抗力因素外，任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 30% 违约金。

八、货物验收

1. 验收分初验和终验：

(1) 初验：货物（含配套软件安装）到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物的名称、品牌、规格、型号、产地、数量及软件的版本、完整性等进行核对验收。

(2) 终验：所有货物安装、调试、培训完毕，正常使用 20 日内，由采购人组织其他相关单位及专家进行终验（最终验收），验收内容包括但不限于硬件设备运行稳定性、软件功能完整性等，终验合格后，出具验收结果。

2. 验收依据

- (1) 磋商文件、磋商响应文件、澄清表（函）；
- (2) 本合同及附件文本；
- (3) 国家相应的标准、规范。

九、违约责任及争议解决方式

1. 按《民法典》中的相关条款执行。

2. 未按合同要求供货或不能满足合同要求，甲方应当将供应商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政



府采购监管部门的处理意见，甲方有权依据民法典有关条款及合同约定终止合同，并要求乙方承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规对乙方的违法行为进行相应的处罚。

3、因所供货物质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

4. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应当通过友好协商方式解决，如协商不能解决争议的，任何一方可以向项目所地的人民法院提起诉讼。

十、合同组成部分

1. 磋商公告、采购需求明细、答疑内容、补充通知、响应文件、成交通知书、乙方在磋商活动过程中所作的其他承诺声明/书面澄清以及在合同执行中甲乙双方共同签署的补充或者修正文件等文件均属本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。以上合同组成文件与本合同存在不一致的，以本合同为准。

十一、合同生效及其他

（一）本合同自签订之日起生效。

（二）本合同载明的通讯地址适用于合同履行及其后可能的仲裁、诉讼程序，寄送至该地址的书面通知、函件及法律文书等，受送达方必须签收。如受送达方未签收，则留置之日或者邮件退回之日即为送达之日。

（三）通讯地址变更的，应当书面通知对方，并由对方出具收到该书面通知的回执，变更自回执载明的收到之日起生效，否则变更无



效。

(四) 本合同未载明通讯地址的，以住所地为通讯地址。

(五) 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商并以补充合同的方式进行约定，补充合同与本合同有同等法律效力。

(六) 本合同一式陆份，甲方贰份、乙方贰份、采购中心贰份。

(七) 后附合同附表。

甲 方：甘泉县人民医院

法定代表人或委托人：

联系电话：

乙 方：陕西智禄源商贸有限公司

法定代表人或委托人：

联系电话：15592350808

开户银行：北京银行股份有限公司西安分行营业部

账 号：20000045270100036950235

确 认 方：甘泉县政府采购中心

法人或委托代理人：

联系电话：

2026年 6 月 18 日



甘泉县 2026 年度采购电子支气管镜等(二次)合同（附表）

序号	分 项 名 称	制造商名称	品牌/型号	制造商规模	技术服务说明/技术参数	单位/数量	单价（人民币元）	合价(人民币元)	备注
1	高流量呼吸湿化治疗仪	沈阳迈思医疗科技有限公司	HUMID-BH	小型	1、温度控制范围 29℃-37℃；温度调节逐度可调。 2、一体化加温湿化器，湿度输出范围：28 - 44mg/L。 3、一体化流量调节，范围：2 - 80 L/min。 4、4.3 寸彩色触摸屏，治疗参数触屏调整，方便快捷，提高操作人员工作效率。 5、流量、温度、氧浓度及工作状态在同一屏幕下同时显示，并显示设定值及实测值。 6、一体化超声实时氧浓度监测，无氧电池消耗，范围：21%-100%。 7、空/氧混合的氧浓度范围：21%-100%，氧浓度全范围内自动调节，无需增加外置氧流量计。 8、加温湿化器的湿化水罐：由水瓶自动加水，可变容积 90ml、280ml，顺应性 0.4ml/cmH20；最大工作压力 80cmH20，最	1/台	37000	37000	



				大峰流量 180L/min。 9、加热呼吸管路性能：加热丝包覆在加热管路外壁中间，加热管路内部无加热丝，增加湿化输出饱和度的同时，能减少管路内产生冷凝水。带温度监控。 10、流速自动补偿功能。 11、具有湿化饱和度输出调节功能，可根据临床需求调节输出气体湿度。 12、设备制造商自产原厂耗材：有大、中、小叁种尺寸成人液态硅胶鼻塞（不含乳胶）；有气管插管\气管切开套管接头；有儿童液态硅胶鼻塞。 13、臭氧消毒发生器，可对设备臭氧消毒。 14、机器带有高效过滤组件，避免交叉感染。 15、具有以下各种报警功能指示：管路堵塞报警、管路漏气报警，水罐缺水报警，管路未连接好报警，断电报警，内部故障报警、检查工作条件报警、无法达到设定温度报警、无法达到设定流量报警、氧浓度高低限报警。 16、响应维护时间 4 小时，接到维护电话				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



					24 小时抵达现场，如需返厂维修，可提供备用机。				
2	阴道分泌物检测仪	深圳市瑞图生物技术有限公司	RT-F2000A	小型	1、整机系统： 1.1、整机测试速度 90T/H； 1.2、支持多种检测模式，包括形态学模式、形态学+干化学模式等； 1.3、仪器全自动操作，检测全过程无需人工操作； 1.4、仪器支持染色功能； 1.5、耗材精简，干化学检测模块与镜检检测模块集成在一张检测卡上； 1.6、可支持检测卡最大装载量 120 人份； 1.7、仪器可自动分析判读白带样本中有形成分，与人工判读结果相对偏差在 10%范围之内； 1.8、自动分析样本浊度情况，高浓度样本可由设备自动完成稀释； 1.9、可适配封闭式样本管，避免生物污染或样本棉签外露； 1.10、仪器可自动完成样本前处理即自动添加稀释液，自动洗脱样本，自动完成吸样加样等动作 1.11、进样区一次性放置 70 个待测样本，	1/台	136300	136300	



				且可自动读取条码无需人工录入； 1. 12、可提供形态学+干化学综合报告，同时可提供染色图片，或可支持用户自定义； 1. 13、仪器可支持双向 LIS； 2、干化分析部分： 2. 1、干化学支持 6 项检测； 2. 2、采用干化学相机自动拍照，自动判读结果； 2. 3、检测仪干式化学的重复性应为 100%； 2. 4、检测仪自动判断质控卡上干式生化部分的检测结果，与标定结果的符合性 95%； 3、有形成分分析部分： 3. 1、形态学支持多个检测项目，可自动识别上皮细胞、白细胞、杆菌、霉菌等有形成分； 3. 2、采用人工智能深度学习技术，以显微镜检法对样本有形成份进行自动识别与分类计数； 3. 3 湿片镜检模块具备显微镜载物平台 X、Y、Z 轴电动控制，采用平面型扫描而非直线式扫描，避免边缘有形成分漏检 3. 4、可提供有形成分检测形态学全景图，并根据细胞类别汇总提供分类图。 3. 5、仪器可按照《全国临床检验操作规程》			
--	--	--	--	---	--	--	--



					中清洁度判定表给出样本清洁度判定结果，并可对清洁度判定规则进行自定义； 3.6、具备多层动态扫描功能，高倍视野下支持拍摄 5 层； 3.7、高倍镜（X40）下可拍摄动态视频，单个视频时长 3s，同时通过动态视频对滴虫进行识别，提高滴虫检出率； 3.8、检测系统对细胞的携带污染率应 0.05%。				
3	心电图机	深圳市科曼医疗设备有限公司	CM1200B	中型	导联：12 导联同步采集、显示、打印。 噪声电平：15uVp-p 频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db） 时间常数：5S 耐极化电压：±650mV 共模拟制比：105dB 增益：2.5 mm/mv 、 5 mm/mv、 10 mm/mv、 20mm/mv、 10/5 mm/mv、 20/10 mm/mv、 AGC。 记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。 5.6 英寸 TFT 液晶屏，支持中文、英文输入。 交直流两用，内置环保耐用型锂电电池，能	1/台	25000	25000	



					连续工作 2 小时以上。 可存储最近 2 分钟 12 导联波形。 可存储回放 300 例病人数据，数据可通过 SD 卡、USB 口导入导出，并可通过 U 盘，扩展内存容量。 具有导联连接示意图，能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。 具有隐藏式提手，美观大方。				
4	上下肢主被动运动康复机	山东泽普医疗科技有限公司	ZEPU-K2000 A	小型	1. 结构及组成：由下肢训练器、脚踏板、下肢引导器（含小腿支架）、上肢训练器、把手、护手托板、操作显示面板组成； 2. 一台设备可提供上肢与下肢的运动康复训练； 3. 阻力设定范围 0-20Nm，档间距 1Nm，允许误差±1Nm； 4. 上、下肢被动训练转数 0-60rpm； 5. 被动训练上肢电机动力最大输出 9.2Nm，允许误差±20%； 6. 被动训练下肢电机动力最大输出 16Nm，允许误差±20%；	1/台	83000	83000	



					7. 定时设置范围 0-120min, 步进可调, 步距 1min, 允许误差±10%; 8. 痉挛等级: 高、中、低三档; 9. 电机等级: 高、中、低三档; 10. 康复机上肢训练盘旋转面垂直调整角度 90° ; 11. 上肢训练臂可进行水平方向 180° 旋转; 12. 上肢训练方式: 上肢训练臂可进行垂直方向 90 度旋转, 具有上肢垂直圆周运动与水平圆周运动变换功能; 13. 患者管理系统: 具有训练方案、病例档案存储查询管理功能; 可利用智能卡或 U 盘进行训练方案、病例档案管理, 联机打印训练结果; 14. 具有对称性训练功能; 15. 具有训练时间、训练速度、训练阻力及训练模式的设定功能; 16. 具有语音提示功能, 实时播报患者当前运动状态;				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



					17. 具有智能探测痉挛、缓解痉挛的功能，痉挛探测可进行关闭或开启设置； 18. 训练期间显示：运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、主被动及痉挛显示； 19. 训练结束后显示运动里程、运动时间、能量消耗、训练的主动被动速度、痉挛次数、肌肉张力、对称性； 20. 安全防护：异常声音控制、急停按钮、过速保护； 21. 主、被动训练模式可自由转换或可手动选择； 22. 训练方向：正转与反转，通过方向键可改变转动方向或可定时改变方向； 23. 训练模式 7 种； 24. 上肢训练把手：上肢直手柄、上肢拐臂手柄、上肢托架，一键式更换，便捷高效； 25. 护腿板高度可调节，适用于不同身高患者使用； 26. 设备具有开机自检功能。				
5	视频喉镜	深圳因赛德思医疗科技有限	insight iS6	小型	一：主机技术要求 1：显示器采用智能主控芯片，同一主机可	1/台	12500	12500	

		公司		无缝兼容本公司窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄。 2:主机屏幕 3.5 寸，显示分辨率 640×480。 3: 全触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。 4: 配备高清插口，可投屏外接显示器，实现同屏实时显示传输。 5: 内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。 6: 可导出照片及视频。 7: 支持 HDMI 影像传输，方便科研、教学。 8: 具有户外/户内环境模式，亮度可调节，以适应不同插管环境。 9: 内置锂电池，可重复充电使用，方便外出携带，具备电量管理功能。 10: 主机与各种手柄均可一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。 11: 旋转角度前后 150°，左右 260°，以方便特殊体位的操作。 二：窥视叶片手柄技术规格要求 1: 采用数字电子成像技术，成像能力 100					
--	--	----	--	---	--	--	--	--	--



					万像素。 2: 采用可调节的多功能手柄，同一支手柄可满足早产儿、新生儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。 3: 手柄插入处采用 304 不锈钢材质，可承重 90KG 拉力。 4: 手柄前端配备智能温控，可实现即时防雾。 5: 光源照度 1000lx，工作距离为 20-100mm。 6: 手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（新生儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。 7: 最小开口度 9mm，适合不同体型插管患者。 8: 具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。 9: 手柄与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。				
6	电子支气管内窥镜	珠海视新医用科技股份有限公司	BR-1252	中型	1. 操作手柄（含插入管）： 1.1 适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 1.2 成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。	1/台	100000	100000	



					1.3 视场角 120°，保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变。 1.4 景深：3-100mm。 1.5 软镜插入管外径 5.2mm，工作管道内径 2.8mm。 1.6 操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左 120°，向右 120°。 1.7 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲 180°，向下弯曲 130°，双向弯曲 310°。 1.8 操作手柄具备 3 个电子功能按键。 1.9 操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。 1.10 吸引阀座一体式防脱设计。 1.11 插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全。1.12 操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，符合人体工程学设计，手握更舒适。 1.13 内置 LED 冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



					1.14 操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀。 1.15 操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。 1.16 采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。 2. 电子内窥镜图像处理器： 2.1 具备医疗器械注册证。 2.2 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。 2.3 触摸屏：电容式触摸屏。 2.4 高清视频信号输出分辨率：1280×800。 2.5 显示功能：自带显示屏 10.1 英寸，开机时间 5 秒，即能实现图像显示，满足临床快速使用需求。 2.6 通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。 2.7 预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。 2.8 调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出 16:9、4:3 以及			
--	--	--	--	--	---	--	--	--



				16:10 三种显示比例的图像。 2.9 具有多种输出图像形状可选。 2.10 亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的 LED 灯的亮度，一级可关闭 LED 灯，仅需四级即可将亮度调至 100%。 2.11 白平衡功能：具有白平衡调节功能。 2.12 录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。 2.13 存储功能：具有外置可热插拔 SD 存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为 JPG 格式，视频存储格式为 MP4 格式。 2.14 视频转接线：线缆可 180 度旋转，操作更舒适，可满足不同医生的操作习惯。 2.15 双镜切换功能：配置 2 路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。 2.16 视频输出接口：有 CVBS 视频输出接口和 DVI 视频输出接口，配备 DVI 信号转换数据线，实现 DVI 视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。 2.17 与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用。 2.18 录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。 2.19 用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。 2.20 摆放方式：能独立平放置台面，节省操作空间。能按照一定角度竖立放置台面，便于观察。 2.21 供电方式： （1）电池供电：具有内置可充电电池，一次充满电的内部电源连续工作时间 4 小时。 （2）交流电供电：可通过接入 DC 适配器连接交流电使用，可通过适配器实现 24 小时连续工作。2.22 软件终身免费升级。				
7	喷砂超声牙周治疗仪	桂林市锐锋医疗器械有限公司	PTX	小型	1、输入电压：100VAC~240VAC;50Hz/60Hz 2、输入功率：200VA 3、主机保险：T1.6AL250V 4、输入气压：5.5bar -7.5bar(0.55MPa-0.75MPa) 5、出砂量：8g/min	1/台	50000	50000	



					6、尖端振动频率：30kHz±5kHz 7、尖端主振动偏移：1 μm~90 μm 8、半偏移力：0.1N~5N 9、尖端输出功率：3W~20W 10、水加热温度：45° C 11、使用环境温度：+5℃~+40℃ 12、使用环境相对湿度：30%~75% 13、使用环境大气压力：70kPa~106kPa 14、使用冷却水温度：+5℃~+25℃ 15、主机进液的防护程度：IPX0 16、脚踏进液的防护程度：IPX1 17、龈上喷砂手柄长度：102mm 18、龈上喷砂手柄重量：44±4g 19、龈下喷砂手柄长度：102mm 20、龈下喷砂手柄重量：44±4g				
8	牙科 X 射线机	宁波蓝野医疗器械有限公司	RAY68(M)	小型	1. 电源电压：220V 2. 频 率：50Hz 3. 最大功率：900VA 4. 电线插头：国标三芯 5. 优质球馆 6. 射线焦点：0.7mm 7. 球管电压：70KV ±10% 8. 阳极电流：7mA ±20% 9. 阳 极 角：16°	1/台	24900	24900	



10.半价层: 70KV 时 1.6 mm Al				
11.总滤过: 2.1mm Al				
12.泄漏辐射: 1 米处< 0.25mGy/h				
13.加载时间调节范围: 0.06S-2.0S				
14.连接: 同轴插头, 可以在水平面 370°, 垂直角度 320° 直接转动。				
15.焦点到皮肤距离: 22cm				
16.输出辐射场: 圆形, Φ 6cm				
17.报警功能: 具有故障自动检测, 故障代码显示功能。				
18.拍摄模式: 胶片, 扫描仪, 传感器三种拍摄模式。可以根据人群选择儿童或者成人模式拍摄。共 6 组不同拍摄模式, 每种模式均可选择前牙、磨牙、后磨牙。不同的牙位曝光时间可以单独设定并进行记忆存储。				
19.使用期限: 12 年				

总 计 (人民币元) 肆拾陆万捌仟柒佰元整: 468,700.00 元

合同专用章

