徐家坪镇卫生院维修改造项目

供 货 合 同

甲　方：略阳县徐家坪镇卫生院

乙　方：陕西诺尔实业有限公司

2026 年 9 月

供货合同

甲　方：略阳县徐家坪镇卫生院

乙　方：陕西诺尔实业有限公司

（以下简称甲方）所需本合同项目下的设备，由陕西诺尔实业有限公司委托中泓泽润工程管理咨询有限公司组织竞争性谈判，确定陕西诺尔实业有限公司（以下简称乙方）为中标单位。依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》以及招标文件、中标单位的投标文件正本和澄清表（函）、中标通知书，经甲、乙双方协商，确认方确认，达成如下条款。

一、合同标的物内容及数量（以谈判响应文件正本和澄清表（函）为准）

序号	名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1	监测参数	心电（ECG）、呼吸（RESP）、血氧饱和度（S_pO_2）、无创血压（NIBP）、体温（TEMP）等。 显示屏：≥12 吋，可显示≥7 道波形和所有监护参数信息。 ECG（心电） 导联类型： 3 导： I、II、III 5 导： I、II、III、aVR、aVL、aVF、V 导联标准：AHA、IEC 增益：×0.25（2.5mm/mV），×0.5（5.0mm/mV），×1（10mm/mV），×2（20mm/mV）， 自动波形扫描速度：12.5mm/s、25 mm/s、50 mm/s 时间基准：50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s 三种扫描速度，误差	PM12B 多参数病人监护仪	深圳市宝安区石岩街道应人石社区天宝潞 2 号新水丰工业园 A 栋五层	深圳市乐创享里物公技有限公司	8500	1	8500

不大于±10%。
共模抑制比≥ 90 dB
HR（心率）
测量范围：成人：30～300bpm；
精度：±1%或±1bpm，取大者
分辨率：1 bpm
（RESP）（呼吸）
测量方式：胸阻抗法
测量导联：导联 I 和 II 可选，默认为 II 导联
测量范围：成人：10～120rpm；
分辨率：1 rpm
精度：±2rpm
窒息报警延迟时间：10 s、15 s、20 s、25 s、30 s、35 s、40 s、不报警
NIBP（无创血压）
测量范围：成人：收缩压 40～260mmHg；
舒张压 10～215mmHg；
平均压 20～235mmHg
过压保护：成人模式：300±10 mmHg
S_pO_2（血氧饱和度）
测量范围：50%～100%
分辨率：1%
精度：±2 %；
TEMP（体温）
测量部位：体表、直肠
测量范围：0～50° C
分辨率：0.1° C
精度：±0.1° C
电源
AC 220V 50Hz；DC 内置可充电电池，工作时间≥ 4 小时。
数量：1 台

2	不锈钢座面器械柜	规　　格：2150×950×50 1、尺寸：L900*W400*H1750（mm） 规　　格：2150×950×500 mm 2、整体由冷轧钢板经焊接组装而成，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀，耐腐蚀，不生锈。 3、柜体表面采用环保静电喷涂，耐久防锈，抗腐蚀，负荷量大。 4、底座采用 304 不锈钢制成。 5、层数：≥3 层。 数量：1 台	根据采购人需求定制			2200	1	2200
3	半自动体外除颤器	一、产品性能指标要求 1. 提手设计 2．除颤输出波形：双向波 3．输出能量：具有 150,150,200J 除颤能量 4.充电时间：在电池能量充盈的状态下，达到最大充电能量≤9 秒 5．最大电压：1100V 6．可除颤的阻抗范围：20 Ω~200 Ω 7．电池待机存放时	半自动体外除颤器 AED7000	北京大兴区中关村科技园区兴生医药产业基地永旺路 27 号 1 幢 6319	北京麦邦光电仪器有限公司	32000	1	32000

		间：≥5 年 8.具备 LED 可视性提示功能 9. 自动自检功能 10. ECG 记录功能 11. 防水等级 IP66 12.使用寿命为 10 年 二、数据传输及存储： 1、设计为低使用频率，并且描述除颤器的使用期限被设定为少于 2500 次的放电耐受。 2、具备现场录音功能 3、具有 ECG 波形和声音的同步存储功能，可存储抢救记录数据，包括抢救时间、ECG 波形、CPR 持续时间、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数、录音文件等。 数量：1 台		室				
4	电动吸引器	一、总体要求： 1. 选用真空泵作负压源。 2. 采用塑铁结合外壳。 3. 摆动式手拉杆。 4. 具备溢流保护装置。 **二、主要技术参数：** 1.极限负压值：≥90kPa 2.抽气速率：≥30L/min 3.贮液瓶：≥2500mL×2 4. 负压调节范围:0.02MPa～极限负压值 5. 电源：AC 220V 50Hz	YX932D，YX932S	上海市宝山区园拳路139号	上海宝佳医疗器械有限公司	1800	1	1800

		数量：1套						
5	多参数监护仪	1.整机要求： 1.1、具有提手，便携一体式监护仪，整机无风扇设计。 1.2、主机集成附件收纳槽。 1.3、≥10英寸彩色液晶显示屏，标配电容触摸屏。 1.4、具有双USB和RJ45接口 1.5、内置可充电锂电池，工作时间≥4小时 1.6、设计使用年限≥10年。 **2.监测参数：** 2.1、可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 2.2、采用ECG多导同步分析技术。 2.3、标配5导联心电缆线（RA、LA、RL、LL、V）。 2.4、心电波形速度支持6.25、12.5、25、50、100mm/s不少于5种选择。 2.5、耐极化电压±850mV，共模抑制比≥90db。 2.6、波形增益： 1.25mm/mV， 2.5mm/mV，5.0mm/mV， 10mm/mV，20mm/mV，	M1~M8；M5,M6，M8，cPMX1，cPMX2，cPMX3，2ePMX1，ePMX2，ePMX3.ePMX5	深圳市宝安区石岩街道应人石社区天宝路2号新水丰工业园C栋五层	深圳市艾瑞康医疗设备有限公司	8500	1	8500

自动。
2.7、提供24小时心率变化统计界面。
2.8、血氧测量范围：0%-100%，精度：±2%，支持PI血氧灌注指数的监测。
2.9、无创血压采用SUNTECH血压测量技术，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25-280mmHg，舒张压：10-250 mmHg；分辨率1bpm。
2.10、血压测量提供手动，自动，连续、序列和整点等多种测量模式。
2.11、提供动态血压分析界面，包括24小时内血压的最高值、最低值、平均值、正常占比、超范围占比、白天和夜晚血压的最高值、最低值、平均值等。
2.12、提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：成人0-120 rpm，儿童新生儿0-200 rpm，分辨率：1bpm
2.13、双通道体温测量接口，测量范围：0～50℃，分辨率：0.1℃
2.14、支持选配呼吸末CO2功能
3.系统功能：
1.具有人声语音报警功能。
2.支持≥2000小时趋势数据的存储与

		回顾功能：≥2000条报警事件。 3.具有≥2000组NIBP数据列表。 4.具有≥24小时全息心电波形存储时间，并可打开/关闭波形存储。 1.具备监护模式、待机模式，演示模式、隐私模式、夜间模式、锁屏模式。 1.具备标准显示界面、趋势共存界面、呼吸氧合图界面、大字体显示界面多种显示界面，可滑屏快速切换显示界面。 1.支持护士呼叫功能，具有日志导出功能 1.支持RJ45接口进行有线或者无线网络通信到中心监护系统，实现同网络下的所有床位监护仪互联 2.具备HL7等标准接口协议，可与第三方集成平台数据对接互通，例如急救系统，HIS系统，手术室系统显示监护数据等。 数量：1套						
6	高频电刀	1.主载频率：400-500KHz 2.负载阻抗：单极≤500Ω，双极≤100Ω 3.工作电源：AC 220V 50Hz 4.额定输入功率：≤	TJSM-2000-I型高频电刀	天津市华苑产业园区竹苑路6号D座305-1	天津市赛盟医疗科技有限公司	18000	1	18000

		800VA； 5. 工作模式：切割 1 种，凝血 3 种，双极 1 种 6. 纯切功能：200W 7. 电凝 I 功能：150W 8. 电凝 II 功能：120W 9. 电凝 III 功能：100W 10. 双极功能：70W 11. 输出功率数字化显示 12. 具有功率记忆功能 13. 安全分类：I 类 CF 型设备，具备防除颤功能 14. 运行模式：间歇加载连续运行 15. 操控方式：可用手控和脚控两种方式控制、脚踏开关有防水设计 16. 保护：监测到中性极板或电缆出现故障时，电刀切断输出并报警提示 17. 具备开关电源控制系统。 18. 具有高频电刀功率检测装置，输出功率不稳会自动补偿功率，自动适应各种人体阻抗。 19. 设备通过 YY0505 电磁兼容检测 20. 设计使用年限：≥ 8 年 数量：1 套							

7	★呼吸机	**电源要求：** 供电电压：AC 220V 50Hz **气源要求：** 医用级别O_2、Air或制氧机供氧 额定压力:0.4MPa 压力范围:0.28MPa～0.60MPa **整机性能：** 整机噪声：不大于65dB(A) 气动电控、微电脑控制 **自备空气供应系统，无需外接任何气源即可工作** 监测显示：≥6＂LCD液晶显示屏 湿化器温控调节，超温自动断电保护 标配移动台车 气路系统最大安全压力：6kPa 吸气/呼气阻抗：在30L/min流量下均不大于0.6kPa 系统顺应性：不大于4mL/100Pa **通气模式：**A/C、A/C+SIGH、SIMVf/2、SIMVf/4、SPONT **通气参数设置：** 潮气量VT：0～1500mL，分辨率：1mL 呼吸频率f：4～60bpm,分辨率/增量：1bpm 氧浓度FiO_2：21%～100%，连续可调 气道压力峰值：0～6kPa 吸呼比I:E：2:1～1:8可调	SD-H3000A，SD-H3000B，SD-H3000C	天津市华苑产业区榕苑路15号4B-301	天津森迪恒生科技发展有限公司	55000	1	55000	

		触发灵敏度 Psens：-2kPa～0kPa，分辨率/增量：0.1kPa 分钟通气量：最大不少于 18 升/分钟 **监测参数：** 潮气量、分钟通气量、呼吸频率、吸呼比、气道峰值压力、氧浓度值、触发压力、P-T 波形图 **报警功能：** 气道压力上限报警、气道压力下限报警、潮气量低报警、氧浓度高报警、气源压力低报警、持续压力报警、窒息报警、气体缺失报警、断电报警、报警静音、报警停止 **数量：1 套**						
8	医用可视喉镜	1、镜片 1.1 采用医用级 PC 材料，无菌包装，一次性使用； 1.2 长度：119mm； 1.3 厚度（摄像头处）：≤10mm； 2、技术要求 2.1 显示屏 2.1.1 广角显示屏≥3 英寸 2.1.2 分辨率：≥960*480 2.1.3 屏幕旋转角度：前后：0°～155°，左右：0°～275° 2.1.4 具备 AV 输出接口，数据导出和充电接口，内存≥32G 2.2 摄像系统 2.2.1 数字化摄像系统，像素≥200 万	HYHJ-1330	安鄂区京业利路西惠技业 9# 房西市邑沣工园君 8 号陕广科产园厂	西安海疗医有设备公司	20000	1	20000

		2.2.2 视场角≥72° 2.2.3 有效景深：3～100mm 2.2.4 防雾功能：开机即用，无需预热 2.2.5 光照度：≥28001ux 2.3 电池 2.3.1 充电器输入:220V，50Hz 2.3.2 充电器输出:5V,2000mA 2.3.3 电池容量≥3400mAh 2.3.4 充电时间：≤3.5h 2.3.5 电池放电时间≥5h 2.4 具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能 2.5 具有AV输出功能 2.6 手柄和摄像系统的连接采用一体化设计 2.7 适用患者：成人 数量：1套						
9	★麻醉机	1.适用范围：成人、小儿 2.控制方式：气动电控，非涡轮供气，可连接中心供气 3.气电隔离；内置免维护蓄电池，工作时间不低于2小时 4.上升式风箱设计 5.回路可拆卸，可高温高压消毒 6.CO2吸收组件≥1.6L 7.通用横梁设计 8.差压式流量传感器 9.通气模式：间歇正	麻醉机 LJM9400	南京市江北新区经济开发区万寿路15号B4	南京乐基医疗器械有限公司	35000	1	35000

		压通气（IPPV）、同步间歇指令通气模式（SIPPV）、手动通气模式 10.调节参数： 10.1 快速供氧：25～75 L/Min 10.2 潮气量：10～1500 mL 10.3 呼吸频率：5～99 次/min 10.4 分钟通气量：≥18 L/Min 10.5 吸气触发压力：-0.1KPa～-0.9Kpa 10.6APL 阀调节范围：0.2～7.5Kpa 10.7 吸气阻抗≤0.6 Kpa 10.8 呼气阻抗≤0.6 Kpa 11.报警保护项目 1.1.1 断电报警 1.1.2 电池不足报警 1.1.3 潮气量上下限 1.1.4 分钟通气量上下限 1.1.5 压力上下限 1.1.6 气源不足 1.1.7 持续气道压力报警 1.1.8 持续高压为高优报警 12.流量计 12.1 双气源 4 管机械高低流量计 12.2 氧气：0～10 L/Min；笑气： 0.1～10.0 L/min 数量：1 套							

10	输液泵	1、输液模式：毫升/小时、总量/时间、滴/分钟和药物库四种输液模式 2、输液器规格：专用或标准一次性输液器 3、流速设定范围：1.0ml/h～1200ml/h 4、流速增量：1.0-99.9ml/h 以 0.1ml/h 递增；100-1200ml/h 以 1ml/h 递增 5、输液流速精度：≤±5% 6、预置量设定范围：0.1～9999.9ml 7、累计量显示范围：0～9999.9ml 8、时间设置：1 分钟～99 小时 9、快排速度：600ml/h,并显示已快排量 10、KVO 流速：1.0ml/h~5ml/h,可调 11、按键功能：全数字按键 12、BOLUS 功能：具有首次（丸）剂量功能，流速可任意设定 13、夜间功能：启动夜间模式，输液后 5 分钟无操作，屏幕自动减低亮度 14、阻塞压力检测：上、下管路双压力传感器检测,检测范围：40KPa～130KPa,灵敏度可调，动态显示压力值变化情况 15、气泡检测：超声波气泡检测，可检测	HEPHO 禾烽 HF-610E 注射泵	广东省东莞市松山湖园区阿里山路 19 号 6 栋 301 室	广州禾烽生物技术有限公司	2000	2	4000	

		50μl的气泡，灵敏度可调 **16、音量：**按键音量和报警音量可调 **17、防电机反转功能** **18、输液器管理及校准：**具有多品牌输液器输入、贮存功能，经校准后可任意选用 **19、机器自检功能：**开机自检及输液过程中实时自检 **20、报警提示：**气泡、上管路堵塞、下管路堵塞、门开、输液完成、暂停超时、电池电量低、电池电量耗尽、电池脱落、交流电断开、电机错误、泵错误、输液参数错误、系统错误、通讯错误、输液器未校准、气泡传感器错误 **21、显示：**高亮LCD **22、电源：**AC 220V 50Hz **23、内置电池：**可充电锂电池，工作时间：≥10小时，实时检测电池电量并显示 **26、安全类别：**电气Ⅰ类带功能接地，CF型，IPX3设备 **数量：2台**						
11	单臂外科塔	（一）、总体要求： 1、吊塔采用电气分离设计 2、托盘承载重量≥80Kg，带抽屉的托盘承载重量≥50Kg，抽屉承载重量≥20Kg，保持4小时不变形，不破坏；	YC-32 单臂外科塔	曲阜市高新技术工业园	山东欣雨辰医疗设备集团股份有限公司	29000	1	29000

		3、吊塔通过四倍承重系数安全负载测试 4、通过静态力负荷测试 5、采用多关节设计 **（二）技术参数** 1. 电源：AC 220V 50Hz； 2、横臂活动范围（半径）：700-1100mm 3、水平旋转角度：0～340°，横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转； 4、净载重量≥150kg； 5、仪器平台：≥2层（高度可调）； 6、气体接口配置： a. 具有防接错功能； b、插拔次数≥2万次； c、采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修； 7、不锈钢可调输液杆架1个； 8、不锈钢可调注射泵架1个； 9、主体材料采用高强度铝合金型材； 10、表面处理采用静电喷涂； 11、吸顶式安装。 12、储物篓1个 13、配置： 氧气接口：2个 负压吸引接口：2个 压缩空气接口：2个 网络接口：2个 接地端子：2个 输液架：1个 电源插座：10个 托盘：2个		孔子大道西首					

		数量：1套						
12	注射泵	1. 注射模式：恒速模式、时间模式、药物体重模式、Bolus模式； 2. 注射器：符合国家标准的 5ml、10ml、20ml、30ml、50ml/60ml 五种规格一性次使用注射器； 3. 注射误差：≤±2%； 4. 注射速度：5ml 注射器 0.1～200ml/h 10ml 注射器：0.1～400ml/h；20ml 注射器：0.1～600ml/h；30ml 注射器：0.1～1000ml/h；50ml/60ml 注射器：0.1～2000ml/h；	HEPHO 禾烽 HF-610E 注射泵	广东省东莞市松山湖园区阿里山路19号6栋301室	广州禾烽生物技术有限公司	2000	1	2000

		5. 速度步进：0.1～99.9ml/h 以0.1ml/h 递增，100～2000ml/h 以1ml/h 递增； 6. 预置范围：0.1～9999.9ml 或推空； 7. 累计量范围：0.0～9999.9ml； 8. 时间范围：00:00:01～99:59:59； 9. 快排速度：5ml 注射器：200ml/h ；10ml 注射器：400ml/h；20ml 注射器：600ml/h；30ml 注射器：1000ml/h 50ml 注射器：1800ml/h； 10. KVO 速度范围：0.1～5.0ml/h； 11. Bolus 速度范围：5ml 注射器：0.1～200ml/h；10ml 注射器：0.1～400ml/h；20ml 注射器：0.1～600ml/h；30ml 注射器：0.1～1000ml/h ；50ml/60ml 注射器：0.1～2000ml/h； 12. Bolus 速度步进：0.1～99.9ml/h 以0.1ml/h 递增，100～2000ml/h 以1ml/h 递增； 13. Bolus 预置量范围：0.1～5.0ml；						

14. **报警功能**：注射器脱落、注射器已推空、注射完成!!!KVO、阻塞、电池电量耗尽、电池脱落、注射异常、网电源脱落、接近完成、注射将空、电池电量低、遗忘操作；

15. **显示屏**：液晶显示屏，可实时显示注射器运行状态、品牌规格、电池电量、速度、预置、时间、累计量、和实时压力动态信息的功能；

16. **阻塞压力功能**：10kPa ～ 150kPa 可调，可实时显示管路内压力的变化；

17. **压力释放功能**

18. **品牌选择及设置功能**：应有品牌选择、用户自校准功能。已内置多种品牌注射器，可自行添加注射器品牌，经校准后可适应所有品牌注射器；

19. **一键断电功能**

20. **报警声音**：报警音量多 档可调，同时具有静音功能；

21. **机器自检功能**：开机自检及注射过程中实时自检；

22. **内部电池**：可充电锂电池，电池使用时间≥12 小时；

23. **外部电源**：AC 220V 50HZ

24. **电击防护**：类型：I 类，带内部电源的

		设备：程度：CF 型应用部分； 25. 进液防护等级：IP34； 26. 其它功能：双 CPU 设计；固定夹可 90 度旋转； 数量：1 台						
13	自动气压止血仪	1、输出方式：单通道，适用于成人、儿童。 2、操作方式：触摸按键操作，实时显示。 3、显示方式：具有 kPa 和 mmHg 两种计量单位。 4、充气压力范围：kPa 显示方式，充气压力设置范围：3kPa～85kPa，步进值 1kPa，随时可调。mmHg 显示方式，充气压力设置范围：25mmHg～640mmHg，步进值 5mmHg，随时可调。 5、快速充气：≤20s。 6、加压时间设定范围：1min～240min，步进值 1min，随时可调。 7、计时显示：具有计时或倒计时的显示功能。 8、内置可充电锂电池：可连续工作 6h，具有充电指示，同时显示电池状态。 9、气压止血带的接口：快速可插拔类型。 10、压力平衡功能 11、止血总时间计时功能 12、放气模式：具有	自动气压止血仪 ZXY100-1	郑州高新技术产业开发区莲花街 352 号联东 U 谷 8 号楼 2 单元 101	郑州阳坤医疗器械有限公司	4500	2	9000

俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂功能操作键，还可设置多个不同的升降、靠背前后位功能

2. 主箱体

主箱体采用吸塑工艺，**静电烤漆。**

3. 自动加热恒温给水装置

漱口水给水装置，可设定给水量，**水温38度±2度左右。**

4. 全瓷痰盂

旋转90度陶瓷痰盂，水压为0.2mpa时，冲痰盂的水可达到盂底整周。下水通畅。

5. 强弱吸唾系统

强、弱吸带有过滤装置，具有具有沉渣过滤功能。

弱吸唾器，采用水负压，工作压力为200kPa时，真空度应不小于27kPa，抽水速率应不小于450mL/min；强吸唾器：采用气负压。工作压力为400kPa时，真空度可达35kPa，抽水速率应不小于1L/min。

6. 可调光口腔灯

*LED*口腔灯，可先用感应模式+手动模式。

7. 观片灯

角度可调式低压观片灯

8. 手机净化水系统

纯净水供给系统，可灵活选择自来水或

		纯净水给手机供水。 9. 器械臂 气压锁定平衡臂操作方便，安全可靠。 3. 器械盘上可配有防污保护罩。 （四）牙科椅 1. 控制系统 采用脚控系统，控制牙科椅升降、俯仰 2. 动力系统 采用直流静音电机，免维护.最低椅位:420mm,最高椅位750mm，负载大于135Kg 3.工艺特点 牙科椅操作可采用脚开关控制，设有安全保护装置； 头枕采用折叠式，可任意调节及锁定； 椅面为一次压注成型，柔软、平滑、耐磨，易于清洗、消毒； （五）医生座椅 医师座椅，可升降医师坐椅，椅位422--545mm，行程120mm **数量：1套**							
15	牙科无油空压机	1 电源：AC 220V 50Hz 2 最大功率：≥5KW 3 转速：1390 /min 4 公称容积流量：≥60 L/min 5 启动压力：0.5-0.6 Mpa	牙科电动无油空压机(M-1EW-32)	佛山市南海区狮山镇罗村联和工业区东区2路2	佛山菲医科有限公司迈疗技术	2800	1	2800

		6 额定排气压力：0.8Mpa（可调） 7 储气容积：≥2000 L 8 噪音：≤65dB 9 罐体内部工艺：防锈内喷处理 10 无油性能：无油润滑，输出气体无油、无味，残油量满足医用压缩空气要求（参照 ISO 8573-1，残油量≤0.1ppm） 11 过滤干燥、自动控制：配置空气过滤器及干燥装置，输出气体干燥洁净；具备自动启停、自动排水功能 **数量：1 台**		号三楼				
16	空调	一级能效变频，1.5 匹冷暖，适用面积≥12-21 平方，制冷量：≥3520w，制冷功率：≥830w 制热量≥5020w，制热功率≥1300w，循环风量≥750 **数量：10 台**	根据采购人需求定制	/	/	3000	10	30000
17	手术室专用净化空调	一级能效变频，3 匹冷暖，适用面积≥32-50 平方，制冷量：≥7350w，制冷功率：≥1930w 制热量≥10300w，制热功率≥2730w，循环风量≥1880 **数量：1 台**	根据采购人需求定制	/	/	8000	1	8000

18	办公柜桌椅	数量：2套 办公桌： 1500*600*750 1、基材采用多层板阻燃板:GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》的标准，含水率≤12%,表面胶合强度≥0.75MPa,磨耗值≤32mg/100r,表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5级，表面耐龟裂≥5级,表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥5级，密度≤0.85g/cm³，内结合强度≥0.45MPa,甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m²•h； 2、三聚氰胺纸:符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》的标准，耐热性1级，耐光色牢度5级，预固化度≤48%,挥发物含量≤7.7%,甲醛释放量(1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³，抗细菌率≥99.85%，防霉质量1级；	根据采购人需求定制	/	/	1000	2	2000

3、胶粘剂：符合GB/T 2793-1995《胶粘剂不挥发含量的测定》、GB/T 13354-1992《液态胶粘剂密度的测定方法 重量杯法》的标准，密度≥1.14g/cm³，黏度≥0.68pa.s，游离甲醛≤0.11g/kg，苯≤0.11g/kg，甲苯+二甲苯≤5g/kg，总挥发性有机物≤16g/L，湿强度≥6.9MPa，干强度≥10.8MPa，不挥发物≥45.5%；

4、PVC封边条：符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的标准，塑料封边条无开裂；

5、三合一连接件：中性盐雾试验连续喷雾≥180h，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≥180h，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级；玩具材料中可迁移元素中锑≤10mg/kg、砷≤12mg/kg、镉≤23mg/kg、铬≤16mg/kg、铅≤35mg/kg、汞≤21mg/kg、硒≤45mg/kg、钡≤65mg/kg。

6、缓冲导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽导轨》的标准，中性盐雾试验连

续喷雾≥110h，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级，乙酸盐雾试验连续喷雾≥110h，镀（涂）层对基体保护等级≥10级，耐腐蚀等级≥10级。

7、铝合金拉手符合：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验、HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》表面涂层可迁移元素铅(Pb)、镉(Cd)、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、钡（Ba）、锑（Sb）、硒（Se）未检测出；喷涂层涂层应无漏喷，锈蚀和脱色、掉色现象，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；金属电镀层理化性能：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径>1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计)符合要求；甲醛释放量未检测出。

办公椅：

1、双层网布:符合GB/T 17592-2011《木家具纺织面料中 禁用偶氮染料的测定》的标准，pH值≤7.7，甲醛含量≤22mg/kg，

		可萃取的重金属中（砷≤0.33mg/kg、铅≤0.25mg/kg、镉≤0.24mg/kg、铬未检出、钴≤0.63mg/kg、铜≤22mg/kg、镍≤0.22mg/kg、锑≤24mg/kg、汞≤0.055mg/kg），邻苯基苯酚≤0.45mg/kg，VOCs≤4%，六价格[Cr(VI)]含量≤0.42mg/kg； 2、气压杆:符合GB/T 10125-2021《人造气腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1741-2020《漆膜耐菌性测定法》的标准，中性盐雾试验连续喷雾≥380h，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，铜加速乙酸盐雾试验连续喷雾≥380h，镀层对基体的保护等级≥10级，耐腐蚀≥10级，表面粗糙度≥1.15 μm，下屈服强度ReL≥220MPa，抗拉强度≥400MPa，断后伸长率≥35%,上屈服强度≥235MPa； 3、基材采用多层板阻燃板:GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》的标准，含水率≤12%,表面胶合强度≥0.75MPa,磨耗值≤32mg/100r,表面耐香烟灼烧≥5级，表面耐干热≥5级，表面耐污染腐蚀≥5							

级，表面耐龟裂≥5级，表面耐水蒸气≥5级，耐光色牢度≥5级，密度≤0.85g/cm³，内结合强度≥0.45MPa，甲醛释放量（1m³气候箱法）ENF≤0.025mg/m³，总挥发性有机化合物≤0.25mg/m²•h；

4、阻燃海绵：符合GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》的标准，伸长率≥160%，撕裂强度≥2.5N/cm，拉伸强度≥162KPa，回弹率≥45%，75%压缩永久变形≤5.5%，65%/25%压陷比≥2.5%，干热老化后拉伸强度≥100KPa，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度≥120KPa，湿热老化后拉伸强度变化率±30%，表面密度≥46kg/m³，游离甲醛≤20mg/kg；

5、脚轮（万向轮）符合GB28481-2012《塑料家具中有害物质限量》GB/T32487-2016《塑料家具通用技术条件》QB/T2280-2016《办公家具办公椅》脚轮往复磨损实验10万次无损，耐老化性（500h）≥4级。耐冷热循环：应无裂纹，鼓泡、变色、起皱符合要求；耐老化性 室内用：500h 冲击强度

		的保持率≥60，室外用:1000h 外观颜色变色评级≥3 级；可溶性重金属：铅、镉、铬、汞未检测出；邻苯二甲酸酯：DBP、BBP、DEHP、DNOP。						
19	病房电视机	53 寸超高清 4k，内存≥2+32GB，60HZ 高刷，一级能效 **数量：4 台**	根据采购人需求定制	/	/	800	4	3200
20	电脑	主机≥8G 512G 无光驱 显示器≥23.8 寸 **数量：12 台**	根据采购人需求定制	/	/	3500	/	42000
							合计	440000.00 元

乙方保证甲方在使用中标货物（服务）时，不承担任何涉及知识产权法律诉讼的责任。

二、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）肆拾肆万元整（￥440000.00 元）。

（二）合同总价包括：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费及其它费用。

（三）合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

三、款项结算

（一）合同自双方签订后生效，双方自行协商。

（二）支付方式：银行转帐，乙方收款账户为合同所载账户。

（三）结算方式：合同签订后，由甲方支付乙方合同价的 30%做为预付款；经验收合格后甲方再支付合同价的 50%；项目结算审计后经主管部门同意支付乙方剩余款项。（支付剩余款支付前，扣除工程总价的 3%作为质量保证金。质保

期2年到期后，若无质量问题，则如数退还质量保证金）

四、交货条件：

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：自合同签订之日起，30个日历日内完成安装、调试并正常运行。

五、运输

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

六、质量保证

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足甲方要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态，对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）在质保期内乙方应免费实行保修、包换、包退服务。质保期后，如甲方要求，乙方应提供长期有偿优惠维修服务，并负责长期供应系统所需的的备品备件。

（五）自安装、调试正常运行并验收合格之日起免费保修叁年，终身维护，免费保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的产品，服务响应时间不超过24小时（1个日历日），对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在15日内免费提供同型号备用配件，确保正常运行。

七、售后服务

乙方所供货物提供以下售后服务：

（一）整机保修时间：2年。

（二）质保期内：

1、发生质量问题，乙方自接到甲方通知后，应于24小时内派出专业的维修

人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂，乙方承担往返费用，若乙方在接到通知后未在24小时内派人到场进行维修，则甲方有权自主进行维修，由此产生的费用由乙方承担并赔偿甲方因此造成的损失；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护；保修期内，每年对设备提供一次免费保养服务。

（三）质保期结束前一个月内，乙方对所供设备进行全面测试，全面保养维护，确保正常运行。

（四）使用培训：院内机器安装后，乙方现场对甲方人员进行免费培训，保证操作人员能够正常使用。

八、技术与服务

（一）技术资料：

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、进口货物商检证明和报关单(国产设备忽略)；

4、检验测试报告；

5、其它资料。

（二）服务承诺：

1、乙方保证甲方全年开机率在95%以上，如达不到，则乙方应赔偿甲方相应的损失；2、软件终生免费升级；

3、维修工程师：省内有固定的维修工程师；

（三）其他方面以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

九、验收

（一）货物到达甲方指定地点后，甲乙双方须在约定的时间和地点共同开箱检验。

甲方根据合同要求，进行外观验收，确认产地、规格、型号和数量。

（二）货物安装、调试并正常运行后，由乙方进行自检，合格后能够正常使用时通知甲方。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，进行验收，验收合格后，填写验收单作为对货物的最终认可。

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料。以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1、本合同及附件文本；

2、国家相应的标准、规范；

3、招标文件、投标文件、澄清表（函）。

十、违约责任

（一）按《政府采购法》、《民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求提供货物或质量不能满足要求，乙方必须无条件更换，提高技术，完善质量，否则，甲方有权解除合同，要求乙方承担本合同总价款30%的违约金，并对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

十一、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（二）种方式解决：

（一）提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效

本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方及确认方各执壹份。本合同经甲方、乙方及确认方三方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动失效（合同的服务承诺则长期有效）。

十三、其他事项

（一）确认方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）略阳县财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，可签订补充协议作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、中止或终止合同。对确需变更、调整或中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

十四、附件

1、所投产品技术指标偏离表及设备配置清单；

2、中标通知书复印件；

3、廉洁供货承诺书。

甲　方（公章）：

地　址：

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

联系电话：13649167817

签订日期：2026年9月22日

乙　方（公章）：陕西诺尔实业有限公司

地　址：西安经济技术开发区凤城八路158号风景御园19幢1单元11404室

法定代表人：（签字）

代理人：（签字）

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司西安文景路支行

帐　号：72130078801200000062

联系电话：

签订日期：2026年9月22日