

镇巴县人民医院

供货合同

甲方：镇巴县人民医院

乙方：陕西玄明康医疗科技有限责任公司



镇巴县人民医院医疗设备购销合同

甲方：镇巴县人民医院

地址：陕西省镇巴县新街 43 号

联系人：王金平

联系电话：0916-6716505

乙方：陕西玄明康医疗科技有限责任公司

地址：陕西省汉中市汉台区中山街 2 号

联系人：胡杰

联系电话：15091878820

为明确甲乙双方的责任，确保采购项目的实施，根据中华人民共和国《民法典》规定及招投标文件内容，经甲、乙双方协商同意，签定本合同。

一、设备名称、规格型号、单价、数量

1	2	3	4	5	6	7	8
品目 序号	产品名称	生产厂家	规格型号	数量	单价	金额	备注
1	呼出一氧化氮分析仪	江苏万联达医疗科技有限公司	WLD801	1	53800.00	53800.00	
2	双水平呼吸治疗仪	湖南明康中锦医疗科技股份有限公司	ST-30M	1	35500.00	35500.00	
3	血液透析机	重庆山外山血液净化技术股份有限公司	SWS-6000A	2	132500.00	265000.00	
4	血液透析滤过机	重庆山外山血液净化技术股份有限公司	SWS-6000	1	195600.00	195600.00	
合计金额（大写）：人民币伍拾肆万玖仟玖佰元整						¥：549900.00 元	

二、合同总金额：人民币伍拾肆万玖仟玖佰元整

即设备供应商的所供具体设备内容及其金额。包括运输、安装、培训等费用，其金额不受市场和工作量变化的影响。

三、付款方式

设备到位、安装、验收、培训合格后，乙方向甲方开具合同同等金额的税务发票，甲方将合同总价的 100% 一次性汇入乙方账户。

四、交货方式

供货及安装验收时间：合同签订后 45 个日历日

交货地点：甲方指定地点

交货条件：乙方承担运费及运输保险费。

五、项目验收

乙方在本合同产品出厂前必须做好调试、检验。检验合格后才能发给终端用户。甲方验收合同设备外箱包装有无损坏方可进行开箱验收。乙方保证所供货物的来源渠道正常，产品是全新的（出厂时间必须在合同签订时间前三个月内）、未使用过的；设备的品牌、规格型号、数量与本合同所指明的技术规格及型号相一致；质保期内应对由于产品设计、工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责，否则甲方拒收。双方在安装调试培训验收合格后，在验收单上签字确认。

六、风险责任

设备在甲方签字验收前，所有的毁损灭失风险由乙方承担。在甲方签字验收后，其毁损灭失风险由甲方承担。

七、技术保障

1、乙方应随同货物单位提供相应的中文技术文件（包括产品合格证、装箱清单、操作手册、系统软件、系统授权、使用说明、检测报告、维护手册、维修手册、服务密码、故障代码表、电路图、服务指南等资料），现场安装、调试、试运行等技术保障服务。

2、乙方所供应的货物，必须免费提供和接入支持医院与卫健委所有信息系统开发、调用的标准接口文档，接口文档中提供的接口功能、方式终身免维护。

3、乙方免费提供软件升级：乙方长期免费提供设备的软件升级更换和设备的技术咨询。

4、知识产权：即中标供应商应保证采购人在使用（服务）设备时，不承担任何涉及知识产权的法律风险。

5、招标项目的招标文件、投标文件、补充协议以及合同附件等是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，双方必须遵照执行。

八、技术培训

厂家技术人员对甲方使用维护人员进行操作培训，确保甲方每一位使用人员均能熟练操作，如甲方在使用过程中遇到操作问题，厂家工程师能电话支持，如果需要厂家工程师来院进行再次培训时，乙方应无条件免费到院进行操作培训。

九、售后服务

质保期：经验收合格后，乙方免费保修服务期为 36 个月（其中：呼出一氧化氮分析仪质保期五年；双水平呼吸治疗仪质保期三年；血液透析机质保期四年；血液透析滤过机质保期四年）。质保期自甲方在货物验收单（终验）上签字之日起计算。质保期内如遇无法修复的故障，给予免费更换新机。乙方必须在接到甲方通知后 24 小时内响应到达甲方现场维修。保修期后出现故障乙方应继续提供

维修技术及配件的供应。在此期间维修仅收原配件成本费，不收取人工费用。

质量保证范围：指并非由于甲方不正当使用而造成的设备故障。

产品的售后服务由“厂家售后工程师”提供。客服电话：

1、李龙：18161852197 杨振民 18073105119

2、双水平呼吸治疗仪：李龙 18161852197 杨振民 18073105119

3、血液透析机、血液透析滤过机：杨兵 13648426782 周小龙 15223434912

十、违约责任

乙方因自身原因未全面履行合同义务或者发生违约，甲方有权终止合同，并向甲方支付合同金额的 3‰的违约金。（按天计算）

甲方因自身原因中途退货，向乙方支付合同金额 3‰的违约金。

十一、不可抗力

1. 合同任何一方由于受诸如洪水、地震等不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应于事故所影响的时间。

2. 遭受不可抗力一方应在不可抗力事故发生后尽快以书面形式通知对方，并于事故发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行合同影响程度的说明通知对方。

3. 一旦不可抗力事故的影响持续30天以上，甲乙双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行合同或终止合同的协议。

十二、争议的解决

合同执行中发生争议，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向甲方当地人民法院提起诉讼。

十三、合同一式四份，甲方三份，乙方一份。

产品配置及备件清单详见附件。

甲 方	乙 方
镇巴县人民医院 (盖章)	(盖章)
法定代表人：[Signature]	法定代表人：[Signature]
被授权代表：[Signature]	被授权代表：[Signature]
征信代码(纳税识别号)： 12610728436094503W	开户行：中国农业银行股份有限公司汉中街 心花园支行
	账号：26650101040024829
日期： 年 月 日	日期： 年 月 日

附件 1

合同提供 呼出一氧化氮分析仪 (货物) 配置清单

序号	附件名称	数 量	配备方式
1	呼出一氧化氮分析仪主机 WLD801	1 台	原厂标准配置
2	呼吸手柄	1 个	原厂标准配置
3	充电式电池	1 个	原厂标准配置
4	一次性吹嘴	1 个	原厂标准配置
5	电源适配器	1 个	原厂标准配置
6	电源线	1 条	原厂标准配置
7	USB 数据线	1 条	原厂标准配置
8	说明书、合格证等	1 套	原厂标准配置

合同提供 双水平呼吸治疗仪 (货物) 配置清单

序号	附件名称		数 量	配备方式
1	斯 百 瑞 ®ST-30M 呼 吸机	呼吸机主机 ST-30M	1 台	原厂标准配置
2		电源适配器	1 个	原厂标准配置
3		电源线	1 根	原厂标准配置
4		说明书	1 本	原厂标准配置
5		快速操作指南	1 份	原厂标准配置
6		合格证	1 份	原厂标准配置
7		保修卡	1 份	原厂标准配置
8		报警提示信息及处理指南	1 份	原厂标准配置
9		故障分析与排除指南	1 份	原厂标准配置
10		开机自检指南	1 份	原厂标准配置
11		橡胶堵头	1 个	原厂标准配置
12		过滤器	1 个	原厂标准配置
13		通气面罩斯百瑞 CF 系列	1 个	原厂标准配置
14		患者界面斯百瑞 NOC 系列	1 个	原厂标准配置
15		近端压力采集管	1 根	原厂标准配置
16		呼吸管道 (180cm)	1 根	原厂标准配置
17		湿化器管道 (60cm)	1 根	原厂标准配置
18		加温呼吸管路	1 套	原厂标准配置
19	移动台车		1 台	原厂标准配置
20	台车吊臂 (吊臂+安装组件)		1 套	原厂标准配置
21	医用独立湿化器		1 台	原厂标准配置
22	湿化器水盒		1 个	原厂标准配置
23	高压氧管 (根据医院情况选择)		1 套	原厂标准配置
24	可充电备用电源		1 套	原厂标准配置

合同提供 SWS-6000A 血液透析机 (货物) 配置清单 (单台)

序号	附件名称		数 量	配备方式
1	血液透析机		1 台	原厂标准配置
2	消毒液桶支架		1 件	原厂标准配置
3	侧杆		1 套	原厂标准配置
4	水管 (进水管: 红色套管 出水管: 黑色套管)		2 根	原厂标准配置
5	附件包	废液管定位支架	1 个	原厂标准配置
6		消毒液吸管组件	2 件	原厂标准配置
7		传感器保护罩	2 件	原厂标准配置
8		熔断器	2 件	原厂标准配置
9		O 形密封圈	4 件	原厂标准配置
10		空气过滤器	1 件	原厂标准配置
11		喉箍	3 件	原厂标准配置
12		滤网一	1 件	原厂标准配置
13		单向阀	1 件	原厂标准配置
14		透析器夹	1 件	原厂标准配置
15		吸管滤网	4 件	原厂标准配置

合同提供 SWS-6000 血液透析滤过机 (货物) 配置清单 (单台)

序号	附件名称		数 量	配备方式
1	血液透析机		1 台	原厂标准配置
2	消毒液桶支架		1 件	原厂标准配置
3	侧杆		1 套	原厂标准配置
4	水管 (进水管: 红色套管 出水管: 黑色套管)		2 根	原厂标准配置
5	附件包	废液管定位支架	1 个	原厂标准配置
6		消毒液吸管组件	2 件	原厂标准配置
7		传感器保护罩	2 件	原厂标准配置
8		熔断器	2 件	原厂标准配置
9		O 形密封圈	4 件	原厂标准配置
10		空气过滤器	1 件	原厂标准配置
11		喉箍	3 件	原厂标准配置
12		滤网一	1 件	原厂标准配置
13		单向阀	1 件	原厂标准配置
14		透析器夹	1 件	原厂标准配置
15		吸管滤网	4 件	原厂标准配置

合同提供血液透析机、血液透析滤过机主要维修备件和耗品价格清单

配件名称	单位	报价 (含税)
陶瓷泵 A 总成	零配件	4375 元
陶瓷泵 B 总成	零配件	4375 元
超滤泵总成	零配件	4392 元
B 电导组件	零配件	1327 元
总电导组件	零配件	1327 元
监控电导组件	零配件	1327 元
空气监测组件	零配件	2033 元
漏血检测总成	零配件	1601 元
压力传感器组件 (YG2)	零配件	948 元
温度传感器 WG1	零配件	800 元
进水干簧管组件	零配件	600 元
A 液吸管组件	零配件	468 元
B 液吸管组件	零配件	461 元
手柄组件 (表面抛光)	零配件	322 元
防水罩	零配件	100 元
补液组件	零配件	590 元
O 形密封圈	易损易耗材	10 元
PT1000 外套 (O 型圈)	易损易耗材	22 元
O 形密封圈 (黑)	易损易耗材	15 元
进水大滤网组件	易损易耗材	528 元
大滤网 A	易损易耗材	160 元
大滤网 B	易损易耗材	200 元
吸管滤网	易损易耗材	34 元
小滤网	易损易耗材	180 元