

榆林市星元医院中医科医疗设备带安装 项目施工合同

甲方：榆林市星元医院

乙方：日照市华兴医疗器械有限公司

一、合同内容（详见后附采购内容）

二、合同价款

1、合同总价：315768 元（大写：叁拾壹万伍仟柒佰陆拾捌）。

2、合同总价包括：材料价、安装费、运费、税费等一切相关费用。

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款比例：（授予中小企业政府采购合同预付款比例不低于合同价款的 40%，以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目除外。）

2、结算方式：银行转账。（对于满足合同约定支付条件的，对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户）

3、结算单位：由甲方负责结算，乙方开具合同总价数的全额发票交采购人。

4、付款方式：待竣工验收合格且结算审计完成后，工程款付至审计价的 97%，满 12 个月后，无任何质量问题 15 天内付清剩余尾款。如乙方在质保期未履行保修义务，甲方有权叫其他维修人员进行维修，维修费用从尾款中扣除。

四、履行期限、地点：

1、履行期限：30 天。

2、地点：甲方指定地点。

五、技术服务

1、对技术服务的要求：施工单位需具备医用气体施工及二类医疗器械相关资质，施工人员持电工、压力管道作业证件。进场实地勘测并出具施工图纸，先打造样板间验收后批量施工。设备带实行气路、强电、弱电三腔分离施工，统一安装标高，气路焊接后完成 24 小时保压测漏，电气做好接地与绝缘检测，呼叫系统全点位联调。

2、技术资料：施工图纸

3、售后服务：

3-1、乙方在接到甲方电话通知后在 2 小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

3-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、竞争性谈判文件、成交供应商

的响应文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、履约保证金：/

八、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

九、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、响应文件及其附录

十、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（1）种争

议解决方式:

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十一、合同生效及其它


1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为榆林市星元医院。

4、生效时间：2026年6月25日

甲方名称（盖章）:



地址：榆阳区西人民路332号

乙方名称（盖章）:



地址：山东省日照市莒县夏庄镇驻地

法定代表人（签字）:

法定代表人（签字）:

薛彦堂

授权代理人（签字）:

授权代理人（签字）:

鲁统利

电话：0912-3285610

电话：19929638355

开户银行：农行榆林分行人民路支行 开户银行：山东莒县农村商业银行股份有限公司夏庄支行

账号：26091601040000056

账号：9110111011742050000188

日期：

日期：2026年6月25日

附件：采购内容

序号	名称	型号/规格	数量	单位	技术参数
1	医用设备带	210*58	110	米	★宽≥210mm，高≥58mm，厚≥1.3mm；材质：铝合金；静电喷塑；面板模块化组合，方便检修。
2	设备带封头	Hx-ft（或同规格通用件）	22	套	专用，PVC混合料，与设备带匹配。
3	房间阀	φ8 配套	22	个	阀门经试验可承受 10Mpa 气压，无泄漏、无变形，特定元素合格。
4	氧气楼层阀	φ16 铜管配套	1	个	同上。
5	氧气终端	德标	36	个	★德标终端，快速自封插拔式接头；安装在设备带中，符合国际通用标准，单手操作；终端流量≥10L/min（可调）。
6	医用脱脂紫铜管	φ16×1.0mm	50	米	无氧脱脂紫铜管，Φ16*1（直径16mm，壁厚1mm）。
7	医用脱脂紫铜管	φ12×1.0mm	40	米	无氧脱脂紫铜管，Φ12*1。
8	医用脱脂	φ8×1.0mm	210	米	无氧脱脂紫铜管，Φ8*1。

序号	名称	型号/规格	数量	单位	技术参数
	紫铜管				
9	双气报警箱	双气	1	台	压力实时监测，监测范围可调；正压调节范围 0.2~0.6mPa，负压调节范围-0.02~0.08MPa；压力超限时发出声光报警。
10	二级稳压箱	双路	1	台	输入压力 0.5~0.8MPa，输出压力 0.4~0.45MPa（可调）；安全阀开启压力 0.6~1MPa（可调）。
11	氧气流量计	配套	1	台	数字显示，测量范围 0 ~ 300L/min；累计流量 0 ~ 999999m³；公称工作压力 0.8MPa。
12	铝合金扣槽	5×2.5	21	米	铝合金，宽 50mm×高 25mm。
13	附件	—	1	批	含弯头、直接、吊架、配件、焊条等，满足安装需要。
14	负压终端	德标	36	个	★德标终端，快速自封插拔式接头；安装在设备带中，单手操作；终端流量≥10L/min（可调）。
15	医用脱脂紫铜管	φ32×1.5mm	60	米	无氧脱脂紫铜管，Φ32*1.5。
16	医用脱脂	φ16×1.0mm	70	米	无氧脱脂紫铜管，Φ16*1。

序号	名称	型号/规格	数量	单位	技术参数
	紫铜管	m			
17	医用脱脂紫铜管	φ10×1.0mm	190	米	无氧脱脂紫铜管，Φ10*1。
18	负压楼层阀	φ32 铜管配套	1	个	阀门经试验可承受 10Mpa 气压，无泄漏、无变形。
19	附件	—	1	批	弯头、直接、吊架、配件、焊条等。
20	开关	86 型	36	套	220V，额定电流 10A。
21	插座	86 型	72	套	220V，额定电流 10A。
22	LED 高效节能灯	4W	36	只	T5/4W 专用 LED。
23	灯罩	L-400	36	只	PVC 拉丝注塑。
24	电源线	国标	260	米	纯铜 2.5mm ² 。
25	漏电保护器	配套	18	个	额定电压 220V，额定电流 16A。
26	配件	—	1	批	满足安装所需的其他配件。

27	床头对讲机	床头对讲机	36	个	长 124mm×宽 77mm×厚 15mm，分机具备呼叫兼对讲功能。
----	-------	-------	----	---	------------------------------------

28	主机	主机 60 路	1	台	呼叫兼对讲，分机在线任意编号；呼叫存储；显示屏多功能显示；主机容量可扩充至 128 门。
29	显示屏	显示屏	1	个	670mm×260mm×30mm，双面显示，大数码管显示。
30	双芯线	双芯线	180	米	纯铜 1.0mm ² 软线。
31	交换机	—	2		24/48 口，电口（RJ45）或光口（SFP/SFP+/QSFP），支持普通接入及智能网管。
32	链接网线	—	15	箱	符合超五类或六类标准。
33	网口面板	—	72	个	标准 RJ45 网络面板。
34	开槽、穿墙、拆顶布线	—	1	项	按现场实际需要开槽、穿墙、拆顶并布线，施工后需恢复原状。
35	修补、恢复	—	1	项	对施工破坏的墙面、吊顶等进行修补和恢复，保证美观。

陕西省采购招标有限责任公司

成 交 通 知 书

日照市华兴医疗器械有限公司：

受采购人榆林市星元医院委托，我公司代理的榆林市星元医院中医科医疗设备带安装项目（项目编号：SCZK2026-JT-1635/001）采用竞争性谈判采购方式，按照法律法规规定的程序，经评审，采购人确定贵单位为成交人，成交金额为¥315768.00元（大写：人民币叁拾壹万伍仟柒佰陆拾捌元整）。

请贵单位务必于本《成交通知书》发出之日起10日内，按照本项目采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

陕西省采购招标有限责任公司

2026年06月18日

温馨提示：

根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关规定，有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（<http://www.ccp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同提出融资申请。（政府采购监管部门业务咨询电话：029-89821846）