

采购清单

采购单位		甘泉县下寺湾中心卫生院			备案函号		ZCSP-甘泉县-2026-00204	
项目名称		下寺湾中心卫生院医疗次中心建设项目购置设备						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 480,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	医用超声波仪器及设备	下寺湾中心卫生院医疗次中心建设项目购置设备	96,000.00	5	台	480,000.00	1、彩色多普勒超声诊断系统：1.1. 全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿，外周血管，小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作 1.2. 具备持续现场和远程更新升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求 1.3. ★≥21.5英寸高分辨率液晶监视器，可上下左右任意旋转，可前后折叠。 1.4. 操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度≥60度； 1.5. 触摸屏能与主显示器同步显示相同超声图像 1.6. 支持触摸屏快速两点距离测量1.7. 具备无针触点式探头接口≥3个，（不含笔试探头）可随意互换使用 2、心肺复苏机：1. 气动电控型心肺复苏机，可实现按压/通气一体化； 2. ▲采用全胸腔包裹式的3D按压方式，按压的同时挤压胸腔,实现最优CPR复苏效果；3. 13. 仅2步操作即可实现按压，第一步打开电源，第二步启动按压；安装快速，可在8秒内完成安装，提高抢救效率； 3、电解质分析仪：测试项目：K+、Na+、Cl+、iCa2+、nCa、TCa 、pH 4、全自动电动洗胃机：★自控液量：冲液量：（250ml~350ml）/次；吸液量：（350ml~450ml） /次 5、荧光免疫层析分析仪：. 测试项目：全面覆盖心脑血管、炎症、糖尿病、肾损伤、神经、胃功能、激素等	

							检测项目。样本要求：可适用全血、血浆、血清、尿液。 2、质量保证及售后服务：（1）供应商投标产品要有第三方检测合格证明，产品合格证。（2）投标产品如需对接区域基本公卫系统，对此功能的设备厂家及经销商理应积极配合，协调接入。（3）配套医用台车、打印工作站必须配齐，保证投标产品完全投入使用。（4）质保期：招标产品“彩色多普勒超声诊断系统”质保≥3年，探头≥2年；其余投标产品质保≥2年，终身成本维修。（5）培训：对投标产品必须有培训计划，安排上门操作培训，公共系统对接培训，并每年免费复训。（6）售后响应：在质保期内（质保期起始日期应为安装验收合格之日起），乙方在接到用户对所购设备进行维修的要求后，应在 2 小时内给予答复，并派出合格的维修人员在 24小时内到用户现场进行维修服务。
2							
3							
4							
5							