

采购清单

采购单位		陕西省人民医院			备案函号		ZCSP-省本级-2026-00614	
项目名称		软性电子直乙结肠镜采购项目						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 200,000.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	医用内窥镜	软性电子直乙结肠镜	200,000.00	1	套	200,000.00	软性电子直乙结肠镜 1. 功能要求： 1.1适用范围：满足直肠和乙状结肠部位的检查、诊断和治疗。 1.2软性电子直乙结肠镜 1.2.1操作手柄功能按键≥2个； 1.2.2 LED光源，亮度可调。 1.3图像处理器 1.3.1具备自动增益调节功能和图像缩放功能； 1.3.2具备图像冻结功能，具备冻结图像与实时图像显示对比功能； 1.3.3具有拍照、录像和录中拍功能。 2. 技术参数要求： 2.1 软性电子直乙结肠镜 2.1.1操作手柄：内窥镜外径≤12.8mm，工作通道≥3.0mm； 2.1.2景深：5-100mm（提供检测报告）； 2.1.3视场角：≥100°； 2.1.4中心分辨率：≥11.5 lp/mm； 2.1.5软镜工作软管有效长度：≥600mm； 2.1.6成像原理：电子成像技术； 2.1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°； 2.1.8操作部防水等级≥IPX7，配备防水帽可进行全浸泡消毒。 2.2 图像处理器 2.2.1全视角高清液晶屏，尺寸≥10英寸，分辨率≥1280*800； 2.2.2支持SD卡存储，内存≥32GB； 2.2.3视频信号输出接口≥2路，支持连接多个监视器，图像同步显示； 2.2.4内置锂电池：连续工作时长≥2.5小时，具备低电量提醒功能； 2.2.5软件升级：软件系统终身免费升级。 3. 配置要求： 3.1软性电子直乙肠	

							镜：1条； 3.2电子内窥镜图像处理器：1台； 3.3 软件套装：1套； 3.4医学影像工作站：1套，双核处理器，内存≥4G、硬盘≥1TB，液晶显示屏≥21英寸，彩色激光打印机。
2							
3							
4							
5							