

采购文件更正表

章节号	原采购文件内容	更正后采购文件内容
第四章\第三部分 技术要求\四、血 检科生化维护液	四、血检科生化维护液 1. 容量：70ml/瓶； 2. 酸性或碱性清洗液，能够满 足贝克曼-库尔特全自动生化 分析仪系统周维护清洗工作； 3. 保质期 $\geq$ 2年。	四、血检科生化维护液 1. 容量：60ml/瓶； 2. 酸性和碱性清洗液，能够满 足贝克曼-库尔特全自动生化 分析仪系统周维护清洗工作； 3. 保质期 $\geq$ 1年。