招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：略阳县中医院提标扩能二期采购项目

采购项目编号：SXDY-2026-364

略阳县中医医院

陕西大用项目管理有限公司共同编制

2026年10月13日

第一章 投标邀请

陕西大用项目管理有限公司（以下简称“代理机构”）受略阳县中医医院委托，拟对略阳县中医院提标扩能二期采购项目进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：SXDY-2026-364

二、采购项目名称：略阳县中医院提标扩能二期采购项目

三、招标项目简介

本项目采购内容涵盖医疗设备采购及信息化建设配套等，具体包括：体外循环设备、其他医疗设备、病房护理及医院设备、中心供氧设施等医疗设备，以及LED大屏音响设备、医学影像云胶片系统、弱电监控项目、排队叫号系统及病房电视、超融合服务器扩容及网络等保升级、医用及办公宿舍配套家具等信息化建设及配套内容等。

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求:

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求:

采购包1:

1、营业执照：投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明。

2、法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。

3、汉中市政府采购供应商资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。

4、资质：1.投标产品属于医疗器械管理的，投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）； 2.投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

5、非联合体声明：本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明）。

采购包2:

1、营业执照：投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。

2、法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。

3、汉中市政府采购供应商资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。

4、资质：1.投标产品属于医疗器械管理的，投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）； 2.投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

5、非联合体声明：本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。

采购包3:

1、营业执照：投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。

2、法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。

3、汉中市政府采购投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。

4、资质：1.投标产品属于医疗器械管理的，投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）； 2.投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

5、非联合体声明：本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。

采购包4:

1、营业执照：投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。

2、法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。

3、汉中市政府采购投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。

4、非联合体声明：本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。

采购包5:

1、营业执照：投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。

2、法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。

3、汉中市政府采购投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。

4、资质：1.具有住建部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证，以及特种设备安装改造维修许可证（压力管道，GC2级及以上）或特种设备生产许可证（承压特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2级及以上）； 2.投标产品属于医疗器械管理的，投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）； 3.投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

5、非联合体声明：本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。

采购包6：

1、营业执照：投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。

2、法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。

3、汉中市政府采购投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。

4、非联合体声明：本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。

采购包7：

1、营业执照：投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。

2、法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。

3、汉中市政府采购投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。

4、非联合体声明：本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。

采购包8：

1、营业执照：投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。

2、法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。

3、汉中市政府采购投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。

4、非联合体声明：本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。

采购包9：

1、营业执照：投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。

2、法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。

3、汉中市政府采购投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。

4、非联合体声明：本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。

采购包10：

1、营业执照：投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。

2、法定代表人授权委托书：投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。

3、汉中市政府采购投标人资格承诺函：投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。

4、非联合体声明：本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 略阳县中医医院

地址： 陕西省汉中市略阳县车站路

邮编： 723000

联系人： 略阳县中医医院

联系电话： 0916-4838558

代理机构：陕西大用项目管理有限公司

地址： 陕西省汉中市汉台区前进路和西环路十字天汉龙城三楼301室

邮编： 723000

联系人： 梁先生

联系电话： 0916-8819887

采购监督机构：略阳县政府采购管理股

联系人：纪先生

联系电话：0916-4833096

第二章 投标人须知

2.1投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下: 采购包1：3,840,000.00元 采购包2：480,000.00元 采购包3：780,000.00元 采购包4：3,000,000.00元 采购包5：1,400,000.00元 采购包6：250,000.00元 采购包7：210,000.00元 采购包8：340,000.00元 采购包9：220,000.00元 采购包10：1,500,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 采购包6：综合评分法 采购包7：综合评分法 采购包8：综合评分法 采购包9：综合评分法 采购包10：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受 采购包6：不接受 采购包7：不接受 采购包8：不接受 采购包9：不接受 采购包10：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的/产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的/产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。

8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：60,000.00元 采购包2保证金金额：8,000.00元 采购包3保证金金额：15,000.00元 采购包4保证金金额：50,000.00元 采购包5保证金金额：25,000.00元 采购包6保证金金额：5,000.00元 采购包7保证金金额：4,000.00元 采购包8保证金金额：6,000.00元 采购包9保证金金额：4,000.00元 采购包10保证金金额：30,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西大用项目管理有限公司 开户银行：陕西秦农农村商业银行股份有限公司长丰园支行 银行账号：270102830120100033857 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳 采购包2：不缴纳 采购包3：不缴纳 采购包4：不缴纳 采购包5：不缴纳 采购包6：不缴纳 采购包7：不缴纳 采购包8：不缴纳 采购包9：不缴纳 采购包10：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：以成交金额为基数，参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）的有关规定执行。中标人在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否 采购包6：组织现场踏勘：否 采购包7：组织现场踏勘：否 采购包8：组织现场踏勘：否 采购包9：组织现场踏勘：否 采购包10：组织现场踏勘：否

21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查: （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的; （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的; （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由略阳县中医医院和陕西大用项目管理有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由略阳县中医医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西大用项目管理有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是略阳县中医医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西大用项目管理有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容:

（一）投标邀请;

（二）投标人须知;

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求;

（四）资格审查;

（五）评标办法;

（六）投标文件格式;

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下:

供应商保证所供设备及配套软件不侵犯任何第三方知识产权。采购人支付合同价款后，取得设备所有权及配套软件的永久使用权。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

采购包4：不允许合同分包。

采购包5：不允许合同分包。

采购包6：不允许合同分包。

采购包7：不允许合同分包。

采购包8：不允许合同分包。

采购包9：不允许合同分包。

采购包10：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

本项目由采购人依法组织验收，依据合同、招标文件、投标文件及国家相关标准，对投标人履约情况逐项核验；验收内容包括标的物品牌、规格型号、数量、技术性能、质量标准、交付时间地点及服务内容等，标准应客观量化；投标人完成履约后提交验收申请及完整资料，采购人应在收到申请之日起5个工作日内组织验收，验收合格的按合同约定办理资金支付，验收不合格的由投标人在约定期限内无偿整改并承担相应费用，复验仍不合格的按合同违约条款处理。

采购包2：

本项目由采购人依法组织验收，依据合同、招标文件、投标文件及国家相关标准，对投标人履约情况逐项核验；验收内容包括标的物品牌、规格型号、数量、技术性能、质量标准、交付时间地点及服务内容等，标准应客观量化；投标人完成履约后提交验收申请及完整资料，采购人应在收到申请之日起5个工作日内组织验收，验收合格的按合同约定办理资金支付，验收不合格的由投标人在约定期限内无偿整改并承担相应费用，复验仍不合格的按合同违约条款处理。

采购包3：

本项目由采购人依法组织验收，依据合同、招标文件、投标文件及国家相关标准，对投标人履约情况逐项核验；验收内容包括标的物品牌、规格型号、数量、技术性能、质量标准、交付时间地点及服务内容等，标准应客观量化；投标人完成履约后提交验收申请及完整资料，采购人应在收到申请之日起5个工作日内组织验收，验收合格的按合同约定办理资金支付，验收不合格的由投标人在约定期限内无偿整改并承担相应费用，复验仍不合格的按合同违约条款处理。

采购包4：

本项目由采购人依法组织验收，依据合同、招标文件、投标文件及国家相关标准，对投标人履约情况逐项核验；验收内容包括标的物品牌、规格型号、数量、技术性能、质量标准、交付时间地点及服务内容等，标准应客观量化；投标人完成履约后提交验收申请及完整资料，采购人应在收到申请之日起5个工作日内组织验收，验收合格的按合同约定办理资金支付，验收不合格的由投标人在约定期限内无偿整改并承担相应费用，复验仍不合格的按合同违约条款处理。

采购包5：

本项目由采购人依法组织验收，依据合同、招标文件、投标文件及国家相关标准，对投标人履约情况逐项核验；验收内容包括标的物品牌、规格型号、数量、技术性能、质量标准、交付时间地点及服务内容等，标准应客观量化；投标人完成履约后提交验收申请及完整资料，采购人应在收到申请之日起5个工作日内组织验收，验收合格的按合同约定办理资金支付，验收不合格的由投标人在约定期限内无偿整改并承担相应费用，复验仍不合格的按合同违约条款处理。

采购包6：

本项目由采购人依法组织验收，依据合同、招标文件、投标文件及国家相关标准，对投标人履约情况逐项核验；验收内容包括标的物品牌、规格型号、数量、技术性能、质量标准、交付时间地点及服务内容等，标准应客观量化；投标人完成履约后提交验收申请及完整资料，采购人应在收到申请之日起5个工作日内组织验收，验收合格的按合同约定办理资金支付，验收不合格的由投标人在约定期限内无偿整改并承担相应费用，复验仍不合格的按合同违约条款处理。

采购包7：

本项目由采购人依法组织验收，依据合同、招标文件、投标文件及国家相关标准，对投标人履约情况逐项核验；验收内容包括标的物品牌、规格型号、数量、技术性能、质量标准、交付时间地点及服务内容等，标准应客观量化；投标人完成履约后提交验收申请及完整资料，采购人应在收到申请之日起5个工作日内组织验收，验收合格的按合同约定办理资金支付，验收不合格的由投标人在约定期限内无偿整改并承担相应费用，复验仍不合格的按合同违约条款处理。

采购包8：

本项目由采购人依法组织验收，依据合同、招标文件、投标文件及国家相关标准，对投标人履约情况逐项核验；验收内容包括标的物品牌、规格型号、数量、技术性能、质量标准、交付时间地点及服务内容等，标准应客观量化；投标人完成履约后提交验收申请及完整资料，采购人应在收到申请之日起5个工作日内组织验收，验收合格的按合同约定办理资金支付，验收不合格的由投标人在约定期限内无偿整改并承担相应费用，复验仍不合格的按合同违约条款处理。

采购包9：

本项目由采购人依法组织验收，依据合同、招标文件、投标文件及国家相关标准，对投标人履约情况逐项核验；验收内容包括标的物品牌、规格型号、数量、技术性能、质量标准、交付时间地点及服务内容等，标准应客观量化；投标人完成履约后提交验收申请及完整资料，采购人应在收到申请之日起5个工作日内组织验收，验收合格的按合同约定办理资金支付，验收不合格的由投标人在约定期限内无偿整改并承担相应费用，复验仍不合格的按合同违约条款处理。

采购包10：

本项目由采购人依法组织验收，依据合同、招标文件、投标文件及国家相关标准，对投标人履约情况逐项核验；验收内容包括标的物品牌、规格型号、数量、技术性能、质量标准、交付时间地点及服务内容等，标准应客观量化；投标人完成履约后提交验收申请及完整资料，采购人应在收到申请之日起5个工作日内组织验收，验收合格的按合同约定办理资金支付，验收不合格的由投标人在约定期限内无偿整改并承担相应费用，复验仍不合格的按合同违约条款处理。

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西大用项目管理有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西大用项目管理有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西大用项目管理有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：梁峥

联系电话：0916-8819887

地址：陕西省汉中市汉台区前进路和西环路十字天汉龙城三楼301室

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

本项目采购内容涵盖医疗设备采购及信息化建设配套两大类，具体包括：体外循环设备、其他医疗设备、病房护理及医院设备、中心供氧设施等医疗设备，以及LED大屏音响设备、医学影像云胶片系统、弱电监控项目、排队叫号系统及病房电视、超融合服务器扩容及网络等保升级、医用及办公宿舍配套家具等信息化建设及配套内容。

3.2采购内容

采购包1:

采购包预算金额（元）: 3,840,000.00

采购包最高限价（元）: 3,840,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	血液透析机、血液透析滤过机、	1.00	3,840,000.00	批	工业	是	否	否	否	是

采购包2:

采购包预算金额（元）: 480,000.00

采购包最高限价（元）: 480,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	透析室水处理	1.00	480,000.00	套	工业	否	否	否	否	是

采购包3:

采购包预算金额（元）: 780,000.00

采购包最高限价（元）: 780,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	除颤仪、熏蒸治疗机、空气消毒机、肺功能仪、口腔显微镜等	1.00	780,000.00	批	工业	是	否	否	否	是

采购包4:

采购包预算金额（元）: 3,000,000.00

采购包最高限价（元）: 3,000,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	医用家具、办公家具、宿舍家具	1.00	3,000,000.00	批	工业	是	否	否	否	是

采购包5:

采购包预算金额（元）: 1,400,000.00

采购包最高限价（元）: 1,400,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	1号楼b段和发热门诊院中心供氧、呼叫系统设备及安装	1.00	1,400,000.00	批	工业	是	否	否	否	是

采购包6:

采购包预算金额（元）: 250,000.00

采购包最高限价（元）: 250,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	信息化建设医学影像云胶片系统	1.00	250,000.00	套	软件和信息技术服务业	是	否	否	否	是

采购包7:

采购包预算金额（元）: 210,000.00

采购包最高限价（元）: 210,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	信息化建设LED大屏音响设备	1.00	210,000.00	套	工业	是	否	否	否	是

采购包8:

采购包预算金额（元）: 340,000.00

采购包最高限价（元）: 340,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	信息化建设弱电监控项目	1.00	340,000.00	批	软件和信息技术服务业	是	否	否	否	是

采购包9:

采购包预算金额（元）: 220,000.00

采购包最高限价（元）: 220,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	信息化建设排队叫号系统及病房电视	1.00	220,000.00	套	软件和信息技术服务业	是	否	否	否	是

采购包10:

采购包预算金额（元）: 1,500,000.00

采购包最高限价（元）: 1,500,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	信息化建设超融合服务器扩容及网络等保升级	1.00	1,500,000.00	批	软件和信息技术服务业	否	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1:

标的名称：血液透析机、血液透析滤过机、

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		重要说明: （1）标注“★”符号的参数需求为实质性要求。投标人须在投标文件中提供相应证明材料，证明材料包括但不限于：制造商官方网站截图、产品彩页、产品白皮书、第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等。未提供证明材料，或提供的证明材料不足以证明其满足参数要求的，视为不满足招标文件要求。（未标注“★”的参数不适用本项规定。）带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。 （2）投标人须在投标文件中如实填写所投产品的参数响应情况。中标后，如发现投标人虚假响应，即其所投产品任一实际技术参数与投标时响应不符；或在合同履行过程中发现投标人在投标时虚假响应，即所供产品任一实际技术参数与投标时响应不符的，采购人将上报政府采购监督管理部门依法处理。 （3）如涉及提供中小企业声明函、本国产品声明，仅填写标的物名称，标的物名称以技术要求名称为准；不体现辅材，辅材不单独列项。 （4）投标人报价须包含设备的采购、运输、仓储、施工、安装、调试、安全措施、临时设施、利润、规费、税金等一切费用。 序号 | 名称 | 具体技术（参数）要求 | 数量 | 单位 | 备注

1		1	血液透析机	1、10英寸以上彩色液晶显示屏幕、中文或英文操作系统。 2、具有超滤和钠曲线，具有多种可选择性／有调整程序，可进行碳酸氢盐透析／醋酸盐透析／干粉透析。 3、具备碳酸氢盐干粉自动配制系统，具有B粉接口。 4、具有水/热/化学等多种消毒模式，热消毒最高温度≥84℃。消毒单次时间≤30分钟完成。 5、内置不间断后备电源，保障断电后血泵及血液监测部分正常工作15分钟以上。断电时自动切换，同时维持所有设备状态监测系统正常，显示所有治疗数据，恢复供电时，自动启动治疗并保持原有数据。 6、▲具有透析液细菌过滤器接口。 7、血液部分具有肝素泵，流量范围：0～10ml/h。 8、支持实时清除率监测Kt/V功能。 9、血流量调节范围0，50- 500ml/min。 10、具备血压心率监测功能。 11、透析液温度：35—39℃，连续可调。 12、▲透析液流量：调节范围300- 800ml/min。 13、透析液电导度控制及保护：具备电导度监测、显示及超限报警功能。电导度监测范围：13～15（25℃）。 14、超滤功能：超滤率控制范围为0—4000ml/h，可调。 15、静脉压力监测范围：- 50mmHg～350mmHg，精度±10mmHg。动脉压力监测- 300mmHg～+200mmHg，精度±10mmHg。 16、具有跨膜压监测- 60mmHg ～+500mmHg。 17、具有漏血检测功能。 18、具备血路空气探测功能。 19、保证现场电源,供水能满足设备能正常使用(备注:透析专用干体重称带轮椅)。	18	台	
		2	（核心产品）血液透析滤过机	一、功能要求 1.1 血液透析滤过机，≥15 英寸彩色液晶触摸显示屏，具有灯光报警功能； 1.2 ▲可做碳酸氢盐、醋酸盐常规透析，治疗耗材全开放（不限于血路管、原液配方等） 1.3 机器使用期限≥8年； 1.4 标配内置电源，保证机器停电后最少使用≥15分钟，确保正常工作。 1.5 具有自检功能。 1.6 具有漏血检测与报警功能； 1.7 具有电导度监测及功能； 1.8 ▲具有待机模式； 1.9 支持透析充分性评估：显示Kt/v值； 1.10 超滤精度±1%； 1.11 ▲超滤曲线功能：可存储设定曲线，且可自定义曲线，满足个性化透析。 1.12 具有透析过程补液功能。 1.13 具有在线无创血压、心率压监测功能。 二、参数要求 2.1 透析液流量范围：300- 700ml/min； 2.2 透析液温度控制范围： 35◦C~39◦C 2.3 透析液导电率监测范围：13- 15ms/cm； 2.4 动脉压范围： −300~+300mmHg 2.5 静脉压范围： −50~+350mmHg 2.6 跨膜压范围： −100~+400mmHg 2.7 血泵流量范围0， 50~500ml/min 可调； 2.8 肝素注射调节范围 0.5~10ml/h 2.9 ▲超滤率调节范围：0，100~4000ml/h	6	台	

采购包2：

标的名称：透析室水处理

序号	参数性质	技术参数与性能指标

<table>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>
重要说明：
（1）标注“★”符号的参数需求为实质性要求。投标人须在投标文件中提供相应证明材料，证明材料包括但不限于：制造商官方网站截图、产品彩页、产品白皮书、第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等。未提供证明材料，或提供的证明材料不足以证明其满足参数要求的，视为不满足招标文件要求。（未标注“★”的参数不适用本项规定。）带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。
（2）投标人须在投标文件中如实填写所投产品的参数响应情况。中标后，如发现投标人虚假响应，即其所投产品任一实际技术参数与投标时响应不符；或在合同履行过程中发现投标人在投标时虚假响应，即所供产品任一实际技术参数与投标时响应不符的，采购人将上报政府采购监督管理部门依法处理。
（3）如涉及提供中小企业声明函、本国产品声明，仅填写标的物名称，标的物名称以技术要求名称为准；不体现辅材，辅材不单独列项。
（4）投标人报价须包含设备的采购、运输、仓储、施工、安装、调试、安全措施、临时设施、利润、规费、税金等一切费用。
<table>
<tr><th>序号</th><th>技术要求名称</th><th>具体技术（参数）要求</th><th>数量</th><th>单位</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>血液透析水处理</td><td>1. 产水水质：设备产水符合YY0572-2015血液透析及治疗相关用水质量标准，投标人承诺供货时提供水质检测报告。
2. 产水流量：温度25℃情况下，产水量≥40L/min。
3.▲ 自动化学消毒：一键启动消毒程序，无需手动操作阀门。消毒可任意设置循环、浸泡时长，自动冲洗至电导检测合格后终止消毒程序。
4. ▲配置全自动管路热消毒装置：灭菌时间、回水温度、出水温度可任意设定，具备记录自动打印功能；可实现121℃超高温灭菌，加热器设置于管道外部，不与纯水直接接触。
5. ▲智能废水回收平衡系统：系统通过对浓水电导采集分析，自动调整浓水回收比例。
6.▲ 供水动态平衡系统：系统通过监测与计算，自动调整进水流量。
7. ▲产水平衡系统：通过系统对数据的检测，实时判断实时水量。
8. 可在主机触摸屏上集中调控所有预处理的再生时间。系统可自动优先治疗用水。
9. 预处理系统：采用变频增压防止水锤、多介质过滤器、活性炭过滤器、软化器过滤器。
10. 反渗透高压水泵：立式多级离心泵。
11. 反渗透膜：反渗透膜组件。8040膜≥5支。
12. ▲主机连接管路：卫生级不锈钢管件和阀门，采用卫生级焊接工艺，满足无死腔要求，快装卡箍式连接。
13. 传感器：采用主流品牌电导表，同时检测源水、一级产水、二级产水电导值，可实时监控数据，自由设置预警值。
14. 管件材质：管路及阀门采用≥304 卫生级不锈钢材质；管道焊接采用内外惰性气体保护工艺，管路、管件焊缝光洁，焊缝成型整洁美观，满足GMP洁净管路相关要求。
15. 纯水恒压供水装置：管路采用稳压阀，自动恒定纯水管路压力值。</td><td>1</td><td>套</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

采购包3：

标的名称：除颤仪、熏蒸治疗机、空气消毒机、肺功能仪、口腔显微镜等

<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>技术参数与性能指标</th></tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
重要说明：
（1）标注“★”符号的参数需求为实质性要求。投标人须在投标文件中提供相应证明材料，证明材料包括但不限于：制造商官方网站截图、产品彩页、产品白皮书、第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等。未提供证明材料，或提供的证明材料不足以证明其满足参数要求的，视为不满足招标文件要求。（未标注“★”的参数不适用本项规定。）带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。
（2）投标人须在投标文件中如实填写所投产品的参数响应情况。中标后，如发现投标人虚假响应，即其所投产品任一实际技术参数与投标时响应不符；或在合同履行过程中发现投标人在投标时虚假响应，即所供产品任一实际技术参数与投标时响应不符的，采购人将上报政府采购监督管理部门依法处理。
（3）如涉及提供中小企业声明函、本国产品声明，仅填写标的物名称，标的物名称以技术要求名称为准；不体现辅材，辅材不单独列项。
（4）投标人报价须包含设备的采购、运输、仓储、施工、安装、调试、安全措施、临时设施、利润、规费、税金等一切费用。
<table>
<tr><th>序号</th><th>技术要求名称</th><th>具体技术（参数）要求</th><th>数量</th><th>单位</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>熏蒸治疗机</td><td>1.额定输入功率：≤1100W；
2.治疗温度：可在1～99℃范围设定；
3.冲洗水温度设定：30～45℃。≤±3℃；
4.臭氧水冲洗时间：1～99s；
5.治疗时间：1～99min内设定，允差±30s，治疗时间达到设定时间时，有提示音，加热装置自动断电；
6.清水冲洗时间：1～99s；
7.烘干时间：1～99min，可调；
8.烘干温度：30～45℃，允差±3℃。可调；
10.▲熏蒸模式：自动模式和手动模式，手动模式下≥8档可调；
11.具有臭氧消毒功能；
12.配有脚踏板、自吸颈枕；
13.操作方式：液晶触摸屏，微电脑控制，设定参数和治疗参数实时显示；
14.▲配备可抽拉冲洗喷头；</td><td>1</td><td>台</td><td></td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

		2	空气消毒机	一、主要功能 1.微电脑程序控制，中文液晶显示屏； 2.紫外线灯管、电机、负离子故障自动检测； 3.整机工作寿命计时和清洗保养提醒功能； 4.自动、遥控、轻触式手控多控消毒运行； 5.风速高、中、低可选； 6.双通道循环出风； 7.带初中效尘埃过滤网、活性炭网及光触媒过滤网辅助消毒； 8.推拉移动自如； 二、主要技术参数 1.适用体积：130m³； 2.外形：移动式； 3.循环消毒风量：≥1200m³/h； 4.消毒功率：≤450VA； 5.紫外线管寿命：≥5000h； 6.紫外线泄漏量：<5μW/cm²； 7.消毒时空气中臭氧量：≤0.1mg/m³； 8.额定电压：AC 220V±22V；	5	台	
		3	口腔显微镜	一、技术参数 1.LED照明系统，亮度连续可调。物面照度≥70,000Lx，使用寿命≥60000小时； 2.落地式支架，支架臂伸展范围≥1000mm，旋转角度360°； 3.能实现显微镜光源模式切换和光源亮度调节； 4.0-180°变角双目镜筒； 5.广角目镜12.5X，屈光度调节范围不小于±6D； 6.≥四档光学变倍，物镜焦距F=250mm条件下，放大倍数至少覆盖2倍-20倍； 7.▲变焦物镜，焦距F=190～460mm，带防溅保护罩； 8.显微镜可配置橙色滤镜、绿色滤镜； 9.▲显微镜带120°平衡挂臂，带左右阻尼旋钮、左右平衡旋钮、前后阻尼旋钮、前后平衡旋钮，可用旋钮调节扭力平衡和阻尼大小，单手即可调节镜头角度与位置； 10.附件：需配备延长器、分光器和4K高清数码图像采集设备，采集的图像资料可存储；	1	台	
		4	除颤仪	1.重量：≤4.2kg（标配，含电池）； 2.▲彩色电容触摸屏≥8英寸，分辨率≥1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节； 3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障； 4.支持中文操作界面，除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能； 5.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能； 6.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分档调节，可通过体外电极板进行能量选择，范围360J； 7.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，支持快速切换； 8.▲电极板支持能量选择，具有充电和放电功能； 9.具有监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳； 10.支持联网通信； 11.标配1块外置电池，可支持200J除颤≥200次； 12.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准EN1789中关于跌落试验的要求，裸机可承受0.75米跌落冲击；	2	台	

1

5	（核心产品）肺功能仪	设备技术参数 1超声流量传感器； 1.1.▲采用非接触式流量传感方式，呼吸回路组件单人次可更换； 1.2.▲传感器中间没有任何阻力筛网等障碍物，呼吸阻力为零； 1.3.▲测量范围：0～±20L/s，精度范围：在0～±15.00L/s范围内，精度±1.5%； 1.4.▲流量传感器需具备全自动定标功能； 1.5.▲具有流量校准和验证功能； 振荡模块功能 2.1 脉冲振荡传感器为超声流量传感器； 2.2 连续频率阻抗测试，测试数据需包含：总气道阻力、粘性阻力、中心阻力、呼吸总阻抗、周边弹性阻力、共振频率、电抗等测试数据； 2.3 需具备电抗面积功能； 3.激发测试功能； 4.▲测试项目需具备：功率、收缩压、舒张压、血氧饱和度、心率、一秒率等项目； 5.配备超声流量传感器2个； 6.设备使用年限≥8年； 附件（配置） 6.1 心肺功能测试仪主机1套； 6.2 智能单车；6.3 血压计1台； 6.4 脉搏血氧饱和度仪1台； 6.5 振荡模块1套； 6.6 超声流量传感器2个； 6.7 超声呼吸口咀≥150个； 6.8 彩色喷墨打印机1台； 6.9 婴幼儿套装1套；	1	套	
6	经颅多普勒血流分析仪	1.计算机主机一套（含显示器），独立TCD硬件、支持外接显示器； 2.▲具备≥3个有效探头接口，具备支持2MHz、4MHz、8MHz频率段探头； 3.2MHz探头工作距离范围≥5-150mm，4MHz探头工作距离范围≥2-90mm，8MHz探头工作距离范围≥1-40mm； 4.脉冲波（PW）模式，当超声工作频率为2.0MHz时，流速测量最大误差≤±8%； 5.键盘有“三防”功能，具有自定义按键功能； 6.FFT点数设置：频谱分析点数可调，支持64、128、256、512等挡位； 7.检测参数：Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）、PI、RI、SD、a、HR、SBI、HITS、TI、STI、DFI（脑死亡血流指数）、DVm指数、Tindegaard指数； 8.深度监测模式：单通道检查支持同步显示≥8个深度的频谱图，双通道同步显示≥10个深度的频谱图； 9.具有信噪比状态标识功能； 10.具备探头自动休眠功能； 11.支持自动计算基于TCD的无创ICP数值； 12.检查项目：包含发泡试验、卧位试验、CO_2反应试验等多种临床应用场景； 13.具备快照存储/编辑功能；	1	套	
7	电动吸引器	1.高负压、低流量； 2.电源电压：～220V，50Hz； 3.输入功率：≤180VA； 4.极限负压值：≥0.08MPa； 5.负压调节范围：0.02MPa～极限负压值； 6.抽气速率：≥20L/min； 7.贮液瓶：≥2500mL/只； 8.具有过载短路保护装置； 9.噪声：≤70dB(A)；	3	台	
8	治疗车（大号）	规格尺寸： 80×48×86（长×宽×高） 1.材质要求： 1.1采用304加厚不锈钢材质，结实耐用； 2.结构要求： 2.1台面三面二管护栏，防止物品掉落； 2.2分上下板，中间带双抽屉，方便放置物品； 2.3采用圆形推手，合理设计，方便推拉； 2.4配污物小桶，360度旋转； 2.5套管部位可调节高低； 2.6轮子采用橡胶轮，耐磨损、耐承重； 2.7两个活动万向轮、两个刹车万向轮，方便固定车子，防止车子滑落； 2.8轮子杆配螺母，用于固定轮子防止脱落，并起到车子微调平衡作用；	4	台	

		9	治疗车（小号）	规格尺寸： 60×40×86（长×宽×高） 1.材质要求： 1.1采用304加厚不锈钢材质，结实耐用； 2.结构要求： 2.1台面三面二管护栏，防止物品掉落； 2.2分上下板，中间带双抽屉，方便放置物品； 2.3采用圆形推手，合理设计，方便推拉； 2.4配污物小桶，360度旋转； 2.5套管部位可调节高低； 2.6轮子采用橡胶轮，耐磨损、耐承重； 2.7两个活动万向轮、两个刹车万向轮，方便固定车子，防止车子滑落； 2.8轮子杆配螺母，用于固定轮子防止脱落，并起到车子微调平衡作用；	6	台	
		10	不锈钢污物车（布草车）	规格尺寸：80×50×88（长方形，单位：mm）。 材质及工艺：主架采用不锈钢管材焊接成型，焊接处经自动抛光机打磨平整；层板选用304不锈钢板材； 结构及配置：1. 车体为长方形双U型管； 2. 配尼龙防水污物袋，帆布污物袋采用尼龙涂层工艺； 3. 可放置洗净的被服或已用过的被服； 4. 污物袋采用尼龙魔术扣贴固定； 5. 车体底部配有四个3寸医用万向静音轮，对角刹车，负荷强度高，运转灵活、无噪音、耐磨；	2	台	

采购包4：

标的名称：医用家具、办公家具、宿舍家具

序号	参数性质	技术参数与性能指标

重要说明：

（1）标注“★”符号的参数需求为实质性要求。投标人须在投标文件中提供相应证明材料，证明材料包括但不限于：制造商官方网站截图、产品彩页、产品白皮书、第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等。未提供证明材料，或提供的证明材料不足以证明其满足参数要求的，视为不满足招标文件要求。（未标注“★”的参数不适用本项规定。）带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

（2）投标人须在投标文件中如实填写所投产品的参数响应情况。中标后，如发现投标人虚假响应，即其所投产品任一实际技术参数与投标时响应不符；或在合同履行过程中发现投标人在投标时虚假响应，即所供产品任一实际技术参数与投标时响应不符的，采购人将上报政府采购监督管理部门依法处理。

（3）如涉及提供中小企业声明函、本国产品声明，仅填写标的物名称，标的物名称以技术要求名称为准；不体现辅材，辅材不单独列项。

（4）投标人报价须包含设备的采购、运输、仓储、施工、安装、调试、安全措施、临时设施、利润、规费、税金等一切费用。

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目医用+办公+宿舍配套家具采购项目1#楼二层家具采购清单

序号	技术要求名称	规格（mm）长*宽*高	材质及技术要求	数量	单位	备注
			1、大厅/候诊区			
1	护士工作站	（2800+1300）*800*1050±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。提供护士站检测报告。 2.柜体：架体及护板采用优质电解钢板制作，站体骨架钢板厚度≥1.5mm，护板厚度≥1.0mm。踢脚线采用≥1.0mm 304不锈钢板制作，比柜体前段面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，踢脚线外部不允许有螺钉或铆钉外漏以免影响美观及安全，不允许以焊接方式有焊点以免影响整体美观，不允许胶粘以免影响胶挥发所致的环保问题。 3.台面：医用复合亚克力人造石，无缝拼接，防渗透，石材厚度≥12mm。 4.护士站柜内选配有三抽柜、主机柜、键盘架、打印机柜。 5.工艺：整体采用二氧化碳保护焊接及点焊工艺，站体顶部（石材台面下部）需电解钢板制作全封闭，以加强台面支撑，站体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，柜体边宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，门轴连接件为直径4.0mm，柜门与抽屉采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂。 7.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	办公椅	615*640*980±5mm	1. 办公椅：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；提供整椅抽检报告。 2. 面料：双层不含金属透气阻燃网布；阻燃网布符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 23344-2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》、GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准要求；提供阻燃网布抽检报告。 3. 背框：全新PA+30%GF高强度玻璃纤维材质，后背H型结构。 4. 坐垫：PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面；实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；提供多层板抽检报告。 5. 扶手：升降式，PA+PP+PU材质，耐磨防滑耐汗渍；长度≥260mm，宽度≥90mm。 6. 底盘：独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7. 气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求；提供气压棒抽检报告。 8. 椅脚：PA尼龙材质五星脚，防前倾后翻，配PA万向静音轮。 9. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	4	把	
			治疗配剂室			

1	治疗台1	4120*700*2000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。提供治疗台抽检报告。 2.柜体：柜体及背架采用电解钢板，厚度≥0.8mm，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm厚304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板； 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000±5mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，立柱挂钩孔孔距≤40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色以采购人最终确定为准。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	治疗台2	3160*700*2000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。提供治疗台抽检报告。 2.柜体：柜体及背架采用电解钢板，厚度≥0.8mm，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm厚304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板； 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000±5mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，立柱挂钩孔孔距≤40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色以采购人最终确定为准。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
处置室						
1	处置台	3060*700*2000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。提供处置台抽检报告。 2.柜体：柜体及背架采用电解钢板，厚度≥0.8mm，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm厚304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板； 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000±5mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，立柱挂钩孔孔距≤40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.垃圾柜：垃圾盖采用304不锈钢喷涂，垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作。工艺：脚踏式翻盖工艺，柜门采用双层扣件式结构；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色以采购人最终确定为准。 7.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
护士值班室						
1	值班床	2000*900*2200±5mm	1.床整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 41650-2022《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.07mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均为未检出；可萃取重金属：六价铬(Cr6+)、镉（Cd）、汞（Hg）、铅（Pb）（B类）、砷（As）（B类）、镍(Ni)（B类）、钴(Co)（B类）、铜(Cu)（B类）均为未检出；可萃取重金属：锑（Sb）≤0.5mg/kg；软、硬质覆面：耐冷热循环（无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象）、耐划痕（加载0.5N。试件表面无整圈划痕）均为符合；耐干热（20min，70℃。）、耐湿热（20min，70℃。）、耐磨性（其他：磨60转）、抗冲击（冲击高度50mm。）均≤2级，耐污染性能≥4级。提供宿舍床抽检报告。 2.框架：上下床设计，带侧梯。采用橡胶木实木制作而成，水性环保清漆饰面，立柱尺寸≥80*60mm，横梁尺寸≥120*30mm，护栏板材厚度≥18mm。 3.床垫：每个床位带床垫一个，床垫内芯厚度≥5mm。床垫符合：QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》(合格品(C级))、GB/T 42996.2-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具》标准；其中：甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯释放量、二甲苯释放量均为未检出，甲苯释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.15mg/m³；可分解芳香胺染料：纺织面料为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、苯乙烯、1,4-二氯苯、三氯甲烷、四氯乙烯、N,N-二甲基甲酰胺、苯酚、萘均为未检出。提供床垫抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	

2	更衣柜	900*550*2000±5mm	1.更衣柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.07mg/m³；挥发性有机化合物均为未检出；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤270mg/kg；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。提供更衣柜抽检报告。 2.柜体：采用冷轧钢板材质，厚度0.8mm，高温喷粉饰面。衣柜采用6门设计，上下分体门板，上层为挂衣格及活动层板，下层为鞋柜。冷轧钢板符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；其中：家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出、钡Ba≤330mg/kg；耐盐浴200h为符合，附着力≤1级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾150小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾150小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；化学成分（06Cr13）：C≤0.08%、Si≤0.4%、Mn≤0.55%、P≤0.035%、S≤0.005%、Ni≤0.35%、Cr：12.5～13.5%；抗拉试验（06Cr13）：抗拉强度Rm≥550MPa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥470MPa、断后伸长率A≥21%。 3.锁具：挂衣区采用机械锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中：钥匙拔出静拉力（叶片锁）≤2.5N、钥匙开启扭矩≤0.3N·m；外观质量：电镀件耐腐蚀：外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级RA10级的规定；弹子家具锁-互开率≤0.045%；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。提供锁具抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
3	写字椅	560*500*870±5mm	1.写字椅整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》标准要求。其中：乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出；甲醛释放量≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物均为未检出；邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤285mg/kg。提供写字椅抽检报告。 2.框架：采用橡胶木实木制作而成，水性环保清漆饰面，立柱尺寸≥80*60mm，横梁尺寸≥120*30mm，护栏板材厚度≥18mm。 3.写字椅采用全隼卯工艺。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	把	
4	写字桌	1400*700*750±5mm	1.写字桌整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》标准要求。其中：含水率：10%～12%；表面胶合强度≥1.30MPa；表面耐划痕、表面耐冷热循环均为符合；表面耐龟裂≥4级；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出；光泽度：入射角60°≤21.0GU。提供写字桌抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.钢脚架：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm。钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；其中：耐盐浴200h为符合，附着力≤1级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级；化学成分（06Cr13）：C≤0.08%，Si≤0.40%，Mn≤0.55%，P≤0.035%，S≤0.005%，Ni≤0.35%，Cr在12～13%；抗拉试验（06Cr13）：抗拉强度Rm≥550MPa，规定塑性延伸强度Rp0.2≥460MPa，断后伸长率A≥22%。提供钢脚架抽检报告。 4.推拉柜：写字桌带木制三抽推拉柜一个，抽屉带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；其中：功能要求：操作力、耐久性(120000次)、垂直向下静载荷(200N)、水平侧向静载荷(100N)、拉出安全性、猛关或猛开均为符合。下沉量≤1.6%；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）。提供阻尼导轨抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
清洗间							
1	不锈钢污洗池	1800*600*1000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。提供不锈钢污洗池抽检报告。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
医生办公室							

1	屏风工作位	1400*700*750±5mm	1.屏风工作位整体性能：符合：QB/T 4935-2016《办公家具 屏风桌》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求。其中：含水率：9%～12%；表面胶合强度≥1.30MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.08mg/m³；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤245mg/kg；可萃取重金属：六价铬(Cr6+)、钴(Co)（B类）均为未检出，镍(Ni)（B类）、铜(Cu)（B类）≤0.1mg/kg；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。提供屏风工作位抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.脚架：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm。钢管符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；其中：家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出、钡Ba≤330mg/kg；耐盐浴200h为符合，附着力≤1级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾150小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾150小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；化学成分（06Cr13）：C≤0.08%、Si≤0.4%、Mn≤0.55%、P≤0.035%、S≤0.005%、Ni≤0.35%、Cr：12.5～13.5%；抗拉试验（06Cr13）：抗拉强度Rm≥550MPa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥470MPa、断后伸长率A≥21%。提供钢管抽检报告。 4.推拉柜：每个座位带木制三抽推拉柜一个，抽屉带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；其中：功能要求：操作力、耐久性(120000次)、垂直向下静载荷(200N)、水平侧向静载荷(100N)、拉出安全性、猛关或猛开均为符合。下沉量≤1.6%；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）。提供阻尼导轨抽检报告。 5.桌面屏风：采用厚度≥10mm多层实木板制作而成，面部采用阻燃麻绒布饰面，底部采用铝合金结构件固定于桌面正中位置。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	位	
2	四门文件柜	800*400*2000±5mm	1.文件柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.02mg/m³；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤275mg/kg；可萃取重金属均为未检出；含水率9%～11%；表面胶合强度≥1.35MPa；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。提供文件柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.锁具：上下柜门均带锁具。锁具：挂衣区采用机械锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中：钥匙拔出静拉力（叶片锁）≤2.5N、钥匙开启扭矩≤0.3N·m；外观质量：电镀件耐腐蚀：外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级RA10级的规定；弹子家具锁-互开率≤0.045%；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。提供锁具抽检报告。 5.玻璃柜门：上柜门为木制边框，内嵌钢化玻璃门板，钢化玻璃厚度≥4mm。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	个	
3	办公椅	615*640*980±5mm	1. 办公椅：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；提供整椅抽检报告。 2. 面料：双层不含金属透气阻燃网布；阻燃网布符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 23344-2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》、GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准要求；提供阻燃网布抽检报告。 3. 背框：全新PA+30%GF高强度玻璃纤维材质，后背H型结构。 4. 坐垫：PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面；实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；提供多层板抽检报告。 5. 扶手：升降式，PA+PP+PU材质，耐磨防滑耐汗渍；长度≥260mm，宽度≥90mm。 6. 底盘：独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7. 气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求；提供气压棒抽检报告。 8. 椅脚：PA尼龙材质五星脚，防前倾后翻，配PA万向静音轮。 9. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	2	把	
主任/护士长办公室						

1	办公桌	1600*1400*750±5mm	1.办公桌整体性能：符合：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》标准要求。其中：含水率：10%～12%；表面胶合强度≥1.30MPa；表面耐划痕、表面耐冷热循环均为符合；表面耐龟裂≥4级；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；甲醛释放量、挥发性有机化合物、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出；光泽度：入射角60°≤21.0GU。提供办公桌抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.钢脚架：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm。钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；其中：耐盐浴200h为符合，附着力≤1级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级；化学成分（06Cr13）：C≤0.08%，Si≤0.40%，Mn≤0.55%，P≤0.035%，S≤0.005%，Ni≤0.35%，Cr在12～13%；抗拉试验（06Cr13）：抗拉强度Rm≥550MPa，规定塑性延伸强度Rp0.2≥460MPa，断后伸长率A≥22%。提供钢脚架抽检报告。 4.副台：办公桌带副台一个，长度≥1100mm，宽度≥450mm，高度≥500mm，可左右互换。副台抽屉带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；其中：功能要求：操作力、耐久性(120000次)、垂直向下静载荷(200N)、水平侧向静载荷(100N)、拉出安全性、猛关或猛开均为符合。下沉量≤1.6%；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）。提供阻尼导轨抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	张	
2	办公椅	660*580*1120±5mm（带头枕）	1. 办公椅：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；提供整椅抽检报告。 2. 面料：双层不含金属透气阻燃网布；阻燃网布符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 23344-2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》、GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准要求；提供阻燃网布抽检报告。 3. 背框：全新PA+30%GF高强度玻璃纤维材质，后背H型结构。 4. 坐垫：PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面；实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；提供多层板抽检报告。 5. 扶手：升降式，PA+PP+PU材质，耐磨防滑耐汗渍；长度≥260mm，宽度≥90mm。 6. 底盘：独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7. 气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求；提供气压棒抽检报告。 8. 椅脚：PA尼龙材质五星脚，防前倾后翻，配PA万向静音轮。 9. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	2	把	
3	五门文件柜	1200*420*1800±5mm	1.文件柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.02mg/m³；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤275mg/kg；可萃取重金属均为未检出；含水率9%～11%；表面胶合强度≥1.35MPa；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。提供文件柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.锁具：上下柜门均带锁具。锁具：挂衣区采用机械锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中：钥匙拔出静拉力（叶片锁）≤2.5N、钥匙开启扭矩≤0.3N·m；外观质量：电镀件耐腐蚀：外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级RA10级的规定；弹子家具锁-互开率≤0.045%；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。提供锁具抽检报告。 5.玻璃柜门：除更衣柜体外的上柜门为木制边框，内嵌钢化玻璃门板，钢化玻璃厚度≥4mm。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
医生休息室/会诊室						

1	电脑桌	1400*700*750±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；其中：功能要求：操作力、耐久性(120000次)、垂直向下静载荷(200N)、水平侧向静载荷(100N)、拉出安全性、猛关或猛开均为符合。下沉量≤1.6%；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）。提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；其中：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均为符合；耐开裂性（耐龟裂性）≥4级；甲醛释放量、氯乙烯单体均为未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）均为未检出，钡（Ba）≤20mg/kg；邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出。提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	5	组	
2	吊柜	3000*500*400±5mm	1.结构：全木制结构，中部带活动层板。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；其中：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均为符合；耐开裂性（耐龟裂性）≥4级；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量、氯乙烯单体均为未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）均为未检出，钡（Ba）≤20mg/kg；邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出。提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	5	组	
3	办公椅	615*640*980±5mm	1. 办公椅：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；提供整椅抽检报告。 2. 面料：双层不含金属透气阻燃网布；阻燃网布符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 23344-2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》、GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准要求；提供阻燃网布抽检报告。 3. 背框：全新PA+30%GF高强度玻璃纤维材质，后背H型结构。 4. 坐垫：PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面；实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；提供多层板抽检报告。 5. 扶手：升降式，PA+PP+PU材质，耐磨防滑耐汗渍；长度≥260mm，宽度≥90mm。 6. 底盘：独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7. 气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求；提供气压棒抽检报告。 8. 椅脚：PA尼龙材质五星脚，防前倾后翻，配PA万向静音轮。 9. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	5	把	
抢救室						
1	设备储存柜	800*500*1980±5mm	1.柜体：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm，易消毒不生锈；304不锈钢符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求，其中：拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；乙酸盐雾连续喷雾360小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；维氏硬度≤150；耐湿热性能，经过360小时实验,涂层表面无起泡、无脱落、无其他明显现象：膜层表面的综合破坏等级为1级。 提供304不锈钢抽检报告。 2.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.五金：采用优质缓冲液压式门铰、铝合金拉手； 4.配置：上下对开门，内各两层活动层板，对开门（双锁）。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
休息区						
1	等候椅	1630*650*850±5mm	1.座背椅面：材质为聚氨酯PU经模具一体成型，背PU厚度≥20 mm；座PU厚度≥25mm，靠背设计采用水波涟漪般的线条，打造均匀饱满水波纹，贴合人体工学，触感柔软细腻，久坐不累。座椅和椅背采用连体式设计，安装上有一定的倾角，椅背中部设计10条横向水波纹装饰线条，增强设计感以及倚靠时背部舒适感。 2.座板支撑架： 每个独立座椅下面设有两个铝合金材质支撑架，规格≥300mm*35mm*119mm，并加配专用的固定卡扣。 3.扶手、站脚：采用优质铝合金铸件整体一次性压铸成型，每个座位中部带一个扶手，座椅扶手不分左中右，扶手的安装不影响座椅的宽度空间。 4.承重横档：采用高强度冷轧钢方形横管，规格≥40*80mm，厚度≥1.5mm，具有超强的承重能力和稳定性，表面做静电喷粉喷涂处理，美观大方。 5涂层：座椅中金属部件表面采用喷漆工艺，确保涂层均匀，附着力强，无针孔、起泡、起皱、开裂等缺陷，可抗 NV 辐射。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图	6	组	
库房						

1	货架	1200*500*2000±5mm	1.货架：符合：GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求;提供货架检测报告。 2.架体及层板：采用电解钢材质，立柱钢板厚度≥2.0mm,层板厚度≥0.8mm；层板底部加横撑，可自由调节高度;涂层防腐防锈，环保无公害，表面漆膜平整光亮；单层承重300公斤以上。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	14	个	
2	整理桌	2000*800*800±5mm	1.桌面及立柱：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm；304不锈钢符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求，其中：拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级；维氏硬度≤150；耐湿热：膜层表面的综合破坏等级为1级。提供304不锈钢抽检报告。 2.工艺：冲压折弯焊接，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理，焊接口表面光滑。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	个	
二层病房（病房共13间，各间2把）						
1	陪护椅	540*440*820±5mm	1.注塑一体成型椅子全新工程聚丙pp材质,产品承重≥200，十年内无变化，不老化。PP塑料符合：GB/T 9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》标准要求；其中：硬度（邵氏D硬度）≥HD70；塑料材料理化性能（冲击强度）≥5.8×10^4J/m²；弯曲应力≥50MPa；弯曲模量≥970MPa；邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均为未检出；多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量均为未检出；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出。提供PP塑料抽检报告。 2.提供清晰的产品图片及结构三视图。	26	把	
2	更衣柜	900*600*2400±5mm	1.更衣柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.07mg/m³；挥发性有机化合物均为未检出；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤270mg/kg；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。提供更衣柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为Ⅰ级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	13	个	

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目医用+办公+宿舍配套家具采购项目1#楼三层家具采购清单

序号	技术要求名称	规格（mm）长*宽*高	材质及技术要求	数量	单位	备注
1、大厅/候诊区						
1	护士工作站	（2800+1300）*800*1050±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。提供护士站检测报告。 2.柜体：架体及护板采用优质电解钢板制作，站体骨架钢板厚度≥1.5mm，护板厚度≥1.0mm。踢脚线采用≥1.0mm 304不锈钢板制作，比柜体前段面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，踢脚线外部不允许有螺钉或铆钉外漏以免影响美观及安全，不允许以焊接方式有焊点以免影响整体美观，不允许胶粘以免影响胶挥发所致的环保问题。 3.台面：医用复合亚克力人造石，无缝拼接，防渗透，石材厚度≥12mm。 4.护士站柜内选配有三抽柜、主机柜、键盘架、打印机柜。 5.工艺：整体采用二氧化碳保护焊接及点焊工艺，站体顶部（石材台面下部）需电解钢板制作全封闭，以加强台面支撑，站体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，柜体边宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，门轴连接件为直径4.0mm，柜门与抽屉采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂。 7.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	

2	办公椅	615*640*980±5mm	1. 办公椅：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；提供整椅抽检报告。 2. 面料：双层不含金属透气阻燃网布；阻燃网布符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 23344-2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》、GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准要求；提供阻燃网布抽检报告。 3. 背框：全新PA+30%GF高强度玻璃纤维材质，后背H型结构。 4. 坐垫：PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面；实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；提供多层板抽检报告。 5. 扶手：升降式，PA+PP+PU材质，耐磨防滑耐汗渍；长度≥260mm，宽度≥90mm。 6. 底盘：独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7. 气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求；提供气压棒抽检报告。 8. 椅脚：PA尼龙材质五星脚，防前倾后翻，配PA万向静音轮。 9. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	4	把	
治疗配剂室						
1	治疗台	3310*700*2000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。提供治疗台抽检报告。 2.柜体：柜体及背架采用电解钢板，厚度≥0.8mm，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm厚304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板； 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000±5mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，立柱挂钩孔孔距≤40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色以采购人最终确定为准。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
处置室						

1	处置台	2280*700*2000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。提供处置台抽检报告。 2.柜体：柜体及背架采用电解钢板，厚度≥0.8mm，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm厚304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板； 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000±5mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，立柱挂钩孔孔距≤40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.垃圾柜：垃圾盖采用304不锈钢喷涂，垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作。工艺：脚踏式翻盖工艺，柜门采用双层扣件式结构；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色以采购人最终确定为准。 7.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
清洗间						
1	不锈钢污洗池	1800*600*1000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。提供不锈钢污洗池抽检报告。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
抢救室						
1	设备储存柜	800*500*1980±5mm	1.柜体：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm，易消毒不生锈；304不锈钢符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求，其中：拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；乙酸盐雾连续喷雾360小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；维氏硬度≤150；耐湿热性能，经过360小时实验,涂层表面无起泡、无脱落、无其他明显现象：膜层表面的综合破坏等级为1级。 提供304不锈钢抽检报告。 2.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.五金：采用优质缓冲液压式门铰、铝合金拉手； 4.配置：上下对开门，内各两层活动层板，对开门（双锁）。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
休息区						
1	等候椅	1630*650*850±5mm	1.座背椅面：材质为聚氨酯PU经模具一体成型，背PU厚度≥20 mm；座PU厚度≥25mm，靠背设计采用水波涟漪般的线条，打造均匀饱满水波纹，贴合人体工学，触感柔软细腻，久坐不累。座椅和椅背采用连体式设计，安装上有一定的倾角，椅背中部设计10条横向水波纹装饰线条，增强设计感以及倚靠时背部舒适感。 2.座板支撑架： 每个独立座椅下面设有两个铝合金材质支撑架，规格≥300mm*35mm*119mm，并加配专用的固定卡扣。 3.扶手、站脚：采用优质铝合金铸件整体一次性压铸成型，每个座位中部带一个扶手，座椅扶手不分左中右，扶手的安装不影响座椅的宽度空间。 4.承重横档：采用高强度冷轧钢方形横管，规格≥40*80mm，厚度≥1.5mm，具有超强的承重能力和稳定性，表面做静电喷粉喷涂处理，美观大方。 5涂层：座椅中金属部件表面采用喷漆工艺，确保涂层均匀，附着力强，无针孔、起泡、起皱、开裂等缺陷，可抗 NV 辐射。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	6	组	
库房						

1	货架	1200*500*2000±5mm	1.货架：符合：GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求;提供货架检测报告。 2.架体及层板：采用电解钢材质，立柱钢板厚度≥2.0mm,层板厚度≥0.8mm；层板底部加横撑，可自由调节高度;涂层防腐防锈，环保无公害，表面漆膜平整光亮；单层承重300公斤以上。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	14	个	
2	整理桌	2000*800*800±5mm	1.桌面及立柱：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm；304不锈钢符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求，其中：拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级；维氏硬度≤150；耐湿热：膜层表面的综合破坏等级为1级。提供304不锈钢抽检报告。 2.工艺：冲压折弯焊接，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理，焊接口表面光滑。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	个	
二层病房（9个套间）						
1	更衣柜	900*600*2400±5mm	1.更衣柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.07mg/m³；挥发性有机化合物均为未检出；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤270mg/kg；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。提供更衣柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	个	
2	茶水柜	1200*400*850±5mm	1.茶水柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.02mg/m³；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚均为未检出；环己酮≤0.005mg/m³。提供茶水柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.玻璃柜门：柜门为木制边框，内嵌钢化玻璃门板，钢化玻璃厚度≥4mm。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	个	

3	餐边柜	1600*500*850±5mm	1餐边柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.02mg/m³；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚均为未检出；环己酮≤0.005mg/m³。提供茶水柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.台面：医用复合亚克力人造石，无缝拼接，防渗透，石材厚度≥12mm。 5.结构：三个木制柜门，旁边嵌入一个消毒柜，石材台面，包含消毒柜。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	组	
4	陪护沙发	790*950/1910*880±5mm	1.结构：可伸缩展开式沙发，合拢后为单人沙发，拉长后可作为陪护床。 2.面料：采用优质人造革（西皮）饰面。人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求；其中：摩擦色牢度：干擦（500次）、碱性汗液（80次）均为4-5级，湿擦（250次）≥4级；耐光性≥5级；撕裂力≥21.5N；气味≤2级；pH≥5.5；禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））、氯乙烯单体含量、五氯苯酚均为未检出。耐寒性为表面不裂；其他挥发物含量≤4.5g/m²。提供人造革抽检报告。 3.海绵:采用高回弹阻燃海绵。阻燃海绵符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准要求；其中：性能要求：回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤9%，65%/25%压陷比≥3.3，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失率(P)为34%～35%，拉伸强度≥120kPa，断裂伸长率≥130%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥110kPa，湿热老化后拉伸强度≥115kPa，灰分≤1.27%，甲醛散发为未检出；TVOC≤0.07mg/m²h；通过香烟点火源引燃试验；泡沫塑料表观密度≥32kg/m³。提供阻燃海绵抽检报告。 4.内架：选用实木刨方+松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理，杜绝霉变、虫蛀。 5.五金脚架：底架采用优质冷轧工业管型材，管壁厚度达到1.8mm，经过无缝焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的喷涂电泳工艺，亮光处理，喷涂层附着力好、抗氧化能力强。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	张	
5	沙发	1870*800*780±5mm	1.沙发整体性能：符合：QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 42996.2-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具》标准要求。其中：木材含水率W：10%～11%；泡沫塑料：表观密度（座面）≥35kg/m³、表观密度（其他部位）≥30kg/m³；回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥40%；压缩永久变形≤2.5%；甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.05mg/m³；可分解芳香胺染料、富马酸二甲酯、多溴联苯、多溴二苯醚、纺织品和皮革中五氯苯酚（其他）均为未检出；可萃取重金属：六价铬、镉、汞、铅、砷、镍、钴、铜均为未检出，锑≤0.5mg/kg；五氯苯酚（PCP）（B类）、乙醛、丙烯醛、乙苯、苯乙烯、1,4-二氯苯、三氯甲烷、四氯乙烯、苯酚、萘均为未检出；N,N-二甲基甲酰胺≤0.04mg/m³。提供沙发抽检报告。 2.面料：采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求；其中：摩擦色牢度：干擦（500次）、碱性汗液（80次）均为4-5级，湿擦（250次）≥4级；耐光性≥5级；撕裂力≥21.5N；气味≤2级；pH≥5.5；禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））、氯乙烯单体含量、五氯苯酚均为未检出。耐寒性为表面不裂；其他挥发物含量≤4.5g/m²。提供人造革抽检报告。 3.海绵:采用高回弹阻燃海绵。阻燃海绵符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准要求；其中：性能要求：回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤9%，65%/25%压陷比≥3.3，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失率(P)为34%～35%，拉伸强度≥120kPa，断裂伸长率≥130%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥110kPa，湿热老化后拉伸强度≥115kPa，灰分≤1.27%，甲醛散发为未检出；TVOC≤0.07mg/m²h；通过香烟点火源引燃试验；泡沫塑料表观密度≥32kg/m³。提供阻燃海绵抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	张	

6	茶几 1大1小	大1200*600*450±5mm 小600*600*450±5mm	1.茶几整体性能：符合：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》标准要求。其中：甲醛释放量、挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；可萃取重金属为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。提供茶几抽检报告。 2.框架：采用橡木、榉木或同等密度实木制作而成，水性漆饰面； 3.桌面：采用厚度≥8mm的钢化玻璃面板，面板四周均进行圆角处理。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	套	
7	陪护椅	540*440*820±5mm	1.注塑一体成型椅子全新工程聚丙pp材质,产品承重≥200，十年内无变化，不老化。PP塑料硬度（邵氏D硬度）≥HD70；塑料材料理化性能（冲击强度）≥5.8×10$4$J/m²；弯曲应力≥50MPa；弯曲模量≥970MPa；邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)均为未检出；多环芳烃（塑料家具、婴幼儿及儿童家具的可触及区域内的塑料部件）：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量的检测结果均为未检出；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出。 2.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	把	

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目医用+办公+宿舍配套家具采购项目1#楼四层家具采购清单						
序号	**技术要求名称**	**规格（mm）（长*宽*高）**	**材质说明**	**数量**	**单位**	**备注**
1、大厅/候诊区						
1	护士工作站	（2800+1300）*800*1050±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。提供护士站检测报告。 2.柜体：架体及护板采用优质电解钢板制作，站体骨架钢板厚度≥1.5mm，护板厚度≥1.0mm。踢脚线采用≥1.0mm 304不锈钢板制作，比柜体前段面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，踢脚线外部不允许有螺钉或铆钉外漏以免影响美观及安全，不允许以焊接方式有焊点以免影响整体美观，不允许胶粘以免影响胶挥发所致的环保问题。 3.台面：医用复合亚克力人造石，无缝拼接，防渗透，石材厚度≥12mm。 4.护士站柜内选配有三抽柜、主机柜、键盘架、打印机柜。 5.工艺：整体采用二氧化碳保护焊接及点焊工艺，站体顶部（石材台面下部）需电解钢板制作全封闭，以加强台面支撑，站体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，柜体边宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，门轴连接件为直径4.0mm，柜门与抽屉采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂。 7.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	办公椅	615*640*980±5mm	1. 办公椅：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；提供整椅抽检报告。 2. 面料：双层不含金属透气阻燃网布；阻燃网布符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 23344-2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》、GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准要求；提供阻燃网布抽检报告。 3. 背框：全新PA+30%GF高强度玻璃纤维材质，后背H型结构。 4. 坐垫：PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面；实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；提供多层板抽检报告。 5. 扶手：升降式，PA+PP+PU材质，耐磨防滑耐汗渍；长度≥260mm，宽度≥90mm。 6. 底盘：独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7. 气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求；提供气压棒抽检报告。 8. 椅脚：PA尼龙材质五星脚，防前倾后翻，配PA万向静音轮。 9. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	4	把	
治疗配剂室						

1	治疗台	3310*700*2000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。提供治疗台抽检报告。 2.柜体：柜体及背架采用电解钢板，厚度≥0.8mm，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm厚304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板； 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000±5mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，立柱挂钩孔孔距≤40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色以采购人最终确定为准。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
处置室						
1	治置台	2280*700*2000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。提供处置台抽检报告。 2.柜体：柜体及背架采用电解钢板，厚度≥0.8mm，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm厚304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板； 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000±5mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，立柱挂钩孔孔距≤40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.垃圾柜：垃圾盖采用304不锈钢喷涂，垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作。工艺：脚踏式翻盖工艺，柜门采用双层扣件式结构；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色以采购人最终确定为准。 7.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
清洗间						
1	不锈钢污洗池	1800*600*1000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。提供不锈钢污洗池抽检报告。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
抢救室						

1	设备储存柜	800*500*1980 ±5mm	1.柜体：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm，易消毒不生锈；304不锈钢符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求，其中：拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；乙酸盐雾连续喷雾360小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；维氏硬度≤150；耐湿热性能，经过360小时实验,涂层表面无起泡、无脱落、无其他明显现象：膜层表面的综合破坏等级为1级。 提供304不锈钢抽检报告。 2.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.五金：采用优质缓冲液压式门铰、铝合金拉手； 4.配置：上下对开门，内各两层活动层板，对开门（双锁）。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
休息区						
1	等候椅	1630*650*850 ±5mm	1.座背椅面：材质为聚氨酯PU经模具一体成型，背PU厚度≥20 mm；座PU厚度≥25mm，靠背设计采用水波涟漪般的线条，打造均匀饱满水波纹，贴合人体工学，触感柔软细腻，久坐不累。座椅和椅背采用连体式设计，安装上有一定的倾角，椅背中部设计10条横向水波纹装饰线条，增强设计感以及倚靠时背部舒适感。 2.座板支撑架： 每个独立座椅下面设有两个铝合金材质支撑架，规格≥300mm*35mm*119mm，并加配专用的固定卡扣。 3.扶手、站脚：采用优质铝合金铸件整体一次性压铸成型，每个座位中部带一个扶手，座椅扶手不分左中右，扶手的安装不影响座椅的宽度空间。 4.承重横档：采用高强度冷轧钢方形横管，规格≥40*80mm，厚度≥1.5mm，具有超强的承重能力和稳定性，表面做静电喷粉喷涂处理，美观大方。 5涂层：座椅中金属部件表面采用喷漆工艺，确保涂层均匀，附着力强，无针孔、起泡、起皱、开裂等缺陷，可抗 NV 辐射。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	6	组	
库房						
1	货架	1200*500*200 0±5mm	1.货架：符合：GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求;提供货架检测报告。 2.架体及层板：采用电解钢材质，立柱钢板厚度≥2.0mm,层板厚度≥0.8mm；层板底部加横撑，可自由调节高度;涂层防腐防锈，环保无公害，表面漆膜平整光亮；单层承重300公斤以上。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	14	个	
2	整理桌	2000*800*800 ±5mm	1.桌面及立柱：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm；304不锈钢符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求，其中：拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级；维氏硬度≤150；耐湿热：膜层表面的综合破坏等级为1级。提供304不锈钢抽检报告。 2.工艺：冲压折弯焊接，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理，焊接口表面光滑。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	个	
二层病房（9个套间）						
1	更衣柜	900*600*2400 ±5mm	1.更衣柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.07mg/m³；挥发性有机化合物均为未检出；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤270mg/kg；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。提供更衣柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	个	

2	茶水柜	1200*400*850	1.茶水柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.02mg/m³；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚均为未检出；环己酮≤0.005mg/m³。提供茶水柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.玻璃柜门：柜门为木制边框，内嵌钢化玻璃门板，钢化玻璃厚度≥4mm。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	个	
3	餐边柜	1600*500*850 ±5mm	1.餐边柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.02mg/m³；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚均为未检出；环己酮≤0.005mg/m³。提供茶水柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.台面：医用复合亚克力人造石，无缝拼接，防渗透，石材厚度≥12mm。 5.结构：三个木制柜门，旁边嵌入一个消毒柜，石材台面。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	组	
3	陪护沙发	790*950/1910 *880±5mm	1.结构：可伸缩展开式沙发，合拢后为单人沙发，拉长后可作为陪护床。 2.面料：采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求；其中：摩擦色牢度：干擦（500次）、碱性汗液（80次）均为4-5级，湿擦（250次）≥4级；耐光性≥5级；撕裂力≥21.5N；气味≤2级；pH≥5.5；禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））、氯乙烯单体含量、五氯苯酚均为未检出。耐寒性为表面不裂；其他挥发物含量≤4.5g/m²。提供人造革抽检报告。 3.海绵:采用高回弹阻燃海绵。阻燃海绵符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准要求；其中：性能要求：回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤9%，65%/25%压陷比≥3.3，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失率(P)为34%～35%，拉伸强度≥120kPa，断裂伸长率≥130%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥110kPa，湿热老化后拉伸强度≥115kPa，灰分≤1.27%，甲醛散发为未检出；TVOC≤0.07mg/m²h；通过香烟点火源引燃试验；泡沫塑料表观密度≥32kg/m³。提供阻燃海绵抽检报告。 4.内架：选用实木刨方+松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理，杜绝霉变、虫蛀。 5.五金脚架：底架采用优质冷轧工业管型材，管壁厚度达到1.8mm，经过无缝焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的喷涂电泳工艺，亮光处理，喷涂层附着力好、抗氧化能力强。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	张	

4	沙发	1870*800*780±5mm	1.沙发整体性能：符合：QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 42996.2-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具》标准要求。其中：木材含水率W：10%～11%；泡沫塑料：表观密度（座面）≥35kg/m³、表观密度（其他部位）≥30kg/m³；回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥40%；压缩永久变形≤2.5%；甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.05mg/m³；可分解芳香胺染料、富马酸二甲酯、多溴联苯、多溴二苯醚、纺织品和皮革中五氯苯酚（其他）均为未检出；可萃取重金属：六价铬、镉、汞、铅、砷、镍、钴、铜均为未检出，锑≤0.5mg/kg；五氯苯酚（PCP）（B类）、乙醛、丙烯醛、乙苯、苯乙烯、1,4-二氯苯、三氯甲烷、四氯乙烯、苯酚、萘均为未检出；N,N-二甲基甲酰胺≤0.04mg/m³。提供沙发抽检报告。 2.面料：采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求；其中：摩擦色牢度：干擦（500次）、碱性汗液（80次）均为4-5级，湿擦（250次）≥4级；耐光性≥5级；撕裂力≥21.5N；气味≤2级；pH≥5.5；禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））、氯乙烯单体含量、五氯苯酚均为未检出。耐寒性为表面不裂；其他挥发物含量≤4.5g/m²。提供人造革抽检报告。 3.海绵:采用高回弹阻燃海绵。阻燃海绵符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准要求；其中：性能要求：回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤9%，65%/25%压陷比≥3.3，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失率(P)为34%～35%，拉伸强度≥120kPa，断裂伸长率≥130%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥110kPa，湿热老化后拉伸强度≥115kPa，灰分≤1.27%，甲醛散发为未检出；TVOC≤0.07mg/m²h；通过香烟点火源引燃试验；泡沫塑料表观密度≥32kg/m³。提供阻燃海绵抽检报告。 4.内架：选用实木刨方+松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理，杜绝霉变、虫蛀。 5.五金脚架：底架采用优质冷轧工业管型材，管壁厚度达到1.8mm，经过无缝焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的喷涂电泳工艺，亮光处理，喷涂层附着力好、抗氧化能力强。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	张	
5	茶几1大1小	大1200*600*450±5mm 小600*600*450±5mm	1.茶几整体性能：符合：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》标准要求。其中：甲醛释放量、挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；可萃取重金属为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。提供茶几抽检报告。 2.框架：采用橡木、榉木或同等密度实木制作而成，水性漆饰面； 3.桌面：采用厚度≥8mm的钢化玻璃面板，面板四周均进行圆角处理。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	套	
6	陪护椅	540*440*820±5mm	1.注塑一体成型椅子全新工程聚丙pp材质,产品承重≥200，十年内无变化，不老化。PP塑料硬度（邵氏D硬度）≥HD70；塑料材料理化性能（冲击强度）≥5.8×104J/m²；弯曲应力≥50MPa；弯曲模量≥970MPa；邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯(DEHP)、邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)均为未检出；多环芳烃（塑料家具、婴幼儿及儿童家具的可触及区域内的塑料部件）：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量的检测结果均为未检出；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出。 2.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	把	

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目医用+办公+宿舍配套家具采购项目1#楼五层家具采购清单						
序号	技术要求名称	规格（mm）（长*宽*高）	材质说明	数量	单位	备注
治疗配剂室						

1	治疗台	3000*700*2000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。提供治疗台抽检报告。 2.柜体：柜体及背架采用电解钢板，厚度≥0.8mm，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm厚304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板； 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000±5mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，立柱挂钩孔孔距≤40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色以采购人最终确定为准。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
处置室						
1	治置台	1700*700*2000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。提供处置台抽检报告。 2.柜体：柜体及背架采用电解钢板，厚度≥0.8mm，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm厚304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板； 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000±5mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，立柱挂钩孔孔距≤40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.垃圾柜：垃圾盖采用304不锈钢喷涂，垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作。工艺：脚踏式翻盖工艺，柜门采用双层扣件式结构；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色以采购人最终确定为准。 7.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
清洗间						
1	不锈钢污洗池	1800*600*1000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。提供不锈钢污洗池抽检报告。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
抢救室						

1	设备储存柜	800*500*1980±5mm	1.柜体：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm，易消毒不生锈；304不锈钢符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求，其中：拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；乙酸盐雾连续喷雾360小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；维氏硬度≤150；耐湿热性能，经过360小时实验,涂层表面无起泡、无脱落、无其他明显现象：膜层表面的综合破坏等级为1级。 提供304不锈钢抽检报告。 2.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.五金：采用优质缓冲液压式门铰、铝合金拉手； 4.配置：上下对开门，内各两层活动层板，对开门（双锁）。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
休息区						
1	等候椅	1630*650*850±5mm	1.座背椅面：材质为聚氨酯PU经模具一体成型，背PU厚度≥20 mm；座PU厚度≥25mm，靠背设计采用水波涟漪般的线条，打造均匀饱满水波纹，贴合人体工学，触感柔软细腻，久坐不累。座椅和椅背采用连体式设计，安装上有一定的倾角，椅背中部设计10条横向水波纹装饰线条，增强设计感以及倚靠时背部舒适感。 2.座板支撑架： 每个独立座椅下面设有两个铝合金材质支撑架，规格≥300mm*35mm*119mm，并加配专用的固定卡扣。 3.扶手、站脚：采用优质铝合金铸件整体一次性压铸成型，每个座位中部带一个扶手，座椅扶手不分左中右，扶手的安装不影响座椅的宽度空间。 4.承重横档：采用高强度冷轧钢方形横管，规格≥40*80mm，厚度≥1.5mm，具有超强的承重能力和稳定性，表面做静电喷粉喷涂处理，美观大方。 5涂层：座椅中金属部件表面采用喷漆工艺，确保涂层均匀，附着力强，无针孔、起泡、起皱、开裂等缺陷，可抗 NV 辐射。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	6	组	
库房						
1	货架	1200*500*2000±5mm	1.货架：符合：GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求;提供货架检测报告。 2.架体及层板：采用电解钢材质，立柱钢板厚度≥2.0mm,层板厚度≥0.8mm；层板底部加横撑，可自由调节高度;涂层防腐防锈，环保无公害，表面漆膜平整光亮；单层承重300公斤以上。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	14	个	
2	整理桌	2000*800*800±5mm	1.桌面及立柱：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm；304不锈钢符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求，其中：拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级；维氏硬度≤150；耐湿热：膜层表面的综合破坏等级为1级。提供304不锈钢抽检报告。 2.工艺：冲压折弯焊接，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理，焊接口表面光滑。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	个	
医护更衣处						
1	更衣柜	900*550*2000±5mm	1.更衣柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.07mg/m³；挥发性有机化合物均为未检出；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤270mg/kg；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。提供更衣柜抽检报告。 2.柜体：采用冷轧钢板材质，厚度0.8mm，高温喷粉饰面。衣柜采用6门设计，上下分体门板，上层为挂衣格及活动层板，下层为鞋柜。冷轧钢板符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；其中：家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出、钡Ba≤330mg/kg；耐盐浴200h为符合，附着力≤1级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾150小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾150小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；化学成分（06Cr13）：C≤0.08%、Si≤0.4%、Mn≤0.55%、P≤0.035%、S≤0.005%、Ni≤0.35%、Cr：12.5～13.5%；抗拉试验（06Cr13）：抗拉强度Rm≥550MPa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥470MPa、断后伸长率A≥21%。 3.锁具：挂衣区采用机械锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中：钥匙拔出静拉力（叶片锁）≤2.5N、钥匙开启扭矩≤0.3N·m；外观质量：电镀件耐腐蚀：外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级RA10级的规定；弹子家具锁-互开率≤0.045%；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。提供锁具抽检报告。 4.提供清晰图片及结构三视图。	5	组	

2	更衣凳	1200*400*450±5mm	1.两层式设计，下面放鞋，上面坐人。下层储物层净高≥180mm，用于放置拖鞋、换洗衣物； 2.基材：优质冷轧钢板，整体酸洗、磷化、防锈钝化、静电环氧树脂粉末喷涂，全满焊无缝处理，焊点打磨平整，无毛刺、无焊渣； 3.脚架：采用≥1.5mm厚冷轧钢管冲压火焊接成型，表面喷塑处理； 4.凳面：高弹度发泡海绵，1.5mm以上厚度西皮饰面。座面离地高度400mm，符合医院人体工程学，老人、医护久坐不累 5.整体框架外框圆角R≥10mm，无尖锐棱角，防磕碰。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
主任/护士长办公室						
1	主任办公桌	1600*1400*750±5mm（带副台）	1.整体性能：符合GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB 28008-2024《家具结构安全技术规范》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》标准要求。其中：含水率：10%～12%；表面胶合强度的检测结果≥1.30MPa；表面耐划痕≥1.5N表面无大于90%的连续划痕；表面耐龟裂的检测结果≥4级；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；甲醛释放量的检测结果≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛等有害物质为未检出；光泽度：入射角60°≤21.0GU。提供办公桌抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板含水率：10%～12%；静曲强度≥12MPa；弹性模量≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量≤0.025mg/m³；密度≥0.7g/cm³；燃烧性能B1-C级抗菌率≥99%，抗菌等级为Ⅰ级强抗菌级。提供实木颗粒板或刨花板抽检报告。 3.脚架：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm。钢脚架涂层附着力≤1级；中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级；抗拉强度Rm≥550MPa，规定塑性延伸强度≥460MPa，断后伸长率≥22%。提供钢脚架抽检报告。 4.副台：办公桌带副台一个，长度≥1100mm，宽度≥450mm，高度≥500mm，可左右互换。副台抽屉带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨耐久性≥12万次，中性盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）。提供阻尼导轨抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	张	
2	办公椅	660*580*1120±5mm（带头枕）	1. 办公椅：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；提供整椅抽检报告。 2. 面料：双层不含金属透气阻燃网布；阻燃网布符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 23344-2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》、GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准要求；提供阻燃网布抽检报告。 3. 背框：全新PA+30%GF高强度玻璃纤维材质，后背H型结构。 4. 坐垫：PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面；实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；提供多层板抽检报告。 5. 扶手：升降式，PA+PP+PU材质，耐磨防滑耐汗渍；长度≥260mm，宽度≥90mm。 6. 底盘：独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7. 气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求；提供气压棒抽检报告。 8. 椅脚：PA尼龙材质五星脚，防前倾后翻，配PA万向静音轮。 9. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	2	把	

3	五门文件柜	1200*420*1800±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物均为未检出，TVOC≤0.02mg/m³；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As的检测结果均为未检出，钡Ba≤275mg/kg；可萃取重金属均为未检出；含水率9%～11%；表面胶合强度≥1.35MPa；乙醛、丙烯醛等有害物质均为未检出。提供文件柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板含水率：10%～12%；静曲强度≥12MPa；弹性模量≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量≤0.025mg/m³；密度≥0.7g/cm³；燃烧性能B1-C级抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板或刨花板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺；应无锐边锐角；耐久性≥10万次；中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；酸性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。提供门铰抽检报告。 4.锁具：上下柜门均带锁具。锁具：挂衣区采用机械锁具。钥匙拔出静拉力（叶片锁）≤2.5N、钥匙开启扭矩≤0.3N·m；外观质量：电镀件耐腐蚀：外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级RA10级的规定；弹子家具锁-互开率≤0.045%；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。提供锁具抽检报告。 5.玻璃柜门：除更衣柜体外的上柜门为木制边框，内嵌钢化玻璃门板，钢化玻璃厚度≥4mm。钢化玻璃弓形时应≤0.02%，波形时应≤0.03%；用冲头冲击后，每块试样在50mm×50mm区域内的碎片数必须超过40个；钢化玻璃的表面应力≥90MPa；耐200℃温差检测无破损；提供钢化玻璃抽检报告。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
医生休息室/会诊室						
1	电脑桌	1400*700*750±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；其中：功能要求：操作力、耐久性(120000次)、垂直向下静载荷(200N)、水平侧向静载荷(100N)、拉出安全性、猛关或猛开均为符合。下沉量≤1.6%；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）。提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；其中：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均为符合；耐开裂性（耐龟裂性）≤1级；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量、氯乙烯单体均为未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）均为未检出，钡（Ba）≤20mg/kg；邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出。提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	共10张，另外8组从手术室调出
2	吊柜	3000*500*400±5mm	1.结构：全木制结构，中部带活动层板。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板含水率：10%～12%；静曲强度≥12MPa；弹性模量≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量≤0.025mg/m³；密度≥0.7g/cm³；燃烧性能B1-C级抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板或刨花板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺；应无锐边锐角；耐久性≥10万次；中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；酸性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条耐开裂性（耐龟裂性）≤1级；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量、氯乙烯均为未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）的检测结果均为未检出，钡（Ba）≤20mg/kg；邻苯二甲酸酯、多环芳烃等有害物质均为未检出。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	10	组	

3	办公椅	615*640*980 ±5mm	1. 办公椅：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；提供整椅抽检报告。 2. 面料：双层不含金属透气阻燃网布；阻燃网布符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 23344-2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》、GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准要求；提供阻燃网布抽检报告。 3. 背框：全新PA+30%GF高强度玻璃纤维材质，后背H型结构。 4. 坐垫：PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面；实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；提供多层板抽检报告。 5. 扶手：升降式，PA+PP+PU材质，耐磨防滑耐汗渍；长度≥260mm，宽度≥90mm。 6. 底盘：独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7. 气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求；提供气压棒抽检报告。 8. 椅脚：PA尼龙材质五星脚，防前倾后翻，配PA万向静音轮。 9. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	10	把	
手术室						
1	不锈钢电脑桌	1200*600*750 ±5mm	1.结构：全不锈钢结构。 2.桌体：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm，易消毒不生锈；304不锈钢拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；乙酸盐雾连续喷雾360小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；维氏硬度≤150；耐湿热性能，经过360小时实验,涂层表面无起泡、无脱落、无其他明显现象：膜层表面的综合破坏等级为1级。 3.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 4.五金：采用优质缓冲液压式门铰、铝合金拉手； 5.配置：桌面下带三个抽屉，右侧带掩门柜一个。 6.提供清晰图片及结构三视图。	8	张	
2	不锈钢更衣柜	900*420*1800 ±5mm	1.更衣柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.07mg/m³；挥发性有机化合物均为未检出；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤270mg/kg；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。提供更衣柜抽检报告。 2.柜体：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm，易消毒不生锈，上下共四门设计，内部带一个活动层板及挂衣杆；304不锈钢拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；乙酸盐雾连续喷雾360小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；维氏硬度≤150；耐湿热性能，经过360小时实验,涂层表面无起泡、无脱落、无其他明显现象：膜层表面的综合破坏等级为1级。 3.锁具：挂衣区采用机械锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中：钥匙拔出静拉力（叶片锁）≤2.5N、钥匙开启扭矩≤0.3N·m；外观质量：电镀件耐腐蚀：外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级RA10级的规定；弹子家具锁-互开率≤0.045%；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。提供锁具抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	11	个	
3	不锈钢文件柜	900*400*1800 ±5mm	1.结构：全不锈钢结构，上下四门设计，上部门板嵌入钢化玻璃门板，内部为两个活动层板，PU密封条密封；下部为不锈钢掩门，内部一个活动层板。 2.柜体：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm，易消毒不生锈，上下共四门设计，内部带一个活动层板及挂衣杆；304不锈钢拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；乙酸盐雾连续喷雾360小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；维氏硬度≤150；耐湿热性能，经过360小时实验,涂层表面无起泡、无脱落、无其他明显现象：膜层表面的综合破坏等级为1级。 3.锁具：上下门均带机械锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中：钥匙拔出静拉力（叶片锁）≤2.5N、钥匙开启扭矩≤0.3N·m；外观质量：电镀件耐腐蚀：外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级RA10级的规定；弹子家具锁-互开率≤0.045%；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。提供锁具抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	5	个	

4	不锈钢矮柜	900*400*1000±5mm	1.结构：全不锈钢结构，两门式设计，内部一个活动层板。 2.柜体：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm，易消毒不生锈，上下共四门设计，内部带一个活动层板及挂衣杆；304不锈钢拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；乙酸盐雾连续喷雾360小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；维氏硬度≤150；耐湿热性能，经过360小时实验,涂层表面无起泡、无脱落、无其他明显现象：膜层表面的综合破坏等级为1级。 3.锁具：门板带锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中：钥匙拔出静拉力（叶片锁）≤2.5N、钥匙开启扭矩≤0.3N·m；外观质量：电镀件耐腐蚀：外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级RA10级的规定；弹子家具锁-互开率≤0.045%；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。提供锁具抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	个	
5	值班床	2000*900*1800±5mm	1.整体性能：公寓床符合：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》标准要求；其中：家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；甲醛释放量、挥发性有机化合物、多溴联苯、多溴二苯醚、可萃取重金属（六价铬(Cr6+)、镍(Ni)（B类）、钴(Co)（B类）、铜(Cu)（B类））均为未检出；光泽度（入射角60°）≤21GU。提供公寓床抽检报告。 2.立柱及床帮：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm，立柱尺寸≥65*65mm，闭口型材；床帮尺寸≥60*30mm，闭口型材，表面高温喷粉饰面。钢管符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求；其中家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出、钡Ba≤330mg/kg；产品表面理化性能（金属喷漆（塑）涂层）：附着力≤1级；中性盐雾连续喷雾150小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾150小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；化学成分（06Cr13）：C≤0.08%、Si≤0.4%、Mn≤0.55%、P≤0.035%、S≤0.005%、Ni≤0.35%、Cr：12.5～13.5%；抗拉试验（06Cr13）：抗拉强度Rm≥550MPa、规定塑性延伸强度Rp0.2≥470MPa、断后伸长率A≥21%。提供钢管抽检报告。 3.床板：杉木实木床板，厚度≥16mm，两面刨光，无缝拼接； 4.床垫：采用内芯厚度≥30mm的天然椰棕床垫 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	套	

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目医用+办公+宿舍配套家具采购项目1#楼七层家具采购清单

序号	技术要求名称	规格（mm）（长*宽*高）	材质说明	数量	单位	备注
			财务资料室			
1	密码案例柜	850*550*1800±5mm	1. 结构：上节内置两抽屉及一层隔板，下节加设一块隔板；底部配4个移动轮。 2. 柜门：内陷互扣式摺边防撬对开门，三方向多点锁栓（≥φ15mm实心圆钢），具备防撬功能。 3. 材质：柜体一级冷轧钢板厚度，酸洗磷化工艺，无甲醛等有害气体；表面静电喷粉涂装，漆膜硬度≥2H，冲击无裂纹，附着力≤2级，耐腐蚀，无气泡、锈迹、剥落等现象。 4. 钢板：优质钢板，镀层自身及对基体保护耐腐蚀等级均≥10级。 5. 拉手：优质拉手，镀层自身及对基体保护耐腐蚀等级均≥10级。 6. 托板：四周折弯增强承重，折弯后截面高度25mm，单层承重≥80kg。 7. 柜锁：液晶密码锁，支持钥匙、密码及应急开门，具备密码错误及暴力震动自动报警功能。 8. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	2	组	
2	五节档案案	850*400*1800±5mm	1. 柜体：≥0.8mm冷轧钢板，高温喷粉；五层双格设计，带名牌卡槽；冷轧钢板符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；提供冷轧钢板抽检报告。 2. 锁具：每个门板均设置锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；提供锁具抽检报告。 3. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	14	组	
3	档案整理桌	1400*700*750±5mm	1. 板材：EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边；桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm；实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 2. 钢脚架：钢管冲压焊接，厚度≥1.2mm；钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；提供脚架抽检报告。 3. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	1	张	

4	办公椅	615*640*980 ±5mm	1. 办公椅：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；提供整椅抽检报告。 2. 面料：双层不含金属透气阻燃网布；阻燃网布符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 23344-2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》、GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准要求；提供阻燃网布抽检报告。 3. 背框：全新PA+30%GF高强度玻璃纤维材质，后背H型结构。 4. 坐垫：PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面；实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；提供多层板抽检报告。 5. 扶手：升降式，PA+PP+PU材质，耐磨防滑耐汗渍；长度≥260mm，宽度≥90mm。 6. 底盘：独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7. 气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求；提供气压棒抽检报告。 8. 椅脚：PA尼龙材质五星脚，防前倾后翻，配PA万向静音轮。 9. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	1	把	
基建资料室						
1	密码案例柜	850*550*1800 ±5mm	1. 结构：上节内置两抽屉及一层隔板，下节加设一块隔板；底部配4个移动轮。 2. 柜门：内陷互扣式摺边防撬对开门，三方向多点锁栓（≥φ15mm实心圆钢），具备防撬功能。 3. 材质：柜体一级冷轧钢板厚度，酸洗磷化工艺，无甲醛等有害气体；表面静电喷粉涂装，漆膜硬度≥2H，冲击无裂纹，附着力≤2级，耐腐蚀，无气泡、锈迹、剥落等现象。 4. 钢板：优质钢板，镀层自身及对基体保护耐腐蚀等级均≥10级。 5. 拉手：优质拉手，镀层自身及对基体保护耐腐蚀等级均≥10级。 6. 托板：四周折弯增强承重，折弯后截面高度25mm，单层承重≥80kg。 7. 柜锁：液晶密码锁，支持钥匙、密码及应急开门，具备密码错误及暴力震动自动报警功能。 8. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	2	组	
2	五节档案案	850*400*1800 ±5mm	1. 柜体：≥0.8mm冷轧钢板，高温喷粉；五层双格设计，带名牌卡槽；冷轧钢板符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；提供冷轧钢板抽检报告。 2. 锁具：每个门板均设置锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；提供锁具抽检报告。 3. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	9	组	
3	档案整理桌	1400*700*750 ±5mm	1. 板材：EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边；桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm；实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 2. 钢脚架：钢管冲压焊接，厚度≥1.2mm；钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；提供脚架抽检报告。 3. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	1	张	
4	办公椅	615*640*980 ±5mm	1. 办公椅：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；提供整椅抽检报告。 2. 面料：双层不含金属透气阻燃网布；阻燃网布符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 23344-2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》、GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准要求；提供阻燃网布抽检报告。 3. 背框：全新PA+30%GF高强度玻璃纤维材质，后背H型结构。 4. 坐垫：PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面；实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；提供多层板抽检报告。 5. 扶手：升降式，PA+PP+PU材质，耐磨防滑耐汗渍；长度≥260mm，宽度≥90mm。 6. 底盘：独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7. 气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求；提供气压棒抽检报告。 8. 椅脚：PA尼龙材质五星脚，防前倾后翻，配PA万向静音轮。 9. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	1	把	
阅览室						

1	墙面定制书柜	8000*400*3000±5mm(通顶)	1.结构：书架与墙面隐藏式固定，每层横嵌软性 LED 灯带，各部位无松动、倾斜、摇晃等现象；侧板可安装分区架标。 2.书架：EO级实木多层板面贴三胺板，甲醛释放量≤0.050mg/m³。边部2.0mm厚，ABS封边条激光封边，立板厚度≥20mm，层板厚度≥25mm；书架底部防潮设计，胶粘剂采用优质原胶；高处配备部分书模，每层层板底部加沿挡书设计，与书架同色。 3.灯带：软性LED灯带，金铜芯导线，暖白色；灯珠采用抗死珠技术，灯带每5米增加抗电涌器件一组；灯光控制可分区。 4.五金件：优质三合一连接件。 5.书立：每单格配备1个书立，书立规格为150mm*220mm；书立为优质冷轧板一次成型，裸板厚度1.2mm，底部粘贴完整防滑海绵，厚度2mm。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	24	平方	
2	双面书架	2000*600*1200±5mm	1.结构：纯木制结构，双面式设计。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	组	
3	高吧桌椅	700*700*1100±5mm	1.桌面：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 2.椅面：全新PP塑料材质，厚度≥3mm，坐背一体成型。 3.钢脚架：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm。钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；提供钢脚架抽检报告。 4.提供清晰产品图片及结构三视图。	2	套	一桌两椅
4	阅览桌	1600*1200*750±5mm	1.阅览桌：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 4893.6-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第6部分：光泽测定法》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》标准要求；提供阅览桌抽检报告。 2.桌面：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.钢脚架：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm。钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；提供钢脚架抽检报告。 4.阅览桌灯：阅览桌灯长度≥1450mm，高度400m，灯柱宽度50mm；采用四项控制阅览桌灯具，内嵌式设计。 5.提供清晰产品图片及结构三视图。	2	张	
5	阅览椅	590*580*810±5mm	1.阅览椅：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性》标准要求；提供阅览椅抽检报告。 2.框架：白蜡木实木方制作，表面水性底漆打底，水性面漆饰面，防腐防虫处理；板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类)标准要求；环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆)标准要求；提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.座、背垫：采用多层实木板，填充阻燃海绵，阻燃麻绒布饰面。 5.提供清晰产品图片及结构三视图。	8	把	

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目医用+办公+宿舍配套家具采购项目2#楼一层家具采购清单

序号	技术要求名称	规格（mm）（长*宽*高）	材质说明	数量	单位	备注
库房						
1	货架	1200*500*2000±5mm	1.货架：符合：GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求;提供货架检测报告。 2.架体及层板：采用电解钢材质，立柱钢板厚度≥2.0mm,层板厚度≥0.8mm；层板底部加横撑，可自由调节高度;涂层防腐防锈，环保无公害，表面漆膜平整光亮；单层承重300公斤以上。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	67	个	

2	货架	900*500*2000±5mm	1.货架：符合：GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求;提供货架检测报告。 2.架体及层板：采用电解钢材质，立柱钢板厚度≥2.0mm,层板厚度≥0.8mm；层板底部加横撑，可自由调节高度;涂层防腐防锈，环保无公害，表面漆膜平整光亮；单层承重300公斤以上。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	6	个	
3	整理桌	2000*800*800±5mm	1.桌面及立柱：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm；304不锈钢拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级；维氏硬度≤150；耐湿热：膜层表面的综合破坏等级为1级。 2.工艺：冲压折弯焊接，表面抛光或拉丝处理，焊接部分打磨、抛光处理，焊接口表面光滑。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	12	个	

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目医用+办公+宿舍配套家具采购项目2#楼二层家具采购清单

序号	技术要求名称	规格（mm）长*宽*高	材质及技术要求	数量	单位	备注
宿舍（6个双人间，5个单间）						
1	单人床（带储物）	2150*1200*400-1100±5mm	1.床：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 41650-2022《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法》标准要求；提供床抽检报告。 2.床箱：全密封，床板下方安装两个抽屉，内部为储物空间。采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；提供封边条抽检报告。 4.床屏：位于床头，高度1100mm，两侧作挡沿设计，中部采用阻燃海绵填充；阻燃麻绒面料饰面，透气耐磨，软包厚度≥30mm。 5.提供清晰产品图片及结构三视图。	17	张	
2	床垫	2000*1200*80±5mm	1.床垫：符合：QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》(合格品(C级))、GB/T 42996.2-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具》标准；提供床垫抽检报告。 2.芯材：天然椰棕内芯，厚度≥80mm，密度≥110kg/m³，含水率≤8%，压缩永久变形率≤10%，甲醛释放量≤0.009mg/m³·h。 3.面料：两面镶衬真丝棉复合涤纶面料，面料克重≥115g/m³，复合面料中的泡沫塑料密度≥30kg/m³，耐摩擦色牢度≥3级。 4.提供清晰产品图片及结构三视图。	17	张	
4	床尾柜	1200*800*1100±5mm	1.结构：全木制结构，上方为三层书架，下方为储物柜，安装于两个单人床中间，进行物理隔离。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；提供封边条抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	6	个	
5	床头柜	500*450*550±5mm	1.结构：两抽床头柜，带密码锁。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：采用阻尼导轨。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；提供阻尼导轨抽检报告。 4.锁具：带密码锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；提供锁具抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	17	个	

6	更衣柜	2000*500*2000±5mm	1.更衣柜：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求；提供更衣柜抽检报告。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰；可触及区域无毛刺。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	11	组	
7	写字桌	1200*500*750±5mm	1.写字桌：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》标准要求；提供写字桌抽检报告。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	17	张	
8	写字椅	500*460*830±5mm	1.写字椅：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》标准要求；提供写字椅抽检报告。 2.框架：白蜡木实木制作而成，防腐防虫处理，表面水性底漆打底，水性面漆饰面；板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类)标准要求；环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆)标准要求；提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.座、背垫：采用多层实木板，填充阻燃海绵，阻燃麻绒布饰面。 5.提供清晰产品图片及结构三视图。	17	把	

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目医用+办公+宿舍配套家具采购项目2#楼三层家具采购清单

序号	技术要求名称	规格（mm） 长*宽*高	材质及技术要求	数量	单位	备注
宿舍（6个双人间，5个单间）						
1	单人床（带储物）	2150*1200*400-1100±5mm	1.床：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 41650-2022《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法》标准要求；提供床抽检报告。 2.床箱：全密封，床板下方安装两个抽屉，内部为储物空间。采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；提供封边条抽检报告。 4.床屏：位于床头，高度1100mm，两侧作挡沿设计，中部采用阻燃海绵填充；阻燃麻绒面料饰面，透气耐磨，软包厚度≥30mm。 5.提供清晰产品图片及结构三视图。	17	张	
2	床垫	2000*1200*80±5mm	1.床垫：符合：QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》(合格品(C级))、GB/T 42996.2-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具》标准；提供床垫抽检报告。 2.芯材：天然椰棕内芯，厚度≥80mm，密度≥110kg/m³，含水率≤8%，压缩永久变形率≤10%，甲醛释放量≤0.009mg/m³·h。 3.面料：两面镶衬真丝棉复合涤纶面料，面料克重≥115g/m³，复合面料中的泡沫塑料密度≥30kg/m³，耐摩擦色牢度≥3级。 4.提供清晰产品图片及结构三视图。	17	张	

4	床尾柜	1200*800*1100±5mm	1.结构：全木制结构，上方为三层书架，下方为储物柜，安装于两个单人床中间，进行物理隔离。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；提供封边条抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	6	个	
5	床头柜	500*450*550±5mm	1.结构：两抽床头柜，带密码锁。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：采用阻尼导轨。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；提供阻尼导轨抽检报告。 4.锁具：带密码锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；提供锁具抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	16	个	
6	更衣柜	2000*500*2000±5mm	1.更衣柜：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求；提供更衣柜抽检报告。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰；可触及区域无毛刺。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	11	组	
7	写字桌	1200*500*750±5mm	1.写字桌：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》标准要求；提供写字桌抽检报告。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	17	张	
8	写字椅	500*460*830±5mm	1.写字椅：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》标准要求；提供写字椅抽检报告。 2.框架：白蜡木实木制作而成，防腐防虫处理，表面水性底漆打底，水性面漆饰面；板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类)标准要求；环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆)标准要求；提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.座、背垫：采用多层实木板，填充阻燃海绵，阻燃麻绒布饰面。 5.提供清晰产品图片及结构三视图。	17	把	

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目医用+办公+宿舍配套家具采购项目2#楼四层家具采购清单						
序号	技术要求名称	规格（mm）长*宽*高	材质及技术要求	数量	单位	备注
宿舍（6个双人间，5个单间）						

1	单人床（带储物）	2150*1200*400-1100±5mm	1.床：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 41650-2022《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法》标准要求；提供床抽检报告。 2.床箱：全密封，床板下方安装两个抽屉，内部为储物空间。采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；提供封边条抽检报告。 4.床屏：位于床头，高度1100mm，两侧作挡沿设计，中部采用阻燃海绵填充；阻燃麻绒面料饰面，透气耐磨，软包厚度≥30mm。 5.提供清晰产品图片及结构三视图。	17	张	
2	床垫	2000*1200*80±5mm	1.床垫：符合：QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》(合格品(C级))、GB/T 42996.2-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具》标准；提供床垫抽检报告。 2.芯材：天然椰棕内芯，厚度≥80mm，密度≥110kg/m³，含水率≤8%，压缩永久变形率≤10%，甲醛释放量≤0.009mg/m³·h。 3.面料：两面镶衬真丝棉复合涤纶面料，面料克重≥115g/m³，复合面料中的泡沫塑料密度≥30kg/m³，耐摩擦色牢度≥3级。 4.提供清晰产品图片及结构三视图。	17	张	
4	床尾柜	1200*800*1100±5mm	1.结构：全木制结构，上方为三层书架，下方为储物柜，安装于两个单人床中间，进行物理隔离。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；提供封边条抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	6	个	
5	床头柜	500*450*550±5mm	1.结构：两抽床头柜，带密码锁。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：采用阻尼导轨。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；提供阻尼导轨抽检报告。 4.锁具：带密码锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；提供锁具抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	16	个	
6	更衣柜	2000*500*2000±5mm	1.更衣柜：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求；提供更衣柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰；可触及区域无毛刺。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	11	组	
7	写字桌	1200*500*750±5mm	1.写字桌：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》标准要求；提供写字桌抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	17	张	

8	写字椅	500*460*830±5mm	1.写字椅：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》标准要求；提供写字椅抽检报告。 2.框架：白蜡木实木制作而成，防腐防虫处理，表面水性底漆打底，水性面漆饰面；板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类)标准要求；环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆)标准要求；提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.座、背垫：采用多层实木板，填充阻燃海绵，阻燃麻绒布饰面。 5.提供清晰产品图片及结构三视图。	17	把	

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目医用+办公+宿舍配套家具采购项目3#楼二层家具采购清单

序号	技术要求名称	规格（mm）（长*宽*高）	材质说明	数量	单位	备注
			专家公寓（单人3间，双人3间）			
1	单人床	2300*1500*400-1100±5mm	1.床：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 41650-2022《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法》标准要求；提供床抽检报告。 2.床箱：上翻比设计。采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；提供封边条抽检报告。 4.床屏：位于床头，高度1100mm，两侧作挡沿设计，中部采用阻燃海绵填充，阻燃麻绒面料饰面，透气耐磨，软包厚度≥30mm。 5.提供清晰产品图片及结构三视图。	3	张	
2	床垫	2000*1500*230±5mm	1.床垫：符合：QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》(合格品(C级))、GB/T 42996.2-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具》标准；提供床垫抽检报告。 2.芯材：独立套袋弹簧。 3.面料：两面镶衬真丝棉复合涤纶面料，面料克重≥115g/m³，复合面料中的泡沫塑料密度≥30kg/m³，耐摩擦色牢度≥3级。 4.提供清晰产品图片及结构三视图。	3	张	
3	单人床	2300*1200*400-1100±5mm	1.床：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 41650-2022《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法》标准要求；提供床抽检报告。 2.床箱：上翻比设计。采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；提供封边条抽检报告。 4.床屏：位于床头，高度1100mm，两侧作挡沿设计，中部采用阻燃海绵填充，阻燃麻绒面料饰面，透气耐磨，软包厚度≥30mm。 5.提供清晰产品图片及结构三视图。	6	张	
4	床垫	2000*1200*230±5mm	1.床垫：符合：QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》(合格品(C级))、GB/T 42996.2-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具》标准；提供床垫抽检报告。 2.芯材：独立套袋弹簧。 3.面料：两面镶衬真丝棉复合涤纶面料，面料克重≥115g/m³，复合面料中的泡沫塑料密度≥30kg/m³，耐摩擦色牢度≥3级。 4.提供清晰产品图片及结构三视图。	6	张	
5	床头柜	500*450*550±5mm	1.结构：两抽床头柜，带密码锁。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：采用阻尼导轨。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；提供阻尼导轨抽检报告。 4.锁具：带密码锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；提供锁具抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	6	个	

6	更衣柜	1500*500*2000±5mm	1.更衣柜：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求；提供更衣柜抽检报告。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰；可触及区域无毛刺。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	6	组	
8	写字桌	1200*500*750±5mm	1.写字桌：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》标准要求；提供写字桌抽检报告。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	张	
9	写字椅	500*460*830±5mm	1.写字椅：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》标准要求；提供写字椅抽检报告。 2.框架：白蜡木实木制作而成，防腐防虫处理，表面水性底漆打底，水性面漆饰面；板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类)标准要求；环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆)标准要求；提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.座、背垫：采用多层实木板，填充阻燃海绵，阻燃麻绒布饰面。 5.提供清晰产品图片及结构三视图。	3	把	

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目医用+办公+宿舍配套家具采购项目4#楼一层家具采购清单

序号	技术要求名称	规格（mm）（长*宽*高）	材质说明	数量	单位	备注
洗消室						

1	处置台	2800*700*850±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求 2.柜体：柜体及背架采用电解钢板，厚度≥0.8mm，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用≥1.0mm厚304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板； 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000mm±5mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部"L"型挂钩上，安全牢固，拆装方便，立柱挂钩孔孔距40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，以便发生线路问题检修时在不影响上柜正常使用状态下可拆下维修线路，中柜层板支撑座采用≥1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有≥1.8mm厚电解钢板制作"L"型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm±5mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。铰链符合 QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求，提供铰链抽检报告。 5.垃圾柜：垃圾盖采用304不锈钢喷涂，垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作。工艺：脚踏式翻盖工艺，柜门采用双层扣件式结构；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据院方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 7.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	带四个脚垫式垃圾箱
2	水槽	550*450*310±5mm	1.整体性能：符合GB/T 9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》、GB/T 3398.2-2008《塑料 硬度测定 第2部分：洛氏硬度》、GB/T 1043.1-2008《塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验》标准要求，。 2.材质：采用实验室专用高密度 PP一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。壁厚≥6mm ，平整不变型。水槽落水头堵臭装置：组合式高密度 PP 一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	套	
3	三联龙头	三口鹅颈龙头	1.材质：采用实验室专用三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴为可插 皮管的尖嘴型，主体加厚铜质。 2.喷涂：涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。 3.陶瓷阀芯：90 度 旋转，使用寿命开关≥20万次，静态最大耐压≥35pa。开关旋钮为高密度 PP/ABS,人体工学设计，手感舒适。 4.出水口可拆卸清洗具缓压作用。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	套	
4	洗眼器	桌上型	1.材质：主体加厚铜质，洗眼喷头为铜质，配环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓 压处理呈泡沫状水柱,以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 2.防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开；平常可防尘。 3.水流锁定开关：水流开 启、锁定功能一次完成；方便使用。 4.控水阀：止逆阀，阀门可自动关闭。 5.供水软管：1.5 米，软性 PVC 管，外覆不锈钢网，去除去除管道所产生的沉淀杂质 和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等≥5微米以上的颗粒杂质；外层包裹 PE 管，防止生锈及渗漏。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	套	
CT室操作间						
1	办公桌	1200*600*750±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求。提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求。提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	张	

2	办公椅	740*580*850±5mm	1.办公椅整体性能：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求。提供办公椅抽检报告。 2.面料:采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求。提供人造革抽检报告。 3.背框:靠背骨架采用全新PA+30%GF高强度玻璃纤维制作而成，包裹在皮革内。 4.坐垫:坐垫由PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，医用皮革饰面。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 5.扶手:固定扶手，扶手与椅背加强固定。 6.底盘:采用独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7.气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求。提供气压棒抽检报告。 8.椅脚:钢制五星脚，表面经电镀饰面。 9.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	把	
3	沙发床	800*680*900（1800）±5mm	1.结构：可伸缩展开式沙发，合拢后为单人沙发，拉长后可作为陪护床。 2.面料：采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求。提供人造革抽检报告。 3.海绵:采用高回弹阻燃海绵。阻燃海绵符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准要求。提供阻燃海绵抽检报告。 4.内架：选用实木刨方+松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理，杜绝霉变、虫蛀。 5.五金脚架：底架采用优质冷轧工业管型材，管壁厚度≥1.8mm，经过无缝焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的喷涂电泳工艺，亮光处理，喷涂层附着力好、抗氧化能力强。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	张	
检验室						
1	样本接收台	2600*750*830±5mm	1.台面：采用实芯理化板（≥12mm厚）边沿加厚≥25mm,耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E0级别标准。 2.柜体：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成，相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 3.抽屉：主体采用≥ 1.0mm 优质冷轧钢板机 加工而成,其余材质同柜体。 4.门板：主体采用≥ 1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理， 内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合 起减震作用。 5.层板：主体采用≥ 1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.铰链：采用304不锈钢螺形合页，开启角度180度，比普通合金铰链耐腐蚀性更强，不易损坏，并且美观性极佳，一般多用于高端实验室全钢家具。螺丝选用预埋机连接件。 7.拉手：采用一子型大弯拉手。 8.滑轨：采用三节静音承重轨道，达到五金行业标准。 9.可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm。 10.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	套	

2	边台	2400*750*850±5mm	1.台面：采用实芯理化板（≥12mm厚）边沿加厚≥25mm,耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E0级别标准。 2.柜体：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成，相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 3.抽屉：主体采用≥ 1.0mm 优质冷轧钢板机 加工而成,其余材质同柜体。 4.门板：主体采用≥ 1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理， 内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合 起减震作用。 5.层板：主体采用≥ 1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.铰链：采用304不锈钢螺形合页，开启角度180度，比普通合金铰链耐腐蚀性更强，不易损坏，并且美观性极佳，一般多用于高端实验室全钢家具。螺丝选用预埋机连接件。 7.拉手：采用一子型大弯拉手。 8.滑轨：采用三节静音承重轨道，达到五金行业标准。 9.可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm。 10.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	套	
3	检测科办公椅	≥φ300±5mm（转椅面直径）*450±5mm(椅坐高度)/690±5mm（椅背高度）mm	1.办公椅整体性能：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求。提供办公椅抽检报告。 2.面料:采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求。提供人造革抽检报告。 3.背框:不锈钢材质，防锈防腐蚀，安全稳定。 4.坐垫:坐垫由PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面，透气耐磨易打理。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 5.气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求。提供气压棒抽检报告。 6.椅脚:钢制五星脚，表面经电镀饰面。 7.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	把	
采血室						
1	采血台	2550*600*800±5mm	1.台面：采用实芯理化板（≥12mm厚）边沿加厚≥25mm,耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E0级别标准。 2.柜体：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成，相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 3.抽屉：主体采用≥ 1.0mm 优质冷轧钢板机 加工而成,其余材质同柜体。 4.门板：主体采用≥ 1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理， 内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合 起减震作用。 5.层板：主体采用≥ 1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.铰链：采用304不锈钢螺形合页，开启角度180度，比普通合金铰链耐腐蚀性更强，不易损坏，并且美观性极佳，一般多用于高端实验室全钢家具。螺丝选用预埋机连接件。 7.拉手：采用一子型大弯拉手。 8.滑轨：采用三节静音承重轨道，达到五金行业标准。 9.可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm。 10.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	

1			2	检测科办公椅	≥φ300±5mm（转椅面直径）*450±5mm(椅坐高度)/690±5mm（椅背高度）	1.办公椅整体性能：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求。提供办公椅抽检报告。 2.面料:采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求。提供人造革抽检报告。 3.背框:不锈钢材质，防锈防腐蚀，安全稳定。 4.坐垫:坐垫由PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面，透气耐磨易打理。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 5.气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求。提供气压棒抽检报告。 6.椅脚:钢制五星脚，表面经电镀饰面。 7.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	把	
			3	抽血凳	直径320±5mm	1.椅座：环保PU皮革，高密度海绵垫，升降高度53-72±5cm。 2.气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠；气压棒密封性能、耐高低温性能、循环寿命等经抽检全部达到国家要求标准； 3.脚轮：采用尼纤维合成脚轮，通过过10万次耐磨测试，抗冲击力、耐静荷合性能均达到国家要求标准。 4.脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动，五星脚塑料件外观、力学性能等经过抽检全部达到国家要求标准。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	把	
					药房				
			1	办公桌	1200*600*750±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求。提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求。提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求。提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
			2	办公椅	740*580*850±5mm	1.办公椅整体性能：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求。提供办公椅抽检报告。 2.面料:采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求。提供人造革抽检报告。 3.背框:靠背骨架采用全新PA+30%GF高强度玻璃纤维制作而成，包裹在皮革内。 4.坐垫:坐垫由PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，医用皮革饰面。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 5.扶手:固定扶手，扶手与椅背加强固定。 6.底盘:采用独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7.气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求。提供气压棒抽检报告。 8.椅脚:钢制五星脚，表面经电镀饰面。 9.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	把	
			3	单面药架	940*460*2000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》标准要求。其中：金属喷涂层附着力≥1级；力学性能、强度、耐久性，均达到国家标准要求。 2.柜体：采用≥1.5mm厚一级电解钢板立柱，层板≥1.2mm中间加强筋，经激光数控机床裁剪、数控自动折弯、高频焊接、打磨、成型； 3.工艺：表面选用符合医用环境安全热固性树脂银离子抗菌粉末，全自动喷涂线静电喷涂，产品防潮 、耐用、抑菌； 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	组	
			4	荫凉柜	1200*600*1800±5mm	1.可调节加粗层架：层架采用加醋材料制成，承重力更强，结实耐用，高度可随意调节； 2.密封条：新材料密封条，可拆卸加厚硅胶密封条，吸力大，能有效锁住冷气。 3.强劲不锈钢风扇，不锈钢架出风口。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	

5	沙发床	800*680*900（1800）±5mm	1.结构：可伸缩展开式沙发，合拢后为单人沙发，拉长后可作为陪护床。 2.面料：采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求。提供人造革抽检报告。 3.海绵:采用高回弹阻燃海绵。阻燃海绵符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准要求。提供阻燃海绵抽检报告。 4.内架：选用实木刨方+松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理，杜绝霉变、虫蛀。 5.五金脚架：底架采用优质冷轧工业管型材，管壁厚度达到1.8mm，经过无缝焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的喷涂电泳工艺，亮光处理，喷涂层附着力好、抗氧化能力强。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
收费室						
1	办公桌	1200*600*750±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求，抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求。提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求。提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
2	办公椅	740*580*850±5mm	1.办公椅整体性能：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求。提供办公椅抽检报告。 2.面料:采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求。提供人造革抽检报告。 3.背框:靠背骨架采用全新PA+30%GF高强度玻璃纤维制作而成，包裹在皮革内。 4.坐垫:坐垫由PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，医用皮革饰面。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 5.扶手:固定扶手，扶手与椅背加强固定。 6.底盘:采用独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7.气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求。提供气压棒抽检报告。 8.椅脚:钢制五星脚，表面经电镀饰面。 9.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	把	
3	票据柜	800*420*1800±5mm	1.结构：柜体右边单开门，带单扣手锁，内带≥2块可调层板，层板高度可任意调节，层板前边≥3折弯。左边12个抽屉，均带扣手和标识框，每≥6抽合用一把锁； 2.用料：采用≥0.8mm冷轧钢板经剪切，冲压，折弯,焊接而成，焊接部分表面平整光滑，玻璃厚度≥4mm； 3.表面处理：静电粉末喷涂，各项指标达到国家现行有关标准要求； 4.颜色：纯色或套色可选。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
4	沙发床	800*680*900（1800）±5mm	1.结构：可伸缩展开式沙发，合拢后为单人沙发，拉长后可作为陪护床。 2.面料：采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求。提供人造革抽检报告。 3.海绵:采用高回弹阻燃海绵。阻燃海绵符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准要求。提供阻燃海绵抽检报告。 4.内架：选用实木刨方+松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理，杜绝霉变、虫蛀。 5.五金脚架：底架采用优质冷轧工业管型材，管壁厚度达到1.8mm，经过无缝焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的喷涂电泳工艺，亮光处理，喷涂层附着力好、抗氧化能力强。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
诊室4间						

1	诊疗桌	1600*1200*750±5mm	1.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm，桌面一侧为圆弧形设计，避免直角磕碰。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 2.钢脚架：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm。钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；提供钢脚架抽检报告。 3.副台：办公桌带副台一个，长度≥1100mm，宽度≥450mm，高度≥500mm。副台抽屉带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；提供阻尼导轨抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	张	
2	诊疗椅	740*580*850±5mm	1.办公椅整体性能：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求。提供办公椅抽检报告。 2.面料:采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求。提供人造革抽检报告。 3.背框:靠背骨架采用全新PA+30%GF高强度玻璃纤维制作而成，包裹在皮革内。 4.坐垫:坐垫由PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，医用皮革饰面。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 5.扶手:固定扶手，扶手与椅背加强固定。 6.底盘:采用独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7.气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求。提供气压棒抽检报告。 8.椅脚:钢制五星脚，表面经电镀饰面。 9.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	把	
3	诊疗凳	540*440*820±5mm	1.材质：注塑一体成型椅子全新工程聚丙pp材质,产品承重≥200KG，十年内无变化，不老化。PP塑料符合：GB/T 9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》标准要求；提供PP塑料抽检报告。 2.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	把	
4	诊疗床	1900*600*650±5mm	1.结构：软包钢架结构。 2.床垫：E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面，透气耐磨易打理。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；提供实木多层板抽检报告。 3.面料:采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求；提供人造革抽检报告。 4.钢脚架：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm。钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；提供钢脚架抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	张	
抢救室						
1	设备柜	800*500*1980±5mm	1.柜体：采用304不锈钢板制作而成，厚度为1.0mm，易消毒不生锈；304不锈钢符合GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准要求，其中：拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；乙酸盐雾连续喷雾360小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；维氏硬度≤150；耐湿热性能，经过360小时实验,涂层表面无起泡、无脱落、无其他明显现象：膜层表面的综合破坏等级为1级。 提供304不锈钢抽检报告。 2.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.五金：采用优质缓冲液压式门铰、铝合金拉手； 4.配置：上下对开门，内各两层活动层板，对开门（双锁）。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	
准备室						
1	更衣柜	382*500*1930±5mm	1.浴室柜全部为ABS全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。板材厚度：侧板（≥22mm）、顶板(≥30mm)、底板（≥30mm）；门板（≥32mm）、底座（≥100mm）工艺：采用钢制模具注塑一次成型。 2.产品特点：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈，设计使用寿命大于10年。 3.铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	套	

2	更衣凳	1200*400*450±5mm	1.产品特点：全部为ABS全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 2.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	个	
水池柜						
1	水池柜	700*600*800±5mm	1.板材：E1级实木多层板+木饰面，厚度≥16mm。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 2.封边：采用2.0mm厚PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨；封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测3定方法 阻燃剂》标准要求；提供封边条抽检报告。 3.洗手盆：陶瓷一体盆，边部做U型石材挡水沿。 4.五金配件：优质五金，脚踏式水龙头。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	28	组	
2		700*500*800±5mm		2	组	
3		700*450*800±5mm		1	组	
4		700*520*800±5mm		2	组	
5		1400*350*800±5mm		4	组	
6		1100*600*800±5mm		2	组	
7		400*350*800±5mm		2	组	
8		950*600*800±5mm		1	组	
9		900*600*800±5mm		1	组	
10		910*600*800±5mm		1	组	
11		700*600*800±5mm		1	组	

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目医用+办公+宿舍配套家具采购项目4#楼二层家具采购清单

序号	技术要求名称	规格（mm）（长*宽*高）	材质说明	数量	单位	备注
医生办公室						
1	办公桌	1600*1200*750±5mm	1.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm，桌面一侧为圆弧形设计，避免直角磕碰。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 2.钢脚架：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm。钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；提供钢脚架抽检报告。 3.副台：办公桌带副台一个，长度≥1100mm，宽度≥450mm，高度≥500mm。副台抽屉带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；提供阻尼导轨抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	张	
2	办公椅	740*580*850±5mm	1.办公椅整体性能：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求。提供办公椅抽检报告。 2.面料:采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求。提供人造革抽检报告。 3.背框:靠背骨架采用全新PA+30%GF高强度玻璃纤维制作而成，包裹在皮革内。 4.坐垫:坐垫由PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，医用皮革饰面。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 5.扶手:固定扶手，扶手与椅背加强固定。 6.底盘:采用独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7.气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求。提供气压棒抽检报告。 8.椅脚:钢制五星脚，表面经电镀饰面。 9.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	把	

3	文件柜	800*400*2000 ±5mm	1.文件柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求。提供文件柜抽检报告。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.锁具：上下柜门均带锁具。锁具：挂衣区采用机械锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；提供锁具抽检报告。 5.玻璃柜门：上柜门为木制边框，内嵌钢化玻璃门板，钢化玻璃厚度≥4mm。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
4	沙发床	800*680*900 （1800）±5m m	1.结构：可伸缩展开式沙发，合拢后为单人沙发，拉长后可作为陪护床。 2.面料：采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求；。提供人造革抽检报告。 3.海绵:采用高回弹阻燃海绵。阻燃海绵符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准要求；提供阻燃海绵抽检报告。 4.内架：选用实木刨方+松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理，杜绝霉变、虫蛀。 5.五金脚架：底架采用优质冷轧工业管型材，管壁厚度达到1.8mm，经过无缝焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的喷涂电泳工艺，亮光处理，喷涂层附着力好、抗氧化能力强。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	个	
护士办公室						
1	办公桌	1200*600*750 ±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；其中：功能要求：操作力、耐久性(120000次)、垂直向下静载荷(200N)、水平侧向静载荷(100N)、拉出安全性、猛关或猛开均为符合。下沉量≤1.6%；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）。提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准要求；其中：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均为符合；耐开裂性（耐龟裂性）≤1级；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量、氯乙烯单体均为未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）均为未检出，钡（Ba）≤20mg/kg；邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出。提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	张	
2	办公椅	740*580*850 ±5mm	1.办公椅整体性能：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求。提供办公椅抽检报告。 2.面料:采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求。提供人造革抽检报告。 3.背框:靠背骨架采用全新PA+30%GF高强度玻璃纤维制作而成，包裹在皮革内。 4.坐垫:坐垫由PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，医用皮革饰面。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 5.扶手:固定扶手，扶手与椅背加强固定。 6.底盘:采用独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮筒调节倾仰力度。 7.气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求。提供气压棒抽检报告。 8.椅脚:钢制五星脚，表面经电镀饰面。 9.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	把	

3	文件柜	800*400*2000±5mm	1.文件柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准要求。其中：甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.02mg/m³；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤275mg/kg；可萃取重金属均为未检出；含水率9%～11%；表面胶合强度≥1.35MPa；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。提供文件柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.锁具：上下柜门均带锁具。锁具：挂衣区采用机械锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求；其中：钥匙拔出静拉力（叶片锁）≤2.5N、钥匙开启扭矩≤0.3N·m；外观质量：电镀件耐腐蚀：外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级RA10级的规定；弹子家具锁-互开率≤0.045%；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。提供锁具抽检报告。 5.玻璃柜门：上柜门为木制边框，内嵌钢化玻璃门板，钢化玻璃厚度≥4mm。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
4	沙发床	800*680*900（1800）±5mm	1.结构：可伸缩展开式沙发，合拢后为单人沙发，拉长后可作为陪护床。 2.面料：采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求；其中：摩擦色牢度：干擦（500次）、碱性汗液（80次）均为4-5级，湿擦（250次）≥4级；耐光性≥5级；撕裂力≥21.5N；气味≤2级；pH≥5.5；禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））、氯乙烯单体含量、五氯苯酚均为未检出。耐寒性为表面不裂；其他挥发物含量≤4.5g/m²。提供人造革抽检报告。 3.海绵:采用高回弹阻燃海绵。阻燃海绵符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准要求；其中：性能要求：回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤9%，65%/25%压陷比≥3.3，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失率(P)为34%～35%，拉伸强度≥120kPa，断裂伸长率≥130%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥110kPa，湿热老化后拉伸强度≥115kPa，灰分≤1.27%，甲醛散发为未检出；TVOC≤0.07mg/m³h；通过香烟点火源引燃试验；泡沫塑料表观密度≥32kg/m³。提供阻燃海绵抽检报告。 4.内架：选用实木刨方+松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理，杜绝霉变、虫蛀。 5.五金脚架：底架采用优质冷轧工业管型材，管壁厚度达到1.8mm，经过无缝焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的喷涂电泳工艺，亮光处理，喷涂层附着力好、抗氧化能力强。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	个	
治疗室						
1	治疗台1	4400*600*2000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。提供治疗台抽检报告。 2.柜体：柜体及背架采用电解钢板，厚度≥0.8mm，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm厚304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 3.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板； 4.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，柜门采用双层扣件式结构；背架立柱40*55*2000±5mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，立柱挂钩孔孔距≤40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，中柜层板支撑座采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，柜门采用双层扣件式结构；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外漏，不允许胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 5.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色以采购人最终确定为准。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	治疗台2	2200*600*750±5mm		1	组	
准备室						

1	更衣柜	382*500*1930±5mm	1.浴室柜全部为ABS全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 板材厚度：侧板（≥22mm）、顶板(≥30mm)、底板（≥30mm）；门板（≥32mm）、底座（≥100mm）工艺：采用钢制模具注塑一次成型。 2.产品特点：榫接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，不用任何螺丝，使用产品自身力量相互连结，产品不变形、不扭曲，达到可重复拆装使用。使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈，设计使用寿命大于10年。 3.铰链：高强度尼龙铰链，防水，防锈。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	套	
2	更衣凳	1200*400*450±5mm	1.产品特点：全部为ABS全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 2.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	个	

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目医用+办公+宿舍配套家具采购项目其他区域家具采购清单

序号	技术要求名称	规格（mm）长*宽*高	材质及技术说明	数量	单位	备注
预防接种门诊						
1	等候沙发	2000*1200*720±5mm	1.沙发整体性能：符合：QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 42996.2-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具》标准要求。提供沙发抽检报告。 2.面料：采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准要求；提供人造革抽检报告。 2.海绵:采用高回弹阻燃海绵。阻燃海绵符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准要求；提供阻燃海绵抽检报告。 3.内架：选用实木刨方+松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理，杜绝霉变、虫蛀。 4.五金脚架：底架采用优质冷轧工业管型材，管壁厚度达到1.8mm，经过无缝焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的喷涂电泳工艺，亮光处理，喷涂层附着力好、抗氧化能力强。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	套	
2	造型沙发	1480*650*750±5mm		3	个	
3		1480*650*420±5mm		2	个	
4		740*650*420±5mm		1	个	
5	儿童沙发	常规		9	个	
6	儿童圆桌	820*550*280-550±5mm	1.结构：椭圆形钢木结构。 2.桌面：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，板材厚度≥20mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.钢脚架：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm。钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准要求；提供钢脚架抽检报告。 4.脚垫套：采用PP塑料材质，圆形脚垫。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	张	
7	分诊桌推柜	920*500*750±5mm	1.结构：木制推拉柜，带隐藏式脚轮。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，板材厚度≥20mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准要求；提供阻尼导轨抽检报告。 4.脚轮：采用直径≥30mm隐形脚轮。脚轮的塑料部件应光洁，不应有裂纹、伤痕、毛边等缺陷。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	
8	分诊桌推柜	590*500*750±5mm		1	个	
病案室						
1	定制楼梯下台柜	3300*1090*1000±5mm	1.结构：木制定制柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，板材厚度≥20mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》。提供阻尼导轨抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	

2	智能病案柜	900*560*2300±5mm	1.门板：采用≥0.7mm厚优质冷轧钢板，背面点焊加强筋。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 2.侧护板：采用冷轧钢板，材质厚度≥0.7mm。 3.轴承：调心轴承。 4.传动轴：采用圆钢，材质厚度直径≥20mm。 5.连接钢管：采用无缝钢管，材质厚度直径≥25mm。 6.防护装置：每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有防震, 防尘, 防鼠, 防光, 防潮功能。 7.防震、防尘装置：≥20mm 厚抗老化橡塑磁性密封条。 8.顶板：采用冷轧钢板，材质厚度≥0.7mm。 9.防尘板、防鼠板：采用冷轧钢板，材质厚度≥0.7mm。 10.防倾倒装置：采用冷轧钢板，材质厚度≥2.3mm。 11.架体结构性能 (1)密集架主要由导轨、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零件组成。密集架的全部钣金件必须经过水洗、除锈、等环保工艺进行喷涂前处理。 (2)底盘：选用≥2.3mm冷轧钢板。 (3)导轨采用 20*20mm 实心方钢材料置于≥ 3mm 厚钢板折弯成形轨座上。 (4)立柱：密集架组与组之间以立柱分隔，每层双面之间以分隔隔开；采用≥1.2mm 优质冷轧钢板。 (5)搁板：搁板能沿立柱垂直方向随意调整高度。搁板选用≥0.8mm 优质冷轧钢 板,一次性辊压成型，成型厚度为≥ 25mm。 (6)挂板：选用≥0.8mm 优质冷轧钢板,一次性辊压成型。 (7)挡书条：选用≥0.7mm 优质冷轧钢板，两头冲凹槽且带有防滑扣，模具冲压成型。 (8)侧面板：采用冷轧钢板，材质厚度≥0.7mm，表面亚光喷塑，侧面板采用竖 三拼镶嵌式。 (9)门板：采用≥0.7mm 厚优质冷轧钢板，背面点焊加强筋，组装后缝隙均匀， 锁定紧密，开启灵活。 (10)顶板、防尘板：选用 ≥0.7mm 冷轧钢板。 (11)标签框：材料采用冷轧钢冲压制作，规格为160mm*100mm。 (12)摇手柄：采用圆型方向盘式或摇把式。 12.提供产品清晰图片及结构三视图。	8	组	
3	储物柜	900*400*2700±5mm	1.储物柜整体性能：符合：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》。提供储物柜抽检报告。 2.柜体：采用冷轧钢板材质，厚度≥0.8mm，高温喷粉饰面。上下分体门板，四门，中部带活动层板。冷轧钢板符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》。 3.提供清晰图片及结构三视图。	11	组	
4	书梯	1040*420*650±5mm	1.结构：全钢结构，带重力叉车脚轮，三层设计。 2.材质：搁脚板采用1.0mm厚的优质冷轧钢板折弯成型、表面冲凸防滑处理，整体框架采用20*20*1.1mm钢管弯制、焊接而成，车轮采用万向超静音轮。静电喷塑工艺：钢质部件采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，亚光热固性环氧聚酯粉末，高温固化（塑粉为灰色、喷涂厚度0.025～0.03mm、硬度≧0.4mm、冲击强度≧3.92J略剥落、裂纹或皱纹等、附着力一级、光泽度≧65%、耐腐蚀耐盐水24H，不锈蚀、不鼓泡、不裂。）工艺结构要求：磷化处理、静电 喷塑，要求表面喷涂均匀、光滑、略裂痕、不摇晃。 3.提供清晰图片及结构三视图。	3	个	
5	书车	1100*800*360±5mm	1.结构：全钢结构，带重力叉车脚轮，三层设计。 2.材质：书车层板0.7mm厚的优质冷轧钢板折弯成型、表面冲凸防滑处理，整体框架采用20*20*1.1mm钢管弯制、焊接而成，车轮采用万向超静音轮。静电喷塑工艺：钢质部件采用乳化剂和碱性助剂，磷酸除锈、锌系薄膜型磷化、钝化，亚光热固性环氧聚酯粉末，高温固化（塑粉为灰色、喷涂厚度0.025～0.03mm、硬度≧0.4mm、冲击强度≧3.92J略剥落、裂纹或皱纹等、附着力一级、光泽度≧65%、耐腐蚀耐盐水24H，不锈蚀、不鼓泡、不裂。）工艺结构要求：磷化处理、静电 喷塑，要求表面喷涂均匀、光滑、略裂痕、不摇晃。3.提供清晰图片及结构三视图。	3	个	
治未病科（体检办公室）						
1	文件柜	800*400*2000±5mm	1.文件柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》。提供文件柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.锁具：上下柜门均带锁具。锁具：挂衣区采用机械锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》。提供锁具抽检报告。 5.玻璃柜门：上柜门为木制边框，内嵌钢化玻璃门板，钢化玻璃厚度≥4mm。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	组	
医技楼公区及诊室						
1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	7	组	

2	不锈钢拖把池	600*400*500±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	个	
3	拖把池	800*500*500±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰产品图片及结构三视图。	4	个	
4	衣架	常规	1.结构：实木结构衣架。 2.材质：橡胶木实木材质，环保油漆饰面，分三个分段高度，中部进行加强连接。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	27	个	
5	窗边柜	1710*520*840±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面。 2.柜体：采用E0级中纤板面贴实木皮，水性环保漆饰面，板材厚度≥16mm，柜体带掩门。抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。实木皮含水率≤12%；甲醛释放量为未检出；表面粗糙度≤8.0mm、轮廓的最大高度Rz≤50mm；厚度≥1.00mm；可接触的实木部件中五氯苯酚为未检出。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
6		1750*510*870±5mm		3	组	
7		1730*510*860±5mm		1	组	
8	茶水柜	900*390*720±5mm	1.茶水柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》。提供茶水柜抽检报告。 2.柜体：采用E0级中纤板面贴实木皮，水性环保漆饰面，板材厚度≥16mm，柜体带掩门。抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。实木皮含水率≤12%；甲醛释放量为未检出；表面粗糙度≤8.0mm、轮廓的最大高度Rz≤50mm；厚度≥1.00mm；可接触的实木部件中五氯苯酚为未检出。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	组	
化验室						
1	边台	2400*600*800±5mm	1.台面：采用实芯理化板（≥12mm厚）边沿加厚≥25mm,耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E0级别标准。 2.柜体：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成，相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 3.抽屉：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机 加工而成,其余材质同柜体。	1	组	
2	采血台	4200*500*850±5mm		1	组	
3	理化板洗手桌	800*700*850±5mm	4.门板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理， 内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合 起减震作用。 5.层板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.铰链：采用304不锈钢蝶形合页，开启角度180度，螺丝选用预埋机连接件。 7.拉手：采用一子型大弯拉手。 8.滑轨：采用三节静音承重轨道，达到五金行业标准。 9.可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm。 10.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	
4	水池	550*450*310±5mm	1.整体性能：符合GB/T 9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》、GB/T 3398.2-2008、GB/T 1043.1-2008。 2.材质：采用实验室专用高密度 PP一体成型水盆，耐强腐蚀、耐酸碱和有机物，稳定性强，并具弹性、韧性，不易老化耐划。壁厚不小于 6mm ，平整不变型。水槽落水头堵臭装置：组合式高密度 PP 一体成型落水头，可防止水管堵塞，具有过滤功能，并易于拆卸保养，清洁。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	
5	三联龙头	三口鹅颈龙头	1.采用实验室专用三口鹅颈龙头，三个独立控制的阀门和三个出水口，出水嘴为可插 皮管的尖嘴型，主体加厚铜质。 涂层为高亮度环氧树脂涂层耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯：90 度 旋转，使用寿命开关达 20 万次，静态最大耐压 35 pa。开关旋钮为高密度 PP/ABS,人体工学设计，手感舒适。出水口可拆卸清洗具缓压作用。 2.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	
6	洗眼器	桌上型	1.主体:加厚铜质，洗眼喷头为铜质，配环氧树脂涂层，外加软性橡胶，出水经缓 压处理呈泡沫状水柱,以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害。 2.防尘盖：PP 材质，使用时自动被水冲开；平常可防尘。 3.水流锁定开关：水流开 启、锁定功能一次完成；方便使用。 4.控水阀：止逆阀，阀门可自动关闭。 5.供水软管：1.5 米，软性 PVC 管，外覆不锈钢网，去除去除管道所产生的沉淀杂质 和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于 5 微米以上的颗粒杂质；外层包裹 PE 管，防止生锈及渗漏。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	

7	实验水池柜	800*750*850±5mm	1.台面：采用实芯理化板（≥12mm厚）边沿加厚≥25mm,耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E0级别标准。 2.柜体：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成，相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 3.抽屉：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机 加工而成,其余材质同柜体。 4.门板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理， 内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合 起减震作用。 5.层板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.铰链：采用304不锈钢螺形合页，开启角度180度，螺丝选用预埋机连接件。 7.拉手：采用一子型大弯拉手。 8.滑轨：采用三节静音承重轨道，达到五金行业标准。 9.可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm。 10.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
会议室						
1	展示柜	1600*350*2000±5mm	1.柜体：采用E0级中纤板面贴实木皮，水性环保漆饰面，板材厚度≥16mm，柜体带掩门。抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。厚度≥1.00mm；可接触的实木部件中五氯苯酚为未检出。 2.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	列席桌	1200*400*760±5mm	1.板材：采用E0级中纤板面贴实木皮，水性环保漆饰面，厚面厚度≥30mm，其他板材厚度≥16mm，柜体带掩门。抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。厚度≥1.00mm；可接触的实木部件中五氯苯酚为未检出。 2.提供清晰的产品图片及结构三视图。	13	张	
3	列席椅	590*550*870±5mm	1.框架：橡木实木框架，水性环保漆饰面。 2.椅背、座：E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面，透气耐磨易打理。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 3.面料：采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》提供人造革抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	26	把	
药剂科室、煎药室						
1	水池	600*500*800±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	5	组	
顶层报告厅						
1	条桌	580*400*750±5mm	1.板材：采用E0级中纤板面贴实木皮，水性环保漆饰面，厚面厚度≥30mm，其他板材厚度≥16mm，柜体带掩门。抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。表面粗糙度≤8.0mm、轮廓的最大高度Rz≤50mm；厚度≥1.00mm；可接触的实木部件中五氯苯酚为未检出。 2.提供清晰的产品图片及结构三视图。	21	位	
2	报告椅	中心距580±5mm	1.背外板：采用高密度硬木为基材的实木多层板，经模具热压成型，表面贴实木皮，环保水性漆饰面。背板长度为750±5mm，宽度为515±5mm，厚度≥15mm。 2.背内板：采用优质夹板经模具压注成型，厚度≥6mm。 3.座包：座内框为金属框，封板处理，以保椅座的牢固度和长久使用无故障。 4.铝合金脚架：采用高强度铝合金一体压铸成型，表面后精细抛光静电喷粉处理，站脚高度580±5mm，站脚宽度≥55mm，壁厚≥4mm，站脚着地长度345±5mm（即站脚与地面固定长度），站脚扶手端长度400±2mm（即站脚与扶手固定长度），站脚与地面固定安装孔距≥300mm，固定螺栓隐藏在地脚内部，为保证侧板牢固，侧板固定孔≥9个，挂钩孔≥4，扶手框内外两侧各配有侧板，侧板≥2.5mm厚高密度中纤板经模具冲压成型并结合5mm厚泡绵外覆面料，结实耐碰撞。 5.海绵：采用高密度冷发泡定型海绵，座海绵为钢架+海绵一体发泡成型；背海绵为12mm厚实木多层板+海绵一体发泡成型。曲线符合人体工程学原理，回弹性好，永不变形。座海绵密度≥60kg/m³，背海绵密度≥60kg/m³，回弹率≥60%，气味等级≥8级，拉伸强度≥90KPa，甲醛为未检出。 6.布料：阻燃性能达到B1级或以上标准，耐汗渍色牢度≥4级，起毛、起球性能经试验后无变化。 7.扶手面：采用优质橡木+铝合金旋转轴支架+铝合金写字板，厚度≥45mm，宽度≥55mm；与铝合金扶手盖相结合，结实牢固。 8.提供清晰的产品图片及结构三视图。	21	位	
3	主席台演讲台	常规	1.板材：采用E0级中纤板面贴实木皮，水性环保漆饰面，厚面厚度≥30mm，其他板材厚度≥16mm，柜体带掩门。抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。表面粗糙度≤8.0mm、轮廓的最大高度Rz≤50mm；厚度≥1.00mm；可接触的实木部件中五氯苯酚为未检出。 2.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	

4	前排椅	常规	1.框架：橡木实木框架，含水率≤12%，水性环保漆饰面。 2.椅背、座：E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面，透气耐磨易打理。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 3.面料：采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》提供人造革抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	18	把	
影像中心						
1	电脑桌	1950*600*750±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	茶几	1200*600*450±5mm	1.茶几整体性能：符合：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》提供茶几抽检报告。 2.框架：1.2mm钢管冲压焊接成型，高温喷粉饰面； 3.桌面：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
CT室						
1	矮柜	1200*400*800±5mm	1.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 2.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺；应无锐边锐角。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	组	
2	定制转角柜	2598*1480*2000±5mm	1.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 2.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺；应无锐边锐角。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
3	单人午休床	800*680*900（1800）±5mm	1.结构：可伸缩展开式沙发，合拢后为单人沙发，拉长后可作为陪护床。 2.面料：采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021提供人造革抽检报告。 2.海绵:采用高回弹阻燃海绵。阻燃海绵符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》提供阻燃海绵抽检报告。 3.内架：选用实木刨方+松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理，杜绝霉变、虫蛀。 4.五金脚架：底架采用优质冷轧工业管型材，管壁厚度≥1.8mm，经过无缝焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的喷涂电泳工艺，亮光处理，喷涂层附着力好、抗氧化能力强。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
餐厅						

1	餐桌	φ4200*750±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》提供餐桌抽检报告。 2.板材：实木多层板为基材表面贴实木皮，表面经水性底漆打底，水性面漆饰面，色泽纹理清晰，板材厚度≥40mm；实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.实木皮：GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》提供实木皮抽检报告。 4.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类) 环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆) 提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 5.提供配套尺寸电动转盘，转盘与桌面同等材质，旋转机构带自动起停及手动起停功能。 6.提供清晰产品图片及结构三视图。	1	张	
2	餐桌	φ3000*750±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》提供餐桌抽检报告。 2.板材：实木多层板为基材表面贴实木皮，表面经水性底漆打底，水性面漆饰面，色泽纹理清晰，板材厚度≥40mm；实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.实木皮：GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》提供实木皮抽检报告。 4.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类) 环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆) 提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 5.提供配套尺寸电动转盘，转盘与桌面同等材质，旋转机构带自动起停及手动起停功能。 6.提供清晰产品图片及结构三视图。	1	张	
3	大衣柜	1600*600*2000±5mm	1.整体性能：更衣柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》提供更衣柜抽检报告。 2.板材：中密度纤维板为基材表面贴实木皮，表面经水性底漆打底，水性面漆饰面，色泽纹理清晰，板材厚度≥16mm。中密度纤维板符合：GB/T 11718-2021 《中密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、LY/T 1926-2020 《人造板与木（竹）制品抗菌性能检测与分级》提供中密度纤维板抽检报告。 3.实木皮：GB/T 13010-2020《木材工业用单板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》提供实木皮抽检报告。 4.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类) 环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆) 提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 5.提供清晰产品图片及结构三视图。	1	组	
医技楼二至五楼						
1	换鞋凳	1200*400*450±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.软垫：凳面配置软垫，阻燃海绵填充，PU皮革饰面。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	分诊桌	1400*700*750±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	个	
3	打印机柜	1200*600*450±5mm	1.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 2.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 3.脚轮：柜体底部配四个万向刹车轮，便于移动。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	

4	矮柜	1200*400*800±5mm	1.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 2.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺；应无锐边锐角。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
5	茶水柜	900*390*720±5mm	1.茶水柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》提供茶水柜抽检报告。 2.柜体：采用E0级中纤板面贴实木皮，水性环保漆饰面，板材厚度≥16mm，柜体带掩门抗菌等级为I级强抗菌级。甲醛释放量为未检出；表面粗糙度≤8.0mm、轮廓的最大高度Rz≤50mm；厚度≥1.00mm；可接触的实木部件中五氯苯酚为未检出。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
住院综合楼公共区域						
1	水池柜	1460*550*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2		2300*550*800±5mm		1	组	
3		1170*550*640±5mm		4	组	
4		2300*550*800±5mm		1	组	
5		2195*550*800±5mm		1	组	
6		2424*568*645±5mm		1	套	
7		1980*560*645±5mm		1	组	
8		1335*570*635±5mm		1	组	
9		1454*550*635±5mm		1	组	
10		1470*560*645±5mm		1	组	
11		1470*550*645±5mm		1	组	
12		1800*550*800±5mm		1	组	
收费室						
1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
西药房						
1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	

2	单面药架	940*460*2000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》标准要求。其中：金属喷涂层附着力≥1级；力学性能、强度、耐久性，均达到国家标准要求。 2.柜体：采用1.5mm厚一级电解钢板立柱，层板1.2mm中间加强筋，经激光数控机床裁剪、数控自动折弯、高频焊接、打磨、成型； 3.工艺：表面选用符合医用环境安全热固性树脂银离子抗菌粉末，全自动喷涂线静电喷涂，产品防潮 、耐用、抑菌； 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	组	
处置室						
1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	拖把池	600*500*500±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	
3	理疗床	1900*650*680±5mm	1.结构：软包钢架结构。 2.床垫：E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面，透气耐磨易打理。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 3.面料:采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》提供人造革抽检报告。 4.钢脚架：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm。钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》提供钢脚架抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
4	操作台	1600*700*850±5mm	1.台面：采用实芯理化板（≥12mm厚）边沿加厚≥25mm,耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E0级别标准。 2.柜体：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成，相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 3.抽屉：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机 加工而成,其余材质同柜体。 4.门板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理， 内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合 起减震作用。 5.层板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.铰链：采用304不锈钢螺形合页，开启角度180度，螺丝选用预埋机连接件。 7.拉手：采用一子型大弯拉手。 8.滑轨：采用三节静音承重轨道，达到五金行业标准。 9.可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm。 10.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
抢救室						
1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
医生值班室						
1	值班床	2000*900*2200±5mm	1.床整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 41650-2022《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法》提供床抽检报告。 2.框架：上下床设计，带侧梯。采用橡胶木实木制作而成，水性环保清漆饰面，立柱尺寸≥80*60mm，横梁尺寸≥120*30mm，护栏板材厚度≥18mm。 3.床垫：每个床位带床垫一个，床垫内芯厚度≥5mm。床垫符合：QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》(合格品(C级))、GB/T 42996.2-2023。提供床垫抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	8	组	
急救室						

1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	犬热冲洗池	1500*550*1200±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	
彩超室						
1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	5	组	
2	双人午休床	1500*680*900（1800）±5mm	1.结构：可伸缩展开式沙发，合拢后为单人沙发，拉长后可作为陪护床。 2.面料：采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》提供人造革抽检报告。 2.海绵:采用高回弹阻燃海绵。阻燃海绵符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》提供阻燃海绵抽检报告。 3.内架：选用实木刨方+松木方钉架，木方经过烘干、杀虫、除菌处理，杜绝霉变、虫蛀。 4.五金脚架：底架采用优质冷轧工业管型材，管壁厚度≥1.8mm，经过无缝焊接、打磨、抛光等工艺。表面采用行业领先的喷涂电泳工艺，亮光处理，喷涂层附着力好、抗氧化能力强。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
检验科						
1	实验台	2200*600*850±5mm	1.台面：采用实芯理化板（≥12mm厚）边沿加厚≥25mm,耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E0级别标准。 2.柜体：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成，相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 3.抽屉：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机 加工而成,其余材质同柜体。 4.门板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理， 内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合 起减震作用。 5.层板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.铰链：采用304不锈钢螺形合页，开启角度180度，螺丝选用预埋机连接件。 7.拉手：采用一子型大弯拉手。 8.滑轨：采用三节静音承重轨道，达到五金行业标准。 9.可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm。 10.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
2		1800*600*850±5mm		1	张	
病理科						
1	实验台	1470*750*850±5mm	1.台面：采用实芯理化板（≥12mm厚）边沿加厚≥25mm,耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E0级别标准。 2.柜体：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成，相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 3.抽屉：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机 加工而成,其余材质同柜体。 4.门板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理， 内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合 起减震作用。 5.层板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.铰链：采用304不锈钢螺形合页，开启角度180度，螺丝选用预埋机连接件。 7.拉手：采用一子型大弯拉手。 8.滑轨：采用三节静音承重轨道，达到五金行业标准。 9.可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm。 10.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
2		1350*340*850±5mm		1	张	

3	玻片柜	515*480*1520±5mm	1.主体材质：柜体整体采用优质加厚冷轧钢板制作，钢板厚度严格达标，柜体主板厚度≥1.0mm，层板、隔板厚度≥0.8mm，承重性能优异，耐腐蚀、抗老化、不易变形。 2.表面工艺：采用医用静电喷塑工艺，双层防腐防锈处理。 3.柜门配置：采用双层钢化玻璃透明柜门，玻璃厚度≥5mm；柜门配备静音缓冲铰链，可单人专属上锁。 4.柜体底部：配备一体成型防水防尘底座，离地抬高设计。 5.分层结构：柜内采用模块化分层设计，标配10层可调节金属层板，层板间距可根据玻片存放盒规格自由微调，适配各类标准玻片收纳盒、切片盒。层板均匀承重，单层静态承重≥30kg，满载无弯曲变形。 6.专属存放结构：内部配备专用玻片限位卡槽、分类隔层。 7.分类管理设计：柜体内部可实现分区存放。 8.通风防潮结构：柜体预留静音通风散热通道，采用微通风设计，兼顾防尘与防潮效果。 9.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
4	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
康复科						
1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	组	
2	陪护凳	330*250*450±5mm	1.实木硬木材质，椅面为橡胶木指接板，厚度≥20mm，凳脚为橡胶木实木制作而成，尺寸≥38mm，隼卯结构，实木经防虫、防腐、烘干处理，含水率≤9%，表面经水性环保清漆饰面。 2.提供清晰的产品图片及结构三视图。	25	个	
3	床头柜	500*400*800±5mm	1.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 2.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	10	个	
陈继新中医工作室						
1	文件柜	2000*400*2000±5mm	1.结构：隼卯结构，带柜体。 2.板材：白蜡木实木制作而成，经防腐防虫处理后，表面经水性底漆打底，水性面漆饰面，色泽纹理清晰，板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021、GB/T 1927.5-2021、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类) 环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆) 提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	诊桌	1800*800*760±5mm（1200*450*700±5mm）副柜尺寸	1.结构：隼卯结构，带柜体。 2.板材：白蜡木实木制作而成，经防腐防虫处理后，表面经水性底漆打底，水性面漆饰面，色泽纹理清晰，板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类) 环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆) 提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
3	电脑桌+桌上柜	1800*700*2000±5mm	1.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 2.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 3.玻璃柜门：上部柜门为木制边框，内嵌钢化玻璃门板，钢化玻璃厚度≥4mm。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	6	套	

妇科						
1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	5	组	
2	刷手池	2400*500*700/300/1100±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	套	
儿科						
1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
口腔科						
1	口腔科展示柜	1770*350*2700±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	L型导医台	（1970*1300）*550*1100±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准要求。其中：正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活。 2.柜体：架体及护板采用优质电解钢板制作，站体骨架钢板厚度≥1.5mm，护板厚度≥1.0mm。踢脚线采用≥1.0mm 304不锈钢板制作，比柜体前段面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，踢脚线外部不允许有螺钉或铆钉外漏以免影响美观及安全，不允许以焊接方式有焊点以免影响整体美观，不允许胶粘以免影响胶挥发所致的环保问题。 3.台面：医用复合亚克力人造石，无缝拼接，防渗透，石材厚度≥12mm。 4.护士站柜内选配有三抽柜、主机柜、键盘架、打印机柜，方便医护人员操作使用，美观大方。 操作柜：人造板木饰面。 5.工艺：整体采用二氧化碳保护焊接及点焊工艺，站体顶部（石材台面下部）需电解钢板制作全封闭，以加强台面支撑，站体正面门及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，柜体边宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，门轴连接件为直径4.0mm，柜门与抽屉采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据院方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 7.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	套	
3	口腔科活动柜	450*420*800±5mm	1.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 2.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺；应无锐边锐角；耐久性≥10万次；中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；酸性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	6	个	

4	口腔清洗台	1200*550*800±5mm	1.台面：采用实芯理化板（≥12mm厚）边沿加厚≥25mm,耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E0级别标准。 2.柜体：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成，相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。 3.抽屉：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机 加工而成,其余材质同柜体。 4.门板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理， 内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合 起减震作用。 5.层板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.铰链：采用304不锈钢螺形合页，开启角度180度，螺丝选用预埋机连接件。 7.拉手：采用一子型大弯拉手。 8.滑轨：采用三节静音承重轨道，达到五金行业标准。 9.可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm。 10.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
5	刷手池	1480*500/700*300+1100±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	
6	技工操作台	1800*900*1250±5mm	1.柜体主体：采用优质加厚冷轧钢板一体折弯焊接成型，主板厚度≥1.0mm，侧板、背板厚度≥0.8mm，整体结构坚固，抗压、抗冲击、不变形，杜绝长期震动作业导致的柜体松动。 2.表面工艺：整机采用医用静电高温喷塑工艺，双层防锈防腐处理，涂层均匀致密，耐口腔常用消毒剂、清洗剂擦拭，耐腐蚀、不脱漆、不生锈，满足医用院感标准。 3.操作台面：采用加厚高密度医用专用操作台面板，厚度≥25mm，台面防静电、耐磨、耐高温、防划痕、防渗色，可耐受打磨震动、工具磕碰、树脂胶水腐蚀，长期使用不起皮、不开裂、不变色。 4.柜体柜门：配备静音封闭式柜门，贴合紧密，防尘效果优异；配备优质不锈钢静音铰链与高强度防盗锁具，可上锁收纳工具、耗材、技工成品，防止丢失、落灰污染。 5.底部结构：配备一体成型防尘底座，离地抬高设计，防潮通风，便于地面清扫、消毒，无卫生死角，符合医用洁净环境要求。 6.其他要求：电源电压220V/50Hz,110V/60Hz；空气流量175立方米/小时，最大真空-16千帕，最大噪音<65分贝。 7.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
7	操作台	2400*600*850±5mm	1.台面：采用实芯理化板（≥12mm厚）边沿加厚≥25mm,耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E0级别标准。 2.柜体：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工经焊接制作而成，相比散件组装承重性能和稳固性能更佳，表层双面磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理，强吸附、抗酸碱，钢板内部加钢衬，提高整体承重性及抗冲击能力。	1	组	
8	操作清洗台	2630*600*850±5mm	3.抽屉：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机 加工而成,其余材质同柜体。 4.门板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。表层双面酸洗磷化环氧树脂粉末静电喷涂，防腐处理， 内板夹层装置加强筋，增强抗压性。内侧设有防撞橡胶垫，对抽屉、门板闭合 起减震作用。 5.层板：主体采用 ≥1.0mm 优质冷轧钢板机加工而成,其余材质同柜体。箱体内设有托架，位置任意可调。 6.铰链：采用304不锈钢螺形合页，开启角度180度，螺丝选用预埋机连接件。 7.拉手：采用一子型大弯拉手。 8.滑轨：采用三节静音承重轨道，达到五金行业标准。 9.可调脚：采用抗老化橡胶材质制成，可根据室内地坪适当调整柜体高度0-30mm。 10.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
9	换鞋凳	1200*300*450±5mm	1.结构：全木制结构，带软垫。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.软垫：凳面配置软垫，阻燃海绵填充，PU皮革饰面。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
中药房						
1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	

2	转印双面药品架	1500*880*2000±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》。 2.柜体：采用≥1.5mm厚一级电解钢板立柱，层板≥1.2mm中间加强筋，经激光数控机床裁剪、数控自动折弯、高频焊接、打磨、成型； 3.工艺：表面选用符合医用环境安全热固性树脂银离子抗菌粉末，全自动喷涂线静电喷涂，产品防潮 、耐用、抑菌； 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	组	
3	转印药品储藏柜	966*450*2300±5mm	1.柜体：采用冷轧钢板材质，厚度≥0.8mm，高温喷粉饰面。衣柜采用6门设计，上下分体门板，上层为挂衣格及活动层板，下层为鞋柜。冷轧钢板符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》 2.锁具：挂衣区采用机械锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》提供锁具抽检报告。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	组	
风湿中风科						
1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	组	
2	诊疗桌	1600*1200*750±5mm	1.结构：隼卯结构，桌子带柜体，诊疗椅为圈椅，诊疗凳为方凳加软垫。 2.木材：白蜡木实木制作而成，经防腐防虫处理后，表面经水性底漆打底，水性面漆饰面，色泽纹理清晰，板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类) 环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆) 提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	7	张	
3	诊疗椅	620*560*860±5mm		6	把	
4	诊疗凳	450*340*450±5mm		16	把	
5	诊疗床	1900*600*760±5mm	1.结构：隼卯结构，桌子带柜体，诊疗椅为圈椅，诊疗凳为方凳加软垫。 2.木材：白蜡木实木制作而成，经防腐防虫处理后，表面经水性底漆打底，水性面漆饰面，色泽纹理清晰，板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类) 环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆) 提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	张	
6	陪护凳	带扶手	1.结构：隼卯结构，弧形扶手带软包。 2.板材：白蜡木实木制作而成，经防腐防虫处理后，表面经水性底漆打底，水性面漆饰面，色泽纹理清晰，板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准要求；其中：材料要求：木材含水率10%～12%；抗弯强度（含水率为11.6%时）≥100MPa；抗弯弹性模量（含水率为11.6%时）≥10300MPa；冲击韧性（含水率为11.4%时）≥85kJ/m²；吸水性：6h≥25%，24h≥40%，最大吸水率20d≥90%；可接触的实木部件中五氯苯酚为未检出。提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类)标准要求；其中：漆膜耐霉菌性(28天)为0级；乙二醇醚及醚酯总和含量为未检出；VOC含量≤145g/L；甲醛含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；不挥发物≥32%；耐冻融性、打磨性均为符合；卤代烃(以二氯甲烷计)为未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）≥99.99%，抗细菌性能（大肠埃希氏菌）≥99.99%。 环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆)标准要求；其中：漆膜耐霉菌性(28天)为0级；乙二醇醚及醚酯总和含量为未检出；VOC含量≤190g/L；甲醛含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量均为未检出；苯、甲苯、二甲苯、乙苯的含量、卤代烃(以二氯甲烷计)、邻苯二甲酸酯含量均为未检出；抗细菌性能（金黄色葡萄球菌）≥99.50%，抗细菌性能（大肠埃希氏菌）≥99.99%。 提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.提供清晰产品图片及结构三视图。	8	把	
诊室水池柜						

1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	8	组	
马永才工作室及中老名医室						
1	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
2	文件柜	1960*350*1980±5mm	1.结构：隼卯结构，带柜体。 2.板材：白蜡木实木制作而成，经防腐防虫处理后，表面经水性底漆打底，水性面漆饰面，色泽纹理清晰，板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类) 环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆) 提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
3	诊桌	2000*800*760±5mm（副柜尺寸：1200*450*700±5mm）	1.结构：隼卯结构，带柜体。 2.板材：白蜡木实木制作而成，经防腐防虫处理后，表面经水性底漆打底，水性面漆饰面，色泽纹理清晰，板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类) 环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆) 提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	套	
4	传承诊桌副柜	1200*450*700±5mm	1.结构：隼卯结构，带柜体。 2.板材：白蜡木实木制作而成，经防腐防虫处理后，表面经水性底漆打底，水性面漆饰面，色泽纹理清晰，板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类) 环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆) 提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	
住院楼6F						
1	矮柜	800*400*800±5mm	1.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 2.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	不锈钢拖把池	600*400*500±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	

3	洗碗池（带漏板）	1200*650*400±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	
4	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	组	
5	鞋架	1200*300*1600±5mm	1.结构：全木制结构，开放式鞋柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
6	值班桌	2540*600*750±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
住院楼7F						
1	矮柜	800*400*800±5mm	1.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 2.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	不锈钢拖把池	600*400*500±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	
3	洗碗池（带漏板）	1200*650*400±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	个	
4	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	组	

5	鞋架	1200*300*1600±5mm	1.结构：全木制结构，开放式鞋柜。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
6	值班桌	2540*600*750±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
住院楼8F						
1	矮柜	800*400*800±5mm	1.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 2.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
2	不锈钢拖把池	600*400*500±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰产品图片及结构三视图。	1	个	
3	水池柜	700*600*800±5mm	1.结构：木制结构，人造石台面，陶瓷盆，带脚踏式水龙头。 2.柜体：采用E0级实木多层板面贴三胺板，板材厚度≥16mm，柜体带掩门，底部为水龙头脚踏板。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.台面：采用亚克力复合大理石，厚度≥12mm，边部做U防挡水条，无缝拼接。 4.水盆：采用陶瓷盆，安装于台面下方，加强固定，结实牢靠。 5.供水系统：采用脚踏式供水系统，即脚踏即出水。水龙头及脚踏装置采用不锈钢材质。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	5	个	
4	鞋架	1200*300*1600±5mm	1.结构：全木制结构，开放式鞋柜。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
5	值班桌	2540*600*750±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
手术准备室						
1	换鞋凳	1600*300*400±5mm	1.结构：全木制结构，带软垫。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.软垫：凳面配置软垫，阻燃海绵填充，PU皮革饰面。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	组	

2	鞋架	1200*300*1000±5mm	1.结构：全木制结构，开放式鞋柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
3	小茶几	600*600*550±5mm	1.结构：全木制结构。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	张	
4	置物架	1400*450*2000±5mm		1	组	
消毒供应室					
1	鞋柜	1200*300*1000±5mm	1.结构：全木制结构，开放式鞋柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	组	
2	换鞋凳	1000*300*450±5mm	1.结构：全木制结构，带软垫。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.软垫：凳面配置软垫，阻燃海绵填充，PU皮革饰面。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
3	检测科办公椅	≥φ300±5mm（转椅面直径）*450±5mm(椅坐高度)/690±5mm（椅背高度）	1.办公椅整体性能：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》提供办公椅抽检报告。 2.面料:采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》提供人造革抽检报告。 3.背框:不锈钢材质，防锈防腐蚀，安全稳定。 4.坐垫:坐垫由PP材质底壳，EO级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面，透气耐磨易打理。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 5.气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》提供气压棒抽检报告。 6.椅脚:钢制五星脚，表面经电镀饰面。 7.提供清晰的产品图片及结构三视图。	63	把	
4	检查凳	直径320±5mm	1.椅座：环保PU皮革，高密度海绵垫，升降高度53-72cm。 2.气压棒：优质气压棒，升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、角度调节灵活、可靠；气压棒密封性能、耐高低温性能、循环寿命等经抽检全部达到国家要求标准； 3.脚轮：采用尼纤维合成脚轮，通过过10万次耐磨测试，抗冲击力、耐静荷合性能均达到国家要求标准。 4.脚架：配优质尼龙五星脚架，座位可左右转动，五星脚塑料件外观、力学性能等经过抽检全部达到国家要求标准。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	7	把	
5	不锈钢办公桌	1200*600*750±5mm	1.柜体：采用304不锈钢板制作而成，厚度为≥1.0mm，易消毒不生锈；桌面下带三个抽屉，一个掩门柜。 2.工艺：所有工件经模具冲压折弯焊接而成，表面抛光或拉丝处理 ，焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.五金：采用优质缓冲液压式门铰、铝合金拉手； 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	张	
6	置物架	1400*450*2000±5mm	1.结构：全木制结构，开放式柜体。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
10F值班室					

1	矮柜	1500*400*800±5mm	1.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标提供实木颗粒板抽检报告。 2.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 3.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
2	鞋柜	900*250*600±5mm	1.结构：全木制结构，开放式鞋柜。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
3	换鞋凳	1200*300*450±5mm	1.结构：全木制结构，带软垫。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》标准要求；其中：含水率：10%～12%；静曲强度(MOR)≥12MPa；弹性模量(MOE)≥2200MPa；内胶合强度≥0.38MPa；表面胶合强度≥1.0MPa；2h吸水厚度膨胀率≤1%；握螺钉力（板面≥1250N、板边≥1050N）；甲醛释放量（气候箱法）≤0.025mg/m³；总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.03mg/m²•h；苯酚释放量为未检出；密度：0.6～0.8g/cm³；燃烧性能(B1-C)：燃烧增长速率指数FIGRA0.4MJ≤95W/s，600s的总放热量THR600s≤10MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象均为符合；产烟特性：烟气生成速率指标SMOGRA≤3m²/s²，600s内总烟气生成量TSP600S≤40m²；燃烧滴落物/微粒：600s内无燃烧滴落物/微粒,持续时间不超过10s为符合；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。提供实木颗粒板抽检报告。 3.软垫：凳面配置软垫，阻燃海绵填充，PU皮革饰面。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	3	组	
4	鞋架	1200*300*1000±5mm	1.结构：全木制结构，开放式鞋柜。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	组	
5	定制办公桌	1200*350*750±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	张	
6	置物架（单开门柜）	500*500*2000±5mm	1.结构：全木制结构，开放式柜体。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》提供封边条抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	1	组	
7	更衣柜	900*550*2000±5mm	1.更衣柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》提供更衣柜抽检报告。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》。提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	10	组	
8	换鞋凳	1500*300*450±5mm	1.结构：全木制结构，带软垫。 2.板材：采用E0级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.软垫：凳面配置软垫，阻燃海绵填充，PU皮革饰面。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	2	张	

餐厅						
1	餐桌	1600*800*750±5mm	1.结构：隼卯结构，桌子带柜体，诊疗椅为圈椅，诊疗凳为方凳加软垫。 2.板材：白蜡木实木制作而成，经防腐防虫处理后，表面经水性底漆打底，水性面漆饰面，色泽纹理清晰，板材厚度≥18mm；实木方符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》提供实木方抽检报告。 3.油漆：环保水性底漆打底、水性面漆饰面。环保水性底漆符合：HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》（工业涂料 木器涂料 清漆）、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(D类) 环保水性面漆符合：GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》(B类)、GB/T 33394-2016《儿童房装饰用水性木器涂料》(家具用面漆 清漆) 提供环保水性底漆、环保水性面漆抽检报告。 4.餐桌整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》提供餐桌抽检报告。 5.餐椅整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》标准要求提供餐椅抽检报告。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	10	张	
2	餐椅	560*540*800±5mm		40	把	
3	不锈钢洗碗池	1500*550*1200±5mm	1.整体性能：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准要求。其中：安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应不小于0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。 2.柜体：采用304不锈钢材质，厚度≥1.0mm，踢脚线内缩100mm，柜门带磁吸；后部立挡板上配置感应皂化液盒、手动水龙头，配置配套进水管及出水管；整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。 3.水龙头：铜芯水龙头。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	4	个	
其他公共区域						
1	钢化玻璃镜	1000*640±5mm	1.结构：采用钢化玻璃材质，周边作鸭嘴边，不刮手无手刺。 2.材质：钢化玻璃厚度≥6mm。钢化玻璃弓形时应≤0.02%，波形时应≤0.03%；用冲头冲击后，每块试样在50mm×50mm区域内的碎片数必须超过40个；钢化玻璃的表面应力≥90MPa；耐200℃温差检测无破损。 3.螺栓：采用不锈钢螺栓上下卡位式固定。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	46	个	
2		1400*640±5mm		6	个	
3	更衣柜	900*550*2000±5mm	1.更衣柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》提供更衣柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	65	个	
4	办公椅	615*640*980±5mm	1. 办公椅：符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准要求；提供整椅抽检报告。 2. 面料：双层不含金属透气阻燃网布；阻燃网布符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 23344-2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》、GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准要求；提供阻燃网布抽检报告。 3. 背框：全新PA+30%GF高强度玻璃纤维材质，后背H型结构。 4. 坐垫：PP材质底壳，E0级实木多层板为内板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面；实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准要求；提供多层板抽检报告。 5. 扶手：升降式，PA+PP+PU材质，耐磨防滑耐汗渍；长度≥260mm，宽度≥90mm。 6. 底盘：独立手柄原位锁定倾仰功能，钢材厚度≥2.5mm，自带旋钮调节倾仰力度。 7. 气压棒：防爆安全气压棒。气压棒符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准要求；提供气压棒抽检报告。 8. 椅脚：PA尼龙材质五星脚，防前倾后翻，配PA万向静音轮。 9. 提供清晰产品实物图及结构三视图。	22	把	
5	值班床	2000*900*2100±5mm	1.床整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 41650-2022《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法》提供床抽检报告。 2.框架：上下床设计，带侧梯。采用橡胶木实木制作而成，水性环保清漆饰面，立柱尺寸≥80*60mm，横梁尺寸≥120*30mm，护栏板材厚度≥18mm。 3.床垫：每个床位带床垫一个，床垫内芯厚度≥5mm。床垫符合：QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》(合格品(C级))、GB/T 42996.2-2023，提供床垫抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	10	套	

6	办公桌	1200*600*750±5mm	1.结构：全木制结构，侧边带固定三抽柜。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，桌面厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.导轨：带三节静音阻尼导轨，密码锁具。阻尼导轨符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》提供阻尼导轨抽检报告。 4.封边条：采用激光封边条激光封边，厚度≥1.5mm，边部圆润无毛刺。封边条符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021提供封边条抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	9	张	
7		1400*600*750±5mm		15	张	
8	文件柜	800*400*2000±5mm	1.文件柜整体性能：符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》提供文件柜抽检报告。 2.板材：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，上下顶板厚度≥25mm，其他板材厚度≥16mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.门铰：采用缓冲门铰。产品可触及区域应无毛刺。 4.锁具：上下柜门均带锁具。锁具：挂衣区采用机械锁具。锁具符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》提供锁具抽检报告。 5.玻璃柜门：上柜门为木制边框，内嵌钢化玻璃门板，钢化玻璃厚度≥4mm。 6.提供清晰的产品图片及结构三视图。	38	组	
9	休息桌椅	φ600±5mm，一桌三椅	1.结构：钢塑结构，一桌三椅； 2.桌子：桌架采用采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm；桌面采用钢化玻璃板，厚度≥6mm，边部倒圆处理。钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》提供钢脚架抽检报告。 钢化玻璃符合GB/T 26695-2011《家具用钢化玻璃板》、GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》提供钢化玻璃抽检报告。 3.椅子：椅架采用采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm；椅背及椅面将由PE材质藤条编制而成。	1	套	
培训室						
1	培训条桌	1400*500*750±5mm	1.结构：钢木结构，可折叠。 2.桌面：采用EO级实木颗粒板面贴三胺板，激光封边，厚度≥25mm。实木颗粒板符合：GB/T 4897-2015《刨花板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39032-2020《难燃刨花板》提供实木颗粒板抽检报告。 3.钢脚架：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm。钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》提供钢脚架抽检报告。 4.提供清晰的产品图片及结构三视图。	16	张	
2	培训椅	常规	1.结构：软包钢架结构。 2.内板：采用实木多层板，内部填充阻燃海绵，高弹力面料饰面，透气耐磨易打理。实木多层板符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》提供实木多层板抽检报告。 3.面料:采用优质人造革（西皮）饰面，人造革符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》提供人造革抽检报告。 4.钢脚架：采用钢管冲压焊接成型，厚度≥1.2mm。钢脚架符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》提供钢脚架抽检报告。 5.提供清晰的产品图片及结构三视图。	100	把	
3	地毯	满铺地毯	1.面层采用全新高密度丙纶/尼龙纤维，无回收杂料，底部采用防滑防水复合底背，密实牢固、不开裂、不脱层，整体环保无异味。 2.克重参数：毯面克重≥800g/㎡，总厚度≥6mm，密度均匀、毯面平整、针距一致，无稀针、漏针、跳丝现象，整体饱满厚实，耐磨耐压。 3.环保性能：符合国家室内装饰材料环保标准，无甲醛、无重金属、无刺激性气味，可直接铺装于密闭室内空间，铺装完成即可投入使用，不产生空气污染，满足医用洁净环境要求。 4.防静电性能：经过防静电工艺处理，表面静电值达标，不易吸附灰尘、毛发、碎屑，有效降低室内扬尘，便于日常清洁打理，适配医院洁净防控要求。 5.防滑性能：底部防滑纹理设计，贴合地面摩擦力强，铺装完成后表面防滑系数达标，行人行走不易打滑，具备良好的安全防滑性能。 6.施工地面必须平整、坚实、干燥、无起砂、无空鼓、无裂缝，地面平整度误差≤2mm/2m，地面含水率≤8%，严禁潮湿、未干透地面施工。	155	平方	

总体技术要求

（一）核心产品：本项目核心产品为（★更衣柜）

（一）需求清单中技术参数涉及的产品及原材料质量标准要求：

以下带“▲”的重要参数具体要求如下：

序号	参数性质	名称	检验指标明细	标准要求 （包括但不限于）

1	**▲**	**护士站**	可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应≥0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活	符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；
2	**▲**	**治疗台**	可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应≥0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活	符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；
3	**▲**	**处置台**	可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应≥0.5mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；其他部件表面应无锐边、锐角；按产品标准进行稳定性试验时，不应发生倾翻。金属喷塑涂层冲击强度（冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹）；金属喷塑涂层附着力0级；稳定性试验后均无倾翻；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素均为未检出；经8万次拉门耐久性试验后，没有任何构件、接头或部件断裂，不存在拟刚性接头松动，不得有损害功能的损害，活动部件的活动应灵活	符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》标准；
4	**▲**	**不锈钢污洗池**	安全性能要求正常使用时，可接触到的边、角都应进行倒圆、倒角、砂光或以其他合适的方式进行保护。倒圆半径应≥0.5 mm；固定零部件的结合应牢固无松动，应无少件、透钉、漏钉；正常使用时，其他部件表面应无锐边、锐角；抗盐雾试验后无锈点。	符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准
5	**▲**	**办公桌**	其中：含水率：10%～12%；表面胶合强度≥1.30MPa；表面耐划痕、表面耐冷热循环均为符合；表面耐龟裂≥4级；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；甲醛释放量、挥发性有机化合物、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出；光泽度：入射角60°≤21.0GU。	符合：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》标准；

6	▲	**办公椅**	其中：甲醛释放量、可分解芳香胺染料（纺织面料）、富马酸二甲酯、多溴联苯、多溴二苯醚、致癌染料、乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.02mg/m³；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤10mg/kg；通过香烟点火源引燃试验。	符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》标准；
7	▲	**餐桌**	其中：甲醛释放量为未检出；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.025mg/m³；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；可萃取重金属：为未检出；含水率9%～10%；表面胶合强度≥1.3MPa；表面耐划痕、表面耐冷热循环均为符合；表面耐龟裂≥5级；光泽度（入射角60°）≤24GU；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。	符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》标准；
8	▲	**餐椅**	其中：含水率10%～12%；光泽度（入射角60°）≤21GU；甲醛释放量≤0.02mg/m³；挥发性有机化合物为未检出；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤250mg/kg；可萃取重金属：六价铬(Cr^{6+})、镍(Ni)、钴(Co)均为未检出，铜(Cu)≤0.1mg/kg；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。	符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》标准；
9	▲	**茶几**	其中：甲醛释放量、挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；可萃取重金属为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。	符合：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》标准；
10	▲	**茶水柜**	其中：甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.02mg/m³；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚均为未检出；环己酮≤0.005mg/m³。	符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》标准；

11	▲	**床**	其中：甲醛释放量≤0.07mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、TVOC均为未检出；可萃取重金属：六价铬(Cr^{6+})、镉（Cd）、汞（Hg）、铅（Pb）（B类）、砷（As）（B类）、镍(Ni)（B类）、钴(Co)（B类）、铜(Cu)（B类）均为未检出；可萃取重金属：锑（Sb）≤0.5mg/kg；软、硬质覆面：耐冷热循环（无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象）、耐划痕（加载0.5N。试件表面无整圈划痕）均为符合；耐干热（20min，70℃。）、耐湿热（20min，70℃。）、耐磨性（其他：磨60转）、抗冲击（冲击高度50mm。）均≤2级，耐污染性能≥4级。	符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具质量检验及质量评定》、GB/T 41650-2022《家具 床 稳定性、强度和耐久性测试方法》标准；
12	▲	**床垫**	其中：甲醛释放量≤0.02mg/m³，苯释放量、二甲苯释放量均为未检出，甲苯释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物(TVOC)≤0.15mg/m³；可分解芳香胺染料：纺织面料为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、苯乙烯、1,4-二氯苯、三氯甲烷、四氯乙烯、N,N-二甲基甲酰胺、苯酚、萘均为未检出。	符合：QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》(合格品(C级))、GB/T 42996.2-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具》标准；
13	▲	**储物柜**	其中：甲醛释放量为未检出；挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤270mg/kg；可萃取重金属均为未检出；光泽度（入射角60°）≤21GU；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。	符合：GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》标准；
14	▲	**更衣柜**	其中：甲醛释放量≤0.07mg/m³；挥发性有机化合物均为未检出；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤270mg/kg；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。	符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准；
15	▲	**货架**	其中：软、硬质覆面：耐冷热循环、耐划痕均为符合，耐干热≤1级，耐湿热、耐磨性、抗冲击均≤2级，耐污染性能≥4级；甲醛释放量≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤175mg/kg；可萃取重金属：六价铬(Cr^{6+})、钴(Co)均为未检出，镍(Ni)、铜(Cu)均≤0.1mg/kg。	符合：GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；
16	▲	**屏风工作位**	其中：含水率：9%～12%；表面胶合强度≥1.30MPa；甲醛释放量≤0.02mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.08mg/m³；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤245mg/kg；可萃取重金属：六价铬(Cr^{6+})、钴(Co)（B类）均为未检出，镍(Ni)（B类）、铜(Cu)（B类）≤0.1mg/kg；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。	符合：QB/T 4935-2016《办公家具 屏风桌》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；

17	▲	**沙发**	其中：木材含水率*W*：10%～11%；泡沫塑料：表观密度（座面）≥35kg/m³、表观密度（其他部位）≥30kg/m³；回弹性能（慢回弹泡沫塑料除外）≥40%；压缩永久变形≤2.5%；甲醛释放量≤0.05 mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.05mg/m³；可分解芳香胺染料、富马酸二甲酯、多溴联苯、多溴二苯醚、纺织品和皮革中五氯苯酚（其他）均为未检出；可萃取重金属：六价铬、镉、汞、铅、砷、镍、钴、铜均为未检出，锑≤0.5mg/kg；五氯苯酚（PCP）（B类）、乙醛、丙烯醛、乙苯、苯乙烯、1,4-二氯苯、三氯甲烷、四氯乙烯、苯酚、萘均为未检出；N,N-二甲基甲酰胺≤0.04mg/m³。	符合：QB/T 1952.1-2023《软体家具 沙发》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、GB/T 42996.2-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具》标准；
18	▲	**文件柜**	其中：甲醛释放量≤0.05mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯均为未检出，TVOC≤0.02mg/m³；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤275 mg/kg；可萃取重金属均为未检出；含水率9%～11%；表面胶合强度≥1.35MPa；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出。	符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》、GB/T 10357.4-2023《家具力学性能试验 第4部分：柜类稳定性》标准；
19	▲	**写字椅**	其中：乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出；甲醛释放量≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物均为未检出；邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤285 mg/kg。	符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具质量检验及质量评定》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》标准；
20	▲	**写字桌**	其中：含水率：10%～12%；表面胶合强度≥1.30MPa；表面耐划痕、表面耐冷热循环均为符合；表面耐龟裂≥4级；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤280mg/kg；甲醛释放量≤0.05 mg/m³；挥发性有机化合物、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出；可萃取重金属均为未检出；乙醛、丙烯醛、乙苯、三甲苯、苯乙烯、二氯苯、苯酚、环己酮均为未检出；光泽度：入射角60°≤21.0GU。	符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具质量检验及质量评定》、GB/T 42996.1-2023《家具产品中重点化学物质管控指南 第1部分：木家具》标准；
21	▲	**阅览椅**	其中：甲醛释放量≤0.02mg/m³；挥发性有机化合物：苯、甲苯均为未检出，二甲苯≤0.01mg/m³，TVOC≤0.06mg/m³；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，铬Cr≤3mg/kg，钡Ba≤15mg/kg；可萃取重金属均为未检出；光泽度：入射角60°≤25.0GU；材料要求：木材含水率10%～12%。	符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 39390-2023《定制家具质量检验及质量评定》、GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性》标准；

22	▲	**阅览桌**	其中：附着力≤1级；甲醛释放量、挥发性有机化合物均为未检出；家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤290mg/kg；可萃取重金属均为未检出；光泽度：入射角60°≤21.0GU。	符合：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T 4893.6-2013《家具表面漆膜理化性能试验 第6部分：光泽测定法》、GB/T 39390-2023《定制家具 质量检验及质量评定》标准；
23	▲	**病理储片柜**	其中：安全性能、耐久性、稳定性全部达到国家技术要求，金属涂层附着力为0级，抗盐雾试验结果为无锈点，家具涂层可迁移无素均为未检出。	符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》标准
24	▲	**PP水槽**	其中：弯曲强度≥48MPa，弯曲模量≥1500MPa，洛氏硬度≥100HRR,简支梁无缺口冲击强度≥69KJ/m²，球压痕硬度≥120N/mm²，垂直燃烧V-0级，甲醛释放量为未检出，总挥发性有机物≤0.05，不少于15种常见腐蚀性液体试验均为无明显变化，不少于15种抗细菌试验，抗菌率达到90%以上。	符合GB/T 9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》、GB/T 3398.2-2008《塑料 硬度测定 第2部分：洛氏硬度》、GB/T 1043.1-2008《塑料 简支梁冲击性能的测定 第1部分：非仪器化冲击试验》、GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》标准
25	▲	**阻尼导轨**	其中：功能要求：操作力、耐久性(120000次)、垂直向下静载荷(200N)、水平侧向静载荷(100N)、拉出安全性、猛关或猛开均为符合。下沉量≤1.6%；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾100小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）。	符合：QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》标准；
26	▲	**封边条**	其中：耐干热性、耐磨性、耐老化性、耐冷热循环性均为符合；耐开裂性（耐龟裂性）≤1级；耐光色牢度（灰色样卡）≥4级；甲醛释放量、氯乙烯单体均为未检出；可迁移元素（可溶性重金属）：铅（Pb）、镉（Cd）、铬（Cr）、汞（Hg）、砷（As）、锑（Sb）、硒（Se）均为未检出，钡（Ba）≤20mg/kg；邻苯二甲酸酯、多环芳烃、多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出。	符合：GB/T 40906-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 邻苯二甲酸酯增塑剂》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》、GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 阻燃剂》标准；

27	▲	**钢管**	其中：家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出、钡Ba≤330mg/kg；耐盐浴200h为符合，附着力≤1级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾150小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾150小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；化学成分（06Cr13）：C≤0.08%、Si≤0.4%、Mn≤0.55%、P≤0.035%、S≤0.005%、Ni≤0.35%、Cr：12.5～13.5%；抗拉试验（06Cr13）：抗拉强度R_m≥550MPa、规定塑性延伸强度$R_{p0.2}$≥470MPa、断后伸长率A≥21%。	符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准；
28	▲	**冷轧钢板**	其中：家具涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、汞Hg、锑Sb、硒Se、砷As均为未检出，钡Ba≤330mg/kg；耐盐浴200h为符合，附着力≤1级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾150小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级），乙酸盐雾连续喷雾150小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；光泽度（入射角60°）≤21GU；化学成分（Q195）：C≤0.11%、Mn≤0.18%、P≤0.025%、S≤0.005%、Si≤0.045%；拉伸试验（Q195）：抗拉强度R_m：330～340MPa，下屈服强度R_{eL}≥210MPa，断后伸长率A_{50}≥32%。	符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带》、GB/T 700-2006《碳素结构钢》标准；
29	▲	**304不锈钢板**	拉伸强度≥710MPa，规定塑性延伸强度≥310MPa，断后延伸率≥56%；乙酸盐雾连续喷雾360小时（涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级）；维氏硬度≤150；耐湿热性能，经过360小时实验,涂层表面无起泡、无脱落、无其他明显现象：膜层表面的综合破坏等级为1级。	符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 13448-2019《彩色涂层钢板及钢带试验方法》、GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》标准
30	▲	**钢脚架**	其中：耐盐浴200h为符合，附着力≤1级；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级；乙酸盐雾连续喷雾150小时，涂层本身的耐腐蚀等级≥10级，涂层对基体的保护等级≥10级；化学成分（06Cr13）：C≤0.08%，Si≤0.40%，Mn≤0.55%，P≤0.035%，S≤0.005%，Ni≤0.35%，Cr在12～13%；抗拉试验（06Cr13）：抗拉强度R_m≥550MPa，规定塑性延伸强度$R_{p0.2}$≥460MPa，断后伸长率A≥22%。	符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 1732-2020《漆膜耐冲击测定法》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》标准；
31	▲	**阻燃海绵**	其中：性能要求：回弹率≥35%，75%压缩永久变形≤9%，65%/25%压陷比≥3.3，恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失率(P)为34%～35%，拉伸强度≥120kPa，断裂伸长率≥130%，撕裂强度≥2.4N/cm，干热老化后拉伸强度≥110kPa，湿热老化后拉伸强度≥115kPa，灰分≤1.27%，甲醛散发为未检出；TVOC≤0.07mg/m²h；通过香烟点火源引燃试验；泡沫塑料表观密度≥32kg/m³。	符合：GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料 硬度的测定(压陷法)》、QB/T 4370-2012《家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料》标准；

32	▲	**铰链**	其中：产品外观性能要求：可触及区域（应无毛刺；应无锐边锐角）为符合；功能要求：耐久性（100000次）为符合；盐雾试验：中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；酸性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。	符合 QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》标准；
33	▲	**气压棒**	其中：力特性（启动力F_0）<1.5F_3为符合；密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移为符合；耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应≤2.0%无损；循环寿命：经高低温性能试验后的气弹簧，再经6×10^4次循环寿命，试验后，公称力Fa的总衰减量应≤0.2%无损；尺寸及外观质量：气弹簧缸筒外径与内径之比D_2/D_1应≥1.75。	符合：GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 25750-2010《可锁定气弹簧技术条件》标准；
34	▲	**人造革**	其中：摩擦色牢度：干擦（500次）、碱性汗液（80次）均为4-5级，湿擦（250次）≥4级；耐光性≥5级；撕裂力≥21.5 N；气味≤2级；pH≥5.5；禁用偶氮染料、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）、可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））、氯乙烯单体含量、五氯苯酚均为未检出。耐寒性为表面不裂；其他挥发物含量≤4.5g/m²。	符合：GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》、GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》标准；
35	▲	**实木多层板**	其中：甲醛释放量（气候箱法）≤0.025 mg/m³；燃烧性能(B_1-C)：燃烧增长速率指数$FIGRA_{0.4MJ}$≤150W/s，600s的总放热量THR_{600s}≤12MJ，火焰横向蔓延未达到试样长翼边缘、60s内焰尖高度Fs≤150mm、60s内无燃烧滴落物/微粒引燃滤纸现象均为符合；产烟特性（s1）：烟气生成速率指数SMOGRA≤2m²/s²，试验600s总烟气生成量TSP_{600S}≤20 m²；燃烧滴落物/微粒（d0）：600s内无燃烧滴落物/微粒为符合；密度：0.6～0.8g/cm³；板面握螺钉力≥2050N；苯酚释放量、总挥发性有机化合物均为未检出；抗菌性能分级：抗菌率≥99%，抗菌等级为I级强抗菌级。	符合：GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 18101-2024《难燃胶合板》标准；
36	▲	**实木方**	其中：材料要求：木材含水率10%～12%；抗弯强度（含水率为11.6%时）≥100MPa；抗弯弹性模量（含水率为11.6%时）≥10300MPa；冲击韧性（含水率为11.4%时）≥85kJ/m²；吸水性：6h≥25%，24h≥40%，最大吸水率20d≥90%；可接触的实木部件中五氯苯酚为未检出。	符合：GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》、GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》标准；
37	▲	**塑粉**	其中：总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量（镉(Cd)含量、铬(Cr)含量、汞(Hg)含量）均为未检出；筛余物(125μm)、涂膜外观、耐酸性、耐碱性、耐沸水性、耐湿性:500h无异常均为符合；铅笔硬度≥3H；耐冲击性≥50cm；杯突试验≥10.0mm；耐磨性(750g/500r)≤35mg；耐盐雾性（中性）为：500h划痕处单向腐蚀蔓延宽度＜0.5mm，密度≤1.60g/mL。	符合：HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》(I型I类钢铁基材用 室内用)标准；

		38	▲	**PP塑料**	其中：硬度（邵氏D硬度）≥HD70；塑料材料理化性能（冲击强度）≥5.8×10^4 J/m²；弯曲应力≥50MPa；弯曲模量≥970MPa；邻苯二甲酸酯：邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯、邻苯二甲酸-2-乙基己基酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二异癸酯均为未检出；多环芳烃：苯并[a]芘、18种多环芳烃(PAH)总量均为未检出；多溴联苯、多溴二苯醚均为未检出。	符合：GB/T 9341-2008《塑料 弯曲性能的测定》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB/T 40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 多环芳烃》标准；
		39	▲	**锁具**	其中：钥匙拔出静拉力（叶片锁）≤2.5N、钥匙开启扭矩≤0.3N·m；外观质量：电镀件耐腐蚀：外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级R_A10级的规定；弹子家具锁-互开率≤0.045%；金属表面耐腐蚀：中性盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级；盐雾试验：乙酸盐雾连续喷雾100小时，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。	符合：GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 1621-2015《家具锁》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》标准；
		40	▲	**阻燃网布**	其中：甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料均为未检出；pH值：6～7；色牢度：耐干摩擦为4-5级，耐酸汗渍/耐碱汗渍：变色为4-5级，沾色≥4级，耐水洗：变色/沾色为4-5级，起毛起球为4-5级，耐磨性≥10000次，无破损；理化性能：纺织面料（干摩擦色牢度）为4-5级。苯胺为：可分解的苯胺：未检出，可能以化学残留物形式存在的游离苯胺总量：未检出；4-氨基偶氮苯、富马酸二甲酯(DMFu)、含氯苯酚（五氯苯酚(PCP)、四氯苯酚(TeCP)总量、三氯苯酚(TrCP)总量、二氯苯酚(DCP)总量、一氯苯酚(MCP)总量）、致癌染料、致敏染料均为未检出。	符合：GB/T 18885-2020《生态纺织品技术要求》、GB/T 23344-2009《纺织品 4-氨基偶氮苯的测定》、GB/T 3920-2008《纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度》标准；

采购包5：

标的名称：1号楼b段和发热门诊院中心供氧、呼叫系统设备及安装

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		重要说明： （1）标注“★”符号的参数需求为实质性要求。投标人须在投标文件中提供相应证明材料，证明材料包括但不限于：制造商官方网站截图、产品彩页、产品白皮书、第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等。未提供证明材料，或提供的证明材料不足以证明其满足参数要求的，视为不满足招标文件要求。（未标注“★”的参数不适用本项规定。）带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。 （2）投标人须在投标文件中如实填写所投产品的参数响应情况。中标后，如发现投标人虚假响应，即其所投产品任一实际技术参数与投标时响应不符；或在合同履行过程中发现投标人在投标时虚假响应，即所供产品任一实际技术参数与投标时响应不符的，采购人将上报政府采购监督管理部门依法处理。 （3）如涉及提供中小企业声明函、本国产品声明，仅填写标的物名称，标的物名称以技术要求名称为准；不体现辅材，辅材不单独列项。 （4）投标人报价须包含设备的采购、运输、仓储、施工、安装、调试、安全措施、临时设施、利润、规费、税金等一切费用。

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目中心供氧设施采购项目采购清单(1#b段)

采购清单(1#b段)

序号	技术要求名称	规格型号	计量单位	数量	备注
1	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:负压吸引 3.材质:同等或优于无缝不锈钢管06Cr19Ni10 4.规格:≥φ57mm×2.5mm 5.连接形式:氩弧焊接 6.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 7.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.工作压力等级：≥1.0MPa	m	64.8	配件辅材

2	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:氧气 3.材质:同等或优于无缝不锈钢管06Cr19Ni10 4.规格:≥φ25mm×2mm 5.连接形式:氩弧焊接 6.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 7.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.工作压力等级：≥1.0MPa	m	72.11	配件辅材
3	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:压缩空气 3.材质:同等或优于无缝不锈钢管06Cr19Ni10 4.规格:≥φ25mm×2mm 5.连接形式:氩弧焊接 6.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 7.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.工作压力等级：≥1.0MPa	m	69.74	配件辅材
4	铜管(紫铜管)	1.安装部位:室内 2.输送介质:负压吸引 3.材质:紫铜管 4.规格:≥φ32mm×2.5mm 5.连接形式:银钎焊接 6.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 7.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.工作压力等级：≥1.0MPa	m	352.14	配件辅材
5	铜管(紫铜管)	1.安装部位:室内 2.输送介质:氧气/压缩空气 3.材质:紫铜管 4.规格:≥φ14mm×1mm 5.连接形式:银钎焊接 6.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 7.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.工作压力等级：≥1.0MPa	m	470	配件辅材
6	铜管(紫铜管)	1.安装部位:室内 2.输送介质:负压吸引 3.材质:紫铜管 4.规格:≥φ10mm×1mm 5.连接形式:银钎焊接 6.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 7.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.工作压力等级：≥1.0MPa	m	660	配件辅材
7	铜管(紫铜管)	1.安装部位:室内 2.输送介质:氧气/压缩空气 3.材质:紫铜管 4.规格:≥φ8mm×1mm 5.连接形式:银钎焊接 6.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 7.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.工作压力等级：≥1.0MPa	m	840	配件辅材
8	管道标识及气体流向	1.标识颜色/字样/流向箭头须符合GB50751医用气体色标	套	200	配件辅材
9	螺纹阀门(不锈钢)	1.类型:不锈钢阀门 2.型号、规格:φ57 3.阀门公称压力PN≥1.6MPa 4.连接方式：丝扣连接	个	5	配件辅材
10	螺纹阀门(不锈钢)	1.类型:不锈钢阀门 2.型号、规格:φ25 3.阀门公称压力PN≥1.6MPa 4.连接方式：丝扣连接	个	5	配件辅材
11	螺纹阀门(不锈钢)	1.类型:不锈钢阀门 2.型号、规格:φ25 3.阀门公称压力PN≥1.6MPa 4.连接方式：丝扣连接	个	5	配件辅材

12	螺纹阀门(铜质)	1.类型:铜质阀门 2.型号、规格:φ14 3.阀门公称压力PN≥1.6MPa 4.连接方式：丝扣连接	个	8	配件辅材
13	螺纹阀门(铜质)	1.类型:铜质阀门 2.型号、规格:≥φ8 3.阀门公称压力PN≥1.6MPa 4.连接方式：丝扣连接	个	68	配件辅材
14	管道穿墙套管	1.类型:管道穿墙套管 2.材质:PVC 3.规格:φ57φ25φ32φ14	个	200	配件辅材
15	保护套管	1.类型:管道支架与管道处保护套管 2.规格:φ57φ25φ32φ14 3.材质:PVC	个	200	配件辅材
16	氧气二级稳压箱	1.镀锌钢板箱体结构，表面静电喷塑 2.规格型号：双回路 3.进气压力范围：≥0.5Mpa 4.输出压力范围：0.2～0.5MPa（区域可调） 5.边角采用圆弧结构 6.箱体内2套减压阀 7.额定流量：≥20m3/h 8.满足GB50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求	台	5	
17	医用氧气流量计	1.▲流量范围：0.3～300L/min 2.显示方式：LED数字显示累计流量、瞬时流量 3.通讯协议：具备RS485通讯模块 4.▲精度：±（2.0+0.5FS）% 5.工作温度：-10～+55℃ 6.防护等级：≥IP40 7.公称通径及连接方式：M22*1.5，螺纹连接 8.工作压力：≥1.0MPa	台	5	
18	管道支架制作安装	1.形式:吊托支架40mm*40mm*3mm 2.除锈、刷油设计要求:支架除锈后刷防锈漆两道,调和漆两道 3.制作、安装、除锈、刷油	kg	560	配件辅材
19	医用压力监测报警装置	1.规格型号：氧气、吸引 2.▲量程：0~1.6MPa 3.工作环境温度：-10ºC～50ºC 4.传感器内置 5.采用数字显示功能 6.具有氧气压力超低压值≤0.4MPa报警，超高压值≥0.6MPa报警 7.具有吸引压力超低压值≤-0.02MPa报警，超高压值≥-0.07MPa报警 8.声光报警响度：≥75dB 9.报警信号远传护士站/监控室 10.供电电源:AC220V/50Hz	台	5	
20	铝合金设备带	1.铝合金设备带尺寸:200×55mm，壁厚≥1.0mm 2.强电、弱电、医用气体管道三腔分离，表面静电喷塑 3.病房通长布置 4.承载负荷≥10kg/m 5.绝缘电阻：≥1MΩ；接地电阻：≤4Ω； 6.电气防火阻燃等级：性能A1级不燃	m	380	配件辅材
21	床头灯	1.名称:床头灯（含灯罩） 2.规格:LED光源 3.▲额定功率：≥4W 4.额定电压：220V/50Hz 5.防护等级：≥IP20 6.▲使用寿命：≥25000h 7.符合国际标准 8.具备3C认证	套	87	
22	单控开关	1.名称:单联单控开关 2.符合国际标准 3.额定电压/电流:220V/≥10A 4.防护等级：≥IP20 5.面板阻燃材质：面板采用PC阻燃材料UL94V-0级，灼热丝：≥850℃ 5.具备3C认证	个	87	配件辅材

23	氧气终端	1.名称：氧气终端 2.制式：国标 3.自密封结构、具有防错插功能 4.插拔无故障≥10000次 5.系统小时泄漏率：≤0.2% 6.终端额定流量：≥10L/min 7.工作压力：≥0.8Mpa	个	88	
24	负压终端	1.名称：负压终端 2.制式：国标 3.自密封结构、具有防错插功能 4.插拔无故障≥10000次 5.系统小时泄漏率：≤0.2% 6.▲抽气速率：≥30L/min 7.▲工作负压范围：-0.02MPa～-0.07MPa	个	88	
25	空气终端	1.名称：空气终端 2.制式：国标 3.自密封结构、具有防错插功能 4.插拔无故障≥10000次 5.系统小时泄漏率：≤0.2% 6.▲终端额定流量：≥10L/min 7.▲工作压力：≥0.8Mpa	个	8	
26	五孔插座	1.名称:五孔多功能插座 2.规格型号:五孔 3.额定电压/电流:220V/≥10A 4.防护等级：≥IP20 5.面板阻燃材质：面板采用PC阻燃材料UL94V-0级，灼热丝850℃ 6.符合国际标准 7.具备3C认证	个	176	配件辅材
27	五孔插座	1.名称:五孔多功能插座 2.规格型号:五孔 3.额定电压/电流:220V/≥16A 4.防护等级：≥IP20 5.面板阻燃材质：面板采用PC阻燃材料UL94V-0级，灼热丝850℃ 6.符合国际标准 7.具备3C认证	个	58	配件辅材
28	漏电保护器	1.名称:漏电保护器 2.额定电压/电流:220V/20A 3.漏电动作电流及短路分断能力：≤30mA、分断动作时间≤0.1s 4.极数：（1P+N） 5.安装:嵌入设备带内安装 6.具备3C认证	个	87	配件辅材
29	室内管道装饰罩（铝合金）	1.规格型号:40×25mm，壁厚≥0.4mm 2.材质:铝合金	m	90	配件辅材
30	电气配线	1.型号、规格:NH-YJV-RVV3*2.5mm2(阻燃耐火型） 2.电压绝缘等级：450/750V 3.电源插座配线 4.具备3C认证	m	900	配件辅材
31	穿线管	1.材质:穿线管PVC,壁厚≥1.0mm 2.规格:≥φ16 3.阻燃/防火等级：阻燃PVC燃烧性能达到B_1难燃级，氧指数≥32，离火自熄	m	87	配件辅材
32	走廊防撞扶手	1.种类:走廊防撞扶手 2.颜色:白中标蓝 3.抗菌PVC面板+铝合金内衬，壁厚≥1.2mm 4.承重≥100kg 5.安装高度距地面850mm，固定间距≤0.8m	m	360	配件辅材
33	输液轨道	1.名称:铝合金输液轨道 2.规格、型号：直型轨长度≥2m，壁厚≥1.0mm 3.承重≥30kg，安装高度吊顶吸顶安装 4.每套含直轨一副、小车一只、堵头两个、输液吊架一副	套	106	配件辅材
病房呼叫系统					

34	管理软件	1.名称:管理软件 2.数据接口服务器平台：支持与0racle、SQLServer、Sybase、DB2、Cache等大型数据库和第三方数据接口对接，提供中间表、触发器、消息机制、WebService等多种连接方式。负责监听各护理单元工作状态，并提供多种调试和查询分析工具 3.护理通讯信息管理平台：支持床位和房间一览表管理与显示，支持住院人数、护理级别人数统计和关键字搜索，可完成入院登记、出院、换床、二维码扫描等日常业务。提供床头、门口、信息看板等图形用户界面的在线编辑工具，支持日常呼叫护理记录查询、导出，具有完善的医护人员排班、病区公告信息、护理标识预警颜色等管理功能 4.呼叫数据统计分析平台：通过护士长或院领导账号可登录到系统WEB页面查看自己科室或全院的呼叫数据统计分析，如“房间对比图”、“呼叫日线图”、“分时曲线图”、“呼叫里对比图”、“呼叫响应对比图”、“入住统计图”等一系列图表 5.护理信息公共发布平台：通过护士站液晶电视，可显示床位一览表和实时呼叫信息，也可显示护理工作一览表，包括病区当日患者流动、住院人数、病危病重、手术安排、值班 医生、要事留言等信息 6.系统服务器与系统管理主机采用TCP/IP协议进入数据的传输，运用网络层安全协议及数据加密传输，保证数据信息的快速、安全交换。各分机可自组网络，管理主机与各分机之间进行数字+模拟信号传输，采用专网专线，响应时间短。支持呼叫分层，在管理主机与服务器主机网络不通的情况下，保证分机与主机的呼叫通讯功能正常，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息。 7.系统终身提供免费升级服务，质保年限≥2年 8.具有软件著作权证书	套	1	
35	(核心产品) 服务器	1.名称:服务器 2.▲CPU:主频≥1.7GHz,六核及以上 3.▲内存:15套以内≥16G,15-30套以内≥32G,30-60套以内≥64G,60套以上≥128G,DDR4≥2400M及其以上 4.★硬盘:2个≥2T硬盘及其以上,企业级SATA/SAS硬盘(必要时使用双硬盘做RAID镜像),至少两个分区(一个系统分区，一个非系统分区) 5.显卡:无特殊要求 6.USB:2.0接口2个,3.0接口2个 7.网口：2个千兆以太网口 8.操作系统:WINDOWSSERVER2012R2简体中文版 9.运行平台:WindowsServer2016及以上64位中文版	台	1	
36	信息交换管理主机	1.名称:信息交换管理主机 2.主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息 3.主机高带亮两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力≥200W 4.支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示 5.支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备 6.支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能 7.支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口 8.具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响 9.主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置过护、接地保护 10.具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统 11.输入电源：200～240VAC@50Hz 12.安装方式：支持标准机架进行挂耳的安装或通过配件墙面固定 13.质保年限≥2年	台	4	

37	IP网络医护主机	1.名称:IP网络医护主机 2.屏幕尺寸≥10.1英寸，屏幕分辨率≥1024*600 3.采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置 4.手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭 5.可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式 6.可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫,进行双向对讲操作 7.支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 8.可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容 9.支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能 10.自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调 11.支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理 12.具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能 13.设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级 14.供电方式：交换管理主机供电 15.安装方式：支持支架放置桌面安装或墙壁明装 16.质保年限≥2年	台	4	
38	网络多媒体控制器	1.名称:网络多媒体控制器 2.与液晶电视搭配使用，通过局域网与服务器进行网络数据传输，对数据进行直观的视觉化展示； 3.▲采用HDMI高清线缆连接液晶电视，其显示分辨率≥1920*1080 4.采用Linux3.0.35，其服务器等级的系统稳定性保证了液晶电视7X24的工作稳定性； 5.网络多媒体控制器的模块化界面，可根据医院各个护理单元不同的需求定制显示界面，充分满足不同科室的差异化需求 6.▲采用≥4核≥1.8GHz处理器，搭配≥2G内存与≥16G存储 7.网络接口RJ45，支持100/1000M自适应 8.供电方式：200～240VAC@50Hz 9.质保年限≥2年	台	4	
39	门口分机	1.名称:门口分机 2.屏幕尺寸≥10.1英寸，屏幕分辨率≥1024*600 3.采用25色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮，护士进入闪烁 4、可显示病床号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片、医院介绍、科室介绍等信息 5.支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作 6.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号 7.支持显示呼叫信息、呼叫清除、增援呼叫等 8.支持智能门口刷卡，实现护士定位和记录 9.根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别，呼叫时门口分机显示相应颜色 10.信息界面文字过多时支持滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示 11.展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色 12.支持调整分机信息界面的样式和内容，可同时展示5张及以上信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面 13.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级 14.供电方式：交换管理主机供电 15.防护等级：≥IP54 16.安装方式：墙面挂板明装或通过固定孔明装，下边沿离地1.6米 17.质保年限≥2年	台	64	
40	走廊显示屏	1.名称:走廊显示屏 2.双面φ3.75单红色点阵，可显示≥2行≥8个文字 3.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 4.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提醒等内容 5.供电方式：交换管理主机供电 6.安装方式：病区走廊吸顶安装或悬挂安装 7.可视距离：≥20米 8.使用寿命：≥10年 9.质保年限：≥2年	台	4	配件辅材

1			41	液晶显示屏	1.名称:液晶显示屏 2.屏幕尺寸:≥55英寸 3.▲分辨率：≥1920*1080P 4.亮度：≥350cd/㎡ 5.对比度：静态对比度≥1000:1 6.▲防护等级：≥IP20 7.安装方式：墙面壁挂支架安装 8.视频输入：HDMI接口 9.质保年限≥2年	台	4	
			42	床头分机	1.名称:床头分机 2.屏幕尺寸≥5英寸，屏幕分辨率≥800*480 3.屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕 4.可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲 5.支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能 6.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号 7.支持新短信息、呼叫存储等语音及弹窗提醒 8.支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示 9.病人信息界面文字过多时可以滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示 10.病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色 11.病人信息界面支持同时展示多张图片，用来展示医护头像、护理标识等 12.床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式,菜单内容最大支持10万汉字，每个表格可以保存≥5000条记录，可以实现快速翻页和查看 13.支持在线调整病人信息界面的样式和内容，最多可以同时展示5张病人信息界面,可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面 14.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级 15.供电方式：交换管理主机供电 16.呼叫手柄按钮：通过专用线缆连接至每个床头分机，方便患者卧床取用，符合人体工程学，外观简洁、小巧轻便，握感舒适，按键造型带有微弧凹陷，触感柔和，红色的呼叫按键，与床头分机统一的色彩方案让患者可以快速掌握使用方法，贴合实际的换药按钮，满足患者需求的同时提升医护人员工作效率，手电照明、屏幕亮屏开关、取消呼叫功能，满足人性化设计要求，手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制手电筒，带强磁底座 17.防护等级：≥IP54 18.安装方式：设备带开孔嵌入式安装 19.质保年限≥2年	台	112	
			43	卫生间分机	1.名称:卫生间分机 2.红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计（拉绳长度40CM），方更便于患者在紧急情况进行操作。 3.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 4.专用的取消按键，便于及时清除误操作。 5.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。 6.防护等级：≥IP68防潮防水 7.供电方式：交换管理主机供电 8.具有防水防潮认证 9.质保年限≥2年	台（套）	51	
			44	电气配管	1.材质:PVC明装 2.规格:≥DN20，壁厚≥1.0mm 3.阻燃/防火等级：阻燃PVC燃烧性能达到B_1难燃级，氧指数≥32，离火自熄	米	213.76	配件辅材
			45	螺纹阀门(铜质)	1.类型:铜质阀门 2.型号、规格:≥DN10 3.阀门公称压力PN≥1.6MPa 4.连接方式：丝扣连接	个	11	配件辅材
			46	螺纹阀门(铜质)	1.类型:铜质阀门 2.型号、规格:≥DN32 3.阀门公称压力PN≥1.6MPa 4.连接方式：丝扣连接	个	4	配件辅材
			47	电气配线	1.型号、规格:NH-YJV-RVV3*2.5mm2(阻燃耐火型） 2.电压绝缘等级：450/750V 3.配线 4.具备3C认证	米	1393.5	配件辅材
			48	电气配管	1.材质:PVC明装 2.规格:≥DN16，壁厚≥1.0mm 3.阻燃/防火等级：阻燃PVC燃烧性能达到B_1难燃级，氧指数≥32，离火自熄	米	959.06	配件辅材

49	电气配线	1.型号、规格:NH-YJV-RVV2×1.5mm2(阻燃耐火型) 2.电压绝缘等级：450/750V 3.配线 4.具备3C认证	米	213.76	配件辅材
50	电气配线	1.型号、规格:NH-YJV-RVV2×0.5mm2(阻燃耐火型) 2.电压绝缘等级：450/750V 3.配线 4.具备3C认证	米	509.06	配件辅材

略阳县中医医院提标扩能建设二期项目中心供氧设施采购项目采购清单

采购清单(发热门诊部分)

序号	技术要求名称	规格型号	计量单位	数量	备注
1	铜管（紫铜管）	1.安装部位:室内 2.输送介质:负压吸引 3.材质:紫铜管 4.规格:≥ φ32mm×2.5mm 5.连接形式:银钎焊接 6.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 7.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.工作压力等级：≥1.0MPa	m	63.94	配件辅材
2	铜管（紫铜管）	1.安装部位:室内 2.输送介质:氧气/压缩空气 3.材质:紫铜管 4.规格:≥ φ14mm×1mm 5.连接形式:银钎焊接 6.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 7.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.工作压力等级：≥1.0MPa	m	82.94	配件辅材
3	铜管（紫铜管）	1.安装部位:室内 2.输送介质:负压吸引 3.材质:紫铜管 4.规格:≥ φ10mm×1mm 5.连接形式:银钎焊接 6.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 7.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.工作压力等级：≥1.0MPa	m	80.6	配件辅材
4	铜管（紫铜管）	1.安装部位:室内 2.输送介质:氧气/压缩空气 3.材质:紫铜管 4.规格:≥ φ8mm×1mm 5.连接形式:银钎焊接 6.处理方式：酸洗,脱脂，吹扫 7.试验方式：按照规范进行压力与气密性试验 8.工作压力等级：≥1.0MPa	m	83.92	配件辅材
5	管道标识及气体流向	1.标识颜色/字样/流向箭头须符合GB50751医用气体色标	套	200	配件辅材
6	螺纹阀门（不锈钢阀门）	1.类型:不锈钢阀门 2.型号、规格: φ32 3.阀门公称压力PN≥1.6MPa 4.连接方式：丝扣连接	个	8	配件辅材
7	螺纹阀门（铜质阀门）	1.类型:铜质阀门 2.型号、规格: φ14 3.阀门公称压力PN≥1.6MPa 4.连接方式：丝扣连接	个	8	配件辅材
8	螺纹阀门（铜质阀门）	1.类型:铜质阀门 2.型号、规格:φ8 3.阀门公称压力PN≥1.6MPa 4.连接方式：丝扣连接	个	20	配件辅材

9	氧气二级稳压箱（双回路）	1.镀锌钢板箱体结构，表面静电喷塑 2.规格型号：双回路 3.进气压力范围：≥0.5Mpa 4.▲输出压力范围：0.2～0.5MPa（区域可调） 5.边角采用圆弧结构 6.箱体内2套减压阀 7.▲额定流量：≥20m3/h 8.满足GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》规定“单一故障下，能够实现连续供气”的要求	台	4	
10	医用氧气流量计	1.▲流量范围：0.3～300L/min 2.显示方式：LED数字显示累计流量、瞬时流量 3.通讯协议：具备RS485通讯模块 4.▲精度：±（2.0+0.5FS）% 5.工作温度：-10～+55℃ 6.防护等级：≥IP40 7.公称通径及连接方式：M22*1.5，螺纹连接 8.工作压力：≥1.0MPa	台	2	
11	管道支架制作安装	1.形式:吊托支架 40mm*40mm*3mm 2.除锈、刷油设计要求:支架除锈后刷防锈漆两道,调和漆两道 3.制作、安装、除锈、刷油	kg	80	配件辅材
12	医用压力监测报警装置	1.规格型号：氧气、吸引 2.▲量程： 0~1.6MPa 3.工作环境温度：-10ºC～50ºC 4.传感器内置 5.采用数字显示功能 6.具有氧气压力超低压值≤0.4MPa报警，超高压值≥0.6MPa报警 7.具有吸引压力超低压值≤-0.02MPa报警，超高压值≥-0.07MPa报警 8.声光报警响度：≥75dB 9.报警信号远传护士站/监控室 10.供电电源:AC220V/50Hz	台	1	
13	铝合金设备带	1.铝合金设备带尺寸:200mm×55mm，壁厚≥1.0mm 2.强电、弱电、医用气体管道三腔分离，表面静电喷塑 3.病房通长布置 4.承载负荷≥10kg/m 5.绝缘电阻：≥1MΩ；接地电阻：≤4Ω； 6.电气防火阻燃等级：性能A1级不燃	m	85	配件辅材
14	床头灯	1.名称:床头灯（含灯罩） 2.规格:LED光源 3.▲额定功率：≥4W 4.额定电压：220V/50Hz 5.防护等级：≥IP20 6.使用寿命：≥25000h 7.符合国际标准 8.具备3C认证	套	14	
15	单联单控开关	1.名称:单联单控开关 2.符合国际标准 3.额定电压/电流:220V/≥10A 4.防护等级：≥IP20 5.面板阻燃材质：面板采用PC阻燃材料UL94 V-0级，灼热丝 850℃ 6.具备3C认证	个	14	配件辅材
16	氧气终端	1.名称：氧气终端 2.制式：国标 3.自密封结构、具有防错插功能 4.插拔无故障≥10000次 5.系统小时泄漏率：≤0.2% 6.终端额定流量：≥10L/min 7.▲工作压力：≥0.8Mpa	个	15	
17	负压终端	1.名称：负压终端 2.制式：国标 3.自密封结构、具有防错插功能 4.▲插拔无故障≥10000次 5.▲系统小时泄漏率：≤0.2% 6.▲抽气速率：≥30L/min 7.▲工作负压范围：-0.02MPa～-0.07MPa	个	15	

18	空气终端	1.名称：空气终端 2.制式：国标 3.自密封结构、具有防错插功能 4.插拔无故障≥10000次 5.系统小时泄漏率：≤0.2% 6.▲终端额定流量：≥10L/min 7.▲工作压力：≥0.8Mpa	个	2	
19	五孔插座	1.名称:五孔多功能插座 2.规格型号:五孔 3.额定电压/电流:220V/≥10A 4.防护等级：≥IP20 5.面板阻燃材质：面板采用PC阻燃材料UL94 V-0级，灼热丝 850℃ 6.符合国际标准 7.具备3C认证	个	**30**	配件辅材
20	漏电保护器	1.名称:漏电保护器 2.额定电压/电流:220V/20A 3.漏电动作电流及短路分断能力：≤30mA、分断动作时间≤0.1s 4.极数：（1P+N） 5.安装:嵌入设备带内安装 6.具备3C认证	个	14	
21	室内管道装饰罩（铝合金）	1.规格型号:40×25mm，壁厚≥0.4mm 2.材质:铝合金	m	30	配件辅材
22	电气配线	1.型号、规格:NH-YJV-RVV3*2.5mm2(阻燃耐火型） 2.电压绝缘等级：450/750V 3.设备带内的主电源线 4.具备3C认证	m	96	配件辅材
23	电气配线	1.型号、规格:NH-YJV-RVV3*2.5mm2(阻燃耐火型） 2.电压绝缘等级：450/750V 3.电源插座配线 4.具备3C认证	m	126	配件辅材
24	输液轨道（直轨）	1.名称:铝合金输液轨道 2.规格、型号：直型轨长度≥2m，壁厚≥1.0mm 3.承重≥30kg，安装高度吊顶吸顶安装 4.每套含直轨一副、小车一只、堵头两个、输液吊架一副	套	14	配件辅材
25	信息交换管理主机	1.名称:信息交换管理主机 2.主机具有RJ45网络接口，通过标准TCP/IP协议与机房服务器进行数据通信，获取HIS系统中病房科室数据信息 3.主机高带亮两线制总线接口，接口可连接床头分机、门口分机、卫生间分机等设备，总线接口带载能力≥200W 4.支持连接显示屏、点阵屏设备，进行显示呼叫信息及宣传用语的显示 5.支持扩展医护主机、通用电话机、值班室分机等设备 6.支持扩展门禁分机，系统集成病区门口门禁电磁锁控制功能 7.支持扩展标准CAN、485通讯外设，提供RS232接口 8.具有振铃输出接口，可用于系统振铃音频信号输出，用于外接功放音响 9.主机内嵌WEB服务，具有网页登陆配置功能，方便安装时调试与配置过护、接地保护 10.具有防雷击、防浪涌、短路保护、接地保护、过载保护等多重保护电路系统 11.输入电源：200～240VAC@50Hz, 12.安装方式：支持标准机架进行挂耳的安装或通过配件墙面固定 13.质保年限≥2年	台	1	

		26	IP网络医护主机	1.名称:IP网络医护主机 2.屏幕尺寸≥10.1英寸，屏幕分辨率≥1024*600 3.采用25色LED灯指示呼叫患者的护理级别。护理级别颜色可以系统配置 4.手柄采用磁铁吸附式设计，既满足了可靠性要求，又方便日常清洁擦拭 5.可显示并语音播放呼叫病房号和病床号，播报次数可调，支持循环播报、间隔播报两种播报方式 6.可向某一病人终端或值班终端发起语音呼叫,进行双向对讲操作 7.支持独立广播功能，可通过屏幕选择任意床位进行话筒广播功能，方便进行各种宣教操作。 8.可显示床位一览表，并具有标准模式与精简模式两种显示模式。精简模式可以同时显示更多的床位数，而标准模式可以直观展现更多的信息内容 9.支持呼叫对讲、呼叫显示、呼叫未处理提醒与一键清除等功能 10. 自动调节系统通话音量，提供4个时段，每个时间段时间可灵活可调 11.支持门禁分机可视对讲功能，并可对门禁电磁锁开关进行控制，方便系统对病区门禁集中管理 12.具有线路检测、故障报警、故障巡检、工作日志记录功能 13.设备支持在线升级功能，可通过服务器进行程序升级 14.供电方式：交换管理主机供电 15.安装方式：支持支架放置桌面安装或墙壁明装 16.质保年限≥2年	台	1	
		27	网络多媒体控制器	1.名称:网络多媒体控制器 2.与液晶电视搭配使用，通过局域网服务器进行网络数据传输，对数据进行直观的视觉化展示 3.▲采用HDMI高清线缆连接液晶电视，其显示分辨率≥1920*1080 4.采用Linux 3.0.35，其服务器等级的系统稳定性保证了液晶电视7X24的工作稳定性 5.网络多媒体控制器的模块化界面，可根据医院各个护理单元不同的需求定制显示界面，充分满足不同科室的差异化需求 6.▲采用≥4核≥1.8GHz处理器，搭配≥2G内存与≥16G存储 7.网络接口 RJ45，支持100/1000M自适应 8.输入电源：200～240V AC@50Hz 9.质保年限≥2年	台	1	
		28	门口分机	1.名称:门口分机 2.屏幕尺寸≥10.1英寸，屏幕分辨率≥1024*600 3.采用25色门灯提示本房间的护理级别，呼叫时常亮，护士进入闪烁 4、可显示病床号、床位号、患者名、责任护士、责任医生、医护照片、医院介绍、科室介绍等信息 5.支持通过护理键进行护士进入、护士离开操作 6.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号 7.支持显示呼叫信息、呼叫清除、增援呼叫等 8.支持智能门口刷卡，实现护士定位和记录 9.根据系统设置的护理等级信息即患者护理级别，呼叫时门口分机显示相应颜色 10.信息界面文字过多时支持滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示 11.展示界面可根据呼叫床位对相应的块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色 12.支持调整分机信息界面的样式和内容，可同时展示5张及以上信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面 13.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级 14.供电方式：交换管理主机供电 15.防护等级：≥IP54 16.安装方式：墙面挂板明装或通过固定孔明装，下边沿离地1.6米 17.质保年限≥2年	台（套）	6	
		29	走廊显示屏	1.名称:走廊显示屏 2.▲双面φ3.75单红色点阵，可显示：≥2行：≥8个文字 3.呼叫时循环显示护理级别、房间号和床位号 4.待机时滚动显示日期、时间、护士位置、温馨提醒等内容 5.供电方式：交换管理主机供电 6.安装方式：病区走廊吸顶安装或悬挂安装 7.可视距离：≥20米 8.使用寿命：≥10年 9.质保年限≥2年	台	2	

30	液晶显示屏	1.名称:液晶显示屏 2.▲屏幕尺寸:≥55英寸 3.▲分辨率：≥1920*1080P 4.亮度：≥350cd/㎡ 5.对比度：静态对比度≥1000:1 6.防护等级：≥IP20 7.安装方式：墙面壁挂支架安装 8.视频输入：HDMI接口 9.质保年限≥2年	台	1	
31	床头分机	1.名称:床头分机 2.屏幕尺寸≥5英寸，屏幕分辨率≥800*480 3.屏幕亮屏时间可由系统后台统一设定，避免影响病患夜间休息，黑屏时可通过触摸屏幕点亮屏幕 4.可实现与护士站主机的双向呼叫及对讲 5.支持护理呼叫、增援呼叫、呼叫清除等功能 6.支持护士定位，可提示和记录护士所在病房号 7.支持新短信息、呼叫存储等语音及弹窗提醒 8.支持对病人姓名、年龄、护理等级、护理标识、科室介绍、医院介绍等信息的显示 9.病人信息界面文字过多时可以滚动显示，可以实现大量文本上移或左移显示 10.病人信息界面可根据文本内容提供块闪烁显示，文字和背景可以指定显示颜色 11.病人信息界面支持同时展示多张图片，用来展示医护头像、护理标识等 12.床头分机内部菜单指向的表格可以定制样式,菜单内容最大支持10万汉字，每个表格可以保存≥5000条记录，可以实现快速翻页和查看 13.支持在线调整病人信息界面的样式和内容，最多可以同时展示5张病人信息界面，可手动切换查看，支持设置正常待机默认界面 14.分机设备程序、素材支持在线升级，可由系统后台统一进行功能升级 15.供电方式：交换管理主机供电 16.呼叫手柄按钮：通过专用线缆连接至每个床头分机，方便患者卧床取用，符合人体工程学，外观简洁、小巧轻便，握感舒适，按键造型带有微弧凹陷，触感柔和，红色的呼叫按键，与床头分机统一的色彩方案让患者可以快速掌握使用方法，贴合实际的换药按钮，满足患者需求的同时提升医护人员工作效率，手电照明、屏幕亮屏开关、取消呼叫功能，满足人性化设计要求，手持呼叫开关可呼叫、对讲、控制手电筒，带强磁底座 17.防护等级：≥IP54 18.安装方式：设备带开孔嵌入式安装 19.质保年限≥2年	台（套）	13	
32	卫生间分机	1.名称:卫生间分机 2.红色显著紧急呼叫按钮及拉绳设计（拉绳长度40CM），方更便于患者在紧急情况进行操作。 3.呼叫时有明显的声光报警提示，并在病区中有广播提示，便于医护人员快速响应。 4.专用的取消按键，便于及时清除误操作。 5.防尘、防水工艺设计，适合卫生间、淋浴间等潮湿环境使用。 6.防护等级：≥IP68防潮防水 7.供电方式：交换管理主机供电 8.具有防水防潮认证 9.质保年限≥2年	台（套）	15	
33	电气配线	1.型号、规格:NH-YJV-RVV2×1.5mm2(阻燃耐火型) 2.电压绝缘等级：450/750V 3.配线 4.具备3C认证	m	200	配件辅材
34	电气配管	1.材质:PVC明装 2.规格:≥DN20，壁厚≥1.0mm 3.阻燃/防火等级：阻燃PVC燃烧性能达到B_1难燃级，氧指数≥32，离火自熄	m	58.23	配件辅材
35	电气配线	1.型号、规格:NH-YJV-RVV3*2.5mm2(阻燃耐火型) 2.电压绝缘等级：450/750V 3.配线 4.具备3C认证	m	189	配件辅材
36	电气配管	1.材质:PVC 2.规格:≥ φ12，壁厚≥1.0mm 3.阻燃/防火等级：阻燃PVC燃烧性能达到B_1难燃级，氧指数≥32，离火自熄	m	14	配件辅材
37	电气配管（PVC明装）	1.材质:PVC明装 2.规格:≥De16，壁厚≥1.0mm 3.阻燃/防火等级：阻燃PVC燃烧性能达到B_1难燃级，氧指数≥32，离火自熄	m	102.92	配件辅材

		38	电气配线	1.型号、规格:NH-YJV-RVV2×1.5mm2(阻燃耐火型） 2.电压绝缘等级：450/750V 3.配线 4.具备3C认证	m	58.23	配件辅材
		39	电气配线	1.型号、规格:NH-YJV-RVV2×0.5mm2(阻燃耐火型） 2.电压绝缘等级：450/750V 3.配线 4.具备3C认证	m	102.92	配件辅材

采购包6：

标的名称：信息化建设医学影像云胶片系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		重要说明： （1）标注“★”符号的参数需求为实质性要求。投标人须在投标文件中提供相应证明材料，证明材料包括但不限于：制造商官方网站截图、产品彩页、产品白皮书、第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等。未提供明材料不足以证明其满足参数要求的，视为不满足招标文件要求。（未标注“★”的参数不适用本项规定。）带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。 （2）投标人须在投标文件中如实填写所投产品的参数响应情况。中标后，如发现投标人虚假响应，即其所投产品任一实际技术参数与投标时响应不符；或在合同履行过程中发现投标人在投标时虚假响应，即所供产品任一响应不符的，采购人将上报政府采购监督管理部门依法处理。 （3）如涉及提供中小企业声明函、本国产品声明，仅填写标的物名称，标的物名称以技术要求名称为准；不体现辅材，辅材不单独列项。 （4）投标人报价须包含设备的采购、运输、仓储、施工、安装、调试、安全措施、临时设施、利润、规费、税金等一切费用。

序号	技术要求名称	具体技术（参数）要求
		1）系统总体要求 1.支持DICOM3.0标准。 2.系统采用B/S架构，支持PC端、移动端调阅。 3.支持与院内PACS/RIS系统对接。 4.系统支持7×24小时连续运行。 5.基于HTML5，支持跨平台云胶片调阅。 6.支持与医院现有面向患者互联网前端（APP、微信公众号）平台集成。 7.支持Windows、安卓、IOS移动端浏览云影像调阅服务。 8.▲所投软件产品须支持国产服务器操作系统和桌面操作系统。 9.支持性能监测，支持监测服务器硬盘容量、硬盘读取和写入速度、内存占用量、网络吞吐量等指标。 10.后期支持免费无缝对接医保影像云平台或其他区域互联互通与医联体平台。
		2）前置影像服务 1.支持实时获取院内PACS的数据。 2.支持获取院内影像数据。 3.▲支持获取报告数据。 4.数据本地存储临时。 5.数据上传至云影像服务器。 6.支持患者数据保密机制，数据加密传输服务。 7.▲支持云影像前置服务WEB配置平台，能通过浏览器页面配置服务地址、接口参数、系统日志、数据采集等信息。
		3）影像存储服务 1.支持影像数据存储、归档、管理。 2.支持数据转换、处理、集成、共享。 3.支持数字影像文件无损压缩处理。 4.支持日志功能。 5.支持影像、报告传输。 6.支持实时获取数据上传归档情况。 7.▲支持通过DICOM标准方式采集云胶片系统产生的检查数据功能。 8.支持将云胶片系统中非DICOM标准设备产生的数据转换为DICOM标准数据处理。 9.支持块存储、对象存储。
		4）数字影像服务 1.支持数字影像H5页面集成。 2.支持数字影像分享功能。 3.支持同一患者历史检查记录可见。 4.▲支持分享时进行加密设置。 5.支持数据分享时进行匿名化设置。 6.安全授权机制，提供专业保密授权机制和用户管理。 7.▲支持提供通过二维码关联病人影像、各类检查报告、DICOM影像的移动端浏览。 8.▲提供客服管理功能，客服人员可以将未及时提交诊断报告的检查转给其它指定医生、提供报告撤消功能、提供受理撤消功能。

1				
		1	数字影像云胶片系统	5）云胶片调阅 图像展示 1.提供DICOM图像调阅及显示功能，调阅响应时间要求：首幅≤3S，CT/MRI10幅≤1S。 2.支持平移、缩放、翻页、放大镜。 3.支持调整窗宽窗位和预定义窗宽窗位。 4.▲支持对图像序列窗口进行反色/旋转/翻转操作。 5.常规布局选择：提供选择多种常用布局模式的功能。 6.布局自定义：提供手动选择自定义布局进行图像布局查看的功能。 7.▲提供多种图像分析和处理功能，包括缩放图像处理、图像移动、图像重置、图像任意旋转、图像放大镜、图像负像、图像平滑窗宽窗位调节、图像快捷键调窗等功能。 图像测量 1.提供图像测量功能，包括：长度测量、圆形测量、角度测量、面积测量、像素值测量、矩形、椭圆形和不规则测量、CT值测量等。 2.长度测量：提供在图像区域选中两点测量两点长度值功能。 3.角度测量：提供在图像区域选中两条边线及一个共同顶点测量角度值功能。 4.面积测量：提供在图像区域选择一个区域进行面积测量的功能。 5.角度测量：提供在图像区域对图像进行角度测量的功能。 6.▲支持PC端和移动端实现Cobb角测量：科布角测量功能，提供在图像区域选中两条任意直线测量角度功能。 7.多边形测量：提供在图像区域选中任意闭合区域测量面积、最大灰度值、最小灰度值、平均灰度值。 8.圆形测量：提供在图像区域选中椭圆边框测量面积、最大灰度值、最小灰度值、平均灰度值。 图像标注 9.提供对图像中感兴趣区域的标注功能，包括：箭头标注、文本标注等注解功能。 10.箭头标注：提供箭头指示标注功能。 11.文本标注：提供文本书写标注功能。
				图像处理 1.影像缩放：提供滑动鼠标进行影像放大缩小功能。 2.调窗：提供滑动鼠标进行影像窗宽窗位调整功能。 3.影像平移：提供选中图像或者序列进行窗格平面内移动功能。 4.序列滚图：提供选中序列滑动鼠标进行序列中图像快速滚动功能。 5.放大镜：提供选中图像或者序列进行图像局部放大功能。 6.同步操作：提供对所有序列同时操作及图像处理功能。 7.多序列操作：提供对选中的多个序列同时操作及图像处理功能。 8.任意角度旋转：提供选中图像或者序列在窗格平面内自由旋转任意角度功能。 9.顺时针90°旋转：提供选中图像或者序列在窗格平面内一键旋转顺时针90°功能。 10.逆时针90°旋转：提供选中图像或者序列在窗格平面内一键旋转逆时针90°功能。 11.一键平铺：提供一键将选中序列所有图像在同一屏中完整显示功能。 12.水平翻转：提供选中图像或者序列在窗格平面内翻转水平实现镜像功能。 13.垂直翻转：提供选中图像或者序列在窗格平面内翻转垂直实现垂直镜像功能。 14.正负像：提供选中图像或者序列在窗格平面内图像显示灰度反向功能。 15.快捷调窗：提供多种快捷窗宽、窗位参数调窗功能。 16.▲图像伪彩：支持可选多种伪彩渲染协议，对图像渲染。（提供真实系统相关功能截图证明，并加盖公章） 17.★支持PC端实现MIP最大密度投影、MinIP最小密度投影、AVG平均密度投影，以厚层方式、斜面方式进行MIP/MinIP/AVG的影像重建分析。 18.▲三维影像分析系统：提供三维影像重新分析功能，支持三维旋转，VR密度调窗显示隐藏功能，VR图像缩放、移动功能。
				6）系统集成 1.实现与现有PACS系统接口。 2.实现与微信公众号或小程序对接。 3.▲须与医院PACS对接接口，实现检查信息和影像数据上传云胶片。
		2	（核心产品）前置服务器	1）前置服务器 1.机架式服务器，高度≥2U，标配原厂导轨。 2.中央处理器：配置≥1个国产处理器，处理器主频≥2.6GHz，每处理器不少于16个核心；内存：配置≥64GB3200内存；硬盘：配置≥1块960GBSSD硬盘，≥2块8TBSATAHDD3.5in硬盘。 3.配置1块RAID卡；每块RAID卡配置4G缓存及超级电容保护模块，支持Raid0/1/10/5/50/6/60。 4.配置≥1块4端口千兆网卡；≥4端口万兆网卡（含光模块）。 5.电源风扇：配置冗余电源和冗余风扇，电源总功率满足设备满负荷运行需求，并提供配套电源连接线。 6.▲投标时提供加盖投标人公章的书面承诺，承诺所投产品提供原厂3年质保服务；中标后提供检测报告或产品彩页供采购人核验。

		3	防火墙	1.参考用户数：300。 2.防火墙吞吐量IPv4：≥1.2Gbps。 3.防火墙吞吐量IPv6：≥1.2Gbps。 4.应用层吞吐量：≥0.9Gbps。 5.最大并发连接数：≥50万。 6.每秒新建连接数：≥1.5万。 7.威胁防护吞吐量（开启防火墙、应用识别、入侵防御、防病毒）：≥0.5Gbps。 8.IPSec吞吐量：≥0.5Gbps。 9.IPSec隧道数：≥500。 10.SSLVPN默认授权数/最大并发用户数：≥100/300。 11.固定接口：≥2个万兆光口（SFP+），≥10个千兆电口，具备控制台接口、USB接口及SD卡槽。 12.产品形态：≤1U半深。 13.存储：支持选配≥64GBSD卡。 14.电源：单电源或冗余电源均可。
		4	互联网宽带	上行100M，下行100M

采购包7：

标的名称：信息化建设LED大屏音响设备

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		重要说明： （1）标注“★”符号的参数需求为实质性要求。投标人须在投标文件中提供相应证明材料，证明材料包括但不限于：制造商官方网站截图、产品彩页、产品白皮书、第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等。未提供证明材料，或提供的证明材料不足以证明其满足参数要求的，视为不满足招标文件要求。（未标注“★”的参数不适用本项规定。）带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。 （2）投标人须在投标文件中如实填写所投产品的参数响应情况。中标后，如发现投标人虚假响应，即其所投产品任一实际技术参数与投标时响应不符；或在合同履行过程中发现投标人在投标时虚假响应，即所供产品任一实际技术参数与投标时响应不符的，采购人将上报政府采购监督管理部门依法处理。 （3）如涉及提供中小企业声明函、本国产品声明，仅填写标的物名称，标的物名称以技术要求名称为准；不体现辅材，辅材不单独列项。 （4）投标人报价须包含设备的采购、运输、仓储、施工、安装、调试、安全措施、临时设施、利润、规费、税金等一切费用。

序号	技术要求名称	具体技术（参数）要求	数量	单位	备注
六楼会议室LED大屏					

		1	室内全彩	1.★像素间距：≤2.0mm；像素密度：≥250000点/㎡。 2.模组结构：灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能。 3.显示屏户内亮度：≥500cd/㎡；支持0-255级灰度调节；色温：白平衡6500K±5%，1000K～20000K可调；支持单点亮度色度校正功能。 4.干扰光：符合GB/T36101-2018标准中LED显示屏亮度的限值规定。 5.刷新率：≥1920Hz，亮度支持手动/自动/软件0-100%无极调节。 6.对比度：≥3000:1。 7.水平视角：≥160°，垂直视角≥160°。 8.热插拔维护：支持不关屏热插拔抢修维护功能。 9.灰度等级：100%亮度时≥14bit。 10.单元模组重量≤0.6kg，平整度≤0.15mm。 11.支持掉电存储功能，不丢失数据，上电自动恢复。 12.白平衡状态下单块模组最大功耗≤30W，每平米最大功耗≤500W/㎡。 13.视网膜蓝光危害：符合GB/T20145-2006标准要求。 14.温升：金属部分温升≤25℃，绝缘材料温升≤25℃。 15.机械强度测试（外壳冲击）符合GB4943.1-2022标准要求。 16.LED显示屏图像主观质量评价：符合SJ/T11590-2016评价优。 17.电源平均效率：功率因数≥90%，转换效率≥80%。 18.按SJ/T11141-2017标准，室内整屏像素失控率PZ＜1/10000，无像素失控点。 19.可视化控屏：支持手机、平板可视化控制。 20.模组表面绝缘检测：绝缘电阻应当≥100兆欧。 21.安全特性符合GB4943.1-2022。 22.冲击测试：按照GB/T2423.5-2019标准，试验后产品无异常。 23.具有H2S宽动态处理技术。 24.除湿设计：支持可选除湿模式。 25.阻燃测试：阻燃防火等级达到UL94V-0。	㎡	5.0688	
		2	（核心产品） 接收卡	1、支持配置参数备份、环路备份功能、自动断电功能，最大程度地保障系统的稳定运行，保障显示屏安全；； 2、支持静态至1/128扫描之间的任意扫描类型，支持各种LED驱动芯片和译码芯片，支持各种LED显示模组，支持SM16188B特殊模组； 3、支持低亮高灰、低灰补偿、色彩还原、逐点校正、快速修缝、RGB独立Gamma调节技术，大幅提升显示屏的画质 4、支持数据对开，有助于显著提升刷新率，；支持数据组任意交换，有助于合理布局接收卡，提升显示屏质量； 5、支持数据偏移，支持从左到右、从右到左、从上到下、从下到上任意数据走线，支持异形箱体功能、复杂调屏功能，灵活实现各种不规则异形屏幕构造和创意显示控制； 6、支持任意角度画面旋转显示和3D显示功能，满足特殊显示需求； 7、▲为满足显示屏的节能设计，满足显示屏功率快速变化时始终保持稳定工作，接收卡须满足3.0V~5.5V宽工作电压。且具有电源反向接入保护功能，防止电源反接导致器件烧毁和引发火灾； 8、为适应不同地域、不同季节的酷热和极寒环境，接收卡必须满足在-40℃～80℃环境温度下稳定工作。 9、▲为保证产品良好的环境适应能力，充分保证核心电子部件的使用寿命和稳定性，接收卡必须具有完备的三防涂敷工艺，国标双85防护等级。具备较强的防尘、防潮、防静电、防盐雾能力。 10、▲接收卡必须通过电磁测试： ⑴ 对接收卡的电源端子、网口和数据显示接口进行无线电骚扰检测。 ⑵ 对接收卡的电源端子和网口进行静电放电抗扰度检测。 ⑶ 对接收卡的电源端子和网口进行浪涌冲击抗扰度检测。 11、▲为保证显示屏使用安全，接收卡需进行防护外壳阻燃测试。符合《GB 8624-2012》，阻燃等级V-2。 12、▲需提供厂家售后服务承诺书	张	20	
		3	电源	1.额定输入电压：200VAC～240VAC。 2.额定输出电压：V1：+5.0Vdc。 3.额定输出电流范围：0～40.0A。	台	20	
		4	线材	电源线、插头等，符合国标要求。	㎡	5.0688	配件辅材

5	视频处理器	1、1U机箱。集成发送卡设计，4路千兆网口输出。单机可带载262万像素，水平最大3840像素，垂直最大2500像素。 2、2路视频输入接口：HDMI1.4×2，支持2路4K@30Hz视频源； 3、支持智能配置。支持输入自适应信号源分辨率，支持输出自适应显示屏参数配置； 4、支持计划任务。支持输入视频源定时切换，支持用户模式定时切换，支持设备输出定时开启/关闭； 5、前置USB2.0接口，支持视频播放、图片播放、视频/图片混合播放三种模式； 6、支持串口、网口单机直连或固定IP控制设备视频信源切换及模式更新、相关参数设置和功能配置，完成对LED显示屏的参数设置；支持RS232中控； 7、▲所提供产品满足在-30℃～70℃环境温度下稳定工作； 8、▲所提供产品必须具备较强的防尘、防潮、防静电、防盐雾能力。 盐雾检测符合《GB/T 2423.18-2012环境试验》，达到严酷等级(3)。 9、▲所提供产品必须通过电磁兼容性测试： ⑴ 对视频控制器设备的电源端口、接口进行无线电骚扰检测。符合《GB/T 9254.1-2021信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第一部分 发射要求》定义的骚扰限值。 ⑵ 对视频控制器设备的USB口、HDMI接口、DVI接口、VGA接口、CV接口进行静电放电抗扰度检测。试验等级4级，接触放电8KV。符合《GB/T 17626.2-2018 电磁兼容 试验和测量技术静电放电抗扰度试验》的规定要求。 ⑶ 对视频控制器设备的电源端口和网口进行浪涌冲击检测。试验等级4级，测试电压4KV。符合《GB/T 17626.5-2019 电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验》的规定要求。	台	1	
6	数据排线	成品长排线	条	99	配件辅材
7	定制包边	国标订制不锈钢	项	1	配件辅材
8	安装调试	包含设备安装、系统调试、培训、验收配合等。	项	1	配件辅材
9	音响	1.单元配置：低音≥10"，高音≥2只。 2.频率响应：≥50Hz-20KHz。 3.灵敏度：≥90dB1.0w/1m。 4.标称阻抗：8Ohm。 5.额定功率：≥130W。 6.峰值功率：≥260W。 7.产品尺寸：约433（宽）×260（深）×250（高）mm。 8.重量：约11kg。 9.输入方式：接线盒。 10.吊挂硬件：M8。	台	4	
10	功放	1.额定输出功率：≥400W×2。 2.信噪比：>100dB。 3.总谐波失真（1KHz）：≤0.05%。 4.互调失真：≤0.05%。 5.频率响应（20Hz-20KHz）：≤±0.5dB。 6.阻尼系数：>300。 7.输入阻抗（平衡输入）：20KΩ。 8.分离度（正常工作条件1KHz）：>70dB。 9.输入连接方式：母卡侬，单插。 10.输出连接方式：四芯音箱方座，接线柱。	套	1	

1			11	一拖四无线会议话筒	产品描述: 1.产品运用先进的数字导频技术线路设计，抗干扰能力强，确保传输稳定; 2.配备两用延长增强信号天线，可依据不同使用场合灵活选择，有效增强信号稳定性; 3.广泛适用于企事业单位、会议演讲、会议系统安装以及政府机关等各类场景。 产品特点: 1.配备液晶显示屏，能够清晰直观地展示接收机及发射器的工作状态; 2.工作频段为UHF640-690MHz，支持多频点选择; 3.主机具备一键搜频功能; 4.搭载自动对频技术; 5.接收机设有锁定功能; 6.拾音距离≥50-80mm。 技术参数: 系统指标: 载波频率：UHF640-690MHz 可用带宽：每通道30MHz 调制方式：FM调频 信道数目：红外线自动对频≥200信道 频道：≥4×50channels 偏移度：45KHz 动态范围：>100dB 音频响应：60Hz-18KHz 综合信噪比：>100dB 综合失真：<0.5% 接收机指标: 接收方式：二次变频超外差 振荡方式：PLL锁相环 中频频率：第一中频：110MHz，第二中频：10.7MHz 天线接口：BNC座 显示方式：LCD 灵敏度：-100dBm(40dBS/N) 杂散抑制：>80dB 音频输出：非平衡：+4dB(1.25V)/5KΩ，平衡：+10dB(1.5V)/600Ω 供电电压：DC13.5V 供电电流：800mA 发射机指标: 频率：640-690MHz 振荡方式：PLL锁相环 输出功率：3dBm-10dBm(LO/HI转换) 电池：3节“1.5V5号”电池 电流：<100mA(HF)，<80mA(LF) 供电电压：3V(1.5VAA电池3节) 供电方式：1.5VAA电池	套	2	
			12	返馈器	本反馈抑制系统具有全自动检测现成啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制啸叫，有效提升本地扩音声压和清晰度。 采用模块化设计，可根据不同的工程需要，选配相应的模块功能，节约工程成本。 本反馈抑制系统设计灵活多变，具备5路话筒输入，1到4路话筒具备自动混音功能，第5路话筒具有最高优先功能，各个功能可根据不同场合的需要单独接入或者旁通，调试简单方便。 配有专用的录音接口，各个输入输出接口都带有独立音量调节，话筒更带有音调调节。 本产品主要针对现代化教学、会议，庭审的录音和远程会议通话专门研究开发。 1.≥5路话筒平衡输入 2.每路话筒独立的音量调节 3.独立的48V供电，话筒1-4可选4选1功能 4.可以直通4选1功能(选购)，第5路具有最高优先功能 5.可以旁通线路输入莲花接口，独立的音量控制(进入反馈功能) 6.输入阻抗：话筒输入:≥47KΩ，线路输入:≥10KΩ 7.输出阻抗:主输出:≤220Ω，录音输出:≥1KΩ 8.话筒和线路输入信号高音提升减调节	项	1	
			13	调音台	1.不少于8路单声话筒输入和线性输入。 2.≥16种DSP数字混响效果。 3.≥带48V幻像供电。 4.带录音和蓝牙多功能MP3播放器。 5.两路立体声输入。 6.双编组输出。 7.分路均衡四段可调。 8.总输出又≥七段图示均衡可调。	台	1	

		14	线材	符合国标要求	批	1	配件辅材
		培训室音响					
		1	音响	1.单元配置：低音≥10"，高音≥2只。 2.频率响应：≥50Hz-20KHz。 3.灵敏度：≥90dB1.0w/1m。 4.标称阻抗：8Ohm。 5.额定功率：≥130W。 6.峰值功率：≥260W。 7.产品尺寸：约433（宽）×260（深）×250（高）mm。 8.重量：约11kg。 9.输入方式：接线盒。 10.吊挂硬件：M8。	台	4	
		2	功放	1.额定输出功率：≥400W×2。 2.信噪比：>100dB。 3.总谐波失真（1KHz）：≤0.05%。 4.互调失真：≤0.05%。 5.频率响应（20Hz-20KHz）：≤±0.5dB。 6.阻尼系数：>300。 7.输入阻抗（平衡输入）：20KΩ。 8.分离度（正常工作条件1KHz）：>70dB。 9.输入连接方式：母卡侬，单插。 10.输出连接方式：四芯音箱方座，接线柱。	套	1	
		3	一拖四无线会议话筒	产品描述： 1.产品运用先进的数字导频技术线路设计，抗干扰能力强，确保传输稳定； 2.配备两用延长增强信号天线，可依据不同使用场合灵活选择，有效增强信号稳定性； 3.广泛适用于企事业单位、会议演讲、会议系统安装以及政府机关等各类场景。 产品特点： 1.配备液晶显示屏，能够清晰直观地展示接收机及发射器的工作状态； 2.工作频段为UHF640-690MHz，支持多频点选择； 3.主机具备一键搜频功能； 4.搭载自动对频技术； 5.接收机设有锁定功能； 6.拾音距离≥50-80mm。 技术参数： 系统指标： 载波频率：UHF640-690MHz 可用带宽：每通道30MHz 调制方式：FM调频 信道数目：红外线自动对频≥200信道 频道：≥4×50channels 偏移度：45KHz 动态范围：>100dB 音频响应：60Hz-18KHz 综合信噪比：>100dB 综合失真：<0.5% 接收机指标： 接收方式：二次变频超外差 振荡方式：PLL锁相环 中频频率：第一中频：110MHz，第二中频：10.7MHz 天线接口：BNC座 显示方式：LCD 灵敏度：-100dBm(40dBS/N) 杂散抑制：>80dB 音频输出：非平衡：+4dB(1.25V)/5KΩ，平衡：+10dB(1.5V)/600Ω 供电电压：DC13.5V 供电电流：800mA 发射机指标： 频率：640-690MHz 振荡方式：PLL锁相环 输出功率：3dBm-10dBm(LO/HI转换) 电池：3节“1.5V5号”电池 电流：<100mA(HF)，<80mA(LF) 供电电压：3V(1.5VAA电池3节) 供电方式：1.5VAA电池	套	2	

4	返馈器	本反馈抑制系统具有全自动检测现成啸叫点功能，通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制啸叫，有效提升本地扩音声压和清晰度。 采用模块化设计，可根据不同的工程需要，选配相应的模块功能，节约工程成本。 本反馈抑制系统设计灵活多变，具备5路话筒输入，1到4路话筒具备自动混音功能，第5路话筒具有最高优先功能，各个功能可根据不同场合的需要单独接入或者旁通，调试简单方便。 配有专用的录音接口，各个输入输出接口都带有独立音量调节，话筒更带有音调调节。 本产品主要针对现代化教学、会议，庭审的录音和远程会议通话专门研究开发。 1.≥5路话筒平衡输入 2.每路话筒独立的音量调节 3.独立的48V供电，话筒1-4可选4选1功能 4.可以直通4选1功能(选购)，第5路具有最高优先功能 5.可以旁通线路输入莲花接口，独立的音量控制(进入反馈功能) 6.输入阻抗：话筒输入:≥47KΩ，线路输入:≥10KΩ 7.输出阻抗:主输出:≤220Ω，录音输出:≥1KΩ 8.话筒和线路输入信号高音提升减调节	项	1	
5	调音台	1.不少于8路单声话筒输入和线性输入。 2.≥16种DSP数字混响效果。 3.≥带48V幻像供电。 4.带录音和蓝牙多功能MP3播放器。 5.两路立体声输入。 6.双编组输出。 7.分路均衡四段可调。 8.总输出又≥七段图示均衡可调。	台	1	
6	线材	/	批	1	配件辅材
前大门LED屏					
1	高亮防水LED显示屏	1.物理点间距：≤10mm。 2.模块尺寸：兼容320×160mm或同等规格。 3.物理密度：≥10000点/㎡。 4.像素基色：R1R。 5.具备高亮防水性能，适用于室外大门等场景。	张	330	
2	电源	1.额定输入电压：200VAC～240VAC。 2.额定输出电压：V1：+5.0Vdc。 3.额定输出电流范围：0～40.0A。	台	45	
3	控制卡	1.控制范围≥2048×512像素。 2.HUB接口：≥2×50PINHUB。 3.通信方式：Wi-Fi+USB+LAN。 4.外部传感器：支持温度、湿度、亮度、遥控、PM2.5等。	张	3	
4	数据线	国标	条	330	配件辅材
5	电源连接线	国标	条	34	配件辅材
6	电缆	国标	米	项	配件辅材
7	钢结构	国标订制	㎡	17	配件辅材
8	安装施工费	包含设备安装、系统调试、培训、验收配合等。	项	1	配件辅材
后大门LED屏					
1	LED显示屏	1.物理点间距：≤10mm。 2.模块尺寸：兼容320×160mm或同等规格。 3.物理密度：≥10000点/㎡。 4.像素基色：R1R。 5.具备高亮防水性能，适用于室外大门等场景。	张	226	
2	电源	1.额定输入电压：200VAC～240VAC。 2.额定输出电压：V1：+5.0Vdc。 3.额定输出电流范围：0～40.0A。	台	34	
3	控制卡	1.控制范围≥2048×512像素。 2.HUB接口：≥2×50PINHUB。 3.通信方式：Wi-Fi+USB+LAN。	张	1	
4	数据线	国标	条	215	配件辅材
5	电源连接线	国标	条	215	配件辅材
6	电缆	国标	项	1	配件辅材
7	钢结构	国标订制	㎡	5.6	配件辅材
8	安装施工费	包含设备安装、系统调试、培训、验收配合等。	项	1	配件辅材

		9	摄相头	1.成像规格：有效像素≥850万，最高输出4K（3840×2160）@30fps。 2.镜头与变焦：光学变焦≥12倍，广角水平视场角≥88°。 3.云台性能：水平旋转范围±170°，垂直俯仰范围±90°，可设置≥256个预置位。 4.暗光成像：最低照度≤0.05Lux（彩色模式），具备超宽动态WDR技术。 5.输出接口：同时具备HDMI、USB3.0、RJ45网口，支持POE网线供电。 6.音视频算法：编码支持H.264/H.265。 7.控制方式：支持RS232/485串口、网络远程控制。	台	1	

采购包8：

标的名称：信息化建设弱电监控项目

序号	参数性质	技术参数与性能指标

重要说明：

（1）标注“★”符号的参数需求为实质性要求。投标人须在投标文件中提供相应证明材料，证明材料包括但不限于：制造商官方网站截图、产品彩页、产品白皮书、第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等。未提供证明材料，或提供的证明材料不足以证明其满足参数要求的，视为不满足招标文件要求。（未标注“★”的参数不适用本项规定。）带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

（2）投标人须在投标文件中如实填写所投产品的参数响应情况。中标后，如发现投标人虚假响应，即其所投产品任一实际技术参数与投标时响应不符；或在合同履行过程中发现投标人在投标时虚假响应，即所供产品任一实际技术参数与投标时响应不符的，采购人将上报政府采购监督管理部门依法处理。

（3）如涉及提供中小企业声明函、本国产品声明，仅填写标的物名称，标的物名称以技术要求名称为准；不体现辅材，辅材不单独列项。

（4）投标人报价须包含设备的采购、运输、仓储、施工、安装、调试、安全措施、临时设施、利润、规费、税金等一切费用。

序号	技术要求名称	具体技术（参数）要求	数量	单位	备注
		监控设备			
1	（核心产品）网络存储设备	1.设备具有≥1个RS232串口/CONSOLE接口、≥1个VGA接口、≥1个HDMI、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥2个千兆网口、1个千兆管理网口、支持PCI-E3.0插槽； 2.可接入硬盘容量1TB/2TB/3TB/4TB/5TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB/25TB/26TB；支持SATA或SAS接口硬盘；支持硬盘交错/分时启动； 3.▲可对视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 4.支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设； 5.▲设备内置大模型算法引擎，支持对目标图像和自然语言的多模态大模型建模，建立目标图像和自然语言的对应关系，目标包括人、车、非机动车及其附属物品； 6.▲支持接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行多模态大模型建模，目标图片大模型建模性能≥10张/s； 7.▲以文搜图支持秒级检索，不低于500w条目标数据3s内出结果，首页以文搜图结果正样本召回率大于90%； 8.内置图文搜索引擎，支持开放式语义检索，输入文字描述即可查找人、车、非机动车及附属物等目标；搜索文本支持20个以内文字； 9.支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持搜索结果相似度自定义设置展示；支持自定义选择时间范围； 10.界面支持以图形和文字方式展示高频词，可自由组合选择，如人的上衣颜色、下装颜色、随身物品、性别等；车的颜色、类型、品牌等；其他的包括保安、抽烟、打电话、玩手机等； 11.▲支持自定义以文搜图≥5个高频热词分组，组内可添加高频搜索词汇；支持用户选择高频词后，设备可自动填充描述成句； 12.▲支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持≥10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索； 13.支持搜索结果按相似度排序展示，根据搜索结果，可一键关联录像片段及以图搜图，对目标进行二次精准检索定位，还原目标的跨通道行动轨迹； 14.以文搜图检索结果支持以相似度、时间、通道等条件对检出录像/图片进行排序或筛选； 15.支持web或平台通过网络接口来调用设备以文搜图板块，进行以文搜图及页面展示； 16.设备支持以文搜图内容合规性检测，可自动过滤敏感内容，且合规检测算法支持在线升级。	1	台	
2	硬盘	1.★≥12TB容量，具备SATA3.0接口，≥7200RPM 2.传输速率≥267 MB/s，≥512MB高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 3.MTBF≥2,000,000小时 4.▲支持≥5年有限质保服务。 5.此硬盘数量为预估算，实际存储时应保证50路，720p 2M码率存储90天以上。	16	片	
3	服务器	1.CPU配置≥1颗国产处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64，热设计功耗≥65W； 2.▲内存配置≥64G DDR4，≥4根内存插槽，最大支持扩展≥256GB。此配置为预估配置，应保证安防系统稳定运行时，总cpu使用率，总内存占用率不超过85%； 3.硬盘配置≥2块600GB 10K 2.5英寸 SAS盘； 4.配置1块SAS_HBA卡，(支持RAID 0/1/10)； 5.PCIE扩展：支持≥4个PCIE插槽； 6.网口：板载≥2个千兆电口，支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口； 7.其他接口≥1个千兆RJ-45管理接口，≥7个USB 3.0接口； 8.电源：配置360W高效单电源。	1	台	

4	基础包	1.支持小区场景、通用场景化应用配置； 2.支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配； 3.▲支持配置不同角色权限，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 4.支持用户权限管理； 5.支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登录平台； 6.支持APP移动账户管理，对账户启用、禁用和密码重置； 7.支持管理人员人脸、指纹、卡； 8.支持通过资源包方式扩展区域、人员、组织、车辆字段属性； 9.支持虹膜采集设备接入，采集虹膜数据信息； 10.支持软授权方式； 11.支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用。	1	套	
5	医院门户工作台	1.工作台自定义能力，可以为不同角色、不同用户提供专属的工作界面，避免无效信息的干扰，大大提高工作效率； 2.根据用户权限，关联常用业务系统； 二、应用导航 1.提供按应用分类、事项分类等导航功能，方便查询办理各类事项； 三、快捷入口 1.根据用户权限，在门户中提供常用应用的快捷入口，方便用户使用相关服务； 四、待办中心 1.管理人员登录系统后，能够针对用户提交的申请内容进行审核并反馈，包括但不仅限于受理、退回、转办等功能； 五、通知公告 1.展现公告管理系统对外发布的公告信息，可以查看公告信息详情。	1	套	
6	设备迁移	监控设备服务器从一楼迁至六楼机房并安装调试好；	1	项	
7	外围摄像头	1.▲支持输出图像分辨率不低于2560x1440； 2.内置≥1颗CPU、GPU、NPU于一体的芯片； 3.补光灯灯杯采用双层透镜结构； 4.补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 5.可通过IE浏览器或客户端开启白光补光； 6.在低照环境下，开启补光灯，样机可识别距离≥30m处人体轮廓； 7.可通过IE浏览器设置码流套餐为画质优先、均衡模式、存储优先及自定义≥4种类型； 8.内置靶面尺寸≥1/1.8英寸的CMOS图像传感器、光圈≥F1.0； 9.支持对H.264、H.265编码格式的视频进行AI编码。开启AI编码功能后，视频编码格式、分辨率、帧率保持不变； 10.▲支持大模型AI编码功能。可保持可视场景中目标（如人、车）的图像质量，并虚化背景以降低码率和存储空间； 11.在同一监控场景下，AI编码功能开启并运行24h后，相比于不开启AI编码功能状态下的H.265编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于50%； 12.支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置。	6	个	
车库道闸					

1			1	抓拍显示一体机	1.录像文件或图片防篡改； 2.断网续传功能：当网络断开时，可将抓拍图片存储于样机内置TF卡内，当网络恢复时，可上传抓拍图片至PC本地。支持TF卡支持自动识别自动格式化和TF卡抓拍图片自动覆盖功能； 3.车牌跟踪功能检查：支持对车牌实时跟踪并识别； 4.无牌车辆抓拍功能检查：当视频监控区域内有无号牌车辆进入时，可对该车辆进行抓拍； 5.机动车捕获率：在天气晴朗无雾条件下进行测试，日间环境光照度不低于200 lx，夜间辅助光照度不高于30 lx。日间机动车捕获率≥99.9%；夜间机动车捕获率≥99.9%； 6.机动车车牌识别准确率试验：在天气晴朗无雾，机动车结构化属性信息清晰可辨的条件下进行测试，日间环境光照度不低于2001x，夜间辅助光照度不高于301x。日间机动车车牌号识别准确率≥99.9%；夜间机动车车牌号识别准确率≥99.9%； 7.车身颜色识别功能检查：支持车身识别的颜色种类包括：≥10种颜色； 8.语音播报功能检查：支持在设备里保存语音片段，通过音频输出口控制外部音频设备输出语音；支持播放后台下发的语音信息； 9.显示屏功能检查：支持滚动或静止显示过车时间、车牌号、停车时长、收费金额、自定义内容等信息； 10.外接道闸控制功能:布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关； 11.补光灯控制功能检查：内置补光灯，可通过IE浏览器或客户端开启/关闭。支持在低照度环境下，自动开启补光灯，并调节补光灯亮度；12.支持按预先设置时间段开启补光灯，控制补光灯亮度。支持手动调节补光灯亮度，补光灯亮度1~100可调； 13.三码流输出功能：三码流同时输出可达到：主码流：分辨率≥1920×1200，帧率≥25帧/s，码率≥4Mbps;第一辅码流：≥分辨率1920×1200，帧率≥25帧/s，码率≥4Mbps;第二辅码流：≥分辨率720×576，≥帧率为25帧/s，码率≥2Mbps； 14.宽动态设置检查:具有宽动态设置选项，并可通过菜单设置功能开启/关闭； 15.报警功能检查：发生以下情况之一时应产生报警提醒：（1）当识读到未授权的车辆时；（2）当识读到已设定须提示的车辆时；(3）当未经正常操作而使出入口挡车器开启时(4)当通讯发生故障时； 16.黑白名单同步和比对功能检查：联网时，可与后台的黑白名单同步，并进行比对和管控；断网时，可使用本地保存的黑白名单进行比对和管控； 17.车牌识别功能检查：支持识别大（小）型汽车、使领馆汽车、警用汽车、军车、新能源汽车（小车的绿色和大车的黄绿色的车牌号；支持识别倾斜角度0°~30°的车牌号；支持识别相机法线与行车方向角度小于65°的车牌号；支持识别车牌宽度范围为70像素~300像素的车牌号； 18.异常车牌识别功能：支持对部分污损车牌及遮挡面积不超过1/3的车牌进行检测和识别； 19.机动车行进方向识别功能检查：支持识别机动车行进方向；行进方向包括来向、去向； 20.过车放行响应时间试验：车牌触及检车线至样机发出抬杆信号的响应时间≤1s； 21.过滤抓拍功能检查：支持过滤抓拍功能，可设置正向抓拍、背向和全部抓拍； 22.虚假车牌过滤：支持对打印车牌，单独车牌照片等虚假车牌进行过滤； 23.连续过车功能检查：支持于连续过车模式，连续过车时道闸不落杆； 24.强光抑制设置检查：强光抑制设置选项。	2	台	
			2	自动挡车器	1.有效通行宽度≥2740mm； 2.通道宽度≥3000mm； 3.道闸高度≥3500mm ； 4.开/关到位输出接口：≥各1组； 5.开/关/停控制信号接口：≥各1组； 6.红外/地感防砸信号接口：≥1组； 7.485控制接口：≥1组 ； 8.工作温度和湿度：-30~70°C ； 9.尺寸(mm)：≥370*262*1060； 10.防护等级：≥IP54； 11.工作电压：≥AC220V； 12.电机类型：直流无刷； 13.运行噪声：≥60分贝； 14.电机功率：≥250W； 15.运行速度：抬杆：2.5s； 16.落杆：≥2.5s 3s 3.5s（默认2.5s）； 17.机箱材质：SECC； 18.含防砸雷达。	1	台	

3	出入口控制终端	1.功能，能够通过 WIFI访问设备、控制设备、配置停车场相关功能； 2.远程访问运维功能：设备上电后，无需连接外部网络，可依靠设备自带无线通讯模块，进行远程运维、远程配置、远程操作、远程控制停车场； 3.网口与车道自动关联功能检查：指定网口与车道进行绑定，当其他设备接入相应网口后，可直接绑定设备与车道，免除重新配置车道等步骤； 4.防车辆假出场逃费功能检查：当接入的出口摄像机识别到车辆倒退行为时，可联动设备对车辆进行入场处理，防止车辆假出场逃费行为； 5.轮轴识别仪接入功能检查：支持接入轮轴识别仪识别车辆轮轴数量，支持配置按轮轴数量来收取不同的停车费用； 6.计数相机接入功能检查：支持接入出入计数相机统计停车场的余位，可计算车辆的进出，形成出入记录； 7.手机扫码访问功能检查：支持手机扫码访问，可通过扫描设备二维码访问设备所有界面； 8.BS/CS 客户端功能检查：设备支持BS架构，可通过浏览器登录BS客户端，支持功能包括：登录设备、控制出入口管控、录入名单、查询过车记录；设备支持CS架构，可通过鼠标、键盘、显示器登录设备CS客户端，支特功能包括：登录设备，控制出入口管控、录入名单、查询过车记录； 9.交换机功能检查：具有多口交换机功能，支持8个10/100m自适应 RJ45接口进行网络交换功能； 10.终端备份功能检查：一台终端管理停车场，可额外设置另外一台备机，当前设备故障时，另外一台可以切换成正式管理设备，保持停车场正常运行； 11.APP快速配置功能检查：设备支持APP快速配置，可通过APP实现整个停车场的快速配置； 12.BS/CS架构检查：支持本地VGA显示控制使用和WEB端远程控制使用。	1	台	
内外网无线AP					
1	外网吸顶AP	1.电源输入：DC:48V±10%，支持PoE供电：满足802.3bt以太网供电标准； 2.最大用户数：不少于1024（双射频模式），实际用户数会因使用环境而有所不同； 3.接口：≥1x5GE+1xGE电口≥物联网内置物联网插槽。支持Wifi6协议； 4.工作温度：-10℃～+50℃； 5.天线类型：内置智能天线，空间流基础能力不低于2.4GHz：2×2:2，5GHz：4×4:4。	7	台	
2	内网吸顶AP	1.电源输入：DC:48V±10%，支持PoE供电：满足802.3bt以太网供电标准； 2.最大用户数：不少于1024（双射频模式），实际用户数会因使用环境而有所不同； 3.接口：≥1x5GE+1xGE电口≥物联网内置物联网插槽。支持Wifi6协议； 4.工作温度：-10℃～+50℃； 5.天线类型：内置智能天线，空间流基础能力不低于2.4GHz：2×2:2，5GHz：4×4:4。	20	台	
3	内网AP控制AC	1.主机不少于10个千兆以太口,2个万兆SFP+,含AC/DC 电源适配器)； 2.最大可管理128个AP。	1	台	
4	外网无线控制器授权	1.无线接入控制器AP资源授权。	1	套	
5	POE交换机8口千兆	1.提供≥8个千兆PoE电口，≥2个千兆光口； 2.线速转发、无阻塞设计； 3.千兆网络接入设计； 4.存储转发交换方式； 5.坚固式高强度金属外壳； 6.支持PoE输出功率管理。	14	台	
6	核心交换机	1.提供≥16个千兆PoE电口，≥2个千兆光口； 2.交换容量≥36 Gbps； 3.包转发率≥26.78 Mpps； 4.支持IEEE 802.3at/af； 5.端口最大供电功率：30 W； 6.整机最大供电功率：125W； 7.支持6 KV防浪涌（PoE口）。	2	台	
7	网线	六类。	8	箱	配件辅材
8	施工费	/	1	项	配件辅材
综合布线					
1	4口ONU	1.802.1x 保证设备接入安全； 2.可靠性高，支持 type B 业务保护； 3.eSight 集中管理； 4.多网融合，支持 ONU 端口级硬隔离，1 台 ONU 不同端口可通过硬隔离技术安全接入多张网络。	1	台	
2	2口ONU	1.802.1x，IPv6/IPv4 防火墙保证设备接入安全和网络安全； 2.可靠性高，支持 type B 双归属业务保护； 3.多网融合，支持 ONU 端口级硬隔离，1 台 ONU 不同端口可通过硬隔离技术安全接入多张网络。	15	台	
3	8口ONU	1.802.1x，IPv6/IPv4 防火墙保证设备接入安全和网络安全； 2.可靠性高，支持 type B 双归属业务保护； 3.多网融合，支持 ONU 端口级硬隔离，1 台 ONU 不同端口可通过硬隔离技术安全接入多张网络。	4	台	
4	网络箱	国标订制。	5	台	

		5	六类网线	国标。	5	箱	配件辅材
		6	皮线光纤	单模。	12000	米	配件辅材
		7	电源线	2.5平方国标。	7	卷	配件辅材
		8	辅材	尾纤、分光器、热缩管、水晶头、插板.标签等。	1	项	配件辅材
		9	施工费	强弱电布线、容纤、设备安装调试等。	1	项	配件辅材
		10	宿舍楼WIFI	PON口+2.5G电口+GE口，内置AC控制器，每层不少于2个Wi-Fi6 Ap。	1	套	

采购包9：

标的名称：信息化建设排队叫号系统及病房电梯

序号	参数性质	技术参数与性能指标

重要说明：

（1）标注“★”符号的参数需求为实质性要求。投标人须在投标文件中提供相应证明材料，证明材料包括但不限于：制造商官方网站截图、产品彩页、产品白皮书、第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等。未提供证明材料，或提供的证明材料不足以证明其满足参数要求的，视为不满足招标文件要求。（未标注“★”的参数不适用本项规定。）带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。

（2）投标人须在投标文件中如实填写所投产品的参数响应情况。中标后，如发现投标人虚假响应，即其所投产品任一实际技术参数与投标时响应不符；或在合同履行过程中发现投标人在投标时虚假响应，即所供产品任一实际技术参数与投标时响应不符的，采购人将上报政府采购监督管理部门依法处理。

（3）如涉及提供中小企业声明函、本国产品声明，仅填写标的物名称，标的物名称以技术要求名称为准；不体现辅材，辅材不单独列项。

（4）投标人报价须包含设备的采购、运输、仓储、施工、安装、调试、安全措施、临时设施、利润、规费、税金等一切费用。

序号	技术要求名称	具体技术（参数）要求	数量	单位	备注
1	多媒体医疗导引平台系统	1.系统基于B/S架构，免安装客户端，支持浏览器登录及远程访问。 2.系统应支持医院实际场景的业务信息化需求，包括公共区域大厅、电梯厅、会议室、相关科室候诊区的信息发布、科普宣教、排队展示、会议显示、直播发布、患者查询等。 3.系统应能够与HIS、PACS、LIS等信息系统进行数据交互，支持按照序号或签到顺序自动生成排队队列。 4.系统可根据各科室就诊流程，灵活配置叫号机制，适应各种队列排序方式、呼叫模式、显示样式、语音效果。 5.系统应支持快速自定义设置诊区属性，支持门诊、医技、急诊、体检、发热、药房、窗口排队等多种医院场景类型；支持不同场景下初诊时长设置、复诊隔天天数设置、语音对讲、医护通讯、自定义描述说明功能。 6.候诊区域一级分诊屏、医生所在诊室门口的二级分诊屏应显示各自对应的叫号信息，并实现对应的叫号语音同步播报。 7.系统应支持全自动形成队列、人工报到形成队列（患者自助报到、护士操作报到）以及自动及人工混合报到三种模式。 8.系统应支持分诊管理服务平台角色类型划分，如分诊台管理、队列管理、终端管理、数据源管理、温馨提示、午别设置、分诊统计、页面管理等。 9.护士站电脑安装护士工作站管理软件，能够在其管控区域内对患者就诊状态检索、排队队列管理以及预约等操作。 10.医生电脑安装医生工作站管理软件，能够根据需求实现顺序叫号或选择叫号功能。 11.为保证系统稳定性，系统应提供高可用容灾服务，支持主应用服务器故障时自动转移至备应用服务器。 12.▲支持页面显示功能，支持多种文字显示，可设置文字大小、字体、颜色、行背景色、透明度等参数。 13.支持以图形可视化界面方式对不同身份属性患者排队优先级规则的自定义设置，包括顺延人数、间隔呼叫人数、首位惩罚人数等，通过鼠标拖拽可自由排序。 14.支持自定义语音的个性化设置，可设置诊室门口、候诊区和分诊台呼叫的语音播报规则；支持播放声音（普通话、粤语、英文等），语音读法、语速、重复次数设置等；支持分别设置忙时、闲时语音规则。 15.▲支持多音字维护，支持通过原本姓氏和可编辑的替换发音进行一一对应，实现姓氏语音的正确播报。 16.▲支持在后台队列开启预留号时，分诊台可以为正在排队人员赋予预留号。	1	套	
2	普通门诊导诊叫号系统	1.系统可根据诊间环境大小及特点设定诊间等候区等候人数1-3人不等。 2.系统可进行队列干预，可进行报到、查询、复诊、优先、延迟、绿色通道、转诊等控制功能。 3.患者多的时候，可以开启二级分诊模式。 4.系统支持对复诊、过号患者与初诊患者进行间隔呼叫的设定，设定规则灵活简便。 5.系统须支持全自动形成队列、人工报到形成队列以及自动及人工混合报到三种模式。 6.支持一对多（单个医生看诊多个队列）和多对一（多个医生看诊同一个队列）叫号模式。 7.支持一诊室一医生、一诊室多医生的排队叫号模式。 8.▲为响应国家“一号管三天”政策要求，系统应支持以图形化界面自定义设置复诊隔天数；支持数据保留设置，实现初诊保留时间。支持隔天复诊自动分配医生，分配规则支持多种模式选择。 9.▲支持在后台以图形化界面为姓氏中常见多音字进行多音字替换发音维护。 10.系统须支持队列预检功能。	1	套	

1

1		3	护士分诊台管理软件	1.分诊台软件应支持签到与不签到两种模式进入叫号队列。 2.分诊台软件应支持多科室管理，可显示当前诊区下的多个科室，并显示当前科室下的出诊医生。 3.可查看某检查项的排队信息，包含等候人数、过号人数、预约未报到人数，以及患者的检查项信息，同时可为患者做“优先”“暂停”“调号”等操作。 4.系统支持拖拽排序。 5.▲支持当前区域内发生紧急情况时，可及时给门诊统计大屏或第三方对接发送求援信息请求协助。 6.▲支持分诊台替呼功能，通过护士/其他医护人员在分诊台点击下一位或呼叫按钮，代替医生端/检查室/窗口工作人员呼叫下一位人员。 7.护士站须支持工作人员对排队人员赋予身份标识（军人、老人、儿童等）。 8.▲支持鼠标右键快捷菜单功能，适用于呼叫、优先、回退、暂停、弃号等操作。 9.▲满足通过分诊台管理软件实现护士控制管辖诊区对应分诊设备的开机、关机、清屏、重启、刷新等操作。 10.支持语音播报，支持直接语音和文字编辑的方式进行广播，终端自动播报发声；支持按次广播和时段广播。	5	套	
		4	医生工作站叫号软件	1.支持顺序呼叫、选择呼叫、扫描呼叫等三种呼叫方式。 2.▲支持使用人员与分诊台发送文字聊天功能。 3.支持过号患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数。 4.▲支持医生求援功能，当即将发生伤医事件时可通过快捷按键隐蔽触发求援，通知护士站、门办及第三方安保力量。 5.可开放叫号器功能接口，允许第三方系统调用。	1	套	
		5	信息显示客户端软件	1.每个终端需具备证书授权功能，防止内容篡改，保证稳定发布。 2.支持基于HTTP、RTSP、UDP等各类流媒体协议的视频流接收及播放，可以设定缓冲，支持多终端同步播放。 3.支持主动响应分诊台、叫号器发送的文字内容，转为语音进行广播。 4.支持主动响应叫号器呼叫信息，进行语音播报，包括但不限于分诊台呼叫、一级叫号、二级候诊呼叫等。 5.支持即时响应分诊台触发的重启、开关机、截屏、清屏等操作。	10	套	
		6	数据系统接口软件	1.可根据实际项目具体需求，与医院HIS系统厂商进行数据对接。 2.支持数据库视图、中间表、WebService、SOCKET、DLL调用、WebAPI等多种方式实现与HIS系统及其他信息系统的数据交换。 3.接口开发、联调、制造费用已包含在本次招标报价中。 4.后期增加设备不再单独授权或收取接口费用。 5.投标人须针对上述第1—4条要求提供承诺函，并加盖投标人公章。承诺函内容将作为合同履行的依据。	1	套	
		7	（核心产品）英寸网络液晶一体机（带灯箱）	1.★显示屏尺寸：≥22英寸。 2.处理器要求：不低于四核。 3.内存要求：≥1GB。 4.外存储：≥8GB。 5.▲操作系统：Android操作系统。 6.分辨率：≥1920×1080。 7.数据接口：≥USB2.0×2。 8.通信接口：10/100Mbps。 9.▲灯箱设计：支持顶部灯箱或门牌显示设计，可更换门牌号。 10.音频格式：MP3/WMA/AAC。 11.视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/TS/ASF/FLV/WebM。 12.工作电压：220V50Hz。 13.▲可实现诊间签到功能，扫描签到响应迅速。 14.支持设置开机程序、APP或打开指定网页。	10	台	
		8	电视机	1.▲4K全面屏电视，分辨率≥1920×1080，屏幕尺寸≥43吋。 2.亮度≥200nits，对比度≥1200:1；低蓝光；色温可调。 3.屏幕比例≥16:9；最大可视角度≥178°。 4.Android9.0及以上智能操作系统，四核高性能处理器，内存≥1GB，存储≥8GB，内置WiFi模块。 5.支持HDMI≥2、AV接口≥1、RF(DTMB)接口≥1、USB2.0≥1。 6.▲支持设置上电开机；支持频道禁用、支持无操作无信号待机。 7.▲支持替换开机画面、动画、视频。 8.可设置最大音量，开机支持U盘克隆。 9.支持热点，带有无线网络记忆功能；手机投屏电视功能。 10.支持DLNA、AirPlay、Miracast多屏互动。 11.双声道喇叭≥10W×2。 12.待机功率：≤0.5W。	50	台	

采购包10：

标的名称：信息化建设超融合服务器扩容及网络等保升级

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		略阳县中医医院网络安全运维及扩容服务项目采购需求 **一、项目概述** **1. 项目背景** 略阳县中医医院自信息化体系建设以来，陆续采购部署防火墙、上网行为管理、堡垒机、备份一体机等各类网络安全设备，分层搭建覆盖网络边界、内网终端、业务数据的纵深网络安全防护体系。目前，院内早期部署的安全设备已维保到期，各类设备安全特征规则库、防护授权需年度续期。为持续发挥安全设备防护效能，保障医院网络、业务系统及医疗数据安全，现开展本次设备维保续期工作。 **2. 项目主要内容** 安全设备维保服务： 对医院现有防火墙、上网行为管理、堡垒机、备份一体机、终端安全管理系统开展专项维保，包含设备硬件故障排查检修、运行状态监测、系统漏洞修复、安全特征规则库定期更新、设备策略优化配置。

1	★	设备集群扩容服务：针对医院现有信息化设备集群进行扩容优化，提升业务系统承载能力、数据处理效率及整体运行稳定性。 常态化安全托管服务：提供专业网络安全托管运维服务，包含日常网络安全巡检、安全风险隐患排查、突发安全事件应急处置、安全运维技术咨询等工作。 等保三级测评及配套专项服务：针对院内综合互联网医院信息系统提供网络安全等级保护三级专项支撑服务，协助完成等保备案、差距整改、测评实施等全流程工作。 **二、项目采购要求** **1. 防火墙维保** 基本要求：提供防火墙设备维保服务，包含软件版本升级授权、硬件故障维修及技术支持。设备型号：AF-1000-B1310（1台）、AF-1000-B1120（1台）、AF-2000-B2132（2台）。特征库升级：提供IPS入侵防御特征库、僵尸网络病毒库、URL&应用识别库升级。 功能要求：对设备进行策略优化和定期巡检，保障设备的安全稳定运行。 质保及售后服务要求：提供3年规则库、软件更新及硬件质保服务。 单位：项 数量：1 **2. 上网行为管理维保** 基本要求：提供上网行为管理设备维保服务，包含软件版本升级授权、硬件故障维修及技术支持。设备型号：AC-1000-B1190（1台）。规则库升级：提供URL分类库、应用识别规则库持续升级。 功能要求：对设备定期开展设备巡检、策略优化与安全加固，保障设备安全、稳定、合规运行。 质保及售后服务要求：提供3年规则库、软件更新及硬件质保服务。 单位：项 数量：1 **3. 堡垒机维保** 基本要求：提供堡垒机设备软件版本升级授权、系统漏洞修复服务，迭代最新稳定固件及功能模块；增加30个点授权。提供设备硬件故障检测、维修、部件更换及常态化技术支持，提供7×24小时故障响应、远程调试、现场处置等服务。设备型号：OSM-1000-B1150（1台）。 功能要求：对设备定期开展设备巡检、策略优化与安全加固，保障设备安全、稳定、合规运行。 质保及售后服务要求：提供3年维保服务。 单位：项 数量：1 **4. 备份一体机维保** 基本要求：提供备份一体机设备软件版本升级授权、系统漏洞修复服务。提供硬件故障检测、故障维修、损坏部件更换服务。设备型号：aStor-EDS1210（1台）。 功能要求：对设备定期开展设备巡检、策略优化与安全加固，保障设备安全、稳定、合规运行。 质保及售后服务要求：提供3年质保，提供异构备份能力，实现多种操作系统的备份，同时提供7×24小时常态化技术支持。 单位：项 数量：1 **5. 终端安全管理维保** 基本要求：提供终端安全管理系统维保服务，包含软件版本升级授权及技术支持。设备型号：EDR（1套）。特征库升级服务：提供病毒库、失陷检测特征库、行为分析特征库、软件识别规则库持续升级。 功能要求：对系统定期开展设备巡检、策略优化与安全加固，保障系统安全、稳定、合规运行。 质保及售后服务要求：提供3年质保。 单位：项 数量：1 **6. 集群扩容** 基本要求：1、提供配件硬件扩容，具体配置不低于：32G内存条≥48根、960G SSD硬盘≥2块、1.92T SSD硬盘≥6块、4T HDD硬盘≥4块、8T HDD硬盘≥8块。所有配件为全新正品，参数达标、成色全新、无翻新故障记录。2、服务器扩容配置：产品形态：≥2U机架式服务器，配置导轨；处理器：≥2颗C86系列处理器，单颗处理器核心数≥32核，主频≥2.2GHz，支持超线程、内置安全处理器；内存：≥256G（8*32G） 3200MHz DDR4内存；硬盘：≥2*960G SSD 硬盘；板载支持≥2块M.2 SSD硬盘；PCIe插槽：最大支持≥10个标准PCIe 4.0插槽，非存储、网络等设备专用插槽；业务接口：主板集成≥2个千兆以太网RJ45接口；RAID卡：配置一块2G缓存高性能raid卡；支持raid 0/1/5/6/10/60等；GPU：配置一块48G 显存计算卡；支持最大配置≥4块双宽GPU或者8块单宽GPU；接口：配置≥4个USB接口，≥2个VGA接口（前后面板各1个）；电源：配置≥2个铂金热插拔电源模块。 功能要求：所有新增内存、硬盘硬件需完全兼容适配采购人现有设备，可正常识别、挂载与读写，支持设备原有业务架构及存储调度机制。 可靠性及质量要求：扩容内存、硬盘硬件须与采购人现有设备兼容，新增配件应满足或优于原有设备的技术规格要求，内存和固态硬盘品牌和原有集群保持一致，扩容服务器满足参数要求。 质保及售后服务要求：所有扩容硬件提供不少于5年服务，并提供专业上门安装、调试、兼容适配检测服务。 单位：项 数量：1 **7. 安全托管服务** 基本要求：提供≥10个资产的服务授权。支持提供安全工具对服务资产开展互联网暴露面探测，梳理资产面向互联网的开放情况。提供云端检测和分析平台，为采购人提供7×24小时持续不间断的安全威胁分析鉴定。配置一名安全专家作为专属服务经理。 服务指标要求（提供承诺函）： （1）重大安全事件通告时间小于15分钟，一般事件通告时间少于30分钟； （2）重大威胁与事件的遏制影响完成时间少于15分钟，一般威胁与事件的遏制影响完成时间少于30分钟； （3）通告的各类安全事件的准确率不低于99%； （4）服务范围内的所有安全事件的闭环处置比例达到100%； （5）重大事故可启动应急响应机制，工作时间15分钟内云端专家响应，非工作时间30分钟内响应，8小时内可上门处置； （6）对服务范围内发现的高危可利用漏洞提供防护规则，防护率可达到99%； （7）一般安全事件的闭环完成时间少于8小时，重大事件的闭环完成时间少于24小时； （8）支持对接采购人现有的防火墙、终端安全管理等安全设备。 功能要求：安全监测预警，常态化漏洞巡检、事件应急处置，全资产合规审计管控。 可靠性及质量要求：1、厂商对服务范围内的资产需提供网络安全事件损失理赔承诺，即在正常服务过程中因厂商的服务缺陷导致采购人服务范围内的资产发生网络安全事件时，采购人有权要求厂商赔偿该事件直接造成的网络营业中断损失、数据恢复费用、第三者责任、应急响应损失、网络勒索损失，累计赔付金额不得低于20万人民币。 售后服务要求：提供4年售后服务，全天候专属值守，故障限时到场闭环处理。 单位：项 数量：1

		8. 测评服务 服务商对现有综合互联网医院信息系统提供等级保护测评配套服务，保障系统通过网络安全等级保护三级测评。 单位：年 数量：4 **三、其它要求** 1. 系统升级 （1）提供软件系统升级服务，设备软件版本持续更新。 （2）提供软件更新授权。 （3）提供在升级过程中的疑难问题远程升级指导及支持。 （4）提供定制的软件升级授权问题的咨询与处置。 2. 硬件维保 （1）告警威胁相关问题咨询与处置：通过电话了解故障现象，解答采购人疑问，指导采购人解决常见简单故障；在征得采购人允许的前提下，通过安全的接入方式进行远程分析诊断。 （2）提供硬件设备故障返厂维修服务，维修将在30个自然日内完成并寄回设备；设备故障送修启动后，在约定时限内提供同等规格备用备件。 （3）遇故障时按故障等级及时响应并提供电话支持或现场响应服务。 （4）定期提供设备运行健康检查及系统运行状况分析服务。 （5）提供必要的产品使用培训服务、技术交流服务。 **四、售后服务要求** 本项目质量保修范围包括防火墙、上网行为管理、堡垒机、备份一体机、终端安全管理系统的软件版本升级授权、硬件故障维修及技术支持、特征库与规则库升级、设备巡检与策略优化，集群扩容硬件的供货、安装调试与兼容适配，安全托管服务的资产授权、暴露面探测、云端威胁分析、安全专家服务及监测预警、漏洞巡检、应急处置、合规审计，以及等保三级测评配套服务和系统升级、硬件维保、备品备件保障、故障应急响应等配套服务；保修期自合同签订之日起计算，其中防火墙、上网行为管理、堡垒机、备份一体机、终端安全管理系统保修期为3年，集群扩容硬件保修期5年，安全托管服务保修期为4年，测评服务保修期为4年，整体软硬件售后服务承诺5年，售后保障工作遵照产品原厂公示的官方质保政策与服务条款落地。若原厂对产品迭代调整、缩减或终止技术支持与维保服务体系，服务商相关售后工作可依照原厂最新服务框架开展，服务期内全面覆盖故障处置、日常运维等保障内容。 基本服务管理要求 全天候技术支持服务：提供不限次7×24小时电话技术支持，实行“一站式”服务机制。 常态化运维档案管理：规范填写日常维护记录，定期整理提交运维技术档案，建立用户运维档案、设备基础信息档案。 定期巡检服务要求：　服务期内每季度至少开展1次现场上门巡检服务，合同签订后1个月内完成首次设备巡检，服务到期前1个月完成末次巡检。每次巡检完成后提交正式《设备巡检服务报告》，经采购人签章确认后作为付款依据。 现场专项人工服务：服务期内提供不限次数现场人工支撑服务，包含业务系统上线、功能变更、设备调试、系统部署调整等现场值守保障。 设备迁移保障服务：根据采购人网络架构、设备部署调整需求，免费提供设备迁移服务。 应急处置方案要求：服务商须编制完善的系统故障应急处置方案，明确应急流程、处置机制、人员职责。 设备专项服务要求 服务商统一负责本项目所有硬件、软件设备的现场技术支持与全量质保维保工作，具体服务内容包括：设备故障定位、故障排查、部件更换、配置还原、系统修复；网络策略、负载均衡、安全设备参数的配置调整与优化；设备系统版本升级、安全补丁更新、特征规则库同步更新；设备健康巡检、性能检测、隐患排查与运维优化；备件更换、故障设备替换、硬件维修服务；系统架构改造、策略重置、设备重装、系统适配调试等现场服务。 备品备件保障要求 服务商保障故障备件快速调配、及时到位。所有故障维修、替换配件均采用全新、未使用、独立合规包装的正品备件，严禁使用翻新件、替代件、拆机件。针对现场无法及时修复的硬件故障，免费提供同档次或更高配置备用设备顶替运行。 故障应急响应服务 一级应急故障（严重故障）：出现影响系统整体运行、业务中断、网络瘫痪等重大故障时，立即启动一级应急响应，一线专职工程师2小时内抵达现场。 常规故障（一般故障）：针对局部功能异常、设备轻微故障、系统隐患等一般性问题，一线工程师8小时内抵达现场开展排查修复。 五、说明 1.本需求中列明的设备型号仅用于标识采购人现有设备，便于投标人准确理解维保对象范围，不构成对投标产品品牌或供应商的限定。

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1:

合同签订后30日历天

采购包2:

合同签订后30日历天

采购包3:

合同签订后30日历天

采购包4:

合同签订后30日历天

采购包5:

合同签订后50日历天

采购包6:

合同签订后30日历天

采购包7:

合同签订后30日历天

采购包8:

合同签订后30日历天

采购包9:

合同签订后30日历天

采购包10:

合同签订后30日历天

3.4.2交货地点

采购包1:

采购人指定地点

采购包2:

采购人指定地点

采购包3:

9、采购人指定地点

采购包4:

采购人指定地点

采购包5:

采购人指定地点

采购包6:

采购人指定地点

采购包7:

采购人指定地点

采购包8:

采购人指定地点

采购包9:

采购人指定地点

采购包10:

采购人指定地点

3.4.3支付方式

采购包1:

分期付款

采购包2:

分期付款

采购包3:

分期付款

采购包4:

分期付款

采购包5:

分期付款

采购包6:

分期付款

采购包7:

分期付款

采购包8:

分期付款

采购包9:

分期付款

采购包10:

分期付款

3.4.4支付约定

采购包1:

1、 进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、 进度款，设备安装完毕后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%

3、 进度款，设备调试完毕，验收通过，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

采购包2:

1、 进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、 进度款，设备安装完毕后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%

3、 进度款，设备调试完毕，验收通过，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

采购包3:

1、 进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、 进度款，设备安装完毕后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%

3、 进度款，设备调试完毕，验收通过，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

采购包4:

1、 进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、 进度款，家具安装完毕后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%

3、 进度款，验收通过，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

采购包5:

1、 进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、 进度款，设备安装完毕后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%

3、 进度款，设备调试完毕，验收通过，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

采购包6:

1、 进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、 进度款，安装完毕后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%

3、 进度款，调试完毕，验收通过，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

采购包7：

1、 进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、 进度款，设备安装完毕后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%

3、 进度款，设备调试完毕，验收通过，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

采购包8：

1、 进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、 进度款，设备安装完毕后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%

3、 进度款，设备调试完毕，验收通过，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

采购包9：

1、 进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、 进度款，安装完毕后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%

3、 进度款，调试完毕，验收通过，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

采购包10：

1、 进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

2、 进度款，系统维护服务实施后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的40.0%

3、 进度款，服务期满并经甲方验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

验收标准： 符合国家标准及采购合同约定，证件齐全、参数达标、安装调试正常。验收方法：采购人依法组织验收小组，依据合同逐项核验；可设置到货检验、安装调试检验、最终验收等环节，出具验收书。

采购包2：

验收标准：符合国家标准及采购合同约定，证件齐全、参数达标、安全功能有效、安装调试正常。验收方法：采购人依法组织验收小组，依据合同逐项核验；可设置到货检验、安装调试检验、最终验收等环节，出具验收书。

采购包3：

验收标准：符合国家标准及采购合同约定，证件齐全、参数达标、安全功能有效、安装调试正常。验收方法：采购人依法组织验收小组，依据合同逐项核验；可设置到货检验、安装调试检验、最终验收等环节，出具验收书。

采购包4：

验收标准：符合国家标准及采购合同约定，证件齐全、参数达标、安全功能有效、安装调试正常。验收方法：采购人依法组织验收小组，依据合同逐项核验；可设置到货检验、安装调试检验、最终验收等环节，出具验收书。

采购包5：

验收标准：符合国家标准及采购合同约定，证件齐全、参数达标、安全功能有效、安装调试正常。验收方法：采购人依法组织验收小组，依据合同逐项核验；可设置到货检验、安装调试检验、最终验收等环节，出具验收书。

采购包6：

验收标准：符合国家标准及采购合同约定，证件齐全、参数达标、安全功能有效、安装调试正常。验收方法：采购人依法组织验收小组，依据合同逐项核验；可设置到货检验、安装调试检验、最终验收等环节，出具验收书。

采购包7：

验收标准：符合国家标准及采购合同约定，证件齐全、参数达标、安全功能有效、安装调试正常。验收方法：采购人依法组织验收小组，依据合同逐项核验；可设置到货检验、安装调试检验、最终验收等环节，出具验收书。

采购包8：

符合国家标准及采购合同约定，证件齐全、参数达标、安全功能有效、安装调试正常。验收方法：采购人依法组织验收小组，依据合同逐项核验；可设置到货检验、安装调试检验、最终验收等环节，出具验收书。

采购包9：

验收标准：符合国家标准及采购合同约定，证件齐全、参数达标、安全功能有效、安装调试正常。验收方法：采购人依法组织验收小组，依据合同逐项核验；可设置到货检验、安装调试检验、最终验收等环节，出具验收书。

采购包10：

本项目交付涵盖安全设备维保、集群扩容、安全托管及等保测评四部分。维保设备提供3年规则库、软件更新及硬件质保，每季度现场巡检1次，提交巡检报告并经采购人确认后作为付款依据；扩容硬件须兼容现有设备，品牌一致，提供5年服务及安装调试记录；安全托管提供4年服务、不少于10个资产授权，重大事件15分钟内通告、闭环处置率100%；等保测评提供4年三级专项支撑，每年提交测评报告，确保通过测评。售后提供7×24小时技术支持，一级故障2小时内到场，常规故障8小时内到场。未达承诺指标的，按合同约定扣减费用或追究违约责任。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包4：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包5：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确

保货物安全无损运抵指定地点。

采购包6：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包7：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包8：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包9：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包10：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质量保修范围：整机（含主机及配件）原厂保修，保修期内零配件更换、人工费、差旅费均由投标人承担。维修配件须为全新原厂配件，不得使用返修件。 保修期：自验收合格之日起整机原厂质保5年。质保期内因质量问题停用，保修期相应顺延；开机率低于约定标准的，按比例延长保修期。

采购包2：

质量保修范围：整机（含主机及配件）原厂保修，保修期内零配件更换、人工费、差旅费均由投标人承担。维修配件须为全新原厂配件，不得使用返修件。 保修期：自验收合格之日起整机原厂质保5年。质保期内因质量问题停用，保修期相应顺延；开机率低于约定标准的，按比例延长保修期。

采购包3：

质量保修范围：整机（含主机及配件）原厂保修，保修期内零配件更换、人工费、差旅费均由投标人承担。维修配件须为全新原厂配件，不得使用返修件。 保修期：自验收合格之日起整机原厂质保5年。质保期内因质量问题停用，保修期相应顺延；开机率低于约定标准的，按比例延长保修期。

采购包4：

对所供家具提供免费质量保修，保修期内因产品质量问题导致的维修、零配件更换及人工费用均由投标人承担；质保期自验收合格之日起5年，质保期内因质量问题停用的，保修期相应顺延。

采购包5：

质量保修范围：原厂保修，保修期内零配件更换、人工费、差旅费均由供应商承担。维修配件须为全新原厂配件，不得使用返修件。 保修期：自验收合格之日起整机原厂质保2年。质保期内因质量问题停用，保修期相应顺延；开机率低于约定标准的，按比例延长保修期。

采购包6：

质保期3年，自项目最终验收合格之日起计算。质保期内，中标人负责系统正常运行维护、软件功能缺陷修复、因系统设计或软件BUG等技术质量问题导致的故障处理，以及必要的软件升级与技术支持，所有维护费用包含在合同总价中，采购人不再另行支付。

采购包7：

整机（含主机及配件）原厂保修，保修期内零配件更换、人工费、差旅费均由投标人承担。维修配件须为全新原厂配件，不得使用返修件。 保修期：自验收合格之日起整机原厂质保期3年。

采购包8：

质量保修范围：整机（含主机及配件）原厂保修，保修期内零配件更换、人工费、差旅费均由供应商承担。维修配件须为全新原厂配件，不得使用返修件。 保修期：自验收合格之日起整机原厂质保3年。

采购包9：

本项目质量保修范围为排队叫号系统及病房电视全部软硬件设备、系统接口及配套设施等，质保期自最终验收合格之日起计算3年。

采购包10：

本项目质量保修范围包括防火墙、上网行为管理、堡垒机、备份一体机、终端安全管理系统的软件版本升级授权、硬件故障维修及技术支持、特征库与规则库升级、设备巡检与策略优化，集群扩容硬件的供货、安装调试与兼容适配，安全托管服务的资产授权、暴露面探测、云端威胁分析、安全专家服务及监测预警、漏洞巡检、应急处置、合规审计，以及等保三级测评配套服务和系统升级、硬件维保、备品备件保障、故障应急响应等配套服务；保修期自合同签订之日起计算，其中防火墙、上网行为管理、堡垒机、备份一体机、终端安全管理系统保修期为3年，集群扩容硬件保修期5年，安全托管服务保修期为4年，测评服务保修期为4年，整体软硬件售后服务承诺5年，保修期内合同约定维保项目不再收取任何额外费用。

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

详见合同约定为准

采购包2：

详见合同约定为准

采购包3：

详见合同约定为准

采购包4：

详见合同约定为准

采购包5：

详见合同约定为准

采购包6：

详见合同约定为准

采购包7：

详见合同约定为准。

采购包8：

详见合同约定为准

采购包9：

详见合同约定为准

采购包10：

详见合同约定为准

3.5其他要求

1、特别注意:为顺利推进政府采购电子化交易平台应用工作，投标人需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件。 2、中标人在采购结果发布后 3 个工作日内向代理机构提交纸质版投标文件以便于存档，投标文件正本 1 份，副本 2 份，电子版文件 2 份（以 U 盘为载体，电子版内容包括 Word 版本、签字盖章扫描后的 PDF 版本响应文件）。纸质投标文件均须 A4 纸打印，分别各自装订成册并编制目录和页码。 3、投标人在缴纳投标保证金时，请务必在银行转账备注栏中准确填写项目名称及标段。缴纳完成后，请将投标保证金缴纳凭证及开户许可证复印件一并附入投标文件中。上述材料将用于保证金退还时的信息核验，请确保所填信息真实、准确、完整。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

4.1一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包7:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包9:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

采购包10:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函
2	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照	投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照（或事业单位法人证书）等证明资料，自然人须提供身份证明。	资格证明文件.docx
2	法定代表人授权委托书	投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。	响应文件签署人身份证明.docx 资格证明文件.docx
3	汉中市政府采购供应商资格承诺函	投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。	汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx
4	资质	1.投标产品属于医疗器械管理的，投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）； 2.投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。	资格证明文件.docx
5	非联合体声明	本项目不接受联合体投标（提供非联合体声明）。	资格证明文件.docx

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照	投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。	资格证明文件.docx
2	法定代表人授权委托书	投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。	响应文件签署人身份证明.docx 资格证明文件.docx

3	汉中市政府采购供应商资格承诺函	投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。	汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx
4	资质	1.投标产品属于医疗器械管理的，投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）； 2.投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。	资格证明文件.docx
5	非联合体声明	本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。	资格证明文件.docx

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照	投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。	资格证明文件.docx
2	法定代表人授权委托书	投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。	响应文件签署人身份证明.docx
3	汉中市政府采购投标人资格承诺函	投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。	汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx
4	资质	1.投标产品属于医疗器械管理的，投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）； 2.投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。	资格证明文件.docx
5	非联合体声明	本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。	资格证明文件.docx

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照	投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。	资格证明文件.docx
2	法定代表人授权委托书	投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。	响应文件签署人身份证明.docx 资格证明文件.docx
3	汉中市政府采购投标人资格承诺函	投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。	汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx
4	非联合体声明	本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。	资格证明文件.docx

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照	投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。	资格证明文件.docx
2	法定代表人授权委托书	投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。	响应文件签署人身份证明.docx 资格证明文件.docx
3	汉中市政府采购投标人资格承诺函	投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。	汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx

4	资质	1.具有住建部门颁发的建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证，以及特种设备安装改造维修许可证（压力管道，GC2级及以上）或特种设备生产许可证（承压特种设备安装、修理、改造：工业管道安装GC2级及以上）； 2.投标产品属于医疗器械管理的，投标人为代理商的应出具医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和制造厂商的医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）； 3.投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。	资格证明文件.docx
5	非联合体声明	本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。	资格证明文件.docx

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照	投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。	资格证明文件.docx
2	法定代表人授权委托书	投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。	响应文件签署人身份证明.docx 资格证明文件.docx
3	汉中市政府采购投标人资格承诺函	投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。	汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx
4	非联合体声明	本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。	资格证明文件.docx

采购包7:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照	投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。	资格证明文件.docx
2	法定代表人授权委托书	投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。	响应文件签署人身份证明.docx 资格证明文件.docx
3	汉中市政府采购投标人资格承诺函	投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。	汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx
4	非联合体声明	本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。	资格证明文件.docx

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照	投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。	资格证明文件.docx
2	法定代表人授权委托书	投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。	响应文件签署人身份证明.docx 资格证明文件.docx
3	汉中市政府采购投标人资格承诺函	投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。	汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx
4	非联合体声明	本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。	资格证明文件.docx

采购包9:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照	投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。	资格证明文件.docx
2	法定代表人授权委托书	投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。	响应文件签署人身份证明.docx 资格证明文件.docx

3	汉中市政府采购投标人资格承诺函	投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。	汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx
4	非联合体声明	本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。	资格证明文件.docx

采购包10:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业执照	投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。	资格证明文件.docx
2	法定代表人授权委托书	投标人应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证证明。	响应文件签署人身份证明.docx 资格证明文件.docx
3	汉中市政府采购投标人资格承诺函	投标人应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购投标人资格承诺函》。	资格证明文件.docx
4	非联合体声明	本项目不接受联合体投标(提供非联合体声明)。	汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包7:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包9:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包10:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责:

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

采购包5：综合评分法

采购包6：综合评分法

采购包7：综合评分法

采购包8：综合评分法

采购包9：综合评分法

采购包10：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标:

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章	应按照招标文件要求签署、盖章	开标一览表 技术方案.docx 类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 保证金.docx 汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 响应文件签署人身份证明.docx 监狱企业的证明文件
3	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函 投标文件封面
4	报价唯一	报价唯一，且未超过采购包最高限价	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标文件封面
5	对招标文件响应程度	要求全部响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件	商务应答表

采购包2:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章	应按照招标文件要求签署、盖章	开标一览表 技术方案.docx 类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 响应文件签署人身份证明.docx 监狱企业的证明文件
3	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函 投标文件封面
4	报价唯一	报价唯一，且未超过采购包最高限价	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单
5	对招标文件响应程度	要求全部响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件	商务应答表

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章	应按照招标文件要求签署、盖章	开标一览表 技术方案.docx 类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 保证金.docx 汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 响应文件签署人身份证明.docx 监狱企业的证明文件
3	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函 投标文件封面
4	报价唯一	报价唯一，且未超过采购包最高限价	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标文件封面
5	对招标文件响应程度	要求全部响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件	商务应答表

采购包4:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章	应按照招标文件要求签署、盖章	开标一览表 技术方案.docx 类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 保证金.docx 汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 响应文件签署人身份证明.docx 监狱企业的证明文件
3	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函 投标文件封面
4	报价唯一	报价唯一，且未超过采购包最高限价	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标文件封面
5	对招标文件响应程度	要求全部响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件	商务应答表

采购包5:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章	应按照招标文件要求签署、盖章	开标一览表 技术方案.docx 类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 保证金.docx 汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 响应文件签署人身份证明.docx 监狱企业的证明文件
3	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函 投标文件封面
4	报价唯一	报价唯一，且未超过采购包最高限价	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标文件封面

5	对招标文件响应程度	要求全部响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件	商务应答表

采购包6:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章	应按照招标文件要求签署、盖章	开标一览表 技术方案.docx 类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 保证金.docx 汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 项目人员配备配置表.pdf 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 响应文件签署人身份证明.docx 监狱企业的证明文件
3	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函 投标文件封面
4	报价唯一	报价唯一，且未超过采购包最高限价	开标一览表 分项报价表.docx 标的清单 投标文件封面
5	对招标文件响应程度	要求全部响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件	商务应答表

采购包7:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章	应按照招标文件要求签署、盖章	开标一览表 技术方案.docx 类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 保证金.docx 汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 标的清单 关于符合本国产品标准的声明函 投标文件封面 响应文件签署人身份证明.docx 监狱企业的证明文件
3	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函 投标文件封面
4	报价唯一	报价唯一，且未超过采购包最高限价	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标文件封面
5	对招标文件响应程度	要求全部响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件	商务应答表

采购包8:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单

2	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章	应按照招标文件要求签署、盖章	开标一览表 技术方案.docx 类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 保证金.docx 汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 项目人员配备配置表.pdf 关于符合本国产品标准的声明函 标的清单 投标文件封面 响应文件签署人身份证明.docx 监狱企业的证明文件
3	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函
4	报价唯一	报价唯一，且未超过采购包最高限价	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标文件封面
5	对招标文件响应程度	要求全部响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件	商务应答表

采购包9:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章	应按照招标文件要求签署、盖章	开标一览表 技术方案.docx 类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 保证金.docx 汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 关于符合本国产品标准的声明函 标的清单 投标文件封面 响应文件签署人身份证明.docx 监狱企业的证明文件
3	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函 投标文件封面
4	报价唯一	报价唯一，且未超过采购包最高限价	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标文件封面
5	对招标文件响应程度	要求全部响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件	商务应答表

采购包10:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件是否按招标文件要求签署、盖章	应按照招标文件要求签署、盖章	开标一览表 技术方案.docx 类似项目业绩一览表.docx 中小企业声明函 商务应答表 保证金.docx 汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx 资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料 分项报价表.docx 投标函 残疾人福利性单位声明函 项目人员配备配置表.pdf 标的清单 服务内容及服务要求应答表.docx 投标文件封面 响应文件签署人身份证明.docx 监狱企业的证明文件
3	投标文件有效期	符合招标文件要求	投标函 投标文件封面

4	报价唯一	报价唯一，且未超过采购包最高限价	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 投标文件封面
5	对招标文件响应程度	要求全部响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件	商务应答表 服务内容及服务要求应答表.docx

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包5：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包6：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包7：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包8：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包9：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包10：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋.....＋Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋.....＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
详细评审	实施方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的实施方案及验收方案，包含： ①供货方案； ②安装调试方案； ③技术支持方案； ④质量保证措施； ⑤验收方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	售后服务方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的售后服务方案，包含： ①售后服务范围及保障措施； ②应急保障方案； ③故障处理及补救措施； ④定期巡检及维护保养方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2.5分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	技术指标	投标产品的技术指标评审：完全响应得35分。“▲”技术指标参数一项不满足扣 3 分，非“▲”技术指标参数一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。 评审依据：投标人应对技术参数与性能指标内容在技术偏离表逐条响应，并“说明”栏中标明证明材料的所在位置；其中“▲”号技术指标参数应技术指标的证明文件（包括但不限于制造商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等相关证明材料）；无技术材料支持视为负偏离。（供应商对所提供的材料真实性负责，如若发现造假按虚假应标处理，并追究其相关责任。）	35.0000	客观	技术方案.docx
	核心产品来源渠道	投标人需提供核心产品合法来源渠道证明（包括但不限于：产品购货合同、厂家代理证明、授权或销售协议等任意一种证明材料），提供得3分，未提供不得分。 评审依据： 提供上述任意一种证明材料扫描件并加盖投标人公章。	3.0000	客观	技术方案.docx
	业绩	投标人提供2023年1月1日至今（以合同签订日期或合同能体现的实施时间为准）项目类似业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得5分。 评审依据：须提供业绩合同复印件或中标通知书并加盖投标人公章，未提供或提供材料不齐全的，该项业绩不予认可。	5.0000	客观	类似项目业绩一览表.docx

	备品备件保障承诺	投标人提供备品备件保障承诺函，内容包含：①备用设备提供时效；②备件全新正品承诺。承诺2个工作日内提供备用设备，且承诺“所有替换配件均为全新、未使用、独立合规包装正品，不使用翻新件、替代件、拆机件”，内容完整明确的，得4分；承诺3-5个工作日内提供备用设备，且备件正品承诺内容完整的，得2分；未提供承诺函或未作任何承诺的，得0分。注： 本项为客观评分，评审专家根据响应文件中是否包含具体、可操作的承落内容逐条计分，不以主观判断替代客观标准。	4.0000	客观	技术方案.docx
	培训	一、评审内容： ①培训内容及培训方式； ②培训人员投入。 二、评审标准： 每提供一项内容得1.5分，此项最高得3分；未提供不得分。 评审依据： 以投标文件中提供的培训方案及人员配置清单为准。注： 本项为客观评分，评审专家根据响应文件中是否包含具体、可操作的承落内容逐条计分，不以主观判断替代客观标准。	3.0000	客观	技术方案.docx
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标函 开标一览表 标的清单
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

采购包2:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
详细评审	实施方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的实施方案及验收方案，包含： ①供货方案； ②安装调试方案； ③技术支持方案； ④质量保证措施； ⑤验收方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	售后服务方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的售后服务方案，包含： ①售后服务范围及保障措施； ②应急保障方案； ③故障处理及补救措施； ④定期巡检及维护保养方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2.5分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	技术指标	投标产品的技术指标评审：完全响应得27分。“▲”技术指标参数一项不满足扣 3分，非“▲”技术指标参数一项不满足扣0.5分，扣完为止。评审依据：投标人应对技术参数与性能指标内容在技术偏离表逐条响应，并“说明”栏中标明证明材料的所在位置；其中“▲”号技术指标参数应技术指标的证明文件（包括但不限于制造商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等相关证明材料）；无技术材料支持视为负偏离。（供应商对所提供的材料真实性负责，如若发现造假按虚假应标处理，并追究其相关责任。）	27.0000	客观	产品技术参数表 技术方案.docx
	产品供货渠道	产品供货渠道正规，无假货、水货 、翻新货且无产权纠纷（包括但不限于：产品购货合同、厂家代理证明、授权或销售协议等任意一种证明材料），提供得6分，未提供不得分。 评审依据： 提供上述任意一种证明材料扫描件并加盖投标人公章。	6.0000	客观	技术方案.docx
	备品备件保障承诺	投标人提供备品备件保障承诺函，内容包含：①备用设备提供时效；②备件全新正品承诺。承诺2个工作日内提供备用设备，且承诺“所有替换配件均为全新、未使用、独立合规包装正品，不使用翻新件、替代件、拆机件”，内容完整明确的，得6分；承诺3-5个工作日内提供备用设备，且备件正品承诺内容完整的，得4分；承诺超过5个工作日或备件正品承诺内容不完整的，得2分；未提供承诺函或未作任何承诺的，得0分。	6.0000	客观	技术方案.docx

	培训	一、评审内容： ①培训内容及培训方式； ②培训人员投入 。 二、评审标准： 每提供一项内容得3分，此项最高得6分；未提供不得分。 评审依据： 以投标文件中提供的培训方案及人员配置清单为准。注： 本项为客观评分，评审专家根据响应文件中是否包含具体、可操作的承落内容逐条计分，不以主观判断替代客观标准。	6.0000	客观	技术方案.docx
	业绩	投标人提供2023年1月1日至今（以合同签订日期或合同能体现的实施时间为准）项目类似业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得5分。 评审依据：须提供业绩合同复印件或中标通知书并加盖投标人公章，未提供或提供材料不齐全的，该项业绩不予认可。	5.0000	客观	类似项目业绩一览表.docx
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标函 开标一览表 标的清单
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 投标函 分项报价表.docx

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

采购包3:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
详细评审	实施方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的实施方案及验收方案，包含： ①供货方案； ②安装调试方案； ③技术支持方案； ④质量保证措施； ⑤验收方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	售后服务方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的售后服务方案，包含： ①售后服务范围及保障措施； ②应急保障方案； ③故障处理及补救措施； ④定期巡检及维护保养方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2.5分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	核心产品来源渠道	投标人需提供核心产品合法来源渠道证明（包括但不限于：产品购货合同、厂家代理证明、授权或销售协议等任意一种证明材料），提供得3分，未提供不得分。 评审依据： 提供上述任意一种证明材料扫描件并加盖投标人公章。	3.0000	客观	技术方案.docx
	技术指标	投标产品的技术指标评审：完全响应得35分。“▲”技术指标参数一项不满足扣 2 分，非“▲”技术指标参数一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。 评审依据：投标人应对技术参数与性能指标内容在技术偏离表逐条响应，并“说明”栏中标明证明材料的所在位置；其中“▲”号技术指标参数应技术指标的证明文件（包括但不限于制造商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等相关证明材料）；无技术材料支持视为负偏离。（供应商对所提供的材料真实性负责，如若发现造假按虚假应标处理，并追究其相关责任。）	35.0000	客观	产品技术参数表 技术方案.docx
	培训	一、评审内容： ①培训内容及培训方式； ②培训人员投入。 二、评审标准： 每提供一项内容得1.5分，此项最高得3分；未提供不得分。 评审依据： 以投标文件中提供的培训方案及人员配置清单为准。注： 本项为客观评分，评审专家根据响应文件中是否包含具体、可操作的承落内容逐条计分，不以主观判断替代客观标准。	3.0000	客观	技术方案.docx
	业绩	投标人提供2023年1月1日至今（以合同签订日期或合同能体现的实施时间为准）项目类似业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得5分。 评审依据：须提供业绩合同复印件或中标通知书并加盖投标人公章，未提供或提供材料不齐全的，该项业绩不予认可。	5.0000	客观	类似项目业绩一览表.docx

	备品备件保障承诺	投标人提供备品备件保障承诺函，内容包含：①备用设备提供时效；②备件全新正品承诺。承诺2个工作日内提供备用设备，且承诺“所有替换配件均为全新、未使用、独立合规包装正品，不使用翻新件、替代件、拆机件”，内容完整明确的，得4分；承诺3-5个工作日内提供备用设备，且备件正品承诺内容完整的，得2分；未提供承诺函或未作任何承诺的，得0分。注： 本项为客观评分，评审专家根据响应文件中是否包含具体、可操作的承落内容逐条计分，不以主观判断替代客观标准。	4.0000	客观	技术方案.docx
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标函 开标一览表 标的清单
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 投标函

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

采购包4:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
详细评审	售后服务方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的售后服务方案，包含：①售后服务内容及范围；②故障分级响应时间及服务响应机制；③售后维修服务机构及人员配置；④备品备件及易损件保障方案；⑤定期巡检及维护方案；⑥培训计划。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得1分，满分6分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形。	6.0000	主观	技术方案.docx
	质量保证措施	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的质量保证措施，包含：①质量管理体系及质量控制措施；②备品备件质量保证；③服务过程质量控制；④硬件扩容质量保证；⑤质量事故应急预案；⑥服务人员质量保障措施。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得1分，满分6分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形。	6.0000	主观	技术方案.docx
	技术指标	投标产品的技术指标评审：完全响应得45分。“▲”技术指标参数一项不满足扣 1分，非“▲”技术指标参数一项不满足扣 0.25分，扣完为止。 评审依据：根据投标人对采购需求配套采购清单各条款的响应完整度进行评分，包括但不限于技术参数、产品图片、结构三视图等。其中“▲”号技术指标参数应技术指标的证明文件（包括但不限于制造商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等相关证明材料）；并“说明”栏中标明证明材料的所在位置；无技术材料支持视为负偏离。（供应商对所提供的材料真实性负责，如若发现造假按虚假应标处理，并追究其相关责任。）	45.0000	客观	产品技术参数表 技术方案.docx
	项目业绩	投标人提供2023年1月1日至今（以合同签订日期或合同能体现的实施时间为准）项目类似业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得5分。 评审依据：须提供业绩合同复印件或中标通知书并加盖投标人公章，未提供或提供材料不齐全的，该项业绩不予认可。	5.0000	客观	类似项目业绩一览表.docx
	实施方案	一、评审内容： 根据投标人响应本项目的实施方案的完整性、针对性、响应程度进行评审，包含：①项目总体实施方案；②质量保证方案；③项目技术人员名单；④供货计划及生产方案；⑤包装、运输搬运方案；⑥文明施工保证及安装调试方案；⑦验收方案；⑧退换货方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得1分，满分8分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	8.0000	主观	技术方案.docx

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标函 开标一览表 标的清单
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

采购包5:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

详细评审	实施方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的实施方案及验收方案，包含： ①供货方案； ②安装调试方案； ③技术支持方案； ④质量保证措施； ⑤验收方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	售后服务方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的售后服务方案，包含： ①售后服务范围及保障措施； ②应急保障方案； ③故障处理及补救措施； ④定期巡检及维护保养方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2.5分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	核心产品来源渠道	投标人需提供核心产品合法来源渠道证明（包括但不限于：产品购货合同、厂家代理证明、授权或销售协议等任意一种证明材料），提供得3分，未提供不得分。 评审依据： 提供上述任意一种证明材料扫描件并加盖投标人公章。	3.0000	客观	技术方案.docx
	业绩	投标人提供2023年1月1日至今（以合同签订日期或合同能体现的实施时间为准）项目类似业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得5分。 评审依据：须提供业绩合同复印件并加盖投标人公章，未提供或提供材料不齐全的，该项业绩不予认可。	5.0000	客观	类似项目业绩一览表.docx
	备品备件保障承诺	投标人提供备品备件保障承诺函，内容包含：①备用设备提供时效；②备件全新正品承诺。承诺2个工作日内提供备用设备，且承诺“所有替换配件均为全新、未使用、独立合规包装正品，不使用翻新件、替代件、拆机件”，内容完整明确的，得4分；承诺3-5个工作日内提供备用设备，且备件正品承诺内容完整的，得2分；未提供承诺函或未作任何承诺的，得0分。注： 本项为客观评分，评审专家根据响应文件中是否包含具体、可操作的承落内容逐条计分，不以主观判断替代客观标准。	4.0000	客观	技术方案.docx
	技术指标	投标产品的技术指标评审：完全响应得38分。“▲”技术指标参数一项不满足扣 1分，非“▲”技术指标参数一项不满足扣 0.25分，扣完为止。评审依据：投标人应对技术参数与性能指标内容在技术偏离表逐条响应，并“说明”栏中标明证明材料的所在位置；其中“▲”号技术指标参数应技术指标的证明文件（包括但不限于制造商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等相关证明材料）；无技术材料支持视为负偏离。（供应商对所提供的材料真实性负责，如若发现造假按虚假应标处理，并追究其相关责任。）	38.0000	客观	产品技术参数表

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单 投标函
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

采购包6:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

详细评审	实施方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的实施方案及验收方案，包含： ①供货方案； ②安装调试方案； ③技术支持方案； ④质量保证措施； ⑤验收方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	售后服务方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的售后服务方案，包含： ①售后服务范围及保障措施； ②应急保障方案； ③故障处理及补救措施； ④定期巡检及维护保养方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2.5分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	技术指标	投标产品的技术指标评审：完全响应得32分。“▲”技术指标参数一项不满足扣 2 分，非“▲”技术指标参数一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。 评审依据：投标人应对技术参数与性能指标内容在技术偏离表逐条响应，并“说明”栏中标明证明材料的所在位置；其中“▲”号技术指标参数应技术指标的证明文件（包括但不限于制造商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等相关证明材料）；无技术材料支持视为负偏离。（供应商对所提供的材料真实性负责，如若发现造假按虚假应标处理，并追究其相关责任。）	32.0000	客观	产品技术参数表 技术方案.docx
	核心产品来源渠道	投标人需提供核心产品合法来源渠道证明（包括但不限于：产品购货合同、厂家代理证明、授权或销售协议等任意一种证明材料），提供得3分，未提供不得分。 评审依据： 提供上述任意一种证明材料扫描件并加盖投标人公章。	3.0000	客观	技术方案.docx
	团队配置	评审标准： ①项目负责人（1人）具备信息系统项目管理师（高级）资格的，得2分； ②技术负责人（1人）具备系统架构设计师或系统分析师资格的，得2分； ③售后负责人（1人）具备系统规划与管理师资格的，得2分； ④其他实施团队成员具备软件评测师、软件设计师、网络工程师、系统集成项目管理工程师、数据库系统工程师资格的，每提供上述一类证书得1分，每类证书最多计1分，同一人员不重复计分，本项最高得4分。 上述①②③④项人员不得重复，同一人员不得跨项重复计分。本项最高得10分，未提供或提供材料不齐全的不得分。	10.0000	客观	项目人员配备配置表.pdf
	业绩	投标人提供2023年1月1日至今类似业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得5分。 评审依据：须提供业绩合同复印件或中标通知书并加盖投标人公章，未提供或提供材料不齐全的，该项业绩不予认可。	5.0000	客观	类似项目业绩一览表.docx

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

采购包7:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

详细评审	实施方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的实施方案及验收方案，包含： ①供货方案； ②安装调试方案； ③技术支持方案； ④质量保证措施； ⑤验收方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	售后服务方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的售后服务方案，包含： ①售后服务范围及保障措施； ②应急保障方案； ③故障处理及补救措施； ④定期巡检及维护保养方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2.5分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形。。	10.0000	主观	技术方案.docx
	核心产品来源渠道	投标人需提供核心产品合法来源渠道证明（包括但不限于：产品购货合同、厂家代理证明、授权或销售协议等任意一种证明材料），提供得5分，未提供不得分。 评审依据： 提供上述任意一种证明材料扫描件并加盖投标人公章。	5.0000	客观	技术方案.docx
	技术指标	评标委员根据对招标文件技术需求参数响应情况进行打分；完全满足招标文件要求且没有负偏离得满分33分；“▲”号为重要技术要求，每负偏离一项扣3分，非“▲”号技术要求每负偏离一项扣0.5分；扣完为止。须提供所投产品的所投的设备（产品）的技术资料，评审依据：投标人应对技术参数与性能指标内容在技术偏离表逐条响应，并“说明”栏中标明证明材料的所在位置；其中“▲”号技术指标参数应技术指标的证明文件（包括但不限于制造商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等相关证明材料）；无技术材料支持视为负偏离。（供应商对所提供的材料真实性负责，如若发现造假按虚假应标处理，并追究其相关责任。）	33.0000	客观	产品技术参数表 技术方案.docx
	备品备件保障	投标人提供备品备件保障承诺函，内容包含：①备用设备提供时效；②备件全新正品承诺。承诺2个工作日内提供备用设备，且承诺“所有替换配件均为全新、未使用、独立合规包装正品，不使用翻新件、替代件、拆机件”，内容完整明确的，得4分；承诺3-5个工作日内提供备用设备，且备件正品承诺内容完整的，得2分；未提供承诺函或未作任何承诺的，得0分。注： 本项为客观评分，评审专家根据响应文件中是否包含具体、可操作的承落内容逐条计分，不以主观判断替代客观标准。	4.0000	客观	技术方案.docx
	业绩	投标人提供2023年1月1日至今（以合同签订日期或合同能体现的实施时间为准）项目类似业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得5分。 评审依据：须提供业绩合同复印件或中标通知书并加盖投标人公章，未提供或提供材料不齐全的，该项业绩不予认可	5.0000	客观	类似项目业绩一览表.docx
	培训	一、评审内容：投标人针对本项目提供的培训方案及证明材料。二、评审标准：①提供培训方案得1分；②提供培训人员配置清单得1分；③提供培训课时安排得1分。三、评审依据：以投标文件中提供的培训方案、人员配置清单及课时安排为准。未提供或提供不全不得分。	3.0000	客观	技术方案.docx

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标函 开标一览表
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

采购包8:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

详细评审	实施方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的实施方案及验收方案，包含： ①供货方案； ②安装调试方案； ③技术支持方案； ④质量保证措施； ⑤验收方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	售后服务方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的售后服务方案，包含： ①售后服务范围及保障措施； ②应急保障方案； ③故障处理及补救措施； ④定期巡检及维护保养方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2.5分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	技术指标	投标产品的技术指标评审：完全响应得32分。“▲”技术指标参数一项不满足扣 2 分，非“▲”技术指标参数一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。评审依据：投标人应对技术参数与性能指标内容在技术偏离表逐条响应，并“说明”栏中标明证明材料的所在位置；其中“▲”号技术指标参数应技术指标的证明文件（包括但不限于制造商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等相关证明材料）；无技术材料支持视为负偏离。（供应商对所提供的材料真实性负责，如若发现造假按虚假应标处理，并追究其相关责任。）	32.0000	客观	产品技术参数表 技术方案.docx
	核心产品来源渠道	投标人需提供核心产品合法来源渠道证明（包括但不限于：产品购货合同、厂家代理证明、授权或销售协议等任意一种证明材料），提供得3分，未提供不得分。 评审依据： 提供上述任意一种证明材料扫描件并加盖投标人公章。	3.0000	客观	技术方案.docx
	团队配置	评审标准：①项目负责人（1人）具备高级信息系统项目管理师证书或同等水平相关资格的得2分，②技术负责人具备中级系统集成项目管理工程师证书或中级网络工程师证书或同等水平相关资格的得2分；③项目团队成员（除项目负责人和技术负责人外，）具备网络工程师、通信工程师、信息系统项目管理师、系统集成项目管理工程师、信息安全工程师或同等水平相关资格的，每提供一个得2分，满分6分。以上三项合计满分10分；提供相关证书扫描件，未提供的不得分。	10.0000	客观	项目人员配备配置表.pdf
	业绩	投标人提供2023年1月1日至今（以合同签订日期或合同能体现的实施时间为准）类似业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得5分。 评审依据：须提供业绩合同复印件并加盖投标人公章，未提供或提供材料不齐全的，该项业绩不予认可。	5.0000	客观	类似项目业绩一览表.docx

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 投标函 标的清单
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

采购包9:

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

详细评审	实施方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的实施方案及验收方案，包含： ①供货方案； ②安装调试方案； ③技术支持方案； ④质量保证措施； ⑤验收方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	10.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	售后服务方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的售后服务方案，包含： ①售后服务范围及保障措施； ②应急保障方案； ③故障处理及补救措施； ④定期巡检及维护保养方案。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2.5分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形。	10.0000	主观	产品技术参数表 商务应答表
	技术指标	投标产品的技术指标评审：完全响应得33分。“▲”技术指标参数一项不满足扣 2 分，非“▲”技术指标参数一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。评审依据：投标人应对技术参数与性能指标内容在技术偏离表逐条响应，并“说明”栏中标明证明材料的所在位置；其中“▲”号技术指标参数应技术指标的证明文件（包括但不限于制造商官方网站截图或产品彩页或产品白皮书或第三方机构检验报告、测试报告、产品说明书等相关证明材料）；无技术材料支持视为负偏离。（供应商对所提供的材料真实性负责，如若发现造假按虚假应标处理，并追究其相关责任。）	33.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表
	业绩	投标人提供2023年1月1日至今（以合同签订日期或合同能体现的实施时间为准）类似业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得5分。 评审依据：须提供业绩合同复印件或中标通知书并加盖投标人公章，未提供或提供材料不齐全的，该项业绩不予认可。	5.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表
	核心产品来源渠道	投标人需提供核心产品合法来源渠道证明（包括但不限于：产品购货合同、发票、厂家代理证明、授权或销售协议等任意一种证明材料），提供得3分，未提供不得分。 评审依据： 提供上述任意一种证明材料扫描件并加盖投标人公章。	3.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表
	培训	一、评审内容：投标人针对本项目提供的培训方案及证明材料。二、评审标准：①提供培训方案得1分；②提供培训人员配置清单得1分；③提供培训课时安排得1分。三、评审依据：以投标文件中提供的培训方案、人员配置清单及课时安排为准。未提供或提供不全不得分。	3.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表
	备品备件保障	一、评审内容：投标人针对本项目提供的备品备件保障方案。二、评审标准：①提供备品备件清单得2分；②承诺常用备件到货时间≤48小时得2分；③承诺质保期内免费更换非人为损坏备件得2分。三、评审依据：以投标文件中备品备件方案及承诺函为准。未提供不得分。	6.0000	客观	产品技术参数表 商务应答表

异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标函 开标一览表 标的清单
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件
2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函

采购包10：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	业绩	投标人提供2023年1月1日至今（以合同签订日期或合同能体现的实施时间为准）类似项目业绩，每提供1个业绩得2.5分，最高得5分。 评审依据：须提供业绩合同复印件或中标通知书并加盖投标人公章，未提供或提供材料不齐全的，该项业绩不予认可。	5.0000	客观	技术方案.docx

详细评审	安全技术措施	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的安全技术措施，包含：①设备维保技术路线；②安全加固措施；③安全风险识别与应对措施；④安全技术实施计划。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2分，满分8分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	8.0000	主观	技术方案.docx
	售后服务	一、评审内容： 投标人提供针对本项目的售后服务承诺函（格式自拟，须加盖投标人公章），并附具体售后服务方案。方案应包含：①质量保证措施；②售后服务保障措施；③售后服务响应时间及服务方式。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2分，满分6分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。未提供售后服务承诺函和售后服务方案的，本项不得分。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	6.0000	主观	技术方案.docx
	维保服务质量管控	一、评审内容：投标人提供维保服务质量管控措施，内容包含：①设备运行状态监测措施；②特征库/规则库定期更新措施；③设备策略优化措施；④系统漏洞修复措施。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2分，满分8分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	8.0000	主观	技术方案.docx
	服务方案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的服务方案，包含：①网络安全维保服务方案；②等级保护测评服务方案；③安全托管服务方案；④数据安全与备份恢复方案；⑤工作重点与难点分析及对应措施。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2分，满分10分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	10.0000	主观	技术方案.docx
	应急预案	一、评审内容： 提供完整可行有针对性的应急响应预案，包含：①应急事件分类；②应急响应流程；③应急保障资源；④应急演练计划。 二、评审标准： 每项内容完整可行且有针对性得2分，满分8分；缺漏项不得分；每项内容每有一处缺陷扣0.5分，扣完为止。 说明： 缺陷是指内容不完整、缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现等任意一种情形。	8.0000	主观	技术方案.docx
	团队配置	一、评审内容：投标人拟派项目团队人员具备以下证书：PMP 证书、CISP 证书、系统集成项目管理工程师证书或信息系统项目管理师证书、ITIL证书和网络安全工程师相关证书。每提供一类有效证书得2分，满分10分，未提供或提供材料不符合要求的，对应项不得分。二、评审标准：须提供上述人员的证书扫描件及投标人出具的拟派人员承诺函（承诺中标后上述人员实际参与本项目实施）说明：同一人员持有多本证书的，可分别对应上述不同证书项计分；证书须在有效期内，且须与拟派人员对应。未提供不得分。	10.0000	客观	项目人员配备配置表.pdf

	备品备件保障承诺	投标人提供备品备件保障承诺函，内容包含：①备用设备提供时效；②备件全新正品承诺。承诺2个工作日内提供备用设备，且承诺“所有替换配件均为全新、未使用、独立合规包装正品，不使用翻新件、替代件、拆机件”，内容完整明确的，得5分；承诺3-5个工作日内提供备用设备，且备件正品承诺内容完整的，得3分；承诺超过5个工作日或备件正品承诺内容不完整的，得1分；未提供承诺函或未作任何承诺的，得0分。	5.0000	客观	技术方案.docx
	安全托管服务保障承诺	投标人或服务提供商提供针对本项目安全托管服务保障承诺函2份，内容包含：①服务指标要求承诺函；②网络安全事件损失理赔承诺函。每提供一项承诺函得1分，满分2分；未提供或提供内容不符合要求的，对应项不得分。	2.0000	客观	技术方案.docx
	合法来源	一、评审内容： 投标人须提供有效期内的合法来源证明材料，包括以下四项：1.网络安全产品维保服务合法来源证明；2.配件硬件扩容服务合法来源证明；3.服务器扩容合法来源证明；4.安全托管服务合法来源证明。评审标准：每项2分，共4项，满分8分。缺漏项不得分。未提供合法来源证明材料的，对应项不得分。说明：合法来源证明材料包括但不限于原厂授权、代理协议、购销协议、原厂售后服务承诺等。合法来源证明材料须真实有效、在有效期内、清晰可辨，且与本项目所投服务或产品相对应。材料不在有效期内、非针对本项目、无法证明合法来源、内容不完整或弄虚作假的，对应项不得分；弄虚作假的，按招标文件及政府采购相关规定处理。	8.0000	客观	技术方案.docx
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： （1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。 （2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。 （3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。 （4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标函 开标一览表 标的清单
价格分	价格分	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×30 计算分数时四舍五入取小数点后两位。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

说明:

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标:

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的;

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的;

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的;

四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：保证金.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：响应文件签署人身份证明.docx

详见附件：类似项目业绩一览表.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：类似项目业绩一览表.docx

详见附件：响应文件签署人身份证明.docx

详见附件：汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：保证金.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：响应文件签署人身份证明.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：类似项目业绩一览表.docx

详见附件：汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：保证金.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：响应文件签署人身份证明.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：类似项目业绩一览表.docx

详见附件：汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx

采购包5：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：保证金.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：响应文件签署人身份证明.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：类似项目业绩一览表.docx

详见附件：汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx

采购包6：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：保证金.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：响应文件签署人身份证明.docx

详见附件：项目人员配备配置表.pdf

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：类似项目业绩一览表.docx

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx

采购包7：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：保证金.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：响应文件签署人身份证明.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：类似项目业绩一览表.docx

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx

采购包8：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：保证金.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：响应文件签署人身份证明.docx

详见附件：项目人员配备配置表.pdf

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：类似项目业绩一览表.docx

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx

采购包9：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：保证金.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：响应文件签署人身份证明.docx

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：类似项目业绩一览表.docx

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

详见附件：汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx

采购包10：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：保证金.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：技术方案.docx

详见附件：响应文件签署人身份证明.docx

详见附件：项目人员配备配置表.pdf

详见附件：资格证明文件.docx

详见附件：类似项目业绩一览表.docx

详见附件：服务内容及服务要求应答表.docx

详见附件：汉中市政府采购投标人资格承诺函.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同.docx