AKZY2026-192
SB-HW合同-026

医疗设备购销合同

买方：安康市中医医院　　卖方：北京顺源浩天商贸有限公司

地址：安康市巴山东路47号　　地址：北京市怀柔区宝山镇转年村031号101室

电话：0915-8183604　　电话：18518224320

买卖双方经充分协商，本着平等互利、诚实守信的原则，根据《中华人民共和国民法典》签订本合同，以资双方守信执行。

第一条：产品名称、型号、数量及价款

序号	产品名称	型号	厂家名称	单位	数量	单价（元）	金额(元)
1	高清内窥镜摄像系统（详见附件一投标分项报价表）	CV-1500-C（详见附件一投标分项报价表）	奥林巴斯（苏州）医疗器械有限公司（详见附件一投标分项报价表）	套	1	2766000	2766000
合计金额（人民币大写）：贰佰柒拾陆万陆仟元整（276.60万元）							
注明：一、附件一投标分项报价表；附件二技术偏离表；附件三中标通知书。 二、本合同根据招标标号为：YMD-2026137F的政府招标结果签订，详细配置、保修条款等以招标文件为准（卖方投标文件中保修条款优于招标文件保修条款之处，以卖方投标文件保修条款为准）。 三、上述金额、合计费用均已包含设备货款、包装、方案、软硬件、运输、装卸、安装调试、保修及技术服务、税费等卖方妥善履行本合同项下义务所需的全部费用，除双方另有书面约定外买方无需就本合同履行向卖方或第三方支付其他任何费用。							

第二条：付款方式

2.1 付款形式为银行汇款，买方根据卖方合同约定的开户行和账号办理银行汇票或电汇。

2.2 合同签订生效后，卖方凭正式合同、正式发票、预付款等额银行保函向买方申请支付，一个月内买方支付合同总价60%的预付款；设备全部安装、调试完成并验收合格后，卖方凭正式发票、验收报告向买方申请支付，一个月内支付合同总价的30%；卖方全面履行合同约定且无遗留问题，剩余10%未付款项一年内付清。

2.3 卖方指定收款账户：　北京顺源浩天商贸有限公司

帐号：691724768

开户行：中国民生银行北京方庄支行

2.4 发票要求：买方每次付款前，卖方均应向买方提供等额增值税专用发票或普通发票，买方收到相应发票后付款。卖方未能按约提供相应发票的，买方有权顺延付款且无需承担任何违约责任。

2.5 银行保函要求：相关费用由卖方承担。卖方未按要求提供的，买方有权拒绝付款直至收到符合要求的银行保函等付款申请材料后按约支付，卖方因此产生的任何损失自行承担。

第三条：设备包装、发运及运输

3.1 按出厂原包装，确保产品/设备不在运输、装卸、安装前保管中因包装问题受损。

3.2 卖方在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到买方48小时前通知买方，以准备接设备。

3.3设备送至买方时，应经买方指定签收人签收（签收人的签收仅代表对产品数量、装箱外观的初步查验，不代表买方认可箱内设备无误及是否符合约定标准）；未经买方指定签收人签收，均视为未送达/未交付，一切后果由卖方承担。

3.4设备在交付买方并经买方签收前发生的风险均由卖方负责。

3.5因产品包装、质量、卖方/卖方委托的运输方的卸货不当等任何原因造成设备、买方、卖方、第三方损失均由卖方承担。

第四条：设备到货期

卖方确保在签订本合同后30天内将本合同所涉全部设备送达买方。

第五条：安装和培训

5.1：设备运送到医院前卖方通知买方作好安装前的准备工作（场地、电源、水源等）。

5.2：一切运输、搬运、保险和安装费用由卖方承担。

5.3：设备的安装由卖方联系厂家工程师完成，买方协助。卖方确保设备应在签订本合同后30个日历日内（买方要求延迟完成的，以买方要求的时间为准）完成安装调试并通过买方验收。

5.4卖方负责买方有关人员的培训，具体时间双方协商确定，协商不能确定的则以买方通知为准。

第六条：验收

6.1：安装调试完毕后卖方应及时通知买方，买方确定验收时间。设备的验收需合同双方共同在场进行，即厂家工程师、合同卖方和买方，买方确定验收时间并通知卖方后，任何一方未按时参加的，视为其认可买方验收

意见。

6.2：卖方必须按照投标文件中所提供的授权制造商来提供原厂制造设备，对产品的数量、品种、包装及外观等进行全面细致的检查，并向买方移交，买方发现与合同不符或与装箱单不符时及时向卖方提出，卖方应及时给予协调和必要时进行更换解决，因此导致的任何损失均由卖方承担。

6.3 买方对卖方提供的设备在使用前进行调试时，卖方需负责安装并培训买方的使用操作人员，并协助买方一起调试，直到符合技术要求，买方才做最终验收。

6.4 对技术复杂的设备，买方有权请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

6.5 设备安装调试合格后，双方在<装箱验收单>和<安装报告书>上签字确认后，即完成验收，保修期自验收合格之日开始起算。

6.6 买方的验收仅是对设备数量、外观、基本功能的初步查验，不免除卖方应对产品承担的质量责任。

第七条：保修

7.1 ：保修期为 3 年（如国家或地方行政部门规定的质保期长于前述期限的，则以该较长期限为准），终身维护。起算时间以第 6.5 款约定为准。保修期满后，如买方仍需卖方提供维保的，卖方承诺将继续按照不低于本合同（含相应招投标文件约定）约定的保修、维保标准提供服务。

7.2 ：保修期内卖方负责免费（包括配件）为买方维修本合同所提供的产品和履行承诺的条款。

7.3 ：保修期内卖方接到买方维修通知后应在 24 小时内到达买方现场进行维修，并承诺在到场 48 小时内完成维修，否则卖方应向买方支付违约金（违约金根据延迟天数，按买方此设备日平均收入的等额计，收入量化不便或日平均收入不足 5000 元的，均按 5000 元/日计）。

7.4 ：卖方有义务为本合同所提供的产品进行终身维护和免费升级，买方明确告知无需卖方再提供的除外。

第八条：违约责任

8.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

8.2 如卖方事先未征得买方同意并得到买方的谅解而单方面延迟交货（包含拒绝交货、全部或部分延期、交货产品种类或质量不合格、未按约定完成安装调试、未按约定完成等，下同），买方有权加收违约金。每延误一周（不足一周的按一周计）的违约金按本合同总费用的 0.5%计收，直至完成交货或完成服务为止。违约金的最高

限额为合同价格的百分之55%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方有权按前述约定收取违约金、追究卖方违约责任，同时有权选择是否终止合同。

8.3 卖方提供的设备如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由卖方负责交涉并承担全部责任。

8.4 因包装、运输、装卸、安装调试引起的设备损坏，按质量不合格处罚。

8.5 在履行合同过程中，如果卖方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对卖方加收违约金。每延误一周（不足一周的按一周计）的违约金按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。违约金的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到违约金的最高限额，买方有权按前述约定收取违约金、追究卖方违约责任，同时有权选择是否终止合同。

8.6 违约终止合同：未按合同要求提供设备或质量不能满足技术要求或违背本合同第九条中的保证内容，买方有权终止合同，对卖方违约行为进行追究并加收本合同总费用30%的违约金，同时按政府采购法的有关规定对卖方进行相应的处罚。

8.7 如果卖方违背本合同任何条款，且自买方对该等违约发出通知后在买方给予的改正期限内没有纠正或取得买方谅解的，卖方应向买方支付本合同总费用10%的违约金并承担由此给买方造成的一切损失，同时买方有权选择是否解除本合同。

8.8 本合同所涉的买方损失均包括但不限于直接损失、被索赔、被处罚、被罚款、被要求承担补充/连带责任等损失及买方因此支出的诉讼费、鉴定费、律师费（无论是否提请诉讼或仲裁程序）、差旅费等费用。

第九条：产品保证

9.1：卖方向买方保证 根据本合同所提供的产品是符合本合同约定的公司所生产的最新产品，其质量（包括安装、各项参数）均符合国家规定、行业标准及本合同约定。

9.2：卖方向买方提供生产厂家和卖方的全套资质。进口设备需提供报关手续。

9.3 卖方保证具备履行本合同项下约定业务所需及招标要求明确的资质。

9.4 本合同签署程序、项下合作业务开展、后续相关审计（如有）等，如买方需卖方配合办理相应审批、备案手续、提供资料或需要卖方提供其他必要配合的，卖方保证将按照买方及有权机关的要求进行办理/提供。

第十条：不可抗力事件处理

10.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

10.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

10.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条：合同争议解决

11.1 因设备质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由买方承担；设备不符合标准的，鉴定费由卖方承担。

11.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，买卖双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可在买方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

11.3 诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条：安全责任

卖方、卖方人员（包括卖方委托办理合同事项的人员、厂家工程师）在本合同履行过程中（包括但不限于生产、运输、拆装卸、安装调试、后续维修维保、前往/离开买方地点途中等）受到伤害或造成买方、第三方损害的，相应责任由卖方自行承担。

第十三条：合同生效及其它

13.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

13.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

13.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十四条：合同的变更、终止与转让

14.1 除《中华人民共和国政府采购法》第50条、相关法律法规及本合同规定的情形外，本合同一经签订，买卖双方不得擅自变更、中止或终止。

14.2 卖方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）、分包其应履行的合同义务。

第十五条：本合同一式六份，卖方执一份，买方留存五份，具同等法律效力。

以下无合同条款

买 方：安康市中医医院

（盖章）

法定代表人：

授权代表人：

签订日期：2026.11.9

卖 方：北京顺源浩天商贸有限公司

（盖章）

法定代表人：

授权代表人：

订日期：2026.11.9

四、投标分项报价表

项目编号：YMD-2026137F

项目名称：安康市中医医院高清内窥镜摄像系统采购项目

序号	设备名称	生产厂家	规格和型号	数量	单价	总价	备注
1	图像处理装置	奥林巴斯（苏州）医疗器械有限公司	CV-1500-C	1	700000.00	700000.00	无
2	电子上消化道内窥镜	奥林巴斯（苏州）医疗器械有限公司	GIF-EZ1500-C	3	390000.00	1170000.00	无
3	电子结肠内窥镜	奥林巴斯（苏州）医疗器械有限公司	CF-EZ1500DI-C	2	440000.00	880000.00	无
4	医用专业监视器	南京巨鲨显示科技有限公司	E320A	1	3000.00	3000.00	无
5	图文工作站	西安唯文信息技术有限公司	FreeGL V5	1	6000.00	6000.00	无
6	内镜专用台车	广州颢璟商贸有限公司	X45-SL	1	1000.00	1000.00	无
7	内镜用水泵（1台）	杭州安杰思医学科技股份有限公司	UW600-III	1	3000.00	3000.00	无
8	二氧化碳气泵	杭州安杰思医学科技股份有限公司	CR4500	1	3000.00	3000.00	无
合计：贰佰柒拾陆万陆仟元整（元）（￥：2766000.00元）							

投标人（盖公章）：北京顺源浩天商贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

六、技术偏离表

项目编号：YMD-2026137F

项目名称：安康市中医医院高清内窥镜摄像系统采购项目

序号	货物名称	招标文件技术要求	投标文件技术响应情况	偏离情况（正偏离/负偏离/无偏离）	偏离说明（正、负偏离请说明）	备注
一	**设备参数需求**					
▲1	图像处理装置	1套	1套	无偏离		投标文件第94页配置清单
▲2	电子上消化道内窥镜	3条	3条	无偏离		投标文件第94页配置清单
▲3	电子结肠内窥镜	2条	2条	无偏离		投标文件第94页配置清单
4	医用专业监视器	1台	1台	无偏离		投标文件第94页配置清单
5	图文工作站	1套	1套	无偏离		投标文件第94页配置清单
6	内镜专用台车	1台	1台	无偏离		投标文件第94页配置清单
7	内镜用水泵（1台）	1台	1台	无偏离		投标文件第94页配置清单
8	二氧化碳气	1台	1台	无偏离		投标文件第94页配置清单
（一）	**图像处理装置（1套）**	**图像处理装置（1套）**	**图像处理装置1套**	无偏离		投标文件第94页配置清单
1	**图像处理装置**	配置集成：图像处理器与光源为一体化集成设计，控制模式：配备液晶触摸控制面板	图像处理器与光源为一体式设计，同时匹配液晶触控面板	无偏离		投标文件第96页图像处理装置CV-1500-C彩页P2

★2	**图像处理装置**	光源：不少于 4 色 LED，配备琥珀色 LED 光源，可实时观测出血点及深层血管分布，提升止血效率	具备 5 色 LED，具备琥珀色 LED 光源，可实时观测出血点及深层血管分布，提升止血效率	正偏离	具备 5 色 LED	投标文件第 96 页图像处理装置 CV-1500-C 彩页 P2
3	**图像处理装置**	成像技术：支持输出 12G-SDI 信号，支持 4K 超高清成像，具备不少于 4 种特殊光成像模式	数字信号输出：12G-SDI，3G-SDI，HD-SDI，SD-HDI；支持 4K 成像，具备 NBI，AFI，RDI，BAI-MAC，TXI 等 5 种特殊光模式	正偏离	具备 NBI，AFI，RDI，BAI-MAC，TXI 等 5 种特殊光模式	投标文件第 96 页图像处理装置 CV 1500 C 彩页 P2
4	**图像处理装置**	可强化色调对比、形态表现与图像轮廓，同时校正亮度，提升暗部区域成像亮度；具备自动调光功能，支持全自动测光、平均测光和峰值测光三种测光模式；色调调节，红色“R”调节档位≥±8 档，蓝色“B”调节档位≥±8 档，色彩调节档位≥±8 档；具备自动白平衡功能	具备 TXI 功能：强调色调变化，形态和图像轮廓，同时提升暗区的亮度；具备自动调光功能，支持全自动测光、平均测光和峰值测光三种测光模式；具备红色调节：±8 档，蓝色调节：±8 档，色度调节：±8 档；具备自动白平衡功能	无偏离		投标文件第 96 页图像处理装置 CV-1500-C 彩页 P2
5	**图像处理装置**	具备结构强化功能，共≥8 档调节，可突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造；具备轮廓强化功能，共≥8 档调节，可突出显示病变组织的范围与轮廓	具备图像强调功能，构造强调 A：强调内镜图像的细微形态和轮廓；构造强调 B：比构造强调 A 强调更精细的部分。两者均具备 8 档调节	无偏离		投标文件第 96 页图像处理装置 CV-1500-C 彩页 P2；投标文件第 109 页说明书 P139
6	**图像处理装置**	具备≥2 种冻结模式	具备冻结和预冻结模式	无偏离		投标文件第 96 页图像处理装置 CV-1500-C 彩页 P2

7	**图像处理装置**	具备无需关机即可更换镜体的热插拔功能	具备此功能，无须关闭本设备即可取下内镜	无偏离		投标文件第108页图像处理装置CV-1500-C说明书P128
8	**图像处理装置**	功能联动选项：可通过设置，将不少于4种功能一键联动，提高检查效率	具备MyCV模式，可即使切换多项功能，将不少于4种功能一键联动，提高检查效率	无偏离		投标文件第96页图像处理装置CV-1500-C彩页P2
★9	**图像处理装置**	可兼容电子胃镜、电子结肠镜、光学放大内镜、十二指肠镜；具备内窥镜自动识别功能，可读取并显示当前连接内窥镜的型号与序列号	CV-1500-C主机可兼容电子内镜190、290、1500、260、180及超声内镜等；具备内窥镜自动识别功能，可读取并显示当前连接内窥镜的型号与序列号	无偏离		投标文件第106、107、110页图像处理装置CV-1500-C说明书P43，P87，P288
（二）	**电子上消化道内窥镜（3条）**	**电子上消化道内窥镜（3条）**	**电子上消化道内窥镜3条**	无偏离		投标文件第94页配置清单
1	**电子上消化道内窥镜**	视野角度≥140°（涵盖常规焦距模式及近焦模式），视野方向为0°直视	正常对焦模式：140°，近焦模式140°；视野方向：前视	无偏离		投标文件第126页电子上消化道内窥镜GIF-EZ1500-C彩页P2
2	**电子上消化道内窥镜**	景深范围：常规焦距≥3-100mm，近焦模式≥1.5-5.5mm，整体景深≥3-100mm	正常对焦模式：3-100mm；近焦模式1.5-5.5mm	无偏离		投标文件第126页电子上消化道内窥镜GIF-EZ1500-C彩页P2
3	**电子上消化道内窥镜**	具备双焦点放大功能	具备双焦点Dual Focus功能	无偏离		投标文件第126页电子上消化道内窥镜GIF-EZ1500-C彩页P2
4	**电子上消化道内窥镜**	导光束数量≥3	具备3条光导镜头	无偏离		投标文件第126页电子上消化道内

						窥镜 GIF-EZ1500 -C 彩页 P2
5	**电子上消化道内窥镜**	弯曲角度要求：向上≥210 ° 、向下≥90 ° 、向左≥100 ° 、向右≥100 °	角度范围：上210°，下 90°，右 100°，左 100°	无偏离		投标文件第126 页电子上消化道内窥镜 GIF-EZ1500 -C 彩页 P2
★6	**电子上消化道内窥镜**	先端部外径≤10.0mm，插入部外径≤10.0mm，器械钳道内径≥2.8mm	先端部外径 9.9mm，插入部外径 9.6mm，器械钳道内径 2.8mm	无偏离		投标文件第126 页电子上消化道内窥镜 GIF-EZ1500 -C 彩页 P2
7	**电子上消化道内窥镜**	工作长度≥1000mm，总长度≥1300mm	插入部有效长度 1030mm，总长 1350mm	无偏离		投标文件第126 页电子上消化道内窥镜 GIF-EZ1500 -C 彩页 P2
8	**电子上消化道内窥镜**	具备副送水功能、内镜电缆、防水盖采用全防水设计	具备副送水功能、内镜电缆、防水盖采用全防水设计	无偏离		投标文件第126 页电子上消化道内窥镜 GIF-EZ1500 -C 彩页 P2
（三）	**电子结肠内窥镜（2条）**	**电子结肠内窥镜(2条)**	**电子结肠内窥镜 2 条**	无偏离		投标文件第94 页配置清单
1	**电子结肠内窥镜**	视野角度≥170 ° ，视野方向为 0 ° 直视	正常对焦模式 170°，近焦模式 160°，视野方向：前视	无偏离		投标文件第138 页电子结肠内窥镜 CF-EZ1500D L/I-C 彩页 P2
2	**电子结肠内窥镜**	景深范围：常规焦距≥3-100mm，近焦模式≥1.5-5.5mm	正常对焦模式：3-100mm，近焦模式：1.5-5.5mm	无偏离		投标文件第138 页电子结肠内窥镜 CF-EZ1500D L/I-C 彩页 P2
3	**电子结肠内窥镜**	具备双焦点放大功能	具备双焦点 Dual Focus 功能	无偏离		投标文件第138 页电子

						结肠内窥镜 CF-EZ1500D L/I-C 彩页 P2
4	**电子结肠内窥镜**	导光束数量≥3	具备3条光导镜头	无偏离		投标文件第138页电子结肠内窥镜 CF-EZ1500D L/I-C 彩页 P2
5	**电子结肠内窥镜**	弯曲角度：向上≥180°，向下≥180°，向右≥160°，向左≥160°	弯曲角度：向上180°，向下180°，向右160°，向左160°	无偏离		投标文件第138页电子结肠内窥镜 CF-EZ1500D L/I-C 彩页 P2
★6	**电子结肠内窥镜**	先端部外径≤13.5mm，插入部外径≤13.0mm，器械钳道内径≥3.5mm	先端部外径：13.2mm，插入管外径：12.8mm，管道内径：3.7mm	无偏离		投标文件第138页电子结肠内窥镜 CF-EZ1500D L/I-C 彩页 P2
7	**电子结肠内窥镜**	工作长度≥1000mm，总长度≥1300mm	有效长度：1330mm，总长度1655mm	无偏离		投标文件第138页电子结肠内窥镜 CF-EZ1500D L/I-C 彩页 P2
8	**电子结肠内窥镜**	具备副送水功能、采用内镜电缆、防水盖全防水设计	具备副送水功能、采用内镜电缆、防水盖全防水设计	无偏离		投标文件第138页电子结肠内窥镜 CF-EZ1500D L/I-C 彩页 P2
9	**电子结肠内窥镜**	具备强力传导、智能弯曲、可变硬度功能	具备强力传导、智能弯曲、可变硬度功能	无偏离		投标文件第138页电子结肠内窥镜 CF-EZ1500D L/I-C 彩页 P2
（四）	**医用专业监视器（1台）**	**医用专业监视器（1台）**	**医用专业监视器1台**	无偏离		投标文件第94页配置清单
1	**医用专业**	显示器屏幕尺寸	显示器屏幕尺寸	正偏离	显示器屏幕	投标文件第

	监视器	≥31.5 英寸，为 LED 高清屏幕，屏幕长宽比 16:9，分辨率为≥ 3840×2160，支持显示高亮度、高对比度的高质量像素图像、具备 FLIP 功能，支持图像水平翻转与 180 ° 旋转	32 英寸，为 LED 高清屏幕，屏幕长宽比 16:9，分辨率为 3840×2160，支持显示高亮度、高对比度的高质量像素图像、具备 FLIP 功能，支持图像水平翻转与 180 ° 旋转		尺寸 32 英寸	157 页医用专业监视器彩页 P2
★2	医用专业监视器	具备多种显示模式，包含画中画（PIP）、画外画（POP）和克隆输出，可同时查看不同实时图像	具备多种显示模式，包含画中画（PIP）、画外画（POP）和克隆输出，可同时查看不同实时图像	无偏离		投标文件第 157 页医用专业监视器彩页 P2
3	医用专业监视器	配备多种输入/输出端口，包括 3G/HD/SD SDI（×2）、DVI-I（×2）、HD15、Y/C 和 VIDEO	配备多种输入/输出端口，包括 3G/HD/SD SDI（×2）、DVI-I（×2）、HD15、Y/C 和 VIDEO	无偏离		投标文件第 157 页医用专业监视器彩页 P2
（五）	图文工作站（1 台）	图文工作站（1 台）	图文工作站 1 台	无偏离		投标文件第 94 页配置清单
1	图文工作站	为内镜配备专用工作系统的高清图文工作站、支持按项目数量、费用、医生、设备等多维度进行自由组合统计，统计结果可通过饼图、柱状图等多种形式呈现，清晰直观	为内镜配备专用工作系统的高清图文工作站、支持按项目数量、费用、医生、设备等多维度进行自由组合统计，统计结果可通过饼图、柱状图等多种形式呈现，清晰直观	无偏离		投标文件第 204 页图文工作站技术白皮书
（六）	内镜专用台车(1 台)	内镜专用台车（1 台）	内镜专用台车 1 台	无偏离		投标文件第 94 页配置清单
1	内镜专用台车	监视器位置可调节并固定、配有推拉式键盘托板、内镜支架和高度可调隔板、可承载超声内镜主机，配备	监视器高度、前后、水平度、俯仰视角均可调节并固定、配有推拉式键盘托板、内镜支架和高度可调隔	无偏离		投标文件第 207 页内镜专用台车技术参数 P1

		专为安装超声小探头驱动器设计的弹簧臂、出厂预埋与设备匹配的线缆、预留设备信号转换接口	板、可承载超声内镜主机，配备专为安装超声小探头驱动器设计的弹簧臂、出厂预埋与设备匹配的线缆、预留设备信号转换接口			
（七）	内镜用水泵（1台）	**内镜用水泵（1台）**	**内镜用水泵1台**	无偏离		投标文件第94页配置清单
1	内镜用水泵	支持通过脚踏或内镜按钮实现自动冲水、具备常规胃肠镜钳子管道送水功能	支持通过脚踏或内镜按钮实现自动冲水、具备常规胃肠镜钳子管道送水功能	无偏离		投标文件第210页内镜用水泵彩页P3， 投标文件第252页内窥用水泵技术白皮书P4
2	内镜用水泵	高速送水最大流量≥500ml/min、水瓶容量≥2L、连续注水20秒后可自动停止注水	高速送水最大流量600ml/min、水瓶容量2L、连续注水20秒后可自动停止注水	正偏离	高速送水最大流量600ml/min	投标文件第210页投标文件第页内镜用水泵彩页P3、 投标文件第243页内镜用水泵说明书P31、 投标文件第252页内窥用水泵技术白皮书P4
（八）	二氧化碳气泵(1台)	**二氧化碳气泵（1台）**	**二氧化碳气泵1台**	无偏离		投标文件第94页配置清单
1	二氧化碳气泵	可通过更换送气管实现流量自由调节、配有压力指示灯、流量指示灯，支持一键送气，无需额外调节压力	可通过更换送气管实现流量自由调节、配有压力指示灯、流量指示灯，支持一键送气，无需额外调节压力	无偏离		投标文件第303页二氧化碳气泵技术白皮书P2
2	二氧化碳气泵	具备防止送气过量、压力过大的安	具备防止送气过量、压力过大的安	无偏离		投标文件第303页二氧

		全功能（如 CO2 自动停止计时器）与安全装置。	全功能（如 CO2 自动停止计时器）与安全装置。			化碳气泵技术白皮书 P2
3	**二氧化碳气泵**	结构小巧，可放置于台车之上	结构小巧，可放置于台车之上	无偏离		投标文件第 303 页二氧化碳送气气泵技术白皮书 P2

注：1.不得虚假响应，否则视为无效文件。

2.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

3.务必完整填写所有指标响应参数；必须在偏离说明栏进行明确说明偏离情况，且偏离情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，否则将会影响评审得分。

投标人（盖公章）：北京顺源浩天商贸有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

永明项目管理有限公司

中标通知书

项目编号：YMD-2026137F

北京顺源浩天商贸有限公司：

安康市中医医院高清内窥镜摄像系统采购项目于 2026 年 10 月 28 日上午 09：00 分经评审小组成员综合评定，依据公开招标评审结果，确定你单位为该项目之中标单位，中标结果如下：

第一名：北京顺源浩天商贸有限公司

中标价：（¥2766000.00 元）贰佰柒拾陆万陆仟元整。

合同履行期限：合同签订后 30 个日历日内完成全部货物的配送、安装调试工作。

请你单位在收到中标通知书后，于 25 日内到安康市中医医院与采购单位签订服务合同，并办理相关事宜！

注：政府采购信用融资政策

①落实政府采购信用融资有关政策要求执行陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件规定；

②有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（网址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）自主选择金融机构及其金融产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请（具体程序以平台指南为准）。

代理机构：永明项目管理有限公司

2026 年 10 月 30 日