

采购清单

采购单位		陕西省第二康复医院（陕西省盲人按摩医院）			备案函号	ZCBN-省本级-2026-10947	
项目名称		手术室改造					
政府预算资金		¥ 820,000.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	手术室设备及附件	手术室改造	820,000.00	1	029	820,000.00	1. 麻醉机标配纯氧通气，可选配氧气、笑气或氧气、空气两气源、氧笑空三气源，工作压力为0.28~0.6Mpa；2. 监护仪主机使用寿命≥10年3. 除颤仪具备手动除颤、心电监护功能、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能4. 可视喉镜镜片支架端部宽度（成人）9±1.5mm镜片支架端部厚度（成人）9±1.5mm5. 注射泵恒速模式、总量时间模式、药物体重模式、Bolus模式、微量模式、新生儿模式；6. LED手术无影灯灯头1米处照度：160000lx≥EC≥80000lx/160000lx≥EC≥80000lx7. 高频电刀电切：四种切割模式供选择，其热损伤小、碳化少，特别适用于整形美容科、耳鼻喉科以及烧伤切痂等精细手术8. 电动负压吸引器ABS一次成型全塑外壳；无油泵，免维护，使用寿命长，噪音低；溢流保护装置，防止液体进入泵内；手推式，备有手动开关和脚踏开关。9. 电动气压止血器. 止血带达到最大额定气体压力的充气时间（从压力小于50mmHg起）：≤60s10. 电动人工流产吸引器采用二级负压装置：一级负压储气，二级负压吸引。双极负压控制，无创伤11. 医用电动骨钻适用于创伤、关节等骨科手术。12. 手术显微镜两组四通道光学系统，增

							加图像的分辨率、对比度和景深13. 骨科手术床床台的升降、背板上折、左右倾斜、前后倾斜，前后移动，分别由单独的进口电机独立控制操作，性能可靠稳定。14. 台式低速离心机安全保护及故障自检功能：双电子门锁，不平衡、超速、门盖打开等自动保护15. ABS麻醉车产品主要由 • 钢 • ABS工程塑料结构组成；铝合金三角柱四柱承重；16. 内镜清洗工作站由清洗槽、漂洗槽、消毒槽、终末漂洗槽、干燥台、管路系统、控制系统等组成。17. 腹腔镜（高温）与多种摄像平台有广泛的兼容性，镜体配备3种光缆接头，可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI光缆连接；18. 单臂外科吊塔基础架采用拼接式膨胀螺钉设计，平缓施加荷载至 14000N • m 的试验扭矩，持续 10min，法兰盘水平偏角≤0.4° 19. 麻醉吊塔箱体最大负载：300kg，每层托盘最大配载应不大于42kg, 单层托盘具有四倍承重系数安全负载。20. ABS手术对接车单车尺寸约1930*640*700mm，两车组装尺寸约3650*640/730*700-
2							
3							
4							
5							