# 采购清单

| 采购单位 | 西安市中心血站 | 备案函号 | ZCSP-西安市-2026-00381 |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 血检科国产艾滋丙肝检测试剂耗材（三次） | | |
| 政府预算资金 | ￥ 0.00 | 财政专户管理资金 | ￥ 0.00 |
| 单位资金 | ￥ 0.00 | 保障性资金 | ￥ 144,960.00 |

| 序号 | 品名 | 采购标的 | 单价 | 数量 | 单位 | 总价 | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | ★ALT检测试剂盒 全自动生化分析仪系统清洗液 全自动生化分析仪维护液 ALT质控血清 | 144,960.00 | 1 | 批 | 144,960.00 | 标段3： 3.1 血检科ALT 1.速率法实验原理，双试剂； 2.试剂即开即用，适用于贝克曼-库尔特 AU680系列生化分析仪，并提供上机参数，试剂包装可直接放入生化分析仪试剂仓中使用； 3.试剂必须具备国家要求的资质，试剂及标准物标定液的值具有溯源性，能提供溯源性文件； 4.试剂开瓶后在2-8℃，可稳定储存≥7天； 5.ALT检测线性范围3-500U。 3.2 血检科生化清洗液 1.容量：2L/瓶； 2.原厂生产，能够满足贝克曼-库尔特全自动生化分析仪系统清洗维护工作； 3.保质期≥2年。 3.3 血检科生化维护液 1.容量：70ml； 2.酸性或碱性清洗液，能够满足贝克曼-库尔特全自动生化分析仪系统周维护清洗工作； 3.保质期≥2年。 3.4 血检科ALT质控血清 1.浓度：正常值和异常值,瓶内为冻干粉； 2.容量：复溶后为5ml/支； 3.具有溯源性，能提供溯源性文件； 4.储存温度：2-8° C； 5.储存有效时间：≥12个月 |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |