

关于商洛市中医医院医疗设备更新项目（第三批）质疑 复核结果的建议

致：商洛市中医医院

项目名称：医疗设备更新项目（第三批）

项目编号：LS-2026-03-12

包号：采购包 3

采购人：商洛市中医医院

2026年6月11日原评审委员会对此项目的质疑进行逐条回复，经复核原中标供应商西安曲江医械科技有限公司存在以下三条参数不完全满足招标文件产品技术参数要求：1. 招标文件主机 1.5 条“支持脚踏开关控制，可自定义手术场景操作模式 ≥ 10 种”、2. 招标文件冷光源 2.6 条“光源亮度可自动调节并与主机联动控制”要求、3. 招标文件冷光源 2.10 条“配备脚踏”要求。

综上所述建议如下：

建议一：为保证采购人所需设备更好满足临床需求，性能更为可靠，建议对本项目进行重新招标；

建议二：依据原评标委员会推荐的中标候选人重新确定中标供应商。

原评审小组签字：

周强 刘亚强 江昆 刘宇
刘玉册 谭亚妮 王兴来