陕西省田径运动管理中心2026年运动队
备战训练器材购置项目

采 购 合 同

（项目编号：SNCG-TY-2026009）

甲方（采购方）：陕西省田径运动管理中心

乙方（供货方）：奥方体育管理（北京）有限公司

2026年11月9日

陕西省田径运动管理中心项目名称：陕西省田径运动管理中心2026年运动队备战训练器材购置项目、项目编号：SNCG-TY-2026009采购项目，确定奥方体育管理（北京）有限公司公司（以下简称乙方）为该项目成交单位。依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》，经甲乙双方协商一致，本着平等互利和诚实信用的原则，按下述条款和条件签署本合同。

一、合同内容

1.乙方负责按照合同确定的内容及技术标准进行供货；同时乙方做好售后服务。

2.供货清单：

序号	产品名称	单价（元）	数量	单位	金额（元）	制造商	品牌/型号	安全标准及主要技术参数
1	光谱治疗仪	220000.00	1	台	220000.00	湖南心联医疗科技有限公司	海德森/Hydrosun750	详见技术规格及标准
2	中频立体干扰电治疗仪	268000.00	1	台	268000.00	浙江安鼎医疗器械有限公司	浙江安鼎/ES-8000	详见技术规格及标准
合计（大写）：肆拾捌万捌仟元整（¥488000.00元）								

二、合同价格

合同总价：人民币大写肆拾捌万捌仟元整(¥488000.00元）。

说明：

1.合同总价包含货物价（含税）+运输费＋产品辅材费+售后服务费+培训费+保险费+相关伴随费用以及履行本合同项下产生的全部费用等。

2.合同总价为一次性包死，不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

三、合同款项支付

1.结算方式：由甲方负责结算。

2.支付条件：合同生效后，乙方按合同履约完成，经甲方验收合格，乙方需提供等额、合法有效的增值税普通发票（税率为13%），以及验收入库资料。

3.合同款的支付：乙方完成交货，且甲方对货物验收合格之日起10个工作日内一次性支付

合同全部款项。乙方未提供发票及验收入库资料，或者提供的发票或资料不符合甲方要求的，甲方有权不予付款且不承担任何违约责任。

四、交货条件

1.交货地点：采购方指定交付地点 。

2.交货期限：自本合同签订之日起10个日历日

五、包装运输

1.运杂费：一次性包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、搬运费等一切费用。

2.运输方式：公路运输。货物在运输途中的一切风险由乙方承担，货物经甲方验收后风险转移。

六、质量保证

1.乙方提供的产品必须是设计科学、技术成熟、工艺优良，使用优质材料制造的、原厂生产的未曾使用过的全新的合格产品。

2.设计技术专利、外形专利等均应符合中华人民共和国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关，由乙方承担相应赔偿责任。

3.货物参数指标必须与其标示的技术指标项符合，甲方有权在产品的有效保质期内依据技术指标对该产品进行技术验收，其主要的技术参数达不到标准时，甲方有权无条件退货或依据有关法律索赔。

4.质保期：自验收合格之日起 叁 年。

七、甲方的权利和义务

（一）甲方的权利

1.甲方有权随时了解项目进度，并要求乙方提供项目相关资料。

2.甲方有权对项目资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

3.甲方有权按照本合同约定或有关法律法规、政府采购管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。甲方不因行使该监督和检查权而承担任何责任，也不因此减轻或免除乙方根据本合同约定或相关法律法规规定应承担的任何义务或责任。

4.甲方有权在乙方履行合同过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本合同。

5.甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对项目的需求标准和质量要求作出相应变动或者取消项目。

6.甲方有权将乙方履行合同情况及不符合政府采购管理规定情况，向相关部门报告并纳入不良信用记录、年检（报）、评估、执法等监管体系中。

（二）甲方的义务

1.甲方负责项目的采购/招标组织，并对采购结果承担责任。

2.甲方负责办理项目相关的政府采购手续，提供与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调的协助，负责政府采购相关的法律法规解释。

八、乙方的权利和义务

（一）乙方的权利

1.乙方有权自甲方处获得与提供本合同的所有必须的文件、资料。

（二）乙方的义务

1.乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照本合同约定的标准、要求和时间完成项目。

2.乙方不得以任何理由将本合同项下的项目转包给第三方承担。

3.乙方应负责本项目实施过程中的安全管理职责与之相应的应急预案，因乙方未尽到管理职责发生安全事故的，由乙方承担相应的法律责任。

4.乙方承诺根据本合同提供的货物及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权。如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

5.乙方应接受并配合甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

6.乙方应对项目资金进行规范的财务管理和会计核算，加强自身监督，确保资金规范管理和使用。

7.乙方应建立健全财务管理与报告制度，按要求向甲方提供资金的使用情况、项目执行情况、成果总结等材料，并配合甲方及甲方组织的监督检查。

8.乙方应根据甲方要求，无条件接受和配合甲方或甲方委托的会计师事务所进行的与本合同相关的审计。乙方应保存与本合同相关的记录和账目，保存期限为本合同履行完毕或终止后15年。经提前通知，甲方或甲方委托的会计师事务所有权检查并复制上述记录和账目。

9.项目交付后，乙方应无条件返还甲方向其提供的文件、资料并向甲方移交项目资料，同

时乙方应当自留一份完整的项目档案并予以妥善保存。

九、技术规格及标准。（详见附件）

十、技术服务

1.技术资料：随货说明书等。

2.服务承诺：

（1）自产品供货之日起7日内，如发现质量问题，乙方应免费更换设备。质保期内免费上门维修，零配件免费调配。质保期后设备终身维修，仅收取配件及维修成本价。

（2）7*24小时远程响应，乙方应当于接到甲方维修要求后，2小时内技术人员响应，12小时到达现场，7天内解决问题。

（3）提供的所有产品都是制造商原厂生产的全新、未经使用，且符合甲方要求的设备。

十一、违约责任

1.按照《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》中的相关条款执行。

2.乙方未按合同约定的交货日期交货的，每逾期一日，向甲方支付逾期交付货物价款的【1】%的违约金，但不超过合同总金额的【10】%。乙方支付逾期交货违约金并不免除其交货的责任。

3.乙方未按合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为乙方不能交货，甲方有权解除采购合同，乙方除退还已收取的货款外，还应向甲方偿付采购合同总金额【10】%的违约金。因此给甲方造成损失的，乙方应当承担全部赔偿责任。

4.乙方所交付货物或服务不符合其投标承诺，存在偷工减料、以次充好情形的，甲方要求更换一次后仍不符合约定的，甲方有权解除采购合同，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

5.乙方未按照本合同要求提供售后服务的，甲方有权另行委托第三方维修处理，由此产生的费用由乙方承担。

6.乙方存在上述违约行为的，除需向甲方支付违约金、赔偿损失外，还需承担甲方为实现债权的合理费用（包括但不限于律师费、诉讼费、交通费、差旅费、保全费、保险费、公告费、公证费、鉴定费等一切合理费用）。

十二、验收及资产入帐

1.到货验收由甲方组织实施。

2.甲方根据合同要求对货物进行验收，确认货物的产地、规格、型号和数量。如果有必要可邀请有关专家验收。

3.甲方终验合格后以合同、货物验收单、发票复印件作为资产入账依据，及时登记入册。

十三、争议解决

凡由本合同引起的或与解释或执行本合同有关的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商或调解解决。协商或调解不成，双方同意向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十四、其他事项

1. 合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

2. 本合同经甲方、乙方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效。

3. 本合同一式 六 份，甲方执 三 份，乙方执 三 份，均具有同等法律效力。

4. 本合同未尽事项，补充合同内容。

5. 本合同包括一个附件《技术规格及标准》，该附件为本合同的有效组成部分。

（以下无正文）

甲方（采购方）	乙方（供货方）
陕西省田径运动管理中心（盖章）	奥方体育管理（北京）有限公司（盖章）
地址：陕西省西安市丈八东路303号	地址：北京市丰台区榴乡路88号楼10号楼10层1001-01、1001-02、1001-03
邮编：710065	邮编：100079
法定代表人：	法定代表人：
授权代表（签字）	授权代表（签字）
电话：029-88587016	电话：010-67166271
社会统一代码:126100007353566736	传真：/
开户银行：中国银行西安唐延中路支行	开户银行：交通银行股份有限公司北京天坛支行
账号：102410169082	账号：110060841018170249327
日期：2026年11月9日	日期：2026年11月9日

附件：技术规格及标准

序号	招标文件要求	投标文件响应条款	偏离程度	偏离简述
光谱热疗仪：				
1	额定电压：220V；	额定电压:220V	0	/
2	额定频率：50Hz；	额定频率:50Hz	0	/
▲3	治疗光源：卤素光源；	治疗光源：卤素光源；（证明：说明书第22页技术参数、检测报告编号EED330805528CR3第3页第六行）	0	/
4	外观形态：立式结构，便于临床操作与治疗；	外观形态:立式形态，便于临床操作与治疗；	0	/
▲5	功率：≥750W；	功率：775W（证明：检测报告编号EED330805528CR3第3页第五行）	0	/
6	安全高能：可头面部及植入式内固定治疗，无炸裂风险；	具备安全高能：可头面部及植入式内固定治疗，无炸裂风险	0	/
7	工作模式：支持连续工作模式，单次连续运行时间≥10 小时；	工作模式：支持连续工作模式，设备单次照射时间范围:可0-10小时连续照射。	0	/
8	适用人群：适用于成人；	设备可用于成人、儿童	0	/
▲9	治疗时表面温度：治疗 0-2 小时均不超过 41℃；	治疗表面温度：治疗0-2小时表面温度均不超过41℃（证明:检测报告编号EED330805528CR3第5页序号8）	0	/
10	波长范围：590nm~1400nm；	光源光谱波长范围：590～1400nm；	0	/
11	光功率密度：最大能量不小2200mW/cm²；光功率密度：最大能量不小于220mW/cm²；	光功率密度:最大能量:2380.2mW/cm²(距离光口表面)；光功率密度:最大能量：243.8mW/cm²(距离光口32cm)	0	/
▲12	持续开机4小时，光功率密度：最大能量不220mW/cm²；	持续开机4小时，光功率密度：最大能量226.9mW/cm²；(距离光口32cm)（证明：检测报告NO.2024-JC05160第3页序号1）	0	/
13	有效辐照面积：不低于 4000cm²；	有效辐照面积:4105.5ccm²(距离光口32cm)	0	/
14	有效辐照直径：距离光口32cm；	有效辐照直径:72.3cm	0	/
15	治疗深度：不小于20cm；	治疗深度：22cm	0	/
16	过滤系统：水冷滤光片；	过滤系统：水冷滤光片	0	/
17	升降功能：支持脚踏式升降调节，最高升降高度≥150cm；	升降功能：符合人体工程学设计，采用省力模式，脚踏式或电动升降，高度150cm	0	/
18	设备具备倾倒防护装置，具有热能扩散保护聚光技术；	设备具备倾倒防护装置，具有HRPT热能扩散保护聚光技术；	0	/
▲19	过滤液无偶氮苯等有毒致癌物质；	过滤液中无偶氮苯等有毒致癌物质（证明：过滤器槽内业务无致癌性和无毒说明）	0	/

20	设备能够适用于康复辅助治疗；	设备能够适用于康复治疗及肿瘤辅助治疗（癌痛、伤口）	0	/
▲21	治疗主机外壳温度：设备开机持续工作30分钟、60分钟、120分钟、240分钟后均≤48℃；	治疗主机外壳温度：无论设备开机持续工作多长时间，主机外壳温度≤48℃（证明：检测报告NO.2024-JC05160第3页序号1）	0	/
22	配置：设备主机 1 台、液压杆 1 个、设备底座 1个、安全离杆 1 个、万向轮 4 个、防护眼镜 1 副、电源线 1 根、产品使用说明书 1 本；	设备配置包含：设备主机 1 台、液压杆 1 个、设备底座 1个、安全离杆 1 个、万向轮 4 个、防护眼镜 1 副、电源线 1 根、产品使用说明书 1 本；	0	/
中频立体干扰电：				
23	显示：≥7 英寸大屏幕彩色触摸式液晶显示屏；	7英寸大屏幕彩色触摸式液晶显示屏	0	/
24	通道：≥4 通道，不少于16 路输出。每个通道的治疗模式、强度、波形等治疗参数可分别独立控制；	4通道设计，共计24路输出。每个通道的治疗模式、强度、波形等治疗参数可分别独立控制	+	共24路输出，大于16路输出
▲25	输出模式：≥3 种输出模式，需包含微电流和神 经肌肉电刺激模式。每个输出模式可储存≥10 种治疗程序；	3种输出模式：立体动态波、3DEMS神经肌肉电刺激、3DMENS微电流。 每个输出模式可储存10 种治疗程序。（证明：使用手册第15页）	0	/
▲26	波形模式：波形模式≥6种；	6种波形模式：Multiburst多重突发波形、回转波形、连续波形、疏密波形，同步波形，交替波形。 （证明：使用手册第36，42，47页）	0	/
27	每个通道配有≥2 个单独的吸引杯；	每个通道配有2个单独的3极吸引杯，吸引杯直径尺寸Φ80mm，保证治疗面积。	0	/
28	吸引杯为正压设计，杯体设计排气口，吸气和排 气可同时进行；	吸引杯为正压设计，杯体设计排气口，吸气和排气同时进行，保持杯内压力恒定，避免对皮肤造成不适。	0	/
▲29	移动电极：3D 输出设计，可根据不同治疗部位调整探头内外角度改变治疗面积；	3D移动电极：可根据不同的治疗的部位，可调整探头内外角度改变治疗面积。（证明：使用手册第16,17页）	0	/
▲30	电罐电极：手持电极利用电刺激与负压吸附结 合，深层牵拉肌肉和筋膜；	电罐电极：手持电极利用电刺激与负压吸附结合，能够深层牵拉肌肉和筋膜， 缓解粘连与紧绷。（证明：使用手册第18，19页）	0	/
▲31	吸附模式：≥3 种吸附模式；	吸附模式：3种吸附模式，连续吸附、60次/分钟吸附，43次/分钟吸附，除连续吸附模式外，其余吸附模式允差3次/分钟。（证明：使用手册第11页）	0	/
▲32	吸力调节：吸力≥8 档可调；	吸力调节：吸力10档可调，1—10个吸力档位，可单独控制。（证明：使用手册第19页）	0	/
▲33	载波频率：5KHz～10KHz，具有连续输出和变频输出模式；	载波频率：5KHz～10KHz，具有连续输出和变频输出模式；（证明：使用手册第8页）	0	/
34	干扰频率：0.1～200Hz；	干扰频率：0.1～200Hz	0	/
35	调制频率：20～150Hz；	调制频率：20～150Hz	0	/

▲36	神经肌肉电刺激模式下具备时间调节功能：上 升时间，保持时间，下降时间，步进≤ 0.1 秒为单 位；	3DEMS模式具备适合肌肉刺激的时间调节功能：上升时间，保持时间，下降时间，步进0.1秒为单位（证明：使用手册第42页）	0	/
37	定时器：最大90 分钟；	定时器：最大90分钟±5%	0	/
38	安全保护功能：包括状态指示显示、自检功能、 输出突然异常增加时的中断功能、不正常脉冲输出检 测、紧急停止键等；	安全保护功能：包括状态指示显示、自检功能、输出突然异常增加时的中断功能、不正常脉冲输出检测、紧急停止键等	0	/
39	配置： 主机1 台、吸附装置2 台、6 极吸附电极线4 根、电 极海绵8 片、电罐电极1 个、3D 移动电极1 个、凝胶 1 瓶、电源线3 根。	配置清单： ES-8000主机1台 吸引装置2台 6极吸附电极线4根 海绵电极8片 电罐电极1个 3D电极1个 凝胶1瓶 电源线3根 操作手册×1本	0	/