2	★液化天然气加气机检定装置	河北中航	ZH-JQL	河北中航检测技术服务有限公司	套	1	848500	848500

★液化天然气加气机检定装置	1.满足 JJG 1114-2015《液化天然气加气机》检定规程； 2.▲装置扩展不确定度：≤0.3%，k=2； 3.▲重复性：≤0.1%； 4.检定介质：液化天然气（LNG）； 5.液相质量流量计(供货时提供省级以上法定计量检定机构出具的检定证书或校准证书)： 5.1 知名品牌，需经严格筛选，并可作主标准器； 5.2 准确度等级不低于 0.15 级； 5.3 重复性不大于 0.075%； 5.4▲流量范围覆盖（1~80）kg/min，压力范围和流

	量范围应与被检加气机相适应； 6.压力表：测量范围(0~4) MPa，准确度等级不低于 0.2 级（供货时提供省级以上法定计量检定机构出具的检定证书或校准证书）； 7.检定装置的辅助装置(安全阀)供货时应提供有效期内的校验报告； 8.储存和流经 LNG 的管路、阀门等应符合低温管道设计要求； 9.检定装置满足防爆要求，通过防爆检测，适用于在加气站开展检定工作。