

**西安市人民医院(西安市第四医院)  
检验类医疗设备采购项目（二次）**



**招标文件**

项目编号：【KRDL】K5-2605052.1B1

**招标人：西安市人民医院(西安市第四医院)**

**招标代理机构：开瑞项目管理有限公司**

**2026 年 7 月**

# 目 录

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| 第一章 | 招标公告.....           | 1  |
| 第二章 | 投标人须知前附表及投标人须知..... | 6  |
| 第三章 | 采购需求及商务要求.....      | 22 |
| 第四章 | 评审办法.....           | 35 |
| 第五章 | 拟签订的合同文本.....       | 45 |
| 第六章 | 投标文件格式.....         | 55 |

# 第一章 招标公告

## 项目概况

西安市人民医院(西安市第四医院)检验类医疗设备采购项目(二次)的潜在投标人应在全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站【首页】电子交易平台,陕西政府采购交易系统企业端获取招标文件,并于2026年8月12日9时30分(北京时间)前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号:【KRDL】K5-2605052.1B1

项目名称:西安市人民医院(西安市第四医院)检验类医疗设备采购项目(二次)

招标方式:公开招标

预算金额:4094000.00元

最高限价:3199000.00元

采购需求:

合同包1(西安市人民医院(西安市第四医院)检验类医疗设备采购项目(二次)):

合同包预算金额:4094000.00元

合同包最高限价:3199000.00元

| 品目号 | 品目名称   | 采购标的          | 数量<br>(单位) | 技术规格、参数<br>及要求 | 品目预算<br>(元) |
|-----|--------|---------------|------------|----------------|-------------|
| 1-1 | 临床检验设备 | 检验类医疗设备<br>一批 | 1批         | 详见采购<br>文件     | 4094000.00  |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限:详见招标文件。

## 二、投标人的资格要求:

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

## 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(西安市人民医院(西安市第四医院)检验类医疗设备采购项目(二次))落实政府采购政策需满足的资格要求如下: 无。

## 3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(西安市人民医院(西安市第四医院)检验类医疗设备采购项目(二次))特定资格要求如下:

1. 投标人为向招标人提供货物及配套服务的法人或其他组织;

2. 投标人未被“信用中国”网站列入“重大税收违法失信主体名单”; 未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”; 未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”; 未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单(黑名单)信息”;

3. 医疗器械经营许可证或备案证;

4. 属于医疗器械管理范围的产品需提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证;

本项目【全自动电泳分析仪】接受进口产品投标, 须提供完整授权链。

5. 本项目不接受联合体投标。

## 三、获取招标文件

时间: 2026 年 7 月 17 日至 2026 年 7 月 23 日, 每天上午 00: 00: 00 至 12: 00: 00, 下午 12: 00: 00 至 23: 59: 59(北京时间)

途径: 全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站【首页】电子交易平台), 陕西政府采购交易系统)企业端]

方式: 网上获取

售价: 免费获取

## 四、提交投标文件截止时间. 开标时间和地点

时间: 2026 年 8 月 12 日 9 时 30 分 00 秒(北京时间)

提交投标文件地点: 全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站【首页】电子交易平台), 陕西政府采购交易系统)企业端]。

开标地点: 全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站【首页】电子交易平台)陕西政府采购交易系统)企业端] 不见面开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

## 六、其他补充事宜

1. 投标人初次使用电子交易平台时, 请先阅读【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】(<http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>) 网站【首页】服务指南】下载专区】中的《西安市市级单位电子化政府采购项目投标指南》, 并按要求完成诚信入库登记、CA 认证及企业信息绑定。

2. 办理 CA 认证: 电子交易平台现已接入陕西 CA、深圳 CA、西部 CA、北京 CA 四家数字证书公司, 各投标人在交易过程中登录系统, 加密/解密投标文件、文件签章等均可使用上述四家 CA 公司签发的数字证书。办理须知及所需资料详见:  
<http://www.sxggzyjy.cn/fwzn/004003/20220701/6972fe02-f996-4928-951e-545dab02e53c.html>

3. 请投标人务必及时下载项目招标文件并做好备份, 否则会影响投标文件编制及后续投标活动。

4. 获取招标文件方式: 打开【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】网站(官网地址: <http://sxggzyjy.xa.gov.cn/>), 从【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】登录后, 首先在【招标公告/出让公告】模块中预览全部可供参与的项目, 然后选择有意向的项目点击【我要投标】, 成功后切换到【我的项目】模块, 依次点选【项目流程·> 项目管理·> 交易文件下载】免费获取本项目电子招标文件(\*.SXSZF)。

5. 提交投标文件截止时间前, 投标人应随时留意【陕西省政府采购网】、【全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)】上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目提供有变更文件的, 投标人应登录企业端后, 从【项目流程·> 项目管理·> 答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件(\*.SXSCF), 使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件(\*.SXSTF), 系统将拒绝接收。

6. 提交投标文件的方式: 从全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)【首页·> 电子交易平台·> 陕西政府采购交易系统·> 企业端】登录, 登录后切换到【我的项目】模块, 依次点选【项目流程·> 项目管理·> 上传投标文件】上

传加密后的电子投标文件（\*.SXSTF），逾期提交的，系统将拒绝接收。

7. 本项目采用“不见面开标”形式, 投标人可登录全国公共资源交易平台(陕西省·西安市)网站【首页】不见面开标】系统, 在线参加开标过程。操作手册详见【首页】服务指南】下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。

8. 按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》中的要求, 投标人应通过陕西省政府采购网(<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>)注册登记, 加入陕西省政府采购投标人库。

9. 根据西安市财政局《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》(市财函[2021]431号)文中“第16条规定 投标人登记免费领取采购文件的, 如不参与项目投标, 应在递交投标(或相应)文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。否则, 采购代理机构可以向财政部门反映情况并提供相应的佐证。投标人一年内累计出现三次该情形, 将被监管部门记录失信行为”

10. 其他事项见本项目招标文件。

11. 本项目拟采购的“全自动电泳分析仪”已做进口论证, 接受进口产品的投标。

12. 本项目为非专门面向中、小企业项目。

### **13. 落实政府采购政策:**

(1) 《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号);

(2) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);

(3) 国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监管总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);

(4) 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的

通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（5）其他需要落实的政府采购政策。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

**1. 招标人信息**

名称：西安市人民医院（西安市第四医院）

地址：西安市长安区航天新城航天东路155号

联系人：任老师

联系方式：029-611199741

**2. 招标代理机构信息**

名称：开瑞项目管理有限公司

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

联系方式：029-81870236、17602924160、13008527555

**3. 项目联系方式**

项目联系人：姚瑶、王森、于珂欣

电话：029-81870236、17602924160

## 第二章 投标人须知前附表及投标人须知

### 一、投标人须知前附表

| 条款号   | 条款名称            | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.5 | 交货地点            | 招标人指定地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.3.1 | 采购范围            | 本次拟采购全自动血沉仪、生化免疫流水线、飞行时间质谱检测系统(核心产品)、全自动电泳分析仪、血气分析仪、低速台式离心机、恒温摆动保存箱、医用离心机（血库专用）、酶标仪、洗板机，具体数量及要求详见本招标文件“第三章 采购需求及商务要求”。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.3.2 | 交货期<br>(含安装、调试) | 自合同签订之日起 90 天内完成全部项目内容，并交付招标人验收合格。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.3 | 质量要求            | 合格（达到国家强制性合格标准）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4.1 | 投标人资质<br>条件     | 详见本文件“第一章 招标公告”投标人资格要求。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.10  | 答疑              | 已领取本招标文件的投标人若对本招标文件有疑问，需要招标人或招标代理机构回复的，应在投标文件递交截止时间 10 天前向招标代理机构指定邮箱提交疑问问题 word 版电子文件以及加盖公章的 PDF 扫描件，如缺少上述要求的书面材料或逾期提交的，招标人或招标代理机构将依法不予进行回复。指定邮箱为：1253677747@qq.com                                                                                                                                                                                              |
| 3.1.2 | 投标文件的<br>制作与签章  | <p>电子投标文件 (*.SXSTF) 需要使用专用制作软件——“新点投标文件制作软件（陕西公共资源）”进行编制。软件下载地址及操作手册：见西安市公共资源交易平台【首页】服务指南】下载专区】中的《政府采购项目投标文件制作软件及操作手册》。链接地址：<a href="http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html">http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20181115/4d59c184-e8f6-4d5a-a416-c2f6b0601e66.html</a></p> <p>编制电子投标文件前，务必先做好电子招标文件的备份工</p> |



| 条款号   | 条款名称       | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            | <p>作。然后按操作手册中给出的方法将电子招标文件（*.SXSZF）或答疑文件（*.SXSCF，即更新后的电子招标文件）导入制作软件，最后按照章节分别编制投标文件各个部分。</p> <p>再次提醒：提交投标文件截止时间前，投标人应随时留意“政府采购信息发布媒体”上可能发布的变更公告。若变更公告中明确注明本项目伴有变更文件的，投标人应登录企业端后，从【项目流程·&gt;项目管理·&gt;答疑文件下载】获取更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件（*.SXSTF），系统将拒绝接收。</p> <p>电子投标文件制作过程中，需要法定代表人签字或盖章的地方，请使用“法人CA锁”进行签章；需要加盖投标人公章的地方，请使用“企业CA锁”进行签章。若导出的PDF文件里看不到签章，请尝试使用专用制作软件中的“查看投标文件工具”打开未加密的电子投标文件重新导出。在制作过程中，如有其他技术性问题，请先翻阅操作手册，或致电软件开发商。</p> |
| 3.1.3 | 投标文件的加密和提交 | <p>在生成电子投标文件时，需要使用CA锁对投标文件进行加密。注意：加密投标文件和开标时解密投标文件应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。</p> <p>电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段，登录西安市公共资源交易平台【首页·&gt;电子交易平台·&gt;企业端】，登录后切换到【我的项目】模块下，依次点选【项目流程·&gt;项目管理·&gt;上传投标文件】，上传加密后的电子投标文件（*.SXSTF）。上传成功后，西安市公共资源交易平台政府采购系统将予以记录。</p> <p>上传文件有误或需要重新提交的，可先撤销已经上传的文件，然后重新上传新文件。</p>                                                                                                                                                     |

| 条款号   | 条款名称        | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                     |
|-------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3.2.3 | 投标报价要求      | <p>以总价及单价的形式自主填报投标报价，但不得超出本项目的最高限价及采购预算。如超出，将按照无效投标处理。</p> <p>本项目签订固定总价合同，投标报价应是完成招标内容所需采购的全部费用，包括但不限于：货物费、运输费（含保险费）、安装调试费、检测验收费、设备费、人工费、材料费、进口关税、保险、规费、税金、利润、备品备件、易损件、专用工具使用费等与之相关的一切直接费、间接费等全部费用。要求的其他相关费用以本招标文件的内容和要求作为投标依据。</p> |                                                                          |                                                     |
| 3.3.1 | 投标有效期       | 自投标文件递交截止之日起 90 天。                                                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                     |
| 3.4   | 投标保证金       | 本项目不要求投标人缴纳投标保证金。                                                                                                                                                                                                                   |                                                                          |                                                     |
| 3.5   | 资格审查要求及审查依据 | 序号                                                                                                                                                                                                                                  | 资格审查要求                                                                   | 审查内容及依据                                             |
|       |             | 1                                                                                                                                                                                                                                   | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定                                                  | 评审依据：投标人应在投标文件中附符合本条要求的承诺书并加盖公章，格式及内容详见“第六章 投标文件格式” |
|       |             | 2                                                                                                                                                                                                                                   | 投标人为向招标人提供货物及配套服务的法人或其他组织                                                | 评审依据：投标人应提供营业执照复印件或扫描件加盖公章，其他组织提供相应证明材料。            |
|       |             | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 投标人未被“信用中国”网站列入“重大税收违法失信主体名单”；未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”；未被“中国政府采购网”网站列入“政府 | 评审依据：投标人提供包含上述内容的承诺书并加盖公章，具体格式详见“第六章 投标文件格式”        |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容                                                                                                                                                                              |                                                                      |                                                      |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     |      |                                                                                                                                                                                   | 采购严重违法失信行为记录名单”；未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”                |                                                      |
|     |      | 4                                                                                                                                                                                 | 医疗器械经营许可证或备案证；                                                       | 评审依据：投标人应在投标文件中附符合本条要求的证明材料。                         |
|     |      | 5                                                                                                                                                                                 | 属于医疗器械管理范围的产品需提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；<br>本项目【全自动电泳分析仪】接受进口产品投标，须提供完整授权链。 | 评审依据：投标人应在投标文件中附符合本条要求的证明材料。                         |
|     |      | 6                                                                                                                                                                                 | 本项目不接受联合体投标。                                                         | 评审依据：投标人应在投标文件中附符合本条要求的书面声明并加盖公章，格式及内容详见“第六章 投标文件格式” |
|     |      | 备注：<br>①以上资格证明材料需提供合格有效的证明材料，证明材料提供不全或签字盖章不符合要求的，均属于未按招标文件要求提供证明文件，不得通过资格审查。<br>②信用信息查询渠道：“信用中国”、“中国执行信息公开网”、“中国政府采购网”、“国家企业信用信息公示系统”为投标人信用信息查询渠道。<br>③投标人在参加采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一 |                                                                      |                                                      |

| 条款号   | 条款名称       | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            | <p>定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加采购活动，但应提供期限届满的证明材料。</p> <p>④评标委员会或者招标人有权在评标过程中对投标人提供的证明材料进行复核，若发现复核结果与投标人提供的证明材料不符的，投标人自行承担相关不利风险。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.2.1 | 递交投标文件截止时间 | 2026 年 8 月 12 日 9 时 30 分 00 秒 （北京时间）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点   | 西安市公共资源交易中心（ <a href="http://sxggzyjy.xa.gov.cn/">http://sxggzyjy.xa.gov.cn/</a> ）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.2   | 开标程序       | <p>开标工作由招标代理机构组织实施，整个过程受同级政府采购监管机构的监督、管理。“不见面开标”是依托政府采购云平台实现的投标人在线参与开标的一种组织形式。投标人无需抵达开标现场，即可在线实现开标、解密、澄清等操作。</p> <p>（1）投标人登录：开标前，请各投标人至少提前半小时登录西安市公共资源交易平台〔首页·〉不见面开标〕系统。</p> <p>（2）主持人宣布开标：提交投标文件截止时间过后，系统将不再接收任何投标文件。</p> <p>（3）解密投标文件：投标人在收到主持人“开始解密”指令后，应使用“加密该投标文件的 CA 锁（必须是同一把锁）”在线完成投标文件解密。除因【西安市公共资源交易中心】断电、断网、系统故障及其他不可抗力等因素，导致“不见面开标”系统无法正常运行外，投标人应在规定的解密时间内完成解密。</p> <p>（4）唱标：对于公开招标项目，“不见面开标”系统将自动展示投标人名单及其投标报价。</p> <p>（5）开标结束：进入评审环节。投标人请保持在线，评审期间评标委员会可能会要求投标人做相应的澄清。因投标人擅自离席造成的不利后果，由投标人自行承担。</p> |

| 条款号  | 条款名称      | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |           | <p>“不见面开标”系统操作说明：详见西安市公共资源交易平台【首页·〉服务指南·〉下载专区】中的《西安公共资源交易不见面开标大厅投标人操作手册》。</p> <p>链接地址：<a href="http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html">http://sxggzyjy.xa.gov.cn/fwzn/004003/20200426/bc8b2c1e-abe2-4168-913c-68ff93345faf.html</a>。</p>                                                |
| 6.1  | 评标委员会的组建  | <p>评标委员会构成：5人。其中评标专家4人，招标人评标代表1人。</p> <p>评标专家确定方式：评标前24小时内法律认可的专家库中随机专家。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7.1  | 定标方式      | <p>是否授权评标委员会确定中标人：<br/> <input type="checkbox"/>是 <input checked="" type="checkbox"/>否</p> <p>招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数：<u>3</u>人；</p>                                                                                                                                                                                      |
| 7.3  | 履约担保      | 不缴纳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10.1 | 需要补充的其他内容 | <p>1. 本项目采购预算：4094000.00元（含财政专项资金1880000.00元）；</p> <p>总价最高限价：3199000.00元（含财政专项资金1880000.00元）；</p> <p>单价最高限价：详见“第三章 采购需求及商务要求 一、采购内容”</p> <p>备注：各投标人报价不得超过上述总价最高限价及单价最高限价，否则将按照无效投标处理。</p> <p>2. 本包标的所属<u>工业</u>行业；</p> <p>3. 知识产权：构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标的投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自</p> |

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | <p>自复印或提供给第三人。</p> <p>4. 确定中标人后 3 日内，由中标人参照国家计委颁发的《采购代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号）以及国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于采购代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003] 857 号）的有关规定标准下浮 30%，向招标代理机构一次付清代理服务费。</p> <p>5. 中标单位投标文件的留存：中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构提供纸质版投标文件正本 1 份、副本 2 份、电子版文件 1 份（U 盘）备注：①中标单位所提供的纸质版投标文件须与开标会议时所递交的一致，否则自行承担相关责任。②正、副本应分别胶装成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p> <p>6. 关于投标文件的雷同性分析：<br/>根据陕西省公共资源交易中心 2021 年 7 月 22 日印发的《关于在政府采购交易系统中开通标书雷同性分析功能的通知》，在符合性审查环节，将由评标委员会在评标系统中对投标人的电子投标文件进行雷同性分析。雷同性分析由两项指标组成，分别是“文件制作机器码”和“文件创建标识码”。其中，前者通过验证电子投标文件制作设备的特征信息（如 MAC 地址、硬盘序列号、CPU 编号、主板号等），判断电子投标文件是否出自同一台设备。若“文件制作机器码”一致，则表明不同投标人的电子投标文件出自同一台制作设备，根据《陕西省财政厅关于政府采购有关政策的复函》（陕财办采函〔2019〕18 号），该情形可以视为投标人串通投标，其投标无效。若“文件创建标识码”一致，则表示不同投标人使用投标文件制作软件时，使用同一源工程文件，该情形建议由评标委员会结合项目情况综合判定。</p> <p><b>7. 踏勘现场：本项目组织统一踏勘现场</b></p> |

| 条款号                                                    | 条款名称 | 编列内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |      | <p>踏勘时间：2026 年 7 月 24 日 9 时 30 分；</p> <p>踏勘地点：西安市人民医院（西安市第四医院）航天院区急诊楼对面检验实验室</p> <p>踏勘联系人及联系电话：于工 18821613947；</p> <p>说明：踏勘过程中所产生的任何费用及安全问题由投标人自行承担。不论投标人是否踏勘，与本项目实施的所有因素、细节由投标人自行考虑并承担相关不利风险。</p> <p>8. 本招标文件未明确的其他事项，按照有关法律、法规或省市有关规定执行。本招标文件由招标人和招标代理机构负责解释。</p> <p>9. 进入相关部门“黑名单”的供应商以及有行贿、串标等违法违规行为并经查实的供应商不能参与本院采购项目的采购活动。对“黑名单”中供应商采取“一票否决”及“随时叫停”机制，在报名、资格审核、评审、公示、合同签订等环节一旦发现并查实有行贿等违法违规行为的，立即取消其相关资格且终止合同签订。</p> |
| <p>本表是对投标人须知的提示和说明，如有矛盾，应以本表为准。如本表未说明的，以本招标文件内容为准。</p> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 二、投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 依据《中华人民共和国政府采购法》以及陕西省、西安市关于政府采购的有关法律、法规，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 招标人：详见“第一章 招标公告”

1.1.3 招标代理机构：详见“第一章 招标公告”

1.1.4 项目名称：详见“第一章 招标公告”

1.1.5 交货地点：详见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：财政性资金及财政专项资金。

1.2.2 资金落实情况：已落实。

#### 1.3 采购范围、交货期（含安装、调试）和质量要求

1.3.1 采购范围：详见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期（含安装、调试）：详见投标人须知前附表。

1.3.3 质量要求：详见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资质条件：详见“第一章 招标公告”

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一，否则其投标无效：

- （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构；
- （2）财产被接管或冻结的；
- （3）为本招标项目提供采购代理服务的；
- （4）与本招标项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；
- （5）与本招标项目的招标代理机构相互控股或参股的；
- （6）与本招标项目的招标代理机构相互任职或工作的；
- （7）投标人之间负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；
- （8）被政府有关部门责令停业的；
- （9）被暂停或取消投标资格的；
- （10）法律法规规定的其他情形；



1.4.3 是否接受联合体投标：详见“第一章 招标公告”

1.5 费用承担：投标人参与本项目所有发生的费用，不论中标与否均由投标人自行承担。

1.6 保密：参与招标投标活动的各方均应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

1.7 语言文字：除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位：所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场：踏勘现场：除投标人须知前附表 10.1 需要补充的其他内容特殊要求外，不组织统一踏勘现场，各投标人可自行前往项目所在地进行踏勘。过程中所产生的任何费用及安全问题由投标人自行承担。不论投标人是否踏勘，与本项目实施的所有因素、细节由投标人自行考虑并承担相关不利风险。

1.10 答疑：详见投标人须知前附表。

1.11 转包：本项目不允许中标后转包。

## **2. 招标文件的组成**

### **2.1 招标文件的组成**

#### **2.1.1 本招标文件包括：**

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知前附表及投标人须知；
- (3) 采购需求及商务要求；
- (4) 评审办法；
- (5) 拟签订的合同文本；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 1.10 款和第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分。

2.1.2 投标人应及时获取招标文件，否则引起的一切风险由投标人自负。

### **2.2 招标文件的澄清与修改**

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标代理机构提出，以便补齐。如有疑问，按照前附表要求向招标

代理机构提出疑问，要求招标代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 投标人应及时登录相应网站查看本项目的招标变更信息并获取澄清和修改后的文件，未按澄清和修改后的招标文件编制的投标文件有可能被评标委员会否决。

2.2.3 当招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改（补充）文件在同一内容的表述上不一致时，以时间在后的为准。

2.2.4 其它关于澄清与修改的要求以现行相关法律、法规为准。

### **3. 投标文件**

#### **3.1 投标文件的组成：**

3.1.1 投标文件应按照本招标文件提供的“第六章 投标文件格式”、“第三章 评标办法”及本文件的其他要求完整的进行编制。

投标人在编制投标文件时未按照上述要求提供证明材料、擅自修改投标文件格式内容、未按照投标文件格式内容进行响应的，将视为投标文件的组成不完整，在符合性审查时将按照不合格处理。

3.1.2 投标文件的制作与签章：详见投标人须知前附表。

3.1.3 投标文件的加密和提交：详见投标人须知前附表。

#### **3.1.6 投标文件的补充、修改和撤回：**

（1）投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但需要书面通知招标人、招标代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（2）投标人在提交投标文件截止时间后，撤回投标文件的，投标保证金不予退还。

#### **3.1.7 投标文件被拒绝接收的情形：**

（1）未按照招标文件要求递交投标文件的；

（2）逾期提交投标文件的；

（3）其它法律法规规定的应当拒绝接受的情形。

3.1.8 投标文件由于编制问题导致无法正常评审的，将按无效投标文件处理。

#### **3.2 投标报价**

3.2.1 投标人应按照招标文件中的规定和要求报价,任何不符合报价要求的投标将按照废标处理。

3.2.2 投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格,不得以任何理由予以变更。任何有选择的报价及以可调整价格的投标均按照废标处理。

3.2.3 投标报价其他要求: 详见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期: 在规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。其他内容详见投标人须知前附表。

3.3.2 在特殊情况下,招标人或招标代理机构在原定投标有效期内,可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求,对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人或招标代理机构这种要求,而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件,但需要相应的延长投标保证金的有效期,在延长的投标有效期内本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

3.4 投标保证金: 本项目不要求投标人缴纳投标保证金。

3.5 资格审查要求及审查依据: 详见投标人须知前附表。

3.6 是否允许递交备选投标方案: 投标人不得递交备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制及组成

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件明确的实质性要求和条件进行响应,对于招标文件特别要求需要逐条明确响应或提供相关证明材料的,应当按照其要求进行编制,否则视为未响应。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的标记

4.1.1 投标文件的封面上应写明的其他内容: 按照本文件“第六章 投标文件格式”编制。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人递交投标文件截止时间：详见投标人须知前附表。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：详见投标人须知前附表。

4.2.3 是否退还投标文件：不予退还。

4.2.4 采购需求及商务要求中明确要求提供投标样品的，应当按照相关要求在递交投标文件时按要求递交。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

## 5. 开标

**5.1 开标时间和地点：**开标时间及地点与投标人递交投标文件截止时间及地点一致。招标人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点进行开标会议，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

**5.2 开标程序：**详见投标人须知前附表。

## 6. 评标

6.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式详见投标人须知前附表。

6.2 评标委员会成员发现有法定回避情形的应当主动提出回避，招标人或者招标代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当要求其回避。各级财政部门政府采购监督管理工作人员，不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

6.3 评标委员会按照“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评审办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

### 6.4 评标过程的保密

（1）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、补遗、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况等均严格保密。

（2）在投标文件的评审、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝直至取消其中标资格。

（3）中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作

出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

#### 6.5 投标文件的澄清

(1) 为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或投标文件的实质性内容。

(2) 评标委员会认为有必要时，可向投标人进行询标。

#### 6.6 投标文件计算错误的修正

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

#### 6.7 投标文件的评审、比较和否决

(1) 评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。未响应招标文件和合同条款的投标文件，不得进行评标。

(2) 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

(3) 评标委员会依据本次评标标准和方法，对投标文件进行评审，向招标人提出书面评标报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。

### 7. 合同授予

7.1 定标方式：详见投标人须知前附表，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

#### 7.2 中标通知

7.2.1 在本章规定的投标有效期内，招标代理机构将对中标人进行中标公示同时发布中标通知书，公告期限为 1 个工作日。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式

和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日后，在规定时间内根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同并按照规定予以备案。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

**8. 重新招标：**执行现行相关法律法规。

#### 9. 纪律和监督

##### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

##### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

##### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进

行。

#### 9.5 质疑与投诉

投标人应当严格按照《政府采购质疑和投诉办法》提出质疑和投诉，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

答复主体：代理机构

联系人：王森

联系电话：17602924160

地址：陕西省西安市莲湖区高新二路1号招商银行大厦19层

邮编：710000

#### 10. 需要补充的其他内容

10.1 详见投标人须知前附表。

### 第三章 采购需求及商务要求

#### 一、采购内容

| 品目 | 分项名称                   | 采购数量（套） | 单价最高限价（元）  |
|----|------------------------|---------|------------|
| 1  | 全自动血沉仪                 | 2       | 12000.00   |
| 2  | 生化免疫流水线                | 1       | 680000.00  |
| 3  | 飞行时间质谱检测系统<br>(核心产品)   | 1       | 1900000.00 |
| 4  | 全自动电泳分析仪<br>(允许进口产品投标) | 1       | 380000.00  |
| 5  | 血气分析仪                  | 1       | 65000.00   |
| 6  | 低速台式离心机                | 1       | 25000.00   |
| 7  | 恒温摆动保存箱                | 2       | 20000.00   |
| 8  | 医用离心机（血库专用）            | 2       | 15000.00   |
| 9  | 酶标仪                    | 1       | 25000.00   |
| 10 | 洗板机                    | 1       | 30000.00   |

#### 二、技术参数及要求

##### 品目 1：全自动血沉仪

##### （一）技术参数：

- 1.用途：用于血液样品红细胞沉降速度和压积的测量；
- 2.测量范围（血液红细胞沉降率）0-140mm/h；
- 3.测量精度范围 $\leq \pm 1\text{mm}$ ；
- 4.分析时间：30 分钟和 60 分钟可选；
- 5.测试通道 $\geq 20$  个；
- 6.装载型式：随插随测；



- 7. 测量方法:光电感应;
  - 8. 分析结果: 检测结果自动转化为魏氏法血沉值;
  - \*9. 血沉测试速度:  $\geq 40$  测试/小时;
  - 10. 支持独立压积测试;
  - 11. 安全保护: 具有样本异常提示功能;
  - 12. 断电保护功能: 断电时自动保存已完成的检测结果。
- (二) 单台配置要求:全自动血沉仪 1 套。

## 品目二: 生化免疫流水线

### (一) 技术参数:

- 1. 样本处理模块:
  - 1.1 样本总容量 $\geq 600$  管, 支持在线连续上样;
  - 1.2 样本综合处理速度 $\geq 800$  管/小时;
  - 1.3 具备急诊优先功能;
  - 1.4 生化/免疫/样本处理模块可独立开关机、维护, 单模块故障不影响其他模块;
- 2. 生化模块:
  - \*2.1 检测速度(比色法) $\geq 2000$  测试/小时;
  - 2.2 检测速度(电极法) $\geq 900$  测试/小时;
  - \*2.3 生化试剂通道全部开放(除钾钠氯), 医院可自由选择生化试剂品牌;
  - 2.4 样本类型: 血清、血浆、尿液等;
  - 2.5 样本最小加样量 $\leq 1.2 \mu\text{L}$ , 支持  $0.1 \mu\text{L}$  步进;
  - 2.6 样本针携带污染率 $\leq 0.1\text{ppm}$ ;
  - 2.7 具备液面探测、堵针检测、防撞、血凝块探测功能;
  - 2.8 同时可开展生化项目 $\geq 60$  个;
  - 2.9 最小反应体积 $\leq 80 \mu\text{L}$ ;
  - 2.10 反应温度:  $37^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ;
  - 2.11 波长范围: 340-800nm; 波长数量 $\geq 12$  个;
  - 2.12 支持自动稀释, 异常结果自动重测, 稀释倍数可预设多档;
  - 2.13 具备急诊随时插入测定功能, 急诊优先;
- 3. 免疫模块:

- \*3.1 总检测速度 $\geq 600$  测试/小时；
  - 3.2 检测项目：至少包含传染病八项、心肌标志物、炎症标志物、性激素、甲状腺、肿瘤标志物等；
  - 3.3 首个结果出报告时间 $\leq 15$  分钟；
  - 3.4 试剂位 $\geq 40$  个，支持 RFID 射频识别试剂，支持不停机装卸载试剂；
  - 3.5 可一次性添加反应杯 $\geq 1500$  个；
  - 3.6 校准周期 $\geq 30$  天；
  - 3.7 样本针携带污染率 $\leq 0.1$ ppm（如为一次性加样针吸头，该条不做限制）；
  - 3.8 省际联盟集采中标情况：发光试剂中选项目均为 A 组（提供证明资料）；
  - 3.9 具有自动稀释、自动重测功能；
  - 3.10 洗液更换：支持不停机更换；
  - 3.11 具有原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件；
- （二）单台配置要求：生化免疫流水线 1 套。

### 品目三：飞行时间质谱检测系统（核心产品）

- （一）技术参数：
- 1. 用途：用于血液、体液、组织等生命体来源样本的核酸相关临床检测；
  - 2. 支持样本类型：全血、口腔拭子等；
  - 3. 突变灵敏度 $\leq 1\%$ ；
  - 4. 可容纳 2 张 96 孔制式的芯片，芯片采用一次性硅质质谱微阵列芯片，内含基质无需手工添加。点样模块自动完成待测样本加样工作；
  - 5. 样本通量： $\geq 192$  个样本，检测时间 $\leq 60$  分钟；
  - 6. 激光器类型：氮气或固体激光器；频率 $\geq 30$ Hz；波长 $\geq 337$ nm；
  - 7. 激光光斑在 50-120  $\mu\text{m}$  可调；
  - 8. 飞行管采用直线形不锈钢等金属材质，飞行管长度 $\geq 0.8$  米；
  - 9. 真空系统类型：抽速 $\geq 60$ L/秒，真空恢复时间 $\leq 10$  分钟，真空度 $\geq 10^{-6}$ mbar；
  - 10. 检测器类型：MCP 或 ETP 检测器，单离子半峰宽 $\leq 3$ ns，动态范围 $\geq 10^6$ ；
  - 11. 灵敏度： $\leq 550$ fmo1；
  - 12. 质量准确度：内标法质量精度 $\leq 50$ ppm，外标法质量精度 $\leq 200$ ppm；
  - \*13. 质量范围：4000-10000Da；

14. 质量稳定性 $\leq 300\text{ppm}$ ;
15. 分型原理: 可直接区分基因型, 无须数据库比对;
16. 具有全自动进样、点样功能或配套全自动点样仪;
17. 中文界面, 具有仪器控制、数据采集、分析、报告一体化功能, 数据存储 $\geq 20$ 万条。

(二) 单台配置要求: 飞行时间质谱检测系统 (含全自动核酸提取仪) 1 套。

#### **品目四: 全自动电泳分析仪 (进口)**

备注: 标注为进口的, 指该产品可接受进口。

(一) 技术参数:

1. 用途: 通过对血清蛋白电泳、尿蛋白电泳检测, 以测定人体样本中各种蛋白的比例, 用于肝、肾疾病和多发性骨髓瘤的诊断等;
2. 检测原理: 琼脂糖凝胶电泳法;
3. 检测项目:  $\geq 4$  项;
- \*4. 检测速度: 血清蛋白 $\geq 90$  样本/小时、血红蛋白电泳 $\geq 20$  样本/小时;
5. 单项目标本用量 $\leq 30\mu\text{l}$ ;
6. 样本支持自动稀释, 无需人工操作;
7. 具备自动化点样、电泳、染色/脱色、干燥、扫描等功能;
8. 染色仓类型: 至少包含氨基黑或酸紫的一种;
9. 染色仓自动完成染色、脱色、烘干过程, 烘干系统须为内置;
10. 脱色液、清洗液须为非刺激性产品 (如冰醋酸等);
11. 加样系统: 加样梳自动清洗;
12. 支持自定义报告格式, 具备原始电泳图谱一键恢复功能;
13. 数据存储: 可设置保存原始数据 $\geq 1$  年。

(二) 单台配置要求: 全自动电泳仪 1 套。

#### **品目五: 血气分析仪**

(一) 技术参数:

1. 测量项目: 包含并不限于 pH、 $pO_2$ 、 $pCO_2$ ,  $Na^+$ 、 $K^+$ 、 $Ca^{2+}$ 、 $Cl^-$ 、Lac、Hct;
2. 样本类型:  $\geq 3$  种 (需含动脉血、静脉血、毛细血管血);
- \*3. 样本量 $\leq 70\mu\text{L}$ ;

4. 单样本测试速度：从吸样到出结果的时间 $\leq 60$  秒；
5. 测量精密度：（CV）PH $\leq 0.02$ ，电解质（Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>/Cl<sup>-</sup>） $\leq 1.5\%$ ，气体分压（pO<sub>2</sub> /pCO<sub>2</sub> ） $\leq 5\%$ ，Lac $\leq 6\%$ ；
6. 进样方式：自动吸样，支持注射器、毛细管等多种采样模式；
7. 报警功能：含危急值声音报警、样本不足、耗材不足/过期、温控异常、定标失败等功能；
8. 数据存储：自动存储，存储容量 $\geq 35000$  条患者结果；
9. 单位时间测试速度： $\geq 30$ T/h。

（二）单台配置要求：血气分析仪 1 套。

#### 品目六：低速台式离心机

（一）技术参数：

1. 用途：满足血型鉴定、交叉配血离心要求；
2. 最高转速 $\geq 6000$ r/min；
3. 最大容量 $\geq 4 \times 750$ ml；
4. 转速精度 $\leq \pm 10$ r/min；
5. 定时范围：1s $\sim 99$ min；
6. 最大相对离心力 $\geq 4700 \times g$ ；
7. 电机类型：交流变频电机；
8. 安全保护：具有超速、超温、不平衡检测报警等功能；
9. 运行噪音 $\leq 70$ dB(A)；
10. 可存储程序数量： $\geq 15$  种。

（二）单台配置要求：低速台式离心机 1 套。

#### 品目七：恒温摆动保存箱

（一）技术参数：

1. 用途：输血科血小板保存；
2. 控温范围： $22^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ；
3. 控温精度 $\leq \pm 0.1^{\circ}\text{C}$ ；
4. 摆动幅度： $50\text{mm} \pm 5\text{mm}$ ，支持连续左右往复，水平振荡；
5. 振荡频率： $60 \pm 5$  周/分钟；

- \*6. 搁架层数及承载量：搁架层数 $\geq 8$  层，每层最大承载量 $\geq 2$  袋 450ml 血袋；
- 7. 报警功能：支持超温、故障、断电报警；
- 8. 箱体要求：内胆 304 医用不锈钢，外壳钢板喷塑，门体带观察窗；
- 9. 运行噪音： $\leq 60\text{dB(A)}$ ；
- 10. 脚轮配置：4 个万向脚轮，前置带锁止功能；
- 11. 具有液晶显示功能：可显示动态温度曲线图等。
- 12. 箱体尺寸（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）： $\leq 600 \times 600 \times 1500$ （mm）

（二）单台配置要求：恒温摆动保存箱 1 套。

#### 品目八：医用离心机（血库专用）

（一）技术参数：

- 1. 用途：凝聚胺血型鉴定、交叉配血；
- 2. 最高转速 $\geq 4000\text{r/min}$ ；
- 3. 定时范围 1s-60min；
- 4. 最大离心力 $\geq 1700 \times g$ ；
- \*5. 刹车系统，停机时间 $\leq 10\text{s}$ （无回荡）；
- 6. 具有液晶显示功能，可显示转速，离心力等参数；
- 7. 运行噪音 $\leq 70\text{dB(A)}$ ；
- 8. 可存储程序数量： $\geq 15$  种。

（二）单台配置要求：医用离心机（血库专用）1 套。

#### 品目九：酶标仪

（一）技术参数：

- 1. 用途：用于酶联免疫测定；
- 2. 波长：400-630nm；
- \*3. 吸光度范围 $\geq 0-4\text{A}$ ；
- 4. 测试速度 $\leq 96$  孔/5 秒（单波长）、 $\leq 96$  孔/10 秒（双波长）；
- 5. 光源寿命 $\geq 2000$  小时；
- 6. 检测通道数 $\geq 8$  通道；
- 7. 适配板型：含 96 孔板；
- 8. 吸光度稳定性 $\leq 0.005\text{A}$ 。

(二) 单台配置要求:酶标仪 1 套。

### 品目十: 洗板机

(一) 技术参数:

1. 适配板型: 适用于各种板型:96 孔, 支持平、U、V 型底酶标板或条;
2. 洗板头配置 $\geq 96$  针洗头;
3. 清洗模式: 单板或多板模式;
- \*4. 液体通道配置: 洗液通道 $\geq 2$  个;
5. 注液精度 $\leq 2\%$ ;
6. 注液时间 $\leq 60s$ ;
7. 清洗次数: 1-99 次可调;
8. 浸泡时间: 0-24 小时可调;
9. 吸液残留量:  $\leq 1 \mu L/\text{孔}$ ;
10. 振板功能: 支持振板, 振荡频率可调;
11. 洗液和废液管路分开;
12. 程序储存能力 $\geq 100$  个程序;
13. 报警系统: 自动报警, 包括空载报警和加液不足, 废液溢出报警;

(二) 单台配置要求:洗板机 1 套。

### 三、商务要求

1. 交货条件:

(1) 交货地点: 招标人指定地点。

(2) 交货期(含安装、调试): 自合同签订之日起 90 天内完成全部项目内容, 并交付招标人验收合格。

(3) 质量要求: 合格(达到国家强制性合格标准)

2. 产品质保期: \*(1) 整机(含消耗性配件)保修期为六年(从验收合格之日起开始计算)。保修期内, 同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用, 可以更换同型号、同规格的全新产品, 服务响应时间不超过 2 小时, 对问题较大短期内暂不能解决的, 为不影响甲方正常工作, 乙方在 2 日内免费提供替代产品, 确保正常运行, 由此产生的费用由乙方承担, 保修期内确保医用计量器具使用的准确性以及精准性。

\*(2) 提供生产厂家出具的 $\geq 6$  年的质保声明或质保承诺书(若为进口产品,

由国内总代提供）。

3. 款项结算：（1）无预付款，所有货物到达招标人指定地点，安装、调试完毕、提供国家或行业标准的合格验收证明以及出具所有设备生产厂家提供的六年质量保证书等，中标人完成自检合格后，提交招标人进行第一次验收，招标人自第一次验收合格且收到发票之日，达到付款条件起 10 日内，支付验收合格产品对应金额总价 95%。

货物第一次验收合格满 72 个月后，进行二次验收，验收合格后达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 5%。

（2）银行转账。

4. 其他商务要求：

（1）集采耗材或试剂：投标人须承诺按照国家集采耗材或试剂价格配合医院在陕西药品和医用耗材招采管理系统完成阳光采购工作（提供承诺书，承诺书格式自拟）。投标人须逐项列明招标文件中要求的集采项目（见附件-《检验类医疗设备相关专用配套集采试剂项目》）所对应产品注册证名称、型号、规格、生产企业、注册证号。

（2）非集采耗材或试剂限价要求：

投标人须承诺配合医院在陕西药品和医用耗材招采管理系统完成阳光采购工作（提供承诺书，承诺书格式自拟）。供应商须承诺满足《检验类医疗设备相关专用配套非集采试剂限价要求》并逐项列明所对应产品注册证名称、型号、规格、生产企业、注册证号及耗材或试剂价格详细响应情况（如≤XX 元）（提供承诺书，承诺书格式自拟）。

（3）耗材及试剂后期采购应遵循两票制、集中配送、阳光采购等国家医用耗材、试剂相关管理规定及医院管理制度新品入院流程处理。

（4）接口及数据要求

1) 品目一至品目五须与招标人 HIS、LIS 等招标人集成平台对接，并承担所接系统软件工作站、接口、配件、系统升级及由此产生的所有费用（包括但不限于采集盒、手控、脚踏板、转接配件、无线网卡、高清采集卡及各种连线等），涉及图像传输的须无条件开放相关端口（不限于 DICOM 端口）。

2) 设备具有时间同步功能机制。

3) 工作站为 windows 系列中文操作系统，保证工作站在连接设备后仍有可

用网口。

4) 设备具有串口、USB、网口、DICOM 端口之一的通讯端口。如通信接口特殊, 不在上述范围内, 需提供转换为以上 4 类接口的相应转换头。

5) 所采设备应根据各设备输出口, 确定相关数据信息, 如: 手柄和脚踏板需 USB 口。

#### **四、其他要求**

##### **1. 履约能力要求:**

(1) 按照合同约定时间, 按招标人指定地点提供货物, 配合验收工作, 并负责安装、调试、提供现场技术培训, 保证使用人员正常操作设备的各种功能。

(2) 由供应商负责, 运杂费已包含在合同总价内, 包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。

(3) 定期派技术人员到现场走访, 给予检查维护, 一年不少于 2 次。

(4) 供应商应终身免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

##### **2. 质量验收标准和规范:**

(1) 按国家有关规定以及院方招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收; 双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项, 由招标人在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项目的约定标准进行验收;

(2) 验收时如发现所交付的货物有缺项、次品、损坏或其他不符合标准及本合同约定之情形者, 院方应做出详尽的现场记录, 记录形式包括摄像、拍照、供应商证明人的说明, 并由双方签署备忘录, 此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件和更换符合要求的整机之有效证据, 由此产生的时间延误与相关费用由供应商承担, 验收期限相应顺延。

##### **3. 服务要求:**

(1) 中标商需完成计量器具的检定或校准工作, 按照设备安装场地现场情况, 完成场地准备, 达到设备正常安装使用要求, 提供满足诊疗需求并符合国家对消毒、控感、卫生的要求, 其中所产生的所有人工、材料、运输、安装施工、配套设备、设备性能检测等费用均由中标方承担。

(2) 操作人员的技术培训时间不得少于一周, 提供培训计划。



附件 2：检验类医疗设备相关专用配套集采试剂项目

| 产品名称             | 试剂名称                    | 备注 |
|------------------|-------------------------|----|
| 品目:2:<br>生化免疫流水线 | 1-绒毛膜促性腺激素及 $\beta$ 亚单位 |    |
|                  | 2-孕酮                    |    |
|                  | 3-雌二醇                   |    |
|                  | 4-卵泡刺激素                 |    |
|                  | 5-黄体生成激素                |    |
|                  | 6-催乳素                   |    |
|                  | 7-睾酮                    |    |
|                  | 8-甲胎蛋白                  |    |
|                  | 9-癌胚抗原                  |    |
|                  | 10-糖类抗原 125             |    |
|                  | 11-糖类抗原 15-3            |    |
|                  | 12-糖类抗原 19-9            |    |
|                  | 13-糖类抗原 242             |    |
|                  | 14-细胞角蛋白 19 片段          |    |
|                  | 15-神经元特异性烯醇化酶           |    |
|                  | 16-糖类抗原 72-4            |    |
|                  | 17-胃泌素释放肽前体             |    |
|                  | 18-鳞状上皮细胞癌抗原            |    |
|                  | 19-总前列腺特异性抗原            |    |
|                  | 20-游离前列腺特异性抗原           |    |

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
|  | 21-人附睾蛋白 4            |  |
|  | 22-C 肽                |  |
|  | 23-胰岛素                |  |
|  | 24-游离三碘甲状腺原氨酸         |  |
|  | 25-三碘甲状腺原氨酸           |  |
|  | 26-甲状腺素               |  |
|  | 27-游离甲状腺素             |  |
|  | 28-促甲状腺激素             |  |
|  | 29-甲状腺球蛋白             |  |
|  | 30-抗甲状腺球蛋白抗体          |  |
|  | 31-抗甲状腺过氧化物酶抗体        |  |
|  | 32-促甲状腺素受体抗体          |  |
|  | 33-乙型肝炎病毒表面抗原         |  |
|  | 34-乙型肝炎病毒表面抗体         |  |
|  | 35-乙型肝炎病毒核心抗体         |  |
|  | 36-乙型肝炎病毒 e 抗原        |  |
|  | 37-乙型肝炎病毒 e 抗体        |  |
|  | 38-丙型肝炎病毒抗体           |  |
|  | 39-人类免疫缺陷病毒抗体和抗原（P24） |  |
|  | 40-梅毒螺旋体抗体            |  |

附件 2:检验类医疗设备相关专用配套非集采试剂限价要求

| 产品名称             | 试剂名称               | 限价        | 备注 |
|------------------|--------------------|-----------|----|
| 品目:2:<br>生化免疫流水线 | 1-铁蛋白              | ≤16 元/人份  |    |
|                  | 2-叶酸               | ≤16 元/人份  |    |
|                  | 3-维生素 B12          | ≤25 元/人份  |    |
|                  | 4-人生长激素            | ≤15 元/人份  |    |
|                  | 5-胰岛素样生长因子-1       | ≤35 元/人份  |    |
|                  | 6-胰岛素样生长因子结合蛋白-3   | ≤25 元/人份  |    |
|                  | 7-可溶性 fms 样酪氨酸激酶-1 | ≤150 元/人份 |    |
|                  | 8-胎盘生长因子           | ≤120 元/人份 |    |
|                  | 9-降钙素原             | ≤54 元/人份  |    |
|                  | 10-白介素 6           | ≤13 元/人份  |    |
|                  | 11-高敏肌钙蛋白          | ≤25 元/人份  |    |
|                  | 12-N 末端脑利钠肽前体      | ≤60 元/人份  |    |
|                  | 13-肌酸激酶同工酶         | ≤20 元/人份  |    |
|                  | 14-肌红蛋白            | ≤22 元/人份  |    |
|                  | 15-异常凝血酶原          | ≤50 元/人份  |    |
|                  | 16-胃蛋白酶原 I         | ≤15 元/人份  |    |
|                  | 17-胃蛋白酶原 II        | ≤15 元/人份  |    |
|                  | 18-甲状旁腺素           | ≤30 元/人份  |    |
|                  | 19-25-羟基维生素 D      | ≤30 元/人份  |    |

|                             |                                          |                                                                            |  |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
|                             | 20-抗缪勒管激素                                | ≤70 元/人份                                                                   |  |
|                             | 21-抗环瓜氨酸肽抗体                              | ≤38 元/人份                                                                   |  |
|                             | 22-钾电极 K electrode                       | ≤0.6 元/人份                                                                  |  |
|                             | 23-钠电极 Na electrode                      | ≤0.6 元/人份                                                                  |  |
|                             | 24-氯电极 Cl electrode                      | ≤0.6 元/人份                                                                  |  |
| <b>品目 3:<br/>飞行时间质谱检测系统</b> | 飞行时间质谱检测系统专用<br>单项试剂占比<br>(含检测试剂及相关配套耗材) | 单项试剂占比≤40%，<br>(需额外注明所提供试剂在陕西省三级医院收费的项目名称及收费编码、试剂单项占比、总耗占比，并附陕西省物价局项目收费截图) |  |
| <b>品目 4:<br/>全自动电泳分析仪</b>   | 血清蛋白电泳检测试剂                               | ≤19.31 元/人份                                                                |  |
|                             | 尿蛋白电泳分析检测试剂                              | ≤62.26 元/人份                                                                |  |
|                             | 清洗液                                      | ≤7.5 元/人份                                                                  |  |
|                             | 脱色液                                      | ≤1.6 元/人份                                                                  |  |
| <b>品目 5:<br/>血气分析仪</b>      | 每测试人份成本(含检测试剂及相关配套耗材)                    | 每测试人份成本≤40 元                                                               |  |

## 第四章 评审办法

### 一、评审办法

1. 按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，评标委员会采用综合评分法对投标人的投标文件进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选人。

### 二、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2. 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；
5. 向招标人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
6. 履行招标文件及其他法律法规要求的职责。

### 三、投标人存在下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 投标人放弃或拒绝对电子投标文件进行解密的；
2. 因投标人自身原因，导致未在规定的解密时限内完整解密的，如忘带 CA 锁、或携带的 CA 锁与加密文件的 CA 锁不同、或使用旧版招标文件编制投标文件等情形；
3. 上传的电子投标文件无法正常打开的；
4. 政府采购法律法规规定的其他无效情形。

### 四、评标程序

#### 1. 资格审查：

由招标人或招标代理机构对各投标人进行资格检查；

#### 2. 符合性审查

2.1 由评标委员会对资格检查合格的投标文件进行符合性审查。符合性审查在评标过程中穿插进行，投标人符合性审查不合格的，其投标文件将视为无效投标文件。

#### 2.2 符合性审查合格标准：

2.2.1 投标文件按招标文件要求签署、盖章；

2.2.2 报价未超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.2.3 投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的；

2.2.4 投标人名称与营业执照一致；

2.2.5 资格要求、符合性审查合格标准、标记“\*”条款及本文件规定的其他不允许偏离的条件，为实质性要求和条件，不满足的投标为无效投标；

2.2.6 法定代表人参加开标会议的，应出具法定代表人证明书。法定代表人授权合法授权代表参加开标会议的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书，同时提供截止投标文件递交截止时间前连续近 3 个月（不含开标当月）的社保缴纳证明材料。

2.2.7 投标文件是否响应“陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书、参加政府采购活动行为自律承诺书（一）、参加政府采购活动行为自律承诺书（二）

2.2.8 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、明显低价的排除

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价小于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 $\times 50\%$ ；

（2）投标报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标报价 50%的，即投标报价小于通过符合性审查且报价次低投标人投标报价 $\times 50\%$ ；

（3）投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价小于采购项目最高限价 $\times 45\%$ ；

（4）其他评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

评审委员会应当依据专业经验对报价合理性进行判断。如果投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，

应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

## **六、相同品牌评审依据**

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人或者招标人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## **七、澄清有关问题**

1. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签署全名。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2. 评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或投标文件的实质性内容。

## **八、评标价的确定**

1. 投标文件经符合性评审合格的，为有效投标。对于所有有效投标按照以下规则进行评标价的确定：

（1）对于不需要进行政策性价格优惠调整的，其评标价为按照本办法规定的修正办法修正后的投标总价。

（2）对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整：

对非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，投标人为小型和微型企

业、监狱企业、残疾人福利性单位的评审价计算规则：【其评审价=投标报价\* 90%】；

对专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不执行面向中小企业的“价格评审优惠”。

依据政府采购促进中小企业发展管理办法财库【2020】46号文件，在政府采购活动中，投标人提供的货物符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

2. 采购的项目或者采购包中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3. 对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。

4. 其他方式按照国家相关现行规定执行。



## 九、投标文件计算错误的修正

1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

## 十、投标文件的评审、比较和否决

1. 评标委员会仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。未响应招标文件和合同条款的投标文件，不得进行评标。
2. 在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
3. 评标委员会依据本次评标标准和方法，对投标文件进行评审，向招标人提出书面评标报告，并根据得分由高到低的顺序，推荐中标候选人。
4. 评标委员会各成员按照《评审办法》规定的内容，独立进行综合比较、评价打分。若出现综合得分并列时，投标报价最低者排名在前；如投标报价相同，则以技术指标响应情况内容优先；若技术指标响应情况内容得分也相同的，依次以后续评审内容得分高的优先。

## 十一、根据相关法律、法规的规定，对政府采购相关政策落实如下：

### 1. 促进中小企业发展优惠政策

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关规定，各投标人须在投标文件文件中提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》文的相关规定认定，未提供以上材料的不予以认定。

2. 为落实政府采购相关政策，招标人或者招标代理机构将在中标结果发布的同时公告上述声明函，接受社会监督。投标人提供的上述声明函与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

3. 如投标人同时提供上述优惠内容，评标委员会只认可其一项有效声明函，不予以重复给价格扣除。

#### 4. 环境标志、节能的产品

对于采购标的列入政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单的产品，应根据财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定的实施政府优先采购和强制采购；招标人及招标代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。各投标人应在投标文件中提供有效证明材料（证明材料须加盖投标人红色公章），否则不予计分（注：政府采购节能产品、环境标志产品品目清单以最新公布内容为准）。

5. 有融资需求的投标人可根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）相关政策、业务流程、办理平台（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>）执行；

除上述已表述的内容外，其余对政府采购相关政策予以落实根据相关法律、法规的规定执行。如投标人同时提供优惠内容的，评标委员会只认可其一项有效声明函，不予以重复给价格扣除。

#### 十二、推荐中标候选人名单

汇总全体评委对每个投标人的赋分，计算出每个投标人的综合得分，取平均值（小数点后保留后两位）后按照总得分从高到低的顺序进行排列，推荐中标候选人。

## 评审办法

| 评审因素           | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分值     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 投标报价           | <p>满足招标文件要求且评审报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30</p>                                                                                                                                                                                                                | 30 分   |
| 技术参数要求         | <p>投标人根据招标文件第三章“二、技术参数及要求”的内容进行响应，其中：</p> <p>①技术参数中标记“*”的参数需求为实质性技术参数，不允许负偏离；</p> <p>②技术参数中其他参数为一般技术参数，每负偏离一项扣0.3分，扣完为止。</p> <p>备注：投标人对所投产品“*”项参数须提供相应的佐证材料并注明页码。佐证材料可以是产品技术说明书或产品彩页或使用说明书或有资质的第三方出具的检验报告或设备功能证明及截图等投标人认为可以佐证参数响应性的材料。投标人对材料的真实性、完整性、有效性及针对性承担责任，自行承担因材料提供不全导致技术参数被认定为具体参数不满足或负偏离的风险。</p> | 38.5 分 |
| 进货渠道           | <p>投标人承诺所投产品进货渠道正规，无假货、水货、翻新货且无产权纠纷得2.5分；未提供或提供不全的得0分。</p> <p>备注：供应商需提供加盖公章的承诺书，格式自拟。</p>                                                                                                                                                                                                                 | 2.5 分  |
| 其他承诺           | <p>投标人针对本项目提供有利于本项目开展的其他承诺（例如：增值服务、优惠条件、人性化设计等），每提供一项承诺得1分，最多得3分；（承诺书格式自拟）未提供不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                     | 3 分    |
| 产品质量保证<br>措施方案 | <p>投标人提供的产品质量保证措施方案需包含①产品性能、设备选型的基本情况、产品综合性能、使用寿命及效果说明；②产品生产的质量保证措施、产品供货及运输质量保</p>                                                                                                                                                                                                                        | 6 分    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               | <p>证措施、产品安装及调试质量保证措施、产品培训质量保证措施，共 2 项内容，每项满分 3 分，总分 6 分。</p> <p>其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照 1 分、0.9 分、0.5 分、0.3 分、0.1 分、0 分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得 1 分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得 0.9 分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得 0.5 分，存在明显不符合采分点要求的得 0.3 分，完全不符合采分点要求的得 0.1 分，未响应相应内容的得 0 分。</p>                 |     |
| <b>组织保证措施</b> | <p>投标人提供的产品组织保证措施方案需包含①组织机构方案及管理制度方案及项目实施团队人员情况，共 1 项内容，每项满分 3 分，总分 3 分。</p> <p>其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照 1 分、0.9 分、0.5 分、0.3 分、0.1 分、0 分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得 1 分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得 0.9 分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得 0.5 分，存在明显不符合采分点要求的得 0.3 分，完全不符合采分点要求的得 0.1 分，未响应相应内容的得 0 分。</p> | 3 分 |
| <b>进度保证措施</b> | <p>投标人提供的进度保证措施方案需包含供货、安装调试及培训进度保证措施，共 1 项内容，每项满分 3 分，总分 3 分。</p> <p>其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的针对性、可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照 1 分、0.9 分、0.5 分、0.3 分、0.1 分、0 分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得 1 分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得 0.9 分，基本符合采分点要求但是存在一定不</p>                                                                            | 3 分 |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                      | 足的得 0.5 分，存在明显不符合采分点要求的得 0.3 分，完全不符合采分点要求的得 0.1 分，未响应相应内容的得 0 分。                                                                                                                                                                                                                            |     |
| <b>售后保障措施</b>                                                                        | 投标人提供的售后保障实施方案需包含①售后服务机构人员配置方案；②保修期外至全寿命周期内零配件及备品备件供应方案，共 2 项内容，每项满分 3 分，总分 6 分。其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照 1 分、0.9 分、0.5 分、0.3 分、0.1 分、0 分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得 1 分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得 0.9 分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得 0.5 分，存在明显不符合采分点要求的得 0.3 分，完全不符合采分点要求的得 0.1 分，未响应相应内容的得 0 分。 | 6 分 |
| <b>应急事件响应及处理</b>                                                                     | 投标人提供的应急事件响应及处理方案需包含可能发生的应急事故情况分析、应急响应时间及紧急安全保障措施，共 1 项内容，每项满分 2 分，总分 2 分。<br>其中，每项以具体内容与本项目及所投产品的可行性、方案完善性作为采分点；每个采分点按照 1 分、0.9 分、0.5 分、0.3 分、0.1 分、0 分作为具体赋分分值，完全符合采分点要求的得 1 分，存在个别瑕疵但是符合采分点要素的得 0.9 分，基本符合采分点要求但是存在一定不足的得 0.5 分，存在明显不符合采分点要求的得 0.3 分，完全不符合采分点要求的得 0.1 分，未响应相应内容的得 0 分。   | 2 分 |
| <b>业绩</b>                                                                            | 提供 2023 年 5 月 1 日至今所投核心产品的业绩证明材料，每提供一份得 2 分，满分 6 分。以合同签订日期为准，提供完整合同复印件，未提供的不得分。                                                                                                                                                                                                             | 6 分 |
| <b>备注：</b><br>1. 业绩等赋分证明材料未提供或模糊无法辨认将不予得分；<br>2. 评标委员会成员必须按照本评审要素据实赋分，各类数字计算均按“四舍五入” |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |

保留小数点后两位。

## 第五章 拟签订的合同文本

（合同签订时招标人有权根据投标人投标文件中的内容及承诺对合同内容进行补充和完善）

项目名称：

项目编号：

# 西安市人民医院（西安市第四医院） 医疗设备采购合同

甲 方：西安市人民医院（西安市第四医院）

乙 方：

鉴证方：

年 月

中国 西安

# 采购合同

甲方：西安市人民医院（西安市第四医院）

住所地:

法定代表人:

乙方：

住所地:

法定代表人:

鉴证方:

住所地:

法定代表人:

鉴证方就甲方所需货物，按照招标采购程序组织公开招标，确定乙方为成交供应商。依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》以及招标文件、成交供应商投标响应文件正本和澄清表（函）、成交通知书，经甲、乙双方协商，鉴证方确认，达成如下条款。

### 一、合同标的物（以投标文件正本和澄清表〈函〉为准）

| 序号 | 标的物名称                | 规格型号 | 数量 | 产地品牌 | 单价<br>(万元) | 合计<br>(万元) | 备注 |
|----|----------------------|------|----|------|------------|------------|----|
| 1  | 项目名称（注册证名称：<br>XXXX） |      |    |      |            |            |    |
|    |                      |      |    |      |            |            |    |
| 说明 |                      |      |    |      |            |            |    |

## 二、合同价款

(一) 合同总价款为人民币(大写) 元整(¥ )。

(二) 合同总价包括：设备采购费（货物费、运输费（含保险费）、装卸费）、拆除费、安装调试费、检测验收、培训、技术服务、税金及其它乙方履行合同义务所需的全部费用。

(三) 合同总价一次性包死，不受市场价格变化因素的影响。

### 三、款项结算



（一）无预付款，所有货物到达甲方指定地点，安装、调试完毕、提供国家或行业标准的合格验收证明以及出具所有设备生产厂家提供的（\_\_）年质量保证书等，乙方完成自检合格后，提交甲方进行第一次验收，甲方自第一次验收合格且收到发票之日起，十日内无息支付验收合格产品对应金额总价 95%，若因乙方不能及时提供发票或提供的发票不符合要求的，甲方付款期限顺延，且不承担任何责任。

（二）货物第一次验收合格满\_\_个月后，进行二次验收，验收合格后无息支付验收合格产品对应金额总价 5%。

（三）支付方式：银行转帐。

乙方确认以下信息为收款信息：

开户名：

开户行：

账号：

（四）结算方式：所有货物验收合格后，乙方持发票（按合同总价由乙方直开甲方）、项目验收单、采购合同，到甲方办理资金结算。

#### 四、双方的权利和义务

##### （一）甲方的权利和义务

甲方权利：组织使用单位严格按照招标文件及投标文件要求和标准验收货物。

甲方义务：积极配合乙方安装、调试等工作；组织、开展验收工作。

##### （二）乙方的权利和义务

乙方权利：按照合同约定要求甲方及时付款。

乙方义务：按照合同约定时间，按甲方指定地点提供货物并确保货物质量，配合验收工作，并负责安装、调试、计量器具的检定/校准、提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，提供双向免费接口服务；乙方确保通过合法招投标程序，在公平公正的基础上中标本次项目，本项目在若经监管部门定性为串通投标等违法情形的，乙方应承担由此产生的一切责任（包括但不限于刑事责任、行政责任、民事赔偿责任等），由此给甲方造成损失的，乙方应当赔偿甲方全部损失（包括但不限于甲方因维权产生的诉讼费、公证费、保全费以及律师费等）。

乙方保证货物后期可与甲方各类信息化网络系统双向接口免费对接，即供应商应负责与甲方及甲方信息化网络系统供应商的接口均完成对接，过程中所产生的全部费用由乙方承担。

## **五、交货条件：**

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：合同签订后自接到甲方通知之日起 一个日历日，完成货物的安装、调试并正常运行，不得延期。

## **六、运输**

（一）运输由乙方负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从货物供应地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等全部费用。

（二）运输方式由乙方自行选择，但必须保证按期交货。

（三）货物验收合格前产生的一切毁损、灭失的风险及质量问题均由乙方承担。

## **七、质量保证**

乙方所供货物必须执行下列条款：

（一）保证技术指标先进、质量性能可靠、进货渠道正常，配置合理，全面满足谈判要求。

（二）符合国家有关规范要求，确保达到最佳运行状态。

（三）具有良好的外观，适合安装场所的使用。

（四）自安装、调试正常运行且甲方验收合格之日起（以入账时间为准）。

1、整机免费保修 年，终身维护，免费保修期内，同一部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的全新产品，服务响应时间不超过 2 小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在 2 日内免费提供替代产品，确保正常运行，由此产生的全部费用由乙方承担；

2、30 天内，如出现质量问题，可以选择换货或退货；

3、30 至 60 天内，如出现质量问题，可选择换货。

（五）设备因产品质量或设计缺陷等问题，而发生的医疗差错或医疗纠纷由乙方及生产厂商负全部责任。由此给甲方造成损失的，乙方应负责全额赔偿（包括但不限于甲方因维权产生的诉讼费、公证费、保全费以及律师费等）。

(六) 保证设备后期可与甲方各类信息化网络系统免费无缝链接。

## **八、售后服务**

乙方所供货物提供以下售后服务：

### **(一) 保修期内：**

1、发生质量问题，接到甲方通知后，应于 2 小时内派出专业的维修人员到现场进行检测维修，发生的全部费用由乙方承担，若需送回生产厂家，乙方承担往返费用；

2、定期派技术人员到现场走访，给予检查维护，一年不少于 2 次；

3、排除故障的期限不得超过 48 小时。否则甲方有权指定第三方维修，维修等全部费用由乙方承担。

4、对质保期内采购设备配备软件免费更新。

5、若违反以上任何一条，乙方还需向甲方按合同总价款的 30%（与招标文件一致）支付违约金。

**(二) 保修期结束后，乙方免费提供全面保养维护并进行自检、系统测试，确保正常运行。**

(三) 根据《医疗器械使用质量监督管理办法》（18 号令）规定，甲方有权委托维修服务机构或者自行对在用医疗器械进行维护维修，乙方应终身免费提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必须的材料和信息。

## **九、技术与服务**

### **(一) 技术资料：**

1、货物合格证；

2、货物使用说明书（中文）；

3、项目竣工资料、检验测试报告；

4、进口医疗设备报关单与商检证明；

5、其它资料（包含计量器具检定/校准证书）。

**(二) 服务承诺：**以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。

**(三) 培训：**乙方须在设备安装调试完成后免费对甲方操作人员进行使用、保养等技术培训，确保被培训人员掌握相关操作技术、具备操作技能可进行日常

保养为止。

## 十、验收

验收由甲方组织，乙方配合进行：

（一）货物到达甲方指定地点后，甲方依据合同要求，进行清点验收、性能功能验收、培训及增值服务验收工作；在验收期间发生重大质量问题，甲方有权依据本合同第十一条第（二）款之约定单方解除合同，或要求乙方更换货物，如更换货物由甲方重新组织验收工作，但交付期不顺延，由此导致交付逾期的，乙方仍应承担逾期交付的违约责任。

（二）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（三）验收时如发现所交付的货物有缺项、次品、损坏或其它不符合标准及本合同约定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，记录形式包括摄像、拍照、乙方证明人的说明，并由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件和更换符合要求的整机之有效证据，由此产生的时间延误与相关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（四）乙方向甲方提交货物实施过程中的所有资料以便甲方日后管理和维护。

（五）甲方在验收合格后，填写项目验收单（一式贰份）作为对本项目最终认可。

（六）验收依据：

- 1、招标文件、投标文件、澄清表（函）；
- 2、本合同及附件文本；
- 3、国家相应的标准、规范。
- 4、完成培训内容并书面留档。

## 十一、违约责任

（一）双方按《政府采购法》《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）乙方未按合同要求提供货物或质量不能满足本合同、招标文件、投标文件等相关文件要求的，乙方须在合同约定的交货期内无条件更换合格的货物交付给甲方，若甲方有实际损失的乙方还应赔偿甲方的实际损失。否则，甲方有权

解除合同，合同自甲方书面解除通知到达乙方之日起解除，乙方向甲方支付违约金，违约金计算方法：以合同总价为基数，支付甲方合同最高限价的 30%违约金；若违约金不足以弥补甲方所受损失，则甲方可以要求乙方赔偿解除合同的全部损失（包括但不限于律师费、重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其它由此造成的甲方对第三方的违约损失）。同时甲方有权对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

（三）乙方逾期交付货物的，除应及时交足货物外，同时向甲方支付逾期交货部分货款总额的百分之一/天的违约金；逾期交货超过 10 天，甲方有权解除合同，合同自甲方书面解除通知到达乙方之日起解除，乙方则应按合同最高限价的 30%向甲方支付违约金，若违约金不足以弥补甲方损失，则甲方可要求乙方赔偿解除合同的全部损失（包括但不限于律师费、重新采购产生的费用、合同未履行导致设备不能按规划交付使用可能产生的租赁费用及其他由此造成的甲方对第三方的违约损失），同时甲方有权将乙方违约事宜上报至财政监督管理部门备案。

## **十二、合同争议解决的方式**

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的依法向甲方所在地人民法院起诉。

## **十三、合同生效**

本合同一式捌份，甲方执陆份，乙方、鉴证方各执壹份，均具有同等法律效力。本合同经甲、乙、鉴证方各方签字盖章后生效，合同执行完毕后，自动终止（合同的服务承诺则长期有效）。

## **十四、其他事项**

（一）鉴证方作为政府集中采购代理机构对合同进行确认。

（二）西安市财政局政府采购管理处在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购内容、标准进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

（三）招标文件、投标文件、澄清表（函）、中标通知书、合同附件均成为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

（四）合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，经鉴证方确认后签订补充协议，作为合同补充，补充协议与原合同具有同等法律效力。补充协议与原合同约定不一致的，以补充协议为准。

（五）合同一经签订，不得擅自变更、解除或终止合同。对确需变更、解除、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

（六）本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

（七）本合同附件作为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。

附件：

1、西安市人民医院（西安市第四医院）\_\_\_\_\_项目配置清单

2、品目耗材报价表

（以下无正文）

甲方：西安市人民医院

乙方：

（西安市第四医院）

地址：西安市新城区解放路 21 号 地址：

法定代表人：

法定代表人：

联系电话：

联系电话：

签订日期：202 年 月 日

签订日期：202 年 月 日

鉴证方：

地 址：

法定代表人：

代理人：

联系电话：

签订日期：202 年 月 日

附件 1:

西安市人民医院（西安市第四医院）\_\_\_\_\_配置清单

| 序号 | 货物名称 | 规格、型号 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
|----|------|-------|----|----|------|----|
| 1  |      |       |    |    |      |    |
| 2  |      |       |    |    |      |    |
| 3  |      |       |    |    |      |    |
| 4  |      |       |    |    |      |    |
| 5  |      |       |    |    |      |    |
| 6  |      |       |    |    |      |    |
| 7  |      |       |    |    |      |    |
| 8  |      |       |    |    |      |    |
| 9  |      |       |    |    |      |    |
| 10 |      |       |    |    |      |    |
| 11 |      |       |    |    |      |    |
| 12 |      |       |    |    |      |    |
| 13 |      |       |    |    |      |    |
| 14 |      |       |    |    |      |    |
| 15 |      |       |    |    |      |    |
| 16 |      |       |    |    |      |    |
| 17 |      |       |    |    |      |    |
| 18 |      |       |    |    |      |    |

注：每个项目填一份附件清单，附件清单内容在标配基础上参照标书内各项目配置要求填写。

附件 2:

品目耗材报价表

| 序号 | 耗材名 | 产品及包装规格 | 报价 | 制造厂商 | 备注 |
|----|-----|---------|----|------|----|
| 1  |     |         |    |      |    |
|    |     |         |    |      |    |
|    |     |         |    |      |    |
|    |     |         |    |      |    |

注：每个项目填一份附件清单，附件清单内容参照标书内各项目耗材限价或阳光采购限价填写，不得高于限价。



## 第六章 投标文件格式

### 投标文件编制说明

1. 编制投标文件前，请详细阅读招标文件的全部内容，理解文件中的每一项要求。

2. 在编制投标文件时，应当按照样本招标文件提供的格式内容逐一做出明确的响应，招标文件提供的格式内容在编制投标文件时不得更改，内容可以扩充。投标人认为有必要，对还可以做其它补充，其目录自行编制，如因投标人自身原因未编制或编制目录中未附其相应内容，其相关不利风险由其自行承担。

(项目名称)

## 投标文件

项目编号：\_\_\_\_\_

投标人（全称）：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其法人授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地址：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 目 录

**【投标人根据文件格式要求编辑】**

## 1. 投标函

（招标人名称）：

我方收到（项目名称：\_\_\_\_\_项目编号：\_\_\_\_\_）招标文件，经我公司详细研究，我公司决定参加本项目的投标活动。为此，我方郑重声明以下诸点，并愿意承担相应的法律责任。

1. 我方愿意按照招标文件中的一切要求，提供相应货物及服务，完成合同的责任和义务。

2. 我方已详细阅读了本项目招标文件，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

3. 如果我方在开标后到规定的投标有效期内撤回投标文件及承诺，我方愿承担一切不利风险。

4. 我方同意向贵方提供可能要求的、与本次投标有关的任何证据资料。

5. 我方的投标文件在投标文件递交截止时间之日起\_\_\_\_\_天有效。

6. 如果我方一旦中标，我方将保证按招标文件要求完成全部内容，且质量达到现行合格标准，符合国家、行业、地方规定以及招标文件规定标准要求，并在领取中标通知书时提供符合招标代理机构要求的投标文件。

7. 我方完全接受并响应招标文件、答疑文件、评审办法、采购预算及限价等关于本项目相关文件的要求，严格遵守开标过程的时间安排、程序安排等细节，对此无任何异议。但我单位所编制的投标文件如未按照招标文件特别要求逐条明确响应或提供相关证明材料编制投标文件的，我方自愿被按照无效投标处理。

8. 所有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系：

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地 址：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐 号：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2. 开标一览表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 投标总报价<br>(元)             | 交货期<br>(含安装、调试)                  | 质量<br>要求        | 交货<br>地点 | 质保期                                                                                                                                                                                                                            | 备注 |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 大写：人民币_____<br>小写：¥_____ | 自合同签订之日起__天内完成全部项目内容，并交付招标人验收合格。 | 合格（达到国家强制性合格标准） | 招标人指定地点  | （1）整机（含消耗性配件）保修期为__年（从验收合格之日起开始计算）。保修期内，同一主要部件出现质量问题经过两次维修后仍无法正常使用，可以更换同型号、同规格的全新产品，服务响应时间不超过 2 小时，对问题较大短期内暂不能解决的，为不影响甲方正常工作，乙方在 2 日内免费提供替代产品，确保正常运行，由此产生的费用由乙方承担，保修期内确保医用计量器具使用的准确性以及精准性。<br><br>（2）提供生产厂家出具的≥__年的质保声明或质保承诺书。 |    |

说明：所有投标报价均含税，且用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法人代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 3. 报价明细表

| 序号                      | 设备名称                     | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号        | 数量 | 单位 | 单价最高<br>投标限价<br>(元) | 单价投<br>标报价<br>(元) |
|-------------------------|--------------------------|----|------|-------------|----|----|---------------------|-------------------|
| 1                       | 全自动血沉仪                   |    |      |             | 2  | 套  | 12000.00            |                   |
| 2                       | 生化免疫流水线                  |    |      |             | 1  | 套  | 680000.0<br>0       |                   |
| 3                       | 飞行时间质谱检测系<br>统<br>(核心产品) |    |      |             | 1  | 套  | 1900000.<br>00      |                   |
| 4                       | 全自动电泳分析仪                 |    |      |             | 1  | 套  | 380000.0<br>0       |                   |
| 5                       | 血气分析仪                    |    |      |             | 1  | 套  | 65000.00            |                   |
| 6                       | 低速台式离心机                  |    |      |             | 1  | 套  | 25000.00            |                   |
| 7                       | 恒温摆动保存箱                  |    |      |             | 2  | 套  | 20000.00            |                   |
| 8                       | 医用离心机（血库专<br>用）          |    |      |             | 2  | 套  | 15000.00            |                   |
| 9                       | 酶标仪                      |    |      |             | 1  | 套  | 25000.00            |                   |
| 10                      | 洗板机                      |    |      |             | 1  | 套  | 30000.00            |                   |
| 总价合计（元）<br>（上述所有项的总价之和） |                          |    |      | 大写：人民币_____ |    |    |                     |                   |
|                         |                          |    |      | 小写：¥_____   |    |    |                     |                   |

说明：1. 报价明细表中的总价合计金额须与开标一览表中的投标总报价金额一致，所有投标报价均含税，且用人民币表示，单位为元，精确到小数点后

两位。

2. 总价合计不得超出采购预算、最高投标总价限价，招标文件对各类产品有最高投标单价限价规定的，也不得超过其对应的单价最高投标限价，否则其投标将被否决。

3. 投标人若未按照报价明细表填报将视为未实质性响应招标文件，按无效投标处理。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 4. 耗材明细表

**【未包含在本项目投标报价中，此部分不参与价格分的计算】**

集采耗材或试剂：投标人须承诺按照国家集采耗材或试剂价格配合医院在陕西药品和医用耗材招采管理系统完成阳光采购工作（提供承诺书，承诺书格式自拟）。投标人须逐项列明招标文件中要求的集采项目（见附件-《检验类医疗设备相关专用配套集采试剂项目》）所对应产品注册证名称、型号、规格、生产企业、注册证号。

投标人须承诺配合医院在陕西药品和医用耗材招采管理系统完成阳光采购工作（提供承诺书，承诺书格式自拟）。供应商须承诺满足《检验类医疗设备相关专用配套非集采试剂限价要求》并逐项列明所对应产品注册证名称、型号、规格、生产企业、注册证号及耗材或试剂价格详细响应情况（如 $\leq$ XX 元）（提供承诺书，承诺书格式自拟）。

（4）耗材及试剂后期采购应遵循两票制、集中配送、阳光采购等国家医用耗材、试剂相关管理规定及医院管理制度新品入院流程处理。



#### 4.1 集采耗材或试剂明细表

| 序号 | 试剂名称                    | 注册证名称 | 注册证号 | 型号及规格 | 生产企业 | 备注 |
|----|-------------------------|-------|------|-------|------|----|
| 1  | 1-绒毛膜促性腺激素及 $\beta$ 亚单位 |       |      |       |      |    |
| 2  | 2-孕酮                    |       |      |       |      |    |
| 3  | 3-雌二醇                   |       |      |       |      |    |
| 4  | 4-卵泡刺激素                 |       |      |       |      |    |
| 5  | 5-黄体生成激素                |       |      |       |      |    |
| 6  | 6-催乳素                   |       |      |       |      |    |
| 7  | 7-睾酮                    |       |      |       |      |    |
| 8  | 8-甲胎蛋白                  |       |      |       |      |    |
| 9  | 9-癌胚抗原                  |       |      |       |      |    |
| 10 | 10-糖类抗原 125             |       |      |       |      |    |
| 11 | 11-糖类抗原 15-3            |       |      |       |      |    |
| 12 | 12-糖类抗原 19-9            |       |      |       |      |    |
| 13 | 13-糖类抗原 242             |       |      |       |      |    |
| 14 | 14-细胞角蛋白 19 片段          |       |      |       |      |    |
| 15 | 15-神经元特异性烯醇化酶           |       |      |       |      |    |
| 16 | 16-糖类抗原 72-4            |       |      |       |      |    |
| 17 | 17-胃泌素释放肽前体             |       |      |       |      |    |
| 18 | 18-鳞状上皮细胞癌抗原            |       |      |       |      |    |
| 19 | 19-总前列腺特异性抗原            |       |      |       |      |    |
| 20 | 20-游离前列腺特异性抗原           |       |      |       |      |    |
| 21 | 21-人附睾蛋白 4              |       |      |       |      |    |

|    |                       |  |  |  |  |  |
|----|-----------------------|--|--|--|--|--|
| 22 | 22-C 肽                |  |  |  |  |  |
| 23 | 23-胰岛素                |  |  |  |  |  |
| 24 | 24-游离三碘甲状腺原氨酸         |  |  |  |  |  |
| 25 | 25-三碘甲状腺原氨酸           |  |  |  |  |  |
| 26 | 26-甲状腺素               |  |  |  |  |  |
| 27 | 27-游离甲状腺素             |  |  |  |  |  |
| 28 | 28-促甲状腺激素             |  |  |  |  |  |
| 29 | 29-甲状腺球蛋白             |  |  |  |  |  |
| 30 | 30-抗甲状腺球蛋白抗体          |  |  |  |  |  |
| 31 | 31-抗甲状腺过氧化物酶抗体        |  |  |  |  |  |
| 32 | 32-促甲状腺素受体抗体          |  |  |  |  |  |
| 33 | 33-乙型肝炎病毒表面抗原         |  |  |  |  |  |
| 34 | 34-乙型肝炎病毒表面抗体         |  |  |  |  |  |
| 35 | 35-乙型肝炎病毒核心抗体         |  |  |  |  |  |
| 36 | 36-乙型肝炎病毒e 抗原         |  |  |  |  |  |
| 37 | 37-乙型肝炎病毒e 抗体         |  |  |  |  |  |
| 38 | 38-丙型肝炎病毒抗体           |  |  |  |  |  |
| 39 | 39-人类免疫缺陷病毒抗体和抗原（P24） |  |  |  |  |  |
| 40 | 40-梅毒螺旋体抗体            |  |  |  |  |  |

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）  
\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

4.2 非集采耗材或试剂明细表

| 序号 | 产品名称                         | 试剂名称               | 限价        | 注册证名称 | 注册证号 | 型号及规格 | 生产企业 | 耗材价格(元) | 备注 |
|----|------------------------------|--------------------|-----------|-------|------|-------|------|---------|----|
| 1  | 品<br>目:2:<br>生化<br>免疫<br>流水线 | 1-铁蛋白              | ≤16 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 2  |                              | 2-叶酸               | ≤16 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 3  |                              | 3-维生素 B12          | ≤25 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 4  |                              | 4-人生长激素            | ≤15 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 5  |                              | 5-胰岛素样生长因子-1       | ≤35 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 6  |                              | 6-胰岛素样生长因子结合蛋白-3   | ≤25 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 7  |                              | 7-可溶性 fms 样酪氨酸激酶-1 | ≤150 元/人份 |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 8  |                              | 8-胎盘生长因子           | ≤120 元/人份 |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 9  |                              | 9-降钙素原             | ≤54 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 10 |                              | 10-白介素 6           | ≤13 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 11 |                              | 11-高敏肌钙蛋白          | ≤25 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 12 |                              | 12-N 末端脑利钠肽前体      | ≤60 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 13 |                              | 13-肌酸激酶同工酶         | ≤20 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 14 |                              | 14-肌红蛋白            | ≤22 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 15 |                              | 15-异常凝血酶原          | ≤50 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 16 |                              | 16-胃蛋白酶原 I         | ≤15 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 17 |                              | 17-胃蛋白酶原 II        | ≤15 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |
| 18 |                              | 18-甲状旁腺素           | ≤30 元/人份  |       |      |       |      | ≤__元    |    |

|    |                                         |                                                      |                                                                                                                                          |  |  |  |  |      |  |
|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|--|
| 19 |                                         | 19-25-羟基<br>维生素 D                                    | ≤30 元/人<br>份                                                                                                                             |  |  |  |  | ≤__元 |  |
| 20 |                                         | 20-抗缪勒管<br>激素                                        | ≤70 元/人<br>份                                                                                                                             |  |  |  |  | ≤__元 |  |
| 21 |                                         | 21-抗环瓜氨<br>酸肽抗体                                      | ≤38 元/人<br>份                                                                                                                             |  |  |  |  | ≤__元 |  |
| 22 |                                         | 22-钾电极 K<br>electrode                                | ≤0.6 元/<br>人份                                                                                                                            |  |  |  |  | ≤__元 |  |
| 23 |                                         | 23-钠电极<br>Na electrode                               | ≤0.6 元/<br>人份                                                                                                                            |  |  |  |  | ≤__元 |  |
| 24 |                                         | 24-氯电极<br>Cl electrode                               | ≤0.6 元/<br>人份                                                                                                                            |  |  |  |  | ≤__元 |  |
| 25 | 品目<br>3: 飞<br>行时<br>间质<br>谱检<br>测系<br>统 | 飞行时间质<br>谱检测系统<br>专用单项试<br>剂占比(含检<br>测试剂及相<br>关配套耗材) | 单项试剂<br>占比≤<br>40%, (需<br>额外注明<br>所提供试<br>剂在陕西<br>省三级医<br>院收费的<br>项目名称<br>及收费编<br>码、试剂单<br>项占比、总<br>耗占比, 并<br>附陕西省<br>物价局项<br>目收费截<br>图) |  |  |  |  | ≤__元 |  |
| 26 | 品目                                      | 血清蛋白电<br>泳检测试剂                                       | ≤19.31 元<br>/人份                                                                                                                          |  |  |  |  | ≤__元 |  |
| 27 | 4: 全<br>自动                              | 尿蛋白电泳<br>分析检测试<br>剂                                  | ≤62.26 元<br>/人份                                                                                                                          |  |  |  |  | ≤__元 |  |
| 28 | 电泳                                      | 清洗液                                                  | ≤7.5 元/                                                                                                                                  |  |  |  |  | ≤__元 |  |

|    |                       |                                   |                      |  |  |  |  |      |  |
|----|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|--|--|--|--|------|--|
|    | 分析                    |                                   | 人份                   |  |  |  |  |      |  |
| 29 | 仪                     | 脱色液                               | ≤1.6 元/<br>人份        |  |  |  |  | ≤__元 |  |
| 30 | 品目<br>5：血<br>气分<br>析仪 | 每测试人份<br>成本（含检测<br>试剂及相关<br>配套耗材） | 每测试人<br>份成本≤<br>40 元 |  |  |  |  | ≤__元 |  |

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 5. 技术条款响应偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 招标文件<br>技术指标 | 投标文件<br>响应内容 | 偏离情况<br>(正偏离/无偏离/负偏离) | 页码 | 备注 |
|----|--------------|--------------|-----------------------|----|----|
| 1  |              |              |                       |    |    |
| 2  |              |              |                       |    |    |
| 3  |              |              |                       |    |    |
| 4  |              |              |                       |    |    |
| 5  |              |              |                       |    |    |
| 6  | .....        |              |                       |    |    |

注：投标人应按照“第三章 采购需求及商务要求”中第二项 技术参数及要求内容进行逐条响应并标明佐证材料页码，如有偏离，请在此表“偏离情况”中清楚地列明，并加以说明，并在此表之后提供能够证明其参数响应的  
相关证明材料。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 6. 商务条款响应偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 招标文件<br>商务要求 | 投标文件<br>商务响应 | 偏离情况<br>(正偏离/响应) | 页码 | 备注 |
|----|--------------|--------------|------------------|----|----|
| 1  |              |              |                  |    |    |
| 2  |              |              |                  |    |    |
| 3  |              |              |                  |    |    |
| 4  |              |              |                  |    |    |
| 5  |              |              |                  |    |    |
| 6  | .....        |              |                  |    |    |

注：投标人应按照“第三章 采购需求及商务要求”中第三项 商务要求 内容进行逐条响应，并在此表中清楚地列明响应的内容，如仅表述内容为响应，则视为均满足招标文件须响应的要求。

投标人名称：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 7. 合同条款响应偏离表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 招标文件<br>合同条款要求 | 投标文件<br>合同条款要求 | 偏离情况<br>(正偏离/响应) | 说明 |
|----|----------------|----------------|------------------|----|
| 1  |                |                |                  |    |
| 2  |                |                |                  |    |
| 3  |                |                |                  |    |
| 4  |                |                |                  |    |
| 5  |                |                |                  |    |
| 6  | ...            |                |                  |    |

注：投标人应按照“第五章 拟签订的合同文本”内容进行响应，如有偏离，请在此表“偏离情况”中清楚地列明，并加以说明；如果所有条款均满足，可在“说明”栏中注明“所有条款均完全响应”。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 8. 法定代表人证明书及授权书

### 8.1 法定代表人证明书

|                         |              |  |                      |  |
|-------------------------|--------------|--|----------------------|--|
| 致： <u>（招标人名称）</u>       |              |  |                      |  |
| 企业<br>法人                | 企 业 名 称      |  |                      |  |
|                         | 法 定 地 址      |  |                      |  |
|                         | 工商登记机关       |  |                      |  |
|                         | 统一社会信用代码     |  |                      |  |
| 法定<br>代表人               | 姓 名          |  | 联系电<br>话             |  |
| 法定<br>代表人<br>身份证<br>复印件 | 身份证（国徽面、人像面） |  | （法定代表人签字或盖章）         |  |
|                         |              |  | （投标人公章）<br><br>年 月 日 |  |

## 8.2 法定代表人授权书

|                                      |      |                                                                                                 |      |  |
|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| 致：（招标人名称）                            |      |                                                                                                 |      |  |
| 被<br>授<br>权<br>人                     | 姓 名  |                                                                                                 | 性 别  |  |
|                                      | 职 务  |                                                                                                 | 联系电话 |  |
| 被<br>授<br>权<br>项<br>目<br>与<br>内<br>容 | 项目名称 |                                                                                                 |      |  |
|                                      | 项目编号 |                                                                                                 |      |  |
|                                      | 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。                                             |      |  |
|                                      | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中所实施的代理行为承担全部法律责任。                                                                  |      |  |
|                                      | 授权期限 | 本授权书自开标会议之日计算有效期为90天。                                                                           |      |  |
| 被授权人身份证复印件                           |      | 法定代表人签字或盖章：<br><br>被授权人签字或盖章：<br><br>（投标人公章）<br><br><div style="text-align: right;">年 月 日</div> |      |  |
| 身份证（国徽面、人像面）                         |      |                                                                                                 |      |  |
|                                      |      |                                                                                                 |      |  |

### 备注：

1. 法定代表人（或单位负责人）投标的无需提供。
2. 委托期限不得少于投标有效期，否则按无效标处理。
3. 法定代表人参加开标会议的，应出具法定代表人证明书。法定代表人授权合法授权代表参加开标会议的，应出具法定代表人证明书、法定代表人授权书，同时提供截止投标文件递交截止时间前连续近3个月(不含开标当月)的社保缴纳证明材料。

## 9. 资格证明文件

（投标人应在此处按顺序附与本项目招标公告及招标文件中要求的的资格证明文件复印件或扫描件并加盖公章，格式参考见本条附件）

## 附件 9.1：承诺书

致：\_\_\_\_\_（招标人名称）

我公司\_\_\_\_\_（公司名称）\_\_\_\_\_为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重承诺：

1. 我公司完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件；

2. 我公司未被“信用中国”网站列入“重大税收违法失信主体名单”；未被“中国执行信息公开网”列入“失信被执行人”；未被“中国政府采购网”网站列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”；未被“国家企业信用信息公示系统”网站“列入严重违法失信名单（黑名单）信息”；

我公司承诺在收到中标通知书前，均不存在上述情形，否则相关不利风险由我公司自行承担。如有隐瞒或未能提供真实信息的，将承担一切不利后果。同时我单位已经全面了解了有关陕西省财政厅电子化招投标及采购文件的规定，愿意承担相应的风险及责任。

如上述内容有隐瞒或未能提供真实信息的，我公司将承担一切不利后果。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附件 9.2：书面声明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我公司郑重声明，参加本项目采购活动，为非联合参加，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对以上声明真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 10. 技术方案

投标人应按照招标文件要求，根据采购内容以及评审办法中技术内容作出全面响应的项目方案：

附件 10.1 业绩表

业绩表

项目名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

| 序号 | 合同签订时间 | 买方名称 | 项目名称 | 主要标的 | 合同金额 | 备注 |
|----|--------|------|------|------|------|----|
| 1  |        |      |      |      |      |    |
| 2  |        |      |      |      |      |    |
| 3  |        |      |      |      |      |    |
| 4  |        |      |      |      |      |    |
| 5  |        |      |      |      |      |    |
| 6  | .....  |      |      |      |      |    |

注：后附相关证明材料，具体要求以第四章 评审办法内容为准。



## 11. 其他证明材料

- (1) 中小企业声明函；
  - (2) 监狱企业声明函；
  - (3) 残疾人福利性单位声明函；
  - (4) 福利性单位声明函；
  - (5) 关于符合本国产品标准的声明函；
  - (6) 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书；
  - (7) 其他证明材料
- (格式具体见附件)

## 附件 11.1 中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）（非中小微企业不填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（招标人名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                    （盖章）

      年      月      日

说明：1. 未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件 11.2 监狱企业声明函（如有可提供）

### 《监狱企业声明函》

本公司郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：监狱）企业。

本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务）。

本公司对上述声明的真实性负责，若有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其法人授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

1. 非监狱企业无需在投标文件中提供。如为监狱企业应在投标文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2. 投标人提供《监狱企业声明函》的需保证其真实性，如经查实存在虚假证明的情况，由投标人承担相应责任。

### 附件 11.3 残疾人福利性单位声明函（如有可提供）

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其法人授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

1. 非残疾人福利性单位无需在投标文件中提供。如为残疾人福利性单位应在投标文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2. 投标人企业所提供的《残疾人福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

#### 附件 11.4 福利性单位声明函（如有可提供）

##### 福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据陕西省《关于政府采购优先购买福利性企业产品和服务的意见》规定，本单位为符合条件的福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他福利性单位制造的货物（不包括使用非福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其法人授权委托人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

1. 非福利性单位无需在投标文件中提供。如为福利性单位应在投标文件的封面右上角明确注明相关信息以便方便认可。

2. 投标人企业所提供的《福利性单位声明函》，由其自行承担相应的法律责任。

## 附件 11.5 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：        年    月    日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

### 《本国产品说明》

| 序号              | 主要产品/技术名称（规格型号） | 本国产品 | 该产品成本在产品总成本中占比（%） |
|-----------------|-----------------|------|-------------------|
| 1               |                 |      |                   |
| 2               |                 |      |                   |
| 3               |                 |      |                   |
| 本国产品在产品总成本中占比合计 |                 |      |                   |

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：

1. 供应商提供本国产品应符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），如后续有更新的，则以更新后的文件为准，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》提供该产品成本在产品总成本中占比。
2. 供应商须同时出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。

## 中国境内生产的组件成本核算基本规则

产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。



## 附件 11.6 陕西省政府采购供货商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供货商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、代理机构政府采购评审专家或其它供货商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期：      年    月    日

## 附件 11.7 参加政府采购活动行为自律承诺书（一）

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

（1）不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

（2）不与其他供应商恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

（3）不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

（4）不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（5）不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（6）不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

（7）不在提供商品、服务或工程施工过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

（8）不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

（9）不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

（10）尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

（11）与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为；

（12）无采购单位和招标代理机构职工在我方兼职的情况；

（13）不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为，一旦中标必须坚守诚信、认真履约等。

（14）在过往的招投标活动中没有采取行贿等非法手段谋取中标或成交的行为，并且没有采取行贿等非法手段谋取本次项目招投标的中标或成交。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期： 年 月 日

## 附件 11.8 参加政府采购活动行为自律承诺书（二）

XX 公司，法定代表人：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

股东：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

董事长/执行董事：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

董事/独立董事：xxx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

总经理：xx，身份证：xxx，联系电话：xxx；

.....

作为参加本次政府采购项目的供应商，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

（1）我公司非贵单位职工投资开办或控股企业；

（2）贵单位职工本人或其亲属未在我公司担任高管、独立董事等具有重大利益关系职务；

（3）我公司不存在由贵单位职工投资开办药械企业并向贵单位销售药械等医疗违规行为；

（4）如发现我公司为医院职工或其亲属投资开办或控股的企业，我公司自愿放弃本项目中标资格。

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日 期：      年    月    日

### 11.9 其他证明材料

投标人认为需要提供的其他材料，内容与格式自拟。