

### 三、分项报价表

项目标段名称：农村互助幸福院和日间照料中心急救设备采购

胡仙飞  
币种：人民币  
10120505

序号	名称	规格型号	品牌	产地	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
1	除颤仪	<p>型号：i9</p> <p>一. 物理功能</p> <p>1. 整机重量 2.5Kg，设备具备高便携性，且有主机一体便携把手。</p> <p>2. ★主机设有机盖保护装置，并支持开盖即开机方式。</p> <p>3. 方便收纳和操作，主机防护盖内有电极片专用收纳仓。</p> <p>4. 主机使用期限 10 年。</p> <p>5. ★产品防尘防水级别 IP65。</p> <p>6. ★主机通过 1.6 米高度跌落试验，6 个面各跌落 1 次。</p> <p>7. 工作温度：-10℃～ 50℃，0%～95% (无冷凝)，保 (从室温环境下进入 -20℃ 环境后，至少能</p> <p>60 分钟)。</p> <p>8. 存储温度：-30℃～70℃，0%～95% (无冷凝)</p> <p>二. 操作显示</p> <p>1. ★主机具有液晶显示屏，屏幕尺寸 7 英寸，分辨率 800*480 像素。</p> <p>2. 具备成人儿童模式，可一键实现快速切换。</p> <p>3. ★支持 4 种及以上语言一键切换。</p> <p>4. 为适应急救现场嘈杂环境下使用，设备能够根据环境噪音强度自动调节语音播放音量。</p> <p>5. 为适应多种急救现场，设备可根据环境亮度自</p>				26	28450.00	739700.00

动调节屏幕亮度。

6. 提供语音及动画指导提示，指导操作人员按照AHA/ERC 推荐的频率对病人实施胸部按压并进行通气。

7. 按压速率可调，可调范围每分钟按压 100、110 或 120 次。

8. 按压通气比可调，可调范围 30:2、15:2。

### 三. 设备性能

1. ★采用双相波技术，成人除颤最大能量可达 360J，儿童除颤最大能量可达 100J。

2. ★为了适用不同人群和患者类型，除颤能量前三次档位可进行调节，可设置 13 个不同能量等级。

3. 开始 AED 分析到 200J 放电准备就绪时间 < 15s。

4. 除颤后 ECG 恢复时间 < 2s。

5. 除颤能量内部释放时间 30s，多档可调。

6. ★电池使用年限 7 年，电池容量 4500mAh。

7. ★在适合条件下，工作时间 ≥ 12 小时，可提供 210 次 360J 除颤或 320 次 200J 除颤。

8. ★首次出现电池电量低报警时，主机至少还可持续工作 30 分钟和 10 次 200J 电击。

9. 单副电极片有效期 36 个月。

10. ★电极片具有通用性，电极片插头能够适配多个品牌的设备。

11. 可与同品牌手动除颤器通用，确保在紧急情况下无需更换电极片即可进行除颤操作。

12. 具备较好的干扰信号抑制能力，在 ECG 信号采集与分析工作状态下应满足共模抑制比 > 90dB，系统噪声 30uV，输入阻抗 2.5MΩ。

### 四. 设备自检与巡检



胡仙飞



1. 设备每天、每周、每月都会进行自检，自检项目包括按键测试、高低压充放电、能量内部释放及解除、内存、电池电量、时间、通讯等内容。

2. ★设备主机具备状态指示灯，以颜色变化显示设备运行状态，便于日常维护。

3. ★主机具有电池查看窗，可以在不开机不开盖的状态下监测电池电量。

4. 主机具有电极片查看窗，方便随时查看电极片的使用效期。

五. 数据传输和存储

1. ★数据存储内存容量 1G，可存储 1500 条事件记录或 2000 份自检报告，保存至少 5 小时 ECG 波形。

2. ★具备录音功能，可保存 70 分钟抢救现场录音。

3. 支持 USB 接口，可通过外部 USB 存储设备导出抢救记录数据。

4. 设备配置 4G、Wi-Fi 无线模块，可通过无线网络接入设备管理系统，实现设备管理和数据传输功能。

六. AED 机柜

1. 机柜材质：1.0mm 镀锌钢板，材质耐压耐腐蚀并具备防晒防水性能。

2. 机柜尺寸：45cm（宽）×35cm（高）×15cm（厚）。

3. 柜表处理：室内静电喷粉。

4. 门锁形式：无锁，磁铁自吸。

5. 报警功能：开门声光报警。

6. 供电方式：9V 电池供电。



胡仙飞



其他费用	0.00
合计：	大写：柒拾叁万玖仟柒佰元整      小写：739700.00 元

备注	保留小数点后两位。
----	-----------

币种：人民币

注：1、本表应按“分项报价表”规定的要求填写，详细报出总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标响应文件处理。

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

3、“分项报价表”为多页的，每页均须由供应商代表签字并盖供应商印章。

4、供应商在本表中必须详细注明所投产品的“品牌”和“规格型号”，自行承担填写错误被视为无效响应文件的风险。

供应商代表签字：胡仙飞  商单位公章  陕西创能新科技有限公司

日期： 2026 年 5 月 26 日