

陕西省勉县医院眼科设备一批维保服务采购项目中标（成交）明细

华优信项目管理有限公司受陕西省勉县医院委托，采用竞争性磋商进行采购眼科设备一批维保服务采购项目（项目编号：HYX-ZFCG-2026-汉009号）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（陕西省勉县医院眼科设备一批维保服务采购项目）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西全视线商贸有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：600,000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价 (元)	数量	单位	总价 (元)
1-1	医疗设备维修和保养服务	眼科设备一批维保服务	<p>维保设备清单：Visucam524, 1台、Primus200, 1台、Master500, 1台、Visulas532s, 1台、LumeraT, 1台、Resight700, 1套、i-Station, 1套 专业维保要求 1.配件范围：涵盖上述设备运行、维修、维护所需全部非一次性零配件及材料。</p> <p>2.配件保障：更换配件须为全新正品，质量合格且与设备型号兼容适配，提供配件质量合格证明及正规采购渠道说明。 3.服务范围：提供不限次数、不限软硬件的维修、维护、升级服务（软件升级需确保设备功能正常、数据安全，符合设备运行规范）。 4.配件储备：供应商需具备专业的设备零备件储备能力，确保维修时配件及时供应；需提供备件储备证明材料（包括但不限于备件清单、库存照片、供货渠道合作证明等）。 5.专项服务：①.每年2次 PMMA 手术安全评估测试，确保设备各项参数符合设备运行规范及临床使用安全要求；②.提供设备合规软件升级服务（确保升级后设备功能稳定、兼容原有系统，不影响临床使用）；③.设备故障维修超72小时（自报修确认起算），需提供同功能、可正常使用的备用设备（附承诺函）。</p> <p>6.责任划分：因维修工程师操作不当造成的设备损坏、性能下降或业务中断，由供应商承担全额修复费用及相关损失。 7.开机率保障：维保期内单台设备年开机率≥95%；若单台设备累计停机时间超出允许范围，每超1天无偿延长5天维保期。 8.服务执行要求 ①.人员配置：派遣1名以上经原厂培训、持有效资质的维修工程师，人员备案后不得随意更改，变更需提前30天书面告知（附承诺函）。 ②.响应时效：提供24小时×365天在线技术支持，接到报修需求后30分钟内做出明确响应（包括故障初步判断、维修方案告知）；对远程无法解决的故障，现场维修人员需在72小时内抵达现场。 ③.维保频次：每年至少2次预防性保养（含寒暑假前巡检），每季度1次常规巡检；建立完整的维保档案（包括巡检记录、维修报告、配件更换清单等），按季度向甲方提交巡检报告，年度结束后1个月内提交年度服务总结报告。 ④.管理要求：制定维保管理方案及质量安全保障体系，严格按设备说明书标准开展服务。 9.其他 ①.甲方有权自行采购配件。 ②.遵守数据保密安全规定，不得泄露甲方医疗数据。</p>	合同签订后三年	<p>我方承诺对维保设备进行以下服务承诺 1.提供维保设备运行、维修、维护所需全部非一次性零配件及材料。 2.更换配件为全新正品，质量合格且与设备型号兼容适配。 3.提供不限次数、不限软硬件的维修、维护、升级服务。 4.我司具备专业的设备零备件储备能力，维修时配件可及时供应。 5. 我司承诺①.每年2次 PMMA 手术安全评估测试，确保设备各项参数符合设备运行规范及临床使用安全；②.提供设备合规软件升级服务；③.设备故障维修超72小时，提供同功能、可正常使用的备用设备。 6.因维修工程师操作不当造成的设备损坏、性能下降或业务中断，由我司承担全额修复费用及相关损失。 7.维保期内单台设备年开机率≥95%；若单台设备累计停机时间超出允许范围，每超1天无偿延长5天维保期。 8.我司承诺①派遣1名以上经原厂培训、持有效资质的维修工程师。②.响应时效：提供24小时×365天在线技术支持，接到报修需求后30分钟内做出明确响应；对远程无法解决的故障，现场维修人员在72小时内抵达现场。③.维保频次：每年至少2次预防性保养，每季度1次常规巡检④.制定维保管理方案及质量安全保障体系，严格按设备说明书标准开展服务。</p>	200,000.00	3.00	年	600,000.00