合同编号：

5个工业园区(聚集区)环境空气挥发性有机物自动监测站设备校验维修提升项目

项目合同

采购人（甲方）：咸阳市环境监测站

供应商（乙方）：陕西绿强环保科技有限公司

2026年10月28日

甲方：咸阳市环境监测站

乙方：陕西绿强环保科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定，咸阳市环境监测站（采购人名称）（以下简称：“甲方”）通过公开招标采购（采购方式）确定陕西绿强环保科技有限公司（供应商名称）（以下简称：“乙方”）为5个工业园区(聚集区)环境空气挥发性有机物自动监测站设备校验维修提升项目（项目名称）成交供应商。甲乙双方协商一致同意签署，以下简称：“合同”）。

第一条 项目概况

1. **项目名称**：咸阳市 5 个工业园区挥发性有机物自动监测站设备校验维修提升项目
2. **服务地点**：咸阳市高新区 VOCs 自动监测站、兴平化工工业园 VOCs 自动监测站、礼泉县再生资源产业园 VOCs 自动监测站、三原县高新技术产业园 VOCs 自动监测站、长武县五里铺工业园 VOCs 自动监测站。
3. **服务内容**：按照招标文件采购需求，完成各站点故障仪器维修、备品备件及耗材更换、标气购置更换、仪器调试校准、系统联调；完成兴平站点站房漏水、地板塌陷、站房门损坏等站房修缮工作。 本项目为固定总价包干，包含人工、备件、耗材、标气、运输、安装调试、校准检测、安全防护、培训费、税费、验收配合费等全部费用，甲方不再追加任何预算。项目实施过程中，发现招标文件未列明但影响设备正常运行的故障部件，由乙方一并维修或更换，保障全部站点设备正常稳定运行。
4. **服务期限**：自合同签订之日起 5 个月内完成全部维修、更换、调试及修缮工作，达到验收条件。
5. **交付成果**：5 个站点全部监测设备可正常运行；提交维修实施报告、备件耗材清单、标气合格证书、仪器调试校准记录、故障处置记录等完整纸质及电子资料。
6. **合同附件（与本合同具有同等法律效力）** 附件 1：5 个站点维修及备件清单； 附件 2：成交通知书； 附件 3：乙方投标文件技术响应部分

第二条 合同价款

本项目合同总价（大写）：人民币壹佰伍拾捌万玖仟捌佰陆拾元整（小写）￥：1589860.00元。 本价格为固定包干含税总价。

品目号	序号	服务名称	服务范围（更换明细）	服务期限	服务标准	单价元	数量	总价
1-1	1	PM2.5 分析仪/5030i	过滤器	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	400.00	个	400.00
	2		检测器	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	20000.00	个	20000.00
	3		浊度计	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	22000.00	个	22000.00
	4	PM10 分析仪/5014i	屏幕	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	5900.00	个	5900.00
	5		测量接口板	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	14000.00	个	14000.00
	6		5014i 真空泵	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	12600.00	个	12600.00
	7		走纸马达	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	1400.00	个	1400.00
	8		升价马达	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	7000.00	个	7000.00
	9		光电开关板	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	1000.00	个	1000.00
	10	NOX 分析仪/42i	臭氧发生器	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	8600.00	个	8600.00
	11		冷堆	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	22000.00	个	22000.00
	12		钼炉	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	33000.00	个	33000.00
	13		反应室（冷堆一侧）	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	3000.00	个	3000.00
	14		泵	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	18000.00	个	18000.00
	15		反应室（转化炉一侧）	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	3200.00	个	3200.00
	16	工控机/采集软件	更换开关电源、购买新的采集软件	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	30000.00	个	30000.00
	17	03/49i	检测器	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	15000.00	个	15000.00
	18		臭氧涤除器	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	4300.00	个	4300.00
	19		泵	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	12800.00	个	12800.00
	20		臭氧灯	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	6370.00	个	6370.00
	21	甲烷/非甲烷在线色谱仪	EPC 模块	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	32000.00	个	32000.00

	22	/5900A	FID 组件	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	32000.00	套	32000.00
	23		采样泵	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	3000.00	个	3000.00
	24		多通阀 14 通阀	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	17000.00	个	17000.00
	25		色谱柱—NMHC2 总烃专用柱	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	2000.00	个	2000.00
	26		色谱柱—NMHC 专用柱 2(CH4 反吹)	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	5000.00	个	5000.00
	28	零气发生器 /111-D2N	电源指示灯不亮、过滤耗材/干燥耗材	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	6000.00	台	6000.00
	29	单项全自动交流稳压器	指针故障	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	1500.00	台	1500.00
	30	UPS 稳压电源	控制器故障	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	7500.00	台	7500.00
	31	氢气发生器	现场用氢气瓶，氢气瓶过期	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	500.00	个	500.00
	32	排风扇	故障，更换	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	300.00	个	300.00
	33	采样总管	不加热，更换	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	3800.00	套	3800.00
	34	标气	新购 NO 标气	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	500.00	瓶	500.00
	35	标气	新购甲烷、丙烷标气	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	2400.00	瓶	2400.00
	36	人工费	更换以上全部设备所需 2 名人员 5 天的工作量	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	20000.00	项	20000.00
1-2	1	PM2.5 分析仪 /5030SHARP	检测器	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	35000.00	个	35000.00
	2	PM10 分析仪 /C14	主板	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	22300.00	个	22300.00
	3		采样泵	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	27500.00	个	27500.00
	4	NOX 分析仪 /42i	屏幕花屏、臭氧无流量，臭氧发生器需更换	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	15000.00	个	15000.00
	5	03/49i	检测器	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	15000.00	个	15000.00
	6		臭氧涤除器	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	3800.00	个	3800.00

	7		泵	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	11800.00	个	11800.00
	8		臭氧灯	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	5999.00	个	5999.00
	9	CO/48i	屏幕	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	5900.00	个	5900.00
	10		相关轮电机	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	6400.00	个	6400.00
	11		检测器	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	12800.00	个	12800.00
	12		泵	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	11800.00	个	11800.00
	13	甲烷/非甲烷在线色谱仪/5900A	EPC模块	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	32000.00	套	32000.00
	14		FID组件	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	32000.00	套	32000.00
	15		采样泵	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	3400.00	个	3400.00
	16		多通阀14通阀	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	16600.00	个	16600.00
	17		色谱柱—NMHC2总烃专用柱	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	2000.00	个	2000.00
	18		色谱柱—NMHC专用柱2(CH4反吹)	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	5000.00	个	5000.00
	19	苯系物在线色谱仪/5900D	EPC模块	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	32000.00	套	32000.00
	20		FID组件	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	32000.00	套	32000.00
	21		采样泵	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	3400.00	个	3400.00
	22		信号放大板	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	11800.00	个	11800.00
	23		多通阀6通阀	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	15600.00	个	15600.00
	24		苯系物专用柱	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	26000.00	个	26000.00
	25		TD管富集极	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	5100.00	个	5100.00
	26		阀到TD管入口伴热管组件	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	2100.00	套	2100.00
	27		阀与TD管螺杆变径组件	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	3900.00	个	3900.00
	28		SEPC接口板组装件	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	21000.00	个	21000.00

	30	零气发生器/111-D2N	氧化剂	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	2600.00	瓶	2600.00
	31		活性炭	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	1600.00	瓶	1600.00
	32	UPS	控制器及电池故障	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	12000.00	项	12000.00
	33	氢气发生器	现场用氢气瓶，氢气瓶过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	500.00	项	500.00
	34	排风扇	故障，更换	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	300.00	个	300.00
	35	采样总管	不加热，更换	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	3800.00	套	3800.00
	36	标气	SO2标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	500.00	瓶	500.00
	37	标气	CO标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	500.00	瓶	500.00
	38	标气	NO标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	500.00	瓶	500.00
	39	标气	甲烷、丙烷混合标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	1500.00	瓶	1500.00
	40	标气	苯系物混合标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	3000.00	瓶	3000.00
	41	标气	甲醇标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	1500.00	瓶	1500.00
	42	人工费	更换以上全部设备所需2名人员5天的工作量	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	20000.00	项	20000.00
1-3	1	PM2.5分析仪	供电后跳闸，保险丝断，仪器内部主板进过水，采样管加热单元坏。	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	28850.00	项	28850.00
	2	NO	反应室污染；采样泵，钼炉，细孔硅胶需更换。	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	7800.00	项	7800.00
	3	03	臭氧紫外灯、臭氧涤除器	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	3800.00	项	3800.00
	4	甲烷/非甲烷在线色谱仪	EPC模块报错更换， FID/BTEX采集报错故障，维修及更换密封圈及O型圈、TD管、检测器喷嘴、点火线圈、采样泵、气缸驱动阀、色谱柱、	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	62000.00	项	62000.00

			多通阀、加热丝/铂电阻损坏、采样隔膜泵泵膜、固定性老化。					
	5	PAMS 在线色谱仪	EPC 模块报错更换，流量压力异常，维修及更换密封圈及 O 型圈、玻璃衬管、TD 管(富集、聚焦)、检测器喷嘴、点火线圈、采样泵、色谱柱、多通阀、富集阱更换、预冷阱、阀箱加热丝、惰性采样管路、载气脱水管、气缸驱动阀。	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	58000.00	项	58000.00
	6	零气发生器	过滤耗材/干燥耗材	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	700.00	项	700.00
	7	氢气发生器	电解液及干燥剂、纯水	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	500.00	项	500.00
	8	甲烷/非甲烷在线	色谱仪软件打不开	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	16000.00	项	16000.00
	9	采样总管故障	不加热	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	3800.00	项	3800.00
	10	排风扇	故障	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	300.00	项	300.00
	11	NO 标气	NO 标气过期	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	500.00	瓶	500.00
	L	PAMS 标气	PAMS 标气过期	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	48000.00	瓶	48000.00
	13	乙酸乙酯标气	乙酸乙酯标气过期	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	3000.00	瓶	3000.00
	14	甲烷、丙烷标气	甲烷、丙烷标气过期	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	3000.00	瓶	3000.00
	15	人工费	更换以上全部设备所需 2 名人员 5 天的工作量	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	20000.00	瓶	20000.00
1-4	1	PM2.5 分析仪	流量传感器、更换纸带、自检泵无法启动、无纸带	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	13500.00	项	13500.00
	2	NO	清理反应室和采样泵，钼炉，细孔	自合同签订之日起 5 个月	所供备件参数满足技术要求	11000.00	项	11000.00

			硅胶需更换。					
	3	H2S	除烃器装配和转化炉	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	5500.00	项	5500.00
	4	NH3	干燥管、臭氧净化器、氨催化剂铂铑合金300克、钼炉	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	20000.00	项	20000.00
	5	甲烷/非甲烷在线色谱仪	EPC模块报错更换，FID/BTEX采集报错故障，维修及更换密封圈及O型圈、TD管、检测器喷嘴、点火线圈、采样泵、气缸驱动阀、色谱柱、多通阀、加热丝/铂电阻损坏、采样隔膜泵泵膜、固定性老化。	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	62000.00	项	62000.00
	6	PAMS在线色谱仪	EPC模块报错更换，流量压力异常，维修及更换密封圈及O型圈、玻璃衬管、TD管(富集、聚焦)、检测器喷嘴、点火线圈、采样泵、色谱柱、多通阀、富集阱更换、预冷阱、阀箱加热丝、惰性采样管路、载气脱水管、气缸驱动阀。	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	58000.00	项	58000.00
	7	零气发　生器	过滤耗材/干燥耗材	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	5700.00	项	5700.00
	8	氢气发　生器	电解液及干燥剂、纯水	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	500.00	项	500.00
	9	标气	H2S标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	500.00	瓶	500.00
	10	标气	PAMS标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	48000.00	瓶	48000.00
	11	标气	NH3标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	700.00	瓶	700.00
	12	标气	甲烷、丙烷标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	3000.00	瓶	3000.00

	13	人工费	更换以上全部设备所需2名人员5天的工作量	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	20000.00	项	20000.00
1-5	1	PM2.5分析仪	流量异常，外置泵坏，流量传感器，流量调节阀故障	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	14141.00	项	14141.00
	2	03	臭氧紫外灯、臭氧涤除器坏	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	4000.00	项	4000.00
	3	NO	钼炉，细孔硅胶，采样泵流量偏低	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	8900.00	项	8900.00
	4	H2S	除烃器装配和转化炉坏	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	6000.00	项	6000.00
	5	甲烷/非甲烷在线色谱仪	EPC模块报错更换，FID/BTEX采集报错故障，维修及更换密封圈及O型圈、TD管、检测器喷嘴、点火线圈、采样泵、气缸驱动阀、色谱柱、多通阀、加热丝/铂电阻损坏、采样隔膜泵泵膜、固定性老化。	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	62000.00	项	62000.00
	6	PAMS在线色谱仪	EPC模块报错更换，流量压力异常，维修及更换密封圈及O型圈、玻璃衬管、TD管(富集、聚焦)、检测器喷嘴、点火线圈、采样泵、色谱柱、多通阀、富集阱更换、预冷阱、阀箱加热丝、惰性采样管路、载气脱水管、气缸驱动阀。	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	58000.00	项	58000.00
	7	零气发生器	无法开机，开机导致站房跳闸，存在仪器内部短路故障，更换活性炭、氧化剂、催化剂等	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	5800.00	项	5800.00
	8	氢气发生器	更换整机	自合同签订之	所供备件参数满	9000.00	项	9000.00

				日起5个月	足技术要求			
	9	动态校准仪	测量/参比电压异常，需要维修	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	1100.00	项	1100.00
	10	采样总管	不加热	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	3600.00	项	3600.00
	11	排风扇	故障	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	300.00	项	300.00
	12	标气	新购甲烷、丙烷标气	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	3000.00	瓶	3000.00
	13	标气	PAMS 标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	48000.00	瓶	48000.00
	14	标气	NO 标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	500.00	瓶	500.00
	15	标气	SO2 标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	500.00	瓶	500.00
	16	标气	H2S 标气过期	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	800.00	瓶	800.00
	17	人工费	更换以上全部设备所需2名人员5天的工作量	自合同签订之日起5个月	所供备件参数满足技术要求	20000.00	项	20000.00
1-6	合计人民币小写：1589860.00 元 大写：壹佰伍拾捌万玖仟捌佰陆拾元							

第三条 付款方式

1. 合同签订后 30 日内，甲方收到乙方提交的付款申请及等额合法有效发票后，支付合同总价款的 40%，即大写：陆拾叁万伍仟玖佰肆拾肆元，小写：635944.00 元；
2. 项目初验合格后，甲方收到乙方提交的付款申请及等额合法有效发票后，支付合同总价款的 40%，即大写：陆拾叁万伍仟玖佰肆拾肆元，小写：635944.00 元；
3. 项目最终验收合格后，甲方收到乙方提交的付款申请及等额合法有效发票后，支付剩余 20% 合同价款，即大写：叁拾壹万柒仟玖佰柒拾贰元 小写：317972.00 元。

备注：乙方未按要求提供付款资料及合规发票的，甲方有权顺延付款，不视为甲方违约。甲方内部审批时间不计入付款期限。因乙方原因造成付款延迟，责任由乙方自行承担。

第四条 验收

1. 乙方完成全部工作后，向甲方提交书面验收申请及全套项目资料，由甲方组织验收小组开展验收。

2. **验收标准** （1）符合招标文件采购需求、乙方投标响应文件；（2）全部站点设备维修更换完成，仪器可正常启动运行，各监测因子正常采集数据；（3）更换备件、标气满足招标文件技术参数，标注▲重要参数须提供有效证明材料； （4）环境空气六参数满足国标自动监测 HJ817, HJ818—2018, ，国标 HJHJ 1010、HJ 604、HJ 664 自动监测挥发性有机物满足，提供安装调试报告，剩余设备满足国家、行业现行环境空气自动监测相关技术规范；（5）交付文档资料完整齐全。
3. 验收不合格的，乙方须按照甲方整改意见无偿限期完成全部整改，整改费用由乙方自行承担，整改完成后重新组织验收。

第五条 质量保证与售后服务

1. **质保期**：自项目最终验收合格之日起 12 个月。质保期内因乙方更换备件、维修施工造成设备故障，乙方提供免费上门、免费更换部件服务。
2. **故障响应**：甲方报障后，乙方 2 小时内技术响应，48 小时到达项目现场开展故障处置。
3. 乙方技术联系人：范宇浩，联系电话： 15029613429。

第六条 双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1. 负责协调项目现场进场相关事宜，提供必要基础作业条件；
2. 对项目实施全过程进行监督检查；
3. 组织开展项目验收；
4. 按照合同约定办理价款支付。

（二）乙方权利义务

1. 所供备件、耗材、标气满足招标文件技术参数，与原有设备兼容适配；
2. 全面落实现场安全生产管理，承担现场作业全部安全责任；如施工造成甲方财产损坏，由乙方负责修复或赔偿；
3. 严格执行投标文件各项承诺，按期完成全部工作，提交完整项目资料；
4. 承担本项目全部知识产权侵权法律责任与经济损失；
5. 对站点信息、监测数据等甲方内部信息承担保密义务，保密义务不因合同终止失效。

第七条 违约责任

1. 除不可抗力外，乙方未按合同约定期限完成全部工作，每逾期一日，按合同总价款 0.3‰向甲方支付违约金；逾期超过 30 日，甲方有权单方解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款 10% 的违约金，并赔偿甲方实际损失。

2. 若维修质量、备件参数不满足招标文件及合同约定，甲方有权要求乙方无偿整改、更换；乙方拒不整改或整改后仍不合格，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价款 15% 违约金，并赔偿甲方全部损失。
3. 本项目为包干总价，甲方不承担合同总价以外任何费用。
4. 甲方无正当理由逾期付款的，按照国家相关法律规定承担相应责任。

第八条 不可抗力

因不可抗力不能履行合同的，受影响一方应在事件结束后 1 日内向对方通报，并提供有效证明，双方可协商延期履行或部分免责。不可抗力造成的损失由各方自行承担。

第九条 争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方优先友好协商解决；协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十条 合同组成及解释顺序

1. 本合同及附件；
2. 成交通知书；
3. 乙方投标文件及澄清、承诺文件；
4. 本项目公开招标文件。

当文件之间内容冲突，以招标文件规定为准。

第十一条 其他约定

1. 本合同一式 5 份，甲方执 3 份，乙方执 2 份，具有同等法律效力。
2. 本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

（以下无正文）

甲方（盖章）：咸阳市环境监测站

法定代表人 / 委托代理人（签字）：

开户银行：建行咸阳渭阳路支行

账号：61001635208058001155

日期：2026 年 10 月 28 日

乙方（盖章）：陕西绿强环保科技有限公司

法定代表人 / 委托代理人（签字）：黄琳瑞

户名：陕西绿强环保科技有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司西安柳新路支行

账号：72300078801400000118

日期：2026 年 10 月 28 日