

采购清单

采购单位		陕西中医药大学			备案函号		ZCBN-省本级-2026-12082	
项目名称		中药处理一体机设备						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 450,000.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金		¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	中药机械	中药处理一体机设备	450,000.00	1	套	450,000.00	（一）整机结构与流程：采用模块化箱体设计，具备煎煮、离心过滤、陶瓷膜过滤、真空浓缩、包装等功能，自动完成“煎煮→过滤→真空浓缩→包装”全套流程。（二）煎煮模块：1. 罐体容积：20~40 L（304不锈钢）； 2. 具备文武火自动转换功能，具备蒸汽回收功能； 3. 温度可设（30~120° C），煎煮时间可设。（三）离心过滤模块：1. 类型：管式离心机； 2. 转鼓容积：2~6 L； 3. 转速：转速连续可调，最高转速不小于15000 r/min。（四）陶瓷膜过滤模块：1. 膜类型：陶瓷膜； 2. 膜精度：100~500 nm。 3. 耐温性能：不小于200℃。（五）真空浓缩模块：1. 蒸发温度：30~100℃，连续可调； 2. 真空度：可达到-0.08~-0.098 MPa，连续可调； 3. 具备蒸汽冷凝回收功能； 4. 具备在线清洗功能。（六）包装模块：1. 采用蠕动泵分批定量出料，灌装误差不大于±5%； 2. 支持单袋容量设定； 3. 支持连续批量分装； 4. 配备自动送袋、压袋功能。（七）控制系统：中央控制系统，实现各设备之间的信号总成与自动衔接。1. 控制系统采用触摸屏+ PLC控制方式，触摸屏尺寸不小于10 英寸； 2. 运行参数（温度、时间等）实时显示； 3. 具备故障诊断功能，配备应急停止按钮，设置在设备显眼、易操作位置，急停	

							按钮为红色蘑菇头式，按下后设备所有运行模块立即停机，故障发生时声光报警。（八）低温冷却循环泵1. 温度范围：-20℃至常温。2. 布置要求：设备需布置在通风环境下。（九）配套食品级管路、阀门、支架及电控箱食品级材质，包含各模块间连接管路、阀门、安装支架及整机电控箱。
2							
3							
4							
5							