采购清单

采购单位	西安市第三医院	备案函号	ZCBN-西安市-2026-03975
项目名称	西安市第三医院医疗设备维修维护更换服务（FD20血管造影机球管）		
政府预算资金	￥ 0.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 1,200,000.00	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	医疗设备维修和保养服务	西安市第三医院医疗设备维修维护更换服务（FD20血管造影机球管）	1,200,000.00	1	套	1,200,000.00	1. 金属陶瓷外壳； 2. 球管阳极热容量≥2.4Mhu； 3. 球管阳极散热率≥11000 W； 4. 球管阳极转速≤4200 转/分钟； 5. 球管焦点:小焦点≤0.4mm、大焦点≤0.7mm； 6. 最小焦点功率≥30KW、大焦点功率≤65KW； 7. 球管阳极靶边直径≥200mm； 8. 球管采用直接油冷技术，即冷却油直达阳极靶面的冷却方式，无需安装水冷系统；
2							
3							
4							
5							