招 标 文 件

（货物类）

采购项目名称：淳化县2026年中省政法转移支付自定装备采购项目（D包）(二次)

采购项目编号：CHBM-2026-066-4.1B1

淳化县公安局

淳化县政府采购中心共同编制

2026年09月29日

第一章 投标邀请

淳化县政府采购中心（以下简称“代理机构”）受淳化县公安局委托，拟对淳化县2026年中省政法转移支付自定装备采购项目（D包）(二次)进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：CHBM-2026-066-4.1B1

二、采购项目名称：淳化县2026年中省政法转移支付自定装备采购项目（D包）(二次)

三、招标项目简介

淳化县2026年中省政法转移支付自定装备采购项目（D包）

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、营业主体：投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。

2、身份证明：法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商只需提供法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证复印件）

3、财务状况报告：投标人需提供2024年度或2025年度经审计的供应商财务审计报告或者开标前三个月内的银行资信证 明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

4、财务状况报告：投标人需提供2024年度或2025年度经审计的供应商财务审计报告或者开标前三个月内的银行资信证 明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

5、税收缴纳证明：提供开标截止时间前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料；

6、社会保障资金缴纳证明：提供开标截止时间前半年内任意一个月的社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

7、无重大违法记录书面声明：参加本次招标前3年内，在政府采购经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8、信用查询：不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网 http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体”的投标人；不得为中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；

9、专业技术能力声明：具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人、不得参加同一合同项下的政府采购活动。：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人、不得参加同一合同项下的政府采购活动。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人： 淳化县公安局

地址： 县城平安巷

邮编： 711200

联系人： 岐建平

联系电话： 13689185036

代理机构：淳化县政府采购中心

地址： 陕西省咸阳市淳化县陕西省咸阳市淳化县财政局南院

邮编： 711200

联系人： 赵伟

联系电话： 15596156398

采购监督机构：淳化县财政局采购管理股

联系人：蒙超

联系电话：15991096969

第二章 投标人须知

2.1投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下: 采购包1：400,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。

9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。
10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	缴交方式：否 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：不缴纳
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目不收取代理服务费
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。
17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由淳化县公安局和淳化县政府采购中心享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由淳化县公安局负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由淳化县政府采购中心负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是淳化县公安局。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是淳化县政府采购中心。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4投标文件

2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5开标、资格审查、评标和中标

2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

依据投标文件技术参数

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备一至十一条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 淳化县政府采购中心 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由淳化县政府采购中心 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 淳化县政府采购中心 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑书正本1份（政府采购供应商质疑函范本详见附件）；

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：赵伟

联系电话：15596156398

地址：淳化县财政局南院

邮编：711200

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门（政府采购供应商投诉书范本详见附件）。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

侦查中心建设采购项目，采购交换机、LED屏、机柜、扩声设备、计算机等全部硬件设备采购、原厂供货、原厂质保，室内装修、调光膜安装、照明、配电系统改造等。

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：400,000.00

采购包最高限价（元）：400,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	侦查中心建设	1.00	400,000.00	批	其他未列明行业	否	否	否	否	否

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：侦查中心建设

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		淳化县公安局侦查中心信息化建设技术参数及数量

序号	名称	技术参数	单位	数量	单价	合计	备注
1	LED屏	LED屏尺寸为3.2米*1.6米；规格：P1.53全彩屏，象素密度：427186点/㎡，像素组成1R1G1B；等级灰度：65536级；可视角度：水平：≥140°垂直：≥120°可视距离 ≥2m 白平衡亮度 ≥500cd/㎡；对比度 ≥3000:1备板3张；含控制卡、电源等配件	m2	5.12			
2	视频拼接器	配置8路HDMI/DVI/VGA信号输入,8路HDMI信号输出，信号可在拼接屏的任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示，支持并具备全面热插拔，带电拔出不影响其他模块的正常运行。支持并具备7*24H连续正常工作；平均无故障运行时间≥100000小时，大屏显示支持信号开窗实时上屏和信号窗口预布局两种模式，信号窗口预布局过程中，拼接屏显示画面不受影响，可对显示画面校对，无误后再上屏显示；支持多组大屏预布局模式保存、调用、在线编辑。	台	1			
3	配电柜	10KW智能配电柜（含PLC控制系统）可远程&定时开关机；具备过压、过流、欠压、短路等保护措施和分步延时启动功能	台	1			
4	铝型材支架	LED小间距专用铝型材支架、确保安装平整度	m2	5.12			
5	大屏安装	屏体四周窄包边装饰+产品安装+调试培训	m2	5.12			
6	解码器	8路视频解码器	台	1			

7	控制台	电脑桌整体设计充分结合实际使用场景需求，采用人体工学设计理念，布局科学合理、外观简洁美观、操作便捷高效。 台面、侧板、背板均采用优质钢材焊接工艺制作，焊接处牢固平整，承重梁采用1.8毫米厚优质冷轧钢板，横梁、层板、门板：全部采用1.0毫米厚冷轧钢板，层板预留标准86型插座面板安装孔位。柜体采用专业静电喷涂工艺处理，完整工艺流程包含：打砂→脱脂→酸洗→防锈磷化→静电喷涂；采用模块化拼装组合设计，通过通用连接件实现整体组装；侧脚挡板采用钢制分色工艺处理，挡板内部嵌入式配置蓝色LED灯带，外部嵌入亚克力装饰板；台面下方配置专用键盘抽屉	套	16			
8	研判会议桌和椅子	现代板式会议桌，带8把座椅。长度4米*宽度1.5米；含两组多功能插座	套	1			
10	人体工学椅	面料采用优质弹力网，弹力网具有透气性好，结实耐用带有记忆功能等特点；椅子主要承重配件铝合金材质，表面采用精抛工艺，美观大方结实耐用。功能：1.高低升降自如，座版可以延伸；2.靠背上下分三档调节自如，更能有效的支撑后背和腰部，任意角度可以锁定适合任何环境；3.软扶手可以升降高低，前后左右调节适合自己的舒适位置。	把	16			
11	音频处理器	96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换；提供USB、485接口、和WIFI可连接电脑；具备2.0真彩屏显示，5段输入/输出电平显示LED,静音显示LED灯，按键指示LED灯；每路输入具有31段GEQ和10段PEQ。每个输入/通道31段图示均衡（GEQ），频率范围从20Hz到20kHz，分频点按标准1/3倍频程划分，增益范围从-30dB到+15dB。输出具有10段PEQ.每段参量均衡(PEQ)有参数L-Shelf6dB、L-Shelf 12dB、High-Shelf6dB、High-Shelf12dB多种EQ类型选择。每段参量均衡（PEQ）均可设置为相位调节滤波器（Phase shifter)、相位调节范围0°-180° 和全通滤波器设置；输入输出音量可调范围为-40dB到+12dB，最小步进0.1ddB；每个输出通道具有相位反转功能，通道复制功能，使调节更方便；每个输入/输出通道可设置最长延时达1000ms，带延时调整开关。可以存储多达12个预置。预设文件完全存储当前所有通道的所有控制数据。可在面板通过按键菜单操作直接给设备加密及解锁，保护设备设置安全。具备多通道链接功能，可同时设置多个通道参数；直观友好的电脑界面，支持USB、RS485、WIFI等多种方式与上位机连接；通道：2进4出、≥2 路 XLR 平衡输入，≥4 路平衡输出，支持 XLR/TRS，：平衡或非平衡输入方式.输入阻抗 平衡：18K.最大输入电平：8V(VPP).输出阻抗 平衡：100欧.最大输出电平：<22dB.动态范围：>110dB（A未计权）.失真度：0. 05%（+ 20dBu, 1kHz）.频率响应：+/- 0.5 dB （20Hz-20kHz）.信噪比：>103dB.电源：AC80-240V/50-60Hz	台	1			

12	数字反馈抑制器	采用自适应环境啸叫抑制算法，采用高速浮点数字音频处理器和先进的子带（Sub-Band)回声消除技术，内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，内置AGC自动增益控制，内置数字高低通调节控制，技术参数：2-XLR和2-TRS： 平衡或非平衡输入方式输入阻抗 平衡：22K，最大输入电平： +12dBu~+20dBu： 平衡或非平衡输出方式输出阻抗 平衡：60-150欧，非平衡：最大输出电平： +12dBu~+20dBu采样频率： 48KHz动态范围： >100dB（A计权）失真度： <0.01%频率响应： +/- 2dB （直通频响20Hz to 20kHz.	台	1			
13	调音台	8路平衡式话筒输入，MP3播放器功能话筒提供优质的+48V幻像电源低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力，三段均衡，两组AUX辅助输出可选择为推子前（返送）推子后（外接处理器）,采用16种数字显示延时数码效果器，使声音特别动听技术参数：1．最大输出电平：19dBu (1 KHz, THD=0.5%)2．剩余噪声：-74dB 3.信噪比：＞71dB 4．等效噪声源输入电动势：-120dBu 150Ω信号源内阻 5．耳机输出功率： 40mw (1 KHz, THD=0.5%, 200Ω)6．均衡：低频： 80Hz约 高频： 12KHz．单声道： 50dB 7．立体声： +4 dB~-10dB10．频率响应： 20Hz~20 KHz (+1dB,-3dB)8．总谐波失真+噪声： ≤0.05%(1KHz,0.775V)	台	1			
14	双通道数字功放	高能效比CLASS-D架构，实现高效能比和低发热量的优势同时延长设备使用寿命；高效率功率转换电路、功率输出强劲，低能源损耗，节能减排，绿色环保。功放内部集成开关电源设计，采用铝制面板；每个独立通道内置全自动电路保护功能，包括软启动、直流、过载、过热、欠压、短路保护及削波限幅等有效的保证设备安全长期使用；双风道高效内部进出风设计，搭载双风扇散热排风系统，有效排除热量避免积热，确保设备长时间、高可靠性运行和使用；数字处理技术提高声音信号精度和清晰度，降低设备底噪，搭配液压轴承风扇优秀风噪控制，满足近场使用场景需求；前面板提供精准增益（音量）控制，有电源、信号、消波和保护的工作信号灯；支持立体声、并接、桥接三种工作模式切换；功率（8Ω）：≥2X300W；功率（4Ω）：≥2X450W；桥接功率（8Ω）：≥900W；RMS输出电压：≥49.0 V；THD+N总谐波失真加噪声：≤0.05%；频率响应：20Hz－20KHz；S/N信噪比：≥100dB；阻尼系数：≥1000；输入灵敏度：26dB；输入阻抗：20KΩ平衡输入/10KΩ不平衡输入；保护功能：过热压限、过载保护、输出直流保护、短路保护、内置软启动保护。电压工作范围：AC100－240V(±10%),50Hz/60Hz；	台	2			

1		15	电源时序开关	2寸彩色液晶智能显示屏，可实时显示当前电压，日期时间，通道开关状态；每通道独立设有Bypass设置，可ALL 或单独支持面板LOCK锁定功能，防止误操作；内置时钟芯片，可根据日期时间定时设置自动开关机；配置232接口，支持外部中控设备控 制； 具备USB标准5V供电接口，支持USB工作灯供电及充电；每台设备自带设备编码ID检测和设置，可实现远程集中控制10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；欠压、超压检测及报警单路额定输出电流：13A 额定总输出电流：30A;额定输出电压：交流220V.50Hz；可控制电源： 8路外加2路输出辅助通道,10chs；每路动作延时时间：0-999秒；供电电源：AC220V 50/60Hz 30A；	台	1			
		16	8寸高保真同轴吸顶音箱	高保真同轴喇叭带金属后罩吸顶音箱；1×8寸低音音盆，1×1寸高音音膜；标称阻抗：8Ω；额定功率：80W；峰值功率：320W；频率响应：90Hz-20KHz；外观颜色：白色；	支	4			
		17	一拖二无线话筒	选用双调谐真分集设计，接收机可以从2支天线分别接收同一支无线话筒的信号，通过内部高速CPU检测出信号较强的一路；每通道配备多个频点，可依据当地实际频率状况实现手动频率调节，便于叠机使用；选用UHF频段，结合PLL数字相位锁定技术，谐波辐射降至最低水平，配备后置一键锁功能；具有一键搜频功能；接收机采用1U金属机箱设计，多级高精度滤波电路，三重数字ID静噪锁码技术，不但保密性强，而且抗干扰更加出众；内置自动调节功能，信号弱时可以自动调节接收机灵敏度增加接收距离，话筒信号强时可自动调低可避免杂音干扰；接收机搭载高清LCD大屏可显示各通道工作信道、工作频点、接收信号、音频信号，话筒工作电压的同时接收机的工作状态显示屏背光可变颜色；各频道支持单独或混合输出，可调节输出音量，确保麦克风不产生破裂声。每通道输出音量可独立调整，满足多样化需求；BNC天线座设计，可以连天线增益系统，增加接收距离及稳定的接收效果。可向外馈电，适配有源天线放大器，可直接连接定向天线板或强波器，不需要外置电源供电；采用DC12V-1000mA开关电源适配器，内置DC转DC电路效率高、可以输出大电流、静态电流小，纹波小，而且发热极小，减小器件损耗，更加耐用。在180-240V交流电压巨幅变动下，仍能保持系统稳定； 发射器采用110欧低阻抗动圈咪芯搭配优质匹配电路，拾音距离远，中音浑厚 圆润饱满，高保真声音还原、清晰度高； 发射器设计可换式接头，通用各大品牌咪头或电容式咪头更加人性化；UHF 频率范围可选，默认出厂使用频率为UHF 频段。一台接收机可同时支持2个无线单元连接； 接收机参数：振荡方式：锁相环频率合成；频率范围：UHF；调节方式：FM；最大频偏：±50KHz； 信噪比：>105dB（A）或更优；音频响应：60Hz-16KHz(±3dB)；输出：平衡0-300mV，非平衡0-300mV；频率稳定性： <±0.005%；失真度：<0.5%@1KHz；工作电压：DC 12V；工作电流：1000mA； 手持式发射器参数： 载波频率范围：UHF频段 ；振荡方式：PLL相位锁定频率合成；谐波辐射：<45dBm；调制方式： FM；频带宽度：86MHz超宽带；射频RF输出功率：10mW/30mW两档可调；电池类型： AA x2；电流消耗：150mA(典型)；电池使用时长：约5小时；音频压缩： 数字音频压缩电路；音频输入接口： 3-pin迷尔XLR插口，输入增益3级可调；音头： 动圈式/电容式，心形指向性；	套	1			

18	音箱线	纯铜高保真100芯	米	80			
19	机柜	2米网络机柜	台	1			
20	双绞线	六类非屏蔽双绞线	米	2600			
21	屏蔽双绞线	六类屏蔽双绞线	米	100			
22	屏蔽模块	六类屏蔽模块	个	2			
23	地面刻槽	25*25MM	米	60			
24	配管	JDG20	米	200			
25	配线架	24口六类网络配线架	台	3			
26	信息面板	双孔信息面板+底盒	个	20			
27	六类信息模块	六类信息模块	个	50			
28	半球摄像机	200万像素网络摄像机	台	2			
29	主电缆	4*25+1*16	米	50			
30	配电箱	500*400*140mm，含NM1-100/3P 100A 塑壳断路器，3P D63A 空开	台	1			
31	电源线	BV2.5	米	300			
32	电源插座	5孔	个	18			
33	KGB管材	JDG20	米	200			
34	高清线	HDMI线米4K	根	6			
35	置物柜	板式家具	平米	8.96			
36	茶吧机	高800mm	套	1			
37	计算机	CPU：具有多任务处理能力，内核数≥6核心，总线程数≥12线程，基本频率≥2.9GHz 最高睿频≥4.3GHz；内存：≥16GB DDR4 内存，频率≥3200MHz提供内存扩展槽位；硬盘：≥500G固态硬盘，6000MB/s；1000MB网卡;独立显卡；4G提供多个视频输出信号；主板：扩展槽：带PCI接口，主板自带M.2接口；接口：正面：麦克风、耳麦、 USB3.2 、 USB2.0 背面：音频输出、HDMI 2.0、VGA、4×USB 2.0（含Smart Power On功能的USB 2.0）、RJ45、串口；显示器：≥27寸低蓝光护眼屏幕；额定功率≥325W 高效电源，智能温控散热；安装操作系统；机箱：立式标准机箱，机箱配备人体工程学开关，机箱正面设备接口处配备防尘挡板有效防止灰尘入侵，背面采用渐变式高效散热孔设计	台	0			
38	工作站	CPU：具有高多核生产力，内核数≥20核心，总线程数≥28线程， 基本频率≥2.1GHz 最高睿频≥5.3GHz；二级缓存≥28mb；三级缓存≥33mb；内存：≥32GB DDR4 内存，频率≥3600MHz提供内存扩展槽位；硬盘：≥1T固态硬盘，10/100/1000MB自适应网卡;独立显卡；显存容量≥8Gb，核心频率：≥2535MHz，显存类型：分辨率支持≥7680*4320； 扩展槽：带PCIe4.0*2接口，主板自带M.2接口；原装键鼠； 接口：麦克风、USB3.2、USB2.0、音频输出、HDMI2.0、VGA、串口；显示器：≥27寸低蓝光护眼屏幕；电源：额定功率≥1000W模组电源；含操作系统；机箱：立式标准机箱，机箱配备人体工程学开关，机箱正面设备接口处配备防尘挡板有效防止灰尘入侵，背面采用渐变式高效散热孔设计	台	1			

39	三合一黑白激光多功能一体机	打印速度：≥30页/分钟，复印速度：≥30页/分钟；打印内存：≥32 MB，打印处理器：266MHz，打印分辨率：600*600dpi，复印分辨率：600*600dpi；自动双面打印，网络打印：支持网络打印，标配≥35页自动进稿器；中文液晶显示屏；USB2.0、10/100Base-TX以太网接口；首页输出时间：小于等于8.5秒；纸盒：≥250页封闭纸盒+手送进纸；打印介质种类：普通纸，薄纸，厚纸，加厚纸，再生纸，证券纸，标签，信封，薄信封，厚信封；支持介质尺寸：A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, 16K(195x270mm), 16K(184x260mm), 16K(197x273mm)；特色功能：支票打印、海报打印、多合一打印、页眉页脚打印、一键身份证双面复印、省墨打印、墨粉浓度调整；耗材：鼓粉分离，随机硒鼓寿命≥12000页，随机墨粉≥2600页。	台	4			
40	彩色打印\复印\扫描多功能一体机	打印速度：黑白≥30页/分钟、彩色≥20页/分钟，复印速度：黑白≥11页/分钟、彩色≥5页/分钟、打印分辨率：4800*1200dpi，复印分辨率：600*600dpi、双面打印：自动双面打印、显示屏：中文彩色液晶显示屏、接口类型： USB、纸盒：≥100页	个	2			
41	楼层接入交换机	交换容量≥1.36TGbps,包转发率≥128Mpps， ≥24个10/100/1000BASE-T端口， ≥4个1G SFP端口,本次配3个千兆光模块	台	3			
42	辅材	水晶头、线扎、接头等	项	1			
43	小计	材料费小计					
44	**施工调试费**	**材料费*10%**					
45	**税金**	**（材料费+安装调试费）*6%**					
46	**合计**						

序号	名称	技术参数	单位	数量	单价	合计	备注
1	拆除现有木地板	现有地面拆除	平米	82			
2	吊顶拆除	矿棉板和铝塑板吊顶拆除	平米	89			
3	塑胶地板	2MM厚塑胶地板	平米	89			
4	指纹锁		套	2			
5	木门套	实木门套	个	1			
6	隐形门		个	1			
7	防盗门	2000*960钢制防盗门	个	1			
8	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶含造型	∅8全丝杆钢筋吊杆、50型轻钢龙骨、15mm防火板、9mm纸面石膏板，左右两侧宽度500MM，高度200MM，前后宽度200MM	平米	89			
9	软膜天花		平米	14			
10	乳胶漆粉刷	立邦乳胶3遍、2遍腻子、打磨平整	平米	85			
11	饰面板铺贴	实木墙板，基层处理：轻钢龙骨、内放隔音岩棉、木工板基层、装饰墙板饰面。	平米	81			
12	公安蓝背景墙	500mm*2800mm，材质为环保防撞板，拼接处用金属条，辅料双面胶、泡沫胶、结构胶，基层处理：木龙骨支架、木工板打底，警徽制作、文字制作。	项	1			
13	线条	LED灯带	米	30			
14	平板灯	LED平板灯	个	2			
15	射灯	8W	个	8			
16	筒灯	嵌入式8W	个	20			
17	遮光窗帘	遮阳窗帘	套	2			
18	窗套	实木	套	2			
19	灯开关	3联和单联各一个	个	2			
20	电源插排	8位2米电源线	个	5			
21	电源线	BV4㎡	米	100			
22	配管	KGB管	米	100			

23	警徽、广告字	宣传文字、警徽	套	1			
24	风管机空调	制冷量7200W风管机空调	台	1			
25	空调	1.5P	台	1			
26	玻璃隔断电控遮光膜	PDLC电控遮光膜	平米	30.8			
27	踢脚线	木质高8cm	米	30			
28	垃圾清运和保洁	垃圾清运和保洁	项	1			
29	辅材	线扎、接头、胶布、连接器、16A空调专用插座等	项	1			
30	**小计**						
31	**施工调试费**	**材料费*10%**					
32	**税金**	**（材料费+安装调试费）*6%**					
33	**合计**						

3.4商务要求

3.4.1交货时间

采购包1：

20261030

3.4.2交货地点

采购包1：

淳化县公安局院内

3.4.3支付方式

采购包1：

一次付清

3.4.4支付约定

采购包1：

1、 进度款，验收合格后一次性支付，达到付款条件起15个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：

一次性验收，依据投标文件技术参数

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期为12个月

3.4.8违约责任与解决争议的方法

采购包1：

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。 2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，则采取以下第2种方式解决争议： （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼； （2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。 3．在仲裁期间，本合同应继续履行。

3.5其他要求

无

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下:

4.1一般资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	技术参数偏离表.docx 开标一览表 投标函 标的清单 方案.docx 投标文件封面 投标人应提交的相关资格证明材料
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料;	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标人应提交的相关资格证明材料
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人应提交的相关资格证明材料

4.2特殊资格审查

采购包1:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	营业主体	投标人应是独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，法人、其他组织须提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)等证明资料，自然人须提供身份证明。	供应商资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
2	身份证明	法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商只需提供法定代表人身份证明书（附法定代表人身份证复印件）	供应商资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
3	财务状况报告	投标人需提供2024年度或2025年度经审计的供应商财务审计报告或者开标前三个月内的银行资信证 明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函;	供应商资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
4	财务状况报告	投标人需提供2024年度或2025年度经审计的供应商财务审计报告或者开标前三个月内的银行资信证 明或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函;	供应商资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
5	税收缴纳证明	提供开标截止时间前半年内任意一个月的纳税证明或完税证明；依法免税的单位应提供相关证明材料;	供应商资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
6	社会保障资金缴纳证明	提供开标截止时间前半年内任意一个月的社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料;	供应商资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
7	无重大违法记录书面声明	参加本次招标前3年内，在政府采购经营活动中没有重大违法记录的书面声明	供应商资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料

8	信用查询	不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体”的投标人；不得为中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人；	供应商资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
9	专业技术能力声明	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	供应商资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料
10	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人、不得参加同一合同项下的政府采购活动。	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人、不得参加同一合同项下的政府采购活动。	供应商资格证明文件.docx 投标人应提交的相关资格证明材料

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	**审查内容**	**具体标准和要求**	**关联投标（响应）文件格式文件**
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 标的清单
2	投标文件初审审查	据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整投标文件初审审查性和对招标文件的响应程度进行审查。出现下列情况之一者(但不限于)，不得进入最终报价环节:(1)投标人的投标报价超过采购预算或最高限价的;(2)投标文件是否按招标文件要求的数量、语言、计量单位、报价货币及签字盖章;(3)无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的;(4)投标文件附加了采购人难以接受的条件或条款的;(5)投标文件未实质产品技术参数表分项报价表.docx投标函商务应答表关于符合本国产品标准的声明函投标文件封面其他证明文件.docx性响应招标文件要求的;(6)不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的(7)本项目采购的“计算机、打印机”产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。	产品技术参数表 分项报价表.docx 投标函 商务应答表 投标文件封面 其他证明文件.docx

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观分赋分有关事项的通知》（陕财办函〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1： 按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评审方法和标准；

四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件

详细评审	技术指标及配置	所投产品技术参数清楚、明确并能逐条响应并满足招标文件内容及要求，中所有参数要求，得30分。每出现1项负偏离扣1分，扣完本项30分为止。（未提供佐证材料或佐证材料无法证明其响应性的视为负偏离） 备注:佐证材料需清晰可辨，并加盖供应商公章。	30.0000	客观	投标方案说明.docx 产品技术参数表
	来源渠道	供应商提供所投第三章《技术要求》中产品的合法来源渠道证明文件，满分6分，不提供不得分。以下资料提供任意一种:1、如供应商为所投产品代理商:提供货物的合法来源渠道证明文件(例如:产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件)，每提供一份证明文件得1分，满分6分。2、如供应商为所投产品的制造商:需提供情况说明(说明某一项产品为制造商自己生产)，情况说明每涉及一项产品得1分，满分6分。备注:以加盖供应商公章的证明材料复印件为计分依据	6.0000	客观	产品技术参数表 投标方案说明.docx
	环境标志产品	所投产品为“环境标志产品政府采购品目清单”内的，应提供该产品由国家确定的认证机构出具的中国环境标志产品认证证书且处于有效期内的，每提供一个得1分，满分6分。	6.0000	客观	投标方案说明.docx 其他证明文件.docx
	进度计划保障方案	供应商针对本项目提出进度计划 保障方案，包含但不限于①阶段划分与里程任务、②任务分解与时间安排、③责任分工与资源配置、④进度监控与汇报机制等，内容完整、详细、合理、可操作性强，符合项目要求。每项满分1.5分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣0.5分。缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套 用其他项目方案或与项目需求不匹 配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	6.0000	主观	投标方案说明.docx
	实施方案	供应商针对本项目提出实施方案，包含但不限于①供货方案、②安装与调试、③维修保养的培训服务、④应急预案等，内容完整、详细、合理、可操作性强，符合项目要求。每项满分1.5分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣0.5分。缺陷是指内容不合理、虽有内容但 不完善、内容表述前后不一致、套 用其他项目方案或与项目需求不匹 配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	6.0000	主观	投标方案说明.docx
	质量保证方案	供应商针对本项目提出质量保证方案，包含但不限于①质量目标与承诺、②质量管理体系、③全过程质量控制措施、④质量风险防控与应急预案等，内容完整、详细、合理、可操作性强，符合项目要求。每项满分1分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣0.5分。缺陷是指内容不合理、虽有内容但 不完善、内容表述前后不一致、套 用其他项目方案或与项目需求不匹 配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	4.0000	主观	投标方案说明.docx

	售后服务方案	供应商针对本项目提出售后服务方案，包含但不限于①备品备件及耗材保障方案及承诺、②质保期间的响应保障方案、③相关服务承诺、④售后人员保障等，内容完整、详细、合理、可操作性强，符合项目要求。每项满分2分，缺项不得分，每项内容存在缺陷，扣0.5分。缺陷是指内容不合理、虽有内容但 不完善、内容表述前后不一致、套 用其他项目方案或与项目需求不匹 配及其他不利于项目实施的任意一种情形。	4.0000	主观	投标方案说明.docx
	业绩	投标人需截止开标日期提近三年（2023年9月至今）类似业绩：每提供一项得 2 分，最高得8分（提供类似业绩的中标通知书和合同），不提供或提供的资料不全不得分。	8.0000	客观	业绩.docx
异常低价审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	开标一览表 标的清单 分项报价表.docx
价格分	价格分	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其它供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精 确到小数点后两位）。 超过了采购项目最高限价的，为无效投标。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例（C1）	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件

1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 标的清单

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作， 不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商， 不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1:

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：投标人应提交的相关资格证明材料

详见附件：产品技术参数表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：方案.docx

详见附件：技术参数偏离表.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：投标方案说明.docx

详见附件：供应商资格证明文件.docx

详见附件：其他证明文件.docx

详见附件：业绩.docx

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同格式.docx