

采购清单

采购单位		西安市中心血站			备案函号		ZCSP-西安市-2026-00466	
项目名称		成分科进口耗材（三次）						
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金		¥ 0.00	
单位资金		¥ 0.00			保障性资金		¥ 387,750.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数	
1	其他医药品	进口熔接片	216,750.00	1	批	216,750.00	1标段 无菌接管熔接片 1、无菌连接片应平整、表面光洁，无明显的油污或其他污染物；折合处均匀，无开裂现象。 2、耐温温度：≥350℃。耐温时间：≥30s。 3、能够满足TSCD II无菌接管机的使用需要，能在湿的和干的管路之间进行各种连接(干-湿,干-干,湿-湿)。	
2	其他医药品	进口机制冰冻红细胞耗材 进口机制解冻去甘油红细胞耗材	171,000.00	1	批	171,000.00	2标段 2.1机制冰冻红细胞耗材 1、该耗材在无菌条件下加入甘油，适宜于红细胞冰冻保存；须与现有制备冰冻解冻去甘油红细胞的设备ACP215匹配。 2、一套产品须包括：甘油溶液穿刺器、棘轮夹、血液泵管、细菌过滤器、DPM过滤器、滑动夹和热合软管组成。必须为密闭系统管路。 3、外包装应使用密封包装。 4、运到单位的耗材有效期≥30个月。 2.2机制解冻去甘油红细胞耗材 1、该耗材须与现有制备冰冻解冻去甘油红细胞的设备ACP215匹配。 2、一套产品须包括：高渗溶液管路、洗涤溶液管路、添加液软管、细菌过滤器、溶液泵管、血液泵管、325ml的BMB离心杯、DPM过滤器、SPM过滤器、热合软管、红细胞成分血收集袋、废液袋和滑动夹组成。必须为密闭系统管路。 3、使用该耗材制备的去甘油化洗涤后红细胞质控要求应该达到或优于GB18469-2012标准。 4、外包装应使用密封防压包装。 5、运到单位的耗材有效期≥30个月。	

3							
4							
5							