二、分项报价表

项目编号：SXDZZ（2026） 300 号

项目名称：购置干眼检测分析仪等设备项目

序号	产品名称	品牌	制造厂家	技术参数及规格	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1	超声脉冲电导治疗仪	德恩	河南德恩医疗科技股份有限公司	1、电源要求：~220V/50Hz，输入功率：100VA； 2、液晶显示：10.1 英寸触摸屏，治疗参数实时显示； 3、通道数量：四通道输出，可供四人同时治疗； 4、超声波输出： ·声工作频率：1MHz，允差: ±10%； ·有效辐射面积：3.8cm2，允差±20% ； · 最大输出声强：0.1w/cm2 ,允差±30% ； 5、中频输出： ·基波：方波脉冲,频率:2kHz±10%，脉宽 250us ±30%； ·最大输出电流：输出电流为18mA，允差±20%； ·调制频率：5.6Hz,允差±10%，低频调制中频的调幅度:100%； ·输出脉冲峰峰值：最大28V±30%，50 档调节； *6、电致孔： · 波形:脉冲波； ·输出最大峰峰值：峰峰值最大是	1	台	28500.00	28500.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

				58V±30%。 ·脉冲周期数量:5 个； ·脉冲能量: ≤300mJ； * 7、快捷调档：内置快捷调档按钮，可快速调整至常用档位； * 8、技术执行新标准：新版 9706-2020 检测报告； 9、连续工作时间≥6 小时；				
2	医用冷藏箱	医然	山东医然冷链科技有限公司	1、温度范围（℃）：冷藏（2~8） 2、湿度范围（RH）：35%～75% 3、额定电压：220V/50HZ 4、输入总功率(W)：719 5、容积（L）：1256 6、制冷剂：R290 7、整机尺寸（mm）：1800*620*1900 8、内胆尺寸（mm）：1716*590*1460 9、净重（kg）：155 * 10、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。 11、专业风冷，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在 187V～230V 范围内正常使用，确保箱内温度湿度均匀稳定。 12、先进的微电脑控制器，可控制温湿度，数码管显示；密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围 35-75%。 13、温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度 1%。 14、温湿度自动记录存储功能，	1	台	26700.00	26700.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

				自带断电功能，自带 USB 接口，数据可通过储存的 USB 接口导出保存。 15、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，温度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。 *16、蒸发器是铝水铝的，管道采用铜管，不易生锈。 17、双层中空玻璃门,双层镀膜 LOW-E ，外层玻璃使用特殊 Low-e 材质，保温性能好，配有安全门锁。 *18、内胆过氧铝，内胆颜色不会氧化变黑与发泡体结合牢固，保温性能更好，无异味。 *19、箱体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 *20、蒸发器配置加热丝。 21、公司资质有医疗器械注册证、医疗器械生产许可证、质量管理体系 ISO9001认证证书、医疗器械质量管理体系 13485 认证证书、强制性产品认证 CCC 证书、欧盟认证 CE 证书、专利证书等。				
3	干眼检查仪	山杉	重庆山杉医疗设备有限公司	一 、裂隙灯部分 1 、 光学设计类型:平行夹角式(伽利略型) 2 、改变倍率形式:转鼓式五档变倍	1	台	182000.00	182000.00

				3 、 目镜:12.5X 4 、放大总倍数:6.3X 、10X,16X,25X,40X 5 、屈光度补偿调节:≥-7D~+7D 6 、瞳距调节范围:52mm~85mm 7 、视场直径:6.3X:33mm:10X:22mm:16X:14mm:25X:8.5mm:40X:5.5mm 8 、光斑直径:0.2 、1 、3 、5 、10 、14(mm) 9 、 照明方式:上光源照明 10 、裂隙高度:1mm~14mm 连续可调，裂隙宽度:0mm~14mm 连续可调 11 、裂隙角度:水平旋转 0°~200° 裂隙倾角:5° 、10° 、15°、 20° 12 、滤色片:隔热片、减光片 、无赤片 、钴蓝片 13 、照明灯泡:暖色 LED 14 、调光方式:底座无极调光 15 、 ▲自动识别图像倍率 16 、数码采集器: 内置式医用采集器， ≥2000 万像素， 自动曝光， 自动优化， 自动白平衡 17 、具有眼前节高清拍照和录像功能 二 、干眼部分 功能：泪河高度测量、泪膜破裂时间测定、静态脂质层测量、眼红分析 、睑缘分析 、睑板腺分				

				析 、荧光染色分析 1 、光源： 白光 、红外光 2 、环数： ≥23 环 3 、泪河高度测量 3.1 测量精度：0.01mm 3.2 红外光/可见光可切换，红外光照明系统内置，波长 810nm 3.3 AI 自动标识 、 自动测量；支持手动测量 4 、泪膜破裂时间测量 4.1 提供提供泪膜破裂录像回放，泪膜破裂分布图，泪膜破裂曲线图，首次破裂时间，平均破裂时间 5 、脂质层自动分析 5.1 静态脂质层分析，分析范围：360° 5.2 图片对比分析 6 、眼红自动分析 7 、睑板腺自动分析 8 、腺体开口捕捉分析 8.1 支持上下睑缘检查 8.2 图片对比分析 9 、角膜染色手动分析 9.1 钴蓝光+专业黄色滤光片 9.2 支持手动分级 9.3 支持录像功能 10 、3 种问卷调查：中国人干眼调查问卷，OSDI 调查问卷，SPEED 调查问卷 11 、干眼检查综合图文报告，单项报告 12 、干眼进展分析 13 、 图像处理功能包含测量 、				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

				对比等 14、▲干眼装置与主机一体式设计，所有干眼检查项目不需要更换部件完成，不需分拆				
4	眼科光学生物测量仪核心产品	迈达	天津迈达医学科技股份有限公司	一 、性能指标 光源参数要求如下： ▲1. 中心波长（nm） ：测量光源为 850±20 二 、测量参数 各测量参数具体要求如下： 1.眼轴长度：12～34mm，测量允差±25μm，显示分辨率；0.01mm 2.角膜曲率：测量范围 5.0mm～11.2mm，测量允差 ± 10μm，显示分辨率 0.01mm。 3.轴位角：测量范围 0°～180°，测量允差 ±9°， 显示分辨率 1°。 4.角膜厚度：测量范围 300～800μm，测量允差 ±2 μm，显示分辨率 1 μm。 5.前房深度：测量范围 1.5～6.0mm，测量允差 ±20μm，显示分辨率 0.01mm。 6. 白到白距离：测量范围 6.5mm～16.6mm，测量允差 ±0.3mm，显示分辨率 0.01mm。 7.仪器的顶焦度最小测量范围为-20.00D～+20.00D; 8.仪器的柱镜度最小测量范围为0D～6D; 9.仪器的轴向测量范围：0°		台	136000.00	136000.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

				~180° 三 、软件功能 ▲1.生物参数测量仪 "+"验光仪 "+" 10L 计算，一次测量可获得 20 项眼参数，包含 17 项生物多参数测量参数，3 项屈光度测量参数。 2.具备患者信息添加 、保存和删除功能。 3.具备数据检测 、保存 、查询 、清除功能，且可手动修正检测结果。 4.拥有病例报告预览 、打印功能 。 5.操作界面包含：病人添加 / 搜索 、病人信息显示区 、退出选项 、左右眼测量结果显示 、机器运动控制按键和功能菜单栏内容。 6.具备图像记录功能。 ▲7.具有人工晶体计算功能，计算公式：SRK-II 、SRK-T、 BINK-II 、 HOLLADAY、 HOFFER-Q 、 HAIG IS 、DoubleK 、 ROSA 、SHAMMAS; 8.左右眼识别：可以自动识别被测眼别。 四 、软件数据接口 USB 接口：传输协议为 USB 3.0 。Wi-Fi 接口：传输协议为 IEEE 802.11。 五 、软件访问控制 1.用户身份鉴别方法：通过用户名和密码进行用户身份鉴别。				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

				2. 用户类型及用户访问权限： 3. 管理员：可访问软件的所有功能。 4. 普通用户：不可访问软件的设置功能，其他功能均可访问。				
5	眼科超声雾化器	视达康	成都视达康医疗科技有限公司	1 、标称频率：2.4MHz 2 、最大雾化率： ≥2ml/min； 3 、雾化水槽内水温： ≤60℃; 4 、正常工作时的整机噪声：≤50dB； ▲5 、雾化颗粒中位粒径：雾化器的雾粒等效粒径中位值为≤5μm 6 、雾化率可调； 7 、送风量可调 8 、有定时控制功能 9 、在雾化水槽水位低于提示水位线时进行提示并停机； 10 、设置温度范围为 6℃至45℃， 设置步进为 0.5℃; 11 、实际出雾温度与显示出雾温度之间误差小于±1℃; 12 、雾化眼罩要求:雾化眼罩为Ⅰ类医疗器械，应有医疗器械备案凭证； 13 、 ；连续工作时间≥1 小时 14 、雾化水槽和主机采用分体设计； 15 、雾化器有整机干燥功能； 16 、 ；具有进气出雾双加热系统 17 、 ；智能提示功能：雾化器具有缺水提示 、积液提示、超温提示 、送风故障提示 、测温故	1	台	24500.00	24500.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

				障提示 、 出雾加热故障提示 、进气加热故障提示功能，通过语音 、弹窗提示解决方案并停止相关可能造成危害的能量输出； 18 、配置≥3.5 寸电容触摸屏；雾化器采用触摸液晶屏操作 ，支持个性化参数设置和返回出厂设置，一键启动优先使用个性化参数； 19 、可配制氧机，最大氧流量：≥3L/min				
6	数码生物显微镜	凤凰	江西凤凰光学科技有限公司	1. 目镜：双目 LED 灯； 2.惠更斯：H16X/10mm 总放大倍数：100X-1600X 3.观察镜筒：铰链式双目、30°倾斜，瞳距48-75mm 4.转换器： 四孔外倾 5.185°消色差物镜：10X 40X (弹);100X(弹油) 6.支架调焦结构：粗微动不同轴调焦结构粗调行程： 20mm,微动行 程：1.3mm 7.载物台：双层机械移动平台载物台大小 115mmX125mm,移动范围 76mmX52mm 8.聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25; 可变光阑，拨杆升降 9.光源：高亮度 LED1W,可充电，亮度可调 10. 电源：外置开关电源(充电器), AC95V-250V	1	台	15500.00	15500.00
7	干眼理疗仪	朗视	朗视（海南）医疗	一 、 临床功能 ▲1.1 适用范围：针对轻 、 中	1	台	20500.00	20500.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

			科技有限公司	度干眼的辅助性治疗。 1.2 应用场景：可分体使用，诊室 、病房都可使用。 二 、 治疗模块 2.1 三档温度模式：热敷模式（高 、 中档），保温模式（低档） 不同档位均有相应指示灯显示。 温度范围：38℃-44℃, ▲2.2 带有眨眼训练语音提醒功能 2.3 适配电压： ≤5V2A 三 、 主机模块 3.1 显示屏：具有输出端温度、治疗时间等显示功能。 3.2 双输出接口：≥2 个输出接口				
8	射频消融仪	康友	南京康友医疗科技有限公司	1. 射频消融系统组成：一由射频消融仪、脚踏开关、蠕动泵、中性电极转接模块 2. 适应范围：用于经皮或外科手术治疗过程中的人体肝脏肿瘤组织、甲状腺良性结节的消融治疗 3. 射频系统参数： 3.1 射频输出频率：480khz+10%。 3.2 射频输出功率：1-200W+20%。 3.3 工作模式：标准模式，手动模式，温控模式，灼烧模式，最大输出功率 :标准模式 200W 3.4 时间控制设定控制范围：1~30 分钟 3.5 射频消融仪温度测量范围：	1	台	235000.00	235000.00

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

				15~99℃ ，误差±3℃。 3.6 系统具备严格的安全保护装置：阻抗过低或过高终止，温度过高终止，有水循环报警，负极板连接报警，蠕动泵状态报警等。 3.7 设备应具有超温保护功能，超上限发出警报并自动切断能量输出。 3.8 具有远端测温功能，搭配测温针实现消融范围的有效监测；同时可以设置保护温度，系统可以自动切断能量输出 3.9 配备高速水泵，转速400rpm，误差范围应不大于±20% 3.10 设备具有处理器及储存器，用于精准功率控制 3.11 主机具有射频电极针自适应匹配功能 3.12 10.1 英寸触控屏，用于模式操作，同时显示电极状态及消融参数，具备用户常用设置一键带入。 3.13 主机界面显示与操控：能显示并控制温度、功率、时间（消融时间和剩余消融时间都显示）和周围组织的阻抗值监测、提示音设置等功能；可以采用脚踏控制，在液晶屏上有状态提示和故障报警功能，有报警提示栏。 3.14 具有触屏和机械至少两种能量控制方式，其中需要独立射频能量控制开关，防止能量输出				

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

				误触发。 3.15 最多可支持 3 根电极同时消融，同时支持 4 个中性电极，防止患者皮肤高温。 3.16 运行环境 :环境温度 :10℃~40℃ ;相对湿度 :30%~75%；大气压强 :700hPa~1060hPa。 3.17 脚踏开关：IPX8 级防水 4.设备耗材要求： 消融电极针针型≥2 种，针杆长度多种规格可选消融电极针直径≥2种，电极针治疗区域长度多种规格可选 5.质保期：质保 2 年				
							合计：	668700.00元
备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。								

注：1. 本表中的“合计”与“开标一览表”中的“投标报价”一致，如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2. 投标人根据采购内容及要求可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

3. 如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

投 标 人：陕西普义康医疗科技有限公司（全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日 期：2026 年 11 月 19 日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App