

招 标 文 件

(货物类)

采购项目名称: 临床、手术护理急救设备

采购项目编号: XBMH2026-035

宝鸡市中医医院

陕西西北民航工程咨询有限公司共同编制

2026年08月24日

第一章 投标邀请

陕西西北民航工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受宝鸡市中医医院委托，拟对临床、手术护理急救设备进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

一、采购项目编号：XBMH2026-035

二、采购项目名称：临床、手术护理急救设备

三、招标项目简介

临床、手术护理急救设备

四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.落实政府采购促进中小企业发展的相关政策

无

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、法人代表授权书：法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和劳动合同复印件，并加盖投标人公章。

3、财务状况报告：提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

4、税收缴纳证明：依法缴纳税收的良好记录（提供2025年7月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）。

5、社会保障资金缴纳证明：依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2025年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）。

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、信用查询：信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（<https://www.ccgp.gov.cn/>）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标响应视为无效；联合体投标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标响应视为无效。

8、投标人承诺书：（1）投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为（提供承诺书）。（2）本项目不接受宝鸡市中医医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。

9、特殊资格条件：（1）投标人为经销商的应具有有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范

围内)，同时须提供所投设备制造厂家的医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。（2）投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

采购包2：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、法人代表授权书：法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和劳动合同复印件，并加盖投标人公章。

3、财务状况报告：提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

4、税收缴纳证明：依法缴纳税收的良好记录（提供2025年7月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）。

5、社会保障资金缴纳证明：依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2025年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）。

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、信用查询：信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（<https://www.ccgp.gov.cn/>）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标响应视为无效；联合体投标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标响应视为无效。

8、投标人承诺书：（1）投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为（提供承诺书）。（2）本项目不接受宝鸡市中医医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。

9、特殊资格条件：（1）投标人为经销商的应具有有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），同时须提供所投设备制造厂家的医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。（2）投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

采购包3：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、法人代表授权书：法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和劳动合同复印件，并加盖投标人公章。

3、财务状况报告：提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

4、税收缴纳证明：依法缴纳税收的良好记录（提供2025年7月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）。

5、社会保障资金缴纳证明：依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2025年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）。

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、信用查询：信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（<https://www.ccgp.gov.cn/>）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标响应视为无效；联合体投标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标响应视为无效。

8、投标人承诺书：（1）投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为（提供承诺书）。（2）本项目不接受宝鸡市中医医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。

9、特殊资格条件：（1）投标人为经销商的应具有有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），同时须提供所投设备制造厂家的医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。（2）投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

采购包4：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、法人代表授权书：法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和劳动合同复印件，并加盖投标人公章。

3、财务状况报告：提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

4、税收缴纳证明：依法缴纳税收的良好记录（提供2025年7月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）。

5、社会保障资金缴纳证明：依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2025年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）。

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、信用查询：信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（<https://www.ccgp.gov.cn/>）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标响应视为无效；联合体投标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标响应视为无效。

8、投标人承诺书：（1）投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为（提供承诺书）。（2）本项目不接受宝鸡市中医医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。

9、特殊资格条件：（1）投标人为经销商的应具有有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范

围内），同时须提供所投设备制造厂家的医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。（2）投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

采购包5：

1、有效的主体资格证明：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

2、法人代表授权书：法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和劳动合同复印件，并加盖投标人公章。

3、财务状况报告：提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。

4、税收缴纳证明：依法缴纳税收的良好记录（提供2025年7月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）。

5、社会保障资金缴纳证明：依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2025年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）。

6、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7、信用查询：信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（<https://www.creditchina.gov.cn/>）、中国政府采购网（<https://www.ccgp.gov.cn/>）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标响应视为无效；联合体投标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标响应视为无效。

8、投标人承诺书：（1）投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为（提供承诺书）。（2）本项目不接受宝鸡市中医医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。

9、特殊资格条件：（1）投标人为经销商的应具有有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），同时须提供所投设备制造厂家的医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。（2）投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。

五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

（一）供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

（二）供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章在政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线服务：通过陕西省政府采购网-在线服务进行咨询。

技术服务电话：029-96702。

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务查看CA办理流程。

六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告。

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

注：获取的招标文件主体格式包括pdf、word两种格式版本，其中以pdf格式为准。

七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告。

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的问题，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（<https://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/>），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

十、联系方式

采购人：宝鸡市中医医院

地址：陕西省宝鸡市金台区行政大道58号

邮编：/

联系人：王祎

联系电话：0917-3886051

代理机构：陕西西北民航工程咨询有限公司

地址：陕西省西安市高新区唐延路3号唐延国际中心AB座8层

邮编：710075

联系人：余冰霞、李莹

联系电话：029-88347987-8046

采购监督机构：宝鸡市财政局政府采购管理科

联系人：王 博

联系电话：0917-3262072

第二章 投标人须知

2.1 投标人须知前附表

序号	应知事项	说明和要求
1	采购预算（实质性要求）	本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：1,070,000.00元 采购包2：1,790,000.00元 采购包3：508,000.00元 采购包4：390,000.00元 采购包5：1,210,000.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。
2	最高限价（实质性要求）	详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。
3	评标方法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 （详见第五章）
4	是否接受联合体	采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受 如以联合体投标的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 1.两个以上供应商可以组成一个联合体，以一个供应商的身份参加采购活动。以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 2.参加联合体的供应商均应当具备本法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 3.联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5	落实节能、环保产品政策	1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购的无产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购的无产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。
6	小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用）	关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。
7	本国产品价格扣除（若采购项目适用本国产品标准）	本项目应执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）的要求，本项目采购包中执行本国产品价格扣除情况，具体扣除比例及规则见采购文件第五章。
8	充分、公平竞争保障措施（实质性要求）	核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。
9	不正当竞争预防措施（实质性要求）	在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。

10	异常低价审查	本项目应执行财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）的要求，具体内容见采购文件第五章。
11	投标保证金	采购包1保证金金额：20,000.00元 采购包2保证金金额：30,000.00元 采购包3保证金金额：10,000.00元 采购包4保证金金额：7,000.00元 采购包5保证金金额：24,000.00元 缴交渠道：电子保函,转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息） 开户名称：陕西西北民航工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司西安高新科技支行 银行账号：61001925700052502533 注：电子保函可通过陕西省政府采购金融服务平台申请办理。
12	标书费信息	免费获取
13	履约保证金（实质性要求）	采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：在政府采购合同签订前缴纳，合同履行期结束后采购人无息退还。 采购包2：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：在政府采购合同签订前缴纳，合同履行期结束后采购人无息退还。 采购包3：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：在政府采购合同签订前缴纳，合同履行期结束后采购人无息退还。 采购包4：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：在政府采购合同签订前缴纳，合同履行期结束后采购人无息退还。 采购包5：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：在政府采购合同签订前缴纳，合同履行期结束后采购人无息退还。
14	投标有效期（实质性要求）	提交投标文件的截止之日起不少于90天。
15	招标代理服务费（实质性要求）	本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：招标代理服务费依据国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委（发改价格[2011]534号）文件规定按标准下浮30%计取，由中标人在领取中标通知书前三日内一次性向采购代理机构支付，取费基数为标段中标金额。 招标代理服务费缴纳账户信息： 账户名称：陕西西北民航工程咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司西安高新科技支行 账号：61001925700052502533 行号：105791011313 联系人：财务部 联系电话：029-88347987-8013 转账时备注（项目名称简称、项目编号、包号）代理服务费
16	采购结果公告	采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。

17	中标通知书	采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。
18	政府采购合同公告、备案	政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在“陕西省政府采购网”予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将本项目采购合同通过政府采购平台进行备案。
19	进口产品	不允许
20	是否组织潜在供应商现场考察	采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否
21	特殊情况	出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。
22	其他说明	本采购文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“不少于”包括本数；所称的“不足”、“低于”、“超过”不包括本数。

2.2总则

2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由宝鸡市中医医院和陕西西北民航工程咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由宝鸡市中医医院负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由陕西西北民航工程咨询有限公司负责解释。

2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是宝鸡市中医医院。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是陕西西北民航工程咨询有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

2.3招标文件

2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项

目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

- （一）投标邀请；
- （二）投标人须知；
- （三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；
- （四）资格审查；
- （五）评标办法；
- （六）投标文件格式；
- （七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

2.3.2 招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

2.4 投标文件

2.4.1 投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

2.4.2 计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

2.4.3 投标货币

本次项目均以人民币报价。

2.4.4 知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、供应商将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，采购项目涉及采购标的的知识产权相关事宜由采购人结合项目实际自主确认或协商约定，具体如下：

投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

2.4.5 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

2.4.6 投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

2.4.7 投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子签章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

2.4.8 投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

2.4.9 投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

2.4.10 投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

2.4.11 投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

2.5 开标、资格审查、评标和中标

2.5.1 开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化采购系统进行投标文件解密。投标人未在规定时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

2.5.4评标

详见招标文件第五章。

2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

2.6签订及履行合同和验收

2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的品牌、规格型号及技术要求一致。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

采购包4：不允许合同分包。

采购包5：不允许合同分包。

2.6.2.2合同转包

一、严禁中标人将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

2.6.3合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起2个工作日内，在陕西省政府采购网公告本项目采购合同，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2.6.4合同备案

采购人自政府采购合同签订（双方当事人均已完成盖章）之日起7个工作日内，将本项目采购合同报同级财政部门备案。

2.6.5采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

2.6.6履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

2.6.7履约验收方案

采购包1：

详见合同文本

采购包2：

详见合同文本

采购包3：

详见合同文本

采购包4：

详见合同文本

采购包5：

详见合同文本

2.6.8资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

2.7纪律要求

2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

- （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(五) 不同投标人的投标文件相互混装。

二、提供虚假材料谋取中标;

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通;

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益;

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判;

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同;

八、未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同;

九、将政府采购合同转包或者违规分包;

十、提供假冒伪劣产品;

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同;

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况;

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的, 按照规定追究法律责任, 具备一至十一条情形之一的, 其投标文件无效, 或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

2.7.3 采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中, 采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的, 应当回避:

(1) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系;

(2) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事;

(3) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人;

(4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的, 可以向代理机构书面提出回避申请, 并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员, 有利害关系的被申请回避人员应当回避。

2.8 询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体:

根据委托代理协议约定, 供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 陕西西北民航工程咨询有限公司 负责答复; 供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由陕西西北民航工程咨询有限公司 负责答复; 供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 陕西西北民航工程咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问, 应当明确询问事项, 如以书面形式提出的, 应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率, 降低社会成本, 鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决(包括但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形)。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内, 以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日, 是指:

(一) 对可以质疑的采购文件提出质疑的, 为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;

(二) 对采购过程提出质疑的, 为各采购程序环节结束之日;

(三) 对中标或者成交结果提出质疑的, 为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑, 供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

(一) 质疑书正本1份(政府采购供应商质疑函范本详见附件);

(二) 法定代表人或主要负责人授权委托书1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(三) 法定代表人或主要负责人身份证复印件1份;

(四) 委托代理人身份证复印件1份(委托代理人办理质疑事宜的需提供);

(五) 针对质疑事项必要的证明材料(针对招标文件提出的质疑, 需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单)。

答复主体: 代理机构

联系人: 余冰霞

联系电话: 029-88347987-8046

地址: 陕西省西安市高新区唐延路3号唐延国际中心AB座8层

邮编: 710075

注: 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定, 供应商质疑不得超出采购文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意, 或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的, 供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位: 本采购项目同级财政部门(政府采购供应商投诉书范本详见附件)。

第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：当采购包的评标方法为综合评分法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

（注：当采购包的评标方法为最低评标价法时带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。）

3.1采购项目概况

宝鸡市中医医院临床、手术护理急救设备采购项目

3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）：1,070,000.00

采购包最高限价（元）：1,070,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环境 标志产品	是否实施本国 产品政策
1	无影灯	8.00	720,000.00	台	工业	是	否	否	否	是
2	术中心电 监护仪	7.00	350,000.00	台	工业	否	否	否	否	是

采购包2：

采购包预算金额（元）：1,790,000.00

采购包最高限价（元）：1,790,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	有创呼吸机（ 兼容无创）	6.00	1,200,000.00	台	工业	是	否	否	否	是
2	无创呼吸机	1.00	180,000.00	台	工业	否	否	否	否	是

3	有创呼吸机	2.00	280,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
4	转运呼吸机	1.00	130,000.00	台	工业	否	否	否	否	是

采购包3：

采购包预算金额（元）：508,000.00

采购包最高限价（元）：508,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	双通道注射泵	15.00	150,000.00	台	工业	是	否	否	否	是
2	输液泵	18.00	108,000.00	台	工业	是	否	否	否	是
3	胰岛素泵	10.00	250,000.00	台	工业	是	否	否	否	是

采购包4：

采购包预算金额（元）：390,000.00

采购包最高限价（元）：390,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额 (元)	计量 单位	所属 行业	是否核 心产品	是否允许 进口产品	是否属于 节能产品	是否属于环 境标志产品	是否实施本 国产品政策
1	便携式心电 监护仪	2.00	40,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
2	心电监护仪	23.00	230,000.00	台	工业	是	否	否	否	是
3	床旁肌钙蛋 白快检机	1.00	30,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
4	亚低温治疗 仪	1.00	50,000.00	台	工业	否	否	否	否	是

5	体外膈肌起搏器	1.00	40,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
---	---------	------	-----------	---	----	---	---	---	---	---

采购包5：

采购包预算金额（元）：1,210,000.00

采购包最高限价（元）：1,210,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的） 供应商报价不允许超过标的单价

序号	标的名称	数量	标的金额（元）	计量单位	所属行业	是否核心产品	是否允许进口产品	是否属于节能产品	是否属于环境标志产品	是否实施本国产品政策
1	取皮植皮系统	1.00	480,000.00	套	工业	是	否	否	否	是
2	紫外线光疗仪（半身）	2.00	350,000.00	台	工业	否	否	否	否	是
3	紫外线光疗仪（全身）	2.00	380,000.00	台	工业	否	否	否	否	是

3.3技术要求

采购包1：

标的名称：无影灯

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、无影灯 1.子母双灯； 2.光源寿命≥60000h； 3.光源技术：透镜反射光学系统。 4.LED冷光源，模组化设计，可独立更换。 5.LED 光源数量：子灯≥45个，母灯≥70个 6.照度调节采用DC调节模式 7.采用高精度恒力弹簧或气弹簧平衡系统 8.灯盘直径：母灯≥600mm，子灯≥550mm。 9.超薄型灯头，双灯均符合DIN1946-4层流净化手术室感控要求。 10.灯盘材质：一体化金属材料。 11.灯头外壳及面板均为一体成型，防水防尘等级≥IP54。 ▲12.母灯应具备深腔照明补偿功能。 13.子母灯显色指数实测值Ra≥97，子母灯显色指数实测值R9≥93； 14.子灯照度：≥160,000Lux，母灯照度：≥160,000Lux。 15.具备亮度提示和调节功能，≥8级可调。 16.光柱深度：≥1500mm。 17.光斑直径：具备可调节功能，母灯及子灯最小光斑直径≤160mm、最大光斑直径≥300mm； 18.光斑均匀性：最大光斑环境下d50/d10实测值≥65%。最小光斑环境下d50/d10实测值≥55%。 19.具备照度稳定技术，照度固定时，调节光斑大小，照度变化值≤±20000lux。 ▲20.无影灯具备腔镜光模式，腔镜模式照度≥300Lux。 21.触控面板≥5英寸。 22.手柄可单独拆卸进行134℃、205.8kPa的高温高压消毒。 23.具备参数记忆功能。 二、无影灯商务要求： 将原有旧灯无损拆除，并搬移至甲方指定地点。
---	--	--

标的名称：术中心电监护仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、术中心电监护仪 1、整机要求： ▲1.模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，配升级CO₂和AG任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 2.≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800像素，≥10通道波形显示。 3.显示屏采用宽视角技术，支持≥170度可视范围。 4.内置锂电池，插槽式设计，支持快速拆卸和安装。锂电池支持监护仪工作时间≥2小时。 5.安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO₂, NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 6.监护仪设计使用年限≥10年。 7.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥15种。 2、监测参数：

- 1.配置3/5导心电，呼吸，无创血压，有创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。
 - 2.心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
 - 3.提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
 - ▲4.支持房颤及室上性心律失常分析功能，如：室上性心动过速，SVCs/min等，配备支持≥25种实时心律失常分析。
 - 5.QT和QTc实时监测参数测量范围：200~800 ms。
 - ▲6.支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析。
 - 7.选配升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
 - 8.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。
 - 9.提供SpO₂、PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO₂的PR测量范围：20-300。
 - 10.支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
 - 11.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mm Hg。
 - 12.提供手动，自动，连续、序列和整点≥5种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。
 - 13.提供双通道体温和温差参数的监测，并可根据需要更改体温通道标名。
- 配有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。
- 14.具备呼末二氧化碳监测。
 - 15.具备专用的术中监测或目标导向监测界面，能集中、清晰地显示关键参数（如ECG、IBP、CO、SpO₂）的实时波形、数值、趋势图和统计信息，可快速评估患者状态。
- 3、系统功能：**
- 1.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。
 - ▲2.具有图形化技术报警指示功能。
 - 3.支持≥1000条事件回顾。每条报警事件能够存储≥30秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。
 - 4.支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。配备大容量存储卡，支持≥3000组NIBP测量
 - 5.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾
 - 6.具有报警升级功能。
 - 7.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态。
 - 8.支持根据病人的参数趋势变化，可自动推送HR/PR、SpO₂、RR 等参数的报警限建议。
 - 9.具备参数组合报警功能，可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警。
 - 10.支持RJ45接口进行有线网络通信。
 - ▲11.配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分系统）、NEWS2（英国早期预警评分系统2），可支持定时自动EWS评分功能，支持动态刷新EWS和EWS报警。
 - 12.提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

		▲13.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。 14.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，可快速识别异常趋势信息。 15.具备呼吸氧合综合查看界面，能图形化显示SpO₂、呼吸波形、呼吸率及相关报警事件（如呼吸暂停、低通气等）的关系。 16.提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。
--	--	--

采购包2：

标的名称：有创呼吸机（兼容无创）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、有创呼吸机（兼容无创） 1、概述： 1.适用于成人、儿童患者通气的重症呼吸机。 2.可脱离中央供气约束进行院内转运。 3.整机为电动电控设计，涡轮驱动产生空气气源。 ▲4.涡轮最高持续恒定峰流速≥250L/min。 5.通气功能全面，可进行无创及有创通气。 6.监测项目及报警内容全面，人性化报警设置，不同的通气方式（有创/无创）有不同的报警管理。 7.彩色中文触摸界面。 2、通气模式 1. 基本通气模式： 1.1间歇指令正压通气 VC-CMV。 1.2辅助间歇指令正压通气 VC-AC。 1.3同步间歇指令通气 VC-SIMV。 1.4同步间歇指令通气+压力支持 VC-SIMV+PS 1.5持续气道正压+压力支持SPN-CPAP PS 1.6压力限制通气，容控模式时，如气道峰压达到压力上限则以此压力输送设置潮气量，叹息Sigh 1.7窒息通气Apnea V 1.8双水平正压通气PC-BIPAP/PC-SIMV ▲1.9无创通气NIV，可适用于所有的通气模式 2.高级通气功能： BIPAP-双水平气道正压通气模式，全程允许患者自主呼吸，人机同步性高。 3、技术指标 1.潮气量：50-2000ml 2.呼吸频率：10-120bmp 3.吸气时间：0.2-10s 4.吸气流速：恒定峰流速≥250L/min 5.吸气压力：1-99mbar 6.呼气末正压/叹息PEEP：0-50mbar 7.压力支持Psupp：0-50mbar 8.吸入氧浓度：21-100%

- 9.吸气触发灵敏度（流量触发）：1-15L/min
- 10.吸气终止灵敏度：5—75%PIF（吸气峰流速）
- 11.窒息通气报警：15-60s
- 12.具备待机预设功能，可在待机界面设置初始默认值
- 13.具备同步自动泄露补偿功能，有创通气下最高补偿 $\geq 10\text{L/min}$ ，无创通气容控模式下最高补偿 $\geq 25\text{L/min}$ ，无创通气压控模式下无上限

4、监测项目

- 1.彩色触摸显示控制屏 ≥ 12 吋；
- 2.屏幕所有显示内容可自定义设置，同屏显示 ≥ 6 个环图；
- 3.非压差式流量传感器（热丝式），使用过程中可自动标定，可一次性或重复消毒使用；
- ▲4.长效氧电池 ≥ 5 年；

- 5.吸入潮气量；
 - 6.呼出潮气量；
 - 7.自主呼吸潮气量；
 - 8.总呼吸频率；
 - 9.自主呼吸频率；
 - 10.流量；
 - 11.机械分钟通气量；
 - 12.自主分钟通气量；
 - 13.分钟泄漏气量；
 - 14.气道峰压；
 - 15.平台压；
 - 16.平台时间；
 - 17.平均压；
 - 18.呼气末正压PEEP；
 - 19.吸气时间；
 - 20.吸呼比；
 - 21.同屏显示3道波形：压力、流量、容量与时间的波形；
 - 22.肺顺应性；
 - 23.气道阻力；；
 - 24.RSB-浅快呼吸指数（0 to 9999L/min）；
 - 25.趋势图 ≥ 10 天；
 - 26.记事本 ≥ 500 件；；
 - 27.同屏显示3个环图– Pressure / Volume
– Volume / Flow
– Flow / Pressure。
- #### 5、报警项目
- 1.智能三级声光报警系统
 - 2.人机对话功能，提供中文报警文字信息
 - 3.气源报警
 - 4.气道压力（高/低）报警

		5.呼吸频率（高/低）报警 6.吸入潮气量过高报警 7.分钟通气量（高/低）报警 8.窒息报警 9.吸入氧浓度（高/低）报警 10.管道脱落/泄漏报警 11.机器故障报警 6、操作系统 1.具有操作安全保护功能 2.提供中文界面，报警信息以中文显示 7、特殊功能 ▲1.配备一体化雾化功能，气动； ▲2.智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前提供纯氧≥3分钟，允许吸痰≥2分钟，吸痰后提供纯氧≥2分钟； 3.吸气保持功能≥15s； 4.呼气保持功能≥15s。 8、视频喉镜（2台） 功能要求 1.喉镜与显示屏一体化结构； 2.视频喉镜的全金属框架； 3.USB读取与存储，TF卡容量≥16G； 4.镜头像素≥300万； 5.显示器可上下左右双方向旋转； 6.具有防雾功能； 7.内置可充电锂电池，工作时间：≥5h； 8.≥3英寸显示屏； 9.屏幕比例：4:3； 10.具备低电量屏幕显示功能； 11.一次性视频喉镜片为医用级高分子材料； 12.视场角：50°-65°； 13.景深：50mm-500mm； 14.高清数字化系统芯片； 15.一键拍照/录像功能； 16.光照度：≥150 Lux； 17.充电指示功能； 18.配备一次性喉镜片≥100片。
--	--	--

标的名称：无创呼吸机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、无创呼吸机 1.适用于对成人进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中/英文操作界面。

- 2.气动电控呼吸机，具备实时气源压力电子显示，可选备用电动涡轮模块，可在断气断电状态下继续工作。
- 3.内置后备可充电电池，单块电池 ≥ 150 分钟，可选双电池 ≥ 300 分钟，电池总剩余电量能显示在屏幕上。
4. ≥ 15 英寸触控屏，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，采用屏机分离技术，屏幕可上下旋转 ≥ 45 度，左右旋转 ≥ 270 度。
- 5.同屏显示 ≥ 5 道波形，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。
- 6.通气模式：
- 6.1有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压通气模式/压力支持通气模式）、双水平气道正压通气以及窒息通气等模式；可选自适应通气模式（如ASV/AMV）、心肺复苏模式（CPRV）、以及容量支持通气（VS）模式；
- ▲6.2 高级模式：比例通气模式（如PAV/PPS/PPV）、气道压力释放通气（APRV）模式；
- 6.3无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T、双水平气道正压通气模式；
- 6.4具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度；
- 7.设置参数：
- 7.1潮气量：20ml-4000ml；
- 7.2呼吸频率：1-100/min；
- 7.3吸/呼比：4:1-1:10；
- 7.4吸气压力：1-100 cmH₂O；
- 7.5压力支持：0-100cmH₂O；
- 7.6吸气流速：5-180L/min；
- 7.7吸气时间：0.1-10s；
- 7.8压力上升时间：0-2s；
- ▲7.9PPS/PPV支持百分比：25-100%；
- 7.10PPS/PPV最高压：6-40cmH₂O；
- 7.11PPS/PPV最大潮气量：200-3500ml；
- 7.12叹息压力：off, 1-40 cmH₂O；
- 7.13吸气暂停：off, 5-60%；
- 7.14SIMV频率：1-60/min；
- 7.15最大容辅/弹性阻力：10-100cmH₂O/L；
- 7.16最大流辅/粘性阻力：2-30cmH₂O/L/s。
- 8.监测参数：
- 8.1气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测；
- 8.2分钟通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测；
- 8.3肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数的监测；
- 8.4具有呼吸浅快指数（RSBI）、呼吸功；
- 8.5具有波形及环图监测及同屏显示功能；
- 8.6可选牵张指数Stress Index、肺过度膨胀系数C₂₀/C等高级肺保护通气监测功能；

		8.7具有动态肺视图界面，以图形化实时显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化； 9.具有智能同步技术； 10.具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程； 11.具有低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值； 12.具有肺复张工具，以控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张治疗； 13.气囊压力管理技术，实时监测气囊压力并自动调节。具有肺泡通气量计算，功能残气量计算工具和能量代谢计算工具； 14.具有海拔高度补偿、漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能； ▲15.SpO₂监测，提供SpO₂和PR监测值，提供脉搏波。可实时监测ROX指数及趋势回顾，，动态关注氧疗效果。可选RSS氧浓度与平均压乘积、OSI氧饱和指数、S/F血氧饱和度与吸入氧浓度比值； 16.主流/旁流CO₂监测，提供衍生监测值，提供相关监测波形及环图； 17.顺磁氧监测技术； 18.吸气、呼气阀组件一体化设计，均可拆卸，能高温高压蒸汽消毒（134℃）； 19.具有HDMI接口，无需转接，输出和主显示器显示内容相同的 HDMI 视频信号，方便医护人员在大屏上观看，或者提供给教学人员做演示教学； 20.能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统； 21.信息储存功能：储存≥6000个事件，≥168 个小时趋势图/表数据存贮； 22.呼吸机自带屏幕录制功能。
--	--	--

标的名称：有创呼吸机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、有创呼吸机 1、概述： 1.适用于成人、儿童患者通气的重症呼吸机 2.可脱离中央供气约束进行院内转运 ▲3.涡轮最高持续恒定峰流速≥250L/min 4.通气功能全面，可进行无创及有创通气。 5.监测项目及报警内容全面，人性化报警设置，不同的通气方式（有创/无创）有不同的报警管理 6.彩色中文触摸界面 2、通气模式 1.基本通气模式： （1）间歇指令正压通气 VC-CMV； （2）辅助间歇指令正压通气 VC-AC； （3）同步间歇指令通气 VC-SIMV； （4）同步间歇指令通气+压力支持 VC-SIMV+PS； （5）持续气道正压+压力支持SPN-CPAP PS； （6）压力限制通气，容控模式时，如气道峰压达到压力上限则以此压力输送设置潮气量； （7）叹息Sigh； （8）窒息通气Apnea V；

(9) 双水平正压通气PC-BIPAP/PC-SIMV;

▲(10) 无创通气NIV, 可适用于所有的通气模式;

2.高级通气功能:

(1) BIPAP-双水平气道正压通气模式, 全程允许患者自主呼吸, 人机同步性高。

3、技术指标

1.潮气量: 50-2000ml;

2.呼吸频率: 10-120bmp;

3.吸气时间: 0.2-10s;

4.吸气流速: 恒定峰流速 $\geq$ 250L/min;

5.吸气压力: 1-99mbar;

6.呼气末正压/叹息PEEP: 0-50mbar;

7.压力支持Psupp: 0-50mbar;

8.吸入氧浓度: 21-100%;

9.吸气触发灵敏度(流量触发): 1-15L/min;

10.吸气终止灵敏度: 5—75%PIF(吸气峰流速);

11.窒息通气报警: 15-60s;

12.具备待机预设功能, 可在待机界面设置初始默认值;

13.具备同步自动泄露补偿功能, 有创通气下最高补偿10L/min, 无创通气容控模式下最高补偿25L/min, 无创通气压控模式下无上限。

4、监测项目

1.彩色触摸显示控制屏 $\geq$ 12吋;

2.屏幕所有显示内容可自定义设置, 可同屏显示 $\geq$ 6个环图;

3.非压差式流量传感器(热丝丝), 使用过程中可自动标定, 可一次性或重复消毒使用;

▲4.长效氧电池 $\geq$ 5年;

5.吸入潮气量;

6.呼出潮气量;

7.自主呼吸潮气量;

8.总呼吸频率;

9.自主呼吸频率;

10.流量;

11.机械分钟通气量;

12.自主分钟通气量;

13.分钟泄漏气量;

14.气道峰压;

15.平台压;

16.平台时间;

17.平均压;

18.呼气末正压PEEP;

19.吸气时间;

20.吸呼比;

21.同屏显示3道波形: 压力、流量、容量与时间的波形;

		22.肺顺应性; 23.气道阻力; 24.RSB-浅快呼吸指数 (0 to 9999L/min) ; 25.趋势图≥10天; 26.记事本≥500个事件; 27.同屏显示3个环图– Pressure / Volume – Volume / Flow – Flow / Pressure。 5、报警项目 1.智能三级声光报警系统 2.人机对话功能, 提供中文报警文字信息 3.气源报警 4.气道压力 (高/低) 报警 5.呼吸频率 (高/低) 报警 6.吸入潮气量过高报警 7.分钟通气量 (高/低) 报警 8.窒息报警 9.吸入氧浓度 (高/低) 报警 10.管道脱落/泄漏报警 11.机器故障报警 6、操作系统 1.具有操作安全保护功能; 2.能提供中文界面, 报警信息以中文显示。 7、特殊功能 ▲1.配备一体化雾化功能, 气动; ▲2.智能吸痰功能: 脱管吸痰时不送气, 无报警, 吸痰前提供纯氧≥3分钟, 允许吸痰≥2分钟, 吸痰后提供纯氧≥2分钟; 3.吸气保持功能≥15s; 4.呼气保持功能≥15s。
--	--	--

标的名称：转运呼吸机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、转运呼吸机 1、整机与显示要求 1.适用于成人、小儿和婴幼儿患者通气辅助及呼吸支持。 2.整机为电动电控设计, 涡轮驱动产生空气气源。 ▲3.可支持单管路通气。 4.电池续航时间1块电池≥5小时, 选配2块电池≥10小时。 5.呼吸机主机重量≤4.5kg。 ▲6.吸气峰值流速≥210L/min。 7.配备提拿悬挂一体化多功能把手。

1

- 8.采用≥7英寸彩色触摸控制屏，分辨率≥800*480像素，可同时显示波形和监测参数。
- 9.具有屏幕亮度自动调节功能。
- 10.具有关机状态下电量显示功能。
- 11.支持显示≥100小时的全部监测参数趋势图、表分析，≥8000条报警和操作日志记录。
- 12.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。
- 2、环境适应性要求
- 1.防尘防水等级≥IP34。
- 2.最高工作海拔≥7000m，满足高海拔和直升机转运要求。
- 3.工作温度范围：-20 ~ 50 ℃。
- 4.具有自动海拔补偿功能和自动漏气补偿功能。
- 3、呼吸模式及功能
- ▲1.呼吸模式：控制/辅助通气模式A/C和同步间歇指令通气SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气CPAP/PSV、双水平气道正压通气（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）、心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）。
- 2.配备无创通气模式和氧疗模式。
- ▲3.呼吸同步技术，自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间。
- 4.配备内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI的测定。
- 4、设置参数
- 1.潮气量：20ml—2000ml；
- 2.吸气压力：1—60 cmH₂O；
- 3.呼气末正压：0—50 cmH₂O；
- 4.吸入氧浓度：21—100%；
- 5.吸气时间：0.1—10s；
- 6.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH₂O，或 OFF；
- 7.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF；
- 8.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%；
- 9.氧疗流量：2—80L/min。
- 5、监测参数和报警
- 1.监测参数：分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数。
- 2.波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO₂—时间波形。
- 3.报警：潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。
- 6、配置要求
- 1.蓄电池2块。
- 2.呼吸机管路4套。

采购包3：
标的名称：双通道注射泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、双通道注射泵 1.主机使用年限≥10年； 2.双通道为主机一体化设计，无需额外配件。每个通道具备独立电源开关； ▲3.注射精度≤±2.8% ▲4.速率范围：0.01-2200ml/h，最小步进0.01ml/h； 5.预置输液总量范围：0.01-9999.99ml 6.快进流速范围：0.01-2200ml/h，具有自动和手动快进可选； 7.可自动统计≥4种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等。 8.支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml； 9.推拉盒可自动感应制动功能； 10.≥7种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式；具备联机功能； 11.≥3.5英寸彩色显示屏，液晶触摸屏，支持上下左右滑动操作； 12.支持自动锁屏，自动锁屏时间可调； 13.全中文软件操作界面锁屏功能； 14.支持药物库，可储存≥5000种药物信息； 15.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； 16.报警时可通过示意图片直观提示报警信息； ▲17.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色； 18压力报警阈值≥12档可调； ▲19.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上 进行提示； 20.具备阻塞后自动重启输液功能； 21.存储≥5000条的历史记录 22.电池工作时间≥6.0小时； 23.防异物及进液等级IP44。
---	--	---

标的名称：输液泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、输液泵 1.整机使用年限≥10年； 2.具备输血功能； 3.具备临床常用输血管路，无需专用输血管路； 4.输液精度$\leq \pm 5\%$； ▲5.速率范围：0.1-2000ml/h，最小步进0.01ml/h； 6.预置输液总量范围：0.1-9999.99ml； 7.快进流速范围：0.1-2000ml/h，具有自动和手动快进可选； 8.可自动统计≥4种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量等； 9.≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式等；具备联机功能； ▲10.≥3.5英寸彩色显示屏，液晶触摸屏，支持上下左右滑动操作； 11.锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调； ▲12.支持药物库，可储存≥5000种药物信息； 13.支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥4种颜色； 14.报警时可通过示意图片直观提示报警信息； 15.在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值； ▲16.具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示； 17.具备阻塞后自动重启输液功能； 18.具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持≥20μL的单个气泡报警； 19.电池工作时间≥5小时； 20.防异物及进液等级IP44。
---	--	---

标的名称：胰岛素泵

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、胰岛素泵 ▲1.适应人群：适用范围为全年龄段； 2.防水级别：≥IPX8； ▲3.配备全院血糖管理系统，胰岛素泵输注数据及动态血糖监测曲线同屏显示； 4.储药器容量：≥300U(3mL)； 5.电池：碱性5号或7号电池，非专用电池； 6.电池模式：≥3种； 7.电池状态显示：彩色图标显示； 8.储药器状态显示：彩色图标显示； 9.基础率最小步长：≤0.025U/小时； 10.基础率范围：(0.000~35.0) U/小时； 11.基础率时段：≥40段； 12.临时基础率功能：输注率模式、百分比模式0~200%，步进5%； 13.临时基础率设定时间范围：30min~24h，增量时间<20min； 14.临时基础率增加幅度：0.000~0.975U/小时，增量为0.025U/小时；1.00~9.95U/小时，增量为0.05U/小时；10.0U/小时~最大值基础率，增量为0.1U/小时； 15.大剂量增量：0.1U、0.05U或0.025U； 16.大剂量最小输注量：0.025U； 17.大剂量上限：0~75U可调； 18.大剂量输注速率：标准模式、快速模式等； 19.大剂量输注方式：手动大剂量(常规大剂量/方波大剂量/双波大剂量)、大剂量向导、声响大剂量等； 20.双波模式下方波持续时间：30min~8h； 21.声响大剂量：步长可调整范围:0.1~2.0； 22.具备预设大剂量功能； 23.暂停功能：同时暂停基础率+大剂量，可单独暂停大剂量/基础率； 24.大剂量输注时可进行其他功能的设置； 25.碳水化合物系数分段设置：≥8段； 26.碳水化合物系数范围：1.0~200g/U； 27.胰岛素敏感系数设置范：0.3~23mmol/L/U； 28.胰岛素泵配套持续葡萄糖检测系统精准度：平均绝对相对差（MARD）≤8.5%； 29.胰岛素泵配套葡萄糖传感器使用时长：≥160小时（7天）； 30.每日血糖数值要求：每5分钟记录并显示1个数值，全天≥226个血糖值； 31.校准要求：至少每12小时校准一次； 32.安全性：能提前10-60min预警高低血糖，个性化报警阈值设置。
---	---

采购包4：

标的名称：便携式心电监护仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、便携式心电监护仪 1.适用于成人、小儿、新生儿的监测； 2.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准； 3.≥5.0英寸彩色触摸显示屏，支持屏幕手势滑动操作，支持穿戴医用防护手套操作； 4.重量≤1Kg； 5.IP44防尘防水； 6.支持1.2米抗跌落； 7.内置锂电池供电，支持≥5小时的持续监测； 8.内置DC电源接口，可以进行车载充电； 9.具备3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压、2通道体温； 10.支持双通道有创压监测； 11.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用； 12.具有多导心电监护算法，同步分析≥4通道心电波形； 13.心率测量范围：成人20 -300 bpm，小儿/新生儿20 - 350 bpm； 14.波速50mm/s, 25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s等可选； 15.滤波模式、诊断模式（0.05 -150Hz），监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz），手术模式（1-20Hz）等； 16.具备房颤及室上性心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析； 17.支持ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板； 18.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值； 19.支持双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示； 20.具备手动、自动间隔、连续、序列≥4种无创血压测量模式； 21.IBP测量范围：-50 – 360 mmHg，支持实时PPV测量； 22.≥800条事件回顾。每条报警事件存储≥30秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值； 23.≥800条NIBP测量结果回顾； 24.≥40小时全息波形回顾； 25.≥100小时趋势数据回顾； 26.产品设计使用年限≥10年； 27.配置要求； 电动导联线 3组； 指脉氧导联线 3组。
---	---

标的名称：心电监护仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
		一、心电监护仪 1、病人监护仪（20台） 1.便携一体式监护仪，整机无风扇设计。 ▲2.≥10寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示。 3.屏幕配电容屏。 ▲4.配锂电池，工作时间≥4.0小时。 5.安全规格：ECG, TEMP, SpO2，NIBP监测参数，抗电击程度为防除颤CF型。

- 6.监护仪设计使用年限≥10年。
- 7.主机防水等级≥IPX1，支持≥0.70米抗跌落。
- 8.清洁消毒维护支持的消毒剂≥6种，在说明书中列举消毒剂的种类。
- 9.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。
- ▲10.采用ECG多导同步分析技术。
- 11.具备智能导联脱落监测功能。
- 12.具备QRS阈值调节功能
- 13.心率监测范围：成人10~300bpm，小儿/新生儿：10~350bpm。
- 14.提供SpO2和PR的实时监测，SpO2的PR测量范围：20-300。
- 15.采用抗干扰和弱灌注血氧技术。
- 16.具备手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。
- 17.配置无创血压测量。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。
- ▲18.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。
- 19.支持呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm。
- 20.具有三级声光报警。
- ▲21.支持自主培训功能，通过动画与图文结合，对医护团队介绍监护仪常用功能。
- 22.支持所有监测参数报警，支持报警限可自动设置。
- ▲23.具有图形化技术报警指示功能。
- 24.支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能
- 25.具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式等。
- ▲26.支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能
- 27.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。
- 28.支持带ABD事件的呼吸氧合界面。
- 29.支持RJ45接口进行有线网络通信。
- 30.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等。
- 31.支持将心电、血氧和无创血压等导联线附件进行收纳放置。
- 32.支持它床观察，可同时监视≥10它床的报警信息。
- 2、有创心电监护仪（3台）**
- 1.便携一体式监护仪,适用于成人儿童和新生儿，整机无风扇设计。
- 2.具备主机集成附件收纳槽。
- 3.≥12英寸彩色液晶显示屏，配电容触控屏，屏幕分辨率≥800*600。
- 4.锂电池工作时间≥4小时。
- 5.安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
- 6.主机使用寿命≥10年。
- 7.整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。
- ▲8.标配心电、血氧、脉搏、无创血压、呼吸、体温，双有创压监测等监测参数。
- 9.标配3/5导心电；

		10.具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能； 11.共模抑制能力$\geq 100\text{db}$； 12.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍； 13.≥ 27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等 14.具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况； 15.具有QT/QTc测量功能。 16.血氧测量范围：0%-100%； 17.脉率测量范围：20bpm-300bpm； 18.标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.1%-20%，分辨率0.01%； 19.具有与NIBP同侧测量功能。 20.测量范围： ①成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg； ②小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压10mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg； ③新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10 mmHg-110mmHg，平均压15mmHg-120mmHg； 21.血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量等； 22.具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值等； 23.具有辅助静脉穿刺功能。 24.具有双通道体温监测，可提供体温差值显示； 25.支持体表和腔内两种体温探头类型。 26.支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合、ECG全屏、ECG半屏、单血氧等多种界面； 27.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能； 28.支持计时器功能，可以同时显示1-4个计时器； 29.支持所有监测参数报警，具有一键自动设置功能； 30.具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算等功能； 31.支持≥ 2400小时趋势图/表、≥ 3500组NIBP列表、≥ 2500组报警事件、≥ 72小时全息波形、≥ 48小时心律失常数据的存储和回顾； 32.具备监护、待机，演示、体外循环、插管、隐私和夜间等工作模式。
--	--	--

标的名称：床旁肌钙蛋白快检机

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、床旁肌钙蛋白快检机 ▲1.检测原理：荧光免疫法 2.检测模式：机内反应模式，同时多项目检测，同时孵育量≥16 个试剂卡 ▲3.检测时间：≤10 分钟获得结果 4.操作：自动吸入式进卡 ▲5.样本类型：支持全血、血清、血浆及尿液 6.显示系统：中文操作系统≥10英寸LCD屏 7.操作系统：Linux 操作系统 8.检测光源：蓝光、紫光双光源 9.结果数据管理：存储结果数据≥10万条，可智能选择结果查询时间区间进行结果管理 10.打印系统：内置热敏打印机，可选配外接打印机 11.试剂卡：一次性使用，干式无液体。 12.试剂卡质量控制：配套原厂质控品 13.试剂卡效期：常温保存≥18个月 14.检测项目：高敏心肌肌钙蛋白I（hs-cTnI）、肌酸激酶同工酶（CK-MB）、肌红蛋白（Myo）、高敏心肌肌钙蛋白I / 肌酸激酶同工酶 / 肌红蛋白联检试剂（hs-cTnI/CK-MB/Myo）、N 末端脑钠肽前体（NT-proBNP）、B型钠尿肽（BNP）、D - 二聚体（D-Dimer）、降钙素原（PCT）、白介素- 6（IL-6）等。 ▲15.质量要求：心肌标志物在2025年室间质评实现单独分组，需提供投标所在地省级及以上室间质评证明材料，并说明临床必要性。 16.专机专用耗材，需提供相关报价。
---	---

标的名称：亚低温治疗仪

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、亚低温治疗仪 主要用于脑损伤患者及高热患者的物理降温治疗。 1、技术要求： 1.输入功率：降温≤400VA;升温≤600VA； 2.采用品牌压缩机； 3.制冷量≥800W； 4.降温速度：空载降温速度每分钟≥1℃； 5.噪声≤55dB(A)； ▲6、体温设置：四档可选，分别为33℃～34℃、34℃～35℃、35℃～36℃、36℃～37℃； ▲7、水温设置：四档可选，分别为4℃～10℃、10℃～15℃、15℃～20℃、35℃～40℃； 8.体温测量范围：20℃～50℃，精度≤±0.5℃； 9.水温测量范围：0℃～50℃，精度≤±1℃；水温控制范围：4℃～40℃，精度≤±1℃； 10.系统控制方式：具备全自动微电脑闭环控制； 11.降温毯，帽材料：TPU材质，可折叠、卷曲、消毒，可反复多次使用； 12.降温毯：具备自锁快接装置； 13具有复温功能； 14.初次制冷时间：从25℃降至10℃不超过20min； 15.使用单片机控制方式，可连续制冷/升温，自动控温； 16.四路输出，双路测温，可以单毯工作，也可毯帽同时工作； 17.磁力泵流量≥12L/min； 18.报警功能：具备缺水自动报警，传感器脱落报警，传感器断路、短路报警； 19.LCD液晶独立显示。 2、基本配置： 主机 1台 降温毯 4套 降温帽 4套 降温毯防水套 2件 降温帽防水套 2件 温度传感器 2套
---	---

标的名称：体外膈肌起搏器

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、体外膈肌起搏器 1.台推式设计，与台车结合可以作为柜式机使用； 2.高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现； 3.双通道输出，每通道分左右，可单独调节； 4.治疗时间：5～120分钟，≥8档可调，允差为±5%； 5.脉冲宽度：200μs，输出波形无调制，允差为±10%； 6.脉冲频率：30Hz～50Hz，≥5挡可选，对应周期为1/30s～1/50s，允差为±10%； 7.负载抗阻500Ω时，输出脉冲幅度≤30V 8.开路时输出峰值电压≤500V 9.刺激强度：≥30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V； 10.刺激次数：5～15次/分钟可调，步距增量为1，对应周期分别为12s/次，6s/次，4s/次，允差为±10%； 11.具有指导患者或其他操作人员进行贴片的功能； ▲12.开机时有蜂鸣器提醒功能，正常输出时具有LED闪光指示的功能； ▲13.工作时间有倒计时功能，结束治疗时有声音提示和图文提示； 14.内置电池，并配置有电量提示功能； 15.包含内嵌型软件组件控制/驱动仪器硬件； 16.配置要求 导联线 5组 电极片 1000片
---	--	---

采购包5：

标的名称：取皮植皮系统

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、取皮植皮系统 ▲1.适用范围： 该产品适用于毛发移植手术、白癜风手术、瘢痕手术中对人体皮肤组织的提取和种植； 2.结构组成： 有主机和手持件组成， 手持件有手机及刀具组成； ▲3.刀具外径: 配置包含φ0.6mm-φ3.0mm范围内的多种规格,可根据实际需要选择配置规格； 4.力矩: 转速在 12000rpm时,手机堵转力矩≥ 1.3N. CM； 5.刀具跳动幅度≤0.1mm； ▲6.手机对刀具的装夹力，施加20N的拉力应不滑脱；手机（手柄）应具备防甩血功能，应可以安装挡血帽，避免提取毛发时，血液飞溅到医护人员身上；手机（手柄）应采用高精度全封闭手柄，而非由两部分组合在一起的普通手柄； 7.装卸刀具无须借助附件工具进行； 8.温度： 在最大转速下空载连续运行 10min，手机外壳表面温度应不超过环境温度 20℃； 9.操作系统： 液晶屏，屏幕实时显示数值。具备中文引导式操作软件系统； 10.计数功能: 独立计数功能； 11.计时: 应可以实时智能记录设备实际运转时间； 12.设定转速: ≥四挡转速, ≤ 8000rpm、 ≥ 12000rpm； 13.具备无级调速功能， 可通过调速器手动调节转速最大转速与最大空载转速误差应在±10%范围内； 14.交替旋转功能:(4个角度可选: 最小 180°、最大540°)； 15.脚踏启动功能： 非脚踏持续运行功能， 停止功能， 返回功能； 16.电源: AC220V 50Hz。
---	---

标的名称：紫外线光疗仪（半身）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1		一、紫外线光疗仪（半仓） 1.用于银屑病，白癜风，异位性皮炎，脂溢性皮炎，玫瑰糠疹，湿疹，带状疱疹等皮肤顽症的治疗。 2.全身半舱治疗系统。 ▲3.内装医用专用UV灯管，数量≥10只； ▲4.机器具有“急停”按钮； 5.采用低压灯管及快速启动电路，灯管寿命500～800工作小时； 6.抗干扰设计，确保设备在较强电磁干扰环境下能正常运行。 7.波长：UVA+UVB双模式。 7.1 NB-UVB：280-320nm，峰值311±3nm； 7.2 UVA：320-400nm，峰值360-375nm； 8.≥5寸彩色触摸屏； 9.通风：≥1300m³/h； 10.辐照均匀性：±5%-±20%； 11.剂量范围：UVB≤5J/cm²；UVA≤200J/cm²；精度0.01J/cm²； 12.时间范围：0-30min，步长1s，误差±1%； 13.安全：30mA漏电保护、剂量上限、2s后无残留辐射。
---	--	---

标的名称：紫外线光疗仪（全身）

序号	参数性质	技术参数与性能指标
----	------	-----------

1	一、紫外线光疗仪（全仓） 1.用于银屑病，白癜风，异位性皮炎，脂溢性皮炎，玫瑰糠疹，湿疹，带状疱疹等皮肤顽症的治疗； ▲ 2.全身整舱治疗系统，医用专用UV灯管，≥30支； 3.微电子处理器，LED显示屏 有光源和换灯管提示指示灯； 4.控制器：具有剂量模式、强度显示、灯管时长提示、光源显示、超量提示、上下限提示、安全信息提示等功能； 5.安全联动系统：安全手锁开关、安全门开关、互联保护提示并带有紧急停止功能； 6.仓内有配有双扶手并配有防滑脚垫和绝缘树脂踏板； 7.具备抗干扰设计，设备在较强电磁干扰环境下的正常运行； 8.舱体结构：四面微弧形，每扇门配有散热风扇； 9.有效辐照面积（长*宽）：≥1700x550mm； 10.波长：复合：UVA+UVB双模式； 10.1 NB-UVB：280-320nm，峰值311±3nm；； 10.2 UVA：320-400nm，峰值365-375nm； 11.输入功率:≤4000VA； 12.辐照强度：UVB 0.5-20mW/cm²；UVA 3-10mW/cm²； 13.辐照均匀性：±5%-±20%； 14.剂量范围：UVB≤5J/cm²；UVA≤200J/cm²；精度0.01J/cm²； 15.≥5寸彩色触摸屏； 16.时间范围：0-30min，步长1s，误差±1%。
---	--

3.4商务要求

3.4.1交货时间

- 采购包1：
国产≤60天
- 采购包2：
国产≤60天
- 采购包3：
国产≤60天
- 采购包4：
国产≤60天
- 采购包5：
国产≤60天

3.4.2交货地点

- 采购包1：
宝鸡市中医医院（指定安装地点）
- 采购包2：
宝鸡市中医医院（指定安装地点）
- 采购包3：
宝鸡市中医医院（指定安装地点）

采购包4：
宝鸡市中医医院（指定安装地点）
采购包5：
宝鸡市中医医院（指定安装地点）

3.4.3支付方式

采购包1：
一次付清
采购包2：
一次付清
采购包3：
一次付清
采购包4：
一次付清
采购包5：
一次付清

3.4.4支付约定

采购包1：
1、 其他，产品安装验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%
采购包2：
1、 其他，产品安装验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%
采购包3：
1、 其他，产品安装验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%
采购包4：
1、 其他，产品安装验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%
采购包5：
1、 其他，产品安装验收合格，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的100.0%

3.4.5验收标准和方法

采购包1：
满足国家及行业相关标准
采购包2：
满足国家及行业相关标准
采购包3：
满足国家及行业相关标准
采购包4：
满足国家及行业相关标准
采购包5：
满足国家及行业相关标准。

3.4.6包装方式及运输

采购包1：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包2：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包3：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包4：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

采购包5：

涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.4.7质量保修范围和保修期

采购包1：

质保期≥4年（投标人提供“投标产品享受制造商原厂质保承诺”）

采购包2：

质保期≥4年（投标人提供“投标产品享受制造商原厂质保承诺”）

采购包3：

质保期≥4年（投标人提供“投标产品享受制造商原厂质保承诺”）

采购包4：

质保期≥4年（投标人提供“投标产品享受制造商原厂质保承诺”）

采购包5：

质保期≥4年（投标人提供“投标产品享受制造商原厂质保承诺”）

3.4.8违约责任与争议解决的方法

采购包1：

甲方所在地提起仲裁

采购包2：

甲方所在地提起仲裁

采购包3：

甲方所在地提起仲裁

采购包4：

甲方所在地提起仲裁

采购包5：

甲方所在地提起仲裁。

3.5其他要求

为保障政府采购电子化交易平台项目实施，供应商需要在线提交所有通过电子化交易平台实施的政府采购项目的投标文件，同时，中标（成交）单位在领取中标（成交）通知书时线下提交投标文件正本壹套、副本贰套、电子版贰套（U盘贰套标明供应商名称，单独密封）。且提供的投标文件纸质版与电子版必须与在陕西省政府采购综合管理平台项目电子化交易系统上提交的电子投标文件内容一致，若电子化投标文件与纸质投标文件不一致的，以电子化投标文件为准。线下递交文件地点：陕西省西安市唐延路3号唐延国际中心AB区8楼；联系人：余冰霞；联系电话：029-88347987-8046。

第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

4.1一般资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx

2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx
2	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx

3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。	投标函 投标人资格证明文件.docx
---	---	---------------------------------------	--------------------

4.2特殊资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。	投标人资格证明文件.docx
2	法人代表授权书	法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和劳动合同复印件，并加盖投标人公章。	投标人资格证明文件.docx
3	财务状况报告	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。	投标人资格证明文件.docx
4	税收缴纳证明	依法缴纳税收的良好记录（提供2025年7月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）。	投标人资格证明文件.docx
5	社会保障资金缴纳证明	依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2025年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）。	投标人资格证明文件.docx

6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标人资格证明文件.docx
7	信用查询	信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）、中国政府采购网（ https://www.ccgp.gov.cn/ ）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标响应视为无效；联合体投标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标响应视为无效。	投标人资格证明文件.docx
8	投标人承诺书	（1）投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为（提供承诺书）。 （2）本项目不接受宝鸡市中医医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。	投标人廉洁自律承诺书.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标人资格证明文件.docx
9	特殊资格条件	（1）投标人为经销商的应具有有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），同时须提供所投设备制造厂家的医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。 （2）投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。	投标人资格证明文件.docx

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。	投标人资格证明文件.docx

2	法人代表授权书	法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和劳动合同复印件，并加盖投标人公章。	投标人资格证明文件. docx
3	财务状况报告	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。	投标人资格证明文件. docx
4	税收缴纳证明	依法缴纳税收的良好记录（提供2025年7月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）。	投标人资格证明文件. docx
5	社会保障资金缴纳证明	依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2025年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）。	投标人资格证明文件. docx
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标人资格证明文件. docx
7	信用查询	信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）、中国政府采购网（ https://www.ccgp.gov.cn/ ）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标响应视为无效；联合体投标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标响应视为无效。	投标人资格证明文件. docx

8	投标人承诺书	(1) 投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为（提供承诺书）。 (2) 本项目不接受宝鸡市中医医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。	投标人廉洁自律承诺书.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标人资格证明文件.docx
9	特殊资格条件	(1) 投标人为经销商的应具有有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），同时须提供所投设备制造厂家的医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。 (2) 投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。	投标人资格证明文件.docx

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。	投标人资格证明文件.docx
2	法人代表授权书	法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和劳动合同复印件，并加盖投标人公章。	投标人资格证明文件.docx
3	财务状况报告	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。	投标人资格证明文件.docx

4	税收缴纳证明	依法缴纳税收的良好记录（提供2025年7月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）。	投标人资格证明文件. docx
5	社会保障资金缴纳证明	依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2025年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）。	投标人资格证明文件. docx
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标人资格证明文件. docx
7	信用查询	信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）、中国政府采购网（ https://www.ccgp.gov.cn/ ）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标响应视为无效；联合体投标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标响应视为无效。	投标人资格证明文件. docx
8	投标人承诺书	（1）投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为（提供承诺书）。 （2）本项目不接受宝鸡市中医医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。	投标人廉洁自律承诺书.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标人资格证明文件. docx
9	特殊资格条件	（1）投标人为经销商的应具有有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），同时须提供所投设备制造厂家的医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。 （2）投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。	投标人资格证明文件. docx

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。	投标人资格证明文件.docx
2	法人代表授权书	法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和劳动合同复印件，并加盖投标人公章。	投标人资格证明文件.docx
3	财务状况报告	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。	投标人资格证明文件.docx
4	税收缴纳证明	依法缴纳税收的良好记录（提供2025年7月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）。	投标人资格证明文件.docx
5	社会保障资金缴纳证明	依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2025年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）。	投标人资格证明文件.docx
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标人资格证明文件.docx

7	信用查询	信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）、中国政府采购网（ https://www.ccgp.gov.cn/ ）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标响应视为无效；联合体投标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标响应视为无效。	投标人资格证明文件. docx
8	投标人承诺书	（1）投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为（提供承诺书）。 （2）本项目不接受宝鸡市中医医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。	投标人廉洁自律承诺书.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标人资格证明文件. docx
9	特殊资格条件	（1）投标人为经销商的应具有有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），同时须提供所投设备制造厂家的医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。 （2）投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。	投标人资格证明文件. docx

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	有效的主体资格证明	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。	投标人资格证明文件. docx

2	法人代表授权书	法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明及身份证，委托代理人参加投标的提供授权委托书及委托代理人身份证，并提供被授权代表开标截止前三个月内任意一个月在本单位的社会保险缴纳证明，无法提供社保缴纳证明的，须提供书面说明（格式自拟）和劳动合同复印件，并加盖投标人公章。	投标人资格证明文件. docx
3	财务状况报告	提供2025年经审计的财务报告（审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码）；/或提交响应文件截止时间前六个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附开户许可证或开户备案证明）；/或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。	投标人资格证明文件. docx
4	税收缴纳证明	依法缴纳税收的良好记录（提供2025年7月至今任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）。	投标人资格证明文件. docx
5	社会保障资金缴纳证明	依法缴纳社会保障资金的良好记录（提供2025年7月至今已缴存的至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料）。	投标人资格证明文件. docx
6	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。	投标人资格证明文件. docx
7	信用查询	信用查询：查询渠道：“信用中国”网站（ https://www.creditchina.gov.cn/ ）、中国政府采购网（ https://www.ccgp.gov.cn/ ）；以现场查询为准。截止时点：招标截止时间；信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网上查询结果打印。信用信息的使用规则：凡在截止时点内，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其投标响应视为无效；联合体投标时，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标响应视为无效。	投标人资格证明文件. docx

8	投标人承诺书	(1) 投标人与其他投标单位无交叉控股股东、无交叉兼任高级管理人员及涉嫌联合围标、串标行为，无采购单位和招标代理机构职工在该单位兼职的情况，不向采购单位和代理机构相关人员输送利益等行贿行为（提供承诺书）。 (2) 本项目不接受宝鸡市中医医院职工及其亲属投资开办的企业参与本医院的政府采购活动（提供承诺书）。	投标人廉洁自律承诺书.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标人资格证明文件.docx
9	特殊资格条件	(1) 投标人为经销商的应具有有效的医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），同时须提供所投设备制造厂家的医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；投标人为制造厂商的应出具医疗器械生产许可证（或医疗器械生产备案凭证）。 (2) 投标产品属于医疗器械管理的，提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。	投标人资格证明文件.docx

4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包3：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
无			

第五章 评标办法

5.1总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》等法律法规，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序 and 标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评标，通过项目电子化交易系统完成评标工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

5.2评标委员会

一、评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- （一）熟悉和理解招标文件；
- （二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；
- （三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出澄清、说明或者更正；
- （四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；
- （五）起草评标报告并进行签署；
- （六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；
- （七）法律、法规和规章规定的其他职责。

5.3 评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

采购包5：综合评分法

5.4评标程序

5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

- （一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；
- （二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；
- （三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；
- （四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；
- （五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；
- （六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；
- （七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
----	------	---------	----------------

1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价表.docx 标的清单 报价表.docx
---	------------------	--	--------------------------------

2	投标人名称	投标人名称是否与主体资格证书及公章一致	开标一览表 质量保证 措施方案.docx 来源 渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案. docx 分项报价表.doc x 投标人企业关系关联 承诺书.docx 投标函 标的清单 备品备件及 专用工具配备方案.do cx 投标文件封面 实施 方案.docx 监狱企业 的证明文件 技术参数 偏离表.docx 投标人 廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业 声明函 应急方案.doc x 投标人认为有必要补 充说明的事项.docx 中国境内生产的组件 成本核算基本规则.do cx 残疾人福利性单位 声明函 投标人资格证 明文件.docx 关于符 合本国产品标准的声 明函 报价表.docx 商 务条款偏离表.docx 产品供应方案.docx
---	-------	---------------------	---

3	投标文件签署盖章	投标函、授权委托书必须按照招标文件要求进行签署、盖章	开标一览表 质量保证 措施方案.docx 来源 渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案. docx 分项报价表.doc x 投标人企业关系关联 承诺书.docx 投标函 标的清单 备品备件及 专用工具配备方案.do cx 投标文件封面 实施 方案.docx 监狱企业 的证明文件 技术参数 偏离表.docx 投标人 廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业 声明函 应急方案.doc x 投标人认为有必要补 充说明的事项.docx 中国境内生产的组件 成本核算基本规则.do cx 残疾人福利性单位 声明函 投标人资格证 明文件.docx 关于符 合本国产品标准的声 明函 报价表.docx 商 务条款偏离表.docx 产品供应方案.docx
4	投标文件的投标函以及法定代表人 授权委托书	二处均无遗漏，且所投项目名称应与实际参与 项目一致	投标函 投标人资格证 明文件.docx
5	投标报价	1.投标报价符合唯一性要求： 2.投标报价表填 写符合要求； 3.计量单位、报价货币均符合招 标文件要求； 4.未超出采购预算或招标文件规 定的最高限价。	开标一览表 分项报价 表.docx 投标函 标的 清单 报价表.docx
6	交货期	满足采购文件要求	投标函 报价表.docx 商务条款偏离表.docx
7	质保期	满足采购文件要求	投标函 商务条款偏离 表.docx
8	投标有效期	投标有效期满足采购文件要求	投标函 标的清单 投标 人资格证明文件.docx

9	投标人承诺书	1.完全理解并接受《投标人廉洁自律承诺书》内容。 2.完全理解并接受《投标人企业关系关联承诺书》内容。	投标人廉洁自律承诺书.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标人资格证明文件.docx
10	法律法规和实质性要求	是否符合法律法规规定或招标文件规定的其他实质性要求或添加了采购人不能接受的条款。	开标一览表 质量保证措施方案.docx 来源渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案.docx 分项报价表.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函标的清单 备品备件及专用工具配备方案.docx 投标文件封面 实施方案.docx 监狱企业的证明文件 技术参数偏离表.docx 投标人廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业声明函 应急方案.docx 投标人认为有必要补充说明的事项.docx 中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx 残疾人福利性单位声明函 投标人资格证明文件.docx 关于符合本国产品标准的声明函 报价表.docx 商务条款偏离表.docx 产品供应方案.docx
11	异常低价（如有）	根据招标文件异常低价投标审查，在审查过程中，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 报价表.docx

采购包2：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价表.docx 标的清单 报价表.docx

2	投标人名称	投标人名称是否与主体资格证书及公章一致	开标一览表 质量保证 措施方案.docx 来源 渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案. docx 分项报价表.doc x 投标人企业关系关联 承诺书.docx 投标函 标的清单 备品备件及 专用工具配备方案.do cx 投标文件封面 实施 方案.docx 监狱企业 的证明文件 技术参数 偏离表.docx 投标人 廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业 声明函 应急方案.doc x 投标人认为有必要补 充说明的事项.docx 中国境内生产的组件 成本核算基本规则.do cx 残疾人福利性单位 声明函 关于符合本国 产品标准的声明函 投 标人资格证明文件.do cx 报价表.docx 商务 条款偏离表.docx 产 品供应方案.docx
---	-------	---------------------	--

3	投标文件签署盖章	投标函、授权委托书必须按照招标文件要求进行签署、盖章	开标一览表 质量保证 措施方案.docx 来源 渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案. docx 分项报价表.doc x 投标人企业关系关联 承诺书.docx 投标函 标的清单 备品备件及 专用工具配备方案.do cx 投标文件封面 实施 方案.docx 监狱企业 的证明文件 技术参数 偏离表.docx 投标人 廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业 声明函 应急方案.doc x 投标人认为有必要补 充说明的事项.docx 中国境内生产的组件 成本核算基本规则.do cx 残疾人福利性单位 声明函 关于符合本国 产品标准的声明函 投 标人资格证明文件.do cx 报价表.docx 商务 条款偏离表.docx 产 品供应方案.docx
4	投标文件的投标函以及法定代表人 授权委托书	二处均无遗漏，且所投项目名称应与实际参与 项目一致	投标函 投标人资格证 明文件.docx
5	投标报价	1.投标报价符合唯一性要求： 2.投标报价表填 写符合要求； 3.计量单位、报价货币均符合招 标文件要求； 4.未超出采购预算或招标文件规 定的最高限价。	开标一览表 分项报价 表.docx 投标函 标的 清单 报价表.docx
6	交货期	满足采购文件要求	投标函 报价表.docx 商务条款偏离表.docx
7	质保期	满足采购文件要求	投标函 商务条款偏离 表.docx
8	投标有效期	投标有效期满足采购文件要求	投标函 标的清单 投标 人资格证明文件.docx

9	投标人承诺书	1.完全理解并接受《投标人廉洁自律承诺书》内容。 2.完全理解并接受《投标人企业关系关联承诺书》内容。	投标人廉洁自律承诺书.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标人资格证明文件.docx
10	法律法规和实质性要求	是否符合法律法规规定或招标文件规定的其他实质性要求或添加了采购人不能接受的条款。	开标一览表 质量保证措施方案.docx 来源渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案.docx 分项报价表.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函标的清单 备品备件及专用工具配备方案.docx 投标文件封面 实施方案.docx 监狱企业的证明文件 技术参数偏离表.docx 投标人廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业声明函 应急方案.docx 投标人认为有必要补充说明的事项.docx 中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx 残疾人福利性单位声明函 投标人资格证明文件.docx 关于符合本国产品标准的声明函 报价表.docx 商务条款偏离表.docx 产品供应方案.docx
11	异常低价（如有）	根据招标文件异常低价投标审查，在审查过程中，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 报价表.docx

采购包3:

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价表.docx 标的清单 报价表.docx

2	投标人名称	投标人名称是否与主体资格证书及公章一致	开标一览表 质量保证 措施方案.docx 来源 渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案. docx 分项报价表.doc x 投标人企业关系关联 承诺书.docx 投标函 标的清单 备品备件及 专用工具配备方案.do cx 投标文件封面 实施 方案.docx 监狱企业 的证明文件 技术参数 偏离表.docx 投标人 廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业 声明函 应急方案.doc x 投标人认为有必要补 充说明的事项.docx 中国境内生产的组件 成本核算基本规则.do cx 残疾人福利性单位 声明函 投标人资格证 明文件.docx 关于符 合本国产品标准的声 明函 报价表.docx 商 务条款偏离表.docx 产品供应方案.docx
---	-------	---------------------	---

3	投标文件签署盖章	投标函、授权委托书必须按照招标文件要求进行签署、盖章	开标一览表 质量保证 措施方案.docx 来源 渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案. docx 分项报价表.doc x 投标人企业关系关联 承诺书.docx 投标函 标的清单 备品备件及 专用工具配备方案.do cx 投标文件封面 实施 方案.docx 监狱企业 的证明文件 技术参数 偏离表.docx 投标人 廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业 声明函 应急方案.doc x 投标人认为有必要补 充说明的事项.docx 中国境内生产的组件 成本核算基本规则.do cx 残疾人福利性单位 声明函 关于符合本国 产品标准的声明函 投 标人资格证明文件.do cx 报价表.docx 商务 条款偏离表.docx 产 品供应方案.docx
4	投标文件的投标函以及法定代表人 授权委托书	二处均无遗漏，且所投项目名称应与实际参与 项目一致	投标函 投标人资格证 明文件.docx
5	投标报价	1.投标报价符合唯一性要求： 2.投标报价表填 写符合要求； 3.计量单位、报价货币均符合招 标文件要求； 4.未超出采购预算或招标文件规 定的最高限价。	开标一览表 分项报价 表.docx 投标函 标的 清单 报价表.docx
6	交货期	满足采购文件要求	投标函 报价表.docx 商务条款偏离表.docx
7	质保期	满足采购文件要求	投标函 商务条款偏离 表.docx
8	投标有效期	投标有效期满足采购文件要求	投标函 标的清单 投标 人资格证明文件.docx

9	投标人承诺书	1.完全理解并接受《投标人廉洁自律承诺书》内容。 2.完全理解并接受《投标人企业关系关联承诺书》内容。	投标人廉洁自律承诺书.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标人资格证明文件.docx
10	法律法规和实质性要求	是否符合法律法规规定或招标文件规定的其他实质性要求或添加了采购人不能接受的条款。	开标一览表 质量保证措施方案.docx 来源渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案.docx 分项报价表.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函标的清单 备品备件及专用工具配备方案.docx 投标文件封面 实施方案.docx 监狱企业的证明文件 技术参数偏离表.docx 投标人廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业声明函 应急方案.docx 投标人认为有必要补充说明的事项.docx 中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx 残疾人福利性单位声明函 投标人资格证明文件.docx 关于符合本国产品标准的声明函 报价表.docx 商务条款偏离表.docx 产品供应方案.docx
11	异常低价（如有）	根据招标文件异常低价投标审查，在审查过程中，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 报价表.docx

采购包4：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 报价表.docx

2	投标人名称	投标人名称是否与主体资格证书及公章一致	开标一览表 质量保证 措施方案.docx 来源 渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案. docx 分项报价表.doc x 投标人企业关系关联 承诺书.docx 投标函 标的清单 备品备件及 专用工具配备方案.do cx 投标文件封面 实施 方案.docx 监狱企业 的证明文件 技术参数 偏离表.docx 投标人 廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业 声明函 应急方案.doc x 投标人认为有必要补 充说明的事项.docx 中国境内生产的组件 成本核算基本规则.do cx 残疾人福利性单位 声明函 投标人资格证 明文件.docx 关于符 合本国产品标准的声 明函 报价表.docx 商 务条款偏离表.docx 产品供应方案.docx
---	-------	---------------------	---

3	投标文件签署盖章	投标函、授权委托书必须按照招标文件要求进行签署、盖章	开标一览表 质量保证 措施方案.docx 来源 渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案. docx 分项报价表.doc x 投标人企业关系关联 承诺书.docx 投标函 标的清单 备品备件及 专用工具配备方案.do cx 投标文件封面 实施 方案.docx 监狱企业 的证明文件 技术参数 偏离表.docx 投标人 廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业 声明函 应急方案.doc x 投标人认为有必要补 充说明的事项.docx 中国境内生产的组件 成本核算基本规则.do cx 残疾人福利性单位 声明函 投标人资格证 明文件.docx 关于符 合本国产品标准的声 明函 报价表.docx 商 务条款偏离表.docx 产品供应方案.docx
4	投标文件的投标函以及法定代表人 授权委托书	二处均无遗漏，且所投项目名称应与实际参与 项目一致	投标函 投标人资格证 明文件.docx
5	投标报价	1.投标报价符合唯一性要求： 2.投标报价表填 写符合要求； 3.计量单位、报价货币均符合招 标文件要求； 4.未超出采购预算或招标文件规 定的最高限价。	开标一览表 分项报价 表.docx 投标函 标的 清单 报价表.docx
6	交货期	满足采购文件要求	投标函 报价表.docx 商务条款偏离表.docx
7	质保期	满足采购文件要求	投标函 商务条款偏离 表.docx

8	投标有效期	投标有效期满足采购文件要求	投标函 投标人资格证明文件.docx 标的清单
9	投标人承诺书	1.完全理解并接受《投标人廉洁自律承诺书》内容。 2.完全理解并接受《投标人企业关系关联承诺书》内容。	投标人廉洁自律承诺书.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标人资格证明文件.docx
10	法律法规和实质性要求	是否符合法律法规规定或招标文件规定的其他实质性要求或添加了采购人不能接受的条款。	开标一览表 质量保证措施方案.docx 来源渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案.docx 分项报价表.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函标的清单 备品备件及专用工具配备方案.docx 投标文件封面 实施方案.docx 监狱企业的证明文件 技术参数偏离表.docx 投标人廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业声明函 应急方案.docx 投标人认为有必要补充说明的事项.docx 中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx 残疾人福利性单位声明函 投标人资格证明文件.docx 关于符合本国产品标准的声明函 报价表.docx 商务条款偏离表.docx 产品供应方案.docx

11	异常低价（如有）	根据招标文件异常低价投标审查，在审查过程中，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 报价表.docx
----	----------	---	------------------------------------

采购包5：

序号	审查内容	具体标准和要求	关联投标（响应）文件格式文件
1	不正当竞争预防措施（实质性要求）	1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 报价表.docx

2	投标人名称	投标人名称是否与主体资格证书及公章一致	开标一览表 质量保证 措施方案.docx 来源 渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案. docx 分项报价表.doc x 投标人企业关系关联 承诺书.docx 投标函 标的清单 备品备件及 专用工具配备方案.do cx 投标文件封面 实施 方案.docx 监狱企业 的证明文件 技术参数 偏离表.docx 投标人 廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业 声明函 应急方案.doc x 投标人认为有必要补 充说明的事项.docx 中国境内生产的组件 成本核算基本规则.do cx 残疾人福利性单位 声明函 投标人资格证 明文件.docx 关于符 合本国产品标准的声 明函 报价表.docx 商 务条款偏离表.docx 产品供应方案.docx
---	-------	---------------------	---

3	投标文件签署盖章	投标函、授权委托书必须按照招标文件要求进行签署、盖章	开标一览表 质量保证 措施方案.docx 来源 渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案. docx 分项报价表.doc x 投标人企业关系关联 承诺书.docx 投标函 标的清单 备品备件及 专用工具配备方案.do cx 投标文件封面 实施 方案.docx 监狱企业 的证明文件 技术参数 偏离表.docx 投标人 廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业 声明函 应急方案.doc x 投标人认为有必要补 充说明的事项.docx 中国境内生产的组件 成本核算基本规则.do cx 残疾人福利性单位 声明函 关于符合本国 产品标准的声明函 投 标人资格证明文件.do cx 报价表.docx 商务 条款偏离表.docx 产 品供应方案.docx
4	投标文件的投标函以及法定代表人 授权委托书	二处均无遗漏，且所投项目名称应与实际参与 项目一致	投标函 投标人资格证 明文件.docx
5	投标报价	1.投标报价符合唯一性要求： 2.投标报价表填 写符合要求； 3.计量单位、报价货币均符合招 标文件要求； 4.未超出采购预算或招标文件规 定的最高限价。	开标一览表 分项报价 表.docx 投标函 标的 清单 报价表.docx
6	交货期	满足采购文件要求	投标函 报价表.docx 商务条款偏离表.docx
7	质保期	满足采购文件要求	投标函 商务条款偏离 表.docx

8	投标有效期	投标有效期满足采购文件要求	投标函 投标人资格证明文件.docx 标的清单
9	投标人承诺书	1.完全理解并接受《投标人廉洁自律承诺书》内容。 2.完全理解并接受《投标人企业关系关联承诺书》内容。	投标人廉洁自律承诺书.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标人资格证明文件.docx
10	法律法规和实质性要求	是否符合法律法规规定或招标文件规定的其他实质性要求或添加了采购人不能接受的条款。	开标一览表 质量保证措施方案.docx 来源渠道证明文件.docx 售后服务及培训方案.docx 分项报价表.docx 投标人企业关系关联承诺书.docx 投标函标的清单 备品备件及专用工具配备方案.docx 投标文件封面 实施方案.docx 监狱企业的证明文件 技术参数偏离表.docx 投标人廉洁自律承诺书.docx 本国产品说明.docx 业绩.docx 中小企业声明函 应急方案.docx 投标人认为有必要补充说明的事项.docx 中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx 残疾人福利性单位声明函 投标人资格证明文件.docx 关于符合本国产品标准的声明函 报价表.docx 商务条款偏离表.docx 产品供应方案.docx

11	异常低价（如有）	根据招标文件异常低价投标审查，在审查过程中，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	开标一览表 分项报价表.docx 投标函 标的清单 报价表.docx
----	----------	---	------------------------------------

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

- （一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
- （二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料；
- （三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

- （一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- （二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；
- （三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；
- （四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

5.4.5复核

评标结果汇总完成后、评审报告签署前，采购人及代理机构应严格依照《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》《政府采购非招标采购方式管理办法（财政部令第74号）》及《陕西省财政厅关于规范政府采购项目评审主观赋分有关事项的通知》（陕财办函

〔2026〕10号）等文件要求，对评审数据进行全面校对与核对，重点核查各评审专家主观分项评分与全体评委对应分项平均分的偏离情况，确保评审数据准确无误、流程合规。

5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包5：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- 一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
- 二、投标人名单和评标委员会成员名单；
- 三、评审方法和标准；
- 四、开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- 五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；
- 六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等；
- 七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

5.6.1评分办法

若采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分=F1×A1+F2×A2+.....+Fn×An

F1、F2.....Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、.....An 分别为各项评审因素所占的权重（A1+A2+.....+An=1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.6.2评分标准

采购包1：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	商务响应	1.交货期优于招标文件要求的加1分； 2.质保期每增加1年原厂质保加1分，最多加2分。	3.0000	客观	商务条款偏离表.docx
	业绩	提供2023年7月1日至今核心产品业绩合同（以合同签订时间为准）；一个业绩得1分，最高得5分； 评审依据：提供完整合同复印件并加盖公章。	5.0000	客观	业绩.docx
	来源渠道证明 文件	提供投标产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。证明材料完整有效得2分，否则得0分。	2.0000	客观	来源渠道证明文件.docx

性能指标及功能要求	1.投标人完全满足招标文件技术参数要求，没有负偏离得40分。 2. 非“▲”号技术参数每负偏离一项，扣0.5分。3.“▲”号技术参数每负偏离一项，扣1.5分。4.▲项为重要技术参数,需提供证明文件以验证参数真实性，证明材料包括但不限于第三方国家权威机构出具的检测报告或制造商官网截图(截图包括网址、网站名称、技术内容等)或加盖厂家鲜章的技术证明函， 未提供或证明材料与投标响应参数不符的该▲项视为负偏离，所有技术参数均需标注所指页码。	40.0000	客观	技术参数偏离表.docx
产品供应方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的产品供应方案，包括但不限于：①所投产品型号、功能、技术规格等详细信息描述；②根据所投产品品牌与配置清单，设备配置先进、选型科学合理，配置完整性、性能、稳定性、兼容性、使用广泛性等；③确保设备供应渠道正常、检验手续合法有效、无产权纠纷（不限于授权函、销售协议、代理协议等）。二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-1）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	3.0000	主观	产品供应方案.docx

详细评审	质量保障措施	一、评审内容 针对本项目提供保障措施，包括但不限于 ①质量保障措施及承诺； ②针对本项目的服务承诺。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述2项评审内容全部满足评审标准得4分，每有一个评审内容缺项扣2分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	4.0000	主观	质量保证措施方案.docx
	应急方案	一、评审内容 根据本项目特点制定应急方案，方案应包括但不限于： ①设备故障响应时限； ②维修服务到场响应时限； ③备品备件不足的紧急措施； ④应急突发状况处置措施。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述4项评审内容全部满足评审标准得2分，每有一个评审内容缺项扣0.5分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-0.5）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	2.0000	主观	应急方案.docx

备品备件及专用工具 配备	投标人针对本项目提供备品备件及专用工具配备方案，方案内容至少包括①备品备件及专用工具清单、报价及规格；②备品备件及专用工具供货保障能力等内容。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得2分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。注：未提供配备方案或备品备件承诺有效期限≤质量保证期的，本项不得分。	2.0000	主观	备品备件及专用工具 配备方案.docx
实施方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的实施方案，包括但不限于： ①详细的实施计划及进度安排；②具有完善供货组织安排、详细的人员、财力调配、运输、配送措施；③具有健全产品安装、检测、调试、试运行及验收方案。二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项扣2分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	6.0000	主观	实施方案.docx

售后服务及培训方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的售后服务方案及承诺，包括但不限于：①针对本项目的售后服务方案、售后服务机构及承诺；②巡检服务计划及方案；③提供具体的培训方案、培训内容、培训方式等。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任何一种情形。	3.0000	主观	售后服务及培训方案.docx
-----------	---	--------	----	----------------

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标函 开标一览表 标的清单 报价表.docx 分项报价表.docx
价格分	价格分	1. 最低评审价为评审基准价，得30分。 2.按（评审基准价/评审价×30）的公式计算价格得分。	30.0000	客观	报价表.docx 分项报价表.docx 投标函 开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx 本国产品说明.docx 关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	---	---

采购包2：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	商务响应	1.交货期优于招标文件要求的加1分； 2.质保期每增加1年原厂质保加1分，最多加2分。	3.0000	客观	商务条款偏离表.docx
	业绩	提供2023年7月1日至今核心产品业绩合同（以合同签订时间为准）；一个业绩得1分，最高得5分； 评审依据：提供完整合同复印件并加盖公章。	5.0000	客观	业绩.docx

来源渠道证明 文件	提供投标产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。证明材料完整有效得2分，否则得0分。	2.0000	客观	来源渠道证明文件.docx
性能指标及功能要求	1.投标人完全满足招标文件技术参数要求，没有负偏离得40分。2.非“▲”号技术参数每负偏离一项，扣0.14分。3.“▲”号技术参数每负偏离一项，扣0.5分。4.▲项为重要技术参数，需提供证明文件以验证参数真实性，证明材料包括但不限于第三方国家权威机构出具的检测报告或制造商官网截图(截图包括网址、网站名称、技术内容等)或加盖厂家鲜章的技术证明函，未提供或证明材料与投标响应参数不符的该▲项视为负偏离，所有技术参数均需标注所指页码。	40.0000	客观	技术参数偏离表.docx

产品供应方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的产品供应方案，包括但不限于：①所投产品型号、功能、技术规格等详细信息描述；②根据所投产品品牌与配置清单，设备配置先进、选型科学合理，配置完整性、性能、稳定性、兼容性、使用广泛性等；③确保设备供应渠道正常、检验手续合法有效、无产权纠纷（不限于授权函、销售协议、代理协议等）。二、评审标准 4、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；5、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；6、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-1）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	3.0000	主观	产品供应方案.docx
--------	--	--------	----	-------------

详细评审	质量保障措施	一、评审内容 针对本项目提供保障措施，包括但不限于 ①质量保障措施及承诺； ②针对本项目的服务承诺。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述2项评审内容全部满足评审标准得4分，每有一个评审内容缺项扣2分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	4.0000	主观	质量保证措施方案.docx
	应急方案	一、评审内容 根据本项目特点制定应急方案，方案应包括但不限于： ①设备故障响应时限； ②维修服务到场响应时限； ③备品备件不足的紧急措施； ④应急突发状况处置措施。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述4项评审内容全部满足评审标准得2分，每有一个评审内容缺项扣0.5分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-0.5）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	2.0000	主观	应急方案.docx

备品备件及专用工具 配备	投标人针对本项目提供备品备件及专用工具配备方案，方案内容至少包括①备品备件及专用工具清单、报价及规格；②备品备件及专用工具供货保障能力等内容。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得2分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。注：未提供配备方案或备品备件承诺有效期限≤质量保证期的，本项不得分。	2.0000	主观	备品备件及专用工具 配备方案.docx
实施方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的实施方案，包括但不限于： ①详细的实施计划及进度安排；②具有完善供货组织安排、详细的人员、财力调配、运输、配送措施；③具有健全产品安装、检测、调试、试运行及验收方案。二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项扣2分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	6.0000	主观	实施方案.docx

售后服务及培训方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的售后服务方案及承诺，包括但不限于：①针对本项目的售后服务方案、售后服务机构及承诺；②巡检服务计划及方案；③提供具体的培训方案、培训内容、培训方式等。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任何一种情形。	3.0000	主观	售后服务及培训方案.docx
-----------	---	--------	----	----------------

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标函 开标一览表 标的清单 报价表.docx 分项报价表.docx
价格分	价格分	1. 最低评审价为评审基准价，得30分。 2.按（评审基准价/评审价×30）的公式计算价格得分。	30.0000	客观	报价表.docx 分项报价表.docx 开标一览表 标的清单 投标函

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx 本国产品说明.docx 关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	---	---

采购包3：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	商务响应	1.交货期优于招标文件要求的加1分； 2.质保期每增加1年原厂质保加1分，最多加2分。	3.0000	客观	商务条款偏离表.docx
	业绩	提供2023年7月1日至今核心产品业绩合同（以合同签订时间为准）；一个业绩得1分，最高得5分； 评审依据：提供完整合同复印件并加盖公章。	5.0000	客观	业绩.docx

来源渠道证明 文件	提供投标产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。证明材料完整有效得2分，否则得0分。	2.0000	客观	来源渠道证明文件.docx
性能指标及功能要求	1.投标人完全满足招标文件技术参数要求，没有负偏离得40分。2.非“▲”号技术参数每负偏离一项，扣0.4分。3.“▲”号技术参数每负偏离一项，扣1.4分。4.▲项为重要技术参数，需提供证明文件以验证参数真实性，证明材料包括但不限于第三方国家权威机构出具的检测报告或制造商官网截图(截图包括网址、网站名称、技术内容等)或加盖厂家鲜章的技术证明函，未提供或证明材料与投标响应参数不符的该▲项视为负偏离，所有技术参数均需标注所指页码。	40.0000	客观	技术参数偏离表.docx

产品供应方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的产品供应方案，包括但不限于：①所投产品型号、功能、技术规格等详细信息描述；②根据所投产品品牌与配置清单，设备配置先进、选型科学合理，配置完整性、性能、稳定性、兼容性、使用广泛性等；③确保设备供应渠道正常、检验手续合法有效、无产权纠纷（不限于授权函、销售协议、代理协议等）。二、评审标准 7、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；8、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；9、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-1）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	3.0000	主观	产品供应方案.docx
--------	--	--------	----	-------------

详细评审	质量保障措施	一、评审内容 针对本项目提供保障措施，包括但不限于 ①质量保障措施及承诺； ②针对本项目的服务承诺。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述2项评审内容全部满足评审标准得4分，每有一个评审内容缺项扣2分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	4.0000	主观	质量保证措施方案.docx
	应急方案	一、评审内容 根据本项目特点制定应急方案，方案应包括但不限于： ①设备故障响应时限； ②维修服务到场响应时限； ③备品备件不足的紧急措施； ④应急突发状况处置措施。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述4项评审内容全部满足评审标准得2分，每有一个评审内容缺项扣0.5分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-0.5）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	2.0000	主观	应急方案.docx

备品备件及专用工具 配备	投标人针对本项目提供备品备件及专用工具配备方案，方案内容至少包括①备品备件及专用工具清单、报价及规格；②备品备件及专用工具供货保障能力等内容。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得2分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。注：未提供配备方案或备品备件承诺有效期限≤质量保证期的，本项不得分。	2.0000	主观	备品备件及专用工具 配备方案.docx
实施方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的实施方案，包括但不限于： ①详细的实施计划及进度安排；②具有完善供货组织安排、详细的人员、财力调配、运输、配送措施；③具有健全产品安装、检测、调试、试运行及验收方案。二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项扣2分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	6.0000	主观	实施方案.docx

售后服务及培训方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的售后服务方案及承诺，包括但不限于：①针对本项目的售后服务方案、售后服务机构及承诺；②巡检服务计划及方案；③提供具体的培训方案、培训内容、培训方式等。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任何一种情形。	3.0000	主观	售后服务及培训方案.docx
-----------	---	--------	----	----------------

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标函 开标一览表 标的清单 报价表.docx 分项报价表.docx
价格分	价格分	1. 最低评审价为评审基准价，得30分。 2.按（评审基准价/评审价×30）的公式计算价格得分。	30.0000	客观	开标一览表 标的清单 投标函 报价表.docx 分项报价表.docx

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx 本国产品说明.docx
---	----------	--	--------	---	---

采购包4：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	商务响应	1.交货期优于招标文件要求的加1分； 2.质保期每增加1年原厂质保加1分，最多加2分。	3.0000	客观	商务条款偏离表.docx
	业绩	提供2023年7月1日至今核心产品业绩合同（以合同签订时间为准）；一个业绩得1分，最高得5分； 评审依据：提供完整合同复印件并加盖公章。	5.0000	客观	业绩.docx

来源渠道证明文件	提供投标产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。证明材料完整有效得2分，否则得0分。	2.0000	客观	来源渠道证明文件.docx
性能指标及功能要求	1.投标人完全满足招标文件技术参数要求，没有负偏离得40分。2.非“▲”号技术参数每负偏离一项，扣0.22分。3.“▲”号技术参数每负偏离一项，扣0.7分。4.▲项为重要技术参数，需提供证明文件以验证参数真实性，证明材料包括但不限于第三方国家权威机构出具的检测报告或制造商官网截图(截图包括网址、网站名称、技术内容等)或加盖厂家鲜章的技术证明函，未提供或证明材料与投标响应参数不符的该▲项视为负偏离，所有技术参数均需标注所指页码。	40.0000	客观	技术参数偏离表.docx

产品供应方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的产品供应方案，包括但不限于：①所投产品型号、功能、技术规格等详细信息描述；②根据所投产品品牌与配置清单，设备配置先进、选型科学合理，配置完整性、性能、稳定性、兼容性、使用广泛性等；③确保设备供应渠道正常、检验手续合法有效、无产权纠纷（不限于授权函、销售协议、代理协议等）。二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-1）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	3.0000	主观	产品供应方案.docx
--------	--	--------	----	-------------

详细评审	质量保障措施	一、评审内容 针对本项目提供保障措施，包括但不限于 ①质量保障措施及承诺； ②针对本项目的服务承诺。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述2项评审内容全部满足评审标准得4分，每有一个评审内容缺项扣2分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	4.0000	客观	质量保证措施方案.docx
	应急方案	一、评审内容 根据本项目特点制定应急方案，方案应包括但不限于： ①设备故障响应时限； ②维修服务到场响应时限； ③备品备件不足的紧急措施； ④应急突发状况处置措施。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述4项评审内容全部满足评审标准得2分，每有一个评审内容缺项扣0.5分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-0.5）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	2.0000	主观	应急方案.docx

备品备件及专用工具 配备	投标人针对本项目提供备品备件及专用工具配备方案，方案内容至少包括①备品备件及专用工具清单、报价及规格；②备品备件及专用工具供货保障能力等内容。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得2分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。注：未提供配备方案或备品备件承诺有效期限≤质量保证期的，本项不得分。	2.0000	主观	备品备件及专用工具 配备方案.docx
实施方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的实施方案，包括但不限于： ①详细的实施计划及进度安排；②具有完善供货组织安排、详细的人员、财力调配、运输、配送措施；③具有健全产品安装、检测、调试、试运行及验收方案。二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项扣2分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	6.0000	主观	实施方案.docx

售后服务及培训方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的售后服务方案及承诺，包括但不限于：①针对本项目的售后服务方案、售后服务机构及承诺；②巡检服务计划及方案；③提供具体的培训方案、培训内容、培训方式等。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任何一种情形。	3.0000	主观	售后服务及培训方案.docx
-----------	---	--------	----	----------------

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标函 开标一览表 标的清单 报价表.docx 分项报价表.docx
价格分	价格分	1. 最低评审价为评审基准价，得30分。 2.按（评审基准价/评审价×30）的公式计算价格得分。	30.0000	客观	投标函 报价表.docx 分项报价表.docx 开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	关于符合本国产品标准的声明函 中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx 本国产品说明.docx
---	----------	--	--------	---	---

采购包5：

评审内容		评审标准			
分值构成		详细评审70.00分 报价得分30.00分			
评审因素分类	评审内容	具体标准和要求	分值	客观/主观	关联投标（响应）文件格式文件
	商务响应	1.交货期优于招标文件要求的加1分； 2.质保期每增加1年原厂质保加1分，最多加2分。	3.0000	客观	商务条款偏离表.docx
	业绩	提供2023年7月1日至今核心产品业绩合同（以合同签订时间为准）；一个业绩得1分，最高得5分； 评审依据：提供完整合同复印件并加盖公章。	5.0000	客观	业绩.docx

来源渠道证明文件	提供投标产品来源渠道证明文件（包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权等）。证明材料完整有效得2分，否则得0分。	2.0000	客观	来源渠道证明文件.docx
性能指标及功能要求	1.投标人完全满足招标文件技术参数要求，没有负偏离得40分。2.非“▲”号技术参数每负偏离一项，扣0.7分。3.“▲”号技术参数每负偏离一项，扣2.2分。4.▲项为重要技术参数,需提供证明文件以验证参数真实性，证明材料包括但不限于第三方国家权威机构出具的检测报告或制造商官网截图(截图包括网址、网站名称、技术内容等)或加盖厂家鲜章的技术证明函，未提供或证明材料与投标响应参数不符的该▲项视为负偏离，所有技术参数均需标注所指页码。	40.0000	客观	技术参数偏离表.docx

产品供应方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的产品供应方案，包括但不限于：①所投产品型号、功能、技术规格等详细信息描述；②根据所投产品品牌与配置清单，设备配置先进、选型科学合理，配置完整性、性能、稳定性、兼容性、使用广泛性等；③确保设备供应渠道正常、检验手续合法有效、无产权纠纷（不限于授权函、销售协议、代理协议等）。二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述；2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-1）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	3.0000	主观	产品供应方案.docx
--------	--	--------	----	-------------

详细评审	质量保障措施	一、评审内容 针对本项目提供保障措施，包括但不限于 ①质量保障措施及承诺； ②针对本项目的服务承诺。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述2项评审内容全部满足评审标准得4分，每有一个评审内容缺项扣2分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	4.0000	主观	质量保证措施方案.docx
	应急方案	一、评审内容 根据本项目特点制定应急方案，方案应包括但不限于： ①设备故障响应时限； ②维修服务到场响应时限； ③备品备件不足的紧急措施； ④应急突发状况处置措施。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述4项评审内容全部满足评审标准得2分，每有一个评审内容缺项扣0.5分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-0.5）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	2.0000	主观	应急方案.docx

备品备件及专用工具 配备	投标人针对本项目提供备品备件及专用工具配备方案，方案内容至少包括①备品备件及专用工具清单、报价及规格；②备品备件及专用工具供货保障能力等内容。上述2方面内容中每有1项分析内容完整、与项目需求吻合、思路清晰、层次细化，有具体详细的阐述且符合项目要求的得1分，最高得2分；每缺少一项内容的扣1分，每有一处需求分析内容存在缺陷或不足的扣0.5分，扣完为止。注：未提供配备方案或备品备件承诺有效期限≤质量保证期的，本项不得分。	2.0000	主观	备品备件及专用工具 配备方案.docx
实施方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的实施方案，包括但不限于： ①详细的实施计划及进度安排；②具有完善供货组织安排、详细的人员、财力调配、运输、配送措施；③具有健全产品安装、检测、调试、试运行及验收方案。二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。上述3项评审内容全部满足评审标准得6分，每有一个评审内容缺项扣2分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。	6.0000	主观	实施方案.docx

售后服务及培训方案	一、评审内容 针对本项目提供具体可行的售后服务方案及承诺，包括但不限于：①针对本项目的售后服务方案、售后服务机构及承诺；②巡检服务计划及方案；③提供具体的培训方案、培训内容、培训方式等。 二、评审标准 1、完善性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细阐述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 上述3项评审内容全部满足评审标准得3分，每有一个评审内容缺项扣1分，每有一项评审内容存在缺陷，扣（0-2）分，扣完为止。 说明：缺陷是指内容没有结合项目实际需求、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任何一种情形。	3.0000	主观	售后服务及培训方案.docx
-----------	---	--------	----	----------------

异常低价 审查	异常低价审查	根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）等相关规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%。（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%。（3）投标（响应）报价低于最高限价45%的，即投标（响应）报价<最高限价×45%。（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（数量报价下，投标人的报价明显高于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。	0.0000	客观	投标函 开标一览表 标的清单 报价表.docx 分项报价表.docx
价格分	价格分	1. 最低评审价为评审基准价，得30分。 2.按（评审基准价/评审价×30）的公式计算价格得分。	30.0000	客观	投标函 报价表.docx 分项报价表.docx 开标一览表 标的清单

价格扣除

序号	价格扣除评审内容	适用情形	扣除比例 (C1)	具体标准和要求	关联投标（响应）文 件格式文件
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	投标人或联合体成员均为小型、微型企业	10.00%	对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予C1的扣除，用扣除后的价格参加评审。承接本项目的供应商符合相应条件时，给予C1的价格扣除，即：评标价=最后报价×（1-C1）；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除	开标一览表 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件

2	实施本国产品标准	本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产	20.00%	政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审	中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx 本国产品说明.docx 关于符合本国产品标准的声明函
---	----------	--	--------	---	---

说明：

- 1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；
- 2、评分标准中要求提供复印件的证明材料须清晰可辨。

若采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

- 一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- 二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 四、因重大变故，采购任务取消的。

废标后，代理机构将在“陕西省政府采购网”上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

5.8定标

5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评审前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评审过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当在监督人员监督之下办理。

（四）评审过程中，不得干预或者影响正常评审工作，不得发表倾向性、引导性意见，不得修改或细化采购文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见，不得拒绝对自己的评审意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，除因配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项外，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

第六章 投标文件格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：报价表.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：技术参数偏离表.docx

详见附件：商务条款偏离表.docx

详见附件：备品备件及专用工具配备方案.docx

详见附件：产品供应方案.docx

详见附件：来源渠道证明文件.docx

详见附件：实施方案.docx

详见附件：售后服务及培训方案.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：应急方案.docx

详见附件：质量保证措施方案.docx

详见附件：投标人企业关系关联承诺书.docx

详见附件：投标人廉洁自律承诺书.docx

详见附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx

详见附件：本国产品说明.docx

详见附件：投标人认为有必要补充说明的事项.docx

详见附件：投标人资格证明文件.docx

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：报价表.docx

详见附件：分项报价表.docx
详见附件：技术参数偏离表.docx
详见附件：商务条款偏离表.docx
详见附件：备品备件及专用工具配备方案.docx
详见附件：产品供应方案.docx
详见附件：来源渠道证明文件.docx
详见附件：实施方案.docx
详见附件：售后服务及培训方案.docx
详见附件：业绩.docx
详见附件：应急方案.docx
详见附件：质量保证措施方案.docx
详见附件：投标人企业关系关联承诺书.docx
详见附件：投标人廉洁自律承诺书.docx
详见附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx
详见附件：本国产品说明.docx
详见附件：投标人认为有必要补充说明的事项.docx
详见附件：投标人资格证明文件.docx
详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面
详见附件：投标函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：开标一览表
详见附件：标的清单
详见附件：报价表.docx
详见附件：分项报价表.docx
详见附件：技术参数偏离表.docx
详见附件：商务条款偏离表.docx
详见附件：备品备件及专用工具配备方案.docx
详见附件：产品供应方案.docx
详见附件：来源渠道证明文件.docx
详见附件：实施方案.docx
详见附件：售后服务及培训方案.docx
详见附件：业绩.docx
详见附件：应急方案.docx
详见附件：质量保证措施方案.docx
详见附件：投标人企业关系关联承诺书.docx

详见附件：投标人廉洁自律承诺书.docx
详见附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx
详见附件：本国产品说明.docx
详见附件：投标人认为有必要补充说明的事项.docx
详见附件：投标人资格证明文件.docx
详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面
详见附件：投标函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件
详见附件：开标一览表
详见附件：标的清单
详见附件：报价表.docx
详见附件：分项报价表.docx
详见附件：技术参数偏离表.docx
详见附件：商务条款偏离表.docx
详见附件：备品备件及专用工具配备方案.docx
详见附件：产品供应方案.docx
详见附件：来源渠道证明文件.docx
详见附件：实施方案.docx
详见附件：售后服务及培训方案.docx
详见附件：业绩.docx
详见附件：应急方案.docx
详见附件：质量保证措施方案.docx
详见附件：投标人企业关系关联承诺书.docx
详见附件：投标人廉洁自律承诺书.docx
详见附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx
详见附件：本国产品说明.docx
详见附件：投标人认为有必要补充说明的事项.docx
详见附件：投标人资格证明文件.docx
详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

采购包5：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面
详见附件：投标函
详见附件：中小企业声明函
详见附件：残疾人福利性单位声明函
详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：报价表.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：技术参数偏离表.docx

详见附件：商务条款偏离表.docx

详见附件：备品备件及专用工具配备方案.docx

详见附件：产品供应方案.docx

详见附件：来源渠道证明文件.docx

详见附件：实施方案.docx

详见附件：售后服务及培训方案.docx

详见附件：业绩.docx

详见附件：应急方案.docx

详见附件：质量保证措施方案.docx

详见附件：投标人企业关系关联承诺书.docx

详见附件：投标人廉洁自律承诺书.docx

详见附件：中国境内生产的组件成本核算基本规则.docx

详见附件：本国产品说明.docx

详见附件：投标人认为有必要补充说明的事项.docx

详见附件：投标人资格证明文件.docx

详见附件：关于符合本国产品标准的声明函

第七章 拟签订采购合同文本

详见附件：合同模版.docx