

采购清单

采购单位	西安市胸科医院		备案函号	ZCSP-西安市-2026-00142			
项目名称	胰岛素泵采购项目						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 110,000.00		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他医疗设备	胰岛素泵	13,750.00	8	台	110,000.00	<p>1、适用范围：可用于儿童、未成年人、成年人糖尿病患者 2、基础率分段：支持24段和48段基础率模式设置 3、基础率输注最小步进量≤0.05u/h 4、临时基础率功能：具备临时基础率调节功能，调节范围在当前基础率的0-200%，以10%递增或递减，24小时内可调。</p> <p>5、大剂量功能：具备三餐预设模式、方波大剂量输注、大剂量追加。 6、大剂量向导功能：可以根据饮食情况计算出大剂量的输注计量。 7、装药方式：螺杆自动复位，自动计算所装药量。 8、历史记录储存：大剂量回顾记录≥50条；基础率回顾记录≥50条；日总量回顾记录≥50条；排气记录≥50条；报警记录≥50条。 9、电池：支持1节7号（AAA）电池。 10、防水等级标准≥IPX8。 11、储药器容量≥3ml。 二、服务 1、质保期≥ 5年，质保期自交货验收合格之日起计算。质保期内免费维修，质保期内出现故障的，故障时间须相应顺延免费保修期。 保修期内的其他一切费用全免。在保修期外，厂家对设备终身维护，维修只能按市场最低价收取配件费，人工服务费全免，并提供技术支持。 2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 2 个小时内响应，4 小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过 24 小时修复。重大故障处理时限不超过 48 小时</p>

							<p>修复，若 48 小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购方使用。 3、合同签订后7个工作日内设备送到指定地点，现场免费安装，安装过程自备相关工具及耗材，调试设备后，培训操作人员直至设备运行正常。 4、需提供详细操作手册和仪器维护的有关资料，提供现场技术培训，保证操作者正常规范操作设备的各种功能。 5、质保期内每年提供不少于 4 次的巡回检修，并出具检修报告；专职工程师每年定期进行设备维护保养。</p>
2							
3							
4							
5							