

采购清单

采购单位		西安市蓝田县妇幼保健计划生育服务中心			备案函号	ZCBN-蓝田县-2026-00189	
项目名称		2025年妇产科4K宫腹腔镜采购项目					
政府预算资金		¥ 0.00			财政专户管理资金	¥ 0.00	
单位资金		¥ 925,000.00			保障性资金	¥ 0.00	
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	医用内窥镜	拟采购4K宫腹腔镜1套，含4K内镜摄像系统、4K摄像头、LED冷光源、医用显示器、气腹机、腹腔镜、医用台车、宫腔镜及配件、电切内窥镜及配件、射频等离子	925,000.00	1	套	925,000.00	拟采购4K宫腹腔镜1套，核心技术参数如下：1. 4K内镜摄像系统支持4K（4096*2160P）及全高清输出，具备≥4路视频输出；信噪比≥50dB，内置4K录制及图文工作站功能；接口丰富（含USB3.0、3G-SDI、HDMI2.0等）。2. 4K摄像头：单CMOS芯片，原生4K输出，防水等级≥IPX7，支持自定义按键功能。3. LED冷光源：寿命≥60000小时，色温4000-7000K，显色指数≥90%，导光束长度≥3000mm。4. 医用显示器：≥32英寸，分辨率≥3840*2160，具备DVI-D、3G-SDI、HDMI等接口。5. 气腹机：流量0.1-40L/min，压力1-25mmHg，具备恒温加热及排烟功能。6. 射频等离子体手术系统：频率≥100kHz，功率≤400W，具备智能识别功能。7. 高频电刀：全科型，具备单极切割/凝血、双极电凝功能，全悬浮输出，具备接触质量检测。8. 超声刀：7英寸触摸屏，频率55.6±1KHz，刀头可闭合5mm血管，360度旋转。9. 内窥镜及配件：30° 4K腹腔镜（直径10mm）；宫腔镜插入部外径≤2.9mm；电切镜视向角可选；配套全套腹腔镜手术器械（穿刺器等）9. 内窥镜及配件：30° 4K腹腔镜（直径10mm）；宫腔镜插入部外径≤2.9mm；电切镜视向角可选；配套全套腹腔镜手术器械（穿刺器、抓钳、剪刀

		体手术系统、膨宫泵、图文工作站、高频电刀等					等)。二、服务要求 1. 交货与安装：合同签订并接到通知后30日历天内完成供货、安装、调试及验收；负责设备就位及院内影像系统接口免费对接。2. 质保期限：整机原厂质保≥3年，核心摄像主机及冷光源质保≥5年，终身提供维修及原厂配件。3. 培训服务：完成妇产科医师及设备工程师的操作与维保培训4. 付款方式：验收合格后180日历天内付清，银行转账。 三、验收要求1. 到货开箱初验：货物送达后3个工作日内核对型号、配置及全套资质文件，不符者拒收。2. 安装调试验收：整机24小时空载测试，实测4K成像、冷光源等功能达标。3. 30日临床试运行：调试合格后试运行30天，累计完成≥30例手术。若故障频繁或停机超7日，须更换设备或提供备用机，并重新计算周期。4. 最终竣工验收：由卫健局、采购单位及财政局组织专家复核记录并签署报告。5. 违约约束：若设备为翻新或参数虚标，全额拒收并赔付20%违约金等。
2							
3							
4							
5							